PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE SERVICIOS

Procedimiento EXCLUSIVO (Negociado sin publicidad)

Expediente nº 2021/01577

Objeto ..... Mantenimiento Preventivo de Respiradores C6 y Humidificadores H-900 para el Hosp. Universitario Donostia (OSI Donostialdea)

Contenido

1.- OBJETO DEL CONTRATO 2
2.- DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO 2
3.- PRESUPUESTO 3
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 3

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Mediante la presente contratación se pretende cubrir las necesidades del HUD en cuanto a mantenimiento preventivo de equipos compuestos por Respiradores C6 y Humidificadores H-900, vinculados a los primeros.

2.- DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO

Los equipos que están incluidos en el mantenimiento son los siguientes:

Mantenimiento preventivo Respirador C6		
EQUIPO nº serie	FECHA inicio GARANTIA 1 AÑO	Mantenimiento preventivo Humidifcadores H-900, vinculados a los respiradores C6. Nº serie:
3674	08/09/2020	21661 - 21778 - 21770 - 21777 - 21771 - 21768 – 23752 - 23757 - 25433 - 25534 - 25539 - 25541 - 25545 – 25547 - 25548 - 25550 - 27193 - 27195 - 27199 - 27200 – 27201 - 27379 - 27380 - 27381 - 27384
3846	08/09/2020	
3859	08/09/2020	
3862	08/09/2020	
3864	08/09/2020	
3866	08/09/2020	
4495	02/10/2020	
4605	02/10/2020	
4637	02/10/2020	
4804	02/10/2020	
4838	02/10/2020	
4844	02/10/2020	
4862	02/10/2020	
4874	02/10/2020	
4879	02/10/2020	
4895	02/10/2020	
5003	02/10/2020	
5080	02/10/2020	
5605	27/11/2020	
5926	27/11/2020	
5929	27/11/2020	
5936	27/11/2020	
5962	27/11/2020	
5968	27/11/2020	
3865	10/12/2020	

En el mantenimiento preventivo se incluirán los siguientes puntos:

- Comprobación de anomalías y estado general del equipo.
- Desmonte de la unidad.
- Sustitución kit mantenimiento preventivo anual.
- Procedimiento técnico de calibración y ajustes.
- Software diagnóstico Hamilton.
- Comprobación y chequeo del estado de la turbina.

- Comprobación del estado de la batería.
- Pruebas funcionales.
- Elaboración informe técnico.

Se excluirán del mantenimiento la sustitución de componentes que por uso o desgaste hayan de ser reemplazados.

Entre otros los mantenimientos preventivos se destinarán a:

- Garantizar la seguridad de los equipos para pacientes y usuarios.
- Garantizar al usuario el correcto funcionamiento de los equipos durante la vida útil de los mismos.
- Prolongar la vida útil de los equipos.
- Minimizar los tiempos de parada debido a averías. Prioridad en la respuesta del Servicio de Asistencia Técnica.
- Localización de futuras averías a través del mantenimiento preventivo.
- Cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

3.- PRESUPUESTO

- Importe anual por equipo (Respirador C6 + Humidificador) .....**1.693,33 € (IVA no incluido)**
- Importe anual total (25 equipos) .....**42.333,25 € (IVA no incluido)**

LOTE	Elementos del equipo	CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario (IVA excluido) /AÑO Y EQUIPO	Precio (IVA excluido)
1	1	25	Respirador C6	1.533,33 €	38.333,25 €
	2	25	Humidificadores H-900	160,00 €	4.000,00 €
			TOTALES	1.693,33 €	42.333,25 €

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 3 años del contrato inicial con posibilidad de prórroga por dos años más (una prórroga de 2 años o dos de 1 año), a partir de la formalización del contrato.

Donostia-San Sebastián, a 1 de julio de 2021