PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTROS

Procedimiento Negociado por Exclusividad
(Basado en el art. 168 a) 2º LCSP)

Expediente nº 2021/01895

Objeto ..... Suministro de un Videoureterorrenoscopio flexible para el HUD (OSI Donostialdea)

Contenido:

- Objeto del contrato
- Especificaciones Técnicas
- Lote único
- Plazo de ejecución
- Garantía técnica
- Manuales
- Formación
- Protección de datos

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Mediante la presente contratación se pretende cubrir las necesidades del Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) en cuanto a un videoureterorrenoscopio flexible necesario para el Servicio de Urología.

Para ello se precisa la contratación en régimen de exclusividad con la empresa KARL STORZ ya que es la única empresa que fabrica, importa y distribuye dicho equipamiento como se desprende del documento de exclusividad que se acredita en la Memoria Justificativa y es compatible con la cámara modelo TC301 IMAGE1 S X-LINK, módulo flexible, propiedad de la OSID.

2.- LOTE UNICO

El expediente consta de un único lote compuesto por:

Lote	Sublote	Descripción	Unidades	Precio total (IVA excluido)
001	001.001	Videoureterorrenoscopio flexible	1	21.060,16 €
	001.002	Pinzas de agarre flexible	1	931,00 €
	001.003	Pinzas para biopsia flexible	1	931,00 €
			Total:	***22.922,16 €***

El precio es unitario y el adjudicatario se obliga a entregar el material contra el correspondiente pedido.

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ver fichas técnicas que acompañan a estas Bases.

4.- PLAZO DE EJECUCION

La entrega del material se hará mediante pedido generado por la OSID, en un plazo no superior a 1 mes. El contrato entrará en vigor el día de su firma y la ejecución hasta la completa puesta a disposición no superará el plazo de 3 meses. La garantía técnica será, al menos, de un año para el videureterrenoscopio a contar desde la puesta a disposición y correcto funcionamiento del equipamiento adquirido.

PUESTA A DISPOSICIÓN

Se entenderá por instalación la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, la conexión de los distintos suministros (eléctricos, informáticos etc.) a los equipos, la conexión y puesta en marcha del equipamiento en su ubicación definitiva.

5.- GARANTÍA TÉCNICA

El plazo de garantía técnica del videoureterorrenoscopio, incluido sus componentes y accesorios, será como mínimo de 1 año, contando desde la recepción formal del equipo en la que conste la conformidad de su instalación y correcto funcionamiento.

La garantía incluirá:

Mantenimiento Técnico-Legal al menos durante el periodo de garantía solicitado sin que se devenguen gastos por mano de obra, dietas, desplazamientos, piezas cuya sustitución sea necesaria y tampoco por la reposición de aquellos materiales que, no siendo fungibles, deben ser cambiados periódicamente.

El adjudicatario se compromete a que todos los trabajos de mantenimiento serán efectuados por personal especializado de la empresa.

6.- MANUALES

Los adjudicatarios deberán entregar con los equipos, todos los Manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos, y que serán como mínimo los siguientes:

- De instalación: aportando además del manual de instalación, la información y rotulado si el equipo representa un riesgo especial.
- De uso: con las características del equipo, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y seguridad, alarmas y operaciones rutinarias para verificación del funcionamiento apropiado del equipo previo a su uso diario etc.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán esquemas eléctricos y mecánicos completos, despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

Los rótulos, indicadores y etiquetas de los equipos también deberán estar en castellano o ser suficientemente explicativos.

7.- FORMACIÓN

La formación se iniciará antes de que los mismos empiecen a dar servicio efectivo en los lugares donde estén ubicados.

Incluye una completa formación en el manejo de la máquina como del software, en su más óptima utilización, tanto desde el punto de vista operativo como funcional y que comprenderá como mínimo los módulos de: - Aprendizaje- Asesoramiento y Actualizaciones.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se extenderá a las funciones del mismo.

Asimismo, el adjudicatario deberá aportar la documentación necesaria para facilitar la formación del personal que efectuará las inspecciones periódicas y el mantenimiento preventivo necesarios una vez transcurrido el plazo de garantía. Deberá expresar su compromiso de impartir, caso de ser requerido, un curso de formación técnica para el personal de mantenimiento que designe el hospital.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

La empresa adjudicataria será la responsable de dotar de todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en cada momento, en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y será asimismo responsable de su cumplimiento en todos sus extremos.

El adjudicatario como encargado del tratamiento, cumplirá con lo estipulado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas guardará secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

En Donostia San Sebastián, a 5 de agosto de 2021

KARL STORZ Endoscopia Ibérica, S.A.
21/06/21

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

1 UD. REF. 11278VSK VIDEOURETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE

FLEX-X C



El video ureterorenoscopio flexible FLEX-X de KARL STORZ se ha convertido en el instrumento estándar para intervenciones ureteroscópicas complejas, como la litotricia y los tratamientos de otras patologías del aparato urinario superior, como por ejemplo tumores uroteliales. Gracias a su fina vaina y la punta orientable en dos direcciones, el FLEX-X ofrece diversas ventajas. La tecnología CMOS digital permite obtener imágenes endoscópicas de una calidad excelente. La posibilidad de ajustar las imágenes digitales permite alcanzar una mayor precisión en la endoscopia diagnostica, simplificando las intervenciones ureteroscópicas complicadas.

FLEX-X facilita el acceso al uréter y tiene la posibilidad de introducir diferentes instrumentos, como por ejemplo LÁSER. La accesibilidad de estos instrumentos al aparato urinario superior se debe sobre todo al reducido tamaño de la vaina endoscópica que es relativamente rigida.

El diseño único del FLEX-X, con la nueva vaina oval, es extremadamente resistente y contribuye a mejorar el drenaje por irrigación en intervenciones ureteróscopicas complicadas

Características principales:

- Un chip CMOS.
- Tecnología LED integrada.
- Diámetro de la punta distal del 8.5 Charr.
- Diámetro de la vaina de 8.4 Charr.
- Canal de trabajo grande de 3.6 Charr.
- Deflexión 270º/270º.
- Aislamiento de cerámica LASERITE en el extremo distal del canal de trabajo.

KARL STORZ Endoscopia Ibérica, S.A.
21/06/21

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

- Sistema de amortiguación de golpes.
- Rotación 1:1 resistente a la torsión.
- Picture in picture. Posibilidad en tiempo real de visualizar la imagen estándar y la imagen tratada simultáneamente.
- Posibilidad de diferentes modos de visualización: CLARA, CHROMA, CLARA Y CHROMA, SPECTRA A Y SPCTRA B.

CLARA

Una buena imagen endoscópica se caracteriza por la clara reproducción de los detalles, tanto en áreas iluminadas como en áreas oscuras. CLARA proporciona una iluminación apropiada en cada área parcial de la imagen endoscópica.





Imagen con luz blanca



CLARA

CHROMA

Las intervenciones resultan mucho más efectivas cuando los tejidos se pueden identificar con claridad. CHROMA acentúa el contraste cromático en la imagen para resaltar las estructuras de las superficies, conservando la percepción natural de los colores.




Imagen con luz blanca




CHROMA

KARL STORZ Endoscopia Ibérica, S.A.
21/06/21


STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



CLARA y CHROMA
IMAGE1 S™ ofrece la posibilidad de combinar las tecnologías CLARA y CHROMA. En este modo de visualización la imagen se ilumina de forma homogénea y las estructuras tisulares resaltan claramente mediante la función CHROMA




SPECTRA A
En el modo SPECTRA A se produce el filtrado espectral de los tonos rojizos. La alteración del color se consigue mediante el desplazamiento de los canales cromáticos. Las estructuras rojas más pequeñas, como los vasos sanguíneos y la mucosa, se visualizan con precisión en tonalidades azules y verdes.



SPECTRA B
En el modo SPECTRA B se reducen los tonos rojizos y se intensifican los componentes azul/verde del espectro.
Como consecuencia, los vasos sanguíneos y los capilares destacan sobre el fondo de la imagen en un tono verdoso. Esta opción permite conservar en en gran medida la percepción original de los colores.

Especificaciones técnicas:

- Movilidad del extremo distal 270º/270º.
- Dirección visual 0º.
- Angulo de abertura 90º.
- Longitud útil 70cm.
- Canal de trabajo de 3.6 Charr.
- Tamaño de la vaina 8.4 Charr.

Núm. de artículo	Movilidad del extremo distal	Dirección visual	Ángulo de abertura	Longitud útil	Canal de trabajo Ø interior	Tamaño de la vaina
11278 VK / 11278 VSK con mecanismo positivo de deflexión		0°	90°	70 cm	3,6 Ch.	8,4 Ch.
11278 VUK / 11278 VSUK con mecanismo contrapositivo de deflexión		0°	90°	70 cm	3,6 Ch.	8,4 Ch.

KARL STORZ Endoscopia Ibérica, S.A.
21/06/21

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

1 UD. REF. 11275ZE Pinzas para biopsia, abertura bilateral, flexibles, 3 Charr./1 mm, longitud 100 cm



1 UD. REF. 11275FE Pinzas de agarre, abertura bilateral, flexibles, 3 Charr./1 mm, longitud 100 cm

