Osakidetza

BILBAO - BASURTO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO - BASURTO

Servicios de conectividad de dispositivos médicos con el sistema de información es ICCA, Hub Osi Bilbao Basurto.
Exp 2021/02341

Sumario

I. Objeto 2

II. Requisitos mínimos 2

Servicios de conectividad de dispositivos médicos cuyo sistema de información es ICCA, Hub Osi Bilbao Basurto
Exp 2021/02341

I. Objeto

Con fecha 26 de diciembre de 2018, Osakidetza formalizó el expediente G/160/20/0/1239/OSC1/0000/082018 para la "Adquisición e implantación de un software de gestión para las Unidades de Críticos integrado con los SSII de Osakidetza y los dispositivos médicos de cabecera en el Hospital Universitario Basurto, Hospital Galdakao-Usansolo y Hospital Universitario de Araba (Edificio Santiago)", que se adjudicó a la empresa PHILIPS IBERICA, SAU por un importe de 699.130,80€ (sin IVA), un plazo de ejecución de 24 meses desde la fecha de formalización del contrato y que se materializó en la adquisición de licencias del producto IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) propiedad de PHILIPS IBÉRICA, S.A.

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento negociado por exclusividad, para **conectar los equipos que se adquieran por la organización y que requieran enviar los datos al producto IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) propiedad de PHILIPS IBÉRICA, S.A.**

Lote	Art	Descripción	Precio ud Sin Iva	Uds 2 años	Importe total Iva Exc
1	1	Coste de cada transceptor	650,00 €	24	15.600,00 €
	2	Jornada ingeniero	1.120,00 €	40	44.800,00 €
Conexión de equipos a ICA					**60.400,00 €**

Se adjuntan certificados de exclusividad del sistema.

II. Requisitos mínimos

- Será de obligado cumplimiento la disponibilidad de driver en el sistema IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) – Philips para la conectividad con el mismo.
- En el caso de que el dispositivo deba tener alguna placa para la conectividad, licencia o cualquier otro requerimiento para su conexionado deberá estar incorporado en la oferta de adquisición de los dispositivos (Queda excluido el cable de conexión entre el dispositivo y el concentrador de Philips en caso de conectividad a través de dicho dispositivo)

BENJAMIN JUEZ FERNANDEZ

Firmado digitalmente por BENJAMIN JUEZ FERNANDEZ
Fecha: 2021.10.20 08:16:31 +02'00'