Osakidetza

BILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

# *Pliego de bases técnicas para el Suministro de catéteres de terapia intravenosa de media duración para la realización de diferentes procedimientos en la unidad de terapia intravenosa de la OSI Bilbao-Basurto Exp. 2025/00427*

## I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento que se convoca para el **suministro de catéteres de terapia intravenosa de media duración para la unidad de terapia intravenosa de la OSI Bilbao-Basurto**, así como las condiciones de suministro, e instalación y puesta en marcha de los equipos cuya puesta a disposición constituye el objeto del contrato.

| Lote | Sublote | Descripción material | Precio ud (Sin IVA) | Referido a | Uds previstas 2 años | Imp máx licit (sin IVA) | Imp máx licit (con IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CATÉTER DE LÍNEA MEDIA 3F 10,15 Y 20CM Y 4F 10,20 Y 25CM ALTO FLUJO | 33,70 € | 1 | 3.190 | 107.503,00 € | 130.078,63 € |
| | 2 | CATÉTER DE LÍNEA MEDIA 5F 20CM ALTO FLUJO | 19,90 € | 1 | 80 | 1.592,00 € | 1.926,32 € |
| | 3 | EQUIPO MICROPUNCION VENOSO GUIA NITINOL 3F, 4F y 5F, 7CM | 38,00 € | 1 | 3.260 | 123.880,00 € | 149.894,80 € |
| | 4 | CATÉTER DE LÍNEA MEDIA 2F 6 y 8CM ALTO FLUJO GUÍA NITINOL | 34,90 € | 1 | 240 | 8.376,00 € | 10.134,96 € |
| | | **Total EQUIPO CATÉTER DE LÍNEA MEDIA ALTO FLUJO DIFERENTES MEDIDAS** | | | | **241.351,00 €** | **281.899,75 €** |
| | | **Total general Presupuesto licitación 2 años** | | | | **241.351,00 €** | **281.899,75 €** |

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los materiales a adquirir.

## II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas de los materiales solicitados y de los equipos.

Los materiales a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

| **Requisitos mínimos Exp Suministro de catéteres de terapia intravenosa de media duración para procedimientos unidad terapia intravenosa OSI Bilbao Basurto** |
|---|
| **Requisitos mínimos LOTE 1 EQUIPO CATÉTER DE LÍNEA MEDIA ALTO FLUJO DIFERENTES MEDIDAS** |
| El catéter venoso periférico y el equipo de micropunción pueden presentarse en el mismo envase o por separado, en cuyo caso habría que tener en cuenta el calibre del catéter al que va a acompañar cada equipo de micropunción: 3, 4 ó 5 Fr. |
| ***Art. 1.1. CATÉTER DE LÍNEA MEDIA 3F 10,15 Y 20CM Y 4F 10,20 Y 25CM ALTO FLUJO*** |



Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

| **Requisitos mínimos Exp Suministro de catéteres de terapia intravenosa de media duración para procedimientos unidad terapia intravenosa OSI Bilbao Basurto** |
|---|
| ***Art. 1.2. CATÉTER DE LÍNEA MEDIA 5F 20CM ALTO FLUJO*** |
| ***Art. 1.4. CATÉTER DE LÍNEA MEDIA 2F 6 y 8CM ALTO FLUJO GUÍA NITINOL*** |
| 1.1. Disponer de las siguientes medidas: 3F 10,15 Y 20CM; 4F 10, 20 Y 25CM; 5F 20CM; 2F 6 y 8CM |
| 1.2. Catéter radiopaco de una luz, fabricado en poliuretano de 3ª generación, de punta abierta, no valvulado. |
| 1.3. Graduación centimétrica a lo largo del catéter. |
| 1.4. Base con aletas y prolongador de poliuretano integrado |
| 1.5. Apto para flujo de alta presión |
| 1.6. Libre de látex y DEHP |
| 1.7. De un solo uso |
| 1.8. Estéril |
| 1.9. Presentación en envase unitario estéril que indique de manera clara y legible con simbología de UNE- EN ISO 15223-1:2022, lo siguiente: |
| 1.9.1. Fecha de caducidad |
| 1.9.2. Nº lote |
| 1.9.3. Referencia del producto |
| 1.9.4. Símbolo de un solo uso |
| 1.9.5. Método de esterilización |
| 1.9.6. Marcado CE |
| 1.10. Cumplimiento Directiva 93/42/CEE o posteriores modificaciones del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios |
| 1.11. Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado |
| 1.12. Declaración UE de conformidad por Organismo Notificado |
| 1.13. Producto sanitario clase IIA o superior |
| ***Art. 1.3. EQUIPO MICROPUNCION VENOSO GUIA NITINOL 3F, 4F y 5F, 7CM. Debe contener al menos:*** |
| 1.3.1. Aguja ecogénica de seguridad 21G 7cm |
| 1.3.2. Guía metálica de nitinol con punta recta |
| 1.3.3. Micro-introductor pelable con dilatador |
| 1.3.4. Libre de látex y DEHP |
| 1.3.5. De un solo uso |
| 1.3.6. Estéril |
| 1.3.7. Presentación en envase unitario estéril que indique de manera clara y legible con Simbología de UNE- EN ISO 15223-1:2022, lo siguiente: |



Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

| **Requisitos mínimos Exp Suministro de catéteres de terapia intravenosa de media duración para procedimientos unidad terapia intravenosa OSI Bilbao Basurto** |
|---|
| 1.3.7.1. Fecha de caducidad |
| 1.3.7.2. Nº lote |
| 1.3.7.3. Referencia del producto |
| 1.3.7.4. Símbolo de un solo uso |
| 1.3.7.5. Método de esterilización |
| 1.3.7.6. Marcado CE |
| 1.3.8. Cumplimiento Directiva 93/42/CEE o posteriores modificaciones del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios |
| 1.3.9. Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado |
| 1.3.10. Declaración UE de conformidad por Organismo Notificado |
| 1.3.11. Producto sanitario clase IIA o superior |

Bilbao a 21/02/2025



Fdo. Nieves Escolano Picado
Adjunta de Recursos Materiales de Enfermería



✉ Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus