PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE 2025/00818

Suministro de mallas quirúrgicas con destino al Servicio de Cirugía General de la OSI Araba

1. OBJETO DEL CONTRATO

Mediante esta contratación se pretende cubrir el suministro de MALLAS QUIRÚRGICAS para su uso en los procedimientos quirúrgicos de reparación/curación de hernias y eventraciones por parte del Servicio de Cirugía General de la OSI Araba, para un periodo total de 5 años (contrato inicial de dos años, más tres posibles prórrogas de un año cada una).

Los productos objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de asistencia sanitaria en la OSI Araba.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1 Requisitos normativos y etiquetas generales

Al objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes y a los profesionales sanitarios de Osakidetza, asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberán reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado y autorizaciones.

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.

Los productos ofertados deberán cumplir los siguientes **requisitos EXCLUYENTES**, los requisitos normativos son comunes a todos los lotes que componen el expediente:

- RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y/o de la restante normativa vigente.
- Reglamento (UE) 2017/745, de 5 de abril, sobre productos sanitarios. Se acreditará:

  - Marcado CE como producto sanitario.

  - Declaración CE de conformidad del fabricante del producto que le corresponda, de acuerdo a la clase de producto sanitario de que se trate. Debe incluir una relación donde se indique para cada uno de los lotes ofertados lo siguiente:
    - Número de marcado CE
    - Conforme a qué Anexo
    - Organismo Notificado Certificador
    - Fechas de vigencia
    - Listado de referencias ofertadas

- Fichas técnicas, en castellano o euskera, actualizadas, incluyendo la referencia del producto/s, junto con una identificación del lote.

2.2 Requisitos sobre instrucciones de uso

Cada producto deberá ir acompañado de la información necesaria para su utilización con plena seguridad y adecuadamente, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios potenciales, y para identificar al fabricante.

Esta información estará constituida por las indicaciones que figuren en el propio producto y/o envase unitario, en la ficha técnica y/o instrucciones de utilización.

Los datos necesarios para la utilización del producto con plena seguridad deberán figurar, siempre que sea factible y adecuado, en el propio producto y/o envase unitario o, en su caso, en el envase comercial. Si no es factible envasar individualmente cada unidad, estos datos deberán figurar en unas instrucciones de utilización que acompañen a uno o varios productos.

3. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS LOTES

3.1 Lotes, precios unitarios y cantidades

El objeto del contrato se constituye en **24 lotes**, en las cantidades y con los precios unitarios máximos a continuación se indican:

Nº LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
	MALLAS PARA HERNIAS INGUINALES			
1	**Mallas preformadas con "plug & patch" para hernioplastias con técnica de Rutkow**			**20.700,00 €**
1.1	Plug pequeño	40	115,00 €	4.600,00 €
1.2	Plug mediano	50	115,00 €	5.750,00 €
1.3	Plug grande	50	115,00 €	5.750,00 €
1.4	Extragrande	40	115,00 €	4.600,00 €
2	**Mallas preformadas para hernioplastias por vía preperitoneal laparoscópicas con paso cordón**			**16.500,00 €**
2.1	Malla derecha 15x10 cm +/-2 cm	50	165,00 €	8.250,00 €
2.2	Malla izquierda 15x10 cm +/-2 cm	50	165,00 €	8.250,00 €

Nº LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
3	**Mallas preformadas para hernioplastias por vía preperitoneal laparoscópicas sin paso cordón**			**37.600,00 €**
3.1	Malla mediana derecha	100	94,00 €	9.400,00 €
3.2	Malla mediana izquierda	100	94,00 €	9.400,00 €
3.3	Malla grande derecha	100	94,00 €	9.400,00 €
3.4	Malla grande izquierda	100	94,00 €	9.400,00 €
	MALLAS PARA HERNIAS VENTRALES			
	Mallas planas para hernioplastias extraperitoneales			
4	Malla de 5x10 cm rectangular +/- 1	200	17,00 €	**3.400,00 €**
5	Malla de 15x15 cm cuadrada +/- 3	300	35,00 €	**10.500,00 €**
6	Malla de 20x25 cm rectangular +/- 3	40	45,00 €	**1.800,00 €**
7	Malla de 30x30 cm rectangular +/- 3	100	70,00 €	**7.000,00 €**
8	Malla de 45x30 cm rectangular +/- 3	10	95,00 €	**950,00 €**
9	Malla de 50x50 cm cuadrada +/- 3	5	145,00 €	**725,00 €**
10	**Mallas biocompatibles**			**29.970,00 €**
10.1	Malla de 10x15 cm +/-1 cm	5	608,00 €	3.040,00 €
10.2	Malla de 25x35 cm +/-5 cm	10	2.693,00 €	26.930,00 €
	Mallas preformadas para hernioplastias intraabdominales laparoscópicas			
11	Malla de 15x10 cm +/-1 cm	12	675,00 €	**8.100,00 €**
12	Malla de 20x15 cm +/-1 cm	35	755,00 €	**26.425,00 €**
13	Malla de 20x25 cm +/-1 cm	12	925,00 €	**11.100,00 €**
14	**Mallas preformadas para hernioplastias umbilicales**			**155.575,00 €**
14.1	Malla pequeña (4 cm) +/- 0.5 cm	425	215,00 €	91.375,00 €
14.2	Malla mediana (6 cm) +/- 0.5 cm	175	237,00 €	41.475,00 €
14.3	Malla grande (8 cm) +/- 0.5 cm	75	303,00 €	22.725,00 €
	MALLAS ESPECIALES			
15	**Mallas autoadhesivas**			**181.750,00 €**
15.1	Malla precortada izda. p/Lichtenstein	450	155,00 €	69.750,00 €
15.2	Malla precortada dcha. p/Lichtenstein	500	155,00 €	77.500,00 €
15.3	Malla rectangular de 15x10 cm +/-1	60	185,00 €	11.100,00 €
15.4	Malla cuadrada de 15x15 cm +/- 1 cm	20	240,00 €	4.800,00 €
15.5	Malla laparoscópica de autofijación anatómica derecha , 13X9 cm	30	310,00 €	9.300,00 €
15.6	Malla laparoscópica de autofijación anatómica izquierda , 13x9 cm	30	310,00 €	9.300,00 €
16	**Mallas absorbibles**			**14.490,00 €**
16.1	Malla de 25x15 cm +/- 1 cm	60	89,50 €	5.370,00 €
16.2	Malla de 30x30 cm +/- 1 cm	60	152,00 €	9.120,00 €
17	**Mallas titanizadas**			**123.920,00 €**
17.1	Malla de 15x15 cm	100	407,00 €	40.700,00 €
17.2	Malla de 30x30 cm	60	1.387,00 €	83.220,00 €

Nº LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
18	**Mallas para colocar en ambiente contaminado**			**16.225,00 €**
18.1	Malla de 15x15 cm	25	145,00 €	3.625,00 €
18.2	Malla de 20x30 cm	20	315,00 €	6.300,00 €
18.3	Malla de 30x30 cm	20	315,00 €	6.300,00 €
19	**Mallas para hernia de hiato**			**11.040,00 €**
19.1	Malla absorbible de 10x15 cm	10	1.104,00 €	11.040,00 €
20	**Mallas para hernia perineal**			**13.770,00 €**
20.1	Malla de 8x12 cm oval	5	412,00 €	2.060,00 €
20.2	Malla de 12x15 cm oval	5	680,00 €	3.400,00 €
20.3	Malla de 15x18 cm oval	5	735,00 €	3.675,00 €
20.4	Malla de 20x25 cm oval	5	927,00 €	4.635,00 €
21	**Mallas para hernia paraestomal**			**5.900,00 €**
21.1	Malla de 15 cm	2	1.475,00 €	2.950,00 €
21.2	Malla de 20 cm	2	1.475,00 €	2.950,00 €
	DISPOSITIVOS PARA FIJACIÓN DE MALLAS			
22	Dispositivo irreabsorbible con 15 clips	150	218,00 €	**32.700,00 €**
23	Dispositivo absorbible con 15 clips	40	408,25 €	**16.330,00 €**
24	**Cola quirúrgica para fijación de mallas**			**103.150,00 €**
24.1	Envase ≤ 2 ml	400	164,00 €	65.600,00 €
24.2	Aplicador vía abierta	10	5,00 €	50,00 €
24.3	Aplicador vía laparoscópica	200	145,00 €	29.000,00 €
24.4	Aplicador largo con micronebulizador	50	170,00 €	8.500,00 €
	PRESUPUESTO BASE (IVA excluido)			**849.620,00 €**
	PRESUPUESTO BASE (IVA incluido)			**934.582,00 €**

El número de unidades previsto es estimativo, por estar subordinado a la actividad de la OSI Araba, y por tanto no se considera elemento esencial del contrato. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna.

A todos los efectos se entenderá que el precio unitario estimado como máximo por la Administración comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución del contrato, y toda clase de tasas, impuestos (excepto IVA) y licencias.

3.2 Especificaciones técnicas por lotes del fungible

A continuación, se detallan las **características mínimas** que deben cumplir los productos ofertados por las empresas licitadoras. Las ofertas que no cumplan con dichas características técnicas mínimas quedarán EXCLUIDAS.

MALLAS PARA HERNIAS INGUINALES

MALLAS PREFORMADAS CON "PLUG & PATCH" PARA HERNIOPLASTIAS CON TÉCNICA DE RUTKOW		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
1	1.1	Plug pequeño
	1.2	Plug mediano
	1.3	Plug grande
	1.4	Extragrande
Requisitos		- Composición: polipropileno como material irreabsorbible. - Malla ultraporosa con tamaño de poro > 1 mm. - Malla ultraligera con peso ≤ 50 gr/m^2. - La malla plana no será inferior a 6x11 cm y estará precortada.

MALLAS PREFORMADAS PARA HERNIOPLASTIAS POR VÍA PREPERITONEAL LAPAROSCÓPICAS CON PASO CORDÓN		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
2	2.1	Malla derecha 15x10 cm +/-2 cm
	2.2	Malla izquierda 15x10 cm +/-2 cm
Requisitos		- Composición: polipropileno como material irreabsorbible. - Malla preformada con hendidura para pase de cordón espermático. - Deberá suministrarse para ambos lados de la pelvis. - Peso molecular 35-60 g/m^2 - Tamaño poro > 1mm.

MALLAS PREFORMADAS PARA HERNIOPLASTIAS POR VÍA PREPERITONEAL LAPAROSCÓPICA SIN PASO CORDÓN		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
3	3.1	Malla mediana derecha
	3.2	Malla mediana izquierda
	3.3	Malla grande derecha
	3.4	Malla grande izquierda
Requisitos		- Composición: polipropileno como material irreabsorbible. - Malla preformada en forma anatómica tridimensional adaptada al espacio preperitoneal. - Deberá suministrarse, al menos, en dos tamaños y para ambos lados de la pelvis. - Peso molecular 35-60 g/m^2 - Tamaño poro > 1mm.

MALLAS PARA HERNIAS VENTRALES

MALLAS PLANAS PARA HERNIOPLASTIAS EXTRAPERITONEALES	
Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
4	Malla de 5x10 cm rectangular +/- 1
5	Malla de 15x15 cm cuadrada +/- 3
6	Malla de 20x25 cm rectangular +/- 3
7	Malla de 30x30 cm rectangular +/- 3
8	Malla de 45x30 cm rectangular +/- 3
9	Malla de 50x50 cm cuadrada +/- 3
Requisitos	- Composición: polipropileno, poliéster o PVDF como material irreabsorbible. - Malla ultraporosa con tamaño de poro > 1 mm. - Malla ultraligera con peso ≤ 60 gr/m2. - Grosor inferior a 0,55 mm.+/- 0.05 mm. - Resistencia tensil ≥ 30 N/cm.

MALLAS BIOCOMPATIBLES		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
10	10.1	Malla de 10x15 cm +/-1 cm
	10.2	Malla de 25x35 cm +/-5 cm
Requisitos		- Composición: PGA + TMC - Posibilidad de contacto con vísceras.

MALLAS PREFORMADAS PARA HERNIOPLASTIAS INTRAABDOMINALES LAPAROSCÓPICAS	
Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
11	Malla de 15x10 cm +/-1 cm
12	Malla de 20x15 cm +/- 1cm
13	Malla de 20x25 cm +/- 1cm
Requisitos	- Composición: material monofilamento irreabsorbible, recubierto por una/s lámina/s de material reabsorbible que permita el contacto de la malla con el peritoneo y las vísceras abdominales.

MALLAS PREFORMADAS PARA HERNIOPLASTIAS UMBILICALES		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
14	14.1	Malla pequeña (4 cm) +/- 0.5 cm
	14.2	Malla mediana (6 cm) +/- 0.5 cm
	14.3	Malla grande (8 cm) +/- 0.5 cm
Requisitos		- Composición: material monofilamento irreabsorbible, recubierto por una capa de material reabsorbible que permita el contacto de la malla con el peritoneo y las vísceras abdominales. - Tiras/cintas incorporadas para fijación de malla.

MALLAS ESPECIALES

MALLAS AUTOADHESIVAS		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
15	15.1	Malla precortada izq. para Lichtenstein
	15.2	Malla precortada dch. para Lichtenstein
	15.3	Malla cuadrada de 15x15 cm +/-1 cm
	15.4	Malla cuadrada de 15X15 cm +/- 1 cm
	15.5	Malla laparoscópica de autofijación anatómica derecha, 13x9 cm
	15.6	Malla laparoscópica de autofijación anatómica izquierda, 13x9 cm
Requisitos		- Composición: monofilamento irreabsorbible. - Malla ultraporosa con tamaño de poro ≥ 0,60 mm^2. - Malla ultraligera con peso ≤ 60 gr/m^2. - Malla con sistema autoadhesivo efecto velcro para la implantación atraumática de la malla. - Sistema autoadhesivo que permita el reposicionamiento de la malla.

MALLAS ABSORBIBLES		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
16	16.1	Malla de 25x15 cm +/- 1 cm
	16.2	Malla de 30x30 cm +/- 1 cm
Requisitos		- Composición: ácido poliglicólico puro. - Bajo peso molecular. 43 gr/m^2 +/- 5 gr/m^2 - Posibilidad de contacto con vísceras.

MALLAS TITANIZADAS		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
17	17.1	Malla de 15x15 cm
	17.2	Malla de 30x30 cm
Requisitos		- Composición: polipropileno recubrimiento de dióxido de titanio. - Poro de 2.8 mm.

MALLAS PARA COLOCAR EN AMBIENTE CONTAMINADO		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
18	18.1	Malla de 15x15 cm
	18.2	Malla de 20x30 cm
	18.3	MALLA DE 30x30 cm
Requisitos		- Composición: polipropileno con iones de plata. - Apto para ambiente contaminado.

MALLAS PARA HERNIA DE HIATO		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
19	19.1	Malla absorbible de 10x15 cm
Requisitos		- Composición: malla bioabsorbible sintética, utilizable en distintas partes del organismo, en el peritoneo y con posibilidad de contacto visceral. - Poly-4-hydroxibutirato.

MALLAS PARA HERNIA PERINEAL		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
20	20.1	Malla de 8x12 cm OVAL
	20.2	Malla de 12x15 cm OVAL
	20.3	Malla de 15x18 cm OVAL
	20.4	MALLA de 20x25 cm OVAL
Requisitos		- Composición: material monofilamento irreabsorbible recubierto por material reabsorbible que permita el contacto con peritoneo y vísceras abdominales.

MALLAS PARA HERNIA PARAESTOMAL		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
21	21.1	Malla de 15 cm
	21.2	Malla de 20 cm
Requisitos		- Composición: material monofilamento irreabsorbible recubierto por material reabsorbible que permita el contacto con peritoneo y vísceras abdominales. - Preformada tridimensionalmente para adaptarse al intestino y al defecto herniario.

DISPOSITIVOS PARA FIJACIÓN DE MALLAS

DISPOSITIVOS PARA FIJACIÓN DE MALLAS	
Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
22	Dispositivo irreabsorbible con 15 clips
23	Dispositivo absorbible con 15 clips
Requisitos	- Fácil aplicación - Protección posterior del material para contacto con vísceras.

COLA QUIRÚRGICA PARA FIJACIÓN DE MALLAS		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
24	24.1	Envase ≤ 2 ml
	24.2	Aplicador vía abierta
	24.3	Aplicador vía laparoscópica
	24.4	Aplicador largo con micronebulizador
Requisitos		- Alto poder adhesivo. - Baja reacción exotérmica.

Únicamente podrá ofertarse una misma referencia por lote/calibre de sonda. En caso de que una misma referencia de producto se ofertara a más de un lote/calibre de sonda, quedarán EXCLUÍDAS las ofertas de los lotes en los que conste dicha referencia.

4. MUESTRAS

Para la valoración de los lotes ofertados, es condición imprescindible el envío del nº de muestras que se indican, que deberán corresponderse exactamente con el producto a suministrar y debidamente identificadas de todos los artículos ofertados.

Dado que el expediente está compuesto de lotes que a su vez contienen varios sublotes o se trata de lotes que pertenecen a un mismo grupo de mallas, por cada uno de los lotes o grupo de lotes ofertados deberán presentar muestras, únicamente, de los lotes o sublotes que a continuación se indican:

Nº LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	Nº MUESTRAS
	MALLAS PARA HERNIAS INGUINALES	
2	**Mallas preformadas para hernioplastias por vía preperitoneal laparoscópicas con paso cordón**	
2.1	Malla derecha 15x10 cm +/-2 cm	2
3	**Mallas preformadas para hernioplastias por vía preperitoneal laparoscópicas sin paso cordón**	
3.3	Malla grande derecha	2
	MALLAS PARA HERNIAS VENTRALES	
	Mallas planas para hernioplastias extraperitoneales	
7	Malla de 30x30 cm rectangular +/- 3	2
10	**Mallas biocompatibles**	
10.1	Malla de 10x15 cm +/-1 cm	1
	Mallas preformadas para hernioplastias intraabdominales laparoscópicas	
12	Malla de 20x15 cm +/-1 cm	1
14	**Mallas preformadas para hernioplastias umbilicales**	
14.1	Malla pequeña (4 cm) +/- 0.5 cm	2
	MALLAS ESPECIALES	
15	**Mallas autoadhesivas**	
15.2	Malla precortada dcha. p/Lichtenstein	2
15.4	Malla cuadrada de 15x15 cm +/- 1 cm	2
15.5	Malla laparoscópica de autofijación anatómica derecha, 13x9 cm	2
16	**Mallas absorbibles**	
16.2	Malla de 30x30 cm +/- 1 cm	2

17	**Mallas titanizadas**	
17.1	Malla de 15x15 cm	1
18	**Mallas para colocar en ambiente contaminado**	
18.2	Malla de 20x30 cm	1
19	**Mallas para hernia de hiato**	
19.1	Malla absorbible de 10x15 cm	1
20	**Mallas para hernia perineal**	
20.3	Malla de 15x18 cm oval	1
21	**Mallas para hernia paraestomal**	
21.2	Malla de 20 cm	1
	DISPOSITIVOS PARA FIJACIÓN DE MALLAS	
22	Dispositivo irreabsorbible con 15 clips	2
23	Dispositivo absorbible con 15 clips	2
24	**Cola quirúrgica para fijación de mallas**	
24.1	Envase ≤ 2 ml	2
24.3	Aplicador vía laparoscópica	2

Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación (envasado individual estéril). Se presentarán tal y como vayan a ser suministrados a las organizaciones peticionarias, siguiendo los criterios que se establecen en el presente apartado.

El último día de presentación será el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

No obstante, la OSI Araba, en el momento de elaborar el Informe Técnico, podrá solicitar más muestras si lo considera necesario.

Las empresas que no presenten muestras quedarán EXCLUIDAS del proceso.

No se admitirán artículos que, siendo preceptiva, no contengan la referencia CE impresa.

Las muestras que no haya sido necesario utilizar se quedarán en la OSI Araba, salvo en los casos en que el proveedor manifieste la intención de recuperación de las mismas antes de transcurrido un mes desde la adjudicación.

4.1 Cantidad

Se deberán entregar las cantidades de los lotes /sublotes detallados en el cuadro que figura en el punto 4.

Respecto de los lotes o grupo de lotes en que no se solicitan muestras de todos y cada uno de los artículos que lo componen, se presupone que la calidad de los distintos artículos del grupo es la misma, variando únicamente las medidas. Por ello:

- En la oferta se hará referencia al compromiso de que la calidad de los artículos que componen cada lote o grupo de lotes será igual que la del artículo cuya muestra se aporta.

- De no ser así, deberán aportarse muestras de cada artículo, en las cantidades indicadas para el artículo de referencia.

4.2 Lugar de entrega

Las muestras se entregarán en la siguiente dirección:

CENTRO	DIRECCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	A LA ATENCIÓN DE
OSI ARABA HUA TXAGORRITXU	**C/ José Achótegui, s/n 01009 - Vitoria-Gasteiz**	**Almacén General**	**Dra. Eugenia Campo**

Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para la OSI Araba.

Las muestras deberán estar depositadas en la dirección arriba indicada, siendo el último día de presentación el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas. La falta de cumplimiento de este requisito puede ser causa de **EXCLUSIÓN**.

Las muestras se deberán entregar con el correspondiente albarán de entrega que deberá ir fuera del embalaje para su sellado de entrada por el centro.

Asimismo, a efectos de su constancia en el expediente de contratación, se deberá enviar copia del albarán de entrega a la dirección de correo electrónico:

contratacionadva.osiaraba@osakidetza.eus

4.3 Normas para la identificación de las muestras:

Las muestras deberán estar debidamente identificadas, con los siguientes datos:

- Nº de expediente
- Nº de lote (y sublote, en su caso)
- Nombre empresa ofertante
- Marca producto ofertado
- Referencia del artículo para el proveedor

MODELO DE ETIQUETA DE MUESTRA

Nº de expediente: <<***expediente***>>
Nº de Lote: <<***Lote***__ >>
Nombre empresa: <<***empresa***>>
Marca producto ofertado: <<***marca***>>
Referencia del artículo para el proveedor: <<***Refª proveedor***>>

El tamaño de la etiqueta no tiene importancia. La empresa ofertante la ajustará según tamaño de la muestra a aportar, teniendo en cuenta que en ningún caso deberá tapar datos esenciales del artículo.

El envase unitario que no reúna los requisitos de identificación, podrá quedar **EXCLUIDO**. La Comisión Técnica se reserva el derecho a excluir la oferta al lote completo por dicho motivo.

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los plazos de entrega del suministro serán los señalados en el apartado 15.3 del PCAP.

En caso de roturas de stock del adjudicatario, éste deberá comunicar dicha circunstancia con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha de entrega de los productos. En todo caso, el adjudicatario, será responsable de garantizar el suministro de artículos de iguales o superiores características en calidad e igual precio a los contratados sin que lo anterior suponga un coste adicional para Osakidetza, debiendo notificar dicha circunstancia, aportando la ficha técnica y muestra de los mismos.

El adjudicatario deberá mantener en sus almacenes un stock de contingencia equivalente al menos al 10% de la cantidad licitada para un año, estando en disposición de servir dicho material en los plazos de entrega antes indicados. Durante el primer mes de ejecución del contrato, el adjudicatario deberá aportar una declaración responsable de dicho stock de reserva, indicando la dirección completa del almacén en el que está custodiado, número de unidades, lote de fabricación y fecha de caducidad. Trimestralmente el adjudicatario deberá actualizar mediante declaración responsable dicho stock. OSI Araba se reserva el derecho de verificar por sus propios medios el cumplimiento de dicho requisito mediante visitas al almacén del adjudicatario. En caso de que exista discrepancia entre las unidades declaradas y las que se puedan verificar en la visita in situ, esto podrá ser objeto de resolución del contrato.