Pliego de Prescripciones Técnicas para la Adquisición de Ecógrafos para Rehabilitación del Hospital Gernika-Lumo y del Ambulatorio de Durango (Landakao) de la OSI Barrualde-Galdakao 2025/00631

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 2

II. ASPECTOS LEGALES 2

III. VALOR ESTIMADO 2

ANEXO I 3

A. CARACTERISTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 3

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de adquisición de Ecógrafos para Rehabilitación del Hospital de Gernika-Lumo y Rehabilitación del Ambulatorio de Durango (Landako) de Osi Barrualde-Galdakao ESi, cuyas características se describen en el ANEXO I de este pliego.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Así mismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

III. VALOR ESTIMADO

PERIODOS	IMPORTE MÁX IVA EXC
Presupuesto máximo contrato inicial SIN IVA	64.200,00 €
Presupuesto previsto para modificaciones 20% SIN IVA	12.840,00 €
Valor estimado del expediente SIN IVA	**77.040,00 €**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

ANEXO I

LOTE	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN IVA
1	ECOGRAFO PARA REHABILITACION	2	32.100,00 €	64.200,00 €
				64.200,00 €

A. CARACTERISTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES

Lote 1 - Ecógrafos para Rehabilitación de HGL y Rehabilitación de A.Durango (Landako):

- **PLATAFORMA**

Equipo de arquitectura digital para realizar estudios en el ámbito de un servicio de Rehabilitación.
Equipo montado sobre carro de fácil maniobrabilidad, de ergonomía avanzada, que aloje sondas y todos los accesorios.
Peso máximo del conjunto de 50kg.
Pantalla táctil sin botones de 20".
Batería mínima de 120 minutos de autonomía.
Conexión de, al menos, 2 Transductores en el equipo.
Equipo resistente a líquidos, de fácil limpieza y desinfección. Certificados Ipx 7 para Sondas.
Diseñado para admitir cualquier configuración de array: lineal, Convex microconvex, Sectorial, etc.
Rango dinámico mínimo de 180db
Presentación de imágenes ecográficas en tiempo real y forma estática.
Estación de trabajo integrada para revisión, post-proceso de imágenes, medición y cuantificación y generación de informes.
Memoria de cine.

- **APLICACIONES: Plataforma preparada para trabajar, al menos, con las siguientes aplicaciones**

Abdominal
Partes Blandas y superficiales
Músculo-esquelético
Vascular
Columna
Nervio

- **MODOS DE IMAGEN**

Modo Bidimensional
Modo Doppler Color
Modo Doppler Color Power Angio (Dopler potencia)
Modo Dual
Segundo Armónico
Modo M
Zoom de alta resolución panorámico de escritura y lectura en tiempo real

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

- **CONTROLES DE SISTEMA**

Optimización automática de Imagen B con ajuste automático de frecuencias y focos.
Selección directa de cualquier transductor conectado.
Control ganancia general y TGC control de ganancia en profundidad
Sistema de mejora de imagen con reducción automática de ruido.
Posibilidad de emitir haces multiangulados, que amplíen la información recibida.

- **SOFTWARE**

Arquitectura completamente abierta para ampliaciones futuras de software (tanto actuales como futuras).
Programas de arranque de aplicaciones definidas por fábrica.
Programas de medidas y cálculos completos para todas las aplicaciones Msk
Programas de anotaciones, comentarios y marcas corporales.
Software de aguja en sondas lineales y convex.
Software de línea Media y Marcaje central en transductores.

- **CONECTIVIDAD Y ALMACENAMIENTO**

DICOM
Integrado con la Agenda/Citación de pacientes de E-Osabide y permitirá que los informes de las Exploraciones realizadas se integren con la Historia del Paciente.
Estación de trabajo integrada en el equipo
Almacenamiento mínimo de 100Gb de HDD
Captura retrospectiva y prospectiva de clips en un dispositivo interno o en un medio extraíble.
Capacidad de grabación en USB para el almacenamiento de imágenes DICOM o para la exportación en formatos JPEG o AVI para la compatibilidad con PC.
Capacidad de conexión Wireless
Estructura en formatos JPG, AVI u otros compatibles con Windows, en medios de almacenamiento extraíbles.

- **TRANSDUCTORES**

Transductor Lineal 3-12Mhz aproximadamente
Transductor Convex 1-5Mhz aproximadamente

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. **Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)