

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO

SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUTURA MECÁNICA PARA CIRUGÍA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE OSAKIDETZA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2023/01912

0. ÍNDICE

0. ÍNDICE.....	2
1. OBJETO DEL CONTRATO.....	4
1.1. Justificación de necesidad e idoneidad del contrato.....	4
1.2. Justificación de insuficiencia de medios en contratos de servicios.....	5
1.3. Procedimiento de adjudicación	5
2. ÁMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO	5
2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestación y/o ejecución.....	5
3. LOTES.....	6
3.1. Lotes: Objeto; Descripción	6
4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES	6
5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTES	7
5.1. Requisitos normativos por lote.....	7
6. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES	7
6.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los lotes:	7
6.2. Requisitos técnicos generales excluyentes aplicables a todos los lotes:	8
7. REQUISITOS TÉCNICOS POR LOTES	8
7.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote	8
7.2. Requisitos técnicos no excluyentes por lote	14
7.3. Número máximo de lotes a los que licitar	14
7.4. Número máximo de adjudicatarios por lotes	14
8. VARIANTES TÉCNICAS.....	15
9. MUESTRAS / PRESENTACIÓN DE PRODUCTO/ VISITA DE OBRA	15
9.1. Muestras	15
9.1.1. Normas para la identificación de las muestras	15
9.1.2. Normas para la identificación de las muestras	17
9.1.3. Presentación de muestras (unidades y destinos)	18
9.2. Presentación del producto.....	18
9.3. Visita de obra	19

10. LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA / PLAN DE PUESTA DE MARCHA.....	19
11. MODELO DE GESTIÓN	19
11.1. Equipo organizativo.....	19
11.2. Medios personales adscritos a la ejecución del contrato	19
11.3. Medios materiales adscritos a la ejecución del contrato	20
12. EJECUCIÓN / FACULTAD DE INSPECCIÓN / PLAN DE TRABAJO / PROGRAMA DE TRABAJO	20
12.1. Condiciones de ejecución.....	20
12.2. Modelo de control y seguimiento (facultad de inspección)	21
12.3. Programa de trabajo	22

1. OBJETO DEL CONTRATO

Mediante la presente contratación se pretende cubrir las necesidades actuales de **MATERIAL DE SUTURA MECÁNICA PARA CIRUGÍA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE OSAKIDETZA.**

1.1. Justificación de necesidad e idoneidad del contrato

Las Organizaciones de Servicios de Osakidetza, precisan de dispositivos de sutura mecánica para cirugía abierta y laparoscópica muy utilizados en la práctica asistencial por parte de los servicios quirúrgicos de los diferentes hospitales. Por ello, el objetivo de esta contratación es poner a disposición de los profesionales de Osakidetza dicho material.

La sutura es el material destinado a favorecer la cicatrización de una herida mediante el cosido quirúrgico de los bordes de esta, con objeto de mantenerlos unidos. Pueden ser de hilo, grapas, bandas de cierre de piel (sterile-strip) o adhesivos tópicos.

Las suturas manuales son las que se realizan el cosido quirúrgico con hilo y aguja.

Las **suturas mecánicas** grapan el tejido y, además, algunas tienen también la opción de corte. Los más utilizados son: la grapadora de piel, T.A. (Thoracic Abdominal), G.I.A. (Gastrointestinal Anastomosis) y la E.E.A. (End to End Anastomosis) y C.E.E.A (Circular End to End Anastomosis). Por último, la ligadura es el cierre o estrangulamiento de una estructura anatómica, ya sea por medio manual (sutura manual sin aguja) o mecánica (clips, hemoclips, etc.).

En la actualidad, la utilización de la sutura mecánica está generalizada en todos los servicios quirúrgicos de los hospitales y centros sanitarios de Osakidetza, aportando seguridad, calidad y rapidez al acto quirúrgico.

La configuración de los lotes se plantea en base a la especificación de las características técnicas de los productos objeto de contratación. Así, los 21 lotes se diferencian por los tipos de dispositivos, y sus respectivas cargas, en función de su utilización en cirugía abierta y laparoscópica.

No disponiendo de medios materiales ni humanos necesarios para abastecerse, se considera idónea la contratación externa. La compra de **MATERIAL DE SUTURA MECÁNICA PARA CIRUGÍA ABIERTA Y LAPAROSCÓPICA** ha sido declarada de carácter estratégico y de adquisición centralizada por acuerdo de 22 de diciembre de 2022 del Consejo de Administración de Osakidetza.

1.2. Justificación de insuficiencia de medios en contratos de servicios

No procede.

1.3. Procedimiento de adjudicación

Tal y como se menciona en la Memoria Justificativa, el procedimiento seleccionado es el **ABIERTO**, sujeto a regulación armonizada de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

2. ÁMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El presente contrato se adjudicará para cubrir las necesidades de material de sutura mecánica para cirugía abierta y laparoscópica.

2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestación y/o ejecución

EL presente contrato será de aplicación a las siguientes Organizaciones de Servicios de Osakidetza:

- OSI ARABA
- OSI DEBAGOIENA
- OSI DONOSTIALDEA
- OSI BIDASOA
- OIS GOIERRI-ALTO UROLA
- OSI DEBABARRENA
- OSI URIBE
- OSI BILBAO-BASURTO
- OSI BARRUALDE-GALDAKAO
- OSI BARAKALDO-SESTAO
- OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES
- FUNDACION ONKOLOGIKOA

Una vez adjudicado el expediente, las Organizaciones de Servicios concretarán con las mercantiles los lugares de entrega, la cadencia y cualquier otro extremo necesario para la adecuada garantía y calidad del suministro.

3. LOTES

3.1. Lotes: Objeto; Descripción

Se presenta un desglose amplio de lotes de diferentes diseños, características y longitudes debido a su utilización según el tipo de cirugía (abierta, laparoscópica) y las características del tejido a suturar (vascular, normal, intermedio, grueso, extra grueso).

LOTE	DENOMINACIÓN LOTE
1	GRAPADORA CUTÁNEA Y EXTRACTOR DE GRAPAS
2	GRAPADORA LINEAL RECTA SIN CORTE RECARGABLE CON FUNCIÓN DE CLAMP
3	GRAPADORA LINEAL RECTA SIN CORTE RECARGABLE CON DOBLE O TRIPLE LÍNEA ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO
4	GRAPADORA LINEAL CORTADORA RECARGABLE PARA TEJIDOS VASCULAR, NORMAL, INTERMEDIO Y GRUESO
5	GRAPADORAS-CORTADORAS 55 Y 75 MM CIERRE SELECCIONABLE
6	GRAPADORA LINEAL CORTADORA RECARGABLE CIRUGÍA ABIERTA PARA DOBLE O TRIPLE LÍNEA ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO
7	GRAPADORA CORTADORA CURVA RECTAL GRAPADO 3D
8	GRAPADORA ENDOCORTADORA ARTICULADA PARA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 12 MM
9	GRAPADORA ENDOCORTADORA AUTOMÁTICA PARA LAPAROSCOPIA / CIRUGÍA ABIERTA CON BATERÍA DESECHABLE
10	GRAPADORA UNIVERSAL PARA LAPAROSCOPIA Y CARGAS CON CUCHILLA INCORPORADA
11	FUNDA PROTECTORA PARA MANGO ELÉCTRICO
12	GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTADORA CON ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2 MM
13	GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTADORA CON CABEZAL BASCULANTE Y Sonda
14	GRAPADORA CORTADORA MOTORIZADA / GRAPADORA CORTADORA MECÁNICA
15	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA
16	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR 28 Y 32 MM YUNQUE EXTRA LARGO
17	JARETADOR PARA BOLSA DE TABACO 45 Y 65MM
18	APLICADORES DE CLIPS CIRUGÍA ABIERTA DIFERENTES LONGITUDES Y PRECARGADOS CON AL MENOS 20 CLIPS
19	APLICADORES DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y PRECARGADOS 33CM CON AL MENOS 15 CLIPS
20	APLICADORES DE CLIPS CIRUGÍA ABIERTA DIFERENTES LONGITUDES Y PRECARGADOS CON AL MENOS 15 CLIPS
21	APLICADORES DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 29 Y 33CM CON AL MENOS 15 CLIPS

4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES

Al objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes y a los profesionales sanitarios de Osakidetza, asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberán reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado y autorizaciones.

Los productos ofertados deberán cumplir los siguientes requisitos **EXCLUYENTES**:

Cumplimiento **Real Decreto 192/2023 de 21 de marzo** por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.

Se acreditará:

- Marcado CE como producto sanitario
- Declaración CE de conformidad del fabricante de acuerdo a la clase de producto sanitario que le corresponda. Debe incluir una relación donde se indique para cada uno de los lotes ofertados lo siguiente:
 - Número de marcado CE
 - Conforme a qué Anexo
 - Organismo Notificado Certificador
 - Fechas de vigencia
 - Listado de referencias ofertadas

5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTES

5.1. Requisitos normativos por lote

Los requisitos normativos son comunes a todos los lotes que componen este expediente.

Ver apartado 4.

6. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES

6.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los lotes:

Presentación e identificación de los productos:

Presentación: Los productos se presentarán en envase estéril.

Identificación: Con objeto de garantizar la trazabilidad y el seguimiento del producto a lo largo de toda la cadena de suministro, cada envase debe venir identificado mediante el símbolo del código de barras en el estándar GS1 128, que contendrá los siguientes identificadores de aplicación (IA):

- (01) seguido del código EAN.UCC (GTIN13) de la unidad
- (17) Fecha de caducidad
- (10) número de lote
- (21) número de serie (en los productos que aplique)

Así mismo en el etiquetado se deberá incluir:

- Identificación de la empresa fabricante y del producto

- Método de esterilización (cuando proceda)
- Identificación del material no reutilizable
- Marcado CE

Garantías de identificación: Las empresas adjudicatarias se comprometen a notificar, inmediatamente, cualquier cambio en la identificación del producto durante la vigencia del contrato, a los servicios de Compra de las organizaciones de servicios y a la Unidad Central de Compras de la Organización Central.

Cuando el licitador sea un **representante autorizado**, lo documentará expresamente.

6.2. Requisitos técnicos generales excluyentes aplicables a todos los lotes:

Si una misma referencia de producto se oferta a más de un lote, quedarán EXCLUÍDAS las ofertas de los lotes en los que conste dicha referencia.

7. REQUISITOS TÉCNICOS POR LOTES

7.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote

LOTES DEL 1 AL 21

7.1.1. Lotes del 1 al 21: Requisitos técnicos

LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN
1	GRAPADORA CUTÁNEA Y EXTRACTOR DE GRAPAS
1.1	GRAPADORA PARA SUTURA MECÁNICA CUTÁNEA
1.2	EXTRACTOR DE GRAPAS CUTÁNEAS
2	GRAPADORA LINEAL RECTA SIN CORTE RECARGABLE CON FUNCIÓN DE CLAMP
2.1	GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1,0MM
2.2	GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
2.3	GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 4,8MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
2.4	GRAPADORA LINEAL RECTA 60MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
2.5	GRAPADORA LINEAL RECTA 60MM 4,8MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
2.6	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1,0MM
2.7	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
2.8	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 4,8MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
2.9	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 60MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
2.10	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 60MM 4,8MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM

LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN
3	GRAPADORA LINEAL RECTA SIN CORTE RECARGABLE CON DOBLE O TRIPLE LÍNEA ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO
3.1	GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR CIERRE 1MM
3.2	GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
3.3	GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 4,8MM TEJIDO GRUESO CIERRE 2MM
3.4	GRAPADORA LINEAL RECTA 45MM 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
3.5	GRAPADORA LINEAL RECTA 45MM 4,8MM TEJIDO GRUESO CIERRE 2MM
3.6	GRAPADORA LINEAL RECTA 60MM 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
3.7	GRAPADORA LINEAL RECTA 90MM 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
3.8	GRAPADORA LINEAL RECTA 90MM 4,8MM TEJIDO GRUESO CIERRE 2MM
3.9	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR CIERRE 1MM
3.10	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
3.11	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 30MM 4,8MM TEJIDO GRUESO CIERRE 2MM
3.12	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 45MM 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
3.13	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 45MM 4,8MM TEJIDO GRUESO CIERRE 2MM
3.14	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 60MM 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
3.15	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 90MM 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
3.16	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 90MM 4,8MM TEJIDO GRUESO CIERRE 2MM
4	GRAPADORA LINEAL CORTADORA RECARGABLE PARA TEJIDOS VASCULAR, NORMAL, INTERMEDIO Y GRUESO
4.1	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 55MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1,0MM
4.2	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 55MM 3,85 MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
4.3	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 55MM 4,5 MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
4.4	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM 3,85 MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
4.5	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM 4,2MM TEJIDO INTERMEDIO (NORMAL-GRUESO). CIERRE 1,8MM
4.6	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM 4,5 MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
4.7	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 100MM 3,85 MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
4.8	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 100MM 4,5 MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
4.9	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 55MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1,0MM
4.10	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 55MM 3,85MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
4.11	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 55MM 4,5MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2MM
4.12	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM 3,85MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
4.13	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM 4,2MM TEJIDO INTERMEDIO (NORMAL-GRUESO). CIERRE 1,8MM
4.14	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM 4,5MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
4.15	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 100MM 3,85MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
4.16	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 100MM 4,5MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
5	GRAPADORAS-CORTADORAS 55 Y 75 MM CIERRE SELECCIONABLE
5.1	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 55MM 3 CIERRES SELECCIONABLES NORMAL-INTERMEDIO-GRUESO PARA 6 FILAS GRAPAS
5.2	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM 3 CIERRES SELECCIONABLES NORMAL-INTERMEDIO-GRUESO PARA 6 FILAS GRAPAS
5.3	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 55MM ALTURA REGULABLE NORMAL-INTERMEDIO-GRUESO. 6 FILAS GRAPAS 3D

LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN
5.4	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM ALTURA REGULABLE NORMAL-INTERMEDIO-GRUESO. 6 FILAS GRAPAS 3D
6	GRAPADORA LINEAL CORTADORA RECARGABLE CIRUGÍA ABIERTA PARA DOBLE O TRIPLE LÍNEA ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO
6.1	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 60MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1MM
6.2	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 60MM TEJIDO MEDIO/GRUESO. ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
6.3	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 60MM TEJIDO EXTRA GRUESO. ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
6.4	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 80MM TEJIDO MEDIO/GRUESO. ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
6.5	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 80MM TEJIDO EXTRA GRUESO. ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
6.6	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 60MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR CIERRE 1MM
6.7	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 60MM TEJIDO MEDIO/GRUESO. ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
6.8	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 60MM TEJIDO EXTRA GRUESO. ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
6.9	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 80MM TEJIDO MEDIO/GRUESO. ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
6.10	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 80MM TEJIDO EXTRA GRUESO. ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
6.11	GRAPADORA CORTADORA LINEAL UNIVERSAL CIRUGÍA ABIERTA - EJE 6CM ARTICULACIÓN 45º
6.12	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 60MM TEJIDO MEDIO/GRUESO. CIERRE 1,25-1,5-1,75MM
6.13	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 80MM TEJIDO EXTRA GRUESO. CIERRE 1,75-2-2,25MM
7	GRAPADORA CORTADORA CURVA RECTAL GRAPADO 3D
7.1	GRAPADORA CORTADORA LINEAL CURVA RECTAL 40MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM GRAPADO 3D
7.2	GRAPADORA CORTADORA LINEAL CURVA RECTAL 40MM 4,7MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM GRAPADO 3D
7.3	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL CURVA RECTAL 40MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM GRAPADO 3D
7.4	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL CURVA RECTAL 40MM 4,7MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM GRAPADO 3D
8	GRAPADORA ENDOCORTADORA ARTICULADA PARA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 12 MM
8.1	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 35MM C/CARGA 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1,0MM
8.2	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 35MM C/CARGA 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
8.3	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM S/CARGA
8.4	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA 35MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1,0MM
8.5	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA 35MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
8.6	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA 45MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1,0MM
8.7	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA 45MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
8.8	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA 45MM 4,8MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
9	GRAPADORA ENDOCORTADORA AUTOMÁTICA PARA LAPAROSCOPIA / CIRUGÍA ABIERTA CON BATERÍA DESECHABLE
9.1	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA AUTOMÁTICA 35MM 320MM DIAM. EJE 9MM/7MM BATERÍA DESECHABLE
9.2	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA AUTOMÁTICA 45MM 340MM LONG. DIAM. EJE 12MM BATERÍA DESECHABLE
9.3	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA AUTOMÁTICA 60MM 340MM LONG. DIAM. EJE 12MM BATERÍA DESECHABLE
9.4	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA AUTOMÁTICA 45MM 280MM C. ABIERTA. DIAM. EJE 12MM BATERÍA DESECHABLE
9.5	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA AUTOMÁTICA 60MM 280MM C. ABIERTA. DIAM. EJE 12MM BATERÍA DESECHABLE

LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN
9.6	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA AUTOMÁTICA 35MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1,0MM
9.7	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1,0MM
9.8	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
9.9	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM 3,8MM TEJIDO INTERMEDIO (NORMAL-GRUESO). CIERRE 1,8MM
9.10	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM 4,1MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
9.11	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR. CIERRE 1,0MM
9.12	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
9.13	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 3,8MM TEJIDO INTERMEDIO (NORMAL-GRUESO). CIERRE 1,8MM
9.14	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 4,1MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM
9.15	GRAPADORA CIRCULAR CURVA MOTORIZADA EJE ESTANCO, BATERÍA DESECHABLE 25MM ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2MM GRAPADO 3D
9.16	GRAPADORA CIRCULAR CURVA MOTORIZADA EJE ESTANCO, BATERÍA DESECHABLE 29MM ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2MM GRAPADO 3D
9.17	GRAPADORA CIRCULAR CURVA MOTORIZADA EJE ESTANCO, BATERÍA DESECHABLE 31MM ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2MM GRAPADO 3D
10	GRAPADORA UNIVERSAL PARA LAPAROSCOPIA Y CARGAS CON CUCHILLA INCORPORADA
10.1	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA UNIVERSAL - EJE 16CM ARTICULACIÓN 45º
10.2	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA UNIVERSAL - EJE 26CM ARTICULACIÓN 45º
10.3	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 30MM 2MM TEJIDO VASCULAR CIERRE 0,75MM
10.4	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 30MM 2-2,5-3MM TEJIDO MEDIO/VASCULAR CIERRE 0,75-1-1,25MM
10.5	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM 2-2,5-3MM TEJIDO MEDIO/VASCULAR CIERRE 0,75-1-1,25MM
10.6	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 2-2,5-3MM TEJIDO MEDIO/VASCULAR CIERRE 0,75-1-1,25MM
10.7	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 30MM 3-3,5-4MM TEJIDO MEDIO/GRUESO CIERRE 1,25-1,5-1,75MM
10.8	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM 3-3,5-4MM TEJIDO MEDIO/GRUESO CIERRE 1,25-1,5-1,75MM
10.9	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 3-3,5-4MM TEJIDO MEDIO/GRUESO CIERRE 1,25-1,5-1,75MM
10.10	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM 4-4,5-5MM TEJIDO EXTRAGRUESO CIERRE 1,75-2-2,25MM P/TROCAR DE 15MM
10.11	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 4-4,5-5MM TEJIDO EXTRAGRUESO CIERRE 1,75-2-2,25MM P/TROCAR DE 15MM
10.12	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM 2,5MM TEJIDO VASCULAR CIERRE 1MM PUNTA CURVA
10.13	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 30MM 2-2,5-3MM TEJIDO MEDIO/VASCULAR CIERRE 0,75-1-1,25MM PUNTA CURVA
10.14	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM 2-2,5-3MM TEJIDO MEDIO/VASCULAR CIERRE 0,75-1-1,25MM PUNTA CURVA
10.15	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 2-2,5-3MM TEJIDO MEDIO/VASCULAR CIERRE 0,75-1-1,25MM PUNTA CURVA
10.16	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 45MM 3-3,5-4MM TEJIDO MEDIO/GRUESO CIERRE 1,25-1,5-1,75MM PUNTA CURVA
10.17	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 3-3,5-4MM TEJIDO MEDIO/GRUESO CIERRE 1,25-1,5-1,75MM PUNTA CURVA
10.18	CARG P/ENDOGRAPADORA CORTAD ARTI 45MM 3-3,5-4MM TEJ MEDIO/GRUESO CIER 1,25-1,5-1,75MM C/REFUERZO PRECAR DE A.POLIGLICÓLICO

LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN
10.19	CARG P/ENDOGRAPADORA CORTAD ARTI 60MM 3-3,5-4MM TEJ MEDIO/GRUESO CIER 1,25-1,5-1,75MM C/REFUERZO PRECAR DE A.POLIGLICÓLICO
10.20	CARG P/ENDOGRAPADORA CORTAD ARTI 45MM 4-4,5-5MM TEJ EXTRAGRUESO..C/REFUERZO PRECAR DE ACIDO POLIGLICÓLICO P/TROCAR DE 15MM
10.21	CARG P/ENDOGRAPADORA CORTAD ARTI 60MM 4-4,5-5MM TEJ EXTRAGRUESO..C/REFUERZO PRECAR DE ACIDO POLIGLICÓLICO P/TROCAR DE 15MM
10.22	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA CORTA 30MM DIAM.8MM GRAPA ABIERTA 2MM CERRADA 0,75MM
10.23	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA CORTA 30MM DIAM.8MM GRAPA ABIERTA 2,5MM CERRADA 1MM
10.24	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA CORTA 45MM DIAM.8MM GRAPA ABIERTA 2,5MM CERRADA 1MM
10.25	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA TEJIDO VASCULAR 30MM GRAPA ABIERTA 2MM CERRADA 0,75MM PUNTA CURVA
10.26	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA UNIVERSAL 30MM GRAPA ABIERTA 2,5MM CERRADA 1MM
10.27	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA UNIVERSAL 45MM GRAPA ABIERTA 2,5MM CERRADA 1MM
10.28	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA UNIVERSAL 60MM GRAPA ABIERTA 2,5MM CERRADA 1MM
11	FUNDA PROTECTORA PARA MANGO ELÉCTRICO
11.1	FUNDA PROTECTORA PARA MANGO ELÉCTRICO ESTÉRIL DE UN SOLO USO
12	GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTADORA CON ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2 MM
12.1	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 18CM LONGITUD, DIAM. 21MM ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2MM
12.2	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 18CM LONGITUD, DIAM. 25MM 5,2MM ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2MM
12.3	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 18CM LONGITUD, DIAM. 29MM 5,2MM ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2MM
12.4	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 18CM LONGITUD, DIAM. 33MM 5,2MM ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2MM
12.5	GRAPD CORTAD CIRC CRV EJE SELLADO ANTIREFLECTANTE Y ESTANCO 28CM LONGITUD, DIAM. 29MM 5,2MM ALTURA GRP RGBL 1,5-2,2MM
13	GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTADORA CON CABEZAL BASCULANTE Y SONDA
13.1	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 22CM DIAM 21MM TEJIDO MEDIO/GRUESO ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
13.2	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 22CM DIAM 21MM TEJIDO EXTRA GRUESO ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
13.3	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 35CM DIAM 21MM TEJIDO MEDIO/GRUESO ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
13.4	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 35CM DIAM 21MM TEJIDO EXTRA GRUESO ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
13.5	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 22CM DIAM 25MM TEJIDO MEDIO/GRUESO ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
13.6	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 25MM 3,5MM EXTRALARGA TEJIDO NORMAL CIERRE 2MM
13.7	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 35CM DIAM 25MM TEJIDO MEDIO/GRUESO ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
13.8	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 22CM DIAM 25MM TEJIDO EXTRA GRUESO ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
13.9	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 25MM 4,8MM EXTRALARGA TEJIDO GRUESO CIERRE 2MM
13.10	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 35CM DIAM 25MM TEJIDO EXTRA GRUESO ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
13.11	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 22CM DIAM 28MM TEJIDO EXTRA GRUESO ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
13.12	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 35CM DIAM 28MM TEJIDO MEDIO/GRUESO ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
13.13	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 35CM DIAM 28MM TEJIDO EXTRA GRUESO ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
13.14	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 22CM DIAM 31MM TEJIDO EXTRA GRUESO ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
13.15	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 35CM DIAM 31MM TEJIDO MEDIO/GRUESO ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
13.16	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 35CM DIAM 31MM TEJIDO EXTRA GRUESO ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM

LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN
13.17	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 22CM DIAM 33MM TEJIDO EXTRA GRUESO ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
13.18	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 22CM DIAM 33MM TEJIDO MEDIO/GRUESO ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
13.19	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 35CM DIAM 33MM TEJIDO MEDIO/GRUESO ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
13.20	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 35CM DIAM 33MM TEJIDO EXTRA GRUESO ALTURA GRAPA 4-4,5-5MM
13.21	SONDA P/GRAPADORA CIRCULAR 25MM
13.22	GRAPADORA HEMORROIDAL LONGITUD EJE 12CM 33MM DIAM. 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
13.23	GRAPADORA HEMORROIDAL LONGITUD EJE 12CM 33MM DIAM. 4,8MM TEJIDO GRUESO CIERRE 2MM
14	GRAPADORA CORTADORA MOTORIZADA / GRAPADORA CORTADORA MECÁNICA
14.1	E.GRAP CORTAD ELÉCTRICA MOTORIZADA DESECH DE 12MM, VÁSTAGO DE 6CM..C.ABIERTA. VENTANA LECTURA IDENTIFICACIÓN CHIP DE CARG
14.2	E.GRAP CORTAD ELÉCTRICA MOTORIZADA DESECH 12MM, VÁSTAGO DE 16CM..C.LAPAROSCÓPICA. VENTANA LECTURA IDENTIFICACIÓN CHIP DE CARG
14.3	ENDOGRAPADORA CORTADORA MECÁNICA DE 12 MM, VÁSTAGO DE 6 CM, PARA USO EN CIRUGÍA ABIERTA
14.4	ENDOGRAPADORA CORTADORA MECÁNICA DESECHABLE 12MM, VÁSTAGO DE 16CM, PARA USO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
14.5	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 30 MM CON GRAPAS DE 2,5MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.6	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 30MM CON GRAPAS DE 3,5MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.7	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 45MM CON GRAPAS DE 2,5MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.8	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 45MM CON GRAPAS DE 3,5MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.9	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 45MM CON GRAPAS DE 4,2MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.10	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 45MM CON GRAPAS DE 4,8MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.11	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 45MM CON GRAPAS DE 5,0MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.12	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CON GRAPAS DE 2,5MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.13	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CON GRAPAS DE 3,5MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.14	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CON GRAPAS DE 4,2MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.15	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CON GRAPAS DE 4,8MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.16	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 60MM CON GRAPAS DE 5,0MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN
14.17	UNIDAD DE RECARGA ARTICULADA DE 30MM CON PUNTA CURVA Y ALTURA DE GRAPA DE 2,5MM
14.18	UNIDAD DE RECARGA ARTICULADA DE 45MM CON PUNTA CURVA Y ALTURA DE GRAPA DE 2,5MM
14.19	UNIDAD DE RECARGA ARTICULADA DE 60MM CON PUNTA CURVA Y ALTURA DE GRAPA DE 2,5MM
15	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA
15.1	GRAPADORA CIRCULAR BASCULANTE 24MM. CABEZAL ABATIBLE. ALTURA DE GRAPA ABIERTA 4,5MM
15.2	GRAPADORA CIRCULAR BASCULANTE 26MM. CABEZAL ABATIBLE. ALTURA DE GRAPA ABIERTA 4,8MM
15.3	GRAPADORA CIRCULAR BASCULANTE 29MM. CABEZAL ABATIBLE. ALTURA DE GRAPA ABIERTA 4,8MM
15.4	GRAPADORA CIRCULAR BASCULANTE 32MM. CABEZAL ABATIBLE. ALTURA DE GRAPA ABIERTA 4,8MM
15.5	GRAPADORA CIRCULAR BASCULANTE XL 21MM. LONGITUD DEL VÁSTAGO 30CM. CABEZAL ABATIBLE. ALTURA DE GRAPA ABIERTA 4,5MM
15.6	GRAPADORA CIRCULAR BASCULANTE XL 25MM. LONGITUD DEL VÁSTAGO 30CM. CABEZAL ABATIBLE. ALTURA DE GRAPA ABIERTA 4,5MM
16	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR 28 Y 32 MM YUNQUE EXTRA LARGO
16.1	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR 28MM YUNQUE EXTRA LARGO. ALTURA GRAPA ABIERTA 5MM

LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN
16.2	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR 32MM YUNQUE EXTRA LARGO. ALTURA GRAPA ABIERTA 4,2MM
17	JARETADOR PARA BOLSA DE TABACO 45 Y 65MM
17.1	JARETADOR P/BOLSA DE TABACO 65MM 28 GRAPAS DIAM 0,60MM
17.2	JARETADOR P/BOLSA DE TABACO 45MM 18 GRAPAS DIAM 0,40MM
18	APLICADORES DE CLIPS CIRUGÍA ABIERTA DIFERENTES LONGITUDES Y PRECARGADOS CON AL MENOS 20 CLIPS
18.1	APLICADOR AUTOMÁTICO 23,8CM 20 CLIPS TITANIO PEQUEÑO. CLIP 2,1MM
18.2	APLICADOR AUTOMÁTICO 29,2CM 20 CLIPS TITANIO MEDIANO. CLIP 4,3MM
18.3	APLICADOR AUTOMÁTICO 29,2CM 30 CLIPS TITANIO INTERMEDIA. CLIP 4,3MM
18.4	APLICADOR AUTOMÁTICO 23,8CM 20 CLIPS TITANIO INTERMEDIO. CLIP 4,3MM
18.5	APLICADOR AUTOMÁTICO 33,7CM 20 CLIPS TITANIO GRANDE. CLIP 6,3MM
19	APLICADORES DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y PRECARGADOS 33CM CON AL MENOS 15 CLIPS
19.1	ENDOAPLICADOR AUTOMÁTICO 33CM DIAM 5,5MM 15 CLIPS TITANIO MEDIANO. CLIP ABIERTO 3,6MM CERRADO 8,8MM
19.2	ENDOAPLICADOR AUTOMÁTICO 33CM DIAM 10MM 20 CLIPS TITANIO MEDIANO. CLIP ABIERTO 4,2MM CERRADO 8,8MM
19.3	ENDOAPLICADOR AUTOMÁTICO 33CM DIAM 12MM 20 CLIPS TITANIO GRANDE. CLIP ABIERTO 5,2MM CERRADO 11MM
20	APLICADORES DE CLIPS CIRUGÍA ABIERTA DIFERENTES LONGITUDES Y PRECARGADOS CON AL MENOS 15 CLIPS
20.1	APLICADOR AUTOMÁTICO 22,9CM 20 CLIPS TITANIO PEQUEÑO. CLIP ABIERTO 2,25MM CERRADO 3,7MM
20.2	APLICADOR AUTOMÁTICO 29,2CM 30 CLIPS TITANIO MEDIANO. CLIP ABIERTO 4,6MM CERRADO 6MM
20.3	APLICADOR AUTOMÁTICO 33CM 15 CLIPS TITANIO GRANDE. CLIP ABIERTO 6,5MM CERRADO 11MM
21	APLICADORES DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 29 Y 33CM CON AL MENOS 15 CLIPS
21.1	ENDOAPLICADOR AUTOMÁTICO 33CM DIAM 5MM 16 CLIPS TITANIO MEDIANO. CLIP ABIERTO 3,6MM CERRADO 9,1MM
21.2	ENDOAPLICADOR AUTOMÁTICO 33CM DIAM 10MM 15 CLIPS TITANIO MEDIANO. CLIP ABIERTO 4,5MM CERRADO 11MM
21.3	ENDOAPLICADOR AUTOMÁTICO 29CM DIAM 10MM 20 CLIPS TITANIO GRANDE. CLIP ABIERTO 4,5MM CERRADO 9MM

7.2. Requisitos técnicos no excluyentes por lote

No procede. Todos los lotes que componen el pliego únicamente tienen requisitos técnicos **excluyentes**.

7.3. Número máximo de lotes a los que licitar

No hay límites.

7.4. Número máximo de adjudicatarios por lotes

Un único adjudicatario por lote.

8. VARIANTES TÉCNICAS

No hay variantes técnicas.

9. MUESTRAS / PRESENTACIÓN DE PRODUCTO/ VISITA DE OBRA

9.1. Muestras

9.1.1. Normas para la identificación de las muestras

Es condición imprescindible el envío de muestras, debidamente identificadas, de los artículos relacionados en la siguiente tabla, con su correspondiente albarán y **en el supuesto de que se quiera que le sean devueltas, especificarlo claramente.**

Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación. Se presentarán tal y como vayan a ser suministrado el artículo a las organizaciones peticionarias.

No obstante, la Comisión Técnica podrá requerir la entrega de alguna muestra si lo considera necesario al objeto de realizar los estudios pertinentes, previos a la valoración. Dicha entrega se realizará adjuntando un albarán y, en el supuesto de que el proveedor requiera su devolución, deberá especificarlo expresamente.

Las muestras y su devolución (en el caso de ser necesario) serán sin cargo alguno para Osakidetza.

LOTE/ SUBLOTE	Nº de uds a entregar (muestras)	Denominación
1		GRAPADORA CUTÁNEA Y EXTRACTOR DE GRAPAS
1.1	5	GRAPADORA PARA SUTURA MECÁNICA CUTÁNEA
1.2	5	EXTRACTOR DE GRAPAS CUTÁNEAS
2		GRAPADORA LINEAL RECTA SIN CORTE RECARGABLE CON FUNCIÓN DE CLAMP
2.4	1	GRAPADORA LINEAL RECTA 60MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
2.9	1	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 60MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
3		GRAPADORA LINEAL RECTA SIN CORTE RECARGABLE CON DOBLE O TRIPLE LÍNEA ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO
3.4	1	GRAPADORA LINEAL RECTA 45MM 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
3.12	1	CARGA P/GRAPADORA LINEAL RECTA 45MM 3,5MM TEJIDO NORMAL CIERRE 1,5MM
4		GRAPADORA LINEAL CORTADORA RECARGABLE PARA TEJIDOS VASCULAR, NORMAL, INTERMEDIO Y GRUESO
4.4	1	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM 3,85 MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM

LOTE/ SUBLOTE	Nº de uds a entregar (muestras)	Denominación
4.12	1	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM 3,85MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
5		GRAPADORAS-CORTADORAS 55 Y 75 MM CIERRE SELECCIONABLE
5.2	1	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM 3 CIERRES SELECCIONABLES NORMAL-INTERMEDIO-GRUESO PARA 6 FILAS GRAPAS
5.4	1	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 75MM ALTURA REGULABLE NORMAL-INTERMEDIO-GRUESO. 6 FILAS GRAPAS 3D
6		GRAPADORA LINEAL CORTADORA RECARGABLE CIRUGÍA ABIERTA PARA DOBLE O TRIPLE LÍNEA ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO
6.2	1	GRAPADORA CORTADORA LINEAL 60MM TEJIDO MEDIO/GRUESO. ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
6.7	1	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL 60MM TEJIDO MEDIO/GRUESO. ALTURA GRAPA 3-3,5-4MM
6.11	1	GRAPADORA CORTADORA LINEAL UNIVERSAL CIRUGÍA ABIERTA - EJE 6CM ARTICULACIÓN 45º
7		GRAPADORA CORTADORA CURVA RECTAL GRAPADO 3D
7.2	1	GRAPADORA CORTADORA LINEAL CURVA RECTAL 40MM 4,7MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM GRAPADO 3D
7.4	1	CARGA P/GRAPADORA CORTADORA LINEAL CURVA RECTAL 40MM 4,7 MM TEJIDO GRUESO. CIERRE 2,0MM GRAPADO 3D
8		GRAPADORA ENDOCORTADORA ARTICULADA PARA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 12 MM
8.2	1	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 35MM C/CARGA 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
8.5	1	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA 35MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
9		GRAPADORA ENDOCORTADORA AUTOMÁTICA PARA LAPAROSCOPIA / CIRUGÍA ABIERTA CON BATERÍA DESECHABLE
9.3	1	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA AUTOMÁTICA 60MM 340MM LONG. DIAM. EJE 12MM BATERÍA DESECHABLE
9.12	1	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 3,5MM TEJIDO NORMAL. CIERRE 1,5MM
9.16	1	GRAPADORA CIRCULAR CURVA MOTORIZADA EJE ESTANCO, BATERÍA DESECHABLE 29MM ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2MM GRAPADO 3D
10		GRAPADORA UNIVERSAL PARA LAPAROSCOPIA Y CARGAS CON CUCHILLA INCORPORADA
10.1	1	ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA UNIVERSAL - EJE 16CM ARTICULACIÓN 45º
10.9	1	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60MM 3-3,5-4MM TEJIDO MEDIO/GRUESO CIERRE 1,25-1,5-1,75MM
10.25	1	CARGA P/ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA TEJIDO VASCULAR 30MM GRAPA ABIERTA 2MM CERRADA 0,75MM PUNTA CURVA
11		FUNDA PROTECTORA PARA MANGO ELÉCTRICO
11.1	1	FUNDA PROTECTORA PARA MANGO ELÉCTRICO ESTÉRIL DE UN SOLO USO
12		GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTADORA CON ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2 MM
12.3	1	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 18CM LONGITUD, DIAM. 29MM 5,2MM ALTURA GRAPA REGULABLE 1,5-2,2MM
13		GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTADORA CON CABEZAL BASCULANTE Y Sonda
13.6	1	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA 25MM 3,5MM EXTRALARGA TEJIDO NORMAL CIERRE 2MM
13.21	1	SONDA P/GRAPADORA CIRCULAR 25MM
14		GRAPADORA CORTADORA MOTORIZADA / GRAPADORA CORTADORA MECÁNICA
14.2	1	E.GRAP CORTAD ELÉCTRICA MOTORIZADA DESECH 12MM, VÁSTAGO DE 16CM..C.LAPAROSCÓPICA. VENTANA LECTURA IDENTIFICACIÓN CHIP DE CARG
14.4	1	ENDOGRAPADORA CORTADORA MECÁNICA DESECHABLE 12MM, VÁSTAGO DE 16CM, PARA USO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
14.7	1	CARGA ENDOGRAPADORA ARTICULADA DE 45MM CON GRAPAS DE 2,5MM DE ALTURA. CHIP IDENTIFICACIÓN

LOTE/ SUBLOTE	Nº de uds a entregar (muestras)	Denominación
14.17	1	UNIDAD DE RECARGA ARTICULADA DE 30MM CON PUNTA CURVA Y ALTURA DE GRAPA DE 2,5MM
15		GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR CURVA
15.2	1	GRAPADORA CIRCULAR BASCULANTE 26MM. CABEZAL ABATIBLE. ALTURA DE GRAPA ABIERTA 4,8MM
15.5	1	GRAPADORA CIRCULAR BASCULANTE XL 21MM. LONGITUD DEL VÁSTAGO 30CM. CABEZAL ABATIBLE. ALTURA DE GRAPA ABIERTA 4,5MM
16		GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR 28 Y 32 MM YUNQUE EXTRA LARGO
16.1	1	GRAPADORA CORTADORA CIRCULAR 28MM YUNQUE EXTRA LARGO. ALTURA GRAPA ABIERTA 5MM
17		JARETADOR PARA BOLSA DE TABACO 45 Y 65MM
17.2	1	JARETADOR P/BOLSA DE TABACO 45MM 18 GRAPAS DIAM 0,40MM
18		APLICADORES DE CLIPS CIRUGÍA ABIERTA DIFERENTES LONGITUDES Y PRECARGADOS CON AL MENOS 20 CLIPS
18.1	1	APLICADOR AUTOMÁTICO 23,8CM 20 CLIPS TITANIO PEQUEÑO. CLIP 2,1MM
19		APLICADORES DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y PRECARGADOS 33CM CON AL MENOS 15 CLIPS
19.1	1	ENDOAPLICADOR AUTOMÁTICO 33CM DIAM 5,5MM 15 CLIPS TITANIO MEDIANO. CLIP ABIERTO 3,6MM CERRADO 8,8MM
20		APLICADORES DE CLIPS CIRUGÍA ABIERTA DIFERENTES LONGITUDES Y PRECARGADOS CON AL MENOS 15 CLIPS
20.3	1	APLICADOR AUTOMÁTICO 33CM 15 CLIPS TITANIO GRANDE. CLIP ABIERTO 6,5MM CERRADO 11MM
21		APLICADORES DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 29 Y 33CM CON AL MENOS 15 CLIPS
21.3	1	ENDOAPLICADOR AUTOMÁTICO 29CM DIAM 10MM 20 CLIPS TITANIO GRANDE. CLIP ABIERTO 4,5MM CERRADO 9MM

9.1.2. Normas para la identificación de las muestras

- Las muestras de los diferentes productos, deberán estar debidamente identificadas con:
 - Número de expediente.
 - Número de lote y código de artículo.
 - Nombre de la empresa ofertante.
 - Referencia del artículo para el proveedor.

VER MODELO DE ETIQUETA (punto 6)
- Se deberá ajustar el número de muestras (unidades) al solicitado en el Pliego de Bases Técnicas. No obstante, la Comisión Técnica podrá requerir la entrega de más muestras si lo considera oportuno.
- El envase unitario que no reúna los requisitos de identificación, podrá quedar excluido. Este requisito es imprescindible para realizar una valoración correcta.**

4. Las muestras no probadas se quedarán en los diferentes Centros de recepción, salvo en los casos en que el proveedor explicita su intención de recuperación. Osakidetza podrá donar las muestras recibidas, si pasados dos meses del inicio del contrato, las empresas licitadoras que no resultaran adjudicatarias, no hicieran constar su intención de recuperarlas.
5. **IMPORTANTE:** Las muestras se deberán entregar con el correspondiente **ALBARÁN DE ENTREGA**.
6. **MODELO DE ETIQUETA DE MUESTRA:**

Nº de expediente: <<**expediente**>>
Nº Lote: <<**lote**>>
Nombre empresa: <<**empresa**>>
Ref. del proveedor: <<**Ref. proveedor**>>

La empresa licitadora ajustará la etiqueta a cada **envase** a aportar, teniendo en cuenta que en ningún caso deberá tapar los datos esenciales del artículo.

9.1.3. Presentación de muestras (unidades y destinos)

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE LA ORGANIZACIÓN DE DESTINO DE LAS MUESTRAS

CENTRO	DIRECCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	A LA ATENCIÓN DE
O. CENTRAL	Álava, 45 – 01006 GASTEIZ Teléfono 945006408	1ª Planta Contratación	Gloria Cidoncha Moreno

Las muestras deberán estar depositadas en la dirección arriba indicada, siendo el último día de presentación el día y hora de vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

9.2. Presentación del producto

No procede.

9.3. Visita de obra

No procede.

10. LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA / PLAN DE PUESTA DE MARCHA

Las Organizaciones de Servicios entrega del suministro serán las siguientes:

COD. OO.SS.	DENOMINACIÓN OO.SS.	DIRECCIÓN
C101	OSI ARABA	JOSE ATXOTEGI S/N 01008 VITORIA-GASTEIZ
C141	OSI DEBAGOIENA	NAFARROA ETORBIDEA, S/N 20500 ARRASATE-MONDRAGÓN
C301	OSI DONOSTIALDEA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA)	PASEO DR. BEGUIRISTAIN S/N 20006 SAN SEBASTIAN-DONOSTIA
C321	OSI BIDASOA	FINCA ZUBIETA, BARRIO MENDELU, S/N 20280 HONDARRIBIA
C361	OSI GOIERRI-ALTO UROLA	BARRIO ARGIXAO, S/N 20700 ZUMÁRRAGA
C371	OSI DEBABARRENA	MENDAROTZABAL, S/N 20850 MENDARO- GIPUZKOA
C441	OSI URIBE	CALLE GOIETA 32 48610 URDULIZ
C621	OSI BILBAO - BASURTO	AVDA MONTEVIDEO, 18 48013 BILBAO
C631	OSI BARRUALDE-GALDAKAO	LABEAGA AUZOA 46A 48960 GALDAKAO
C651	OSI BARAKALDO-SESTAO	AVDA. ANTONIO MIRANDA, 5 48902 BARAKALDO (BIZKAIA)
C661	OSI EZKERRALDEA- ENKARTERRI-CRUCES	PZA. DE CRUCES S/N 48903 BARAKALDO-BIZKAIA
C721	FUNDACIÓN ONKOLOGIKOA	PASEO DOCTOR BEGUIRISTAIN, 121 20014 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

11. MODELO DE GESTIÓN

11.1. Equipo organizativo

No procede.

11.2. Medios personales adscritos a la ejecución del contrato

No procede.

11.3. Medios materiales adscritos a la ejecución del contrato

Lote 11 – FUNDA PROTECTORA PARA MANGO ELECTRICO. El licitador hará constar en su oferta que se compromete a ceder el “Mango eléctrico de grapado reutilizable” y los elementos necesarios para su utilización, tales como adaptadores, cargador, guía de inserción.

- OSI Araba (Txagorritxu): 3 mangos eléctricos + accesorios
- OSI Donostialdea: 4 mangos eléctricos + accesorios
- OSI Bilbao-Basurto: 2 mangos eléctricos + accesorios
- OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces: 2 mangos eléctricos + accesorios

Si durante la vigencia del contrato inicial y las prórrogas finalizara la vida útil de los mangos eléctricos y sus accesorios, serán sustituidos por otros nuevos.

Si se precisara la entrega de más unidades a las indicadas en este apartado será necesario acordarlo entre ambas partes.

12. EJECUCIÓN / FACULTAD DE INSPECCIÓN / PLAN DE TRABAJO / PROGRAMA DE TRABAJO

12.1. Condiciones de ejecución

- Los Servicios de Compras de las Organizaciones serán los que emitirán los pedidos. El plazo de entrega se ajustará a los días indicados en el pedido.
- La empresa adjudicataria realizará el suministro según pedido realizado por cada organización de servicios y de igual manera, la facturación se hará contra pedido a la organización correspondiente.
- No se aceptarán suministros sin el pedido correspondiente, ni se aceptarán suministros de más unidades de las solicitadas.
- Cada entrega deberá contener un albarán fechado y registrado con el detalle del material solicitado y entregado. En este albarán deberá constar el número de pedido.
- El suministro se efectuará dentro del horario que establece cada Organización de Servicios. La recepción del material en cada centro se hará con la presencia del personal que tenga asignadas las responsabilidades de recepción.

- El material será entregado perfectamente embalado en las dependencias que a tal efecto señale cada Organización de Servicios, por cuenta y riesgo del adjudicatario.
- La calidad de los bienes entregados será la especificada en el pliego técnico y ofertada por el adjudicatario.
- En caso de entrega de material defectuoso, se comunicará al contratista, que deberá proceder a su sustitución en el plazo de **48 horas** contadas desde el día siguiente al que sea comunicada la incidencia, sin cargos adicionales.
- La empresa adjudicataria facilitará un número de teléfono, email, fax y persona/s de contacto que usará el personal de Osakidetza, para cursar los pedidos y garantizará la atención diaria en horario de funcionamiento del personal de compras de las organizaciones de servicios.
- La empresa adjudicataria estará obligada a mantener las calidades de los productos ofrecidos durante la vigencia del contrato.

12.1.2. Garantía de suministro

La empresa adjudicataria se compromete a garantizar el suministro durante la vigencia del contrato de acuerdo a las cantidades que se establezcan en función del consumo de los centros, y a asegurar el suministro en el tiempo especificado.

En caso de imposibilidad de suministro lo comunicarán a las Unidades de Compras de los centros y a la **Unidad Central de Compras** de Osakidetza.

La empresa adjudicataria designará un interlocutor válido y único con Osakidetza, facilitando su número de teléfono, e-mail, fax, etc., con el fin de coordinar todas las actuaciones derivadas de la ejecución del contrato, garantizando la atención diaria en el horario indicado por Osakidetza, y resolver cualquier cuestión o incidencia que durante la ejecución del contrato pudiera plantearse.

12.2. Modelo de control y seguimiento (facultad de inspección)

El órgano de contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto de contrato, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el cumplimiento de lo convenido.

El contratista está obligado a asumir los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación y/o distribución, si procede y de los materiales, personal, transporte, entrega, gastos de instalación y formación de personal propio de los Centros que determine el órgano de contratación.

Por parte de Osakidetza se establecerán los procedimientos para comprobar que los productos suministrados se ajustan a las especificaciones técnicas exigidas y adjudicadas. De no concurrir esta circunstancia, se podrán rechazar los artículos suministrados.

OSAKIDETZA se reservará la facultad de proceder a realizar con cargo al adjudicatario, hasta un máximo de tres análisis de los artículos que se vayan recibiendo, a efectos de contrastar que las características de las mismas se mantienen inalterables en los diferentes pedidos recibidos.

12.3. Programa de trabajo

No procede.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko uztailaren 24an

Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2023

Iz./Fdo. Victor Bustamante Madariaga

Asistentzia Sanitarioko zuzendaria /
Director de Asistencia Sanitaria

Documento firmado por: VICTOR
BUSTAMANTE MADARIAGA
En la fecha 01.08.2023 08:29:48 CEST