Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro de un campímetro automático para el Servicio de Oftalmología de la OSI Barrualde – Galdakao ESI
2025/00903

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE **2**

II. ASPECTOS LEGALES **2**

III. VALOR ESTIMADO **2**

ANEXO I **3**

A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 3

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de **adquisición de un campímetro automático para el Servicio de Oftalmología de la OSI Barrualde-Galdakao ESI**, cuyas características se describen en el anexo I de este pliego.

El suministro objeto de contratación se considera necesario para la prestación de asistencia sanitaria en la OSI Barrualde-Galdakao ESI. No disponiendo de medidos materiales ni humanos necesarios para abastecerse, se considera idónea la contratación externa.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Así mismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

III. VALOR ESTIMADO

PERIODOS	IMPORTE MÁX IVA EXC
Presupuesto máximo contrato inicial SIN IVA	35.000,00 €
Presupuesto previsto para modificaciones 20% SIN IVA	7.000,00 €
Valor estimado del expediente SIN IVA	**42.000,00 €**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

ANEXO I

LOTE	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN IVA
1	CAMPÍMETRO AUTOMÁTICO	1	35.000,00 €	35.000,00 €
				35.000,00 €

A. CARACTERISTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES

Lote 1 – Campímetro automático

- **Exploración del campo visual con sistema de proyección:**
  - Campo temporal hasta 90º
  - Distancia entre ojo y estímulo 30 cm
  - Iluminación de fondo de 31,5 ASB
  - Color del fondo blanco o amarillo
- **Estímulos luminosos:**
  - Duración del estímulo 200 ms
  - Tamaños de estímulos I-V según Goldman
  - Intensidad luminosa variable
  - Color del estímulo blanco, rojo y azul
- **Objetivos de fijación:**
  - central
  - inferior
  - con descentramiento
- **Tipos de pruebas:**
  - Blanco/Blanco
  - Azul/Amarillo
  - Binocular
  - Cinéticas
- **Control de fijación:**
  - Mancha ciega, Heijl-Krakau
  - Vídeomonitor ocular
  - Seguimiento de cabeza, mirada y vertex
- **Pruebas de umbral que incluyan:**
  - Análisis cuantitativo mediante medición del umbral en cada punto de la prueba, incluido el umbral foveal, con utilización de diferentes estrategias rápidas compatibles entre sí en el estudio de progresión, con velocidad adaptativa a la capacidad de respuesta del paciente. Debe incluir tests de campo central de 30, 24 y 10 grados, de mácula, de escalón nasal y de campo superior de 60 grados, así como un test que combine puntos del test de 24 grados con puntos del test de 10 grados. Medición automática de la pupila.
- **Pruebas de supraumbral que incluyan:**
  - Modo de corrección de edad o modo relacionado con el umbral y estrategias de detección en dos zonas, tres zonas o cuantificación de defectos. Debe incluir tests: de campo central de 40, 64,76 y 80 puntos; Armaly central, de campo visual completo y escalón nasal; periférico de 60

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

puntos; campo visual completo de 81,120,135 y 246 puntos; campo visual superior de 36 y 64 puntos; y pruebas de Esterman (monocular y binocular).

- **Informes que incluyan:**
  - En una misma hoja Índices de fiabilidad, mapa de escala de grises, numérico y de probabilidad, prueba de hemicampo de glaucoma, índice de campo visual, desviación media, desviación total y desviación con eliminación de defectos del campo visual producidos por cataratas o defectos refractivos no corregidos.
  - Resumen de todos los campos.
  - En una misma hoja análisis de progresión del glaucoma con inclusión de valores basales, con escala de grises, gráfica de progresión por índices globales (análisis de tendencia) y gráfica de evolución por puntos (análisis de eventos).

- **Conexiones USB en el instrumento**
- **Conectividad DICOM**
- **Ordenador y monitor táctil integrados en el campímetro**
- **Impresora láser color y teclado de ordenador**
- **Mesa asimétrica motorizada.**

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. **Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)