CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Criterios basados en Juicios de Valor (SOBRE C)

VALORACIÓN TÉCNICA: 45 puntos

La valoración técnica se realizará sobre la documentación técnica, de acuerdo con las siguientes puntuaciones:

ASPECTOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
El adjudicatario de los lotes 1, 3, 9, 21 y 31 deberá ceder una torre de laparoscopia 3D con las siguientes características técnicas mínimas y valorables: Cabezal ergonómico con botones reprogramables que accedan al menú completo incluído el sistema de grabación. Posibilidad de visión 2D/3D y aplicación de filtros. Segundo monitor táctil. VALORABLE Videolaparoscopio 30° con botón para rotación 180° manualmente y fijación de imagen. Validado para Laparoscopia (CGD, URO, GINE) , endoscopia (URO y NEURO), Artroscopia y Toracoscopia (TORÁCIA Y CARDIO). Tecnología PLUG&PLAY. Reconocimiento automático de los dispositivos conectados sin necesidad de configuraciones. Cable luz fría y de cámara todo en uno. Compatible con diferentes cabezales de cámara , videoendoscopios y videolaparoscopios, con punta calefactable. Cabezal de cámara y óptica unida. VALORABLE Unidad de gestión de documentación e imágenes intetradad en la unidad de cámara. Grabación de video e imágenes 2D/3D en FULLL HD, en disco duro, sistema de almacenamiento externo y en red. Conectividad DICOM. Cámara alta definición FULL HD. Enfoque de cámara automático y panorámico. Zoom manejable desde el cabezal. Fuento de luz LED. Sistema adaptativo sincronizado de regulación de intensidad de la luz automático. Sistema de regulación de temperatura. Posibilidad de reproducción en segundo monitor durante la intervención en definición FULL HD o 4K de imágenes y videos 2D/3D grabados con anterioridad. Creación y gestión mediante teclado de archivos por paciente. Monitor de grado médico LCD IPS con retroiluminación LED de 31". Función de pantalla múltiple. Ángulo de visualización 178-178. Zoom de 1.0 a 2.5 ajustable desde cabezal y frontal del monitor. Panel antireflectante. Sistemas antinieblal, reducción de humo, mejora de rojos realce de contornos. VALORABLE Insuflador incorporado 50l/m Sistema de calentamiento de punta de videolaparoscopio en combinación con cobertor térmico que evita que se empañe. VALORABLE Punta calefactable. VALORABLE Carro de transporte móvil ergonómico para equipo, cables y conexiones.	Hasta 45 puntos

Sólo continuarán en el proceso de adjudicación aquellas propuestas que alcancen en esta fase al menos **30 PUNTOS**, límite mínimo establecido como UMBRAL que en caso de no superarse significará la eliminación automática de la oferta.

En este sobre no se deberá incluir ninguna referencia al precio ya que supondría su automática exclusión del procedimiento. Los licitadores deben presentarse al lote completo.

Criterios basados en Fórmulas (SOBRE B)

Formulas: 55 puntos

ASPECTOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
Precio	Hasta 55 puntos

Precio

La ponderación de este criterio se efectuará según las reglas de la proporcionalidad y, en consecuencia, asignando el máximo de puntos a la oferta más barata y al resto proporcionalmente, con arreglo a la siguiente fórmula:

Puntuación = 55 x (Precio licitación más bajo / Precio de licitación de cada licitador)

Los precios ofertados, en ningún caso, podrán superar los precios de licitación indicados en el presente pliego.

Documento firmado por: AGURNE INSUNZA GARCIA
En la fecha 25.05.2022 12:37:31 CEST