

2025/01282

II. Presupuesto estimado trianual

[illegible]

III. Características técnicas, descripción y especificaciones técnicas mínimas de los artículos solicitados

Lote 1. Medios de cultivo en placa para detección de microorganismos multirresistentes en flora intestinal

Art. 1. Agar cromogénico bi-placa CARBA

Medio compuesto por dos medios de cultivo cromogénicos selectivos repartidos en una misma placa de Petri de 90 mm de diámetro compartimentada (CARB/OXA) para cribado en un solo paso de enterobacterias productoras de carbapenemasas. Validado para el uso de torundas rectales y muestras fecales.

Art 2. Agar cromogénico ESBL

Medio de cultivo cromogénico selectivo en placa de Petri de 90 mm de diámetro destinado al cribado de enterobacterias productoras de ESBL. Validado para torundas rectales, orina, secreciones respiratorias y otros.

Art. 3. Agar cromogénico VRE

Medio de cultivo cromogénico selectivo en placa de Petri de 90 mm de diámetro para la detección de *E. faecium* y *E. faecalis* que presentan resistencia adquirida a la vancomicina (VRE; genotipos VanA y VanB).

Art. 4. Agar cromogénico *P.aeruginosa*

Medio de cultivo cromogénico selectivo y diferencial en placa de Petri de 90 mm de diámetro para el aislamiento de *Pseudomonas aeruginosa*, con inhibición de crecimiento de la mayoría de las bacterias Gram positivas, levaduras, mohos y enterobacterias.

Art. 5. Medio Leeds modificado para *Acinetobacter*

Medio selectivo y diferencial en placa de Petri de 90 mm de diámetro para el aislamiento de cepas de *Acinetobacter* spp en muestras clínicas y ambientales.

Lote 2. Tubos/ampollas de solución salina para la realización antibiogramas disco-placa

Art.1 Ampollas de suspensión Medium

Tubos/ampollas con 2 mL de solución salina al 0,85% para la realización de pruebas de susceptibilidad antibiótica mediante el método de difusión en agar.

Los artículos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características

establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Requisitos mínimos Exp. 2025/01282	
Suministro de placas y tubos preparados para el Servicio de Microbiología de la OSI Bilbao-Basurto	
Lotes 1 y 2	
1.	Los lotes de medios deben estar debidamente identificados.
2.	Cada lote recibido debe ir acompañado de evidencias del cumplimiento de las especificaciones de calidad.
3.	Nombre del medio y lista de componentes, incluido cualquier suplemento.
4.	Fecha de vencimiento del medio.
5.	Condiciones de almacenamiento.
6.	Control de esterilidad.
7.	Control del crecimiento de los microorganismos de interés (target) y de los microorganismos no deseados (no target) y criterios de aceptabilidad.
8.	Controles físicos y criterios de aceptabilidad aplicados.
9.	Fecha de emisión de las especificaciones.
10.	Deben cumplir los aspectos legislativos que se determinan en el R.D. 1215/97 y R.D. 1435/92
11.	Todos los productos ofertados deben cumplir con la legislación europea CE/42 y el RD correspondiente

Bilbao a 27/06/2025

José Luis Díaz de
Tuesta del Arco

Firmado digitalmente por José
Luis Díaz de Tuesta del Arco
Fecha: 2025.06.27 11:26:55
+02'00'

Fdo. José Luis Díaz de Tuesta del Arco.
Jefe de Servicio de Microbiología Clínica.