

**Pliego de Prescripciones Técnicas para la adquisición de Mesas de tallado para Anatomía Patológica del
Hospital de Galdakao-Usansolo de la OSI Barrualde–Galdakao ESI
2025/01130**

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 2

II. ASPECTOS LEGALES 2

III. VALOR ESTIMADO 2

ANEXO I 3

A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 3

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de Mesas de tallado para Anatomía Patológica de Hospital de Galdakao de OSI Barrualde-Galdakao ESI, cuyas características se describen en el Anexo I de este pliego.

El suministro objeto de contratación se considera necesario para la prestación de asistencia sanitaria en la OSI Barrualde-Galdakao ESI. No disponiendo de medios materiales ni humanos necesarios para abastecerse, se considera idónea la contratación externa.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Así mismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

III. VALOR ESTIMADO

PERIODOS	IMPORTE MÁX IVA EXC
Presupuesto máximo contrato inicial SIN IVA	123.900,00€
Presupuesto previsto para modificaciones 20% SIN IVA	24.780,00€
Valor estimado del expediente SIN IVA	148.680,00€

ANEXO I

El presente pliego realizará el desglose de las características de los equipos en base a sus funcionalidades y necesidades. Las empresas ofertantes presentarán equipos y ofertas de acuerdo a lo indicado en las siguientes líneas.

El presupuesto máximo asignado para este suministro es el siguiente:

LOTE	DESCRIPCION	UND	Precio/unid	IMPORTE SIN IVA
1	1.1 Mesa de tallado convencional	2	46.950,00	93.900,00
	1.2 Mesa de tallado pequeña	1	30.000,00	30.000,00
				123.900,00

A. CARACTERISTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES

Lote 1.1 Mesa de tallado convencional

1. Estructura de acero inoxidable (al menos AISI 304) y superficie de trabajo de acero inoxidable resistente a la corrosión (al menos AISI 316).
2. Mesa con un puesto de tallado y dimensiones máximas aproximadas de 200x200x90cm (ancho x alto x profundo)
3. Panel protector móvil de vidrio que proteja al profesional durante el tallado, con un diseño que permita la visualización de las piezas quirúrgicas desde arriba sin necesidad de introducir la cabeza en la estación.
4. Ajuste de la altura de la superficie de trabajo para cada profesional, con posibilidad de trabajar de pie y sentado, para favorecer la ergonomía.
5. Ruedas industriales que permitan la movilidad de la mesa y su fijación al suelo.
6. Ligero ángulo de inclinación en la mesa para conducir posibles derrames de formol a los sumideros de evacuación, los cuales estarán equipados con rejillas para evitar la pérdida accidental de muestras.
7. Fregadero equipado con rejillas de acero que eviten la pérdida accidental de muestras y tapa que permita ampliar la superficie de trabajo según necesidades.
8. Grifo accionado con palanca clínica y grifo-ducha, con capacidad de admitir agua fría y caliente.
9. Sistema de dispensación de formol incluido en la mesa, con carga mediante pedal y espacio específico para albergar la garrafa de formol nuevo, que cuente con válvula de seguridad.
10. Sistema de drenaje de residuos de formol incluido en mesa, con filtro para evitar la pérdida accidental de muestras y espacio específico para albergar la garrafa de residuos de formol, que cuente con válvula de seguridad y sensor de nivel que avise cuando esté llena.
11. Sistema de extracción al exterior del laboratorio previa filtración química, con una velocidad frontal de aire $\geq 0,7$ m/s.
12. Alarma de seguridad que alerte al profesional en caso de que los valores de flujo de aire sean inferiores a los estipulados.
13. Iluminación LED ajustable en el área de trabajo superior a 1000 lux.
14. Ruido originado que no supere los 60dB.

Lote 1.2 Mesa de tallado pequeña

1. Estructura de acero inoxidable (al menos AISI 304) y superficie de trabajo de acero inoxidable resistente a la corrosión (al menos AISI 316).
2. Mesa con un puesto de tallado y dimensiones máximas aproximadas de 140x200x90cm (ancho x alto x profundo)
3. Panel protector de vidrio que proteja al profesional durante el tallado, con un diseño que permita la visualización de las piezas quirúrgicas desde arriba sin necesidad de introducir la cabeza en la estación.
4. Ajuste de la altura de la superficie de trabajo para cada profesional, con posibilidad de trabajar de pie y sentado, para favorecer la ergonomía.
5. Ruedas industriales que permitan la movilidad de la mesa y su fijación al suelo.
6. Ligero ángulo de inclinación en la mesa para conducir posibles derrames de formol a los sumideros de evacuación, los cuales estarán equipados con rejillas para evitar la pérdida accidental de muestras.
7. Fregadero equipado con rejillas de acero que eviten la pérdida accidental de muestras y tapa que permita ampliar la superficie de trabajo según necesidades.
8. Grifo con ducha de mano extensible, con capacidad de admitir agua fría y caliente.
9. Sistema de drenaje de residuos de formol incluido en mesa, con filtro para evitar la pérdida accidental de muestras y espacio específico para albergar la garrafa de residuos de formol, que cuente con válvula de seguridad y sensor de nivel que avise cuando esté llena.
10. Sistema de extracción al exterior del laboratorio, con una velocidad frontal de aire $\geq 0,7$ m/s.
11. Alarma de seguridad que alerte al profesional en caso de que los valores de flujo de aire sean inferiores a los estipulados.
12. Iluminación LED en el área de trabajo superior a 900 lux.
13. Ruido originado que no supere los 60dB.

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. **Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.**