PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISION DEL MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES TÉCNICAS, ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU USO EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y MAMOGRAFIA DE LA OSI BARRUALDE-GALDAKAOKO ESI 2025/01315

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE....2
II. ASPECTOS LEGALES....2
III. VALOR ESTIMADO....2
IV. PRODUCTOS SANITARIOS IMPLANTABLES O PRÓTESIS QUIRÚRGICAS....3
A. IDENTIFICACIÓN....3
B. INSTRUMENTAL ESPECÍFICO Y RELACIONADO CON LOS MATERIALES ADJUDICADOS....4
C. FORMACIÓN....4
ANEXO 1 Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS....5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS....10

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende la adquisición del material necesario para diferentes técnicas así, como el equipamiento necesario para su uso, en el Servicio de Radiología Intervencionista y Mamografía de la Osi Barrualde-Galdakao Esi. En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la contratación para el suministro de los materiales que se precisan y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

Los productos objetos de contratación se consideran necesarios para la prestación de asistencia sanitaria en el OSI Barrualde-Galdakao Esi y comprenderán, al menos:

1. Material fungible necesario.
2. Puesta a disposición y sin cargo, durante el periodo de vigencia del contrato, del equipamiento necesario según las características que se indican en el Pliego.
3. Mantenimiento integral del equipamiento en cesión.
4. Formación necesaria.

II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del contratista cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado **CE** de los mismos.

Con objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes, a los profesionales sanitarios que utilicen los productos sanitarios y a OSAKIDETZA- S.V.S., asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberá reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado, autorizaciones y tarjetas de implantación. Para una mayor información pueden consultar en

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/prodsanitarios/legislacion-sobre-productos-sanitarios/
https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/implantables/
https://www.aemps.gob.es/productossanitarios_registros_implantables/

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

III. VALOR ESTIMADO

El **valor estimado** del presente expediente es:

PERIODOS	IMPORTE MÁX IVA EXC
Presupuesto máximo contrato inicial TRIENAL SIN IVA	**1.394.009,50€**
Presupuesto previsto para modificaciones 20% SIN IVA	**464.669,83€**
Presupuesto prórroga **2 año** SIN IVA	**929.339,66€**
Valor estimado del expediente SIN IVA	**2.788.018,99**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

IV. PRODUCTOS SANITARIOS IMPLANTABLES O PRÓTESIS QUIRÚRGICAS

Para los lotes indicados en el Anexo I (columna tipo de gestión), se creará una Consigna.

Por la administración se podrán realizar pedidos de componentes aislados cuando las necesidades asistenciales así lo demanden, estando el contratista obligado a proporcionar dichos componentes en las condiciones a que esté sometido el cumplimiento del contrato.

Los contratistas deberán efectuar un depósito-consigna del producto sanitario implantable o prótesis quirúrgica adjudicada, que se concretará con el Departamento de Compras a instancia del Jefe de Servicio implicado, y cuya reposición será según implante.

Los contratistas asegurarán la reposición de depósito-consigna en tiempo inferior a 48 horas. Este plazo será menor si se trata de pedidos URGENTES.

A. IDENTIFICACIÓN

Con objeto de garantizar la trazabilidad y el seguimiento del producto a lo largo de toda la cadena de suministro, cada envase debe venir identificado mediante etiqueta de código de barras en el estándar GS1 128, que contendrá los siguientes identificadores de aplicación (IA):

- (01) seguido del código EAN.UCC (GTIN13) de la unidad.
- (17) Fecha de caducidad.
- (10) número de lote
- (21) número de serie (en los productos que aplique).

A tal efecto acompañaran 4 etiquetas removibles con el código en cada envase individual. Se excluirán aquellas ofertas que no las aporten.

En el caso de que por las características físicas de las prótesis no sea posible incluir la etiqueta con el código de barras, este se informará en su correspondiente albarán, para cada línea de material su correspondiente código.

El contratista queda obligado a facilitar, de manera inmediata, toda la información requerida por las organizaciones de servicios para la gestión de la lectura de las etiquetas de barras para la identificación de sus productos.

Garantía de identificación: Las empresas contratistas se comprometen a notificar, inmediatamente, cualquier cambio en la identificación del producto durante la vigencia del contrato, al Servicio de Compras de la OSI.

El Servicio de Compras de la OSI emitirá los pedidos, también de componentes aislados cuando las necesidades asistenciales lo demanden, para su reposición y facturación. No se aceptarán suministros sin el pedido correspondiente, ni se aceptarán suministros de más unidades de las solicitadas.

Durante el transcurso del contrato el contratista adaptará su sistema de facturación a los criterios determinados por Osakidetza, no aceptándose albaranes y facturas que no se ajusten a lo especificado. La facturación se realizará por los componentes efectivamente implantados y al precio recogido en la oferta económica.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

B. INSTRUMENTAL ESPECÍFICO Y RELACIONADO CON LOS MATERIALES ADJUDICADOS

Deberán facilitar, también, en calidad de depósito, sin coste y mientras sea contratista, el instrumental especifico y necesario para el implante de la prótesis adjudicada o producto sanitario implantable adjudicado.

Por tratarse de instrumental depositado en el Centro, mientras se consuma un determinado producto sanitario implantable o prótesis quirúrgica fija, el contratista se hará cargo de posibles reparaciones o reposiciones del mencionado instrumental.

El instrumental y los implantes deberán suministrarse en los correspondientes contenedores quirúrgicos que permitan su almacenaje, esterilización y presentación en quirófano con la antelación necesaria. En cualquier caso, asegurará la aportación o reposición del instrumental en un tiempo inferior a 48 horas, comunicando el hospital la circunstancia del implante al proveedor.

En los casos, en que la prótesis o material implantable requiera o vaya asociado a la utilización de un equipamiento para realizar la cirugía, el contratista deberá suministrar el equipamiento requerido en régimen de disponibilidad. La propiedad del mismo seguirá siendo del contratista y su uso corresponde a los quirófanos de la OSI.

Este equipamiento y según se acuerde, será entregado en la OSI de forma puntual y bajo petición previa, o permanecerá de forma continuada en el Bloque quirúrgico. En ambos casos durante el período de vigencia del contrato.

Al finalizar el contrato será responsabilidad del contratista retirar los depósitos no consumidos, así como el instrumental aportado. En caso de no ser retirados en un periodo de 30 días, desde la finalización del contrato, la OSI queda habilitada para destruir o devolverlos al proveedor, siendo a su cargo los gastos que ocasionen estas gestiones.

C. FORMACIÓN

Al recibir los implantes e instrumentales y tras comprobar el cumplimiento de todos los requisitos y antes de la puesta a disposición de los trabajadores, para asegurar su correcta utilización, los contratistas impartirán una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los mismos, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse.

Incluirá una completa formación en el manejo de los materiales e instrumental, en su más óptima utilización, tanto desde el punto de vista operativo como funcional y que comprenderá como mínimo los módulos de: - Aprendizaje- Asesoramiento y Actualizaciones.

Esta formación deberá ser continuada durante toda la vigencia del expediente y a petición del Jefe de Servicio de ORL. Además, deberá ir dirigida al personal médico, personal de enfermería para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se extenderá a las funciones del mismo.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

ANEXO 1 Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOTE	DESCRIPCION LOTE	UNIDAD MEDIDA BASE (UMB)	3 AÑOS	PRECIO UNITARIO LICITACION SIN IVA	PRESUPUESTO ESTIMADO	TIPO DE GESTION	MUESTRAS	Nº MUESTRAS	EQUIPO
1	CATÉTERES ANGIOGRÁFICOS RECUBIERTOS CON POLÍMERO HIDROFÍLICO DE 4 Y 5F. DIFERENTES CURVAS Y LONGITUDES	UND	180	42,00	7.560,00				NO
2	MICROCATÉTER HIDROFÍLICO CON PUNTA RECTA. DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	UND							NO
2,1	Microcatéter hidrofílico de 2,4F y hasta 150 cm		10	335,00	3.350,00				
2.2	Microcatéter hidrofílico de 2,7F y hasta 150 cm		130	351,00	45.630,00				
3	MICROCATÉTER HIDROFÍLICO CON PUNTA ANGULADA. DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	UND	40	300,00	12.000,00				NO
4	GUÍAS ANGIOPLASTIA CON RECUBRIMIENTO, RECTAS O CURVAS, DE 0,014" A 0,018" Y DIFERENTES LONGITUDES	UND	60	115,00	6.900,00				NO
5	GUIAS AMPLATZ SUPER RÍGIDAS DE 0,035” Y DIFERENTES LONGITUDES	UND	360	62,00	22.320,00				NO
6	GUIÍA HIDROFÍLICA DE 0,018” A 0,035" Y DIFERENTES LONGITUDES	UND							NO
6.1	Guía hidrofílica de 0,018 a 0,035" y hasta 180 cm		540	34,00	18.360,00				
6.2	Guía hidrofílica de 0,018 a 0,035" y 260 cm		225	42,80	9.630,00				
7	GUIA HIDROFÍLICA RÍGIDA DE 0,018” A 0,035” Y DIFERENTES LONGITUDES	UND	410	67,50	27.675,00				NO
8	VAINA INTRODUCTORA CON VÁLVULA O LLAVE PARA HEMOSTASIA, DE 4 A 12F Y DIFERENTES LONGITUDES	UND					SI	2	NO
8.1	Introductor con dilatador estándar de 4 a 7F, de 45 a 110 cm		*45*	140,00	6.300,00				

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

LOTE		DESCRIPCION LOTE	UNIDAD MEDIDA BASE (UMB)	3 AÑOS	PRECIO UNITARIO LICITACION SIN IVA	PRESUPUESTO ESTIMADO	TIPO DE GESTION	MUESTRAS	Nº MUESTRAS	EQUIPO
	8.2	Introductor con dilatador flexible de 4 a 12F, de 45 a 110 cm		*30*	150,00	4.500,00				
9		INTRODUCTOR VASCULAR HEMOSTÁTICOS HIDROFÍLICOS. DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	UND					SI	2	NO
	9.1	Introductor recto de 4 a 7F y hasta 70 cm		120	120,00	14.400,00				
	9.2	Introductor recto de 8 a 10F y 70 cm		30	140,00	4.200,00				
	9.3	Introductor recto y curvo de 4 a 10F y 90 cm		20	210,00	4.200,00				
10		SET PARA COLANGIOGRAFÍA TRANSPARIETAL HEPÁTICA	UND	30	115,00	3.450,00				NO
11		CONJUNTO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA Y AGUJAS INTRODUCTORAS CON AJUSTE DE LONGITUD DE AUMENTO EN MILÍMETROS. DIFERENTES CALIBRES Y LONGITUDES	UND							NO
	11.1	Sistema automático de biopsia de 14 a 18G, de 10 a 20 cm		800	66,00	52.800,00				
	11.2	Aguja introductora coaxial compatible con sistema automático de biopsia de 14 a 18G		420	20,00	8.400,00				
12		CONJUNTO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA Y AGUJAS INTRODUCTORAS CON AJUSTE DE LONGITUD EN RANGOS. DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	UND							NO
	12.1	Sistema automático de biopsia de 16 y 18G, de 10 a 20 cm		775	45,50	35.262,50				
	12.2	Aguja introductora coaxial compatible con sistema automático de biopsia de 16 y 18G		240	9,55	2.292,00				
13		CATÉTERES MULTIUSO PARA DRENAJE DE 6 A 16F Y DIFERENTES LONGITUDES	UND	480	60,00	28.800,00				NO
14		CATÉTER MULTIPERFORADO PARA DRENAJE BILIAR INTERNO-EXTERNO DE 6 A 16F CON MARCA DISTAL RADIOPACA Y DIFERENTES LONGITUDES	UND	50	60,00	3.000,00				NO
15		CATETERES CON BALON DE ANGIOPLASTIA	UND							NO

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

LOTE		DESCRIPCION LOTE	UNIDAD MEDIDA BASE (UMB)	3 AÑOS	PRECIO UNITARIO LICITACION SIN IVA	PRESUPUESTO ESTIMADO	TIPO DE GESTION	MUESTRAS	Nº MUESTRAS	EQUIPO
	15.1	Catéter con balón de dilatación para ATP, sobre guía de 0,035"		240	140,00	33.600,00				
	15.2	Catéter con balón de dilatación para ATP sobre guía de 0,018" y monorrail		40	395,00	15.800,00				
16		PARTÍCULAS DE POLIVINIL ALCOHOL PARA EMBOLIZACIÓN VASCULAR. DIFERENTES CALIBRACIONES	UND	50	100,00	5.000,00				NO
17		MICROESFERAS PARA EMBOLIZACIÓN NO REABSORBIBLES. DIFERENTES CALIBRES Y COLORES	UND	10	278,00	2.780,00				NO
18		MICROESFERAS SINTÉTICAS PARA PRECARGAR CON QUIMIOTERÁPICO 2ML CALIBRE ÚNICO	UND	15	660,00	9.900,00	CONSIGNA			NO
19		ESPIRALES DE LIBERACIÓN CONTROLADA DE 0,018". DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES	UND	120	315,00	37.800,00	CONSIGNA			NO
20		ESPIRALES DE LIBERACIÓN CONTROLADA DE 0,035". DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES	UND	70	315,00	22.050,00	CONSIGNA			NO
21		LAZO RECUPERADOR VASCULAR 3 LAZOS	UND	20	272,00	5.440,00				NO
22		EQUIPO PARA TIPS SHUNT PORTOSISTÉMICO TRANSYUGULAR INTRAHEPÁTICO	UND	10	875,00	8.750,00				NO
23		AGUJA DE RADIOFRECUENCIA CON/SIN COACCESO. DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES	UND	20	815,00	16.300,00	CONSIGNA			NO
24		GASTROSTOMÍA	UND							NO
	24.1	Set de gastrostomía percutánea de 14 a 18G	UND	300	390,00	117.000,00				
	24.2	Sonda de gastrostomía con sonda enfit de 14 a 18G	UND	280	65,00	18.200,00				
	24.3	Sonda definitiva de gastrostomía con balón de 14 a 20G y diferentes medidas enfit	UND	380	200,00	76.000,00				
	24.4	Accesorio-Extensiones de gastrostomía	UND	3600	20,00	72.000,00				
25		SISTEMA DE FIJACIÓN DE CATÉTERES DIFERENTES CALIBRES SIN HILO	UND	1350	4,80	6.480,00				NO

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

LOTE		DESCRIPCION LOTE	UNIDAD MEDIDA BASE (UMB)	3 AÑOS	PRECIO UNITARIO LICITACION SIN IVA	PRESUPUESTO ESTIMADO	TIPO DE GESTION	MUESTRAS	Nº MUESTRAS	EQUIPO
26		PRÓTESIS BILIARES PERCUTÁNEAS	UND	10	1145,00	11.450,00	CONSIGNA			NO
27		RESERVORIO IMPLANTABLE PARA ACCESO VENOSO CON PORTAL CON PUNTOS SOBREELEVADOS	UND	60	130,00	7.800,00	CONSIGNA			NO
28		RESERVORIO IMPLANTABLE PARA ACCESO VENOSO CON PORTAL PARA PERSONAS DELGADAS	UND	70	125,00	8.750,00	CONSIGNA			NO
29		CATÉTER DE HEMODIÁLISIS DE 14,5F CON PUNTA RECTA SIMÉTRICA ÚNICA, HEPARINIZADO O NO, Y DIFERENTES LONGITUDES	UND	75	390,00	29.250,00	CONSIGNA			NO
30		CATÉTER DE HEMODIÁLISIS COMPATIBLE CON INTRODUCTOR 15F CON PUNTA CÓNICA SIMÉTRICA Y CUFF CONIFICADO Y DIFERENTES LONGITUDES	UND	200	275,00	55.000,00				NO
31		FILTRO DE CAVA VENA	UND	30	900,00	27.000,00	CONSIGNA			NO
32		CATÉTER FIBRINOLISIS PARA INFUSIÓN CONTINUA DE 4 A 6F Y DIFERENTES LONGITUDES	UND	75	150,00	11.250,00				NO
33		PRÓTESIS CUBIERTA PARA TIPS. DIFERENTES MEDIDAS	UND	15	3095,00	46.425,00	CONSIGNA			NO
34		GUÍA DE SUJECIÓN CERRADA PARA AGUJAS EN EQUIPO DE ESTEREOTAXIA	UND							NO
	34.2	Guía de sujeción cerrada de arpones en equipo de estereotaxia de 20 a 22g		130	10,40	1.352.00				
	34.3	Guía de sujeción cerrada de sets para marcaje de lesiones mamarias por estereotaxia de 16 a 19G cerrada		70	10,40	728,00				
35		SISTEMA DE BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO, DIFERENTES TAMAÑOS DE CÁMARA DE CORTE.	UND							SI
	35.1	Kit biopsia de 9G 13CM 12 y 20MM		500	255,75	127.875,00				
	35.3	Marcador de 9G 13 cm		380	98,00	37.240,00				
36		SISTEMA DE BIOPSIA POR VACIO GUIADO POR ECOGRAFÍA DE 10G	UND	75	307,00	23.025,00				NO

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

LOTE		DESCRIPCION LOTE	UNIDAD MEDIDA BASE (UMB)	3 AÑOS	PRECIO UNITARIO LICITACION SIN IVA	PRESUPUESTO ESTIMADO	TIPO DE GESTION	MUESTRAS	Nº MUESTRAS	EQUIPO
37		SISTEMA AUTOMÁTICO PARA BIOPSIA TEJIDOS BLANDOS CON AGUJA 14G 75MM 22MM DE PENETRACIÓN APROXIMADA Y DIFERENTES MEDIDAS	UND	2050	34,00	69.700,00				NO
38		SET PARA MARCAJE DE LESIONES MAMARIAS DE 15 Y 18G	UND							NO
	38.1	Marcador de lesiones mamarias de 15G		600	122,00	73.200,00				
	38.2	Marcador de lesiones mamarias de 18G		160	114,00	18.240,00				
39		SET PARA MARCAJE LESIONES MAMARIAS 18G 120MM Y DIFERENTES MEDIDAS LIBRE DE LATEX	UND	400	110,00	44.000,00				NO
40		EQUIPO PARA LESIONES MAMARIAS ESFÉRICO 18G 120MM Y DIFERENTES MEDIDAS LIBRE DE LATEX	UND	160	127,00	20.320,00				NO
41		AGUJA - ARPÓN PARA LESIONES MAMARIAS	UND	450	29,50	13.275,00				NO

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LOTE 1: CATÉTERES ANGIOGRÁFICOS RECUBIERTOS CON POLÍMERO HIDROFÍLICO DE 4 Y 5F. DIFERENTES CURVAS Y LONGITUDES

- Catéter con recubrimiento hidrofílico, con punta blanda y mallado metálico interno, superficie radiopaca y lisa. Guía compatible 0,038". Resistencia a presiones elevadas (750 psi o superior).

LOTE 2: MICROCATÉTER HIDROFÍLICO CON PUNTA RECTA. DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES.

- 2.1 MICROCATÉTER HIDROFÍLICO DE 2,4F Y HASTA 150CM. Microcatéter hidrofílico selectivo con dos marcas radiopacas de 2,4F y hasta 150 cm de longitud y miniguía interna de 0,018".
- 2.2 MICROCATÉTER HIDROFÍLICO DE 2,7F Y HASTA 150CM. Microcatéter hidrofílico radiopaco de 2,7F y hasta 150 cm de longitud, con punta recta y miniguía interna de 0,021".

LOTE 3: MICROCATÉTER HIDROFÍLICO CON PUNTA ANGULADA. DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES.

- Microcatéter hidrofílico de nitinol con sistema coaxial (es decir suministrado con guía) con punta angulada (bern) y al menos una marca radiopaca distal. Calibre interno de 0,021 ", longitudes del catéter de 130 a 155 cm. Guía adjunta al sistema de 0,014" con recubrimiento hidrofílico.

LOTE 4: GUÍAS DE ANGIOPLASTIA CON RECUBRIMIENTO, RECTAS O CURVAS, DE 0,014" A 0,018" Y DIFERENTES LONGITUDES

- Guías de 0,014" a 0,018", con recubrimiento hidrofílico o siliconado, para abordaje de ramas arteriales y soporte para procedimientos de APT y stenting (acero o nitinol). Punta atraumática no rígida y con diferentes configuraciones (recta o curva).

LOTE 5: GUIAS AMPLATZ SUPER RÍGIDAS DE 0,035" Y DIFERENTES LONGITUDES

- Guía de acero recubierta de politetrafluoroetileno, con punta recta atraumática flexible, 0.035", y longitudes de 75 a 260 cm.

LOTE 6: GUÍAS HIDROFÍLICAS DE 0,018" A 0,035" Y DIFERENTES LONGITUDES.

- GUIA HIDROFÍLICA DE 0,018 A 0,035" Y HASTA 180CM. Guía de nitinol con recubrimiento hidrofílico, punta cónica atraumática angulada, de 0.018" a 0,035", hasta 180 cm de longitud.
- GUIA HIDROFÍLICA DE 0,018 A 0,035" Y 260CM. Guía de nitinol con recubrimiento hidrofílico, punta cónica atraumática angulada, de 0,018" a 0.035", y 260 cm de longitud.

LOTE 7: GUÍAS HIDROFÍLICAS RÍGIDAS DE 0,018" A 0,035" Y DIFERENTES LONGITUDES

- Guía hidrofílica de nitinol, rígida. Punta flexible, atraumática, desde 0,018" hasta 0,035", y longitudes de 80 hasta 300 cm.

LOTE 8: VAINA INTRODUCTORA CON VÁLVULA O LLAVE PARA HEMOSTASIA, DE 4 A 12F Y DIFERENTES LONGITUDES

- 8.1 INTRODUCTOR CON DILATADOR ESTANDAR DE 4 A 7F, DE 45 A 110CM. Introductor vascular hidrofílico reforzado con extremo distal flexible, dilatador interno de polietileno, marca radiopaca y válvula hemostática con brazo lateral. Diámetros de 4 a 7F y longitudes desde 45 a 110 cm. Configuración recta y curva de la punta.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

- 8.2. INTRODUCTOR CON DILATADOR FLEXIBLE DE 4 A 12F, DE 45 A 110 CM. Introductor vascular hidrofílico reforzado con diferentes tramos de flexibilidad, dilatador interno flexible de poliuretano, marca radiopaca en el extremo distal y válvula hemostática con brazo lateral. Diámetros de 4 a 12F y longitudes de 45 a 110 cm. Configuración recta y curva de la punta.

LOTE 9: INTRODUCTOR VASCULAR HEMOSTÁTICO HIDROFÍLICO. DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES

- 9.1 INTRODUCTOR RECTO DE 4 A 7F Y HASTA 70 CM. Introductor vascular hemostático hidrofílico de luz única con dilatador, marca radiopaca en el extremo distal y válvula hemostática con brazo lateral. Diámetros de 4 a 7F y hasta 70 cm de longitud. Configuración de punta recta y curva.

- 9.2 INTRODUCTOR RECTO DE 8 A 10F Y 70 CM. Introductor vascular hemostático hidrofílico de luz única con dilatador, marca radiopaca en el extremo distal y válvula hemostática con brazo lateral. Diámetros de 8 a 10F y 70 cm de longitud. Configuración de punta recta y curva.

- 9.3 INTRODUCTOR RECTO Y CURVO DE 4 A 10F Y 90 CM. Introductor vascular hemostático hidrofílico de luz única con dilatador, marca radiopaca en el extremo distal y válvula hemostática con brazo lateral. Diámetros de 4 a 10F y 90 cm de longitud. Configuración de punta recta y curva.

LOTE 10: SET PARA COLANGIOGRAFÍA TRANSPARIETAL HEPÁTICA.

- Set para colangiografía transparietal hepática compuesto por vaina con marca radiopaca (hasta 6F), con dilatador y cánula rígida, aguja de 21G, guía de 0,018" y guía rígida de 0,038".

LOTE 11: CONJUNTO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA Y AGUJAS INTRODUCTORAS CON AJUSTE DE LONGITUD DE AUMENTO EN MILÍMETROS. DIFERENTES CALIBRES Y LONGITUDES.

- 11.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA DE 14 A 18G, DE 10 A 20CM. Sistema automático de biopsia, con calibres de 14 a 18G y longitudes desde 10 hasta 20 cm. Punta ecogénica, marcas de profundidad, dos maneras de disparo y ajuste de longitud de recorrido controlable y preciso en aumentos de milímetro en milímetro, entre 15 y 25 mm.

- 11.2 AGUJA INTRODUCTORA COAXIAL COMPATIBLE CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA DE 14 A 18G. Aguja introductora coaxial, compatible con los sistemas automáticos de biopsia de 14 a 18G, de 10 a 20cm de longitud. Liberación rápida, cánula exterior con boca de conexión hembra Luer lock acoplada, estilete interior con una boca de conexión acoplada y tope de profundidad deslizante y flexible.

LOTE 12: CONJUNTO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA Y AGUJAS INTRODUCTORAS CON AJUSTE DE LONGITUD EN RANGOS. DIFERENTES CALIBRES Y LONGITUDES

12.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA DE 16 Y 18G, DE 10 A 20 CM. Sistema automático de biopsia, con calibres de 16 a 18G y longitudes desde 10 hasta 20cm. Punta ecogénica, marcas de profundidad, dos maneras de disparo y ajuste de longitud de recorrido en 3 rangos: 13 mm, 23mm y 33mm.

12.2 AGUJA INTRODUCTORA COAXIAL COMPATIBLE CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA DE 16 Y 18G. Aguja introductora coaxial, compatible con los sistemas automáticos de biopsia de 16 y 18G. Liberación rápida, cánula exterior con boca de conexión hembra Luer lock acoplada, estilete interior con una boca de conexión acoplada y tope de profundidad metálico.

LOTE 13: CATÉTERES MULTIUSO PARA DRENAJE DE 6 A 16F y DIFERENTES LONGITUDES

- Catéteres de drenaje percutáneo de poliuretano para punción directa con punta termosellada y revestimiento hidrofílico. Orificios ovalados laterales grandes, marcas centimetradas y calibre del catéter especificado en el dispositivo. Ecogénico con estilete trocar. Sistema de bloqueo antigoteo con

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

tapón fácil de quitar e hilo de bloqueo de seguridad. Calibres de 6F a 16F y longitudes de trabajo con el catéter extendido de 19 a 49 cm.

LOTE 14: CATÉTER MULTIPERFORADO PARA DRENAJE BILIAR INTERNO-EXTERNO DE 6 A 16F CON MARCA DISTAL RADIOPACA Y DIFERENTES LONGITUDES

- Catéter multiperforado de poliuretano blando flexible para drenaje biliar interno-externo con marca distal radiopaca y marcas centimetradas. Punta distal con revestimiento hidrofílico. Orificios laterales ovalados grandes. Con hilo de bloqueo de seguridad. Calibres de 6 a 16F y longitudes de trabajo con el catéter extendido de 19 a 49 cm.

LOTE 15: CATÉTERES CON BALÓN DE ANGIOPLASTIA

- 27.1: CATÉTER CON BALÓN DE DILATACIÓN PARA ATP, SOBRE GUÍA DE 0.035". Catéter con balón de angioplastia, introducción sobre guía de 0.035". Diámetros del balón hinchado de 4 a 12 mm, longitudes del balón entre 20 y 40 mm. Compatibles con vaina de 5 a 7F, según diámetro. Longitudes del catéter entre 75 y 135 cm.

- CATÉTER CON BALÓN DE DILATACIÓN PARA ATP SOBRE GUIA DE 0,018" Y MONORRAIL. Catéter con balón de angioplastia sobre guías de 0,018" y monorrail. Diámetros de balón de 4 a 7 mm, longitudes del balón entre 20 y 40 mm. Compatibles con vaina de 5 a 7F, según diámetro del balón. Longitudes del catéter entre 40 y 135 cm.

LOTE 16: PARTÍCULAS DE POLIVINIL ALCOHOL PARA EMBOLIZACIÓN VASCULAR. DIFERENTES CALIBRACIONES

- Partículas de PVA con morfología en copos, para embolización arterial, suministradas en presentaciones con diferentes rangos de calibración.

LOTE 17: MICROESFERAS DE EMBOLIZACIÓN NO REABSORBIBLES. DIFERENTES CALIBRES Y COLORES

- Microesferas para embolización arterial, sintéticas, con código de colores, no reabsorbibles. Diferentes presentaciones de viales con calibraciones en tamaño único.

LOTE 18: MICROESFERAS SINTÉTICAS PARA PRECARGAR CON QUIMIOTERÁPICO HEPÁTICO 2ML CALIBRE ÚNICO

- Microesferas sintéticas para procedimientos de quimiembolización intrarterial, con capacidad para absorber y vehiculizar diferentes quimioterápicos, sintéticas, con código de colores según el calibre. Presentaciones con micropartículas de calibre único.

LOTE 19: ESPIRALES DE LIBERACIÓN CONTROLADA DE 0,018". DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES.

- Espirales de platino de liberación controlada de 0,018" (que permita la retirada y reposicionamiento del espiral hasta conseguir su ubicación óptima) mediante sistema de brazos entrelazados. Diámetros de 2 a 22 mm, y de 2 a 20 cm de longitud.

LOTE 20: ESPIRALES DE LIBERACIÓN CONTROLADA DE 0,035". DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES

- Espirales de platino de liberación controlada de 0,035" (que permita la retirada y reposicionamiento del espiral hasta conseguir su ubicación óptima) con marca radiopaca en punto de liberación. Guía empujadora flexible en sus 20 cm distales que mantenga así la forma del catéter. Diámetros de 4 a 20 mm y de 7 a 14 cm de longitud.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

LOTE 21: LAZO RECUPERADOR VASCULAR 3 LAZOS

- Recuperador vascular dotado de varios lazos.

LOTE 22: EQUIPO PARA TIPS SHUNT PORTO SISTÉMICO TRANSYUGULAR INTRAHEPÁTICO

- Equipo para practicar shunt porto-sistémico por acceso yugular, con diferentes introductores y agujas direccionables.

LOTE 23: AGUJA DE RADIOFRECUENCIA CON/SIN COACCESO. DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES

- Aguja para procedimiento de ablación por radiofrecuencia, con electrodo-aguja con terminales múltiples desplegables. Posibilidad de realizar la punción transparietal sin o con coacceso. Diferentes longitudes de la aguja y diferentes calibres de cobertura de los electrodos desplegados, para conseguir volúmenes de ablación de entre 2 y 4 cm de diámetro.

LOTE 24: GASTROSTOMIA

- 24.1 SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA DE 14 A 18G. Conjunto de dispositivos para realizar un tracto de gastrostomía por acceso percutáneo guiado por fluoroscopia que aporte los siguientes componentes:
  - Conjunto de varias agujas precargadas con anclaje para fijación endoluminal gástrica y sutura ajustable.
  - Sistema de aguja, guía y dilatador/es con vaina pelable para el tracto percutáneo.
- 24.2 SONDA DE GASTROSTOMÍA CON SONDA ENFIT DE 14 A 18G. Sonda de alimentación de gastrostomía con conector ENFIT y balón de retención.
- 24.3 SONDA DEFINITIVA DE GASTROSTOMÍA CON BALÓN DE 14 A 20G Y DIFERENTES MEDIDAS ENFIT. Sonda de alimentación de gastrostomía de bajo perfil, con balón de retención de al menos 5 ml.
- 24.4 ACCESORIOS-EXTENSIONES DE GASTROSTOMÍA. Conectores para sonda de 5 bajo perfil, compatibles con alimentación en bolo y alimentación continua.

LOTE 25: SISTEMA DE FIJACIÓN DE CATÉTERES DIFERENTES CALIBRES SIN HILO

- Apósitos adhesivos para fijación de catéteres de drenaje percutáneo de diferentes calibres.

LOTE 26: PRÓTESIS BILIARES PERCUTÁNEAS

- Stent metálico auto expandible para acceso transparietal en vía biliar, con longitudes de 40 a 80 mm y diámetros de 7 a 12 mm, con catéter portador de 6 a 8F sobre guía de 0.035" y longitud del catéter portador menor o igual a 80 cm.

LOTE 27: RESERVORIO IMPLANTABLE PARA ACCESO VENOSO CON PORTAL CON PUNTOS SOBREELEVADOS

- Reservorio implantable para acceso venoso con portal de titanio engomado de silicona con puntos sobreelevados para facilitar la punción, con catéter de poliuretano 6F de al menos 60 cm de longitud, permitiendo flujos de 5 ml/seg y presión de hasta 300 psi.

LOTE 28: RESERVORIO IMPLANTABLE PARA ACCESO VENOSO CON PORTAL PARA PERSONAS DELGADAS

- Reservorio implantable para acceso venoso de bajo perfil con portal de polisulfona de bajo peso hasta 4,7 gramos especialmente pensado para personas delgadas con recubrimiento de la cámara de titanio-

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

polisulfona y borde sobreelevado para facilitar su punción. Catéter de poliuretano de 6,5F permitiendo flujos de 5 ml/seg y presión de hasta 325 psi.

LOTE 29 CATÉTER DE HEMODIÁLISIS DE 14,5F CON PUNTA RECTA SIMÉTRICA ÚNICA, HEPARINIZADO O NO, Y DIFERENTES LONGITUDES

- Catéter de hemodiálisis, de 14,5F de dos luces, con punta recta simétrica única y ranuras laterales, con banda radiopaca para facilitar posicionamiento, con estilete para procedimiento de recambio de catéter sobre guía. Posibilidad de recubrimiento de superficie interna y externa del catéter, con compuestos que reduzcan riesgos de formación de trombos/fibrina, como heparina o similar. Varias longitudes desde 19 a 55 cm, aproximadamente. Guía, dilatadores e introductor pelable incluidos en el kit.

LOTE 30: CATÉTER DE HEMODIÁLISIS COMPATIBLE CON INTRODUCTOR 15F CON PUNTA CONICA SIMÉTRICA Y CUFF CONIFICADO Y DIFERENTES LONGITUDES

- Catéter de hemodiálisis de poliuretano de dos luces compatible con introductor 15F con punta cónica simétrica, cuff conificado y estilete precargado para procedimiento de recambio de catéter. Varias longitudes desde 19 a 42 cm. Guía, dilatadores e introductor pelable incluidos en el kit.

LOTE 31: FILTRO DE CAVA VENA

- Filtro de cava para implante por vía venosa yugular o femoral, definitivo o temporal (con posibilidad de extracción endovascular). El kit aportará los medios para el correcto implante del filtro.

LOTE 32: CATÉTER FIBRINOLISIS PARA INFUSIÓN CONTINUA DE 4 A 6F Y DIFERENTES LONGITUDES

- Catéter multiperforado de 4 a 6F, para perfusión continua de fármaco para terapia fibrinolítica, introducción sobre guía de 0.035". Longitudes de zona multiperforada de 10 a 20 cm aproximadamente y longitud total del catéter de 90 a 140 cm.

LOTE 33: PRÓTESIS CUBIERTA PARA TIPS. DIFERENTES MEDIDAS

- Prótesis de 8 a 10 mm de diámetro con posibilidad de diferentes longitudes de la parte cubierta, de 4 a 8 cm, y longitud fija de la parte no cubierta de 2 cm. Sistema de liberación controlada montada sobre catéter compatible con introductor 10F y longitud del catéter portador de 75 cm.

LOTE 34: GUIA DE SUJECIÓN CERRADA PARA AGUJAS EN EQUIPO DE ESTEREOTAXIA

- 34.1 GUIA DE SUJECIÓN CERRADA DE ARPONES EN EQUIPO DE ESTEREOTAXIA DE 20 A 22G. Sistema de sujeción de agujas y arpones en equipo de estereotaxia digital.
- 34.2 GUIA DE SUJECIÓN CERRADA DE SETS PARA MARCAJE DE LESIONES MAMARIAS POR ESTEREOTAXIA DE 16 A 19G. Sistema de sujeción de guías coaxiales en equipo de estereotaxia digital.

LOTE 35: SISTEMA DE BIOPSIA DE MAMA ASISTIDO POR VACIO, DIFERENTES TAMAÑOS DE CÁMARA DE CORTE.

- 35.1 KIT BIOPSIA DE 9G*13CM* 12 y 20MM.
  - Aguja de calibre 9G, cámara de recolección muestras de 12 y 20 mm. Longitud de 13 cm coaxial plástico estéril incluido en el kit de la propia aguja.
  - Válvula en Y para administración de anestesia automática y de suero lavador.
  - Corte de muestra por rotación.
  - Disparo avance de la aguja neumático (por vacío).
  - Filtro de recogida de muestras micro perforado y separado del mango de la aguja.
  - EL KIT DE BIOPSIA COMPUESTO POR:
    - Aguja de Biopsia

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

  - Guía Estéril
- 35.2 MARCADOR DE 9G 13CM:
  - Este es el marcador compatible con la aguja de biopsia.
  - Marcador de titanio, aguja/dispositivo de despliegue de longitud: 13 cm y siembra del marcador por parte frontal.

- EQUIPO EN CESION: La adjudicación de este lote irá condicionada a la cesión del Sistema de Vacío para realización de biopsias de mama, último modelo tecnológico con mantenimiento preventivo y correctivo.

LOTE 36: SISTEMA DE BIOPSIA POR VACIO GUIADO POR ECOGRAFÍA DE 10G

- Dispositivo de biopsia sin cables con una base de carga y un soporte reutilizable, y sondas/agujas desechables de un solo uso (calibre 10G y longitud 13,6 cm). Dispositivo con tecnología de vacio apropiado para procedimientos de biopsia de mama (diagnóstica y escisional), guiada por ecografía. Inserción única que permita obtener varias muestras sin retirar la aguja, para reducir la duración del procedimiento. Cánula extraible para una precisa colocación del marcador en el lecho de biopsia.

LOTE 37: SISTEMA AUTOMÁTICO PARA BIOPSIA TEJIDOS BLANDOS CON AGUJA 14G 75MM 22MM DE PENETRACIÓN APROXIMADA Y DIFERENTES MEDIDAS

- Sistema de biopsia automático o semiautomático para obtención de varias muestras de tejido mamario. La pistola para biopsia tipo TruCut (diferentes longitudes) de calibre 14G, permite tomar muestras con una sola mano. Aguja centimetrada que facilita el posicionamiento. Desechables.

LOTE 38: SET DE MARCAJE PARA LESIONES MAMARIAS DE 15 Y 18G

- Set para marcar lesiones y lechos de biopsia de mama y ganglios axilares con clips metálicos con cubierta de polímero de hidrogel biodegradable que proporcionan visibilidad excepcional a largo plazo mediante todas las técnicas de imagen, fácilmente visible con ultrasonidos y en RM. Calibre de 15G
- Set para marcar lesiones y lechos de biopsia de mama y ganglios axilares con clips metálicos con cubierta de polímero de hidrogel biodegradable que proporcionan visibilidad excepcional a largo plazo mediante todas las técnicas de imagen, fácilmente visible con ultrasonidos y en RM. Calibre de 18G

LOTE 39: SET PARA MARCAJE LESIONES MAMARIAS 18G 120MM Y DIFERENTES MEDIDAS LIBRE DE LATEX

- Set para marcar lesiones en el tejido mamario, garantizando su identificación posterior mediante ecografía y mamografía. También se implanta en lechos tumorales pre-terapia neo adyuvante.

LOTE 40: EQUIPO PARA LESIONES MAMARIAS ESFÉRICO 18G 120MM Y DIFERENTES MEDIDAS LIBRE DE LATEX

- Set para marcaje de lesiones mamarias con clip metálico esférico, seguro y preciso para localizar tumores o lechos de biopsia, compatible e identificable con todas las técnicas de imagen.

LOTE 41: AGUJA - ARPÓN PARA LESIONES MAMARIAS

- Set para el marcaje preoperatorio de lesiones mamarias sospechosas y no palpables. Arpón "alambre" localizador, con indicador de profundidad, precargado en una aguja de punción. Tras la introducción su extremo distal se desdobla permitiendo un anclaje y fijación óptimos en el tejido mamario. Calibre/longitud: 20G/100 mm. Arpón reposicionable. Sin látex.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)