PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE 2024/02828

Suministro de Material para Cirugía Laparoscópica con destino a la OSI Araba

1. OBJETO DEL CONTRATO

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades de MATERIAL PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA de la OSI Araba para un periodo total de 5 años (contrato inicial de dos años, más tres posibles prórrogas de un año cada una).

Los productos objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de asistencia sanitaria en la OSI Araba.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1 Requisitos normativos y etiquetas generales

Al objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes y a los profesionales sanitarios de Osakidetza, asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberán reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado y autorizaciones.

Los productos ofertados deberán cumplir los siguientes requisitos **EXCLUYENTES**:

Cumplimiento **Real Decreto 192/2023 de 21 de marzo** por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.

Se acreditará:

- Marcado CE como producto sanitario
- Declaración CE de conformidad del fabricante de acuerdo a la clase de producto sanitario que le corresponda. Debe incluir una relación donde se indique para cada uno de los lotes ofertados lo siguiente:
  - Número de marcado CE
  - Conforme a qué Anexo
  - Organismo Notificado Certificador
  - Fechas de vigencia
  - Listado de referencias ofertadas
- Fichas técnicas, en castellano o euskera, actualizadas, incluyendo la referencia del producto/s, junto con una identificación del lote.

2.2 Requisitos sobre instrucciones de uso

Cada producto deberá ir acompañado de la información necesaria para su utilización con plena seguridad y adecuadamente, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios potenciales, y para identificar al fabricante.
Esta información estará constituida por las indicaciones que figuren en el propio producto y/o envase unitario, en la ficha técnica y/o instrucciones de utilización.
Los datos necesarios para la utilización del producto con plena seguridad deberán figurar, siempre que sea factible y adecuado, en el propio producto y/o envase unitario o, en su caso, en el envase comercial. Si no es factible envasar individualmente cada unidad, estos datos deberán figurar en unas instrucciones de utilización que acompañen a uno o varios productos.

3. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS LOTES

El objeto del contrato se constituye en **43 lotes**, en las cantidades y por los precios unitarios máximos que a continuación se indican:

Nº LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
1	**INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO REUTILIZABLE**			**126.347,00 €**
1.1	TIJERA METZENBAUM CURVA, 5 mm x 33 cm	60	365,00 €	21.900,00 €
1.2	TIJERA METZENBAUM CURVA, 5 mm x 43 cm	10	593,60 €	5.936,00 €
1.3	TIJERA MINI METZENBAUM CURVA, 5 mm x 33 cm	35	365,00 €	12.775,00 €
1.4	TIJERA MINI METZENBAUM CURVA, 5 mm x 43 cm	10	508,20 €	5.082,00 €
1.5	PINZA FENESTRADA PUNTA RECTA, 5 mm x 33 cm	70	452,00 €	31.640,00 €
1.6	PINZA FENESTRADA PUNTA RECTA, 5 mm x 43 cm	15	512,00 €	7.680,00 €
1.7	PINZA DE AGARRE BABCOCK, 5 mm x 33 cm	5	803,10 €	4.015,50 €
1.8	PINZA DE AGARRE BABCOCK, 10 mm x 33 cm	5	626,30 €	3.131,50 €
1.9	DISECTOR CURVO MARYLAND, 5 mm 33 cm	25	450,00 €	11.250,00 €
1.10	DISECTOR CURVO MARYLAND, 5 mm 43 cm	10	850,20 €	8.502,00 €
1.11	PINZA LAPAROSCÓPICA DE AGARRE, compuesta de:			
1.11.1	MANGO CON SISTEMA DE FIJACIÓN	5	311,60 €	1.558,00 €
1.11.2	VAINA	5	110,20 €	551,00 €
1.11.3	INSERTO REUTILIZABLE, 5 mm x 35 cm	5	265,20 €	1.326,00 €
1.12	MANGO MULTIUSO CON CREMALLERA	100	110,00 €	11.000,00 €
2	**TERMINALES DESECHABLES SOBRE MANGO REUTILIZABLE**			**121.810,00 €**
2.1	TERMINAL TIJERA CURVA, 5 mm diám.	100	64,45 €	6.445,00 €
2.2	TERMINAL TIJERA MINI CURVA, 5 mm diám.	100	64,45 €	6.445,00 €
2.3	TERMINAL DISECTOR EN L, 5 mm diám.	450	77,80 €	35.010,00 €
2.4	TERMINAL DISECTOR EN L, 10 mm diám.	50	77,80 €	3.890,00 €
2.5	TERMINAL DISECTOR MARYLAND, 5 mm diám.	100	77,80 €	7.780,00 €

Nº LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
2.6	TERMINAL PINZA DE AGARRE SEMIDENTADA, 5 mm diám.	500	77,80 €	38.900,00 €
2.7	TERMINAL PINZA DE AGARRE FENESTRADA DENTADA, 5 mm diám.	100	77,80 €	7.780,00 €
2.8	TERMINAL PINZA DE AGARRE BABCOCK P/TRÓCAR 5 mm diám	50	77,80 €	3.890,00 €
2.9	TERMINAL PINZA DE AGARRE BABCOCK P/TRÓCAR 10 mm diám.	50	77,80 €	3.890,00 €
2.10	TERMINAL PINZA DE AGARRE FENESTRADA SUPERATRAUMÁTICA, 5 mm diám.	50	77,80 €	3.890,00 €
2.11	TERMINAL PINZA DE AGARRE GRANDES DIENTES SUPERATRAUMÁTICA, 5 mm diám.	50	77,80 €	3.890,00 €
3	**PORTA AGUJAS LAPAROSCÓPICO REUTILIZABLE, MANGO DE ANILLAS**			**6.288,00 €**
3.1	PORTA AGUJAS PUNTA RECTA	4	1.048,00 €	4.192,00 €
3.2	PORTA AGUJAS PUNTA CURVA DERECHA	1	1.048,00 €	1.048,00 €
3.3	PORTA AGUJAS PUNTA CURVA IZQUIERDA	1	1.048,00 €	1.048,00 €
4	**PORTA AGUJAS LAPAROSCÓPICO REUTILIZABLE, MANGO AXIAL O ANGULADO**			**4.680,00 €**
4.1	PORTA AGUJAS PUNTA RECTA	2	1.170,00 €	2.340,00 €
4.2	PORTA AGUJAS PUNTA CURVA DERECHA	2	1.170,00 €	2.340,00 €
5	SEPARADOR HEPÁTICO ARTICULADO REUTILIZABLE, 10 mm	4	675,00 €	**2.700,00 €**
6	SEPARADOR MULTIFLEXIBLE P/BANDA GÁSTRICA REUTILIZABLE, 5 mm	2	2.000,00 €	**4.000,00 €**
7	PINZA BIPOLAR FENESTRADA LAPAROSCÓPICA REUTILIZABLE, 5 mm	20	2.735,00 €	**54.700,00 €**
8	PINZA BIPOLAR MARYLAND LAPAROSCÓPICA REUTILIZABLE, 5 mm	20	2.735,00 €	**54.700,00 €**
9	**AGUJAS NEUMOPERITONEO**			**10.075,00 €**
9.1	AGUJA VERES, 120 mm long.	1.500	6,50 €	9.750,00 €
9.2	AGUJA VERES, 150 mm long.	50	6,50 €	325,00 €
10	PINZA LAPAROSCÓPICA DE AGARRE CON SISTEMA DE FIJACIÓN, 5 mm	2.000	86,00 €	**172.000,00 €**
11	TIJERA METZENBAUM LAPAROSCÓPICA	100	79,00 €	**7.900,00 €**
12	PINZA DE AGARRE DEL YUNQUE CON ANILLAS DE 10 mm	20	225,00 €	**4.500,00 €**
13	SEPARADOR ENDOSCÓPICO ATRAUMÁTICO DE 3/5 DEDOS, CON APERTURA EN ABANICO, 10 mm	200	90,00 €	**18.000,00 €**
14	ELECTRODO MONOPOLAR LAPAROSCÓPICO CON PUNTA EN "L" 5 mm PARA CONECTAR A MANGO BISTURÍ ELEÉTRICO CON ELECTRODO CIRUGÍA ABIERTA	1.500	77,00 €	**115.500,00 €**
15	BISTURÍ CON ELECTRODO MONOPOLAR LAPAROSCÓPICO PUNTA EN L, 5 mm x 30-35 cm	100	35,00 €	**3.500,00 €**
16	**SISTEMA LAPAROSCÓPICO DE ELECTROCOAGULACIÓN CON PUNTA EN "L" CON ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN**			**13.350,00 €**
16.1	MANGO DESECHABLE DE SISTEMA DE COAGULACIÓN, IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN	50	177,00 €	8.850,00 €
16.2	ELECTRODO DESECHABLE LAPAROSCÓPICO RETRÁCTIL CON PUNTA EN "L" DE 5 mm	50	90,00 €	4.500,00 €
17	MANGO DE SISTEMA DE COAGULACIÓN, IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN	100	93,70 €	**9.370,00 €**
18	**SISTEMA SUTURA ENDOSCÓPICA AUTOMÁTICA**			**4.200,00 €**
18.1	APARATO SUTURA ENDOSCÓPICA AUTOMÁTICA	25	111,00 €	2.775,00 €
18.2	CARGA P/APARATO ENDOSCOPIA SEDA Nº 0	50	19,00 €	950,00 €
18.3	CARGA SEDA TRENZADA SOFSILK NEGRO 2/0 18 cm	25	19,00 €	475,00 €
19	SISTEMA CIERRE DE INCISIONES TRÓCARES	30	36,00 €	**1.080,00 €**
20	**CLIPS DE POLÍMERO NO REABSORBIBLES**			**76.320,00 €**
20.1	CLIP DE POLÍMERO tamaño PEQUEÑO, 2-7 mm	100	4,80 €	480,00 €
20.2	CLIP DE POLÍMERO tamaño MEDIANO, 3-10 mm	800	4,80 €	3.840,00 €
20.3	CLIP DE POLÍMERO tamaño GRANDE, 5-13 mm	5.000	4,80 €	24.000,00 €
20.4	CLIP DE POLÍMERO tamaño EXTRAGRANDE, 7-16 mm	10.000	4,80 €	48.000,00 €

Nº LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
21	**CARTUCHO DE CLIPS DE TITANIO, 9 mm (± 2 mm.)**			**7.550,00 €**
21.1	DE 10 CLIPS (± 2 und.)	50	67,00 €	3.350,00 €
21.2	DE 20 CLIPS (± 2 und.)	50	84,00 €	4.200,00 €
22	CLIPS DE APENDICECTOMÍA	400	33,85 €	**13.540,00 €**
23	**LAZOS PARA APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA**			**1.900,00 €**
23.1	CON LAZO DE SUTURA NO ABSORBIBLE Nº 2/0	50	19,00 €	950,00 €
23.2	CON LAZO DE SUTURA NO ABSORBIBLE Nº 0	50	19,00 €	950,00 €
24	**MANIPULADOR INYECTOR UTERINO CON BALÓN DE RETENCIÓN**			**32.450,00 €**
24.1	MANIPULADOR INYECTOR UTERINO MEDIANO	250	118,00 €	29.500,00 €
24.2	MANIPULADOR INYECTOR UTERINO GRANDE	25	118,00 €	2.950,00 €
25	KIT DE MORCELACIÓN LAPAROSCÓPICO (Morcelador + Bolsa de morcelación estanca)	10	800,00 €	**8.000,00 €**
26	SISTEMA DE ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN CON TUBO DE CONEXIÓN DESECHABLE, 5 mm	2.500	38,00 €	**95.000,00 €**
27	SISTEMA DE IRRIGACIÓN-ASPIRACIÓN P/CIRUGÍA ROBÓTICA	700	79,00 €	**55.300,00 €**
28	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, 100 ml (± 20 ml)	50	20,00 €	**1.000,00 €**
29	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, SISTEMA TAMPÓN, 250 ml. (± 100 ml)	1.500	23,00 €	**34.500,00 €**
30	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA, 250 ml (± 100 ml)	400	35,00 €	**14.000,00 €**
31	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, SISTEMA TAMPÓN, 500 ml (± 100 ml)	200	26,00 €	**5.200,00 €**
32	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA, 500 ml (± 100 ml).	200	37,00 €	**7.400,00 €**
33	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, SISTEMA TAMPÓN, 800 ml (± 100 ml)	150	45,00 €	**6.750,00 €**
34	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA, 800 ml (± 100 ml)	150	65,00 €	**9.750,00 €**
35	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, 1.800 ml (± 300 ml)	100	80,00 €	**8.000,00 €**
36	**BOLSA RECOGIDA PIEZAS NYLON MANUAL Y AUTOMÁTICA**			**1.765,00 €**
36.1	BOLSA RECOGIDA PIEZAS MANUAL, 200 ml (± 50 ml)	10	39,00 €	390,00 €
36.2	BOLSA RECOGIDA PIEZAS MANUAL, 500 ml (± 50 ml)	10	42,50 €	425,00 €
36.3	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA 200 ml (± 50 ml)	10	47,00 €	470,00 €
36.4	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA 500 ml (± 50 ml)	10	48,00 €	480,00 €
37	BOLSA RECOGIDA PIEZAS PARA TRÓCAR 5 mm	50	65,00 €	**3.250,00 €**
38	SISTEMA FILTRACIÓN PARA HUMO DE LAPAROSCOPIA	450	12,60 €	**5.670,00 €**
39	TUBO INSUFLACIÓN CON FILTRO GAS	140	91,00 €	**12.740,00 €**
40	SET DE TUBOS PARA EQUIPO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL	15	297,00 €	**4.455,00 €**
41	SELLO DESECHABLE DEL CALENTADOR DE ÓPTICAS	600	9,00 €	**5.400,00 €**
42	CALENTADOR DE ENDOSCOPIO ANTICONDENSACIÓN	300	19,00 €	**5.700,00 €**
43	BALÓN DE DISTENSION PREPERITONEAL LAPAROSCÓPICO	30	190,00 €	**5.700,00 €**
	PRESUPUESTO BASE (IVA excluido)			**1.156.040,00 €**
	PRESUPUESTO BASE (IVA incluido)			**1.398.808,40 €**

El número unidades previsto es estimativo, por estar subordinado a la actividad de la OSI Araba, y por tanto no se considera elemento esencial del contrato. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna.

A todos los efectos se entenderá que el precio unitario estimado como máximo por la Administración comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución del contrato, y toda clase de tasas, impuestos (excepto IVA) y licencias.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se detallan las **características mínimas** que deben cumplir los productos ofertados por las empresas licitadoras. Las ofertas que no cumplan con dichas características técnicas mínimas quedarán EXCLUIDAS.

INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO REUTILIZABLE		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
1	1.1	TIJERA METZENBAUM CURVA, 5 mm x 33 cm
	1.2	TIJERA METZENBAUM CURVA, 5 mm x 43 cm
	1.3	TIJERA MINI METZENBAUM CURVA, 5 mm x 33 cm
	1.4	TIJERA MINI METZENBAUM CURVA, 5 mm x 43 cm
	1.5	PINZA FENESTRADA PUNTA RECTA, 5 mm x 33 cm
	1.6	PINZA FENESTRADA PUNTA RECTA, 5 mm x 43 cm
	1.7	PINZA DE AGARRE BABCOCK, 5 mm x 33 cm
	1.8	PINZA DE AGARRE BABCOCK, 10 mm x 33 cm
	1.9	DISECTOR CURVO MARYLAND, 5 mm 33 cm
	1.10	DISECTOR CURVO MARYLAND, 5 mm 43 cm
	1.11	PINZA LAPAROSCÓPICA DE AGARRE, compuesta de:
	1.11.1	MANGO CON SISTEMA DE FIJACIÓN
	1.11.2	VAINA
	1.11.3	INSERTO REUTILIZABLE, 5 mm x 35 cm
	1.12	MANGO MULTIUSO CON CREMALLERA
Usos	- Sujeción y tracción atraumática / disección roma / coagulación-hemostasia en laparoscopia.	
Requisitos técnicos mínimos	- Mango universal con pulsador liberador de todos los terminales y conexión monopolar. - Eje rotatorio de 360º. - Pinzas con mecanismo de auto bloqueo (muelle). - Longitud de 30 a 45 cm. - Formado por dos componentes multiuso de alta calidad, mango y eje fácilmente intercambiables. - Puerto con tapón de limpieza. - Conexión monopolar.	
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Hospital, sin coste alguno para éste, cables de conexión monopolar compatibles con generador Valleylab FT10.		

TERMINALES DESECHABLES SOBRE MANGO REUTILIZABLE		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
2	2.1	TERMINAL TIJERA CURVA, 5 mm diám.
	2.2	TERMINAL TIJERA MINI CURVA, 5 mm diám.
	2.3	TERMINAL DISECTOR EN L, 5 mm diám.
	2.4	TERMINAL DISECTOR EN L, 10 mm diám.
	2.5	TERMINAL DISECTOR MARYLAND, 5 mm diám.
	2.6	TERMINAL PINZA DE AGARRE SEMIDENTADA, 5 mm diám.
	2.7	TERMINAL PINZA DE AGARRE FENESTRADA DENTADA, 5 mm diám.
	2.8	TERMINAL PINZA DE AGARRE BABCOCK P/TRÓCAR 5 mm diám
	2.9	TERMINAL PINZA DE AGARRE BABCOCK P/TRÓCAR 10 mm diám.
	2.10	TERMINAL PINZA DE AGARRE FENESTRADA SUPERATRAUMÁTICA, 5 mm diám.
	2.11	TERMINAL PINZA DE AGARRE GRANDES DIENTES SUPERATRAUMÁTICA, 5 mm diám.
Usos		- Sujeción y tracción atraumática / disección roma / coagulación-hemostasia en laparoscopia.
Requisitos técnicos mínimos		- Terminales desechables adaptables a mango reutilizable, fácilmente intercambiables. - Giro 360º. - Puntas de tijera curva roma. - Puntas de disectores romas. - Conexión mono polar.
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Hospital, sin coste alguno para éste, mangos reutilizables válidos para todos los terminales desechables, con y sin cremallera, de distintos tamaños, así como de cables de conexión mono polar compatibles con generador Valleylab FT10.		

PORTA AGUJAS LAPAROSCÓPICO REUTILIZABLE, MANGO DE ANILLAS		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
3	**3.1**	PORTA AGUJAS PUNTA RECTA
	3.2	PORTA AGUJAS PUNTA CURVA DERECHA
	3.3	PORTA AGUJAS PUNTA CURVA IZQUIERDA
Usos		- Realización de suturas manuales en cirugía laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos		- Medidas: 5 mm, 30-35 cm. - Fijación segura de la aguja. - Fácil apertura y cierre.

PORTA AGUJAS LAPAROSCÓPICO REUTILIZABLE, MANGO AXIAL O ANGULADO		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
4	**4.1**	PORTA AGUJAS PUNTA RECTA
	4.2	PORTA AGUJAS PUNTA CURVA DERECHA
Usos		- Realización de suturas manuales en cirugía laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos		- Medidas: 5 mm, 30-35 cm. - Fijación segura de la aguja. - Fácil apertura y cierre.

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
5	SEPARADOR HEPÁTICO ARTICULADO REUTILIZABLE, 10 mm.
Usos	- Separación hepática en cirugía laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos	- Separador retractor. - Cinco dedos, de posición modificable. - Longitud: 30-40 cm.

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
6	SEPARADOR MULTIFLEXIBLE P/BANDA GÁSTRICA REUTILIZABLE, 5 mm
Usos	- Separación roma de tejidos.
Requisitos técnicos mínimos	- Punta roma, que permita disección. - Poco traumático.

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
7	PINZA BIPOLAR FENESTRADA LAPAROSCÓPICA REUTILIZABLE, 5 mm
8	PINZA BIPOLAR MARYLAND LAPAROSCÓPICA REUTILIZABLE, 5 mm
Usos	- Agarre y disección precisa de los tejidos con coagulación bipolar en cirugía laparoscópica.
Requisitos Técnicos mínimos	- Con rotación 360º. - Relieve estriado. - Con conexión para coagulación bipolar. - Longitud > 30 cm. - Apertura de ambas palas. - Eje aislado. - Compatible con unidades electro quirúrgicas Valleylab.
- La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Hospital, sin coste alguno para éste, cables de conexión bipolar compatibles con generador Valleylab FT10.	

AGUJAS NEUMOPERITONEO		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
9	**9.1**	AGUJA VERES, 120 mm. long.
	9.2	AGUJA VERES, 150 mm. long.
Usos		- Realización de neumoperitoneo en cirugía laparoscópica.
Requisitos Técnicos mínimos		- Aguja de neumoperitoneo 14G en 120 mm y 150 mm de longitud. - Fiador romo retráctil. - Indicador rojo de bisel de la aguja descubierto seguridad. - Llave de alto flujo. - Desechable en paquete individual. - Estéril.

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
10	PINZA LAPAROSCÓPICA DE AGARRE CON SISTEMA DE FIJACIÓN, 5 mm
Usos	- Sujeción y tracción de tejido en cirugía laparoscópica.
Requisitos Técnicos mínimos	- Longitud > 30 cm. - Eje rotatorio de 360º. - Ranurada con dientes y fenestrada. - Con mecanismo de cremallera. - Con mecanismo de bloqueo y desbloqueo mediante gatillo con el sistema de cremallera activado. - Desechable. - Estéril.

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
11	TIJERA METZENBAUM LAPAROSCÓPICA
Usos	- Corte de tejidos en cirugía laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos	- Eje rotatorio de 360º. - Longitud > 30 cm. - Cuchillas de la tijera con borde cortante de 14-17 mm. - Punta curva y roma. - Electrodo mono polar incorporado. - Desechable y estéril. - Estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
12	PINZA DE AGARRE DEL YUNQUE CON ANILLAS DE 10 MM
Usos	- Facilitar el agarre y fijación de la cabeza del yunque de la grapadora intraluminal curva en cirugía laparoscópica.
Requisitos Técnicos mínimos	- Eje rotatorio de 360º. - Longitud 35 cm. - Estéril. - Con anillas de cierre. - Libre de látex. - Desechable.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
13	SEPARADOR ENDOSCÓPICO ATRAUMÁTICO DE 3/5 DEDOS, CON APERTURA EN ABANICO, 10 mm
Usos	- Separación hepática en cirugía laparoscópica.
Requisitos Técnicos mínimos	- Separador retractor. - Punta desplegable en tres dedos (de 7-9 mm de ancho) - Apertura en abanico (articulados de 0 a 45°). - Para trócar de 10 mm. - Desechable. - Longitud entre 30-35 cm. - Estéril. - Libre de látex.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
14	ELECTRODO MONOPOLAR LAPAROSCÓPICO CON PUNTA EN “L” 5 MM PARA CONECTAR A MANGO BISTURÍ ELÉCTRICO CON ELECTRODO CIRUGÍA ABIERTA
Usos	- Disección, corte y coagulación mono polar de tejidos en procedimientos quirúrgicos por laparoscópica.

Requisitos Técnicos mínimos	- Electrodo mono polar para laparoscopia con punta en L:
	  – > 30 cm de longitud.
	  – Aislado eléctricamente hasta la punta.
	  – Punta con recubrimiento antiadherente.
	- Mango de eletrobisturí:
	  – De 15-17 cm.
	  – Activación manual.
	  – Con interruptor de botones.
	  – Con electrodo para cirugía abierta de acero inoxidable de espátula.
	  – Con conector de clavija estándar de 3 pines.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
15	BISTURÍ CON ELECTRODO MONOPOLAR LAPAROSCÓPICO PUNTA EN L , 5 mm x 30 - 35 cm
Usos	Disección, corte y coagulación de tejidos en procedimientos quirúrgicos por laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos	- Electrodo mono polar para laparoscopia. - Punta de hoja en forma de "L". - Aislado eléctricamente hasta la punta. - Punta con recubrimiento antiadherente. - Conexión para control manual por pedal.

SISTEMA LAPAROSCÓPICO DE ELECTROCOAGULACIÓN CON PUNTA EN "L" CON ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
16	**16.1**	MANGO DESECHABLE DE SISTEMA DE COAGULACIÓN, IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN
	16.2	ELECTRODO DESECHABLE LAPAROSCÓPICO RETRÁCTIL CON PUNTA EN "L" DE 5 mm
Usos		- Aspiración con corte y coagulación de tejidos en procedimientos quirúrgicos por laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos		- Aspiración irrigación y coagulación en un solo instrumento. - Compatible con cánulas desechables > 30cm de 5 mm con electrodo mono polar laparoscópico retráctil con punta "L". - Con tubo de aspiración incluido o conectable a aspiración estándar. - Ambidextro y manejable con 1 mano. - Botones de aspiración y succión fácilmente diferenciables. - Desechable en paquete individual y estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
17 **Usos**	MANGO DE SISTEMA DE COAGULACIÓN, IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN - Disección, corte, coagulación de tejidos y aspiración/irrigación de tejidos en procedimientos quirúrgicos por laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos	- Aspiración irrigación y coagulación en un solo instrumento. - Compatible con cánulas desechables. - Cánula hueca de 5 mm con electrodo monopolar laparoscópico retráctil con punta "L". - Rotación de electrodo de 360º. - Con tubo de aspiración incluido o conectable a aspiración estándar. - Ambidextro y manejable con 1 mano. - Botones de aspiración y succión fácilmente diferenciables. - Desechable en paquete individual y estéril.
- La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Hospital, sin coste alguno para éste, el material reutilizable del sistema, así como de cables de conexión mono polar compatible con generador Valleylab FT10.	

SISTEMA SUTURA ENDOSCÓPICA AUTOMÁTICA		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
18	**18.1**	APARATO SUTURA ENDOSCÓPICA AUTOMÁTICA
	18.2	CARGA P/APARATO ENDOSCOPIA SEDA nº 0
	18.3	CARGA SEDA TRENZADA SOFSILK NEGRO 2/0 18cm.
Usos		- Sutura continua o suelta en cirugía laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos		- Instrumento de 1 solo uso recargable. - Utilizable con diferentes tipos de cargas e hilos. - Longitud > 30 cm. - Estéril.

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
19	SISTEMA CIERRE DE INCISIONES TRÓCARES
Usos	- Dispositivo desechable de cierre de orificios de trócares.
Requisitos técnicos mínimos	- Agujas para pasar las suturas con mandíbulas largas para facilitar el agarre de cualquier sutura y con mandíbulas retráctiles. En dos medidas 14-16 y 17-21 cm. - Guía cónica o cilíndrica para facilitar la entrada de la aguja con la sutura. - Guía de suficiente profundidad para atravesar todas las capas de la pared abdominal. - Estéril.

CLIPS DE POLÍMERO NO REABSORBIBLES		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
20	**20.1**	CLIP DE POLÍMERO tamaño PEQUEÑO 2-7 mm
	20.2	CLIP DE POLÍMERO tamaño MEDIANO, 3-10 mm
	20.3	CLIP DE POLÍMERO tamaño GRANDE, 5-13 mm
	20.4	CLIP DE POLÍMERO tamaño EXTRAGRANDE, 7-16 mm
Usos		- Ligadura de vasos de hasta 12 mm.
Requisitos técnicos mínimos		- Clips de polímero biocompatible y estables seguros para el paciente. - Seguridad similar a una sutura de 2/0. - Clips con cierre total. - Sin interferencias en ECO y RM. - Entrada por trocar de 5mm los pequeños y de 10 los más grandes. - Opción de uso también para cirugía abierta.
- La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Hospital, sin cargo alguno para éste, las pinzas aplicadores de Clips standard, así como las pinza para retirarlos (tanto para cirugía abierta como laparoscópica), necesarios.		

CARTUCHO DE CLIPS DE TITANIO, 9 mm (± 2 mm)		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
21	**21.1**	DE 10 CLIPS (± 2 UD)
	21.2	DE 20 CLIPS (± 2 UD)
Usos		- Ligadura de vasos o estructuras tubulares en cirugía laparoscópico de 2 a 5 mm.
Requisitos técnicos mínimos		- Clips de Titanio en blíster. - Cantos de la parte interior redondeados. - Interior con relieve para evitar desplazamientos. - Cierre gradual que permita fijar y retirar el clip. - Marca en los últimos clips para indicar finalización del blíster.
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Hospital, sin cargo alguno para éste, los aplicadores de clips necesarios.		

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
22	CLIPS DE APENDICECTOMÍA
Usos	- Apendicetomía laparoscópica.

Requisitos técnicos mínimos	- Clip doble con cara interna estriada en forma de estructura de diamante.
	- Cierre distal.
	- Seguro distal.
	- Medidas: (medidas de clip abierto)
	  - 11 - 12 mm amplitud de boca.
	  - 16 – 16,5 mm longitud.
	- Titanio.

La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Hospital, sin cargo alguno para éste, los aplicadores de Clips necesarios.	

LAZOS PARA APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
23	23.1	CON LAZO DE SUTURA NO ABSORBIBLE Nº 2/0
	23.2	CON LAZO DE SUTURA NO ABSORBIBLE Nº 0
Usos		- Ligadura laparoscópica de vasos sanguíneos y pequeñas estructuras tubulares como la apéndice cecal.
Requisitos técnicos mínimos		- Varilla para enhebrar la sutura. - Con aplicador para introducir el lazo de sutura y la varilla.

MANIPULADOR UTERINO CON BALÓN DE RETENCIÓN		
Nº LOTE/ SUBLOTE		**DENOMINACIÓN**
24	**24.1**	MANIPULADOR INYECTOR UTERINO MEDIANO
	24.2	MANIPULADOR INYECTOR UTERINO GRANDE
Usos		- Permitir anteversión, retroversión y movimientos laterales del útero, por manipulación externa, durante la cirugía laparoscópica de la pelvis.
Requisitos técnicos mínimos		- Mango rotatorio. - Posibilidad de fijar el manipulador en el canal cervical. - Permitir realizar histerosalpingografía. - Diferentes tamaños de campana para fijación al cuello. - Con puerto de inyección de líquido para comprobar la permeabilidad de las trompas. - Con balón intra uterino auto retentivo. - Con balón vaginal para estabilización y hermetización. - Desechable. - Estéril. - Libre de látex.

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
25	KIT DE MORCELACIÓN LAPAROSCÓPICO (Morcelador + Bolsa de morcelación estanca)
Usos	- Extracción de piezas quirúrgicas grandes por cirugía laparoscópica
Requisitos técnicos mínimos	- Morcelador desechable de entre 15 y 18 mm de diámetro: o Ergonómico, ambidextro y ligero para usar con una sola mano. o Con tres posiciones de la cuchilla (cubierta, semicubierta para pelar y descubierta para perforar). o Desechable en paquete individual estéril. - Bolsa o De poliuretano y muy resistente. o Trasparente con introductor para trócar de 10 mm. o Con apertura automática y cierre sencillo mediante brida rígida. o Con varios puertos de entrada fácilmente identificables.
- La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Hospital, sin cargo alguno para éste, un tenáculo laparoscópico para la fijación y tracción de la pieza compatible con el morcelador.	

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
26	SISTEMA DE ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN CON TUBO DE CONEXIÓN DESECHABLE, 5 MM
Usos	Aspiración e irrigación en cirugía laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos	- Sistema de aspiración-irrigación-hidrodisección controlada. - Manejable con una mano. - Longitud: 35 y 45 mm. - Dos líneas de conexión una para irrigación y otra para aspiración. - Con conector punzante para conectar a la bolsa de suero. - Mango: ligero, compacto, con botones con color independiente para aspirar e irrigar y que permitan el agarre ambidiestro. - Estéril. - Libre de látex.
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Hospital, sin cargo alguno para éste, las bombas compresoras del líquido de irrigación.	

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
27	SISTEMA DE ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN P/CIRUGÍA ROBÓTICA
Usos	- Aspiración e irrigación en procedimientos quirúrgicos de cirugía robótica.
Requisitos técnicos mínimos	- Cánula de 5 mm y 45 cm de fibra no conductiva pre montada. - Tubos de irrigación y succión montados en línea con la cánula en ángulo 0º. - Punta de la cánula multiperforada, anti reflejante. - Desechable en paquete individual y estéril. - Sin látex.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
28	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, 100 ml (± 20 ml)
29	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, SISTEMA TAMPÓN, 250 ml. (± 100 ml)
30	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA, 250 ml. (± 100 ml)
31	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, SISTEMA TAMPÓN 500 ml. (± 100 ml)
32	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA 500 ml. (± 100 ml)
33	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, SISTEMA TAMPÓN, 800 ml. (± 100 ml)
34	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, AUTOMÁTICA 800 ml. (± 100 ml)
35	BOLSA RECOGIDA PIEZAS 1.800 ml. (± 300 ml)
36 (36.1-36.4)	BOLSA RECOGIDA DE PIEZAS NYLON MANUAL Y AUTOMÁTICA
37	BOLSA RECOGIDA PIEZAS PARA TRÓCAR 5 mm

Usos	Sistema de recogida y extracción de piezas en cirugía laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos	- Bolsas de plástico (salvo lote 36). - Con gran resistencia a la tracción. - Refuerzo anti-rotura. - De varios sistemas: apertura automática o expulsión tipo “tampón”. - En las de tampón con cable memoria y con posibilidad de cierre intraabdominal de la bolsa y nueva apertura si fuera necesaria.

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
38	SISTEMA FILTRACIÓN PARA HUMO DE LAPAROSCOPIA
Usos	- Extracción del humo generado en cirugía laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos	- Set con filtro ULPA de humos y tubo de 45-55 cm. - Tubo con sistema de apertura y cierre. - Conexión a trócares LUER-lock. - Libre de látex.

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
39	TUBO DE INSUFLACIÓN CON FILTRO DE GAS
Usos	- Insuflación de gas caliente con filtro en cirugía laparoscópica
Requisitos técnicos mínimos	- Tubo de insuflación con filtro de gas. - Longitud de al menos 300 cm. - Térmico. - Repelente de agua en varios extremos. - Estéril. - Desechable. - Compatible con ENDOFLATOR 50.

Nº LOTE	**DENOMINACIÓN**
40	SET DE TUBOS PARA EQUPO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL
Usos	- Insuflación, irrigación aspiración y medida de presión en cirugía endoscópica transanal.
Requisitos técnicos mínimos	- Tubo de insuflación. - Tubo de irrigación. - Tubo para medida de presión. - Tubo de conexión de cánula de aspiración. - Conexiones codificadas por colores. - De un solo uso. - Estéril. - Compatible con equipo TEM de R. Wolf.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
41	SELLO DESECHABLE DEL CALENTADOR DE ÓPTICAS
Usos	- Sello del calentador de óptica para mantener el calor del termo en procedimientos prolongados.
Requisitos técnicos mínimos	- Sello compatible con el calentador óptico de Applied.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
42	CALENTADOR DE ENDOSCOPIO ANTICONDENSACIÓN
Usos	- Precalentar el endoscopio para evitar la condensación en cirugía laparoscópica.
Requisitos técnicos mínimos	- Estéril. - Desechable. - Sistema de activación por pulsación del fluido interno exotérmico. - Facilidad de plegado alrededor de la óptica con fijación por clip de presión. - Libre de látex.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
43	BALON DE DISTENSIÓN PREPERITONEAL LAPAROSCÓPICO
Usos	- Creación de espacio extraperitoneal para cirugía laparoscópica y robótica.
Requisitos técnicos mínimos	- Estéril. - Desechable.

5. MUESTRAS

5.1 Cantidad

Para la valoración de los lotes que a continuación se indican, es condición imprescindible el envío de **una unidad de muestra**, excepto para los lotes que contienen sublotes, que deberán presentar muestras, únicamente, de los sublotes señalados.

Nº LOTE / Sublote	ARTÍCULOS A MUESTREAR
1	**INSTRUMENTAL LAPAROSCÓPICO REUTILIZABLE**
1.1	TIJERA METZENBAUM CURVA, 5 mm x 33 cm
1.3	TIJERA MINI METZENBAUM CURVA, 5 mm x 33 cm
1.7	PINZA DE AGARRE BABCOCK, 5 mm x 33 cm
1.8	PINZA DE AGARRE BABCOCK, 10 mm x 33 cm
2	**TERMINALES DESECHABLES SOBRE MANGO REUTILIZABLE**
2.1	TERMINAL TIJERA CURVA, 5 mm diám.
2.4	TERMINAL DISECTOR EN L, 10 mm diám.
2.6	TERMINAL PINZA DE AGARRE SEMIDENTADA, 5 mm diám.
2.10	TERMINAL PINZA DE AGARRE FENESTRADA SUPERATRAUMÁTICA, 5 mm diám.
3	**PORTA AGUJAS LAPAROSCÓPICO REUTILIZABLE, MANGO DE ANILLAS**
3.1	PORTA AGUJAS PUNTA RECTA
4	**PORTA AGUJAS LAPAROSCÓPICO REUTILIZABLE, MANGO AXIAL O ANGULADO**
4.1	PORTA AGUJAS PUNTA RECTA
7	PINZA BIPOLAR FENESTRADA LAPAROSCÓPICA REUTILIZABLE, 5 mm
8	PINZA BIPOLAR MARYLAND LAPAROSCÓPICA REUTILIZABLE, 5 mm
9	**AGUJAS NEUMOPERITONEO**
9.1	AGUJA VERES, 120 mm long.
10	PINZA LAPAROSCÓPICA DE AGARRE CON SISTEMA DE FIJACIÓN, 5 mm
11	TIJERA METZENBAUM LAPAROSCÓPICA
14	ELECTRODO MONOPOLAR LAPAROSCÓPICO CON PUNTA EN "L" 5 mm PARA CONECTAR A MANGO BISTURÍ ELEÉTRICO CON ELECTRODO CIRUGÍA ABIERTA
15	BISTURÍ CON ELECTRODO MONOPOLAR LAPAROSCÓPICO PUNTA EN L, 5 mm x 30-35 cm
16	**SISTEMA LAPAROSCÓPICO DE ELECTROCOAGULACIÓN CON PUNTA EN "L" CON ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN**
16.1	MANGO DESECHABLE DE SISTEMA DE COAGULACIÓN, IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN
16.2	ELECTRODO DESECHABLE LAPAROSCÓPICO RETRÁCTIL CON PUNTA EN "L" DE 5 mm
17	MANGO DE SISTEMA DE COAGULACIÓN, IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN
19	SISTEMA CIERRE DE INCISIONES TRÓCARES
20	**CLIPS DE POLÍMERO NO REABSORBIBLES**
20.2	CLIP DE POLÍMERO tamaño MEDIANO, 3-10 mm
24	**MANIPULADOR INYECTOR UTERINO CON BALÓN DE RETENCIÓN**
24.1	MANIPULADOR INYECTOR UTERINO MEDIANO

Nº LOTE / Sublote	ARTÍCULOS A MUESTREAR
25	KIT DE MORCELACIÓN LAPAROSCÓPICO (Morcelador + Bolsa de morcelación estanca)
26	SISTEMA DE ASPIRACIÓN-IRRIGACIÓN CON TUBO DE CONEXIÓN DESECHABLE, 5 mm
27	SISTEMA DE IRRIGACIÓN-ASPIRACIÓN P/CIRUGÍA ROBÓTICA
28	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, 100 ml (± 20 ml)
29	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, SISTEMA TAMPÓN, 250 ml. (± 100 ml)
30	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA, 250 ml (± 100 ml)
31	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, SISTEMA TAMPÓN, 500 ml (± 100 ml)
32	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA, 500 ml (± 100 ml).
33	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, SISTEMA TAMPÓN, 800 ml (± 100 ml)
34	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA, 800 ml (± 100 ml)
35	BOLSA RECOGIDA PIEZAS, 1.800 ml (± 300 ml)
36	BOLSA RECOGIDA PIEZAS NYLON MANUAL Y AUTOMÁTICA
36.1	BOLSA RECOGIDA PIEZAS MANUAL, 200 ml (± 50 ml)
36.3	BOLSA RECOGIDA PIEZAS AUTOMÁTICA 200 ml (± 50 ml)
41	SELLO DESECHABLE DEL CALENTADOR DE ÓPTICAS
42	CALENTADOR DE ENDOSCOPIO ANTICONDENSACIÓN
43	BALÓN DE DISTENSION PREPERITONEAL LAPAROSCÓPICO

En el caso de los lotes en que no se solicitan muestras de todos y cada uno de los artículos que lo componen, se presupone que la calidad de los distintos artículos del grupo es la misma. Por ello, en la oferta se hará referencia al compromiso de que la calidad de los artículos que componen cada lote será igual que la del artículo cuya muestra se aporta. De no ser así, deberán aportarse muestras de cada artículo, en las cantidades indicadas para el artículo de referencia.

Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación. Se presentarán tal y como vayan a ser suministrados a las organizaciones peticionarias, siguiendo los criterios que se establecen en el presente apartado.

No se admitirán artículos que, siendo preceptiva, no contengan la referencia CE impresa.
Las muestras que no haya sido necesario utilizar se quedarán en la OSI Araba, salvo en los casos en que el proveedor manifieste la intención de recuperación de las mismas antes de transcurrido un mes desde la adjudicación.

En caso de tratarse de equipamiento en cesión que ya esté a disposición y uso de la OSI, y si fuera de la misma marca y modelo del ofertado para la presente licitación, bastará con notificar dicha circunstancia a través de la Plataforma de Contratación, aportando la documentación o ficha técnica del equipamiento del que se trate.

5.2 Lugar de entrega

Las muestras se entregarán en la siguiente dirección:

CENTRO	DIRECCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	A LA ATENCIÓN DE
HUA TXAGORRITXU-OSI Araba	c/José Achótegui s/n 01009 – Vitoria-Gasteiz	Almacén General	Dra Eugenia Campo (Servicio de Cirugía General)

Las muestras se acompañarán con un albarán de entrega que deberá ir fuera del embalaje para su sellado de entrada por el Centro.
Asimismo, a efectos de su constancia en el expediente de contratación, se deberá enviar copia del albarán de entrega a la dirección de correo electrónico:
contratacionadva.osiaraba@osakidetza.eus

Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para Osakidetza.
Las muestras deberán estar depositadas en la dirección arriba indicada, siendo el último día de presentación el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas. La falta de cumplimiento de este requisito puede ser causa de ***EXCLUSIÓN.***

5.3 Normas para la identificación de las muestras

Las muestras deberán estar debidamente identificadas, con los siguientes datos:

- Nº de expediente
- Nº de lote
- Nombre empresa ofertante
- Marca producto ofertado
- Referencia del artículo para el proveedor

MODELO DE ETIQUETA DE MUESTRA

Nº de expediente: <<***expediente***>>

Nº de Lote: <<***Lote__*** >>

Nombre empresa: <<***empresa***>>

Marca producto ofertado: <<***marca***>>

Referencia del artículo para el proveedor: <<***Ref. proveedor***>>

El tamaño de la etiqueta no tiene importancia. La empresa ofertante la ajustará según tamaño de la muestra a aportar, teniendo en cuenta que en ningún caso deberá tapar datos esenciales del artículo.

6. CESIÓN EQUIPOS

El régimen aplicable al equipamiento que las empresas adjudicatarias han de poner a disposición de la OSI Araba será el que a continuación se detalla:

- La propiedad seguirá siendo del adjudicatario y su uso corresponde a la OSI Araba.
- Permanecerá en la OSI Araba durante el período de vigencia del contrato.
- El mantenimiento integral será por cuenta del adjudicatario, que se comprometerá a mantener el equipo permanentemente operativo para los usos requeridos, no generándose ningún cargo para el Hospital este concepto.
- Las reparaciones tendrán siempre el carácter de urgentes, debiendo proceder la empresa adjudicataria con extrema diligencia en la resolución de todas las incidencias.
- En el caso de que la reparación del equipo no pueda realizarse en el propio Hospital o suponga la inutilización del mismo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo mientras dure la reparación.
- El adjudicatario deberá garantizar la adaptación del equipo a las mejoras técnicas que pudieran resultar de interés, así como proponer su sustitución por otro de mayores prestaciones, sin que ello implique una modificación de las condiciones económicas contratadas.
- La instalación y ubicación se realizará a petición de la OSI Araba, en el lugar que el responsable del contrato indique, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos que de ello se deriven.

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los plazos de entrega del suministro serán los señalados en el apartado 15.3 del PCAP.

En caso de roturas de stock del adjudicatario, éste deberá comunicar dicha circunstancia con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha de entrega de los productos. En todo caso, el adjudicatario, será responsable de garantizar el suministro de artículos de iguales o superiores características en calidad e igual precio a los contratados sin que lo anterior suponga un coste adicional para Osakidetza, debiendo notificar dicha circunstancia, aportando la ficha técnica y muestra de los mismos.

El adjudicatario deberá mantener en sus almacenes un stock de contingencia equivalente al menos al 10% de la cantidad licitada para un año, estando en disposición de servir dicho material en los plazos de entrega antes indicados. Durante el primer mes de ejecución del contrato, el adjudicatario deberá aportar una declaración responsable de dicho stock de reserva, indicando la dirección completa del almacén en el que está custodiado, número de unidades, lote de fabricación y fecha de caducidad. Trimestralmente el adjudicatario deberá actualizar mediante declaración responsable dicho stock. Osakidetza se reserva el derecho de verificar por sus propios medios el cumplimiento de dicho requisito mediante visitas al almacén del adjudicatario. En caso de que exista discrepancia entre las unidades declaradas y las que se puedan verificar en la visita in situ, esto podrá ser objeto de resolución del contrato.

El adjudicatario deberá disponer de un servicio técnico que pueda facilitar asistencia telefónica de 8 a 15 horas, de lunes a viernes, ante cualquier consulta urgente de carácter técnico u operativo que pueda surgir a los usuarios de los equipos.