

***Pliego de bases técnicas para el suministro de
camillas hospitalarias eléctricas de 4 secciones
elevables en altura para la OSI Bilbao Basurto
2025/01707***

Sumario

I.	Objeto.....	2
II.	Cumplimiento de la normativa aplicable	2
III.	Descripción y especificaciones técnicas mínimas de los equipos solicitados	2

I. Objeto

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que deben cumplir las camillas hospitalarias destinadas a las diferentes áreas asistenciales de la OSI Bilbao Basurto, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Lote	Art	Descripción artículo	Uds. Estimadas 2 años
1	1	Camilla hospitalaria eléctrica de 4 secciones elevable en altura	13

El número total de unidades de la prestación no está determinado con precisión, sino que es estimado, por lo que las entregas estarán subordinadas a las necesidades reales del servicio.

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Cumplimiento de la normativa aplicable

Todos los productos ofertados deberán cumplir la normativa siguiente:

- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo(MDR) sobre los productos sanitarios
- Marcado CE como producto sanitario
- Declaración UE de conformidad por Organismo Notificado
- Producto sanitario clase I no estéril
- UNE-EN 60601 sobre seguridad básica y requisitos de camas/camillas hospitalarias

III. Descripción y especificaciones técnicas mínimas de los equipos solicitados

El equipamiento a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Todos los catálogos e información técnica sobre el producto deberán estar en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma (castellano y/o euskera). El objeto

de este documento es confirmar que la oferta del licitador cumple con todas y cada una de las características mínimas exigidas a continuación.

Check list cumplimiento requisitos mínimos Exp. 2025/01707	
LOTE 1: Camilla hospitalaria eléctrica de 4 secciones elevable en altura	
1.1.	Estructura de acero con recubrimiento en epoxi, de alta calidad y resistencia a agentes químicos y mecánicos
1.2.	Lecho de 4 secciones articuladas, con regulación independiente de tronco y extremidades, mediante sistema hidráulico o eléctrico.
1.3.	Superficie en ABS o material equivalente de alta resistencia, fácil de limpiar y desinfectar, y resistente a impactos
1.4.	Dimensión externa total: 93 cm (± 4 cm) de ancho x 214 cm de largo (± 2 cm)
1.5.	Regulable en altura mediante pedales hidráulicos situados en ambos lados de la cama. Rango de altura comprendido entre 53 cm y 86 cm (± 2 cm)
1.6.	Capacidad de carga mínima 310 kg
1.7.	Respaldo regulable de 0° a 90°, mediante sistema hidráulico, neumático o eléctrico
1.8.	Sistema de flexión de piernas con angulación de al menos 40°, mediante sistema hidráulico o eléctrico
1.9.	Posición de trendelemburg y antitrendelemburg de al menos $\pm 15^\circ$
1.10.	Barandillas bilaterales abatibles, con altura mínima conforme UNE-EN 60601, dotadas de sistema de enclavamiento que evite descenso accidental
1.11.	Quinta rueda central retráctil para mejorar la maniobrabilidad
1.12.	Sistema de freno centralizado, que actúe de manera simultánea sobre las cuatro ruedas, con control en los cuatro lados de la camilla
1.13.	Colchón de 10-15 cm de espesor, de espuma viscoelástica de alta densidad, que permita la redistribución de la presión para prevenir úlceras por presión en estancias prolongadas
1.14.	Funda de colchón bielástica, impermeable, transpirable e ignífuga, con costuras soldadas y cremalleras en tres lados
1.15.	Empujador escamoteable en la zona del cabecero y del piecero de la camilla para facilitar su traslado
1.16.	Portasueros telescópico en cabecero
1.17.	Soporte para botella de oxígeno bajo el lecho de la camilla
1.18.	Espacio libre bajo la camilla que permita el paso de grúas u otros dispositivos de uso común en el hospital

La oferta que no cumpla con dichas características técnicas mínimas quedará EXCLUIDA.

*Exp 2025/01707 Pliego de bases técnicas para el Suministro de camillas hospitalarias eléctricas
de 4 secciones elevables en altura para la OSI Bilbao Basurto*

Bilbao a 25/09/2025

**NIEVES ESCOLANO
PICADO -
29030812M**

Firmado digitalmente por
NIEVES ESCOLANO
PICADO - 29030812M
Fecha: 2025.09.25
11:09:27 +02'00'

Fdo. Nieves Escolano Picado
Responsable de Recursos Materiales de Enfermería.