SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades de Suministro de material para el Servicio de Esterilización de la OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES. Los suministros objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de la asistencia sanitaria en la OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas generales que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POR LOTE-ARTÍCULO

LOTE 1 BOLSA AUTOSELLANTE ESTÉRIL PARA ESTERILIZACIÓN DE PEQUEÑO INSTRUMENTAL

CARACTERÍSTICAS • DE UN SOLO USO • CON LOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL ESTERILIZADOR, IMPRESOS EN EL PAPEL • UN LADO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE • ALTA RESISTENCIA A DESGARROS CON FUERTE SELLADO • PERMEABLE AL AGENTE ESTERILIZANTE • FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS PROCESADOS • CONTROL VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LAS SOLDADURAS • QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN RÁPIDA DEL AIRE Y UNA PENETRACIÓN DE VAPOR EFECTIVA. • AUTOSELLABLE	
USOS	• ENVOLVENTE DE LOS MATERIALES A ESTERILIZAR • DE UN SOLO USO. • ENVASE TANTO PARA VAPOR COMO PARA OXIDO DE ETILENO.
ASPECTOS VALORABLES	• RESISTENCIA • SELLADO • ROTURA DE PAPEL

LOTE 2 BOLSA TERMOSELLABLE ESTÉRIL 15X35CM APROX

CARACTERÍSTICAS • DE UN SOLO USO • CON LOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL ESTERILIZADOR, IMPRESOS EN EL PAPEL • UN LADO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE • ALTA RESISTENCIA A DESGARROS CON FUERTE SELLADO • PERMEABLE AL AGENTE ESTERILIZANTE • FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS PROCESADOS • CONTROL VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LAS SOLDADURAS • QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN RÁPIDA DEL AIRE Y UNA PENETRACIÓN DE VAPOR EFECTIVA. • TERMOSELLABLE	
USOS	• ENVOLVENTE DE LOS MATERIALES A ESTERILIZAR • DE UN SOLO USO. • ENVASE TANTO PARA VAPOR COMO PARA OXIDO DE ETILENO.
ASPECTOS VALORABLES	• RESISTENCIA • SELLADO • ROTURA DE PAPEL

LOTE 3 BOLSA ESTERILIZACIÓN PAPEL CON FUELLE

CARACTERÍSTICAS • DE UN SOLO USO • CIERRE SUPERIOR CON BANDA DE TERMOSELLADO • CONTROL QUIMICO DE VAPOR IMPRESO • RESISTENCIA MECANICA	
USOS	• ENVOLTORIO DE MATERIAL ESTERIL PARA AREAS NO CRITICAS Y ROPA
ASPECTOS VALORABLES	• RESISTENCIA • ROTURA • INDICADOR QUIMICO

LOTE 4 BOLSAS ESTÉRILES COMPATIBLES CON NUESTRAS BANDEJAS PARA CARROS DE TRANSPORTE DE VIDEOCISTOSCOPIOS Y OTRO EQUIPAMENTO DELICADO

CARACTERÍSTICAS • MARCADO CE. • ESTÉRILES. • PRESENTACIÓN EN PACKS CON 2 COLORES DE CUBIERTAS (PARA DIFERENCIAR MATERIAL CONTAMINADO-LIMPIO) Y REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO PARA LA BASE DE LA BANDEJA DE VIDEOCITOSCOPIO DE ±50 CM X ±40 CM X ±10 CM • DEBERÁN DIFERENCIARSE POR COLORES DE MANERA INTUITIVA Y CON LA INDICACIÓN EN LAS CUBIERTAS ESCRITA EN ESPAÑOL, INDICANDO SI EL MATERIAL INTRODUCIDO ESTÁ USADO O SIN USAR. • DEBERÁN CUBRIR NO SOLO LA BANDEJA SINO TAMBIÉN SUS LATERALES, FACILITANDO LA SUJECIÓN EN LAS ESQUINAS. • COMPATIBLES CON NUESTROS DISPENSADORES DE PARED PARA BOLSAS (VER MEDIDAS INDICADAS) O, DE LO CONTRARIO, EL PROVEEDOR CEDERÁ LOS DISPENSADORES NECESARIOS, APROXIMADAMENTE 3.	
USOS	• PARA CUBRIR LAS BANDEJAS DE LOS CARROS DE LOS VIDEOSCITOSCOPIOS
ASPECTOS VALORABLES	• DIFICULTAD / FACILIDAD EN SU COLOCACIÓN. • AJUSTE A LAS BANDEJAS. • PRESENTACIÓN DE ±200 UNIDADES.

LOTE 5 ROLLO MIXTO SIN FUELLE 200M APROX

CARACTERÍSTICAS • DE UN SOLO USO • CON LOS INDICADORES ESPECÍFICOS AL ESTERILIZADOR, IMPRESOS EN EL PAPEL • UN LADO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE • ALTA RESISTENCIA A DESGARROS CON FUERTE SELLADO • PERMEABLE AL AGENTE ESTERILIZANTE • FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS PROCESADOS • CONTROL VISUAL DE LA INTEGRIDAD DE LAS SOLDADURAS • QUE PERMITA UNA EVACUACIÓN RAPIDA DEL AIRE Y UNA PENETRACIÓN DE VAPOR EFECTIVA.	
USOS	• ENVOLVENTE DE LOS MATERIALES A ESTERILIZAR • DE UN SOLO USO. • ENVASE TANTO PARA VAPOR COMO PARA OXIDO DE ETILENO.
ASPECTOS VALORABLES	• RESISTENCIA • SELLADO • ROTURA DE PAPEL

LOTE 6 HOJA ESTERILIZACIÓN POLIPROPILENO 47G/M2 APROX 76X76CM APROX
LOTE 7 HOJA ESTERILIZACIÓN POLIPROPILENO 43G/M2 100X100CM APROX

CARACTERÍSTICAS • ALTO GRADO E IMPERMEABILIDAD • FUERTE RESISTENCIA MECÁNICA • CONSISTENCIA QUE PERMITA DOBLAR Y MANIPULAR CON FACILIDAD • QUE PERMITAN UNA RÁPIDA PENETRACIÓN DE AIRE, PERO CON EXCELENTE FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS • CON POCO DESPRENDIMIENTO DE FIBRAS DURANTE SU MANIPULACIÓN • VALIDAD PARA PROCESAR EN AUTOCLAVE Y EN OXIDO DE ETILENO. • GRAMAJE MÍNIMO 40 GR./M ^{2} Y MÁXIMO 58 GR./M^2	
USOS	• ENVOLVENTE DE LOS MATERIALES QUIRÚRGICOS A ESTERILIZAR
ASPECTOS VALORABLES	• RESISTENCIA • FÁCIL DE MANIPULAR

LOTE 8 ETIQUETAS DOBLES ADHESIVAS CON CONTROL COMPATIBLES CON NUESTRAS ETIQUETADORAS GKE Steri-Record

LOTE 8.1 ETIQUETA DOBLE ADHESIVA CON CONTROL VAPOR ROLLO 750 APROX

CARACTERÍSTICAS • CON TRES LÍNEAS DE ESCRITURA, FECHA DE ESTERILIZACIÓN, CADUCIDAD Y Nº DE AUTOCLAVE • CON INDICADORES DE COLOR PARA VISUALIZAR EN QUÉ ESTERILIZADOR LO VAS A UTILIZAR Y SI ESTA ESTÉRIL O NO.	
USOS	• PARA CONSTATAR EL USO DEL ESTERILIZADOR Y DISPONER DE DATOS RELATIVOS AL PAQUETE, O CAJA DE INSTRUMENTAL • EN TODOS LOS MATERIALES QUE SE ESTERILIZAN POR ESE MÉTODO.
ASPECTOS VALORABLES	• RESISTENCIA • LÍNEAS DE IDENTIFICACIÓN • CONTROL QUÍMICO VISIBLE

LOTE 8.2 ETIQUETA DOBLE ADHESIVA CON CONTROL GAS PLASMA ROLLO 750 APROX

CARACTERÍSTICAS • CON TRES LÍNEAS DE ESCRITURA, FECHA DE ESTERILIZACIÓN, CADUCIDAD Y Nº DE AUTOCLAVE • CON INDICADORES DE COLOR PARA VISUALIZAR EN QUE ESTERILIZADOR LO VAS A UTILIZAR Y SI ESTA ESTÉRIL O NO.	
USOS	• PARA CONSTATAR EL USO DEL ESTERILIZADOR Y DISPONER DE DATOS RELATIVOS AL PAQUETE, O CAJA DE INSTRUMENTAL • EN TODOS LOS MATERIALES QUE SE ESTERILIZAN POR ESE MÉTODO.
ASPECTOS VALORABLES	• RESISTENCIA • LÍNEAS DE IDENTIFICACIÓN • CONTROL QUÍMICO VISIBLE

LOTE 9 CINTA ADHESIVA CON CONTROL DE PROCESOS PARA VAPOR 19MMX50M APROX

CARACTERÍSTICAS • ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN • QUE SE DESPRENDA FÁCILMENTE DE LAS ENVOLTURAS TRATADAS Y NO TRATADAS • INDICADOR QUÍMICO QUE CAMBIE DE COLOR AL SER SOMETIDO A LA EXPOSICIÓN AL VAPOR • PERMITA ESCRIBIR SOBRE ELLA O PEGAR ETIQUETAS • EN ROLLOS QUE PERMITAN SU CORTE EN PORTARROLLOS	
USOS	• PARA CONSTATAR LA ENTRADA DEL PAQUETE AL ESTERILIZADOR. • DISTINGUE SI EL MATERIAL ESTÁ ESTERILIZADO O NO. • CIERRE LOS PAQUETES O INSTRUMENTAL QUE HAY QUE ENVOLVER EN OTORO TIPO DE PAPEL QUE NO SEA CONTENEDOR.
ASPECTOS VALORABLES	• FIJACION AL PAPEL • INDICADOR QUIMICO VISIBLE • FACILIDAD PARA EL CORTE

LOTE 10 PRECINTO DE PAPEL AUTOADHESIVO CON INDICADOR DE PROCESO QUIMICO VAPOR

CARACTERÍSTICAS • IDENTIFICA Y ASEGURA EXTERNAMENTE LOS CONTENEDORES USADOS EN ESTERILIZACIÓN. • CAMBIA LA TECNOLOGÍA DE LA CINTA NORMAL CON UNA CINTA TRASPARENTE, RESISTENTE A LATA TEMPERATURAS DONDE SE IDENTIFICA EL ESTERILIZADOR, NOMBRE DEL PERSONAL Y LA FECHA DE CADUCIDAD	
USOS	• PARA PAQUETES Y CAJAS DE INSTRUMENTAL QUE VAYAN A LOS ESTERILIZADORES.
ASPECTOS VALORABLES	• INDICADOR QUIMICO AUTOCLAVE • FACIL DESPEGUE DE LOS CONTENEDORES • INFORMACION DEL CONTENIDO

LOTE 11 INDICADOR QUIMICO MULTIVARIABLE PARA ESTERILIZACION CON VAPOR TIPO 4

CARACTERÍSTICAS • TECNOLOGÍA DE CAMBIO DE COLOR CUANDO CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTERILIZACIÓN.	
USOS	• CONSTATAR PENETRACIÓN DEL VAPOR HASTA CENTRO DEL PAQUETE • DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LOS PARÁMETROS EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN
ASPECTOS VALORABLES	• RESISTENCIA • ROTURA • INDICADOR QUÍMICO

L12 INDICADOR QUIMICO INTEGRADOR PARA VAPOR DE AGUA TIPO 5

CARACTERÍSTICAS • APTAS PARA VAPOR DE AGUA EN CICLOS DE 121-135ºC APROX. • CONFORMIDAD ISO 11140-1- TIPO 5	
USOS	• PARA AUTOCLAVES DE VAPOR EURONDA 10
ASPECTOS VALORABLES	• FACILIDAD PARA REGISTRO –TRAZABILIDAD-

LOTE 13 INDICADOR QUÍMICO MULTIVARIABLE ESTERILIZACIÓN CON OXIDO DE ETILENO

CARACTERÍSTICAS • TECNOLOGÍA DE CAMBIO DE COLOR CUANDO CUMPLE LAS CONDICIONES DE LA ESTERILIZACIÓN.	
USOS	• PARA CONSTATAR LA PENETRACIÓN DEL OXIDO HASTA EL CENTRO DEL PAQUETE • DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LOS PARÁMETROS EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN
ASPECTOS VALORABLES	• RESISTENCIA • ROTURA • INDICADOR QUIMICO

LOTE 14 INDICADOR BIOLOGICO LECTURA RAPIDA PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR 1 HORA APROX

CARACTERÍSTICAS • INDICAR PRESENCIA DE ORGANISMOS MEDIANTE UNA REACCIÓN DE CAMBIO VISIBLE DE COLOR DEL PH. • TIEMPO DE LECTURA DE 1 HORA • CUMPLIR LAS NORMAS ISO	
USOS	• INDICADOR BIOLÓGICO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA PROPORCIONAR PRUEBAS DE APTITUD Y MONITOREO DE RUTINA RÁPIDA Y FIABLE DE PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR.
ASPECTOS VALORABLES	• TIEMPO DE EXPOSICIÓN O LECTURA • ADECUACION A LA INCUBADORA DE LECTURA

LOTE 15 INDICADOR BIOLOGICO LECTURA RÁPIDA PARA ESTERILIZACIÓN CON OXIDO DE ETILENO

CARACTERÍSTICAS • QUE DETECTE LA ACTIVIDAD O NO DE LA ENZIMA BACILLUS STEAROTHRMOPHILUS. • QUE CUMPLAN LAS NORMAS ISO DE LECTURA DEL RESULTADO MEDIANTE UNA INCUBADORA RÁPIDA RESULTADOS DEFINITIVOS 3 HORAS	
USOS	• PARA GARANTIZAR LA DESTRUCCIÓN DE GÉRMENES EN LA ESTERILIZACIÓN DE ÓXIDO DE ETILENO. • PERMITE DETECTAR FALOS EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y RESPONDER DE FORMA EFICAZ Y RÁPIDA A ALGÚN ERROR.
ASPECTOS VALORABLES	• MONODOSIS • ADECUACION A LA INCUBADORA DE LECTURA

LOTE 16 PRECINTO SEGURIDAD PLÁSTICO PARA CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN 40X50MM APROX

CARACTERÍSTICAS • DE PLÁSTICO APTO PARA AUTOCLAVES. • SUFICIENTEMENTE LARGOS PARA QUE ENTREN BIEN EN TODOS LOS CONTENEDORES. • CANDADO DE ESTERILIZACIÓN.	
USOS	• CERRAR LAS CAJAS DE INSTRUMENTAL. • PONER LAS FECHAS DE ENVASADO E IDENTIFICAR LOS PAQUETES. • COLOCACION EN CAJAS DE INSTRUMENTAL
ASPECTOS VALORABLES	• FLEXIBILIDAD • LARGURA • FACIL MANEJO

LOTE 17 PRECINTO SEGURIDAD PLÁSTICO PARA CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN VÁSTAGO REDONDO 40X35MM APROX

CARACTERÍSTICAS • DE PLÁSTICO RESISTENTE A PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. • TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO 150ºC APROX.	
USOS	• CERRAR LOS CONTENEDORES DE INSTRUMENTAL PARA GARANTIZAR QUE NO HAN SIDO ABIERTOS DESDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

L18 FILTRO DESECHABLE PARA CONTENEDOR CON INDICADOR PARA ESTERILIZACIÓN DE VAPOR

CARACTERÍSTICAS • BUEN AJUSTE A LA TAPA DEL CONTENEDOR • DE PAPEL 60G/M2 APROX. • GRANO MEDIO • CONFORMIDAD UNE-EN ISO 11607-1:2020 • DE UN SOLO USO • CON INDICADOR QUÍMICO (INDICADOR DE PROCESO)	
USOS	• PARA VAPOR DE AGUA EN CICLOS ESTÁNDAR COMO SISTEMA DE BARRERA

LOTE 19 FILTRO DESECHABLE CONTENEDOR PARA ESTERILIZACIÓN EN GAS PLASMA POLIPROPILENO 235X118MM APROX

CARACTERÍSTICAS • BUEN AJUSTE A LA TAPA DEL CONTENEDOR • DE POLIPROPILENO • DE UN SOLO USO	
USOS	• PARA GAS PLASMA (PERÓXIDO DE HIDRÓGENO)

L20 CEPILLO REDONDO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL CANULADO CON EJE DE ACERO Y CERDAS DE NYLON O SIMILAR REUTILIZABLE DIFERENTES MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS • QUE PERMITAN ELIMINAR RESIDUOS SIN DAÑAR EL MATERIAL • EJE ACERO INOXIDABLE • CERDAS NYLON O SIMILAR	
USOS	• ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS • LIMPIEZA MANUAL INSTRUMENTAL CANULADO

L21 CEPILLO LIMPIEZA MANUAL INSTRUMENTAL CERDAS DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS • QUE PERMITAN ELIMINAR RESIDUOS SIN DAÑAR EL MATERIAL • CERDAS DE PLÁSTICO DE DISTINTA DUREZA	
USOS	• LIMPIEZA MANUAL INSTRUMENTAL • ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

L22 CEPILLO LIMPIEZA MANUAL INSTRUMENTAL CERDAS ACERO INOXIDABLE 15X40X180MM APROX

CARACTERÍSTICAS • QUE PERMITAN ELIMINAR RESIDUOS SIN DAÑAR EL MATERIAL • CERDAS ACERO INOXIDABLE	
USOS	• LIMPIEZA MANUAL INSTRUMENTAL • ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

LOTE 23 CARTUCHO OXIDO DE ETILENO PARA ESTERILIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS • MONODOSIS DE ÓXIDO DE ETILENO AL 100%	
USOS	• PARA ESTERILIZAR CON ESTE AGENTE QUÍMICO EN SU AUTOCLAVE CORRESPONDIENTE
ASPECTOS VALORABLES	• MONODOSIS • CANTIDAD DE O. ETILENO • ADAPTABILIDAD A LA INCUBADORA DE LECTURA

LOTE 24 PAQUETE PREPARADO PARA CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESTERILIZADOR DE VAPOR PRUEBAS TIPO BOWIE DICK DESECHABLE

CARACTERÍSTICAS • PAPEL POROSO • SENSOR VAPOR, IMPRESO QUE VIRA DE COLOR OSCURO Y UNIFORME DEBIENDO REACCIONAR A LA COMBINACIÓN DE TEMPERATURA, VAPOR DURANTE UN TIEMPO DETERMINADO.	
USOS	• PAQUETE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL ESTERILIZADOR. • COMPRUEBAN LAS CONDICIONES DE LA CÁMARA, LA PENETRACIÓN DEL VAPOR Y LA ELIMINACIÓN DEL AIRE ASÍ COMO POSIBLES FUGAS.
ASPECTOS VALORABLES	• MONOUSO • IDENTIFICACION DE CADUCIDADES 1 • FACIL DE VISUALIZAR LA PRUEBA

LOTE 25 PAQUETE TIRA REACTIVA PARA PRUEBA CARGA TIPO HELIX PARA AUTOCLAVES DE PEQUEÑO TAMAÑO

CARACTERÍSTICAS • TEST HELIX PARA AUTOCLAVES DE PEQUEÑO TAMAÑO CLASE B	
USOS	• ASEGURAMIENTO ESTERILIZACIÓN • PARA COMPROBACIÓN CAPACIDAD PENETRACIÓN VAPOR CONTENIDO CÁNULA Y VIRADORES DE CONTROL
ASPECTOS VALORABLES	• ACOMPAÑADOS DEL ADAPTADOR PARA HELIX

LOTE 26 PAPEL ABSORBENTE LAMINADO PARA BANDEJA ESTERILIZACION 80G 305X457MM APROX PARA ABSORCIÓN DE LA CONDENSACIÓN

CARACTERÍSTICAS • 80 GRAMOS POR METRO CUADRADO APROX • PAPEL CREPADO DE GRADO MÉDICO

3. CESIÓN DE EQUIPOS:

Los adjudicatarios de los lotes 14 y 15 deberán ceder una incubadora de muestras (una por lote).

Régimen aplicable al Equipamiento:

El régimen aplicable a las BOMBAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL que la empresa adjudicataria ha de poner a disposición de la OSI, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases Técnicas, será el que a continuación se detalla:

La propiedad de las mismas seguirá siendo del adjudicatario y su uso corresponde a la OSI.

El mantenimiento integral de las mismas será por cuenta del adjudicatario, que se comprometerá a mantener los equipos permanentemente operativos para los usos requeridos, no generando ningún cargo para la OSI este concepto.

Las reparaciones tendrán siempre el carácter de urgentes, debiendo proceder la empresa adjudicataria con extrema diligencia en la resolución de todas las incidencias.

En el caso de que la reparación de los equipos no pueda realizarse en la propia OSI o suponga la inutilización de los mismos, el adjudicatario estará obligado a sustituirlos mientras dure la reparación.

El adjudicatario deberá garantizar la adaptación de los equipos a las mejoras técnicas que pudieran resultar de interés, así como proponer su sustitución por otras de mayores prestaciones, sin que ello implique una modificación de las condiciones económicas contratadas.

La instalación y ubicación se realizará a petición de la OSI, en el lugar que el Responsable de la misma indique, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos que de ello se deriven.

La empresa adjudicataria estará obligada a formar suficientemente a los usuarios en el adecuado manejo de los equipos, conforme se indique por el Responsable del Centro.

4. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL

A) Los precios máximos se entienden unitarios para la unidad de medida solicitada, dicho precio se entiende que comprende todos los conceptos y cualquier impuesto o gasto que pueda gravar la operación, tasas y arbitrios de cualquier naturaleza, así como el coste de transporte desde los almacenes de la empresa hasta los centros de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. No está incluido el IVA.

B) No se aceptarán variantes.

C) En el sobre técnico se deberá especificar el formato de presentación, el formato de venta equivalencia con nuestra unidad de medida referencia y marca del artículo. No se admitirán las ofertas que no vengan expresadas en la unidad de medida solicitada.

D) Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación a incluir en el sobre técnico (sobre C), que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

E) La periodicidad de las entregas se determinará en función de las necesidades de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.

F) Es condición imprescindible el envío de muestras debidamente identificadas (con el nombre del licitador, lote, sublote y con mención expresa de si ha de ser devuelta a la finalización del procedimiento) de todos los artículos ofertados. Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación. Se presentarán tal y como vaya a ser suministrado el artículo a las organizaciones peticionarias. La OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces podrá solicitar más si lo considera necesario en el momento de elaborar el Informe Técnico. El número de muestras a entregar consta en el anexo de este pliego. Las muestras deberán entregarse en el Almacén General de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. Plaza de Cruces, 12 - 48903 BARAKALDO (Bizkaia).

G) El número de unidades de compra se fijará a demanda del centro.

H) La vigencia del contrato será de tres años, prorrogables por un máximo de dos años más.

I) La adjudicación se efectuará a lote completo, esto significa que es obligatorio ir a lotes enteros, es decir, deben presentarse ofertas válidas a todos los artículos de cada lote.

J) En el presente expediente no se contempla la adjudicación compartida de los lotes.

K) El plazo máximo de entrega es de dos días hábiles a partir de la notificación de cada pedido.

L) El lugar de entrega de los pedidos será el designado en los mismos. La prestación del suministro incluye el transporte de los productos hasta los centros a cargo de la empresa adjudicataria. Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar fijado serán de cuenta del contratista.

M) El importe o valor estimado del presente expediente es el siguiente:

IMPORTE CONTRATO INICIAL TRIANUAL:	401.065,89 €
IMPORTE PRORROGAS:	267.377,26 €
IMPORTE PREVISTO PARA MODIFICACIONES:	80.213,18 €
IMPORTE TOTAL MÁXIMO DEL EXPEDIENTE:	748.656,33 €

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

VALORACIÓN	UMBRAL MÍNIMO	PUNTOS
A.-Económico		50
B.-Valoración Técnica	10	48
C.-Criterios Ambientales		2

A – CRITERIO ECONÓMICO: 50 puntos.

Se asignarán **50 puntos** a la oferta más económica. El resto de ofertas proporcionalmente según la siguiente fórmula:

Puntuación oferta = (B / C) * A
SI C = Precio máximo licitación se asignarán 0 puntos.

A	Puntos máximos
B	Oferta más económica
C	Oferta de la empresa a valorar.

B – CRITERIO VALORACIÓN TÉCNICA: 48 puntos, con un umbral mínimo de 10 puntos. La calidad del producto se puntuará hasta un máximo de 48 puntos pudiendo ser:

0 puntos: Ofertas de las que no se dispone de documentación técnica suficiente, no presentación de muestras en caso de que sean requeridas, o el producto ofertado es diferente al solicitado o no válido.

De 1 a 9 puntos: Productos técnicamente válidos, pero de una calidad no suficiente.

De 10 a 30 puntos: Productos técnicamente válidos de una calidad adecuada.

De 31 a 48 puntos: Productos u ofertas preferentes de calidad excelente.

C – CRITERIOS AMBIENTALES: 2 puntos. De acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático y hasta su desarrollo y aplicación se valorará con 2 puntos aquellos proveedores que faciliten datos de la huella de carbono por unidad de producto y/o servicio objeto de licitación.

A estos efectos, las entidades licitadoras podrán justificar la disposición de la huella de carbono mediante la acreditación del registro de la misma de acuerdo al RD 163/2014 o la organización esté inscrita en el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) o sistema equivalente.

La documentación acreditativa deberá aportarse en el SOBRE C.

6. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

A. REGIMEN DE SUSTITUCION DE BIENES OBJETO DE SUMINISTRO

Las cantidades se han calculado de forma estimativa en base al análisis de datos de consumo, se considerarán orientativas y en ningún caso vinculantes para la administración, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquiriente. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna.

Durante la vigencia del contrato, los adjudicatarios podrán proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados, por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siempre que cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del articulo primitivo.

En todo caso, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a instancia de éste, tiene la facultad de incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares a los adjudicados cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siempre que dispongan de los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación base.
El órgano de contratación resolverá sobre la petición solicitada para estos supuestos mediante resolución y en el caso de baja o sustitución implicará la exclusión automática del bien cuya baja haya sido acordada o del bien sustituido.

B. OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Si durante la vigencia el contrato o contratos resultantes de este procedimiento, el adjudicatario viniera a ofertar unas condiciones económicas más ventajosas a las incluidas en el contrato en vigor, por razones de interés público se procederá a modificar el contrato de acuerdo a las mismas.

7. ANEXO RELACION DE MATERIALES, UNIDADES ESTIMADAS, PRECIOS UNITARIOS

Bases técnicas / Oinarri teknikoak

Organización / Erakundea: OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

Nº Expediente / Espediente zk.:

Objeto / Xedea: Suministro de material para el Servicio de Esterilización de la OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

Lote	Denominación	Nº de Unidades 3 años	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Unitate zk. 3 urte	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
BOLSAS											
1	**BOLSA AUTOSELLANTE ESTÉRIL PARA ESTERILIZACIÓN DE PEQUEÑO INSTRUMENTAL**										
1.1	BOLSA AUTOSELLANTE ESTÉRIL 9X20CM APROX	78.000	UND	5,46	100	4.258,80	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
1.2	BOLSA AUTOSELLANTE ESTÉRIL 9X23CM APROX	70.200	UND	6,20	100	4.352,40	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
1.3	BOLSA AUTOSELLANTE ESTÉRIL 9X57CM APROX	1.800	UND	26,25	100	472,50	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
1.4	BOLSA AUTOSELLANTE ESTÉRIL 13X27CM APROX	45.000	UND	7,25	100	3.262,50	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
1.5	BOLSA AUTOSELLANTE ESTÉRIL 20X35CM APROX	6.300	UND	13,23	100	833,49	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	13.179,69					
2	BOLSA TERMOSELLABLE ESTÉRIL 15X35CM APROX	3.300	UND	4,20	100	138,60	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
					Total lote / Lotea guztira	138,60					
3	**BOLSA ESTERILIZACIÓN PAPEL CON FUELLE**										
3.1	BOLSAS ESTERILIZACIÓN PAPEL CON FUELLE 14X5X33CM APROX	243.000	UND	6,20	100	15.066,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
3.2	BOLSAS ESTERILIZACIÓN PAPEL CON FUELLE 18X9,5X38CM APROX	72.150	UND	10,50	100	7.575,75	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**

Lote	Denominación	Nº de Unidades 3 años	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	**Izena**	**Unitate zk. 3 urte**	**Lizitazioko ONU kopurua**	**Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)**	**Lizitazio-prezioari dagokiona**	**Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)**	**Lote osoa nahitaez**	**Esleipen partekatua**	**Laginen balioa**	**Laginak entregatu behar dira**	**Entregatu beharreko ale-kopurua**
3.3	BOLSAS ESTERILIZACIÓN PAPEL CON FUELLE 25X10X48CM APROX	129.450	UND	14,70	100	19.029,15	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
3.4	BOLSAS ESTERILIZACIÓN PAPEL CON FUELLE 30X7,5X53CM APROX	20.250	UND	21,00	100	4.252,50	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	45.923,40					
4	BOLSAS ESTÉRILES COMPATIBLES CON NUESTRAS BANDEJAS PARA CARROS DE TRANSPORTE DE VIDEOCISTOSCOPIOS Y OTRO EQUIPAMENTO DELICADO	28.200	UND	17,20	10	48.504,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
					Total lote / Lotea guztira	48.504,00					
ROLLOS MIXTOS											
5	**ROLLO MIXTO SIN FUELLE 200M APROX**										
5.1	ROLLO MIXTO SIN FUELLE 200M APROX 7,5CM APROX	396	UND	13,85	1	5.484,60	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10 METROS**
5.2	ROLLO MIXTO SIN FUELLE 200M APROX 10CM APROX	729	UND	15,39	1	11.219,31	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10 METROS**
5.3	ROLLO MIXTO SIN FUELLE 200M APROX 15CM APROX	915	UND	21,58	1	19.745,70	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10 METROS**
5.4	ROLLO MIXTO SIN FUELLE 200M APROX 20CM APROX	372	UND	29,19	1	10.858,68	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10 METROS**
5.5	ROLLO MIXTO SIN FUELLE 200M APROX 25CM APROX	585	UND	37,78	1	22.101,30	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10 METROS**
5.6	ROLLO MIXTO SIN FUELLE 200M APROX 30CM APROX	135	UND	42,49	1	5.736,15	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10 METROS**
5.7	ROLLO MIXTO SIN FUELLE 200M APROX 40CM APROX	120	UND	80,22	1	9.626,40	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10 METROS**
					Total lote / Lotea guztira	84.772,14					
HOJAS ESTERILIZACIÓN											
6	HOJA ESTERILIZACIÓN POLIPROPILENO 47G/M2 APROX 76X76CM APROX	35.100	UND	17,01	100	5.970,51	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
					Total lote / Lotea guztira	5.970,51					

Lote	Denominación	Nº de Unidades 3 años	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	**Izena**	**Unitate zk. 3 urte**	**Lizitazioko ONU kopurua**	**Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)**	**Lizitazio-prezioari dagokiona**	**Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)**	**Lote osoa nahitaez**	**Esleipen partekatua**	**Laginen balioa**	**Laginak entregatu behar dira**	**Entregatu beharreko ale-kopurua**
7	HOJA ESTERILIZACIÓN POLIPROPILENO 43G/M2 APROX 100X100CM APROX	21.150	UND	33,60	100	7.106,40	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
					Total lote / Lotea guztira	7.106,40					
MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN											
8	**ETIQUETAS DOBLES ADHESIVAS CON CONTROL COMPATIBLES CON NUESTRAS ETIQUETADORAS GKE Steri-Record**										
8.1	ETIQUETA DOBLE ADHESIVA CON CONTROL VAPOR ROLLO 750 APROX	1.446	UND	16,80	1	24.292,80	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**1**
8.2	ETIQUETA DOBLE ADHESIVA CON CONTROL GAS PLASMA ROLLO 750 APROX	36	UND	19,69	1	708,84	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**1**
					Total lote / Lotea guztira	25.001,64					
9	CINTA ADHESIVA CON CONTROL DE PROCESOS PARA VAPOR 19MMX50M APROX	2.710	UND	15,12	10	4.097,52	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**1**
					Total lote / Lotea guztira	4.097,52					
10	PRECINTO DE PAPEL AUTOADHESIVO CON INDICADOR DE PROCESO QUIMICO VAPOR	1.500	UND	12,60	100	189,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
					Total lote / Lotea guztira	189,00					
INDICADORES											
11	INDICADOR QUIMICO MULTIVARIABLE PARA ESTERILIZACION CON VAPOR TIPO 4	1.501.500	UND	10,50	1000	15.765,75	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	15.765,75					
12	INDICADOR QUIMICO INTEGRADOR PARA VAPOR DE AGUA TIPO 5	12.600	UND	13,04	100	1.643,04	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	1.643,04					

Lote	Denominación	Nº de Unidades 3 años	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	**Izena**	**Unitate zk. 3 urte**	**Lizitazioko ONU kopurua**	**Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)**	**Lizitazio-prezioari dagokiona**	**Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)**	**Lote osoa nahitaez**	**Esleipen partekatua**	**Laginen balioa**	**Laginak entregatu behar dira**	**Entregatu beharreko ale-kopurua**
13	INDICADOR QUÍMICO MULTIVARIABLE ESTERILIZACIÓN CON OXIDO DE ETILENO	22.500	UND	18,90	1000	425,25	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	425,25					
14	INDICADOR BIOLOGICO LECTURA RAPIDA PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR 1 HORA APROX	10.800	UND	39,51	10	42.670,80	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	42.670,80					
15	INDICADOR BIOLOGICO LECTURA RÁPIDA PARA ESTERILIZACIÓN CON OXIDO DE ETILENO	300	UND	59,22	10	1.776,60	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	1.776,60					
PRECINTOS DE SEGURIDAD PLÁSTICO											
16	PRECINTO SEGURIDAD PLÁSTICO PARA CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN 40X50MM APROX	588.000	UND	6,30	100	37.044,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
					Total lote / Lotea guztira	37.044,00					
17	PRECINTO SEGURIDAD PLÁSTICO PARA CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN VÁSTAGO REDONDO 40X35MM APROX	90.000	UND	9,45	100	8.505,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
					Total lote / Lotea guztira	8.505,00					
FILTROS CONTENEDORES PARA ESTERILIZACIÓN											
18	**FILTRO DESECHABLE PARA CONTENEDOR CON INDICADOR PARA ESTERILIZACIÓN DE VAPOR**										
18.1	FILTRO CONTENEDOR PARA ESTERILIZACIÓN 230X230MM APROX	85.500	UND	7,20	100	6.156,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
18.2	FILTRO CONTENEDOR PARA ESTERILIZACIÓN REDONDO Ø 19CM APROX	40.500	UND	8,40	100	3.402,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
					Total lote / Lotea guztira	9.558,00					
19	FILTRO CONTENEDOR PARA ESTERILIZACIÓN EN GAS PLASMA POLIPROPILENO 235X118MM APROX	2.700	UND	28,19	100	761,13	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
					Total lote / Lotea guztira	761,13					

Lote	Denominación	Nº de Unidades 3 años	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	**Izena**	**Unitate zk. 3 urte**	**Lizitazioko ONU kopurua**	**Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)**	**Lizitazio-prezioari dagokiona**	**Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)**	**Lote osoa nahitaez**	**Esleipen partekatua**	**Laginen balioa**	**Laginak entregatu behar dira**	**Entregatu beharreko ale-kopurua**
CEPILLOS LIMPIEZA											
20	**CEPILLO REDONDO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL CANULADO CON EJE DE ACERO Y CERDAS DE NYLON O SIMILAR REUTILIZABLE DIFERENTES MEDIDAS**										
20.1	CEPILLO DE ARRASTRE REDONDO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL CANULADO CON EJE DE ACERO Y CERDAS DE NYLON O SIMILAR REUTILIZABLE 0,6X10X450MM APROX	225	UND	28,58	1	6.430,50	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
20.2	CEPILLO REDONDO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL CANULADO CON EJE DE ACERO Y CERDAS DE NYLON O SIMILAR REUTILIZABLE 1X13X450MM APROX	225	UND	11,16	1	2.511,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
20.3	CEPILLO REDONDO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL CANULADO CON EJE DE ACERO Y CERDAS DE NYLON O SIMILAR REUTILIZABLE 1,6X13X450MM APROX	225	UND	11,16	1	2.511,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
20.4	CEPILLO REDONDO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL CANULADO CON EJE DE ACERO Y CERDAS DE NYLON O SIMILAR REUTILIZABLE 2X100X300MM APROX	225	UND	5,88	1	1.323,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
20.5	CEPILLO REDONDO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL CANULADO CON EJE DE ACERO Y CERDAS DE NYLON O SIMILAR REUTILIZABLE 7X100X650MM APROX	225	UND	5,12	1	1.152,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	13.927,50					
21	**CEPILLO LIMPIEZA MANUAL INSTRUMENTAL CERDAS DE PLÁSTICO**										
21.1	CEPILLO LIMPIEZA MANUAL INSTRUMENTAL CERDAS PLÁSTICO CABEZAL 40MM APROX 178MM APROX	450	UND	3,74	1	1.683,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
21.2	CEPILLO LIMPIEZA MANUAL INSTRUMENTAL CERDAS PLÁSTICO DURAS CABEZAL 80X18X15MM APROX 220MM APROX	300	UND	8,52	1	2.556,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**

Lote	Denominación	Nº de Unidades 3 años	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	**Izena**	**Unitate zk. 3 urte**	**Lizitazioko ONU kopurua**	**Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)**	**Lizitazio-prezioari dagokiona**	**Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)**	**Lote osoa nahitaez**	**Esleipen partekatua**	**Laginen balioa**	**Laginak entregatu behar dira**	**Entregatu beharreko ale-kopurua**
21.3	CEPILLO LIMPIEZA MANUAL INSTRUMENTAL CERDAS PLÁSTICO EXTRADURAS CABEZAL 75MM APROX 215MM APROX	300	UND	20,78	1	6.234,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	10.473,00					
22	CEPILLO LIMPIEZA MANUAL INSTRUMENTAL CERDAS ACERO INOXIDABLE 15X40X180MM APROX	300	UND	3,92	1	1.176,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	1.176,00					
OTROS											
23	CARTUCHO OXIDO DE ETILENO PARA ESTERILIZACIÓN	216	UND	7,19	1	1.553,04	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	1.553,04					
24	PAQUETE PREPARADO PARA CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESTERILIZADOR DE VAPOR PRUEBAS TIPO BOWIE DICK DESECHABLE	6.855	UND	16,80	10	11.516,40	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**5**
					Total lote / Lotea guztira	11.516,40					
25	PAQUETE TIRA REACTIVA PARA PRUEBA CARGA TIPO HELIX PARA AUTOCLAVES DE PEQUEÑO TAMAÑO	96	UND	91,88	1	8.820,48	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**2**
					Total lote / Lotea guztira	8.820,48					
26	PAPEL ABSORBENTE LAMINADO PARA BANDEJA ESTERILIZACION 80G 305X457MM APROX PARA ABSORCIÓN DE LA CONDENSACIÓN	3.000	UND	18,90	100	567,00	**SI**	**NO**	**SI**	**SI**	**10**
					Total lote / Lotea guztira	567,00					
					Total / Totala	401.065,89					

Documento firmado por: MARIA DEL CARMEN LEON ARAUJO
En la fecha 21.03.2025 09:39:22 CET

Documento firmado por: IRATXE BENGOA ALONSO
En la fecha 21.03.2025 11:37:41 CET