PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPTE. 2025/01906

Adquisición de un videocistoscopio flexible para el Servicio de Urología de la OSI Barakaldo-Sestao.

Sumario

I. Objeto del expediente....2
II. Aspectos legales....2
III. Compromiso medioambiental....2
IV. Valor estimado....3
V. Características y especificaciones técnicas....3

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Considerando que la OSI Barakaldo-Sestao es propietario de un módulo central IMAGE1 S™ TC 200 (CONNECT) de Karl Storz para torre de laparoscopia, por medio de esta contratación se pretende cubrir la adquisición de un dispositivo para esta torre que supondrá una notable mejora en la atención sanitaria del Servicio de Urología que se presta desde la OSI.

En tanto que el dispositivo debe ser compatible con módulo central antes citado, este debe ser de fabricación y distribución exclusiva de la empresa KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A. con C.I.F: A78936606.

II. ASPECTOS LEGALES

En atención a las características especiales que presentan los bienes objeto del presente pliego, el procedimiento de adjudicación del expediente será negociado sin publicidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.a). 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La licitadora acreditará, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.

Con objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes, a los profesionales sanitarios que utilicen los productos sanitarios y a OSAKIDETZA- S.V.S., asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberá reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado, autorizaciones y tarjetas de implantación.

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

III. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario se compromete a adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación ambiental correspondiente al equipo suministrado.

IV. VALOR ESTIMADO

El importe o valor estimado del presente expediente es el siguiente:

Descripción del dispositivo	Uds.	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)	Total licitado (con IVA)
Videocistoscopio flexible HD-VIEW	1	16.950,86€	16.950,86€	20.510,54€

V. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Atendiendo a las necesidades de compatibilidad del dispositivo, este debe presentar las siguientes características y especificaciones:

- Reproducción de imagen en calidad HD, ofreciendo resolución 1080x720.
- Fuente de luz integrada, con tecnología Led integrada en el mango.
- Cable de alimentación central.
- Punta distal atraumática de 10,9 Charr.
- Conexión LUER desmontable.
- Conexión para válvula de aspiración
- Canal de trabajo de 7 Charr.
- Opciones de visualización para la cirugía y el diagnostico en combinación con el sistema de cámara IMAGE1 S. Además del modo de visualización
- Referencia 11272 VH.
- Deflexión parte distal 210°/140°.
- Dirección visual 0°.
- Longitud de trabajo 37cm.
- Canal de trabajo 7 Charr.
- Tamaño de vaina 16 Charr.
- Punta distal 10.9 Charr.
- Chip CMOS.

AITOR FONTANEDA ALONSO - 45824893S

Firmado digitalmente por AITOR FONTANEDA ALONSO - 45824893S
Fecha: 2025.10.23 14:39:57 +02'00'