

EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIAN INSTALATUTAKO "REVVITY" MARKAKO EKIPO INSTRUMENTALEN MANTENTZE-LANEI BURUZKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

Mantentze-lanen kontratuan dokumentu honetan eta PCT I eranskinetan zehazten diren ekiptoak eta zehaztapenak sartu behar dira.

1.- MANTENTZE-LANEN XEDE DIREN TRESNAK ETA APARATUAK

Kontserbatu eta mantendu beharreko tresnak eta aparatuak plegu honetako PCT I eranskinetan zerrendatutakoak izango dira.

2.- MANTENTZE ZERBITZUAREN HELBURUA

Mantentze zerbitzuaren helburua da Osasun Saileko Osasun Publikoko Laborategietan dauden tresnak eta tresneria funtzionamendu-baldintza tekniko egokietan mantentzea haien balio-bizitzan zehar, eta lortutako emaitzek izan behar duten fidagarritasun-maila kontuan hartuta, beharrezkoa dela une oro ekipto horren funtzionamendu egokia ziurtatzea.

3.- MANTENTZE LANEN EZAUGARRI OROKORRAK

3.1.- Zerbitzua emateko, prebentziozko berrikuspenak egingo dira, eranskinean adierazitako maiztasunarekin. Berrikuspen horietan, ekipoen prestazioak egiaztatuko dira, eta sistema guztiak doitu, garbitu eta egiaztatuko dira, ekipto bakoitzaren arau partikularren arabera.

3.2.- Prebentziozko berrikuspenez gain, beharrezkoak diren berrikuspen zuzentzaileak ere egingo dira, eta horietan, higaduraren eta hausturaren sintomak dituzten piezak, eranskinean deskribatutakoak, aldatu edo dohainik ordeztuko dira.

3.3.- Ikuskapenak, prebentziozkoak zein zuzentzaileak, egiteko behar den eskulana mantentze-zerbitzuan sartuko da, bai eta bertan sartutako piezak instalatzeko ere.

3.4.- Azterketa zuzentzaileak egiteko bisitei dagokienez, ahal dela, 72 orduko epean egin beharko dira, dagokion jakinarazpenetik zenbatzen hasita.

3.5.- Era berean, ekipoen mantentze-lan operatiboetarako egin behar diren bisitek eragindako joan-etorrien eta egonaldien gastuak ere sartuko dira, baita matxuragatiko deiek sortutakoak ere.

3.6.- Kontratazio honen xede diren zerbitzuak, ahal dela, lanaldian emango dira, 8: 30etik 13: 30era eta 15: 00etatik 17: 00etara, maiatzetik irailera bitartean izan ezik, orduan 8: 30etik 14: 30era izango baita.

3.7.- Arestian deskribatutako eragiketak egiten dituzten langileek espediente honen bidez kontratatu beharreko zerbitzuak emateko beharrezko kualifikazioa izan beharko dute.

3.8.- Mantendu beharreko ekipamenduaren matxuraren edo hausturaren kasuan, kontratistak gaizki egindako mantentze-lanen edo manipulazio desegokiaren ondorioz, kontratistak berak konpondu beharko du aurkitutako ekipamendua, administrazio kontratatzaileari inolako kosturik eragin gabe.

4.- AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA

4.1.- Dokumentazio bat aurkeztu beharko da, eta, bertan, enpresak konpromisoa hartu beharko du ordezeko eta ordezeko piezetan erabilitako materiala mantendutako edo konpondutako ekipoen modeloko eta markako pieza originalak direla.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTRUMENTALES DE LA MARCA “REVVITY” INSTALADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE EUSKADI

En el contrato de mantenimiento se deben incluir los equipos y especificaciones que se detallan en este documento y los indicados en el Anexo PCT I.

1.- INSTRUMENTOS Y APARATOS OBJETO DE MANTENIMIENTO

Los instrumentos y aparatos objeto de conservación y mantenimiento serán los enumerados en el Anexo PCT I del presente pliego.

2.- OBJETIVO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Mediante el servicio de mantenimiento se pretende que el instrumental y el aparataje existente en los Laboratorios de Salud Pública Euskadi se mantenga en las adecuadas condiciones técnicas de funcionamiento durante la vida útil estimada de los mismos, y que dado el grado de fiabilidad que deben reunir los resultados obtenidos es preciso asegurar en todo momento un correcto funcionamiento de dicho equipo.

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MANTENIMIENTO

3.1.- La prestación del servicio consistirá en revisiones preventivas, cuya frecuencia está marcada en el anexo, en las que se comprobarán las prestaciones de los equipos y en las que se llevaran a cabo los ajustes, limpieza y comprobación de todos los sistemas de acuerdo con las normas particulares de cada equipo.

3.2.- Además de las revisiones preventivas se llevarán también a cabo las revisiones correctivas necesarias, en las que se procederá al cambio o sustitución gratuita de las piezas que presenten síntomas de desgaste, rotura descritas en el anexo.

3.3.- La mano de obra necesaria para las revisiones, tanto preventivas como correctivas, quedará incluida en el servicio de mantenimiento, así como para la instalación de las piezas incluidas en el mismo.

3.4.- Respecto de las visitas realizadas con finalidad de revisiones correctivas deberán efectuarse preferentemente dentro de las 72 horas siguientes contadas a partir de la correspondiente comunicación.

3.5.- Igualmente se incluirán los gastos de desplazamiento y estancia con motivo de las visitas que sea necesario efectuar para el mantenimiento operativo de los equipos, así como los originados por las llamadas por avería.

3.6.- La prestación de los servicios objeto de la presente contratación se realizará preferentemente durante la jornada laboral, que será de 8,30 a 13,30 horas y de 15 a 17 horas, excepto los meses de mayo a septiembre que será de 8,30 a 14,30 horas.

3.7.- El personal que realice las operaciones descritas con anterioridad, deberá de contar con la cualificación necesaria para la prestación de los servicios a contratar mediante este expediente.

3.8.- En el caso de avería o rotura del equipamiento a mantener causado por un mantenimiento mal efectuado o manipulación incorrecta por parte del contratista, será éste el que deberá proceder a la reparación del equipamiento averiado sin que esta suponga coste alguno a la administración contratante.

4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR

4.1.- Se deberá de aportar documentación en la que la empresa se comprometa a que el material utilizado en el recambio y repuesto, consista en piezas originales pertenecientes al modelo y marca del equipo mantenido o reparado.

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean.
En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma.

**GUILLERMO IGNACIO
HERRERO ALAÑA -
14254007X**

Firmado digitalmente por
GUILLERMO IGNACIO HERRERO
ALAÑA - 14254007X
Fecha: 2025.01.23 13:55:44 +01'00'

**Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaria/ Osasun Saila
Director de Salud Pública y Adicciones/ Departamento de Salud**



ZTBP ERANSKINA / ANEXO PCTI

1. lotea/ Lote 1

Ekipoa mantentzeko kontratua, AUTODELFIA /*Contrato de mantenimiento equipo, AUTODELFIA*

Ekipoa/Equipo	Modeloa /Modelo	Serie-zk. /Nº serie	Kontratuaren ezaugarriak /Características del contrato
Plate processor	AUTODELFIA1235	2351081	Platinum kontratua/<i>Contrato platinum:</i> 2 bisita Mantentze prebentiboa /<i>2 visitas Mantenimiento preventivo</i> Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne /<i>Trabajo de servicio y desplazamiento incluido</i> Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/<i>Piezas de repuesto (no incluye fungibles).</i>

2. Lotea/Lote 2

Ekipoa mantentzeko kontratua, AUTODELFIA /*Contrato de mantenimiento equipo, AUTODELFIA*

Ekipoa/Equipo	Modeloa /Modelo	Serie-zk. /Nº serie	Kontratuaren ezaugarriak /Características del contrato
Plate processor	AUTODELFIA1235	2352363	Platinum kontratua/ <i>Contrato platinum:</i> 2 bisita Mantentze prebentiboa /<i>2 visitas Mantenimiento preventivo</i> Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne /<i>Trabajo de servicio y desplazamiento incluido</i> Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/<i>Piezas de repuesto (no incluye fungibles).</i>



3. Lotea/Lote 3

Beste batzuk/Varios

Ekipoa/Equipo	Modeloa /Modelo	Serie-zk. /Nº serie	Kontratuaren ezaugarriak /Características del contrato
DELFA PUNCHER	DBSPUNCHER	2963209	Platinum kontratua/ Contrato platinum: Prebentzioko mantentze-lanetarako bisita 1 /1 visitas <i>Mantenimiento preventivo</i> Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne /Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
DELFA PUNCHER	DBSPUNCHER	2963155	Platinum kontratua/ Contrato platinum: Prebentzioko mantentze-lanetarako bisita 1 /1 visitas <i>Mantenimiento preventivo</i> Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne /Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
TRINEST INCUBATOR SHAKER	GDS 1296-0050	12960422	Platinum kontratua/ Contrato platinum: Prebentzioko mantentze-lanetarako bisita 1 /1 visitas <i>Mantenimiento preventivo</i> Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne /Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
TRINEST INCUBATOR SHAKER	GDS 1296-0050	12961473	Platinum kontratua/ Contrato platinum: Prebentzioko mantentze-lanetarako bisita 1 /1 visitas <i>Mantenimiento preventivo</i> Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne /Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).



VICTOR

Fluorometer

VICTOR 1420020

4203160 Platinum kontratua/ *Contrato platinum:*

Prebentzioko mantentze-lanetarako bisita 1 /1
visitas Mantenimiento preventivo
 Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne /*Trabajo de servicio y desplazamiento incluido*
 Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/*Piezas de repuesto (no incluye fungibles).*

4. Lotea/Lote 4

QSIGHT mantentze-kontratua /*Contrato de mantenimiento QSIGHT*

Ekipoa/Equipo	Modeloa /Modelo	Serie-zk. /Nº serie	Kontratuaren ezaugarriak / <i>Características del contrato</i>
Mass Spectrometer	NEOBC004872	210MDBC005030085	Platinum kontratua/ <i>Contrato platinum:</i> 2 bisita prebentziozko mantentze-lanetara (Mass Spectrometer)/ <i>2 visitas mantenimiento preventivo (Mass Spectrometer)</i>
Autosampler	NEOBC004941	525502	
Bomba	NEOBC004844	200022	Mantentze-bisita 1 (autosampler eta ponpa)/ <i>1 visita mantenimiento (Autosampler y bomba)</i> Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne / <i>Trabajo de servicio y desplazamiento incluido</i> Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/ <i>Piezas de repuesto (no incluye fungibles).</i>