Pliego de Prescripciones Técnicas para la adquisición de ecógrafo para el CS Arrigorriaga de la OSI BARRUALDE GALDAKAO ESI
EXPEDIENTE Nº 2025/02050

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 2
II. ASPECTOS LEGALES 2
III. VALOR ESTIMADO 2
ANEXO I 3
A. CARACTERISTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES 3

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de **adquisición de ecógrafo para el CS Arrigorriaga de la OSI Barrualde-Galdakao ESI**, cuyas características se describen en el anexo I de este pliego.

El suministro objeto de contratación se considera necesario para la prestación de asistencia sanitaria en la OSI Barrualde-Galdakao ESI. No disponiendo de medios materiales ni humanos necesarios para abastecerse, se considera idónea la contratación externa.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Así mismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

III. VALOR ESTIMADO

El **valor estimado** del presente expediente es:

PERIODOS	IMPORTE MÁX IVA EXC
Presupuesto máximo contrato inicial SIN IVA	15.000,00 €
Presupuesto previsto para modificaciones 20% SIN IVA	3.000,00 €
Valor estimado del expediente SIN IVA	**18.000,00 €**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

ANEXO I

LOTE	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN IVA
1	ECÓGRAFO PARA CS ARRIGORRIAGA	1	15.000,00 €	15.000,00 €
				15.000,00 €

A. CARACTERISTICAS TÉCNICAS EXIGIBLES

- **PLATAFORMA**

Equipo de arquitectura digital para realizar estudios en el ámbito de los PAC de OSI Barrualde.
Monitor de alta resolución para el diagnóstico ecográfico con capacidad de inclinación (≥ 12)
Diseñado para admitir cualquier configuración de array: sectorial, lineal y convex
Nº de transductores conectables simultáneamente de forma activa (2)

APLICACIONES:
Plataforma preparada para trabajar, al menos, con las siguientes aplicaciones:
Abdominal, Pulmón, Obstetricia-Ginecología, Vascular, Musculo-esquelético, partes blandas y superficiales, Neurología, Mama, Urología, Cardiología.

- **MODOS DE IMAGEN**

Modo M, 2D, Doppler Pulsadoom de alta resolución panorámica de lectura en tiempo real, 2º armónico.

- **CONTROLES DE SISTEMA**

Profundidades de estudio desde la superficie de la piel hasta ≥30cm.
Presentación de imágenes ecográficas en tiempo real, forma estática y cine loop.
Optimización automática de Imagen B, Doppler y Doppler color.
Control de resolución/velocidad/brillo.
Control de mamas en grises, mapa chroma
Control de rango dinámico y profundidad.
Sistema de mejora de imagen con reducción automática de ruido.
Posibilidad de emitir haces multiangulares que amplíen la información recibida.
Angulación de área de color.

- **SOFTWARE**

Arquitectura completamente abierta para ampliaciones futuras de software (tanto actuales como futuras).
Programas de arranque de aplicaciones definidas por fábrica/usuario
Programas de medidas y cálculos completos para todas las aplicaciones con posibilidad de obtención de cálculos automáticos en Modo Doppler Espectral.
Programas de anotaciones, comentarios y marcas corporales, medidas y cálculos, incluyendo informes.
Herramientas de visualización de agua

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

- **CONECTIVIDAD Y ALMACENAMIENTO**

DICOM
Conexión Wireless
Almacenamiento ≥500GB
Configuración y diagnóstico del equipo de forma remota.
Capacidad para trabajar con datos nativos o brutos.

- **TRANSDUCTORES**

Transductor Lineal 3-12Mhz o 4-15Mhz
Transductor Convex 1-5Mhz o 1.8Mhz.

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. **Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)