EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIAN INSTALATUTAKO "SCIEX" MARKAKO TRESNERIA MANTENTZEA

OINARRI TEKNIKOEN PLEGUA

Mantentze-kontratuan, dokumentu honetan eta PCT I eranskinean zehaztutako ekipamenduak eta zehaztapenak sartu behar dira.

1.- MANTENDU BEHARREKO TRESNAK ETA APARATUAK

Kontserbatu eta mantendu beharreko tresnak eta aparatuak agiri honen PCT I eranskinean zerrendatutakoak izango dira.

2.- MANTENTZE-ZERBITZUAREN HELBURUA

Mantentze-zerbitzuaren bidez lortu nahi da Osasun Saileko Osasun Publikoko laborategietako tresneria eta tresneria funtzionamendu-baldintza tekniko egokietan mantentzea haien balio-bizitza zenbatetsiak irauten duen bitartean, eta lortutako emaitzek izan behar duten fidagarritasun-maila kontuan hartuta, beharrezkoa da ekipo horrek une oro behar bezala funtzionatuko duela ziurtatzea.

3.- MANTENTZE-LANEN EZAUGARRI OROKORRAK

3.1.- Zerbitzua prebentziozko berrikuspenetan emango da. Berrikuspen horien maiztasuna I. eranskinean dago zehaztuta. Berrikuspen horietan, ekipoen prestazioak egiaztatuko dira, eta sistema guztiak doitu, garbitu eta egiaztatuko dira, ekipo bakoitzaren arau berezien arabera.

3.2.- Prebentziozko berrikuspenez gain, beharrezko berrikuspen zuzentzaileak ere egingo dira. Horietan, higaduraren, hausturaren edo, oro har, funtzionamendu kritikoaren sintomak dituzten piezak doan aldatu edo ordeztuko dira.

3.3.- Berrikuspen prebentibo zein zuzentzaileetarako behar den eskulana mantentze-zerbitzuan sartuko da, baita zerbitzu horretan sartutako piezak instalatzeko ere.

3.4.- Bisita zuzentzaileak, ahal dela, jakinarazpena jaso eta hurrengo 72 orduetan egin beharko dira.

3.5.- Era berean, ekipoen mantentze operatiborako egin beharreko bisiten ondoriozko bidaia- eta egonaldi-gastuak sartuko dira, bai eta matxuragatiko deiek eragindakoak ere.

3.6.- Kontratazio honen xede diren zerbitzuak lanaldian zehar emango dira lehentasunez, 08:30etik 13:30era eta 15:00etatik 17:00etara, maiatzetik irailera bitartean izan ezik, orduan 8: 30etik 14:30era izango baita.

3.7.- Arestian deskribatutako eragiketak egiten dituzten langileek espediente honen bidez kontratatu beharreko zerbitzuak emateko behar den kualifikazioa izan beharko dute.

3.8.- Mantendu beharreko ekipamenduaren matxura edo haustura gertatzen bada kontratistak gaizki egindako mantentze-lanen ondorioz edo gaizki manipulatu badu, kontratistak konpondu beharko du aurreikusitako ekipamendua, eta horrek ez dio inolako kosturik eragingo administrazio kontratatzaileari.

4.- AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA

4.1.- Enpresak dokumentazioa aurkeztu beharko du, ordezkapenean eta ordezpenean erabilitako materiala mantendutako edo konpondutako ekipoaren modeloko eta markako pieza originalak direla hitz emateko.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTRUMENTALES DE LA MARCA "SCIEX" INSTALADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE EUSKADI

PLIEGO DE BASES TÉCNICAS

En el contrato de mantenimiento se deben incluir los equipos y especificaciones que se detallan en este documento y los indicados en el Anexo PCT I

1.- INSTRUMENTOS Y APARATOS OBJETO DE MANTENIMIENTO

Los instrumentos y aparatos objeto de conservación y mantenimiento serán los enumerados en el Anexo PCT I del presente pliego.

2.- OBJETIVO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Mediante el servicio de mantenimiento se pretende que el instrumental y el aparataje existente en los Laboratorios de Salud Pública del Departamento de Salud se mantenga en las adecuadas condiciones técnicas de funcionamiento durante la vida útil estimada de los mismos, y que dado el grado de fiabilidad que deben reunir los resultados obtenidos es preciso asegurar en todo momento un correcto funcionamiento de dicho equipo.

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MANTENIMIENTO

3.1.- La prestación del servicio consistirá en revisiones preventivas, cuya frecuencia está marcada en el anexo I, en las que se comprobarán las prestaciones de los equipos y se lleven a cabo los ajustes, limpieza y comprobación de todos los sistemas de acuerdo con las normas particulares de cada equipo.

3.2.- Además de las revisiones preventivas se llevarán también a cabo las revisiones correctivas necesarias, en las que se procederá al cambio o sustitución gratuita de las piezas que presenten síntomas de desgaste, rotura o en general funcionamiento crítico.

3.3.- La mano de obra necesaria para las revisiones, tanto preventivas como correctivas, quedará incluida en el servicio de mantenimiento, así como para la instalación de las piezas incluidas en el mismo.

3.4.- Respecto de las visitas correctivas éstas deberán efectuarse preferentemente dentro de las 72 horas siguientes contadas a partir de la correspondiente comunicación.

3.5.- Igualmente se incluirán los gastos de desplazamiento y estancia con motivo de las visitas que sea necesario efectuar para el mantenimiento operativo de los equipos, así como los originados por las llamadas por avería.

3.6.- La prestación de los servicios objeto de la presente contratación se realizará preferentemente durante la jornada laboral, que será de 8,30 a 13,30 horas y de 15 a 17 horas, excepto los meses de mayo a septiembre que será de 8,30 a 14,30 horas.

3.7.- El personal que realice las operaciones descritas con anterioridad deberá de contar con la cualificación necesaria para la prestación de los servicios a contratar mediante este expediente.

3.8.- En el caso de avería o rotura del equipamiento a mantener causado por un mantenimiento mal efectuado o manipulación incorrecta por parte del contratista, será éste el que deberá proceder a la reparación del equipamiento averíado sin que esta suponga coste alguno a la administración contratante.

4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR

4.1.- Se deberá de aportar documentación en la que la empresa se comprometa a que el material utilizado en el recambio y repuesto, consista en piezas originales pertenecientes al modelo y marca del equipo mantenido o reparado.

ANEXO PCT I

Lote 1

Contrato de mantenimiento del SISTEMA LC con detector triple cuadrupolo (LC-6500)

Equipo	Nº de serie	Características del contrato aplicable a todo el sistema
TRIPLE 6500 PLUS	DZ221041810	**Características del contrato aplicable a todo el sistema**
EXION LC AD Pump	AB3AD5570900	**Contrato protección total con Mantenimiento Preventivo .** Incluye:
SOFTWARE	DZ221041810	1 Revisión preventiva del sistema completo Las piezas sustituidas en el mantenimiento preventivo Mantenimiento y actualización del firmware y software Verificación funcional del sistema Desplazamiento, horas de servicio técnico y mantenimiento en caso de avería Piezas Documentación de tareas de mantenimiento y resultados de la verificación

Lote 2

Contrato de mantenimiento del SISTEMA LC con detector triple cuadrupolo (LC-6500)

Equipo	Nº de serie	Características del contrato aplicable a todo el sistema
X500R	DM 220771809	**Características del contrato aplicable a todo el sistema**
EXION LC AD Pump	AB3AD5671957	**Contrato protección total con Mantenimiento Preventivo .** Incluye:
SOFTWARE	DM 220771809	1 Revisión preventiva del sistema completo Las piezas sustituidas en el mantenimiento preventivo Mantenimiento y actualización del firmware y software Verificación funcional del sistema Desplazamiento, horas de servicio técnico y mantenimiento en caso de avería Piezas Documentación de tareas de mantenimiento y resultados de la verificación