

OINARRI TEKNIKOEN AGIRIA, JAIÖBERRIEN BAHEKETA PROGRAMAN SARTUTAKO GAIÖTASUN ENDOKRINOMETABOLIKOAK ETA BESTE GAIÖTASUN BATZUK DETEKTATZEKO ERABILITAKO MATERIALA (TSH, T4, IRT, BIÖTINIDASA, 17 α -OH-PROGESTERONA, AMINOAZIDOAK ETA AZILKARNITINAK ZEHAZTEA) REVVITY ESPAÑA SL ENPRESARI EROSTEKO

Euskadiko Osasun Publikoko Laborategiko Kimika Klinikoko Unitatean metabolopatiak detektatzeko erabiltzen diren Revvity erreaktiboak, gaur egun, beren datu guztiak Software Data Suite eta Work station bidez integratuz erabil daitezkeen BAKARRAK dira. Software horiek dagoeneko laborategian instalatuta daude, eta erabilitako ekipoei (AUTODELFIA 1235 PLATE PROCESOR) lortutako emaitzak kudeatzen dituzte. Ekipo horiek immunofluoreszentzia lantzen dute garaiz, TSH, T4, IRT (Fibrosi kistikoaren markatzailea), Biotinidasa, 17 α -OH-Progesterona eta aminoazidoak eta aciloazidoak zehazteko Kuadripolo Hirukoitzeko Masen Espektrofotometroetan.

Azaldutako guztiagatik, jarraian zehazten den materiala prozedura negoziatuaren bidez erostea proposatzen da, arrazoi teknikoengatik ez baitago lehiarik. Kasu hori Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 168.2 artikuluan jasota dago.

METABOLOPATIAK DEKTEKTATZEKO MATERIALA.

Artikulua	Erreferentzia	Neurtzeko unitatea	Zenbatetxikako kopurua
AUTODELFIA NEONATAL TSH	B032-312	12 plakak	10
AUTODELFIA NEONATAL T4	B065-112	12 plakak	10
AUTODELFIA NEONATAL IRT	B024-212	12 plakak	10
NEONATAL BIÖTINIDASA	3018-0010	10 plakak	6
NEOBASE2 NON-DERIVATIZED MS/MS KIT	3044-0010	10 plakak	41
AUTODELFIA NEONATAL 17 OH-PROGESTERONA	B024-112	12 plakak	10
GSP NEONATAL TSH KIT	3301-0010	12 plakak	30
GSP NEONATAL T4 KIT	3302-0010	12 plakak	31
GSP NEONATAL TIR KIT	3306-0010	12 plakak	27
GSP NEONATAL 17OH PROGESTERONA KIT	3305-0010	12 plakak	27
GSP NEONATAL BIÖTINIDASA KIT	3307-0010	12 plakak	25
GSP DELFIA INDUCER	3304-0010	Unitatea	10
GSP WASH CONCENTRATE	4080-0010	1 kit-a	35
GSP LOW VOLUM TIPS	2021-4020	Unitatea	2
GSP TEST KIT	3060-0010	Unitatea	2
NEOBASE 2 SUCCINYLLACETONE ASSAY SOLUTION	3046-0010	unitatea	41

AutoDELFIA eta MSMS erreaktiboak erabiltzeko, honako kontsumigarri hauek behar dira, eta kargurik gabe emango dira:

1235-402 Ependorf Pipette Tips

1235-411 New Dilution Vessels (100/Pkg)

B117-100 Autodelfia Wash Concentrate (250 ml) 8 botila

B118-100 Autodelfia Enh.Sol (250ml ml) 8 botila

13808189 U-Bottomed Heat Resistant Microplates

3045-0010 NeoBase Non-Derivatized Assay Solutions

13808362 Adhesive microplates covers

NC-225 Black microplate, flat bottom (25/pkg)

PLIEGO DE BASES TÉCNICAS APLICABLE PARA LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES ENDOCRINOMETABOLICAS Y OTRAS ENFERMEDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL: DETERMINACIÓN DE TSH, T4, IRT, BIOTINIDASA, 17 α -OH- PROGESTERONA, AMINOACIDOS Y ACILCARNITINAS, A LA EMPRESA REVVITY ESPAÑA S.L.

Los reactivos de Revvity utilizados para la detección de Metabolopatías en la Unidad de Química Clínica del Laboratorio de Salud Pública de Euskadi son los ÚNICOS que se se pueden utilizar en la actualidad con integración de todos sus datos mediante el Software Data Suite y Work station que se encuentran ya instalados en el Laboratorio y que gestionan los resultados obtenidos por los distintos equipos utilizados como: AUTODELFIA 1235 PLATE PROCESOR” que trabaja por Inmunofluorescencia a tiempo resuelto para la determinación de TSH, T4, IRT (Marcador de la Fibrosis Quística), Biotinidasa, 17 α -OH-Progesterona y en los Espectrofotómetros de Masas de Triple Cuadrupolo para la determinación de aminoácidos y acilcarnitinas así como con el Software.

Por todo lo anteriormente expuesto se propone la compra por el procedimiento de Negociado por exclusividad del material a continuación detallado al no existir competencia por razones técnicas, supuesto contemplado en el artículo 168.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

MATERIAL PARA LA DETECCIÓN DE METABOLOPATÍAS.

Artículo	Marca	Ref.	Presentación	Cantidad estimada
AUTODELFIA NEONATAL TSH	Revvity	B032-312	12 placas	10
AUTODELFIA NEONATAL T4	Revvity	B065-112	12 placas	10
AUTODELFIA NEONATAL IRT	Revvity	B024-212	12 placas	10
NEONATAL BIOTINIDASA	Revvity	3018-0010	10 placas	6
NEOBASE2 NON-DERIVATIZED MS/MS KIT	Revvity	3044-0010	10 placas	41
AUTODELFIA NEONATAL 17 OH- PROGESTERONA	Revvity	B024-112	12 placas	10
GSP NEONATAL TSH KIT	Revvity	3301-0010	12 placas	30
GSP NEONATAL T4 KIT	Revvity	3302-0010	12 placas	31
GSP NEONATAL TIR KIT	Revvity	3306-0010	12 placas	27
GSP NEONATAL 17OH PROGESTERONA KIT	Revvity	3305-0010	12 placas	27
GSP NEONATAL BIOTINIDASA KIT	Revvity	3307-0010	12 placas	25
GSP DELFIA INDUCER	Revvity	3304-0010	Unidad	10
GSP WASH CONCENTRATE	Revvity	4080-0010	1 kit	35
GSP LOW VOLUM TIPS	Revvity	2021-4020	Unidad	2
GSP TEST KIT	Revvity	3060-0010	Unidad	2
NEOBASE 2 SUCCINYLACETONE ASSAY SOLUTION	Revvity	3046-0010	unidad	41

Para la utilización de los reactivos AutoDELFIA y MSMS son necesarios los siguientes consumibles que serán suministrados sin cargo:

1235-402 Ependorf Pipette Tips
1235-411 New Dilution Vessels (100/Pkg)
B117-100 Autodelfia Wash Concentrate (250 ml) 8 Botellas
B118-100 Autodelfia Enh.Sol (250ml) 8 Botellas
13808189 U-Bottomed Heat Resistant Microplates
3045-0010 NeoBase Non-Derivatized Assay Solutions
13808362 Adhesive microplates covers
NC-225 Black microplate, flat bottom (25/pkg)

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean.

En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma.

GUILLERMO IGNACIO
HERRERO ALAÑA -
14254007X

 Firmado digitalmente por
GUILLERMO IGNACIO HERRERO
ALAÑA - 14254007X
Fecha: 2025.01.17 15:02:24 +01'00'

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaria/ Osasun Saila
Director de Salud Pública y Adicciones/ Departamento de Salud