Osakidetza

BILBAO - BASURTO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO - BASURTO

Pliego de bases técnicas para el suministro de mallas quirúrgicas para la organización sanitaria integrada Bilbao-Basurto
2021/01993

Sumario

I. Objeto 2

2. Características técnicas generales 2

3. Características técnicas excluyentes 4

4.- Condiciones de suministro 9

4.1 Pedidos a los adjudicatarios. 9

4.2 Suministro del material. 9

4.3 Garantía de suministro. 10

5.- Presupuesto estimado. 11

I. Objeto

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de suministro de mallas quirúrgicas para la Osi Bilbao Basurto.

El producto objeto de contratación se considera necesario para la prestación de asistencia sanitaria en las organizaciones de servicios de Osakidetza. No disponiendo de medios materiales ni humanos necesarios para abastecerse se considera idónea la contratación externa.

2. Características técnicas generales

2.1. Al objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes, a los profesionales sanitarios y a Osakidetza, asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberán reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado, autorizaciones y tarjetas de implantación.

2.2. Dado que no es posible prever la cantidad de cada modelo a implantar, las empresas adjudicatarias deberán efectuar un **DEPÓSITO** de los materiales adjudicados, suficiente para asegurar su disponibilidad en caso de necesidad, que se concretará con el Departamento de compras, a instancia del Jefe de Servicio responsable del contrato, y cuya reposición será según el tipo de material.

El material no utilizado, próxima su fecha de caducidad, será retirado por la(s) empresa(s) adjudicataria(s) sin coste adicional para la Organización.

El proveedor asegurará la reposición del depósito en un tiempo inferior a 48 horas. Este plazo será menor si se trata de pedidos urgentes.

El material depositado vendrá acompañado de su correspondiente albarán en el que figurarán el código de Osakidetza (código Sap), referencia del fabricante, descripción del artículo, cantidad, número de lote, número de serie, fecha de caducidad y código EAN.

Al finalizar el contrato será responsabilidad del adjudicatario retirar los depósitos no consumidos, así como el instrumental aportado. En caso de no ser retirados

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

en un periodo de 30 días, desde la finalización del contrato, Osakidetza queda habilitada para destruir o devolverlos al proveedor, siendo a su cargo los gastos que ocasionen estas gestiones.

2.3. Cuando la Organización de Servicios lo requiera, **deberán facilitar**, en calidad de depósito y mientras sean adjudicatarios, **el instrumental específico y necesario para el implante del material adjudicado**, debiendo permanecer a disposición de la Organización/Sede según las necesidades del centro.

Por tratarse de **instrumental** depositado en la organización de servicios, mientras se consuma un determinado material, correrán a cargo del adjudicatario las posibles **reparaciones y reposiciones del mencionado instrumental**.

En cualquier caso, asegurará la aportación o reposición del instrumental en un tiempo inferior a 48 horas, comunicando la organización de servicios la circunstancia del implante al proveedor.

2.4. **Presentación e identificación** de los productos:

Presentación: Los productos se presentarán en envase estéril.

Identificación: Con objeto de garantizar la trazabilidad y el seguimiento del producto a lo largo de toda la cadena de suministro, cada envase debe venir identificado mediante el símbolo del código de barras en el estándar GS1 128, que contendrá los siguientes identificadores de aplicación (IA):

- (01) seguido del código EAN.UCC (GTIN13) de la unidad.
- (17) Fecha de caducidad.
- (10) número de lote
- (21) número de serie (en los productos que aplique).

A tal efecto acompañarán 4 etiquetas removibles con el código EAN simbolizado en cada envase individual.

En el caso de que por las características físicas del material no sea posible incluir el símbolo del código de barras, éste se informará en su correspondiente albarán, indicándose en cada línea de material el código correspondiente.

El adjudicatario queda obligado a facilitar toda la información requerida por la Osi para la gestión de la lectura de las etiquetas de barras para la identificación de sus productos.

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

Garantías de identificación: Las empresas adjudicatarias se comprometen a notificar, inmediatamente, cualquier cambio en la identificación del producto durante la vigencia del contrato, al servicio de Compra de la organización de servicios.

2.5. Cuando el licitador sea un representante autorizado, lo documentará expresamente.

3. Características técnicas excluyentes

Las características técnicas que a continuación se enumeran **son de obligado cumplimiento**.

Lote 1: Malla unicapa polipropileno macroporosa varias medidas

Las fibras de polipropileno han de ser monofilares de polipropileno, amplio poro, elasticidad bidireccional y resistencia a la tensión.

Art. 1: Malla unicapa polipropileno macroporosa de 5 cm x 10 cm
Art. 2: Malla unicapa polipropileno macroporosa de 15 cm x15 cm
Art. 3: Malla unicapa polipropileno macroporosa de 30cm x 30 cm.

- Para reparación de región inguino-crural y ventral.
- Monofilamento irreabsorbible.
- Densidad/peso ≥30 gr/m2 y ≤ 60 gr/ m2
- Que permita ser recortado sin desestructurarse o deshilacharse.
- Tipo de material: polipropileno.

Lote 2: Malla unicapa polipropileno macroporosa parcialmente absorbible

Las fibras de polipropileno han de ser monofilares, elasticidad bidireccional, resistencia a la tensión. Buena incorporación al tejido que permita confortabilidad al paciente sin provocar rigidez. Partes iguales de monofilamento absorbible (poligrecaprona-25) y no absorbible (polipropileno).

Art. 1: Malla unicapa polipropileno macroporosa parcialmente absorbible 15 cm x15 cm
Art. 2: Malla unicapa polipropileno macroporosa parcialmente absorbible 6 cm x 12 cm.

- Para reparación de región antero-lateral de la pared abdominal.
- Monofilamento irreabsorbible / absorbible.
- Densidad/peso: Baja Densidad alrededor de 38 gr/ m2
- Que permita ser recortado sin desestructurarse o deshilacharse.

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

- Tipo de material: polipropileno/poligrecaprona-25.

Lote 3: Malla unicapa polipropileno macroporosa. Grande

- Malla rígida, macroporosa
- De dimensiones 50 cm x 50 cm
- Con espesor de 0.58 mm +- 10%.
- Material irreabsorbible, fabricado con monofilamentos de propileno
- Que presente un diseño ligero con poros grandes.

Lote 4: Malla unicapa polipropileno preformada con anillo rígido reabsorbible

- Malla macroporosa,
- De dimensiones aproximadas 8-10 cm x 14-16 cm
- Con anillo rígido reabsorbible
- Con bolsillos de posicionamiento para su colocación en la zona inguinal preperitoneal
- Que presente un diseño ligero con poros grandes.

Lote 5: Malla preformada para hernia inguino-crural reparación endoscopica. Tep

- Malla preformada realizada en poliéster
- De dimensiones aproximadas de 12 cm x 16 cm.
- Conformada para cada lado de la zona inguinal.
- Colocación Endoscópica a través del trocar.

Lote 6: Malla preformada para hernia inguino-crural. Reparación vía endoscopica. Tep

- Malla preformada realizada en polipropileno
- Con diseño tridimensional,
- Autoexpandible
- De dimensiones aproximadas de 8 cm x 14 cm
- Conformada para cada lado de la zona inguinal con indicador de lateralidad claramente visible.
- Colocación vía endoscópica.

Lote 7: Sistema fijación para malla tacks absorbibles. Colocación via laparoscópica

Art. 1: Sistema fijación malla tachuelas absorbibles de 5 mm 15 tacks.
Art. 2: Sistema fijación malla tachuelas absorbibles de 5 mm 30 tacks.

- Pistola desechable para colocación de tachuelas (tacks) a través del trocar,
- Dimensiones de 15 y 30
- Tachuelas absorbibles de una longitud suficiente (mayor de 5 mm) para garantizar su correcto anclaje.

Lote 8: Sistema fijación para malla tacks absorbibles. Colocación vía laparoscópica de un solo uso

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

Art. 1 Sistema fijación malla tachuelas absorbibles de 5mm 29 tacks articulado y recargable.
Art.2 Recarga de 8 tacks absorbibles para fijación de mallas en tejido blando.
Art.3 Recarga de 5 tacks absorbibles para fijación de mallas en tejido blando.

- Sistema de fijación para malla tachuelas absorbible.
- Colocación vía laparoscópica.
- Un solo uso.

Lote 9: Malla totalmente absorbible en menos de 180 días

Art. 1: Malla reabsorbible de 25 cm x 15 cm
Art. 2: Malla reabsorbible de 26 cm x 30 cm

- Malla absorbible
- Composición copolímero de Ac. Glicólido y Ac. Láctico
- Flexible y de poro pequeño de forma que pueda utilizarse como contención visceral en situaciones de abdomen abierto o como interfase en la reparación de grandes eventraciones.

Lote 10 Malla de polipropileno titanizado no absorbible macroporosa. Superficie de enlace covalente titanizada. Con poro mayor de 1 mm.

Art. 1: 15 cm x 16 cm. 35gr/m2
Art. 2: 20 cm x 16 cm. 35gr/m2

- Malla confeccionada con hilos monofilares
- Composición polipropileno con revestimiento continuo de titanio, que permite el contacto con vísceras.
- Flexible y de bajo peso.

Lote 11: Malla trilaminar parcialmente absorbible.

Art. 1: Malla permanente con recubrimiento bioabsorbible de perfil bajo, eliptica 10 x 15 cm aprox.
Art. 2: Malla permanente con recubrimiento bioabsorbible perfil bajo, eliptica 15 x 20 cm. aprox.
Art. 3: Malla permanente con recubrimiento absorbible, 18 x 25 cm aprox.

Art. 4: Malla permanente con recubrimiento bioabsorbible de perfil bajo con sistema de posicionamiento, eliptica 25 x 33 cms. aprox.

Art. 5: Malla permanente recubrimiento bioabsorbible perfil bajo rectangular 30 x 35 cm. aprox.

- Malla parcialmente absorbible
- Composición: tres capas de material: una compuesta de polipropileno de bajo peso o similar material no reabsorbible, y otra capa laminar reabsorbible para su orientación visceral de material antiadherente que permita la ubicación

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

intraperitoneal.
- Lisa en la superficie para que en contacto de asas intestinales no se produzcan adherencias en la cavidad abdominal.
- Su unión debe ser segura por suturas concéntricas o termosellado.
- Forma ovalada o rectangular que hagan posible el recorte para adaptación a medida, pero sin que se produzca el despegamiento de ambas capas ni el desgarro de la malla.
- Que incluya un sistema que facilite su colocación laparoscópica, así como la introducción de la malla por el trocar.

Lote 12: Prótesis bilaminar para hernia umbilical.

Art. 1: Malla circular bilaminar de PPL y PDO Pequeña (~4 cm Ø)
Art. 2: Malla circular bilaminar de PPL y PDO Mediana (~6 cm Ø)
Art. 3: Malla circular bilaminar de PPL y PDO Grande (~8 cm Ø)

- Malla bicapa (PPL y PGA) autoexpandible
- Con barrera de hidrogel y tiras laterales de fijación, para hernia umbilical o epigástrica.

Lote 13: Malla sintética autofijable monofilar, parcialmente absorbible de poliéster y ácido poliláctico

Art. 1: Malla para hernioplastia inguinal lado izdo. o drcho. medidas 12 x 8 cm.
Art. 2: Malla de 15 x 9 cms.
Art. 3: Malla 15 x 15 cms.
Art. 4: Malla 20 x15 cms.
Art. 5: Malla 30 x 15 cm.
Art. 6: Malla 10 x 8 cms.
Art. 7: Malla 20 x 8 cms.
Art. 8: Malla 30 x 8 cms.
Art. 9: Malla 40 x 8cms

- Malla autofijable. El hecho de ser autofijable permite una cirugía más segura en la reparación de eventraciones o hernias incisionales con la prótesis de refuerzo en situación retromuscular.
- Parcialmente absorbible.
- Composición: realizada con poliéster monofilar y ácido polilactico.

Lote 14: Prótesis absorbibles apta para planos quirúrgicos contaminados

Art. 1: Extraperitoneal de 20,3 x 25,4 cms. aprox.
Art. 2: Intraperitoneal. Malla de 25 x 30 cms. aprox.

- Prótesis biológica, totalmente absorbible
- Composición: realizada en monofilamento de P4HB, con y sin barrera de hidrogel para contacto visceral.

Lote 15: Prótesis absorbible a corto plazo para protección visceral

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

- Prótesis laminar reabsorbible
- Composición: realizada con polímeros sintéticos con estructura tridimensional, porosa.
- Debe permitir ser recortada sin desestructurarse.
- Dimensiones 20 cm x 30 cms. Espesor mm: 1,7.

Lote 16: Fijador de prótesis para casos de acceso preperitoneal complejos. No absorbibles

Art. 1: Aplicadora corta de sutura mecánica 7 cms. Aprox.
Art. 2: Aplicadora larga de sutura mecánica 30 cms. Aprox.

- Clavos o tacks metálicos
- De forma espiroidea
- Composición: de aleación de níquel, titanio.

Lote 17: Vaina trocar con balón y bomba manual para acceso endoscópico. tep

Art. 1: Vaina trocar con balón y bomba manual (1 sólo uso)
Art. 2: Trocar de acero de 10 mm Ø reutilizable

- Trocar para acceso endoscópico.
- Reutilizable
- Composición: acero y 10 mm Ø y trocar
- De un solo uso con bomba manual.

Lote 18: Implante de colágeno dérmico porcino para la reparación de la pared abdominal

- Composición: Implante realizado a base de colágeno reticulado (crosslinked) de origen en dermis porcina acelular.
- Dimensiones 10 cm x 10 cm
- Espesor de ~ 1,5 mm.

Lote 19: Implante para la reparación de hernia paraestomal y pared abdominal.

- Malla realizada en una pieza, con una parte plana y otra tubular,
- Con hilo monofilar de fluoruro de polivinilideno en su cara visceral y polipropileno en su cara parietal.
- Con la estructura tubular abierta para tratamiento de la hernia paraestomal.

Lote: 20 Prótesis de alta densidad de polipropileno monofilar

- Prótesis de polipropileno monofilar de alta densidad 90 gr/m^2
- Dimensiones medidas 30 cm x 30 cm.

Lote 21: - Aplicador de pegamento para cirugía endoscópica.

- Pistola - Aplicador de cianoacrilato (N-butyl 2 cianoacrilato) con

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

Metacriloxysulfona
- Para su uso a través de trocares endoscópicos en la fijación atraumática de las mallas utilizadas en la reparación de las hernias.
- Pistola con cargas de 25 y 50 disparos (gotas) con punta terminal
- Flexible, articulada hasta 90º y anti-adherente.

4.- Condiciones de suministro

La empresa adjudicataria retirará los materiales defectuosos y los sustituirá por otros nuevos en las condiciones requeridas, sin cargo.

Los materiales desembalados que no hayan sido utilizados y se encuentren en perfecto estado, se devolverán al proveedor, que no las facturará, o en su caso las abonará.

4.1 Pedidos a los adjudicatarios.

Las ofertas han de prever, para todos los artículos, los diferentes sistemas de distribución y puntos de almacenamiento que dispone la Osi Bilbao Basurto, realizándose la distribución directamente en el punto que indique cada una de ellas.

El servicio de compras de la Osi será el que emitirá los pedidos para su reposición y facturación.

No se aceptarán suministros sin el pedido correspondiente, ni se aceptarán suministros de más unidades de las solicitadas.

4.2 Suministro del material.

El inicio del suministro empezará una vez formalizado el contrato en los términos estipulados en el pliego de cláusulas administrativas.

El suministro se efectuará dentro del horario que establece la Organización de Servicios. La recepción del material en cada centro se hará con la presencia del personal que tenga asignadas las responsabilidades de recepción.

El servicio responsable verificará la integridad del embalaje en el momento de recibir el material. En caso de que no llegue en las condiciones adecuadas, se devolverá a la empresa.

Por cambios organizativos, la Osi, durante el periodo del contrato, podrán cambiar la ubicación de los almacenes y sus horarios de entrega del material, aceptando explícitamente el proveedor que estos cambios no supondrán en ningún caso una modificación de las condiciones contractuales.

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

4.3 Garantía de suministro.

Las empresas adjudicatarias se comprometen a garantizar el suministro durante la vigencia del contrato de acuerdo a las cantidades que se establezcan en función del consumo de los centros, y a asegurar el suministro en el tiempo especificado.

En caso de imposibilidad de suministro lo comunicarán al servicio de compras de la Osi.

Las empresas adjudicatarias dispondrán de una persona y vía de contacto específicas para asegurar el suministro de estos materiales.

✉ Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
💻 concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

5.- Presupuesto estimado.


Lote	Art	Descripción del material	Uds 2 años	Precio de licitación (sin IVA)	Suma de Total licitado (sin IVA)
1	1	Malla unicapa polipropileno macroporosa de 5 cm. x 10 cm	100	17,80 €	1.780,00 €
	2	Malla unicapa polipropileno macroporosa 15 cm x 15 cm	300	72,00 €	21.600,00 €
	3	Malla unicapa polipropileno macroporosa 30 cm x 30 cm	120	70,00 €	8.400,00 €
		Total Malla unicapa polipropileno macroporosa varias medidas			**31.780,00 €**
2	1	Malla unicapa polipropileno macroporosa parcialmente absorbible 15 x 15 cm	300	122,38 €	36.714,00 €
	2	Malla unicapa polipropileno macroporosa parcialmente absorbible 6 x 12 cm	400	92,12 €	36.848,00 €
		Total Malla unicapa polipropileno macroporosa parcialmente absorbible			**73.562,00 €**
3	1	Malla unicapa polipropileno macroporosa 50 cm x 50 cm	50	315,00 €	15.750,00 €
		Total Malla unicapa polipropileno macroporosa 50 cm x 50 cm			**15.750,00 €**
4	1	Malla preformada de polipropileno con anillo de memoria reabsorbible 8,6 cm x14.2 cm	50	120,00 €	6.000,00 €
		Total Malla unicapa polipropileno preformada con anillo rígidos reabsorbible			**6.000,00 €**
5	1	Malla preformada de poliester 12 cm x 16 cm derecha e izquierda	100	186,00 €	18.600,00 €
		Total Malla preformada poliester para cirugía endoscópica de la hernia inguino-crural (tep)			**18.600,00 €**
6	1	Malla preformada de polipropileno 8 cm x 13,5 cm derecha e izquierda	300	90,00 €	27.000,00 €
		Total Malla preformada polipropileno para cirugía endoscópica de la hernia inguino-crural (tep).			**27.000,00 €**
7	1	Sistema fijacion malla reabsorbible 36cm 15 tacks	10	150,00 €	1.500,00 €
	2	Sistema fijacion malla reabsorbible 5mm 30 tacks	10	300,00 €	3.000,00 €
		Total Sistema fijación para malla reabsorbibles por via laparo-endoscópica			**4.500,00 €**
8	1	Sistema fijacion malla reabsorbible 5mm 29 tacks articulado y recargable	15	355,00 €	5.325,00 €
	2	Recarga de 8 tackers reabsorbibles para fijación de mallas en tejido blando	15	119,00 €	1.785,00 €
	3	Recarga de 5 tackers reabsorbibles para fijación de mallas en tejido blando	15	99,00 €	1.485,00 €
		Total Sistema fijacion malla reabsorbible 5mm 30 tacks articulado y recargable			**8.595,00 €**
9	1	Malla reabsorible de 25x15 cm	50	64,00 €	3.200,00 €
	2	Malla reabsorible de 26x30 cm	30	199,95 €	5.998,50 €
		Total Malla totalmente reabsorbible en menos de 180 días varias medidas			**9.198,50 €**

Lote	Art	Descripción del material	Uds 2 años	Precio de licitación (sin IVA)	Suma de Total licitado (sin IVA)
10	1	Malla de polipropileno monofilar revestido de titanio 15 x15 cm 35 gr /m2	50	329,00 €	16.450,00 €
	2	Malla de polipropileno monofilar revestido de titanio 20 x15 cm 35 gr/m2	30	510,00 €	15.300,00 €
		Total Malla de polipropileno titanizado no absorbible macroporosa. Superficie de enlace covalente titanizada. Con poro mayor de 1 mm			**31.750,00 €**
11	1	Malla permanente recubrimiento biorreabsorbible perfil bajo eliptica 10x15 cms. aprox.	50	375,00 €	18.750,00 €
	2	Malla permanente recubrimiento biorreabsorbible perfil bajo con sistema de posicionamiento elíptica 15 x 20 cms. aprox.	30	625,00 €	18.750,00 €
	3	Malla permanente recubrimiento biorreabsorbible perfil bajo eliptica 15,2x20,3 cms. aprox.	30	800,00 €	24.000,00 €
	4	Malla permanente recubrimiento absorbible 25 x 33 cm. aprox.	30	1.400,00 €	42.000,00 €
	5	Malla permanente recubrimiento absorbible . Rectangular 30,5 x 35,6 cm aprox	15	1.400,00 €	21.000,00 €
		Total Malla para eventración por laparoscopia trilaminar parcialmente reabsorbible varias medidas			**124.500,00 €**
12	1	Malla circular bilaminar de PPL y PDO Pequeña (~4 cm Ø)	150	195,00 €	29.250,00 €
	2	Malla circular bilaminar de PPL y PDO Mediana (~6 cm Ø)	150	215,00 €	32.250,00 €
	3	Malla circular bilaminar de PPL y PDO Grande (~8 cm Ø)	10	275,00 €	2.750,00 €
		Total Prótesis bilaminar para hernia umbilical varios diámetros			**64.250,00 €**
13	1	Malla para hernioplastia inguinal lado izdo. o drcho. medidas 12 x 8 cm.	50	120,00 €	6.000,00 €
	2	Malla 15 x 9 cms.	10	120,00 €	1.200,00 €
	3	Malla 15 x 15 cms.	50	195,00 €	9.750,00 €
	4	Malla 20 x15 cms.	10	260,00 €	2.600,00 €
	5	Malla 30 x 15 cm.	50	275,00 €	13.750,00 €
	6	Malla 10 x 8 cms.	50	120,00 €	6.000,00 €
	7	Malla 20 x 8 cms.	50	195,00 €	9.750,00 €
	8	Malla 30 x 8 cm.	30	260,00 €	7.800,00 €
	9	Malla 40 x 8 cm.	25	275,00 €	6.875,00 €
		Total Malla sintética autofijable monofilar, parcialmente absorbible de poliéster y acido poliláctico			**63.725,00 €**
14	1	Prótesis Extraperitoneal de 20,3 x 25,4 cms. aprox.	1	2.000,00 €	2.000,00 €
	2	Prótesis Intraperitoneal. Malla de 25 x 30 cms. Aprox.	1	3.000,00 €	3.000,00 €

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

Lote	Art	Descripción del material	Uds 2 años	Precio de licitación (sin IVA)	Suma de Total licitado (sin IVA)
		Total Prótesis absorbibles apta para planos quirúrgicos contaminados			**5.000,00 €**
15	1	Prótesis reabasorbible c corto plazo, protección del contenido visceral en TAR Dimensiones 20 x 30 cms. Espesor mm: 1,7	1	2.615,00 €	2.615,00 €
		Total Prótesis reabasorbible c corto plazo, protección del contenido visceral en TAR			**2.615,00 €**
16	1	Aplicadora corta de sutura mecánica 7 cms. Aprox.	20	218,00 €	4.360,00 €
	2	Aplicadora larga de sutura mecánica 30 cms. Aprox.	10	230,00 €	2.300,00 €
		Total Fijador de prótesis para casos de acceso preperitoneal complejos.No absorbibles.			**6.660,00 €**
17	1	Vaina trocar con balón y bomba manual (1 sólo uso)	100	82,24 €	8.224,00 €
	2	Trocar de acero de 10 mm Ø reutilizable	1	415,55 €	415,55 €
		Total Vaina trocar con balón y bomba manual para acceso endoscópico. TEP			**8.639,55 €**
18	1	Implante dérmico porcino crosslinked. 10 cm x10cm	30	1.250,00 €	37.500,00 €
		Total Implante de colágeno dérmico porcino para la reparación de hernia y pared abdominal			**37.500,00 €**
19	1	Malla para cirugía pared abdominal 16x16x3 cm	10	1.150,00 €	11.500,00 €
		Total Implante de colágeno dérmico porcino para la reparación de hernia y pared abdominal			**11.500,00 €**
20	1	Prótesis de polipropileno de 30 x 30 cm.	50	52,00 €	2.600,00 €
		Total Prótesis de polipropileno de 30 x 30 cm.			**2.600,00 €**
21	1	Aplicador laparoscópico (50 microgotas)	10	165,00 €	1.650,00 €
		Total Aplicador laparoscópico (50 microgotas)			**1.650,00 €**
		Presupuesto estimado 2 años			**555.375,05 €**

Bilbao a 11/08/2021



Alberto Loizate Totaricaguena
Jefe de servicio de cirugía, Osi Bilbao Basurto

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus