Pliego de Prescripciones técnicas para el suministro de cobertura quirúrgica y otros fungibles de quirófano para la OSI Barrualde-Galdakao ESI
EXPEDIENTE Nº 2025/02247

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 2

II. ASPECTOS LEGALES..... 2

III. VALOR ESTIMADO 2

ANEXO I 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 26

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de **suministro de cobertura quirúrgica y otros fungibles de quirófano de la OSI Barrualde-Galdakao ESI.**

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos, la ficha de datos de seguridad actualizada, en el caso de que proceda y la copia de los certificados de marcado **CE** de los productos.

Con objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes, a los profesionales sanitarios que utilicen los productos sanitarios y a OSAKIDETZA- S.V.S., asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberá reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado, autorizaciones y tarjetas de implantación. Para una mayor información pueden consultar en

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/prodsanitarios/legislacion-sobre-productos-sanitarios/

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/implantables/

https://www.aemps.gob.es/productossanitarios_registros_implantables/

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

III. VALOR ESTIMADO

PERIODOS	IMPORTE MÁX IVA EXC
Presupuesto máximo contrato inicial **TRIANUAL** SIN IVA	2.001.925 €
Presupuesto previsto para modificación 20%	400.385 €
Presupuesto prórroga 2 año SIN IVA	1.601.540 €
Valor estimado del expediente SIN IVA	**4.003.850 €**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ANEXO I

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Consumo según UMB en 3 AÑOS	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Presupuesto Estimado SIN IVA	Procede entregar Muestras	Nº unidades a entregar
1	**EQUIPOS DE COBERTURA QUIRÚGICA**				**1.864.100,00**		
1.1	EQ. ANESTESIA	UND	38.000	4,50	171.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.2	EQ. ORL	UND	2.500	23,00	57.500,00	SI	3 EQUIPOS
1.3	EQ. OIDO	UND	600	35,00	21.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.4	EQ. CUELLO	UND	1.000	43,00	43.000,00	SI	4 EQUIPOS
1.5	EQ. UNIVERSAL CIRUGIA MAYOR	UND	1.500	57,00	85.500,00	SI	3 EQUIPOS
1.6	EQ. UNIVERSAL CIRUGIA MENOR	UND	6.500	36,00	234.000,00	SI	4 EQUIPOS
1.7	EQ. LAPAROSCOPIA ABDOMINAL	UND	3.500	54,00	189.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.8	EQ. LAPAROSCOPIA ABDOMINO-PERINEAL	UND	1.000	71,00	71.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.9	EQ. UNIVERSAL PERINÉ	UND	2.300	50,00	115.000,00	SI	4 EQUIPOS
1.10	EQ. LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA	UND	1.000	52,00	52.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.11	EQ. DHS+INTERMEDULARES+CLAVOS GAMMA	UND	900	60,00	54.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.12	EQ. ARTROSCOPIA RODILLA	UND	500	50,00	25.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.13	EQ. ARTROSCOPIA HOMBRO	UND	350	64,00	22.400,00	SI	3 EQUIPOS
1.14	EQ. MANO-PIE	UND	5.500	34,00	187.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.15	EQ. PRÓTESIS TOTAL RODILLA (PTR)	UND	1.300	60,00	78.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.16	EQ. PRÓTESIS TOTAL CADERA (PTC)	UND	1.700	79,00	134.300,00	SI	3 EQUIPOS
1.17	EQ. COLUMNA	UND	300	60,00	18.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.18	EQ. UROLOGÍA UNIVERSAL	UND	3.000	32,00	96.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.19	EQ. FIMOSIS-VASECTOMÍA	UND	700	22,00	15.400,00	SI	3 EQUIPOS
1.20	EQ. NEFROLITOMÍA PERCUTÁNEA	UND	300	55,00	16.500,00	SI	3 EQUIPOS
1.21	EQ. AORTA-VASCULAR	UND	150	82,00	12.300,00	SI	3 EQUIPOS
1.22	EQ. FÍSTULA ARTERIOVENOSA (FAV)	UND	200	52,00	10.400,00	SI	3 EQUIPOS
1.23	EQ. ILEO-FÉMORO-POPLÍTEO	UND	1.000	46,00	46.000,00	SI	3 EQUIPOS

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Consumo según UMB en 3 AÑOS	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Presupuesto Estimado SIN IVA	Procede entregar Muestras	Nº unidades a entregar
1.24	EQ. ENDOVASCULAR	UND	500	62,00	31.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.25	EQ. ARTROSCOPIA HOMBRO SENTADO	UND	300	50,00	15.000,00	SI	3 EQUIPOS
1.26	EQ. OFTALMOLOGIA	UND	2.200	29,00	63.800,00	SI	3 EQUIPOS
2	**FUNDA QUIRÚRGICA TRANSPARENTE**	UND	3.600	26,00	**93.600,00**	SI	2 UNIDADES
3	**BOLSA PARA FLUIDOS**	UND	2.250	15,50	**34.875,00**	SI	2 UNIDADES
4	**ALFOMBRA ABSORBENTE SUELO QUIRÓFANO DESECHABLE**	UND	170	55,00	**9.350,00**	SI	2 UNIDADES

A continuación, se detalla la composición de los distintos equipos que forman parte del lote 1 y los restantes lotes:

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

LOTES

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
1	**COBERTURA QUIRÚGICA**

SUBLOTE	COMPOSICION	CANT.
1.1 Equipo anestesia	Cubremesas quirúrgico 150 x 90 cm aprox	1
	Paño quirúrgico c/ adhesivo 75 x 90 cm aprox	2
	Gasas 10 x 10 cm	5
	Apósito adhesivo de 5 cm aprox	1
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	2
1.2 Equipo ORL	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Cinta adhesiva 10 x 50 cm aprox	1
	Paño quirúrgico s/ adhesivo 75 x 90 cm aprox	2
	Sábana s/ adhesivo 175 x 220 aprox	1
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	1
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica XL no reforzada	2
1.3 Equipo oído	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	2
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox no reforzada	1
	Hoja bisturí nº 15, similar a la utilizada en la OSI (SAP 2144167)	1
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 500 cm 14,5 cm tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Paño adhesivo absorbente extrareforzado 75 cm x 75 cm aprox	1
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	1
	Paño quirúrgico adhesivo 175 cm 200 cm aprox	1
	Paño fenestrado adhesivo 150 cm 150 cm aprox con refuerzo de 10 x 17,5 cm aprox y fenestra de 5 x 8 cm aprox con adhesivo	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.4 Equipo cuello	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	2
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox no reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	10
	Hoja bisturí nº 15, similar a la utilizada en la OSI código (SAP 2144167)	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Cánula de aspiración yankauer 12 fr 4,0mmx26cm, similar a la utilizada en la OSI, código (SAP 2139784)	1
	Compresa de gasa RX 45 cm x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 500 cm 14,5 cm tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	2
	Paño quirúrgico adhesivo 100 cm x 90 cm aprox	3
	Paño quirúrgico adhesivo reforzado 175 cm x 200cm aprox	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.5 Equipo Universal Cirugía Mayor	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	12
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Cinta de cierre universal 2,5 x 14 cm aprox	1
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 300 cm 14,5 cm aprox. tres polos Valleylab similar al utilizado en la (SAP 2145087)	1
	Pernera 75 cm x 140 cm aprox	2
	Paño quirúrgico adhesivo reforzado 175 cm x 170 cm aprox	1
	Paño quirúrgico adhesivo reforzado 240 cm x 150 cm aprox	1
	Paño quirúrgico adhesivo reforzado 100 cm x 90 cm aprox	3
	Paño quirúrgico sin adhesivo 90 cm x 75 cm aprox	2
	Cánula de aspiración yankauer 18 fr 6,0mm x 25cm, similar a la utilizada en la OSI, código (SAP 2139784)	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Lija, raspador para electrobisturí similar al utilizado en la OSI (SAP 2149098)	1
	Hoja de bisturí nº 23 similar a la utilizada en la OSI, (SAP 2314651)	1
	Hoja bisturí nº 15 similar a la utilizada en la OSI (SAP 2144167)	1
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

1.6 Equipo Universal Cirugía Menor	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Paño quirúrgico adhesivo reforzado 100 cm x 90 cm aprox	2
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm aprox	1
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 300 cm 14,5 cm aprox. tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Lija, raspador para electrobisturí similar al utilizado en la OSI (SAP 2149098)	1
	Hoja de bisturí nº 23 similar a la utilizada en la OSI, (SAP 2314651)	1
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	1
	Paño quirúrgico adhesivo reforzada 240 cm x 150 cm aprox	1
	Paño quirúrgico adhesivo reforzada 175 cm x 170 cm aprox	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.7 Equipo Laparoscopia abdominal	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Campo laparoscopia abdominal. Sábana laparoscopia abdominal 255 x 307 cm aprox, fenestración abdominal de 34 x 38 cm aprox con campo de incisión fenestrado, refuerzo absorbente, perneras, 2 bolsas con 2 o 3 compartimentos a ambos lados de la fenestra abdominal, 4 tiras de velcro con fácil apertura-cierre sujetatubos 14 x 2,5 cm aprox, en el perímetro del área fenestrada o sueltos para colocar según necesidades.	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm aprox	1
	Cánula de aspiración yankauer 18 fr 6,0mm x 25cm, similar a la utilizada en la OSI, código (SAP 2139784)	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Equipo de irrigación en Y con longitud aproximada de 227 cm 2 x spike cono y pieza tubo, similar al utilizado en la OSI, código (SAP 2146329)	1
	Gasas RX 5 x 5 cm	5
	Cinta de cierre universal 2,5 x 14 cm aprox	5
	Jeringa 10 ml Luer, Jeringa graduada s/aguja s/látex 3 c luer 10 ml (SAP 2138395)	1
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Hoja de bisturí nº 23 similar a la utilizada en la OSI, (SAP 2314651)	1
	Hoja de Bisturí de nº 11, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314649)	1
	Lija, raspador para electrobisturí similar al utilizado en la OSI (SAP 2149098)	1
	Funda de cámara artroscopia cartón guía y precorte para óptica estéril 15x250cm aprox , similar la utilizada en la OSI (SAP 2265571)	1
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.8 Equipo Laparoscopia abdomino-perineal	Paño quirúrgico adhesivo 100 cm x 90 cm aprox	1
	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	3
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	10
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	12
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Gasas RX 5 x 5 cm	5
	Jeringa 10 ml Luer, Jeringa graduada s/aguja s/látex 3 c luer 10 ml (SAP 2138395)	1
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Lija, raspador para electrobisturí similar al utilizado en la OSI (SAP 2149098)	1
	Funda de cámara artroscópia cartón guía y precorte para óptica estéril 15x250cm aprox , similar la utilizada en la OSI (SAP 2265571)	1
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	1
	Cánula de aspiración yankauer 18 fr 6,0mm x 25cm, similar a la utilizada en la OSI, código (SAP 2139784)	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Cinta de cierre universal 2,5 x 14 cm aprox	5
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm aprox	1
	Equipo de irrigación en Y con longitud mínima de 227 cm 2 x spike cono y pieza tubo, similar al utilizado en la OSI, (SAP 2146329)	1
	Hoja de bisturí nº 23 similar a la utilizada en la OSI, (SAP 2314651)	1
	Hoja de Bisturí de nº 11, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314649)	1
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 300 cm aprox 14,5 cm aprox. tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Campo laparoscopia abdomino-perineal. Sábana de laparoscopia 255 x 300 cm aprox, fenestración abdominal de 34 x 38 cm aprox con campo de incisión fenestrado, refuerzo absorbente, fenestración perineal con solapa, perneras, 2 bolsas laterales con 2 o 3 compartimentos a ambos lados de la fenestra abdominal, 4 tiras de velcro con fácil apertura, cierrre sujeta tubos 14 x 2,5 cm aprox, en el perímetro del área fenestrada o sueltos para colocar según necesidad.	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.9 Equipo Universal Periné	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Cinta de cierre universal 2,5 x 14 cm aprox	2
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 300 cm aprox14,5 cm aprox. tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	1
	Lija, raspador para electrobisturí similar al utilizado en la OSI (SAP 2149098)	1
	Paño/Sábana bajo nalga 100 x 120 aprox.	1
	Campo Ginecología desechable con fenestra central adhesiva con o sin tapa de 15x20cm aprox, perneras integradas y bolsa. Ancho total 310cm aprox, largo total 300cm aprox. Bolsa 65x75cm aprox. Fenestra 15x20 aprox. Tapa fenestra 15x20cm aprox	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.10 Laparoscopia ginecológica	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Cinta de cierre universal 2,5 x 14 cm aprox	4
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm aprox	1
	Funda de cámara artroscopia cartón guía y precorte para optica esteril 15x250cm aprox, similar la utilizada en la OSI (SAP 2265571)	1
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	2
	Jeringa 10 ml Luer, Jeringa graduada s/aguja s/látex 3 c luer 10 ml (SAP 2138395)	1
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Paño sin adhesivo 100 x120 cm aprox	2
	Hoja de Bisturí de nº 11, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314649)	1
	Campo cirugía Ginecológica. Campo Abdomino-Perineal 277/254 x 248cm aprox. Campo abdomino-perineal con perneras y fenestración abdominal adhesiva 34 x 38 cm aprox y fenestración perineal adhesiva de 15 x20 cm aprox. aprox.Ancho total 277/254cm aprox. Largo total 248cm aprox. Refuerzo 46x30cm aprox. Absorbente 30x43cm/41/46cm aprox.	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

1.11 Equipo DHS + Intramedulares + Clavos Gamma	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Sábana quirúrgica c/adhesivo reforzada 240 x 150 cm aprox	3
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox extra reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	1
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 500 cm 14,5 cm tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Cánula de aspiración yankauer 22 fr 7,3mm x 25cm aprox., similar a la utilizada en la OSI, código (SAP 2139784)	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Hoja de bisturí nº 23, similar a la utilizada en la Osi (SAP 2314651)	1
	Campo Traumatología/Ortopedia. Sábana Aislamiento vertical de plástico transparente de 270x330cm aprox, campo de incisión de 78x26cm aprox, adhesivos, bolsa de recolección de fluidos con puerto de salida, bolsa de instrumental adhesiva de 25,5x28 cm aprox, con dos compartimentos.	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

1.12 Equipo Artroscopia rodilla	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox extra reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Campo artroscopia rodilla. Sábana de artroscopia 243x 302 cm aprox, con refuerzo de 66 x 107 cm aprox o sin refuerzo si la absorción del campo es la adecuada y sufiente para los fluidos producidos en las intervenciones, fenestración elástica con diámetro de 6 cm aprox, bolsa colectora de líquidos, 3 tiras de anillas o agujeros pasa-tubos.	1
	Paño con adhesivo 75 x 90 cm aprox	1
	Stockinette 22 x 75 cm aprox impermeable.	1
	Cinta adhesiva 9 x 51 cm aprox	3
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	3
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Hoja de Bisturí de nº 11, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314649)	1
	Aguja hipodérmica IM 21G x 40 mm aprox. similar a la utilizada en la OSI (SAP 2137688)	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Equipo de irrigación en Y con longitud aproximada de 227 cm 2 x spike cono y pieza tubo, similar al utilizado en la OSI, código (SAP 2146329)	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.13 Equipo artroscopia hombro	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Cubremesa quirúrgico reforzado 100 x 150 cm aprox	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox reforzada	1
	Bata quirúrgica XL 147 cm extra reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Sábana artroscopia hombro. Paño en U con adhesivo, bolsa de fluidos y pasatubos. 254 x 195 aprox. Medida U 29 x 35 ,5 cm aprox, doble bolsa a cada lado recogefluidos y pasatubos.	1
	Paño quirúrgico en U. Campo quirúrgico con fenestra vertical, con adhesivo 254 x 195 cm aprox. Medida de U 25 x 63,5 cm aprox con refuerzo de 112 x 101 cm aprox.	1
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	3
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Hoja de Bisturí de nº 11, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314649)	1
	Cinta de cierre universal 2,5 x 14 cm aprox	3
	Cinta adhesiva 9 x 51 cm aprox	2
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	3
	Paño quirúrgico sin adhesivo 75 cm x 90cm aprox	1
	Paño quirúrgico c/ adhesivo 75 cm x 90cm aprox	1
1.14 Equipo Pie-Mano	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	2
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox no reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Paño quirúrgico c/ adhesivo 75 cm x 90cm aprox	1
	Campo extremidades. Campo extremidades abertura desplazada elástica de 6 cm aprox. Ancho total 220 cm x 320 cm aprox. Refuerzo 100 x 150 cm aprox. Membrana elástica 25 x 25 cm aprox. Diámetro fenestra 6 cm aprox	1
	Cinta adhesiva 9 x 51 cm aprox	2
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	3
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Hoja bisturí nº 15, similar a la utilizada en la OSI (SAP 2144167)	1
	Hoja de bisturí nº 23 similar a la utilizada en la OSI, (SAP 2314651)	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

1.15 Equipo PTR	Cubremesa quirúrgico reforzado 160 x 200 cm aprox	2
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox extra reforzada	3
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	10
	Campo extremidades. Sábana extremidades 221 x 326 cm aprox, refuerzo 77 x 114 cm aprox, fenestración elástica con diámetro de 6 cm aprox con anillas pasa tubos o similar.	1
	Sábana quirúrgica sin adhesivo 150 x 200 cm aprox.	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Cánula de aspiración yankauer 22 fr 7,3mm x 25cm aprox., similar a la utilizada en la OSI, código (SAP 2139784)	1
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 500 cm 14,5 cm tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Bolsa para instrumental 2 compartimentos 17 cm x 29 cm aprox, similar a la utilizada en la OSI (SAP2269138)	1
	Hoja de bisturí nº 23, similar a la utilizada en la Osi (SAP 2314651)	2
	Cinta adhesiva 9 x 51 cm aprox	3
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Paño quirúrgico c/ adhesivo 75 cm x 90cm aprox	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

1.16 Equipo PTC	Cubremesa quirúrgico reforzado 160 x 240 cm aprox	2
	Bolsa para instrumental 2 compartimentos 17 cm x 29 cm aprox, similar a la utilizada en la OSI código SAP	1
	Sábana quirúrgica sin adhesivo 150 x 200 cm aprox	1
	Sábana quirúrgica c/ adhesivo 252 x 152 cm aprox	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox reforzada	3
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	10
	Paño quirúrgico en U.campo quirúrgico trilaminado o bilaminado con refuerzo con apertura en U, con adhesivo. Paño 300 x 220 cm aprox. Medida U 6 x 90 cm aprox	1
	Campo traumatología/Ortopedia. Sábana trilaminada o bilaminada con refuerzo de cadera 290 x 350 cm aprox con refuerzo de 53 x 170 cm aprox fenestración elástica de 17 x 21 cm aprox 2 bolsas de cadera de 81 x 170 cm aprox cubre brazos, anillas pasa tubos o similar.	1
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Cinta adhesiva 9 x 51 cm aprox	3
	Hoja de bisturí nº 23, similar a la utilizada en la Osi (SAP 2314651)	2
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 500 cm 14,5 cm tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Cánula de aspiración yankauer 22 fr 7,3mm x 25cm aprox, similar a la utilizada en la OSI, código (SAP 2139784)	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

1.17 Equipo columna	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	2
	Sábana cirugía espinal. Sábana cirugía espinal 284 x 343 cm aprox refuerzo de 43 x 94 cm fenestración adhesiva de 10 x 30 cm aprox pantalla de anestesia, 4 tiras de velcro o pasa tubos.	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Cánula de aspiración yankauer 22 fr 7,3mm x 25cm aprox,, similar a la utilizada en la OSI, código (SAP 2139784)	1
	Cánula de aspiración yankauer 12 fr 4mm x 26cm aprox., similar a la utilizada en la OSI (SAP 2139784)	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Cinta adhesiva 9 x 51 cm aprox	1
	Bolsa para instrumental 2 compartimentos 17 cm x 29 cm aprox, similar a la utilizada en la OSI (SAP 2269138)	1
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 500 cm 14,5 cm tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	20
	Hoja de bisturí nº 23, similar a la utilizada en la Osi (SAP 2314651)	1
	Sábana quirúrgica c/ adhesivo 175 x 175 cm aprox	2
1.18 Equipo Urología Universal	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox extra reforzada	1
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	6
	Sábana quirúrgica sin adhesivo 150 x 210 cm aprox	1
	Campo fenestrado con dedil medidas mínimas de 60 x 90 cm similar al utilizado en la OSI (SAP 2142726)	1
	Funda de cámara artroscopia cartón guía y precorte para óptica esteril 15 x 250 cm aprox , similar la utilizada en la OSI (SAP 2265571)	1
	Jeringa 2 cuerpos 20 ml similar a la utilizada en la OSI (SAP 2138402)	1
	Gasas RX 10 x 10 cm	10

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

1.19 Equipo Fimosis - Vasectomía	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	6
	Paño quirúrgico fenestrado. Paño con fenestra central de 8 cm aprox con adhesivo, 175 cm x 250 cm aprox diámetro fenestra 8 cm aprox.	1
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
1.20 Equipo Nefrolitotomía percutánea	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	2
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox extra reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	6
	Campo aislamiento vertical con bolsa. Campo de polietileno transparente con área de incisión de 38 x 26 cm aprox y bolsa colectora de fluidos de 70 x 48 cm aprox a nivel renal. Ancho total 330 cm x largo total 250 cm aprox.	1
	Protector intensificador redondo, funda intensificador de imagen conoidal polietileno 90 x 75 cm similar al utilizado en la OSI (SAP 2142776)	1
	Cinta de cierre universal 2,5 x 14 cm aprox	2
	Jeringa 20 ml Luer, Jeringa graduada s/aguja s/látex 3 c luer (SAP 2138402)	4
	Funda de cámara artroscopia cartón guía y precorte para óptica esteril 15 x 250 cm aprox , similar la utilizada en la OSI (SAP 2265571)	1
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Hoja bisturí nº 15, similar a la utilizada en la OSI código SAP 2144167	1
	Campo fenestrado con dedil medida mínima de 60 x 90 cm similar al utilizado en la OSI (SAP 2142726)	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.21 Equipo Aorta	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	2
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzado	1
	Bata quirúrgica L 125cm aprox reforzado	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Paño c/adhesivo 100cm x 90cm aprox	4
	Sábana quirúrgico c/adhesivo 240cm x 150cm aprox	1
	Sábana en U adhesiva bilateral extrareforzada 225cm x 260 cm aprox	1
	Paño fenestrado 100 cm x 90 cm aprox con fenestra de 10 x 10 cm aprox sin adhesivo	1
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	2
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 500 cm 14,5 cm tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	12
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Lija, raspador para electrobisturí similar al utilizado en la OSI (SAP 2149098)	1
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Batea de plástico de 500 ml	2
	Jeringa 20 ml Luer, Jeringa graduada s/aguja s/látex 3 c luer (SAP 2138402)	1
	Hoja de Bisturí de nº 11, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314649)	2
	Hoja de Bisturí de nº 22, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314651)	2
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm aprox.	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Cánula de aspiración yankauer flexible 22fr 25 cm aprox., similar a la utilizada en la OSI, 22/8 CH (SAP 2139780)	1
	Cánula de aspiración yankauer flexible 12fr 25cm aprox., similar a la utilizada en la OSI, 12/8 CH (SAP 2139784)	1
	Jeringa 50 ml cono Ancho, similar a la utilizada en la OSI (2138375)	1
	Cinta de cierre universal 2,5 x 14 cm aprox.	2
	Contador de agujas con extractor hoja bisturí 20 agujas, similar al utilizado en la OSI (SAP 2232155)	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.22 Equipo FAVI	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzada	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox no reforzado	2
	Paño de mesa plegado 100 x150 cm aprox	1
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Batea de plástico de 500 ml	1
	Cinta de cierre universal 2,5 x 14 cm aprox	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm aprox	1
	Jeringa 20 ml Luer, Jeringa graduada s/aguja s/látex 3 c luer (SAP 2138402)	1
	Jeringa 10 ml Luer, Jeringa graduada s/aguja s/látex 3 c luer (SAP 2138395)	1
	Bisturí eléctrico desechable: Terminal electrobisturí con cable 500 cm 14,5 cm tres polos Valleylab similar al utilizado en la OSI (SAP 2145087)	1
	Lija, raspador para electrobisturí similar al utilizado en la OSI (SAP 2149098)	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Cánula de aspiración yankauer flexible 12fr 25cm, similar ala utilizada en la OSI, 12/8 CH (SAP2139784)	1
	Hoja de Bisturí de nº 22, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314651)	1
	Hoja de Bisturí de nº 11, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314649)	1
	Aguja hipodérmica 23 G x 25 mm aprox.	1
	Aguja hipodérmica 19 G x 25 mm aprox.	1
	Sábana de Mano en T. Sábana de mano 196 cm x 373 cm aprox, cubre brazos de 135 x 163cm aprox , refuerzo de 43 x 86 cm aprox, fenestración elástica con diámetro de 3 cm aprox.	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.23 Equipo Ileo Femoro Poplíteo	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	1
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzado	1
	Bata quirúrgica L 125cm aprox reforzado	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm aprox	2
	Bolsa para instrumental 3 compartimentos 28 cm x 48 cm aprox	2
	Batea de plástico de 500 ml	1
	Jeringa 20 ml Luer 2 piezas, similar a la utilizada en OSI (SAP 2318402)	1
	Hoja de Bisturí de nº 22, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314651)	1
	Hoja de Bisturí de nº 11, similar a la utilizada en OSI (SAP 2314649)	1
	Cinta de cierre universal 2,5 x 14 cm aprox	1
	Paño quirúrgico en U con adhesivo. Paño: Largo 300cm aprox, Ancho 220cm aprox; U 15 cm aprox ancho x 100 cm aprox largo; refuerzo: 58cm aprox de ancho y 100cm aprox largo	1
	Paño quirúrgico c/adhesivo 240cm x 150 cm aprox	1
	Stockinette 30 x 120 cm aprox impermeable.	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

1.24 Equipo EndoVascular	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 200 cm aprox	2
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox reforzado	1
	Bata quirúrgica L 125 cm aprox reforzado	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	6
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Jeringa 20 ml Luer, Jeringa graduada s/aguja s/látex 3 c luer (SAP 2138402)	3
	Jeringa de tres cuerpo Luer-Lock 20 ml	2
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm aprox	1
	Funda para mando a distancia 11 x 32 cm aprox	1
	Bisturí de seguridad n 11.	1
	Fundas Rx 75 cm x 90 cm aprox	2
	Plástico con adhesivo en la parte superior 60 x 60 cm aprox	2
	Gel lubricante para ultrasonidos de 20 ml	1
	Funda Ecógrafo 15 x 250 cm aprox	1
	Campo Angiografia Radial. Campo para anfiografía radial, con dos fenestraciones radiales adhesivas de 7x5cm aprox y doble fenestración femoral con zona adhesiva de 16x16 cm aprox de diámetro y abertura de 7,5 cm aprox. Paneles laterales transparentes a ambos lados de la sábana paciente, con refuerzo superabsorvente en forma de T. Ancho total 230cm aprox; Largo total 350 cm aprox; Ancho bandas polietileno 55 cm aprox; absorvente 230/120x180 cm aprox;adhesivos femorales 16x16 cm aprox; diámetro área de incisión 12,5 cm aprox; abertura área de incisión 7,5cm aprox; adhesivo radiales 12x14cm aprox; fenestras radiales 7x5 cm aprox.	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

1.25 Equipo Artroscopia Hombro sentado	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 190 cm aprox	1
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzado	1
	Bata quirúrgica XL 147 cm aprox reforzada	2
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Compresas de gasa RX 45 x 45 cm	3
	Gasas RX 10 x 10 cm	10
	Bisturí se seguridad n 11.	1
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm aprox	1
	Tubo de aspiración conec. H EST 6*8,5MM 300CM, similar al utilizado en la OSI código (SAP 2138986)	1
	Cubremesa quirúrgico reforzado 100 x 150 cm aprox	1
	Paño sin adhesivo 75 x 90 cm aprox	1
	Paño con adhesivo 75 x 90 cm aprox	1
	Bolsa colectora de fluidos adhesiva de 50 x 55 cm aprox	1
	Paño quirúrgico en U. Campo quirúrgico con fenestra vertical en U con adhesivo,Trilaminado o bilaminado con refuerzo. Paño: Largo 260 cm aprox Ancho 220 cm aprox. Medida de la U: 6 x 90 cm aprox. Zona de refuerzo 60 x 100 cm aprox x 195 cm aprox.	1
1.26 Equipo Oftalmología	Cubremesa quirúrgico reforzado 150 x 190 cm aprox	1
	Bata quirúrgica M 115 cm aprox no reforzado	1
	Bata quirúrgica L 125cm aprox no reforzado	2
	Cinta adhesiva de 10 x 50 cm aprox	1
	Toalla celulosa 30 x 34 cm aprox	8
	Batea de plástico de 500 ml	1
	Gasas RX 10 x 10 cm	20
	Batea de plástico de 250 ml	1
	Paño de oftalmología 150 x 250cm aprox con área de incisión y bolsa bilateral	1

*Cuando se dice pasa-tubos pueden ser velcros a parte

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
2	**FUNDA QUIRÚGICA TRANSPARENTE**
Uso	Para pernera que permite la visión clara del posicionamiento de las piernas del paciente

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
3	**BOLSA PARA FLUIDOS**
Uso	Recolectar los fluidos generados en la intervención

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
4	**ALFOMBRA ABSORBENTE PARA SUELO DE QUIRÓFANO**
Uso	Evitar el encharcamiento del quirófano en intervenciones en las que se requieren grandes volúmenes de suero

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Lote 1 Cobertura quirúrgica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL MATERIAL

❖ **Todo el material suministrado deberá cumplir los siguientes requisitos:**

- Estéril
- Libre en su composición de ingredientes tóxicos, olores nocivos y tintes no indelebles.
- Exentos de látex, PVC y Ftalatos.
- Identificación del método de esterilización utilizado.

❖ **Batas Quirúrgicas**

- Deberán cumplir con lo establecido en la norma UNE-EN 13795-1:2020 o equivalente. Dicho cumplimiento deberá ser certificado por un test de un Laboratorio Externo homologado.
- Batas selladas en frío o termoselladas a fin de garantizar una mayor seguridad de uso. Mangas cosidas o termoselladas.
- Las batas deberán desplegarse para su colocación sin necesidad de sacudidas.
- Repelentes a los líquidos (hidrófobas) pero permeables al aire (transpirables).
- Las mangas deberán estar rematadas con puños elásticos de poliéster ajustables a las muñecas, de unos 6-10 cm. de longitud aproximadamente.
- El escote redondo ajustable anatómicamente al cuello.
- La bata deberá ser ajustable en su parte posterior, mediante cintas y solapada en la espalda.
- En las batas reforzadas, los refuerzos impermeables, en mangas y delantera. El sellado o termosellado debe de realizarse en todo el perímetro del refuerzo.
- Resistente al desgarro, perforación, torsión o abrasión.
- Tratamiento antiestático, tratamiento hidrófobo.
- Que desprenda el mínimo de partículas.
- Con sistema de identificación visual y claro, según sea bata estándar o reforzada y su talla.

❖ **Paños y Campos quirúrgicos.**

La cobertura quirúrgica ofertada tiene que tener las siguientes características:

- Los equipos deben estar envueltos en un paño de mesa impermeable, reforzado, de dimensión adecuada para cubrir la mesa quirúrgica principal. La resistencia del paño de mesa será objeto de evaluación.
- Los paños deberán cumplir con lo establecido en la norma UNE-EN 13795-1:2020 o equivalente. Dicho cumplimiento deberá ser certificado por Test de Laboratorio Externo a la Empresa.
- Los paños deberán cumplir con lo establecido en la norma UNE-EN ISO 11810:2025 o equivalente de resistencia al láser.
- Adaptables.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

- En el caso de presentar materiales con refuerzos en área crítica, éstos deben ser de tejido-sin-tejer, adhesivo sólo en su perímetro.
- Debe resistir al desgarro, la perforación, la torsión y la abrasión.
- Identificación de método de esterilización utilizado.
- Impermeable y absorbente en su totalidad.
- Sin costuras.
- En los paños quirúrgicos con adhesivo, éste deberá ser hipoalergénico, libre de látex y con borde adhesivo que no se despegue con facilidad al contacto con los líquidos y demás fluidos, incluyendo soporte de papel satinado para cubrir el borde adhesivo en su totalidad y suficientemente fuerte para que no se rompa en su retirada.
- Cobertura preferentemente exenta de celulosa para una menor emisión de pelusas.
- Desprendimiento mínimo de partículas.
- Las medidas de los componentes de cobertura solicitadas son aproximadas.

De tejido bilaminado/bicapa o trilaminado/tricapa, con o sin refuerzo, en función de las necesidades del procedimiento.

➢ **Material trilaminado/tricapa compuesto de:**

- Capa superior de polipropileno con capacidad de absorción de líquidos.
- Capa intermedia de polietileno (impermeable a líquidos y gérmenes).
- Capa extra inferior (en contacto con paciente) de polipropileno que evite el contacto con la película de polietileno. Esta capa de confort debe extenderse a lo largo de toda la superficie.
- Incorporación de refuerzos súper absorbentes en el área crítica de aquellas sábanas empleadas en cirugías con alto nivel de fluidos.

➢ **Material de tejido bilaminado/bicapa:**

Material bilaminado compuesto de:

- Capa superior de polipropileno con capacidad de absorción de líquidos.
- Capa inferior de polietileno (impermeable a líquidos y gérmenes).
- Incorporación de refuerzos súper-absorbentes en el área crítica de aquellas sábanas empleadas en cirugías con alto nivel de fluidos.

No será válido para sábanas y paños el bilaminado formado por polietileno + tisú de papel por su bajo nivel de absorción y resistencia a la tracción.

❖ **La marca y modelo del fungible asociado es orientativo, debiendo de presentar el licitador mínimamente componentes de calidad igual o superior a la solicitada (en el caso de que se solicite una referencia concreta).**

CARACTERISTICAS ETIQUETADO Y ENVASADO

1. El etiquetado de los productos debe cumplir con el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y el REGLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios.

2. En los equipos quirúrgicos, el embalaje y la sucesión de los componentes deberán garantizar la correcta utilización según las normas de asepsia, garantizando la resistencia a altas temperaturas.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

3. El envase deberá ser individual por equipo, estéril, de fácil apertura y que no ponga en riesgo la pérdida de esterilidad a su apertura y contener todo el material solicitado. La apertura deberá ser de solapa, pestaña o sistema de rasgado que en ningún caso ponga en riesgo la pérdida de esterilidad al abrirlo.

4. En cada envase unitario de producto deberá estar perfectamente etiquetado y legible en español (que incluya el español si el etiquetado es multilingüe) o haciendo uso de simbología internacional armonizada. La etiqueta deberá contener, al menos, la siguiente información:
   - ✓ Referencia de producto/equipo.
   - ✓ Descripción de producto. Denominación del equipo.
   - ✓ Relación de todos sus componentes, medidas y unidades, en texto o por pictogramas, con distinción de refuerzos, adhesivos o preformas.
   - ✓ Marcado CE.
   - ✓ Nombre del fabricante (responsable del producto).
   - ✓ Marcaje de producto estéril.
   - ✓ Símbolo del método de esterilización.
   - ✓ Símbolo o marcaje de uso único (desechable).
   - ✓ Número de lote.
   - ✓ Fecha de caducidad.
   - ✓ Se debe incluir en el etiquetado de cada producto, además de toda la información de obligado cumplimiento en formato humanamente legible, un código de barras o código bidimensional (QR o Datamatrix) que contenga el GTIN128 o UDI (según corresponda) específico de cada producto.
   - ✓ Todas aquellas precauciones adicionales que el fabricante considere para su correcto uso.

GESTIÓN LOGÍSTICA

Los licitadores deberán presentar **un proyecto logístico y de asistencia postventa** que comprenda, al menos:

- ➢ **Distribución y Almacenamiento**

1. Las entregas se harán en la Central de Esterilización del Hospital de Galdakao-Usansolo en el horario y condiciones pactadas con la responsable de la misma y se realizará con la frecuencia necesaria para garantizar la disponibilidad de cobertura en las intervenciones programadas y urgentes. No obstante, además de en la Central de Esterilización podrán ser suministradas en el Almacén General y/o en otros Centros de la OSI Barrualde-Galdakao ESI.
   En todo caso, el plazo de entrega del material será entre 48 y 72 horas desde la comunicación del pedido.
   Las entregas irán acompañadas de albarán en el que se especifique la descripción y el número de unidades suministradas. En el caso de pedidos a entregar en el Almacén General deberán indicar además el número de pedido.

2. Los equipos deberán entregarse de tal forma que se garantice la integridad y esterilidad de los mismos.

3. El adjudicatario deberá adecuar las instalaciones destinadas y facilitadas por la OSI Barrualde-Galdakao ESI para el correcto almacenaje de los equipos adjudicados, aportando para ello el mobiliario necesario, sistemas de gestión y control tanto en la Central de Esterilización como en el área quirúrgica.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

4. Ha de garantizarse la identificación correcta del artículo en la estantería mediante etiqueta segura y en la que figure, al menos, el código de la OSI Barrualde-Galdakao ESI, la referencia del proveedor y una breve descripción del producto.

5. La OSI Barrualde-Galdakao ESI indicará el stock máximo y mínimo de cada uno de los equipos en función de las necesidades quirúrgicas.
   La empresa adjudicataria se encargará de la gestión integral de dicho stock, siendo su responsabilidad la reposición del mismo y la gestión de las caducidades.
   La empresa adjudicataria depositará todos los equipos **en consigna** de forma que la OSI Barrualde-Galdakao ESI sólo abonará los equipos realmente consumidos. En el caso de que la entrega se realice, mediante pedido, en el Almacén General o en otros centros de la OSI Barrualde-Galdakao ESI, los equipos no se gestionarán en consigna y se abonarán los efectivamente entregados.

6. En el momento de ejecutarse el suministro, las empresas adjudicatarias, proporcionarán los materiales en paquetes únicos que contendrán los productos definidos para cada equipo según los componentes y las cantidades especificadas.

7. La empresa adjudicataria deberá garantizar la disponibilidad de los productos por lo que se comprometerá a mantener en sus instalaciones un stock de seguridad de, al menos, dos meses de consumo medio de todos los artículos y equipos.

8. La composición de estos equipos únicos podrá variar a lo largo de la vida del contrato, tanto en tallas o medidas como en composición, según las necesidades que vayan dándose en los distintos servicios y que se acordarán con la empresa adjudicataria y deberá ser validada a partir de la ficha técnica correspondiente, desde el Departamento de Compras de la OSI Barrualde-Galdakao ESI. El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de dos meses desde la conformidad de las modificaciones aprobadas por la OSI Barrualde-Galdakao ESI para su incorporación al Centro.
9. En el supuesto de producirse una rotura de stock de algún equipo, el adjudicatario deberá comunicarlo a la OSI Barrualde-Galdakao ESI con la antelación suficiente para poder tomar las medidas adecuadas y así mantener la continuidad asistencial. Además, tendrá obligación de ofrecer una alternativa de igual o mejor calidad, sin variación de precio, que previamente deberá ser validada a partir de la ficha técnica correspondiente, desde el Departamento de Compras de La OSI Barrualde- Galdakao ESI.

10. El adjudicatario dispondrá en la Central de Esterilización de una dotación de material suelto para responder a posibles eventualidades, compuesto por paños, cubremesas, sábanas, cintas adhesivas, etc… de distintas medidas. Siendo las cantidades estimadas anuales las que a continuación se detallan:

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

DESCRIPCION DE MATERIAL	CANTIDADES ANUALES
MEDIA CORTA	350
PAÑO QUIRÚRGICO 75X75CM CON ADHESIVO	8.500
CINTA ADHESIVA FIJACION COBERTURA QUIRÚRGICA 10X50CM	2.700
BOLSA AUXILIAR INSTRUMENTAL ADHESIVA 2 BOLSILLOS 38X43CM	1.700
PAÑO MESA REFORZADO 150X240CM	900
PAÑO MESA REFORZADO 150X190CM	600
PAÑO SIN ADHESIVO 75X90CM	4.800
PAÑO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO REFORZADO 150X240CM	1.700
PAÑO QUIRÚRGICO CON ADHESIVO REFORZADO EN FORMA DE "U" 225X280CM	300
BOLSA INSTRUMENTAL LAPAROSCOPIA 3 COMPARTIMENTOS 28X48CM	1.750
PAÑO QUIRURGICO 2 CAPAS ADHESIVO ABSORBENTE/IMPERMEABLE ESTERIL 50X50CM	150

Las cantidades de este material suelto, como se ha indicado con anterioridad, son estimativas por lo que consumir una cantidad mayor o menor no generará resarcimiento alguno por ninguna de las partes. El material suelto deberá gestionarse al igual que el resto de los equipos de cobertura para una mejor gestión y control de stock.

11. Mensualmente la OSI Barrualde-Galdakao ESI procederá a abonar los equipos realmente consumidos y será por cuenta del adjudicatario el material suelto consumido y depositado en la Central de Esterilización.

12. Periódicamente, se analizarán la correspondencia entre los equipos y material suelto suministrados y los consumidos.

13. La entrega de los equipos en la Central de Esterilización, se realizará sin ningún tipo de embalaje, siendo la empresa adjudicataria la encargada de su retirada, tratamiento y reciclado por un gestor autorizado.

- **Sistema de Gestión automatizado.**

La empresa adjudicataria aportará un sistema informatizado de gestión logística que permitirá realizar como mínimo las siguientes tareas:

- ✓ Sistema de control y gestión de stock totalmente automático, sin necesidad de interacción humana, para la realización de lecturas de material y gestión de stock donde se automaticen los inventarios en tiempo real y que garantice la disponibilidad de los equipos y materiales en todo momento.

- ✓ El sistema deberá posibilitar la explotación de la información en tiempo real y en todo momento de los stocks, control de caducidades, movimientos y datos de consumo.
- ✓ Deberá ser compatible con los sistemas informáticos existentes en la OSI

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

Barrualde-Galdakao ESI y el software a utilizar deberá estar disponible para los usuarios en cualquiera de los equipos de la red de la Organización.
Además, deberá de disponer de una solución de seguridad informática para los casos de caída del sistema, pérdida de datos, pérdida de red… así como el mantenimiento de hardware y software de la solución informática implantada y sus actualizaciones futuras.

Lote 2 Funda quirúrgica transparente
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL MATERIAL

- Fundas estériles.
- Libres de látex.
- Que permita la visión clara del posicionamiento de las piernas del paciente, es decir, de material transparente.
- Medidas 142 x 79 cm aproximadamente.
- Material de PVC o similar.

Lote 3 Bolsa para fluidos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL MATERIAL

- Bolsas Estériles.
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos.
- Exenta de látex.
- Material de PVC o similar.
- Con solapa para colocar debajo de las nalgas.
- Pantalla de malla para capturar piezas.
- Solapa para asegurar alrededor de los marcos.
- Manguera de PP corrugada extensible de 22mm de diámetro exterior aproximadamente.
- Deberá adaptarse a un aro de 71 x 84 cm.

Lote 4 Alfombra absorbente para suelo de quirófano
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL MATERIAL

- Tamaño aproximado 140 X 70 cm.
- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos.
- Exenta de látex.
- Marco perimetral de PVC o similar.
- Capa superior hidrofílica de 90gr./ m2 aprox.
- Capa interna de poliéster densidad 30 g/ m2 aprox.
- Bolsa de lámina de PUR 75 µm.
- Con conexión al vacío para absorber, aspirar y drenar al sistema de vacío de quirófano.
- No emisión de pelusas.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)