Pliego de prescripciones técnicas para Suministro de material para el Servicio de Neumología de la OSI Barrualde Galdakao
2025/00881

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 2
II. ASPECTOS LEGALES 2
III. VALOR ESTIMADO 3
ANEXO I Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 4

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende la adquisición de material sanitario, así como la puesta a disposición en régimen de cesión del equipamiento necesario, para cumplimentar las necesidades actuales del Servicio de Neumología de la OSI Barrualde-Galdakaoko ESI.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas que regirán la contratación para el suministro de los materiales que se precisan y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

Los productos objetos de contratación se consideran necesarios para la prestación de asistencia sanitaria en el OSI Barrualde-Galdakaoko ESI y comprenderán, al menos:

1. Material fungible necesario.
2. Puesta a disposición y sin cargo, durante el periodo de vigencia del contrato, del equipamiento necesario según las características que se indican en el Pliego.
3. Mantenimiento integral del equipamiento en cesión.
4. Formación necesaria.

II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado **CE** de los mismos.

Con objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes, a los profesionales sanitarios que utilicen los productos sanitarios y a OSAKIDETZA- S.V.S., asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberá reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado, autorizaciones y tarjetas de implantación. Para una mayor información pueden consultar en

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/prodsanitarios/legislacion-sobre-productos-sanitarios/

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/implantables/

https://www.aemps.gob.es/productossanitarios_registros_implantables/

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

III. VALOR ESTIMADO

El **valor estimado** del presente expediente es:

PERIODOS	IMPORTE MÁX IVA EXC
Presupuesto máximo contrato inicial TRIANUAL SIN IVA	524.863,00
Presupuesto previsto para modificaciones 20% SIN IVA	104.972,60
Presupuesto prórroga **2 años** SIN IVA	419.890,40
Valor estimado del expediente SIN IVA	**1.049.726,00**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

ANEXO I Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- La agrupación de diferentes artículos en un solo lote con adjudicación a un único licitador obedece a la necesidad de mantener una uniformidad y coherencia en el suministro de los materiales fungibles utilizados para una misma técnica y/o en un único equipo.
- Las medidas en todos los lotes serán aproximadas.

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Número de Unidades 3 AÑOS	Presupuesto Estimado sin IVA	Procede entregar muestras	Nº unidades a entregar	Equipo en cesión
LOTE 1	KIT MEDIDOR OXIDO NÍTRICO	UND	3.000,00 €	48	144.000,00 €			SI
	Características de obligado cumplimiento: • Sensor precalibrado desechable para al menos 300 mediciones. • Rango de medición del FENO: 5-300ppb • Tiempo de exhalación de al menos 10 seg. • Filtros libres de látex y PVC. • No consumirá ninguna determinación de óxido nítrico si se agotan todas las sesiones y no se ha conseguido maniobra válida. Equipo en cesión La empresa adjudicataria deberá poner a disposición de la OSI los equipos para evaluar la inflamación de las vías respiratorias que resulten necesarios para cubrir las necesidades del Servicio de Neumología en los diferentes centros, con las siguientes características: • Deberá ser portátil y con un peso <2,4 Kg. • Deberá estar equipado para niños y adultos con su software correspondiente y actualizaciones necesarias y gratuitas. • En caso de fallo en el software o en el equipo, el adjudicatario deberá proporcionar un equipo de sustitución dentro de las siguientes 24h.							

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Número de Unidades 3 AÑOS	Presupuesto Estimado sin IVA	Procede entregar muestras	Nº unidades a entregar	Equipo en cesión
LOTE 2	FILTRO BACTERIANO ESPIRÓMETRO	UND	1,14 €	39.000	44.460,00 €	SI	3	SI

Características de obligado cumplimiento:

- Filtro para bacterias y virus acoplable al espirómetro y pruebas de función respiratoria
- Sin látex ni ftalatos.
- Mínima resistencia al flujo
- Boquilla integrada adultos / pediatría. Compatible con todo tipo de equipamiento
- Posibilidad de uso con boquillas de silicona.

La empresa adjudicataria deberá poner a disposición de la OSI 3 módulos de oscilometría forzada IOS, con las siguientes características:

- Brazo estativo para la sujeción del medidor de volumen y generador de flujos
- Técnica de oscilación por impulsos con análisis en el dominio del tiempo, multifrecuencia con diferenciación de resistencias centrales/periféricas/extratorácicas
- Análisis en tiempo real con promediado de valores, al menos 2 determinaciones multifrecuencia por segundo
- Modelo funcional en pantalla con indicación gráfica de resistencias centrales/periféricas
- Posibilidad de realizar maniobras basales y a capacidad vital inspiratoria o espiratoria
- Integrable en el equipo de función pulmonar existente
- Compatible con las bases de datos de pacientes y pruebas existente en el servicio

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Número de Unidades 3 AÑOS	Presupuesto Estimado sin IVA	Procede entregar muestras	Nº unidades a entregar	Equipo en cesión
LOTE 3	CIRCUITO RESPIRATORIO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA Y ALTO FLUJO	UND	42,24 €	450	19.008,00 €	SI	2	
	Características de obligado cumplimiento: • Compatible con los ventiladores V60PLUS y humidificadores VIVO65 del Servicio de neumología • Con sonda térmica en línea inspiratoria • Con válvula de fuga y línea de presión • Tubo adicional de conexión y cámara de humidificación desechable • Puerto exhalatorio • Desechable, sin látex. • Longitud 150cm y diámetro 22mm aprox.							

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Número de Unidades 3 AÑOS	Presupuesto Estimado sin IVA	Procede entregar muestras	Nº unidades a entregar	Equipo en cesión
LOTE 4	MASCARILLAS PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA Y ALTO FLUJO				**46.800,00 €**			
4.1	MASCARILLA ORONASAL BAJO NARIZ CON VÁLVULA ANTIASFIXIA FUGA INTENCIONADA DIFERENTES MEDIDAS	UND	60,00 €	360	21.600,00 €	SI	2	
4.2	MASCARILLA ORONASAL SOBRE NARIZ CON VÁLVULA ANTIASFIXIA FUGA INTENCIONADA DIFERENTE MEDIDAS	UND	60,00 €	300	18.000,00 €	SI	2	
4.3	MASCARILLA ORONASAL BAJO NARIZ SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA FUGA INTENCIONADA DIFERENTES MEDIDAS	UND	60,00 €	120	7.200,00 €	SI	2	
	Características de obligado cumplimiento: • Válvula antiasfixia integrado para los sublotes 4.1.y 4.2 • Codos intercambiables • Conexión a dispositivo de nebulizador en el propio codo • Sonda con línea de presión • Arnés con clips de enganche • Medidor de tallas • Desechable. Sin látex. • Medidas XS, S, M y L							

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Número de Unidades 3 AÑOS	Presupuesto Estimado sin IVA	Procede entregar muestras	Nº unidades a entregar	Equipo en cesión
LOTE 5	DRENAJE TUNELIZADO				**59.550,00 €**			
5.1	EQUIPO CATÉTER DRENAJE PLEURAL	UND	400,00 €	24	9.600,00 €	SI	1	
5.2	EQUIPO DRENAJE PLEURAL RECAMBIO BOTELLA DIFERENTES TAMAÑOS	UND	77,50 €	630	48.825,00 €	SI	1	
5.3	EQUIPO ACCESO CATÉTER PLEURAL P/TOMA MUESTRA/MANTENIMIENTO	UND	37,50 €	30	1.125,00 €	SI	1	

Características de obligado cumplimiento:

5.1 Equipo catéter drenaje pleural

- Constará de un Catéter pleural de silicona de 15,5F aprox., con una línea de sulfato de bario fenestrado en su extremo distal, que incluya un manguito de poliéster y una válvula de seguridad en su extremo proximal.
- Para ser tunelizado en tejido subcutáneo y que sea radiopaco.
- Contendrá el material necesario para la implantación mediante la técnica de Seldinger, y para el drenaje del paciente

5.2 Equipo drenaje pleural recambio botella

- Botella de vacío de plástico conectada a un tubo de drenaje con regulador de flujo. Para recoger líquido a través de catéter pleural implantado en tórax.
- Capacidad mínima de 500cc, con medidas antirreflujo. Transportable y manejable a nivel domiciliario.
- Contendrá el material necesario para el procedimiento (apósito autoadhesivo, guantes, tapón para la válvula del catéter, pinza deslizable de emergencia azul, 4 compresas de gasa de 10x10cm. aprox., almohadilla de espuma para el catéter.

5.3 Equipo acceso catéter pleural para toma de muestras y mantenimiento del catéter.

- Contendrá el material necesario para la implantación mediante la técnica de Seldinger, y para el drenaje del paciente

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Número de Unidades 3 AÑOS	Presupuesto Estimado sin IVA	Procede entregar muestras	Nº unidades a entregar	Equipo en cesión
LOTE 6	EQUIPO DRENAJE PLEURAL DE 4 A 8 ORIFICIOS				**45.645,00 €**			
6.1	EQUIPO DRENAJE PLEURAL DIFERENTES MEDIDAS	UND	91,00 €	345	31.395,00 €	SI	2	
6.2	EQUIPO DE CATÉTER TORÁCICO	UND	95,00 €	150	14.250,00 €	SI	2	
	Características de obligado cumplimiento: 6.1 Equipo para drenaje pleural. Componentes: • Catéter no centimetrado tipo "pigtail" fino para técnica de Seldinger. Diferentes medidas. Al menos 8,5 F (15 cm) y 10,2 Fr (15) aprox., con 6 orificios laterales • Aguja: Calibre – 18. Longitud – 7 cm aprox. • Guía: Diámetro – 0,028 pulgadas. Longitud – 40 cm. Radio de curvatura de la punta – 2 mm aprox. • Dilatador • Adaptador Luer lock macho • Llave de paso de tres vías 6.2 Equipo de catéter torácico para drenaje de colecciones pleurales extensas y espesas con orificios laterales, diferentes medidas. Componentes: • Aguja introductora calibre 18 G • Guía de amplatz ultra rígido diámetro – ,038 pulgadas acero inoxidable. • 3 dilatadores radiopacos • Introductor de tubo torácico radiopaco • Tubo torácico. Cloruro de polivinilo con banda radiopaca • Bisturí • Tubo torácico de diferentes medidas al menos 16,0 F 41 cm aprox. con 4 orificios laterales							

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Número de Unidades 3 AÑOS	Presupuesto Estimado sin IVA	Procede entregar muestras	Nº unidades a entregar	Equipo en cesión
LOTE 7	CÁMARA COLECTORA PARA DRENAJE TORÁCICO	UND	38,75 €	1.400	54.250,00 €	SI	2	
	Características de obligado cumplimiento: • Drenaje torácico de tres cámaras • Para pacientes adultos y pediátricos. • Capacidad de recolección de 2.100 ml aprox. • Con escalado • Con puerto de toma de muestras autosellante • Con colgador para transporte • Desechable. Sin látex ni PVC							

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Número de Unidades 3 AÑOS	Presupuesto Estimado sin IVA	Procede entregar muestras	Nº unidades a entregar	Equipo en cesión
LOTE 8	FIBROBRONCOSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE DE DIFERENTES TAMAÑOS	UND	305,00 €	270	82.350,00 €	SI	1	SI

Características de obligado cumplimiento:

- Botón en el mango para foto y video
- Sistema de fijación TET
- Conectable o compatible con monitor portátil
- Estéril. De un solo uso
- Campo visión 120°
- Longitud de trabajo 600mm
- Diferentes tamaños, al menos los siguientes rangos:
- Canal Ø trabajo 2,8mm, Ø diámetro externo 5,6 mm, punta distal 195° arriba y 195° hacia abajo
- Canal Ø trabajo 2,2mm, Ø diámetro externo 5,0 mm, punta distal 195° arriba y 195° hacia abajo.
- Canal Ø trabajo 2,2mm, Ø diámetro externo 4,2 mm, punta distal 210° arriba y 210° hacia abajo.

Equipo en cesión: El adjudicatario deberá poner a disposición de la OSI 4 monitores portátiles para los servicios de Neumología, Medicina Intensiva, Anestesia y Reanimación, con las siguientes características:

- Resolución de al menos 1.920 x 1080 pixeles. FULL HD
- Pantalla en color LCD TFT menor o igual a 12,8”
- Capacidad almacenamiento interno mínima de 32GB
- ZOOM con botón en el monitor
- Salida de vídeo HDMI. Salida de video digital para mostrar imagen en tiempo real.
- Dos conexiones USB 3.0 para exportación de datos.
- Posibilidad de conectividad con el PACS mediante protocolo DICOM
- Posibilidad de fuente de alimentación eléctrica o por batería recargable con una duración mínima de al menos 180 minutos

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Número de Unidades 3 AÑOS	Presupuesto Estimado sin IVA	Procede entregar muestras	Nº unidades a entregar	Equipo en cesión
LOTE 9	ELECTRODO EEG-SUEÑO	UND	1,20 €	24.000	28.800,00 €	SI	2	
	Características de obligado cumplimiento: • Para grabación de EEG, ENG, EOG • Reposicionadle • Desechable • Libre de látex							

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)