

PRESKIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA, DEBAGOIENeko ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAN INTERBENTZIOAK EGITEKO ESTALDURA KIRURGIKOKO EKIPOAK HORNITZEKO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COBERTURA QUIRÚRGICA PARA LAS INTERVECCIONES EN LA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA DEBAGOIENA

EXPEDIENTE-ZENBAKIA/NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2025/01271

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las siguientes necesidades:

- 1.1 El suministro de la cobertura quirúrgica para las intervenciones en la Organización Sanitaria Integrada DEBAGOIENA (a partir de ahora OSI DEBAGOIENA).
- 1.2 Todos los materiales relacionados en cada uno de los equipos objeto del concurso vendrán incluidos en un mismo pack (**custom pack**).
- 1.3 Así mismo se incluirá dentro de cada pack el material fungible que se relaciona en la composición de los mismos (Anexo I).
- 1.4 La OSI Debagoiena determinará las características de los materiales fungibles que quiere que se incluyan dentro de los equipos (en alguno de ellos la OSI Debagoiena indicará cual es el material que se debe incluir).
- 1.5 En el Anexo I se describen los equipos necesarios (composición de los mismos y fungible a incluir dentro de cada equipo). El número podrá variar en función de las intervenciones reales efectuadas.
- 1.6 Las medidas de los campos son orientativas

2.-REQUISITOS NORMATIVOS

- Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
- Se deberá aportar del certificado de marcado CE en todos los productos ofertados.
- Los licitadores deberán aportar una declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente. En cualquier caso, deben cumplir con Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, y con el Reglamento 2017/45 Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, (por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo). Así mismo deberán cumplir con el RD 1591/2009 en los artículos no derogados por el RD 192/2023

- Con respecto a otra documentación aportar como las fichas técnicas de cada una de las referencias incluidas en cada uno de los equipos, en las que se indiquen los valores obtenidos en los test de conformidad con la norma UNE-EN 13795:2020, realizados por un laboratorio acreditado. Si los productos ofertados distinguen áreas críticas y menos críticas, se deben reseñar las características de ambas en conformidad con:
 - Resistencia a la penetración líquida (de acuerdo con UNE-EN 20811:1993)
 - Resistencia a la penetración microbiana en seco (de acuerdo con UNE-EN ISO 22612:2005)
 - Resistencia a la penetración microbiana en húmedo (de acuerdo con UNE-EN ISO 22610:2007)
 - Evaluación de la limpieza microbiana (de acuerdo con UNE-EN ISO 11737- 1:2007/AC:2009)
 - Resistencia a la rotura, longitudinal y transversal en seco (de acuerdo con UNE-EN 29073-3:1993)
 - Resistencia a la rotura, longitudinal y transversal en húmedo (de acuerdo con UNE-EN 29073-3:1993)
 - Resistencia a la tensión, longitudinal y transversal en seco (de acuerdo con UNE-EN ISO 13938-1:2000)
 - Resistencia a la tensión, longitudinal y transversal en seco (de acuerdo con UNE-EN ISO 13938-1:2000)

3. - LOTES : OBJETO

El expediente consta de 4 lotes .Ver las características de **cada lote en el Anexo I**

Lote 1 Equipos quirúrgicos

Están compuesto por 26 sub-lotes y se adjudicará a un solo licitador

Lote 2 Paquetes sueltos

Está compuesto por 15 sub lotes y son paquetes individuales, que será solicitado en caso de necesidad. El consumo de cada sub lote será independiente de los demás sub-lotes

Lote 3 Alfombra y Cubre Mesa

Está compuesto por 2 sub-lotes. El consumo de cada sub lote será independiente de los demás sub-lotes

1- ALFOMBRA

- Alfombra de suelo de doble cara
- Absorbente con capacidad de absorción de varios litros de fluidos.
- Antideslizante

2- CUBRE MESA

- Cobertor absorbente y aislante de humedad.
- Barrera antimicrobiana entre mesa y paciente.
- Impermeable.
- Bordes sellados para evitar fuga de fluidos.
- Resistencia a la tracción y roturas.
- Suave para la piel del paciente.
- Desechables.

Lote 4 Sábana de aislamiento vertical

Está compuesto por un solo lote

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL

Deberán de cumplir las siguientes características mínimas:

Para los lotes 1 y 2

La composición del material suministrado en los paños quirúrgicos será **como mínimo dos capas con refuerzo en la zona de incisión**

Batas Quirúrgicas:

- Exentas de materiales con ingredientes tóxicos, olores nocivos y tintes no indelebles.
- Exenta de látex.
- Identificación de método de esterilización utilizado.
- Batas realizadas con sellado en frío o en calor en mangas, hombros y pecho, y/o doble costura de seguridad a fin de garantizar una mayor seguridad de uso
- Comodidad de las batas y transpirabilidad al aire
- Las mangas deberán estar rematadas con puños elásticos preferiblemente de poliéster ajustables a las muñecas, de unos 6-10 cm. de longitud aproximadamente.
- El escote redondo ajustable anatómicamente al cuello.
- La bata deberá ser ajustable en su parte posterior, mediante cintas y solapada en la espalda.
- En las batas reforzadas, los refuerzos impermeables y preferiblemente transpirables, en pecho y mangas
- Se valorará la adecuación a la Norma ISO 11810 para la inflamabilidad y resistencia a la prestación de la radiación láser en cobertura utilizada en Cirugía láser
- Se valorará la certificación bajo Norma ISO 9001/2000. Sistema de Gestión de la Calidad Empresarial.
- Se valorará la certificación bajo Norma ISO 13485/2003. Sistema de Gestión de la Calidad en Productos Sanitarios.

Material desechable en paquetes

- Exentos de materiales con ingredientes tóxicos, olores nocivos y tintes no indelebles.
- Exenta de látex.
- Identificación de método de esterilización utilizado.
- Preferible impermeable y absorbente en su totalidad.
- Sin costuras.
- En los paños quirúrgicos con adhesivo, éste deberá ser hipoalergénico, libre de látex y con borde adhesivo que no se despegue con facilidad al contacto con los líquidos y demás fluidos, incluyendo soporte de papel para cubrir el borde adhesivo en su totalidad.

- Se valorará la adecuación a la Norma ISO 11810 para la inflamabilidad y resistencia a la prestación de la radiación láser en cobertura utilizada en Cirugía láser
- Se valorará la certificación bajo Norma ISO 9001/2000. Sistema de Gestión de la Calidad Empresarial.
- Se valorará la certificación bajo Norma ISO 13485/2003. Sistema de Gestión de la Calidad en Productos Sanitarios.

Para el lote 3

Alfombra de suelo

- Exenta de materiales con ingredientes tóxicos
- Exenta de látex
- Debe contar con un mínimo de doble capa siendo la superior absorbente para los fluidos además de duradera con los líquidos y la inferior debe ser antideslizante.
- No debe desprender pelusas.
- No debe tener medidas inferiores a entre 70-72X entre 150-200
- Se valorará la impermeabilidad de la capa inferior.
- Se valorará la resistencia a la rotura en situaciones de seco/ húmedo:
- Se valorará la cumplimentación de la Norma EN13795 para productos de un solo uso.

Recubrimiento mesa de quirófano

- Exenta de materiales tóxicos y tintes noindelebles
- Exenta de latex
- Absorbente y aislante de la humedad.
- No desprendimiento de fibras ni emisión de partículas.
- Tamaño no inferior a 100 x 220 cm
- Se valorará la capacidad de absorción de fluidos para mantener la superficie seca e impermeable.
- Se valorará el tiempo que tarda en aislar la humedad de la capa superior.
- Se valorará la resistencia mecánica a la tracción en condiciones tanto secas como húmedas.
- Se valorará la suavidad de la capa superior en contacto con la piel
- Se valorará la cumplimentación de los requisitos de la normativa EN 13975.

Para el lote 4

Sabana vertical

- Identificación del método de esterilización.
- Exenta de látex.
- Superficie impermeable.
- Tamaño entre 230-300 x entre 300-330.
- Se valorará la capacidad de aislamiento del campo quirúrgico.
- Se valorará la resistencia y adaptabilidad al campo quirúrgico.
- Se valorará el sistema de recogida de fluidos con que cuenta la sabana.
- Se valorará la cumplimentación de la norma EN 13795

En cuanto **al embalaje**:

- Deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y en el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por la que se regulan los productos sanitarios
- El envase deberá ser individual por equipo, estéril, de fácil apertura, y que no ponga en riesgo la pérdida de esterilidad a su apertura y contener todo el material solicitado.
- El envase deberá permitir la identificación de los componentes de los equipos en idioma español, así como tipo de esterilización, lote, fecha de caducidad y características.
- La entrega de los equipos en los bloques quirúrgicos, se realizará sin ningún tipo de embalaje de cartón no satinado.

5.- DISTRIBUCION INTERNA Y STOCKAGE

El material será entregado en el almacén de esterilización del Hospital Alto Deba. La periodicidad en las entregas, así como el stockage mínimo a mantener en el Hospital se establecerá una vez resuelto el concurso con el/los adjudicatarios resultantes en función de los equipos adjudicados a cada uno de ellos.

Los equipos deberán entregarse de tal forma que se garantice la integridad y esterilidad de los mismos.

Para los lotes 1 y 2

- El adjudicatario se encargará íntegramente de la organización de la distribución, gestión y control de los depósitos de materiales, quedando bajo su responsabilidad la reposición de los mismos.
- El adjudicatario deberá adecuar el equipamiento de estanterías y otro mobiliario necesario para el almacén ubicado en el bloque quirúrgico que deberá cumplir los requisitos de asepsia establecido en el hospital.
- El adjudicatario se compromete a mantener un stock de seguridad de dos meses de consumo medio.
- No se podrá realizar ningún cambio de componentes, ni de stockage, ni de distribución sin autorización del servicio de compras.

En el supuesto de autorizarse dichas variaciones en la composición de equipos, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de tres meses para su incorporación al centro. Las variaciones podrán afectar tanto a las medidas, en cuyo caso no se producirá variación en el precio adjudicado, como a la introducción de nuevos elementos ampliando la dotación inicial, que, si repercutiese en una variación de precio, el adjudicatario deberá justificar documentando el coste añadido.

En caso de cambio de adjudicatario, el centro se compromete a la adquisición de stockados correspondientes a estos dos meses de consumo medio.

En el supuesto de realizar variaciones en la composición de equipos, el centro se compromete a la adquisición del material stockado correspondiente a los dos meses de consumo medio y el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de tres meses para su incorporación al Centro.

En el caso de producirse una rotura de stock de algún equipo, el adjudicatario ofrecerá una alternativa de igual o mayor calidad, sin variación de precio, que previamente deberá ser validada a partir de la ficha técnica correspondiente, desde el departamento de compras en la Organización Sanitaria Integrada

- El adjudicatario se compromete a final de cada mes, **suministrar los datos de consumo de los equipos.**
- El adjudicatario deberá de proporcionar al hospital los medios necesarios para cotejar que los consumos mensuales, son los correctos

6.- ASISTENCIA POST VENTA

El adjudicatario proporcionará los medios necesarios para el control físico de los equipos y los depósitos suministrados.

El adjudicatario deberá plantear un plan de formación y garantizar la disponibilidad de personal con experiencia contrastada, para la asistencia y formación del personal quirúrgico para la correcta utilización del material.

7.- NORMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

Se deberán presentar 2 muestras de los siguientes equipos :

Lote 1 Equipos quirúrgicos

- Sub-lote 1 Artroscopia de Rodilla
- Sub-lote 2 Artroscopia de Hombro
- Sub-lote 4 Prótesis total cadera.
- Sub-lote 8 Laparoscopia Colon/Ginecología con perneras
- Sub-lote 10 Pie/codo
- Sub-lote 11 Otorrino
- Sub lote 14 Prótesis total rodilla
- Sub-lote 15 Universal
- Sub-lote 18 Cesárea
- Sub- lote 19 Intravitrreas
- Sub-lote 24 Partos
- Sub-lote 25 Clavo Gamma
- Sub-lote 26 Epidural

Lote 2 Paquetes sueltos

- Sub-lote 2 Campos quirúrgicos sin fenestrar con adhesivos 90x75
- Sub-lote 3 Campos quirúrgicos sin fenestrar sin adhesivos 90x75
- Sub-lote 4 Campos quirúrgicos fenestrados con adhesivos 90x75
- Sub-lote 5 Campos quirúrgicos fenestrados sin adhesivos 90
- Sub-lote 6 Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
- Sub-lote 8 Batas estándar sin reforzar talla L entre 120-130 cm y XL entre 130-140 cm

- Sub-lote 9. Batas reforzadas talla XXL
- Sub-lote 11 Sábanas en U C/ abertura entre 200-225 x entre 260 -300
- Sub-lote 12 Stokinette entre 22-36.5 x entre 72-80
- Sub-lote 13 Stokinette entre 30-35 x entre 116-122 cm
- Sub-lote 14 Sábanas con adhesivos 240 x 150
- Sub-lote 15 Chaquetillas diferentes tamaños

Lote 3 Alfombrilla-cubre mesa

- Alfombrillas absorbentes suelo para colocar debajo del lavabo entre 70-72x entre 150-200
- Cubre mesa para mesa quirúrgica del paciente entre 100-110 x 150x200

Lote 4 Sabana aislamiento

- Sabana aislamiento vertical entre 230-300 x entre 300-330

Las muestras **deberán estar debidamente identificadas con:**

- Número de expediente
- Número de lote y código de artículo
- Nombre de la empresa ofertante
- Referencia del artículo para el proveedor
- Oferta de que se trata (Base)

Las muestras deberán presentarse en las **condiciones óptimas de conservación** (envasado individual estéril). Se presentarán tal y como vaya a ser suministrado y deben ser depositadas en el departamento de suministros de la OSI Debagoiena

Las muestras **se deberán entregar** con el correspondiente albarán de entrega. **El último día** de presentación será el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas. Las empresas que no presenten muestras, quedarán **EXCLUIDAS del proceso**. Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para la OSI Debagoiena

MODELO DE ETIQUETA DE MUESTRA

Nº de expediente: <<***expediente***>>

Nº Lote: <<***lote***>>

Nombre empresa: <<***empresa***>>

Refª del proveedor: <<***Refª proveedor***>>

Oferta de que se trata: <<***Oferta***>>

8.- MODELO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO /FACULTAD DE INSPECCION

El órgano de contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto del contrato, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el cumplimiento de lo convenido.

La empresa adjudicataria está obligada a asumir los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación y/o distribución, si procede, y del transporte, entrega, gastos de instalación y formación del personal propio de las entidades destinatarias que el Órgano de Contratación determine.

Por parte de Osakidetza se establecerán los procedimientos para comprobar que los productos suministrados se ajustan a las especificaciones técnicas exigidas y adjudicadas.

En Arrasate-Mondragón

Fdo: Patricia Zubizarreta
(Supervisora bloque quirúrgico)

ANEXO I
Composición de los equipos
LOTE 1

SUB - LOTE 1: EQUIPO ARTROSCOPIA RODILLA	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana de artroscopia entre 200-220 x 320 cm con bolsa recolectora, fenestración elástica y velcro
1	Sábana en U adhesiva reforzada entre 200-225 x entre 280-310 cm con U de entre 10-15 x entre 95-100 cm,
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
1	Stokinette entre 22-35 x entre 75-90
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Bata quirúrgica reforzada talla XL
8	Toallitas de secado
6	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
2	Goma aspiración entre 270-300x entre 6-8,5
5	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
1	Hoja bisturí nº 11
1	Aguja hipodérmica intramuscular 21G entre 38-40mm
1	Grapadora de piel
1	Contador de punzones

SUB - LOTE 2: EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
2	Sábana adhesiva entre 175-180 x entre 150-180 cm
1	Sábana en U elástica adhesiva entre 220-225 x 280 cm con U de entre 10-15 x entre 60-80 cm
1	Sábana en U adhesiva reforzada entre 220-230 x entre 280-310 cm con U de entre 10-15x entre 95-100 cm,
1	Sábana en U elástica adhesiva con bolsa recolectora entre 240- 250 x 170 con U de 15 x 45-50 cm
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
1	Paño adhesivo 75 x 90 cm
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
8	Toallita celulosa
5	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
2	Goma aspiración entre 270-300x entre 6-8,5
10	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
1	Hoja bisturí nº 11
1	Catéter periférico venoso 45-50 mm corto 14G
1	Grapadora de piel

1	Contador de punzones
SUB - LOTE 3: EQUIPO CADERA/HOMBRO ABIERTO	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
2	Sábana en U adhesiva reforzada entre 200-220 x 260 cm con U de entre 6,5-7 x entre 95-102 cm
2	Sábana adhesiva reforzada 240 x entre 150-175 cm
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
1	Cubre mesas reforzado entre 190-200cm x 150 cm
1	Stockinette entre 30-35 x entre 116-122 cm
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
8	Toallitas de secado
6	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
2	Hojas de Bisturí nº 23
1	Grapadora de piel
1	Bisturí Eléctrico
1	Boquilla aspirador yankauer CH18 entre 240-280 <u>con Control de succión</u>
10	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
1	Contador de agujas
1	Pintor de capsulas (1 capsula de 250)
1	Goma aspiración entre 270-300x entre 6-8,5

SUB - LOTE 4: EQUIPO PROTESIS CADERA	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
10	Toallitas de secado
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Cubre mesas reforzado entre 190-200cm x 150 cm
1	Sábana de aproximación entre 150-175 x 150 cm
2	Sábana en U adhesiva reforzada 200 x 260 cm con U de entre 6-7 x entre 90-102 cm
1	Stokinette entre 30-35 x entre 116-122 cm
6	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
1	Sábana de cadera reforzada con fenestración elástica, pasa tubos y bolsas laterales entre 280-300 x entre 335-350 cm
20	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o mas 17 hilos 45x45 cm
1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300-320 cm y con funda
1	Lija para electro bisturí
2	Hoja bisturí nº 23
1	Grapadora de piel
1	Pintor + capsulas (1 cápsula de 250)
1	Tubo de conexión de recambio entre 250-270 cm+ cánula anulada de 23 cm

1	Contador de agujas
---	--------------------

SUB - LOTE 5: EQUIPO TIROIDES	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana adhesiva 240 x 150 cm
1	Sábana adhesiva 175 x entre 170-175 cm
3	Paño adhesivo 75 x 90 cm
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica estándar talla XL
10	Toallitas de secado
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
1	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
10	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm
5	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o mas 17 hilos 45x45 cm
1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300 -320 cm y con funda
1	Hoja bisturí nº 23
1	Goma aspiración entre 270-300x entre 6-8,5
1	Boquilla aspirador yankauer CH18 entre entre 240-250-280 <u>con Control de succión</u>
1	Grapadora de piel
1	Apósito post quirúrgico adherente entre 8-9 x 15 cm
1	Contador de agujas
1	Pintor + cápsulas (1 cápsula de 250)

SUB - LOTE 6: EQUIPO LAPAROSCOPIA SIN PERNERAS	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana de laparoscopia reforzada con bolsas de instrumental y pasa tubos 250 x entre 315-360 cm con fenestración entre 25-32 x entre 28-30 cm
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica estándar talla XL
8	Toallitas de secado
2	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
5	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300-320 cm y con funda
2	Apósito cura auto adherente entre 7-8 x5 cm
1	Apósito post quirúrgico adherente entre 8-9 x 15 cm
1	Hoja bisturí nº 23
1	Grapadora de piel

SUB - LOTE 7: EQUIPO MICROCIRUGÍA ENDOLARÍNGEA

Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana adhesiva 200 x entre 170-175 cm
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Bata quirúrgica estándar talla XL
1	Sábana en turbante entre 150-175 x 150 cm
6	Toallitas de secado
2	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
1	Goma aspiración entre 270-300x entre 6-8,5
10	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm

SUB - LOTE 8: EQUIPO HISTEROSCOPIA/HISTERECTOMIA VAGINAL

Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana de ginecología entre 225-270 x entre 280-300 cm con fenestración adhesiva entre 7-9 x entre 12-15 cm y bolsa recolectora
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
2	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica estándar talla XL
8	Toallitas de secado
1	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
1	Boquilla aspirador yankauer CH18 entre 240-280 <u>con Control de succión</u>
1	Goma aspiración entre 270-300x entre 6-8,5
5	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
5	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm
1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300-320 cm y con funda

SUB - LOTE 9: EQUIPO LAPAROSCOPIA COLON/GINECOLOGÍA

Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana reforzada de vías mixtas con perneras y bolsas de instrumentos entre 250 260x entre 295-315 cm con fenestraciones de entre 26-29 x entre 29,5-30 cm y entre 12-17 x entre 15-19 cm
1	Bata quirúrgica estándar talla L
3	Bata quirúrgica estándar talla XL
1	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
5	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
1	Hoja de Bisturí nº 23
1	Apósito cura auto adherente entre 8-9x10 cm
3	Apósito cura auto adherente entre 8- 9x15 cm

1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300-320 cm y con funda
1	Grapadora de piel
1	Hoja de bisturí nº15
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
1	Cubre mesa de mayo 145x entre 79-80 cm
10	Toallitas seca manos

SUB - LOTE 10: EQUIPO LEGRADO	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana de cistoscopia entre 75-90 x entre 200-220 cm con fenestración 8 x entre 12-17 cm
2	Perneras 75 x entre 115-120 cm
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Bata quirúrgica estándar talla XL
6	Toallitas de secado
5	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
10	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm

SUB - LOTE 11: EQUIPO OTORRINO	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana adhesiva 200 x 200 cm
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica estándar talla XL
1	Sábana tipo turbante entre 150-175 x 150 cm
1	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
6	Toallitas de secado
1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300-320 cm y con funda
2	Goma aspiración entre 270-300x entre 6-8,5
5	Compresa abdominal estéril c/RX 3T 17 hilos 45x45 cm
10	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm
1	Contador de punzantes
1	Yakauer de ORL CH 12

SUB - LOTE 12: EQUIPO PIE-CODO	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana en U adhesiva reforzada entre 200-220 x 260 cm con U de entre 6,5-7 x entre 90-102 cm
1	Sábana pie reforzada entre 220-230 x entre 315-325 cm con fenestración elástica entre 3-3,5 cm
1	Sábana de aproximación entre 150-175x 150 cm

1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica estándar talla XL
8	Toallitas secado
3	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
10	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o mas 17 hilos 45x45 cm
1	Hoja bisturí nº 15
1	Hoja bisturí nº 23
1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300-320 cm y con funda
1	Goma aspiración entre 270-300x entre 6-8,5
1	Boquilla aspiración yankauer CH 12 (empaquetado) <u>con Control de succión</u>
1	Grapadora de piel
10	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm
1	Contador de agujas
1	Stokinette entre 30-36 x entre 110-120
1	Pintor +cápsula (1 de 250)

SUB - LOTE 13: EQUIPO MANO

Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana reforzada de mano entre 150-200xentre 270-290 x entre 320-373 cm con fenestración elástica entre 3-3,5 cm
1	Sábana de aproximación entre 150-175 x entre 150-190 cm
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica estándar talla XL
8	Toallitas secado
5	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más17 hilos 45x45 cm
10	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm
1	Hoja Bisturí nº 15
1	Hoja Bisturí nº 23
1	Pintor + cápsula (1 capsula de 250)

SUB - LOTE 14: EQUIPO RODILLA

Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana reforzada de extremidades entre 220-245 x entre 315-320 cm con fenestración elástica entre 5-6 x entre 6-7 cm
1	Sábana en U adhesiva reforzada entre 220-225 x entre 280-310 cm con U de entre 10-15 x entre 95-100 cm,
1	Sábana de aproximación 175 x entre 150-175 cm
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
2	Cubre mesa reforzados 190 x entre 140-154 cm
1	Stokinette entre 32-36.5 x entre 72-80
1	Bata quirúrgica standard talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL

8	Toallitas secado
5	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
20	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300 -320 cm y con funda
1	Lija para electro bisturí
1	Tubo de conexión de recambio entre 250-270 cm+ cánula anulada de 23 cm
2	Hoja de bisturí nº 23
1	Grapadora de piel
1	Contador de agujas
1	Pintor + cápsula (1 capsula de 250)

SUB - LOTE 15: EQUIPO UNIVERSAL	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana adhesiva reforzada 240 x 150 cm
1	Sábana adhesiva reforzada 175 x entre 170-175 cm
2	Paño adhesivo reforzado 75 x 90 cm
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
2	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Bata quirúrgica estándar talla XL
4	Toallitas de secado
1	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
10	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300-320 cm y con funda
1	Lija para electro bisturí
1	Contenedor agujas
1	Grapadora de piel

SUB - LOTE 16: EQUIPO LOCALES	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesas 75x90 cm
1	Paño fenestrado 75x90 cm adhesivo
15	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm
1	Bisturí más mango nº 15

SUB - LOTE 17: EQUIPO HISTEROSCOPIAS	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesas de mayo reforzado entre 75-100 x entre 90-150
1	Bata XL Estándar
2	Toallitas seca manos
1	Paño bajo nalgas con bolsa recolectora entre 75-100x entre 115-125 cm

SUB - LOTE 18: EQUIPO CESAREAS	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Bata standard Talla L
2	Bata reforzada talla XL
8	Toallitas seca manos
1	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
1	Goma aspiración entre 270-300x entre 6-8,5
1	Boquilla yankauer ch 18 entre 250x300 con Control de succión
1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300-320 cm y con funda
1	Contenedor de agujas
2	Bisturí más mango nº 23
3	Kocher recto c/dientes metálico
1	Paño bebe entre 90-100 x entre 100-120
2	Torundas quirúrgica estéril entre 30-34 mm con RX
20	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
1	Sábana de cesárea con bolsa colectora
1	Venda malla orillada 15 cm x10 m; también sería válida una venda de: 15 cm x5 m o 10cmx10
1	Grapadora de piel
1	Contador de agujas

SUB - LOTE 19: EQUIPO INTRAVITREAS	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Paño fenestrado adhesivo 75x entre 75-90 cm
1	Blefarostato metálico
1	Aguja de 33G
2	Toallitas seca manos
10	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm
10	Hemostetas empaquetadas

SUB - LOTE 20: EQUIPO CIRUGIA MENOR UROLOGIA (VASECTOMÍA + FIMOSIS)	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesas 150x entre 190-200 cm
1	Paño fenestrado adhesivo 200x240 cm
1	Bata estandar talla XL
4	Toallitas seca manos
1	Hoja de bisturí nº 15
1	Bata estandar Talla L
10	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-24x40 cm
1	Bisturí eléctrico con cable de entre 300-320 cm y con funda
1	Lija para electro bisturí
1	Aguja hipodérmica 23 G

1	Jeringa 3 cuerpos 10 ml
1	Grapadora de piel

SUB - LOTE 21: EQUIPO LAPAROSCOPIA CON PERNERAS	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Paño de laparoscopia reforzado con perneras y bolsa de instrumentos
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica estándar talla XL
8	Toallitas seca manos
1	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
5	Compresa abdominal estéril c/RX 3T o más 17 hilos 45x45 cm
1	Hoja de Bisturí nº 23
3	Apósito cura auto adherente entre 7-8 x 5 cm
1	Apósito post quirúrgico adherente entre 8-9 x 15 cm

SUB - LOTE 22: EQUIPO ANESTESIA RAQUIDEA	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesas de mayo reforzado entre 75-100 x entre 90-150
1	Paño adhesivo 90x75 cm
1	Paño no adhesivo 90x75 cm
2	Toallitas seca manos
1	Aguja hipodérmica 21Gx entre 38 -40mm
1	Aguja hipodérmica 25G x entre 25 -32mm
1	Jeringa 3 cuerpos 2 ml
1	Jeringa 3 cuerpos 5 ml
1	Apósito curas auto adherente estéril TNT entre 7-8 x 5 cm
5	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm
1	Jeringa 3 cuerpos 10 ml

SUB - LOTE 23: EQUIPO OIDO	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sábana entre 150-170 x entre 250-300 cm con film de incisión fenestrado y bolsa recolectora
2	Bata standard talla L
1	Bata standard talla XL
8	Toallitas seca manos

SUB - LOTE 24: EQUIPO PARTOS

Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesas reforzado entre 140-150 x entre 90 – 110 cm
1	Paño bajo nalgas con bolsa recolectora entre 75-100x entre 120-125 cm
10	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25 x 40 cm
1	Paño adhesivo 75x90 cm
1	Paño de aproximación 75x75 cm
1	Paño para neonato entre 90-100 x entre 100-120
1	Bata reforzada talla L
1	Aguja hipodérmica 21G entre 38-40 mm
1	Jeringa 10 mm
2	Toallitas de celulosa

SUB –LOTE 25: CLAVO GAMMA

Cantidad	Descripción del Producto
2	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Sabana adhesiva reforzada 240 X 150 CM
1	Sabana adhesiva reforzada 240 X 150 CM
1	Bata quirúrgica talla X
2	Bata quirúrgica talla XL
8	Toallitas de secado
2	Hojas de bisturi Nº 23
10	Compresas abdominales C/RX 3t o mas 17 hilos 45 X45 CM
1	Contador de agujas
1	Grapadora de piel

SUB –LOTE 26: EQUIPO EPIDURAL

Cantidad	Descripción del Producto
1	Paño reforzado adhesivo 100 x entre 100-150 cm
1	Paño con adhesivo 90X75
1	Bata estéril estándar talla XL
2	Toallitas seca manos
5	Gasa quirúrgica estéril c/Rx 17 hilos entre 20-25x40 cm
3	Apósitos quirúrgicos de entre 9 -10 x25
2	Suturas adhesiva de entre 12-13 x100 mm
1	Jeringa de 10CC
1	Jeringa de 5CC
1	Aguja hipodérmica 25G x entre 25 -32mm

1	Pintor+ cápsula (1 capsula de 250)
---	-------------------------------------

LOTE 2

LOTE 2 PAQUETES SUELTOS	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Cubre mesa reforzados entre 190-200 x entre 140-154 cm
1	Campos quirúrgicos sin fenestrar con adhesivos 90x75
1	Campos quirúrgicos sin fenestrar sin adhesivos 90x75
1	Campos quirúrgicos fenestrados con adhesivos 60x50
1	Campos quirúrgicos fenestrados sin adhesivos 60x50
1	Cinta adhesiva entre 9-10 x entre 49-51 cm
1	Alforja 2 compartimentos entre 40-43 x y 33-38 cm adhesiva
1	Batas estándar sin reforzar talla L entre 120-130 cm y XL entre 130-140 cm
1	Batas reforzadas talla XXL
1	Batas reforzadas talla L entre 120-130 cm y XL entre 13'-140 cm
1	Sábanas en U C/ abertura entre 200-225 x entre 260 -300
1	Stokinette entre 22-36.5 x entre 72-80
1	Stokinette entre 30-35 x entre 116-122 cm
1	Sábanas con adhesivos 240 x 150
1	Chaquetillas tallas

LOTE 3

ALFOMBRA Y CUBRE MESA	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Alfombras absorbentes suelo para colocar debajo del lavabo entre 70-72Xentre 150-200
1	Cubre mesa para mesa quirúrgica del paciente entre 100-110 x 150x200

LOTE 4

SÁBANA AISLAMIENTO	
Cantidad	Descripción del Producto
1	Sabana aislamiento vertical entre 230-300 x entre 300-330

Documento firmado por: MARIA PATRICIA
ZUBIZARRETA URCELAY
En la fecha 08.07.2025 12:48:13 CEST