Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro de agujas para el Servicio de Anestesia de la OSI Barrualde Galdakao ESI
EXPEDIENTE Nº 2025/02346

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 2

II. ASPECTOS LEGALES..... 2

III. VALOR ESTIMADO 3

ANEXO I 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 5

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende la adquisición de agujas, así como, la puesta a disposición en régimen de cesión del equipamiento necesario, para cumplimentar las necesidades actuales del Servicio de Anestesia de la OSI Barrualde-Galdakao ESI.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

Los productos objetos de contratación se consideran necesarios para la prestación de asistencia sanitaria en el OSI Barrualde-Galdakao ESI y comprenderán, al menos:

1. Material fungible necesario.
2. Puesta a disposición y sin cargo, durante el periodo de vigencia del contrato, del equipamiento necesario según las características que se indican en el Pliego.
3. Mantenimiento integral del equipamiento en cesión.
4. Formación necesaria.

II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos, la ficha de datos de seguridad actualizada, en el caso de que proceda, y la copia de los certificados de marcado **CE** de los mismos.

Con objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes, a los profesionales sanitarios que utilicen los productos sanitarios y a OSAKIDETZA- S.V.S., asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberá reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado, autorizaciones y tarjetas de implantación. Para una mayor información pueden consultar en

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/prodsanitarios/legislacion-sobre-productos-sanitarios/

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/implantables/

https://www.aemps.gob.es/productossanitarios_registros_implantables/

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

III. VALOR ESTIMADO

PERIODOS	IMPORTE MÁX IVA EXC
Presupuesto máximo contrato inicial TRIANUAL SIN IVA	395.900,00
Presupuesto previsto para modificaciones 20% SIN IVA	79.180,00
Presupuesto prórroga **2 años** SIN IVA	263.933,33
Valor estimado del expediente SIN IVA	**739.013,33**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

ANEXO I

Lote	Denominación	Unidad de Medida Básica UMB*	Número de Unidades 3 AÑOS	Precio Unitario Licitación SIN IVA	Presupuesto Estimado SIN IVA	Procede entregar muestras	Nº unidades a entregar
1	**Sistema de neuroestimulación para anestesia regional**				**212.350,00**		
Lote 1.1	Aguja bloqueo nervioso periférico plexo 360º 22G ±50MM	UND	**4.500**	15,50	69.750,00	NO	
Lote 1.2	Aguja bloqueo nervioso periférico plexo 360º 22G ±80MM	UND	**7.500**	15,50	116.250,00	NO	
Lote 1.3	Aguja bloqueo nervioso periférico plexo 360º 20G ±100MM	UND	**1.200**	15,50	18.600,00	NO	
Lote 1.4	Aguja bloqueo nervioso periférico plexo 360º 20G ±150MM	UND	**500**	15,50	7.750,00	NO	
2	**Set anestesia epidural y analgesia postoperatoria**	UND	**3.000**	16,00	**48.000,00**	SI	**2**
3	**Agujas para anestesia epidural punta tipo Tuohy. Diferentes medidas.**	und	**3.000**	8,30	**24.900,00**	SI	**2**
4	**Aguja espinal punta lápiz sin introductor para anestesia intradural 22 G ±88 MM**	UND	**1.000**	8,00	**8.000,00**	SI	2
5	**Aguja espinal punta lápiz con introductor 22 G ±120 MM para la Unidad de Tratamiento del Dolor**	UND	**1.000**	7,70	**7.700,00**	SI	2
6	**Aguja espinal punta lápiz con introductor para anestesia intradural 25 G**				**73.800,00**		
Lote 6.1	Aguja espinal punta lápiz con introductor para anestesia intradural 25 G ± 88 MM	UND	**12.000**	5,50	66.000,00	SI	**2**
Lote 6.2	Aguja espinal punta lápiz con introductor para anestesia intradural 25 G ±1**03** MM	UND	**1.200**	6,50	7.800,00	SI	**2**
7	**Aguja espinal bisel tipo Quincke**				**17.400,00**		
Lote 7.1	Aguja espinal 22G ±88 MM	UND	**4.000**	1,90	7.600,00	SI	**2**
Lote 7.2	Aguja espinal 22G ±75 MM	UND	**2.000**	1,90	3.800,00	SI	**2**
Lote 7.3	Aguja espinal 22G ±120 MM	UND	**1.000**	6,00	6.000,00	SI	**2**
8	**Aguja espinal punta tipo Quincke 22G ± 63 MM**	UND	**2.500**	1,50	**3.750,00**	SI	**2**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

LOTE 1 Sistema de neuroestimulación para anestesia regional

- Agujas para la localización y bloqueo anestésico de plexos mediante neuroestimulación y ecografía.
- Con marcas de profundidad.
- Medidas aproximadas:
  - 22G ± 50MM
  - 22G ±80 MM
  - 20G ±100MM
  - 20G ± 150MM
- Envase unitario.
- Exento de látex.
- Con cable de neuroestimulación y alargadera de inyección.

La empresa adjudicataria deberá poner a disposición de la OSI Barrualde – Galdakao, sin cargo alguno para ésta, un número de neuroestimuladores digitales para anestesia regional en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades y en todo caso no inferior a 14.

LOTE 2 Set de anestesia epidural y analgesia postoperatoria

- Aguja de 18G ± 80MM aproximadamente con punta tipo Tuohy para anestesia epidural.
- Marcas cada cm.
- Catéter 20G para anestesia epidural.
- Conector de catéter Luer Lock
- Jeringa de perdida de resistencia.
- Filtro plano de 0,2 micras.
- Elemento fijador para filtro.
- Jeringa de tres cuerpos y agujas hipodérmicas.
- Exento de látex.
- Envase unitario estéril.

Lote 3 Aguja para anestesia epidural punta tipo Touhy. Diferentes medidas.

- Aguja con bisel tipo Tuohy para anestesia epidural.
- Al menos las siguientes medidas aproximadas: 18G ± 120MM
  17G ± 80MM
- Marcas cada centímetro
- Conexión luer lock.
- Mandril codificado por colores.
- Envase unitario estéril.
- Exento de látex.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Lote 4 Aguja espinal punta lápiz sin introductor para anestesia intradural 22 G ±88 MM

- Aguja para bloqueo intradural con bisel punta de lápiz.
- Medida aproximada: 22G ± 88MM
- Pabellón ergonómico y transparente.
- Mandril codificado por colores.
- Exento de látex.
- Envase unitario estéril.

Lote 5 Aguja espinal punta lápiz con introductor 22 G ±120 MM para la Unidad de Tratamiento del Dolor

- Aguja punta lápiz para anestesia espinal y punción lumbar diagnostica.
- Con introductor.
- Medida aproximada: 22G ± 120MM
- Mandril codificado por colores.
- Exento de látex.
- Envase unitario estéril

Lote 6 Aguja espinal punta lápiz con introductor para anestesia intradural 25G.

- Aguja para bloqueo intradural con bisel punta de lápiz.
- Con introductor.
  - Medidas aproximadas: 25G ± 88MM
    25G ± 103MM
- Pabellón ergonómico y transparente.
- Mandril codificado por colores.
- Exento de látex.
- Envase unitario estéril.

Lote 7 Aguja espinal bisel tipo Quincke.

- Agujas espinales para anestesia intradural con bisel tipo Quincke.
  - Medidas aproximadas: 22G ± 88MM
    22G ± 75MM
    22G ± 120MM
- Pabellón ergonómico y transparente.
- Mandril codificado por colores.
- Exento de látex.
- Envase unitario estéril.

Lote 8 Aguja espinal punta tipo Quincke 22G ± 63 MM

- Aguja espinal de punta biselada tipo Quincke.
- Medida aproximada: 22G ± 63MM
- Exento de látex.
- Envase unitario estéril.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)