PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE 2025/01443

Suministro de material cortopunzante con destino a la OSI Araba.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades de suministro de material cortopunzante desechable, así como los productos que garanticen su seguridad con destino a la OSI Araba, para un periodo total de 4 años (contrato inicial de dos años, más dos posibles prórrogas de un año cada una).

Los productos objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de asistencia sanitaria en la OSI Araba.

Este suministro está incluido en el epígrafe de COMPRA INTEGRADA DE MATERIAL SANITARIO del ANEXO IV del Acuerdo de 17 de diciembre de 2024, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, declarándolo de contratación corporativa, por lo que la vigencia temporal de este expediente está condicionada al momento en que la Organización Central de Osakidetza formalice contrato para el objeto del presente expediente.

2. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES

2.1 Requisitos normativos y etiquetas generales

Al objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes y a los profesionales sanitarios de Osakidetza, asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberán reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado y autorizaciones.

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.

Los productos ofertados deberán cumplir los siguientes **requisitos EXCLUYENTES**, los requisitos normativos son comunes a todos los lotes que componen el expediente:

- RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y/o de la restante normativa vigente.

- Reglamento (UE) 2017/745, de 5 de abril, sobre productos sanitarios. Se acreditará:

  - Marcado CE como producto sanitario.

- Declaración CE de conformidad del fabricante del producto que le corresponda, de acuerdo a la clase de producto sanitario de que se trate. Debe incluir una relación donde se indique para cada uno de los lotes ofertados lo siguiente:
    - Número de marcado CE
    - Conforme a qué Anexo
    - Organismo Notificado Certificador
    - Fechas de vigencia
    - Listado de referencias ofertadas

- Fichas técnicas, en castellano o euskera, actualizadas, incluyendo la referencia del producto/s, junto con una identificación del lote.

2.2 Requisitos sobre instrucciones de uso

Cada producto deberá ir acompañado de la información necesaria para su utilización con plena seguridad y adecuadamente, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios potenciales, y para identificar al fabricante.

Esta información estará constituida por las indicaciones que figuren en el propio producto y/o envase unitario, en la ficha técnica y/o instrucciones de utilización.

Los datos necesarios para la utilización del producto con plena seguridad deberán figurar, siempre que sea factible y adecuado, en el propio producto y/o envase unitario o, en su caso, en el envase comercial. Si no es factible envasar individualmente cada unidad, estos datos deberán figurar en unas instrucciones de utilización que acompañen a uno o varios productos.

3. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS LOTES

El objeto del contrato se constituye en **19 lotes**, en las cantidades y con los precios unitarios máximos que a continuación se indican:

Nº LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)
1	**CURETAS ARO CORTANTES DESECHABLES**	**60.000**	**1,9500 €**	**117.000,00 €**
	CURETA 2MM			
	CURETA 3MM			
	CURETA 4MM			
	CURETA 5MM			
	CURETA 7MM			
2	**PUNCH BIOPSIA DESECHABLE**	**7.000**	**1,9000 €**	**13.300,00 €**
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 1MM			
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 1,5MM			
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 2MM			
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 2,5MM			
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 3MM			
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 3,5MM			
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 4MM			
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 5MM			
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 6MM			
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 8MM			

Nº LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)

3	**PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO**	**600**	**2,2500 €**	**1.350,00 €**
	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO 1MM			
	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO 1,5MM			
	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO 2MM			
	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO 3MM			
	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO 4MM			
4	**HOJAS BISTURÍ**			**12.024,00 €**
4.1	HOJAS BITURÍ N10	**76.000**	**0,1500 €**	**11.400,00 €**
	HOJAS BITURÍ N11			
	HOJAS BITURÍ N15			
	HOJAS BITURÍ N15C			
	HOJAS BITURÍ N22			
	HOJAS BITURÍ N23			
4.2	HOJAS BITURÍ QUITA PUNTOS	**2.400**	**0,2600 €**	**624,00 €**
5	**BISTURÍ CON MANGO N15**	**700**	**0,5000 €**	**350,00 €**
6	**BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO**	**104.000**	**1,5000 €**	**156.000,00 €**
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO N10			
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO N11			
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO N15			
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO N22			
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO N23			
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO QUITA PUNTOS			
7	**AGUJAS PARA BOLÍGRAFO-PLUMA SIN SEGURIDAD**	**1.700.000**	**0,0500 €**	**85.000,00 €**
	AGUJAS PARA BOLÍGRAFO DE INSULINA SIN SEGURIDAD 34G 3,5MM			
	AGUJAS PARA BOLÍGRAFO DE INSULINA SIN SEGURIDAD 32G 4MM			
	AGUJAS PARA BOLÍGRAFO DE INSULINA SIN SEGURIDAD 31G 5MM			
	AGUJAS PARA BOLÍGRAFO DE INSULINA SIN SEGURIDAD 31G 8MM			
	AGUJAS PARA BOLÍGRAFO DE INSULINA SIN SEGURIDAD 29G 12-13MM			
8	**AGUJAS HIPODÉRMICAS SIN SEGURIDAD**	**2.350.000**	**0,0400 €**	**94.000,00 €**
	AGUJAS HIPODÉRMICAS SIN SEGURIDAD 14G 30MM			
	AGUJAS HIPODÉRMICAS SIN SEGURIDAD 18G 40MM			
	AGUJAS HIPODÉRMICAS SIN SEGURIDAD 20G 25MM			
	AGUJAS HIPODÉRMICAS SIN SEGURIDAD 20G 40MM			
	AGUJAS HIPODÉRMICAS SIN SEGURIDAD 21G 25MM			
	AGUJAS HIPODÉRMICAS SIN SEGURIDAD 21G 50MM			
	AGUJAS HIPODÉRMICAS SIN SEGURIDAD 23G 25MM			
	AGUJAS HIPODÉRMICAS SIN SEGURIDAD 25G 16MM			
	AGUJAS HIPODÉRMICAS SIN SEGURIDAD 30G 12-13MM			

Nº LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO 2 años (IVA excluido)

9	**AGUJAS RESERVORIO PRESIÓN POSITIVA A LA RETIRADA**	**10.000**	**4,8000 €**	**48.000,00 €**
	AGUJAS RESERVORIO 20G 19-20MM			
	AGUJAS RESERVORIO 20G 25MM			
	AGUJAS RESERVORIO 20G 30-38MM			
10	**AGUJAS DENTALES**	**20.000**	**0,1300 €**	**2.600,00 €**
	AGUJA DENTAL 27G 25MM			
	AGUJA DENTAL 27G 38MM			
	AGUJA DENTAL 30G 25MM			
11	**AGUJAS PARA JERINGA CARPULE**	**600**	**31,0000 €**	**18.600,00 €**
12	**CATÉTERES PERIFÉRICOS VENOSOS LARGOS CON SEGURIDAD**	**6.000**	**6,2000 €**	**37.200,00 €**
	CATÉTER PERIFÉRICO VENOSO CON SEGURIDAD 18G 64MM			
	CATÉTER PERIFÉRICO VENOSO CON SEGURIDAD 20G 64MM			
	CATÉTER PERIFÉRICO VENOSO CON SEGURIDAD 22G 64MM			
	CATÉTER PERIFÉRICO VENOSO CON SEGURIDAD 24G 32MM			
13	**EQUIPO INFUSION SUBCUTANEA AGUJA INSERCION 90º C/SEGURIDAD**	**7.600**	**6,5000 €**	**49.400,00 €**
	EQUIPO INFUSION SUBCUTANEA AGUJA INSERCION 90º C/SEGURIDAD 60CM			
	EQUIPO INFUSION SUBCUTANEA AGUJA INSERCION 90º C/SEGURIDAD 12CM			
14	**JERINGA INSULINA CON AGUJA SIN SEGURIDAD**	**8.000**	**0,0800 €**	**640,00 €**
15	**EXTRACTOR-CONTENEDOR HOJAS DE BISTURI**	**200**	**39,0000 €**	**7.800,00 €**
16	**CONTADOR AGUJAS ESPUMA-IMÁN**	**13.000**	**1,1500 €**	**14.950,00 €**
17	**AGUJA MÍNIMO ESPACIO MUERTO**	**10.000**	**1,0000 €**	**10.000,00 €**
18	**AGUJA DE CARGA PUNTA TIPO "NOKOR"**	**33.000**	**0,4800 €**	**15.840,00 €**
19	**AGUJAS VIUDAS**	**1.000**	**1,2500 €**	**1.250,00 €**
	PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA excluido)			**685.304,00 €**
	PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (IVA incluido)			**829.217,84 €**

El número unidades previsto es estimativo, por estar subordinado a la actividad de la OSI Araba, y por tanto no se considera elemento esencial del contrato. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna.

A todos los efectos se entenderá que el precio unitario estimado como máximo por la Administración comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución del contrato, y toda clase de tasas, impuestos (excepto IVA) y licencias.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se detallan las **características mínimas** que deben cumplir los productos ofertados por las empresas licitadoras. Las ofertas que no cumplan con dichas características técnicas mínimas quedarán EXCLUIDAS.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
1	**CURETAS ARO CORTANTE**
• Anillo de acero inoxidable de filo cortante con mango de plástico rígido. • Calibres 2- 3- 4-5-7 mm. • Desechable. • Libre de látex. • Envase unitario estéril.	

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
2	**PUNCHS BIOPSIA**
• Bisturí circular (punch) de acero inoxidable de filo cortante con mango de plástico rígido. • Calibres 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-8 mm. • Desechable. • Libre de látex. • Envase unitario estéril.	

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
3	**PUNCHS BIOPSIA AUTOMÁTICOS**
• Bisturí circular (punch) de acero inoxidable de filo cortante con mango de plástico rígido. • Dispositivo automático. • Calibres 1-1,5-2-3-4 mm. • Desechable. • Libre de látex. • Envase unitario estéril.	

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
4	**HOJAS BISTURÍ**
• Números 10-11-15-15C-22-23-QUITAPUNTOS. • De acero al carbono. • Desechable. • Libre de látex. • Envase unitario estéril.	

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
5	**BISTURÍ CON MANGO N15**
• Número 15, con mango. • De acero al carbono. • Desechable. • Libre de látex. • Envase unitario estéril.	

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
6	**BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO**

- Números 10-11-15-22-23-QUITAPUNTOS.
- De acero al carbono.
- Con sistema de seguridad.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
7	**AGUJAS PARA BOLÍGRAFO-PLUMA SIN SEGURIDAD**

- Calibres-longitudes: 34G-3,5mm, 32G-4mm, 31G-5mm, 31G-8mm, 29G-12/13mm.
- Conexión universal, compatible contodas las plumas/bolígrafos o sistemas de autoadministración disponibles en el mercado.
- Sin sistema de seguridad.
- Cono de conexión roscada.
- Doble capuchón protector.
- Envase individual con precinto protector del dispositivo que indique calibre y longitud.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
8	**AGUJAS HIPODERMICAS SIN SEGURIDAD**

- Calibres-longitudes: 18G-38/40mm, 20G-25mm, 20G-38/40mm, 21G-25mm, 21G-38/40mm, 21G-50mm, 23G-25mm, 25G-16mm, 30G-12/13mm.
- Sin sistema de seguridad.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
9	**AGUJAS RESERVORIO PRESIÓN POSITIVA A LA RETIRADA**

- Calibres-longitudes: 20G-19/20mm, 20G-25mm, 20G-30mm.
- De alto flujo.
- Presión positiva manual a la retirada por un único operario.
- Protección completa de la aguja en su retirada.
- Con sistema de seguridad.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
10	**AGUJAS DENTALES**

- Calibres-longitudes: 27G-25mm, 27G-38mm, 30G-25mm.
- Para jeringas carpule.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
11	**AGUJA PARA JERINGA CARPULE**

- Calibre-longitud: 27G-90mm.
- Para jeringas carpule.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
12	**CATÉTERES PERIFÉRICOS VENOSOS LARGOS CON SEGURIDAD**

- Calibres-longitudes: 18G-64mm, 20G-64mm, 22G-64mm, 24G-32mm.
- Con sistema de seguridad.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN	
13	**EQUIPO INFUSIÓN SUBCUTÁNEA AGUJA INSERCIÓN 90ºCON SEGURIDAD**	
	13.1	EQUIPO INFUSION SUBCUTANEA AGUJA INSERCION 90º C/SEGURIDAD 60CM
	13.2	EQUIPO INFUSION SUBCUTANEA AGUJA INSERCION 90º C/SEGURIDAD 12CM

- Dispositivo de inserción automática.
- Angulo de inserción de aguja 90º.
- Calibre-longitud: 27/28G-9mm.
- Con sistema de seguridad.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
14	**JERINGA INSULINA CON AGUJA SIN SEGURIDAD**

- Jeringa 0,3-0,5ml.
- Con aguja integrada de 30G-8mm.
- Escala graduación en UI.
- Sin sistema de seguridad.
- Desechable.
- Libre de látex.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
15	**EXTRACTOR-CONTENEDOR HOJAS DE BISTURÍ**

- Capacidad para al menos 100 hojas de bisturí.
- Con contador.
- Libre de látex.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
16	**CONTADOR AGUJAS ESPUMA-IMAN**

- Capacidad para al menos 20 agujas y hojas de bisturí.
- Con espacios numerados.
- Con extractor de hojas de bisturí.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
17	**AGUJA MÍNIMO ESPACIO MUERTO**

- Calibre-longitud: 32G-9mm.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
18	**AGUJA DE CARGA PUNTA TIPO "NOKOR"**

- Aguja de transferencia con punta tipo escalpelo (Nokor).
- Calibre-longitud: 16/18G-25/40mm.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
19	**AGUJAS VIUDAS**

- Presentaciones:
  - Aguja sutura quirúrgica curva 1/2 circulo cuerpo triangular n4
  - Aguja sutura quirúrgica curva 1/2 circulo cuerpo triangular n7
  - Aguja sutura quirúrgica curva 1/2 circulo punta triangular n11
  - Aguja sutura quirúrgica curva 1/2 circulo punta triangular n12
  - Aguja sutura quirúrgica recta 70mm- 0,8mm diam cuerpo triangular n2
- Desechable.
- Libre de látex.
- Envase unitario estéril.

5. MUESTRAS

Para la valoración de los lotes ofertados, es condición imprescindible el envío del nº de muestras que se indican, que deberán corresponderse exactamente con el producto a suministrar y debidamente identificadas de todos los artículos ofertados.

Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación. Se presentarán tal y como vayan a ser suministrados a las organizaciones peticionarias, siguiendo los criterios que se establecen en el presente apartado.

El último día de presentación será el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

No obstante, la OSI Araba, en el momento de elaborar el Informe Técnico, podrá solicitar más muestras si lo considera necesario.

Las empresas que no presenten muestras quedarán EXCLUIDAS del proceso.

No se admitirán artículos que, siendo preceptiva, no contengan la referencia CE impresa.

Las muestras que no haya sido necesario utilizar se quedarán en la OSI Araba, salvo en los casos en que el proveedor manifieste la intención de recuperación de las mismas antes de transcurrido un mes desde la adjudicación.

5.1 Cantidad

Dado que el expediente está compuesto de lotes que a su vez contienen varios sublotes, por cada uno de los lotes o grupo de lotes ofertados deberán presentar muestras, únicamente, de los lotes o sublotes que a continuación se indican:

Nº LOTE	DENOMINACIÓN	Nº de UNIDADES
1	CURETAS ARO CORTANTE DESECHABLES	
	CURETA 4MM	20
	CURETA 5MM	20
	CURETA 7MM	20
2	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE	
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 3MM	20
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 4MM	20
	PUNCH BIOPSIA DESECHABLE 5MM	20
3	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO	
	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO 1MM	10
	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO 1,5MM	10
	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO 2MM	10
	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO 3MM	10
	PUNCH BIOPSIA AUTOMÁTICO 4MM	10
4	HOJAS BISTURÍ	
4.1	HOJAS BISTURÍ N10	200
	HOJAS BISTURÍ N11	200
	HOJAS BISTURÍ N15	200
	HOJAS BISTURÍ N15C	200
	HOJAS BISTURÍ N22	200
	HOJAS BISTURÍ N23	200
4.2	HOJAS BISTURÍ QUITA PUNTOS	200
5	BISTURI CON MANGO N15	20
6	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO	
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO N10	30
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO N11	30
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO N15	30
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO N22	30
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO N23	30
	BISTURÍ DE SEGURIDAD CON MANGO QUITA PUNTOS	30
7	AGUJAS PARA BOLÍGRAFO DE INSULINA SIN SEGURIDAD	
	AGUJAS PARA BOLÍGRAFO DE INSULINA SIN SEGURIDAD 32G 4MM	50
	AGUJAS PARA BOLÍGRAFO DE INSULINA SIN SEGURIDAD 31G 5MM	50
	AGUJAS PARA BOLÍGRAFO DE INSULINA SIN SEGURIDAD 29G 12-13MM	50

Nº LOTE	DENOMINACIÓN	Nº de UNIDADES
8	AGUJAS HIPODERMICAS SIN SEGURIDAD	
	AGUJAS HIPODERMICAS SIN SEGURIDAD 18G 40MM	300
	AGUJAS HIPODERMICAS SIN SEGURIDAD 23G 25MM	300
	AGUJAS HIPODERMICAS SIN SEGURIDAD 30G 12-13MM	300
9	AGUJAS RESERVORIO PRESIÓN POSITIVA A LA RETIRADA	
	AGUJAS RESERVORIO 20G 19-20MM	10
	AGUJAS RESERVORIO 20G 25MM	10
	AGUJAS RESERVORIO 20G 30MM	10
10	AGUJAS DENTALES	
	AGUJA DENTAL 27G 25MM	50
	AGUJA DENTAL 27G 38MM	50
	AGUJA DENTAL 30G 25MM	50
11	AGUJA PARA JERINGA CARPULE	5
12	CATÉTERES VENOSOS PERIFÉRICOS LARGOS CON SEGURIDAD	
12.1	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD 18G 64MM	10
12.2	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD 20G 64MM	10
12.3	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD 22G 64MM	10
12.4	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD 24G 32MM	10
13	EQUIPO INFUSION SUBCUTANEA 90º CON SEGURIDAD	
13.1	EQUIPO INFUSION SUBCUTANEA AGUJA INSERCION 90º C/SEGURIDAD 60CM	5
13.1	EQUIPO INFUSION SUBCUTANEA AGUJA INSERCION 90º C/SEGURIDAD 12CM	5
14	JERINGA INSULINA CON AGUJA SIN SEGURIDAD	50
15	EXTRACTOR-CONTENEDOR HOJAS DE BISTURI	2
16	CONTADOR AGUJAS ESPUMA-IMAN	10
17	AGUJA MÍNIMO ESPACIO MUERTO	50
18	AGUJA DE CARGA PUNTA TIPO "NOKOR"	50
19	AGUJAS VIUDAS	
	AGUJA SUTURA QUIRURGICA CURVA 1/2 CIRCULO CUERPO TRIANGULAR N4	10
	AGUJA SUTURA QUIRURGICA CURVA 1/2 CIRCULO CUERPO TRIANGULAR N7	10
	AGUJA SUTURA QUIRURGICA CURVA 1/2 CIRCULO PUNTA TRIANGULAR N11	10
	AGUJA SUTURA QUIRURGICA CURVA 1/2 CIRCULO PUNTA TRIANGULAR N12	10
	AGUJA SUTURA QUIRURGICA RECTA 70MM 0,8MM DIAM CUERPO TRIANGULAR N2	10

Respecto de los lotes o grupo de lotes en que no se solicitan muestras de todos y cada uno de los artículos que lo componen, se presupone que la calidad de los distintos artículos del grupo es la misma, variando únicamente las medidas. Por ello:

- *En la oferta se hará referencia al compromiso de que la calidad de los artículos que componen cada lote o grupo de lotes será igual que la del artículo cuya muestra se aporta.*

- *De no ser así, deberán aportarse muestras de cada artículo, en las cantidades indicadas para el artículo de referencia.*

5.2 Lugar de entrega

Las muestras se entregarán en la siguiente dirección:

CENTRO	DIRECCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	A LA ATENCIÓN DE
OSI ARABA-HOSPITAL TXAGORRITXU	**C/ José Achótegui, s/n 01009 - Vitoria-Gasteiz**	**Almacén General**	**Cristina Quesada Despacho RRMM Planta Baja Zona B**

Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para la OSI Araba.

Las muestras deberán estar depositadas en la dirección arriba indicada, siendo el último día de presentación el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas. La falta de cumplimiento de este requisito puede ser causa de **EXCLUSIÓN**.

Las muestras se deberán entregar con el correspondiente albarán de entrega que deberá ir fuera del embalaje para su sellado de entrada por el centro.
Asimismo, a efectos de su constancia en el expediente de contratación, se deberá enviar copia del albarán de entrega a la dirección de correo electrónico:
contratacionadva.osiaraba@osakidetza.eus

5.3 Normas para la identificación de las muestras:

Las muestras deberán estar debidamente identificadas, con los siguientes datos:

- Nº de expediente
- Nº de lote (y sublote, en su caso)
- Nombre empresa ofertante
- Marca producto ofertado
- Referencia del artículo para el proveedor

MODELO DE ETIQUETA DE MUESTRA

Nº de expediente: <<***expediente***>>
Nº de Lote: <<***Lote***__ >>
Nombre empresa: <<***empresa***>>
Marca producto ofertado: <<***marca***>>
Referencia del artículo para el proveedor: <<***Refª proveedor***>>

El tamaño de la etiqueta no tiene importancia. La empresa ofertante la ajustará según tamaño de la muestra a aportar, teniendo en cuenta que en ningún caso deberá tapar datos esenciales del artículo.

El envase unitario que no reúna los requisitos de identificación, podrá quedar **EXCLUIDO**. La Comisión Técnica se reserva el derecho a excluir la oferta al lote completo por dicho motivo.

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los plazos de entrega del suministro serán los señalados en el apartado 15.3 del PCAP.

En caso de roturas de stock del adjudicatario, éste deberá comunicar dicha circunstancia con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha de entrega de los productos. En todo caso, el adjudicatario, será responsable de garantizar el suministro de artículos de iguales o superiores características en calidad e igual precio a los contratados sin que lo anterior suponga un coste adicional para Osakidetza, debiendo notificar dicha circunstancia, aportando la ficha técnica y muestra de los mismos.

El adjudicatario deberá mantener en sus almacenes un stock de contingencia equivalente al menos al 10% de la cantidad licitada para un año, estando en disposición de servir dicho material en los plazos de entrega antes indicados. Durante el primer mes de ejecución del contrato, el adjudicatario deberá aportar una declaración responsable de dicho stock de reserva, indicando la dirección completa del almacén en el que está custodiado, número de unidades, lote de fabricación y fecha de caducidad. Trimestralmente el adjudicatario deberá actualizar mediante declaración responsable dicho stock. OSI Araba se reserva el derecho de verificar por sus propios medios el cumplimiento de dicho requisito mediante visitas al almacén del adjudicatario. En caso de que exista discrepancia entre las unidades declaradas y las que se puedan verificar en la visita in situ, esto podrá ser objeto de resolución del contrato.