PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE SUMINISTRO DE CATÉTERES, AGUJAS Y JERINGAS PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE OSAKIDETZA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2020/02552

0. INDICE

0. INDICE 2
1. OBJETO DEL CONTRATO 5
1.1. Justificación de necesidad e idoneidad del contrato 5
1.2. Procedimiento de adjudicación 5
2. ÁMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO 5
2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestación y/o ejecución 5
3. LOTES 6
3.1. Justificación de no división en lotes 6
3.2. Lotes: Objeto; Descripción; Códigos; (…) 6
4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS GENERALES 8
5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS POR LOTES 9
5.1. LOTE 1: 9
5.2. LOTE 2: 10
5.3. LOTE 3: 11
5.4. LOTE 4: 12
5.5. LOTE 5: 13
5.6. LOTE 6: 14
5.7. LOTE 7: 15
5.8. LOTE 8: 16
5.9. LOTE 9: 17
5.10. LOTE 10: 18
5.11. LOTE 11: 19
5.12. LOTE 12: 20
5.13. LOTE 13: 21
5.14. LOTE 14: 22

5.15. LOTE 15:.....23
5.16. LOTE 16:.....24
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.....25
6.1. Especificaciones técnicas generales no excluyentes aplicables a todos los lotes:25
6.2. Especificaciones técnicas generales excluyentes aplicables a todos los lotes: 25
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTES.....25
7.1. LOTE 1: 25
7.2. LOTE 2: 26
7.3. LOTE 3: 27
7.4. LOTE 4: 28
7.5. LOTE 5: 29
7.6. LOTE 6: 30
7.7. LOTE 7: 31
7.8. LOTE 8: 32
7.9. LOTE 9: 33
7.10. LOTE 10:.....34
7.11. LOTE 11:.....35
7.12. LOTE 12:.....36
7.13. LOTE 13:.....37
7.14. LOTE 14:.....38
7.15. LOTE 15:.....39
7.16. LOTE 16:.....40
7.17. NÚMERO MÁXIMO DE ADJUDICATARIOS POR LOTES 41
7.18. NÚMERO MÁXIMO DE LOTES A LOS QUE LICITAR.....41
8. VARIANTES TÉCNICAS.....41
9. MUESTRAS.....42
9.1. Forma de presentación.....42
9.2. Normas para la identificación de las muestras.....42
9.3. Unidades y destinatarios de las muestras 43

10. LUGAR DE ENTREGA SUMINISTRO / FACULTAD DE INSPECCIÓN / PLAN DE TRABAJO / PROGRAMA DE TRABAJO / PLAN DE PUESTA DE MARCHA 48
10.1. Lugar de entrega del suministro 48
10.2. Facultad de inspección 48
11. MODELO DE GESTIÓN 49
12. EJECUCIÓN 49
12.1. Condiciones de ejecución 49
12.2. Modelo de control y seguimiento 50
12.3. Programa de control 50

1. OBJETO DEL CONTRATO

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades actuales de **CATÉTERES, AGUJAS Y JERINGAS** para las Organizaciones de Servicios de Osakidetza.

1.1. Justificación de necesidad e idoneidad del contrato

Los productos objeto de contratación se consideran necesario para la prestación de asistencia sanitaria en las Organizaciones de Servicios de Osakidetza. No disponiendo de medios materiales ni humanos necesarios para abastecerse se considera idónea la contratación externa

1.2. Procedimiento de adjudicación

El procedimiento de adjudicación elegido es el **PROCEDIMIENTO ABIERTO** (Art. 156 a 158) de la LCSP 9/2019, del 8 de noviembre, con varios criterios de adjudicación, a través de la tramitación ordinaria.

2. ÁMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO

2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestación y/o ejecución

El presente Procedimiento adjudicará para **TODAS** las Organizaciones del Ente Público Osakidetza y la Fundación Onkologikoa, la adquisición de **CATÉTERES, AGUJAS Y JERINGAS**.

Si durante la vigencia del contrato se ampliaran el número de Organizaciones de Osakidetza, éstos quedarán incorporados al expediente.

En caso de que alguna organización tenga suscrito contrato para la adquisición del producto objeto del procedimiento se incorporará a éste una vez finalizado el citado contrato.

Una vez adjudicado el contrato, las organizaciones de servicios concretarán con las mercantiles los lugares de entrega, la cadencia y cualquier otra condición necesaria para la adecuada garantía del suministro.

3. LOTES

3.1. Justificación de no división en lotes

No procede.

3.2. Lotes: Objeto; Descripción; Códigos; (…)

Lote	DESCRIPCIÓN
1	**CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA**
1.1	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 16G 50MM*
1.2	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 18G 32MM*
1.3	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 18G 45MM*
1.4	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 20G 32MM*
1.5	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 22G 25MM*
1.6	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 24G 19MM*
2	**CATETER PERIFÉRICO CORTO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PASIVA PARA PEDIATRIA Y NEONATOS**
2.1	CAT.PERIF. CORTO PEDIATRIA SEG PAS S/ALETAS 24G 14MM*
2.2	CAT.PERIF. CORTO PEDIATRIA SEG PAS S/ALETAS 24G 19MM*
3	**EQUIPO INTEGRADO DE INFUSIÓN SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD**
3.1	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD C/ “Y” 22G 19MM
3.2	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD SIN “Y” 22G 19MM
3.3	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD C/ “Y” 24G 19MM
3.4	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD SIN “Y” 24G 19MM
4	**AGUJA DE EXTRACCION DE SEGURIDAD CON PORTATUBO INTEGRADO**
4.1	AGUJA DE EXTRACCION DE SEGURIDAD CON PORTATUBO INTEGRADO 21G 25MM
5	**AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO**
5.1	AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO 21G 19MM
5.2	AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO 23G 19MM
6	**PORTATUBO CON ADAPTADOR LUER-LOCK INTEGRADO**
6.1	PORTATUBO CON ADAPTADOR LUER-LOCK INTEGRADO
7	**AGUJAS HIPODÉRMICAS C/SEGURIDAD**
7.1	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,9 mm x 40mm 20G

Lote	DESCRIPCIÓN
7.2	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,9 mm x 25mm 20G
7.3	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,8 mm x 40mm 21G
7.4	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,8 mm x 25mm 21G
7.5	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,6 mm x 25mm 23G
7.6	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,5 mm x 25mm 25G
7.7	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,5 mm x 16mm 25G
7.8	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,3 mm x 13mm 30G
8	**AGUJAS PARA RESERVORIO C/SEGURIDAD**
8.1	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G CORTO
8.2	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G MEDIO
8.3	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G LARGO
9	**AGUJAS PARA BOLIGRAFO DE INSULINA C/SEGURIDAD PROFESIONAL**
9.1	AGUJAS PARA BOLIGRAFO DE INSULINA C/SEGURIDAD PROFESIONAL 30G 5MM
10	**AGUJA DE CARGA PUNTA ROMA**
10.1	AGUJA DE CARGA PUNTA ROMA 1,2 mm x 40 mm 18 G
11	**JERINGA DE INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD**
11.1	JERINGA INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD 50 unidades internacionales 8mm 30G
11.2	JERINGA INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD 100 unidades internacionales 13mm 29G
12	**JERINGA 1 ML TUBERCULINA C/AGUJA C/SEGURIDAD (INTRADERMICAS)**
12.1	JERINGA 1ML TUBERCULINA C/AGUJA C/SEGURIDAD 27G 13 MM
13	**JERINGAS 3 CUERPOS LUER**
13.1	JERINGA 3 CUERPOS LUER 50 ML
13.2	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 20 ML.
13.3	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 10 ML
13.4	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 5 ML
13.5	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 2 ML
13.6	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 1 ML
14	**JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK**
14.1	JERINGA 3 CUERPOS LUER-LOCK 50 ML
14.2	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 20 ML
14.3	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 10 ML

Lote	DESCRIPCIÓN
14.4	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 5 ML
14.5	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 3 ML
14.6	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 1 ML
15	**JERINGAS CONO CATETER 3 CUERPOS**
15.1	JERINGA CONO CATETER 3 CUERPOS 50 ML
16	**JERINGA PRECARGADA NaCl 0,9% CON 5ML Y 10 ML**
16.1	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 10 ML USO CAMPO ESTÉRIL
16.2	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 10 ML
16.3	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 5 ML

4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS GENERALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple la legislación vigente (Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, Directiva 93/42/CE de 14 de junio de 1993, y demás normativa de desarrollo sobre productos sanitarios), siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.

5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS POR LOTES

5.1. LOTE 1:

5.1.1. Lote 1: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
1	**CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA**
1.1	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 16G 50MM*
1.2	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 18G 32MM*
1.3	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 18G 45MM*
1.4	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 20G 32MM*
1.5	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 22G 25MM*
1.6	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 24G 19MM*

5.1.2. Lote 1: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.1.3. Lote 1: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 1: CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	
UNE-EN 10555-1 y UNE-EN 10555-5 Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de un solo uso. Parte 1: Requisitos generales y parte 5: Catéteres periféricos sobre aguja.	

5.2. LOTE 2:

5.2.1. Lote 2: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
2	**CATETER PERIFÉRICO CORTO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PASIVA PARA PEDIATRIA Y NEONATOS**
2.1	CAT.PERIF. CORTO PEDIATRIA SEG PAS S/ALETAS 24G 14MM*
2.2	CAT.PERIF. CORTO PEDIATRIA SEG PAS S/ALETAS 24G 19MM*

5.2.2. Lote 2: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.2.3. Lote 2: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 2: CATETER PERIFÉRICO CORTO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PASIVA PARA PEDIATRIA Y NEONATOS	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	
UNE-EN 10555-1 y UNE-EN 10555-5 Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de un solo uso. Parte 1: Requisitos generales y parte 5: Catéteres periféricos sobre aguja.	

5.3. LOTE 3:

5.3.1. Lote 3: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
3	**EQUIPO INTEGRADO DE INFUSIÓN SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD**
3.1	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD C/ "Y" 22G 19MM
3.2	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD SIN "Y" 22G 19MM
3.3	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD C/ "Y" 24G 19MM
3.4	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD SIN "Y" 24G 19MM

5.3.2. Lote 3: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.3.3. Lote 3: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 3: EQUIPO INTEGRADO DE INFUSIÓN SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	
UNE-EN 10555-1 y UNE-EN 10555-5 Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de un solo uso. Parte 1: Requisitos generales y parte 5: Catéteres periféricos sobre aguja	

5.4. LOTE 4:

5.4.1. Lote 4: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
4	**AGUJA DE EXTRACCION DE SEGURIDAD CON PORTATUBO INTEGRADO**
4.1	AGUJA DE EXTRACCION DE SEGURIDAD CON PORTATUBO INTEGRADO 21G 25MM

5.4.2. Lote 4: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.4.3. Lote 4: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 4: AGUJA DE EXTRACCION DE SEGURIDAD CON PORTATUBO INTEGRADO	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	
UNE-EN-ISO 7864. Aguja hipodérmicas estériles de un solo uso.	

5.5. LOTE 5:

5.5.1. Lote 5: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
5	**AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO**
5.1	AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO 21G 19MM
5.2	AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO 23G 19MM

5.5.2. Lote 5: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.5.3. Lote 5: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 5: AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	
UNE-EN-ISO 7864. Aguja hipodérmicas estériles de un solo uso.	

5.6. LOTE 6:

5.6.1. Lote 6: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
6	**PORTATUBO CON ADAPTADOR LUER-LOCK INTEGRADO**
6.1	PORTATUBO CON ADAPTADOR LUER-LOCK INTEGRADO

5.6.2. Lote 6: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.6.3. Lote 6: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 6: PORTATUBO CON ADAPTADOR LUER-LOCK INTEGRADO	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas

5.7. LOTE 7:

5.7.1. Lote 7: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
7	**AGUJAS HIPODÉRMICAS C/SEGURIDAD**
7.1	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,9 mm x 40mm 20G
7.2	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,9 mm x 25mm 20G
7.3	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,8 mm x 40mm 21G
7.4	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,8 mm x 25mm 21G
7.5	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,6 mm x 25mm 23G
7.6	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,5 mm x 25mm 25G
7.7	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,5 mm x 16mm 25G
7.8	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,3 mm x 13mm 30G

5.7.2. Lote 7: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.7.3. Lote 7: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 7: AGUJAS HIPODÉRMICAS C/SEGURIDAD	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	
Cumplimiento ISO 7864 Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso	

5.8. LOTE 8:

5.8.1. Lote 8: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
8	**AGUJAS PARA RESERVORIO C/SEGURIDAD**
8.1	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G CORTO
8.2	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G MEDIO
8.3	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G LARGO

5.8.2. Lote 8: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.8.3. Lote 8: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 8: AGUJAS PARA RESERVORIO C/SEGURIDAD	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	
Cumplimiento ISO 7864 Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso	

5.9. LOTE 9:

5.9.1. Lote 9: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
9	AGUJAS PARA BOLIGRAFO DE INSULINA C/SEGURIDAD PROFESIONAL
9.1	AGUJAS PARA BOLIGRAFO DE INSULINA C/SEGURIDAD PROFESIONAL 30G 5MM

5.9.2. Lote 9: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.9.3. Lote 9: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 9: AGUJAS PARA BOLIGRAFO DE INSULINA C/SEGURIDAD PROFESIONAL	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	
Cumplimiento ISO 7864 Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso	

5.10. LOTE 10:

5.10.1. Lote 10: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
10	**AGUJA DE CARGA PUNTA ROMA**
10.1	AGUJA DE CARGA PUNTA ROMA 1,2 mm x 40 mm 18 G

5.10.2. Lote 10: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.10.3. Lote 10: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 10: AGUJA DE CARGA PUNTA ROMA	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase I estéril.
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	

5.11. LOTE 11:

5.11.1. Lote 11: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
11	**JERINGA DE INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD**
11.1	JERINGA INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD 50 unidades internacionales 8mm 30G
11.2	JERINGA INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD 100 unidades internacionales 13mm 29G

5.11.2. Lote 11: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.11.3. Lote 11: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 11: JERINGA DE INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	
UNE-EN-ISO 8537. Jeringuillas estériles para un solo uso con o sin Aguja hipodérmica de insulina.	

5.12. LOTE 12:

5.12.1. Lote 12: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
12	**JERINGA TUBERCULINA 1 ML C/AGUJA C/SEGURIDAD (INTRADERMICAS)**
12.1	JERINGA 1ML TUBERCULINA C/AGUJA C/SEGURIDAD 27G 13 MM

5.12.2. Lote 12: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.12.3. Lote 12: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 12: JERINGA TUBERCULINA C/AGUJA C/SEGURIDAD (INTRADERMICAS) ml	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase IIa
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario	
UNE-EN ISO 7886-1 Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 1: Jeringas para utilización manual.	

5.13. LOTE 13:

5.13.1. Lote 13: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
13	**JERINGAS 3 CUERPOS LUER**
13.1	JERINGA 3 CUERPOS LUER 50 ML
13.2	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 20 ML
13.3	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 10 ML
13.4	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 5 ML
13.5	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 2 ML
13.6	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 1 ML

5.13.2. Lote 13: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.13.3. Lote 13: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 13: JERINGAS 3 CUERPOS LUER	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase I estéril
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
UNE-EN ISO 7886-1 Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 1: Jeringas para utilización manual	

5.14. LOTE 14:

5.14.1. Lote 14: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
14	**JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK**
14.1	JERINGA 3 CUERPOS LUER-LOCK 50 ML
14.2	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 20 ML
14.3	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 10 ML
14.4	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 5 ML
14.5	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 3 ML
14.6	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 1 ML

5.14.2. Lote 14: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.14.3. Lote 14: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 14 : JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase I estéril
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
UNE-EN ISO 7886-1 Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 1: Jeringas para utilización manual.	

5.15. LOTE 15:

5.15.1. Lote 15: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
15	**JERINGAS CONO CATETER 3 CUERPOS**
15.1	JERINGA CONO CATETER 3 CUERPOS 50 ML

5.15.2. Lote 15: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.15.3. Lote 15: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 15 : JERINGAS CONO CATETER 3 CUERPOS	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario. Clase I estéril
	Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
	Declaración CE de conformidad con Organismo Notificado
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
Cumplimiento UNE-EN ISO 7886-1 Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 1: Jeringas para utilización manual.	

5.16. LOTE 16:

5.16.1. Lote 16: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
16	**JERINGA PRECARGADA NaCl 0,9% CON 5ML Y 10 ML**
16.1	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 10 ML USO CAMPO ESTÉRIL
16.2	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 10 ML
16.3	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 5 ML

5.16.2. Lote 16: Requisitos normativos y etiquetas no excluyentes (art. 127)

No procede. Todos los requisitos de este lote son excluyentes

5.16.3. Lote 16: Requisitos normativos y etiquetas excluyentes (art. 127)

LOTE 16: JERINGA PRECARGADA NaCl 0,9% CON 5ML Y 10 ML	
Producto sanitario	Cumplimiento **RD 1591/2009** de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios y posteriores modificaciones, **directiva 93/42/CEE** como producto sanitario.
	Marcado CE como producto sanitario
	Declaración CE de conformidad
	Cumplimiento de la UNE-EN ISO 15223-1:2017 Etiquetado y pictogramas
UNE-EN ISO 7886-1 Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 1: Jeringas para utilización manual.	

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Los licitadores, en su documentación técnica, deberán especificar las características técnicas de los artículos que ofertan, debiendo ajustarse éstas a las definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para cada tipo de producto y a la normativa vigente.

6.1. Especificaciones técnicas generales no excluyentes aplicables a todos los lotes:

No procede

6.2. Especificaciones técnicas generales excluyentes aplicables a todos los lotes:

Las ofertas en las que se presente una misma referencia a diferentes artículos del mismo lote serán excluidas del lote.

Las ofertas en las que se presente una misma referencia a más de un lote, serán excluidas en dichos lotes.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTES

7.1. LOTE 1:

7.1.1. Lote 1: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
1	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA
1.1	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 16G 50MM*
1.2	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 18G 32MM*
1.3	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 18G 45MM*
1.4	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 20G 32MM*
1.5	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 22G 25MM*
1.6	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 24G 19MM*

7.1.2. Lote 1: Requisitos técnicos excluyentes

7.1.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Estéril
2. Sistema pasivo de seguridad irreversible
3. Cámara transparente
4. Cánula radio-opaca
5. Con sistema o plataforma de fijación
6. Sin puerto
7. Con sistema antirreflujo
8. Catéteres que soporten una presión igual o superior a 300 psi/21 bar
9. Material exento de Látex
10. Material exento de PVC/ftalatos
11. Cánula exenta de teflón
12. PRESENTACIÓN
    - Envase unitario estéril indicando al menos de manera clara y legible:
        a. Fecha de caducidad
        b. Nº de lote
        c. Referencia del proveedor
        e. Símbolo de un solo uso
        f. Símbolo de estéril
        g. Método de esterilización
        h. Marcado CE
        i. Descripción producto

7.2. LOTE 2:

7.2.1. Lote 2: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
2	**CATETER PERIFÉRICO CORTO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PASIVA PARA PEDIATRIA Y NEONATOS**
2.1	CAT.PERIF. CORTO PEDIATRIA SEG PAS S/ALETAS 24G 14MM*
2.2	CAT.PERIF. CORTO PEDIATRIA SEG PAS S/ALETAS 24G 19MM*

7.2.2. Lote 2: Requisitos técnicos excluyentes

7.2.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Estéril
2. Sistema pasivo de seguridad irreversible
3. Cámara transparente
4. Cánula radio-opaca
5. Sin puerto
6. Catéteres que soporten una presión igual o superior a 300 psi/21 bar.
7. Material exento de Látex
8. Material exento de PVC/ftalatos.
9. Cánula exenta de teflón
10. PRESENTACIÓN
    - Envase unitario estéril indicando al menos de manera clara y legible:
        a. Fecha de caducidad
        b. Nº de lote
        c. Referencia del proveedor
        e. Símbolo de un solo uso
        f. Símbolo de estéril
        g. Método de esterilización
        h. Marcado CE
        i. Descripción producto

7.3. LOTE 3:

7.3.1. Lote 3: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
3	**EQUIPO INTEGRADO DE INFUSIÓN SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD**
3.1	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD C/ "Y" 22G 19MM
3.2	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD SIN "Y" 22G 19MM
3.3	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD C/ "Y" 24G 19MM
3.4	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD SIN "Y" 24G 19MM

7.3.2. Lote 3: Requisitos técnicos excluyentes

7.3.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Catéter no metálico con aletas y alargadera integrada
2. Sistema de seguridad pasivo
3. Material exento de Látex
4. Material exento de PVC/ftalatos
5. Cánula exenta de teflón
6. PRESENTACIÓN
   - Envase unitario estéril indicando al menos de manera clara y legible:
     a. Fecha de caducidad
     b. Nº de lote
     c. Referencia del proveedor
     e. Símbolo de un solo uso
     f. Símbolo de estéril
     g. Método de esterilización
     h. Marcado CE
     i. Descripción producto

7.4. LOTE 4:

7.4.1. Lote 4: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
4	**AGUJA DE EXTRACCION DE SEGURIDAD CON PORTATUBO INTEGRADO**
4.1	AGUJA DE EXTRACCION DE SEGURIDAD CON PORTATUBO INTEGRADO 21G 25MM

7.4.2. Lote 4: Requisitos técnicos excluyentes

7.4.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Con sistema de seguridad
2. Equipo compacto de los diferentes elementos
3. Sistema de control óptico de presencia de sangre en punción
4. Portatubos transparente o traslucido con adaptador universal para tubos de analítica
5. Material exento de Látex
6. Material exento de PVC/ftalatos

7. PRESENTACIÓN

- Envase unitario estéril indicando de manera clara y legible:

  a. Fecha de caducidad

  b. Nº de lote

  c. Referencia del proveedor

  d. Símbolo de un solo uso

  e. Símbolo de estéril

  f. Método de esterilización

  g. Marcado CE

  h. Descripción producto

7.5. LOTE 5:

7.5.1. Lote 5: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
5	**AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO**
5.1	AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO 21G 19MM
5.2	AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO 23G 19MM

7.5.2. Lote 5: Requisitos técnicos excluyentes

7.5.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Con sistema de seguridad
2. Sistema de visualización de sangre en cuerpo de palomilla
3. Portatubos premontado, transparente o traslucido con adaptador universal para tubos de analítica
4. Material exento de Látex, PVC/ftalatos

5. PRESENTACIÓN
    - Envase unitario estéril indicando al menos de manera clara y legible:
        a. Fecha de caducidad
        b. Nº de lote
        c. Referencia del proveedor
        d. Símbolo de un solo uso
        e. Símbolo de estéril
        f. Método de esterilización
        g. Marcado CE
        h. Descripción del producto

7.6. LOTE 6:

7.6.1. Lote 6: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
6	**PORTATUBO CON ADAPTADOR LUER-LOCK INTEGRADO**
6.1	PORTATUBO CON ADAPTADOR LUER-LOCK INTEGRADO

7.6.2. Lote 6: Requisitos técnicos excluyentes

7.6.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Conexión luer-lock integrada en portatubo
2. Portatubos transparente o traslucido con adaptador universal para tubos de analítica
3. Material exento de Látex, PVC y/o ftalatos.
4. PRESENTACIÓN
    - Envase unitario estéril indicando al menos de manera clara y legible:
        a. Fecha de caducidad

b. Nº de lote

c. Referencia del proveedor

e. Símbolo de un solo uso

f. Símbolo de estéril

g. Método de esterilización

h. Marcado CE

7.7. LOTE 7:

7.7.1. Lote 7: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
7	AGUJAS HIPODÉRMICAS C/SEGURIDAD
7.1	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,9 mm x 40mm 20G
7.2	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,9 mm x 25mm 20G
7.3	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,8 mm x 40mm 21G
7.4	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,8 mm x 25mm 21G
7.5	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,6 mm x 25mm 23G
7.6	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,5 mm x 25mm 25G
7.7	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,5 mm x 16mm 25G
7.8	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,3 mm x 13mm 30G

7.7.2. Lote 7: Requisitos técnicos excluyentes

7.7.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Dispositivo de seguridad integrado e irreversible
2. Sistema audible de activación de la seguridad
3. Compatible con conexiones luer y luer-lock
4. Cono translúcido.
5. Material exento de Látex, PVC/ftalatos

6. PRESENTACIÓN

   - Envasado unitario estéril con solapa con la siguiente información:

     a. Fecha de caducidad

     b. Nº de lote

     c. Referencia del proveedor

     d. Símbolo de un solo uso

     e. Símbolo de estéril

     f. Método de esterilización

     g. Marcado CE

     h. Descripción del producto

7.8. LOTE 8:

7.8.1. Lote 8: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
8	**AGUJAS PARA RESERVORIO C/SEGURIDAD**
8.1	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G CORTO
8.2	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G MEDIO
8.3	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G LARGO

7.8.2. Lote 8: Requisitos técnicos excluyentes

7.8.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Aguja punta Huber
2. Sistema de seguridad
3. Línea de extensión (≤20 cm)
4. Asa para punción
5. Base acolchada
6. Dispone de clamp o pinza
7. Conector luer-lock con tapón extremo distal del tubo
8. Apto para flujo alta presión (5ml/seg o 300psi)

9. Única línea de infusión, sin "Y"
10. Material exento de Látex, PVC/ftalatos
11. Tres mediciones de la longitud de la aguja (aguja útil) que se mide desde la punta del bisel hasta la base de apoyo en piel del dispositivo. Las medidas de aguja serán:
    a. Corto: 19mm aproximadamente
    b. Medio: 24mm aproximadamente
    c. Largo: 30 mm aproximadamente
12. PRESENTACIÓN

    - Envase unitario estéril indicando al menos de manera clara y legible:

        a. Fecha de caducidad

        b. Nº de lote

        c. Referencia del proveedor

        d. Símbolo de un solo uso

        e. Símbolo de estéril

        f. Marcado CE

        g. Descripción del producto

7.9. LOTE 9:

7.9.1. Lote 9: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
9	AGUJAS PARA BOLIGRAFO DE INSULINA C/SEGURIDAD PROFESIONAL
9.1	AGUJAS PARA BOLIGRAFO DE INSULINA C/SEGURIDAD PROFESIONAL 30G 5MM

7.9.2. Lote 9: Requisitos técnicos excluyentes

7.9.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Sistema de seguridad pasiva en ambos extremos, paciente y bolígrafo.
2. Conexión compatible para cualquier bolígrafo.
3. Material exento de Látex, PVC/ftalatos

4. PRESENTACIÓN

   - Envase unitario con precinto protector que indique:

     a. Marcado C.E.
     b. Calibre y longitud
     c. Nº Lote
     d. Símbolo Estéril
     e. Método de esterilización
     f. Símbolo de un solo uso
     g. Fecha de caducidad
     h. Descripción del producto

7.10. LOTE 10:

7.10.1. Lote 10: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
10	**AGUJA DE CARGA PUNTA ROMA**
10.1	AGUJA DE CARGA PUNTA ROMA 1,2 mm x 40 mm 18 G

7.10.2. Lote 10: Requisitos técnicos excluyentes

7.10.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Tamaño aguja entre 40mm (+/-2mm)
2. Punta roma
3. Sin filtro
4. Compatible con conexiones luer y luer-lock
5. Capuchón de aguja rojo
6. Material exento de Látex, PVC/ftalatos
7. PRESENTACIÓN

   - Envasado unitario estéril con solapa con la siguiente información:

     a. Fecha de caducidad

     b. Nº de lote

     c. Referencia del proveedor

d. Símbolo de un solo uso

e. Símbolo de estéril

f. Método de esterilización

g. Marcado CE

h. Descripción

7.11. LOTE 11:

7.11.1. Lote 11: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
11	**JERINGA DE INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD**
11.1	JERINGA INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD 50 unidades internacionales 8mm 30G
11.2	JERINGA INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD 100 unidades internacionales 13mm 29G

7.11.2. Lote 11: Requisitos técnicos excluyentes

7.11.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Jeringa de 3 cuerpos con aguja integrada
2. Con sistema de seguridad irreversible que cubra la totalidad de la aguja
3. Doble escala: métrica con ML y de unidades internacionales, con visibilización de la medida de UI.
4. Capacidad de jeringa de 50 UI (0,5 ml) y en jeringa de 100 UI (1 ml).
5. Material exento de Látex, PVC/ftalatos
6. PRESENTACIÓN
   - Envase unitario estéril con solapa en el que figura:
     a. Fecha de caducidad
     b. Nº de lote
     c. Referencia del proveedor
     d. Símbolo de un solo uso

e. Símbolo de estéril

f. Método de esterilización

g. Descripción del producto

h. Marcado CE

7.12. LOTE 12:

7.12.1. Lote 12: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
12	**JERINGA 1 ML TUBERCULINA C/AGUJA C/SEGURIDAD (INTRADERMICAS)**
12.1	JERINGA 1ML TUBERCULINA C/AGUJA C/SEGURIDAD 27G 13 MM

7.12.2. Lote 12: Requisitos técnicos excluyentes

7.12.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Jeringa de 3 cuerpos con aguja integrada
2. Con sistema de seguridad irreversible que cubra la totalidad de la aguja
3. Escala métrica con visibilización de 0,01 ml en 0,01 ml.
4. Material exento de Látex, PVC/ftalatos
5. PRESENTACIÓN

   - Envase unitario estéril con solapa en el que figura:

     a. Fecha de caducidad

     b. Nº de lote

     c. Referencia

     d. Símbolo de un solo uso

     e. Símbolo de estéril

     f. Método de esterilización

     g. Descripción del producto

     h. Marcado CE

7.13. LOTE 13:

7.13.1. Lote 13: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
13	**JERINGAS 3 CUERPOS LUER**
13.1	JERINGA 3 CUERPOS LUER 50 ML
13.2	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 20 ML
13.3	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 10 ML
13.4	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 5 ML
13.5	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 2 ML
13.6	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 1 ML

7.13.2. Lote 13: Requisitos técnicos excluyentes

7.13.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Dimensiones de la jeringa:
    a. Jeringa 1 ml, con capacidad para 1ml.
    b. Jeringa 2ml que podrá tener capacidad graduada hasta 3ml.
    c. Jeringa de 5ml que podrá tener capacidad graduada hasta 6ml.
    d. Jeringa de 10ml que podrá tener capacidad graduada hasta 12ml.
    e. Jeringa de 20ml que podrá tener capacidad graduada hasta 24ml.
    f. Jeringa de 50ml que podrá tener capacidad graduada hasta 60ml.
2. Escala métrica graduada
3. Translúcida.
4. Tope que impida la salida del émbolo
5. Material exento de Látex, PVC/ftalatos
6. CARACTERISTICAS EXCLUYENTES PARA JERINGA 1ml, además de las anteriores:
    a. Sin espacio muerto
7. PRESENTACIÓN

    - Envase unitario estéril con solapa en el que figura:

        a. Marcado CE

        b. Fecha de caducidad

        c. Nº de lote

d. Referencia

e. Símbolo de un solo uso

f. Símbolo de estéril

g. Método de esterilización

h. Capacidad en ml de la jeringa

7.14. LOTE 14:

7.14.1. Lote 14: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
14	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK
14.1	JERINGA 3 CUERPOS LUER-LOCK 50 ML
14.2	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 20 ML
14.3	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 10 ML
14.4	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 5 ML
14.5	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 3 ML
14.6	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 1 ML

7.14.2. Lote 14: Requisitos técnicos excluyentes

7.14.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Dimensiones de la jeringa:
   a. Jeringa 1 ml, con capacidad para 1ml.
   b. Jeringa 2ml que podrá tener capacidad graduada hasta 3ml.
   c. Jeringa de 5ml que podrá tener capacidad graduada hasta 6ml.
   d. Jeringa de 10ml que podrá tener capacidad graduada hasta 12ml.
   e. Jeringa de 20ml que podrá tener capacidad graduada hasta 24ml.
   f. Jeringa de 50ml que podrá tener capacidad graduada hasta 60ml.
2. Escala métrica graduada
3. Translúcida.
4. Tope que impida la salida del émbolo
5. Material exento de Látex, PVC/ftalatos

6. CARACTERISTICAS EXCLUYENTES PARA JERINGA 1ml, además de las anteriores:
    a. Sin espacio muerto
7. PRESENTACIÓN

    - Envase unitario estéril con solapa en el que figura:

        a. Fecha de caducidad

        b. Nº de lote

        c. Referencia del proveedor

        d. Símbolo de un solo uso

        e. Símbolo de estéril

        f. Método de esterilización

        g. Capacidad en ml de la jeringa

        h. Marcado CE

7.15. LOTE 15:

7.15.1. Lote 15: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
15	**JERINGAS CONO CATETER 3 CUERPOS**
15.1	JERINGA CONO CATETER 3 CUERPOS 50 ML

7.15.2. Lote 15: Requisitos técnicos excluyentes

7.15.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Dimensiones de la jeringa:
    a. Jeringa de 50ml que podrá tener capacidad graduada hasta 60ml
2. Escala métrica graduada
3. Translúcida.
4. Tope que impida la salida del émbolo
5. Material exento de Látex, PVC/ftalatos

6. PRESENTACIÓN
    - Envase unitario estéril con solapa en el que figura:
        a. Fecha de caducidad
        b. Nº de lote
        c. Referencia del proveedor
        d. Símbolo de un solo uso
        e. Símbolo de estéril
        f. Método de esterilización
        g. Capacidad en ml de la jeringa
        h. Marcado CE

7.16. LOTE 16:

7.16.1. Lote 16: Objeto; Descripción; Códigos

Lote	DESCRIPCIÓN
16	**JERINGA PRECARGADA NaCl 0,9% CON 5ML Y 10 ML**
16.1	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 10 ML USO CAMPO ESTÉRIL
16.2	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 10 ML
16.3	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 5 ML

7.16.2. Lote 16: Requisitos técnicos excluyentes

7.16.2.1. Especificaciones técnicas de los artículos

1. Jeringa de 3 cuerpos
2. Para los artículos 16.1 y 16.2: cargada con 10cc. de suero fisiológico estéril. Para el artículo 16.3: cargada con 5cc. de suero fisiológico estéril
3. Conexión luer-lock
4. Escala graduada
5. Jeringa trasparente con tapón premontado
6. Sistema de tope trasero que impide la salida del émbolo
7. Material exento de Látex, PVC/ftalatos

8. PRESENTACIÓN ARTICULO 16.1:

Envase unitario **apto para uso en campo estéril** indicando al menos de manera clara y legible:

a) Fecha de caducidad
b) Nº de lote
c) Referencia del proveedor
d) Símbolo de un solo uso
e) Símbolo de estéril
f) Marcado CE

9. PRESENTACIÓN ARTICULOS 16.2 y 16.3:

Envase unitario o jeringa indicando al menos de manera clara y legible:

a) Fecha de caducidad
b) Nº de lote
c) Referencia del proveedor
d) Símbolo de un solo uso
e) Símbolo de estéril
f) Marcado CE

7.17. NÚMERO MÁXIMO DE ADJUDICATARIOS POR LOTES

Cada lote se adjudicará a un único adjudicatario

7.18. NÚMERO MÁXIMO DE LOTES A LOS QUE LICITAR

No procede

8. VARIANTES TÉCNICAS

No hay variantes técnicas

9. MUESTRAS

9.1. Forma de presentación

Es condición imprescindible, el envío de muestras debidamente identificadas de todos los artículos ofertados con su correspondiente albarán.
Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación. Se presentarán tal y como vaya a ser suministrado el artículo a las organizaciones peticionarias.

9.2. Normas para la identificación de las muestras

1. Las muestras de los diferentes productos, deberán estar debidamente identificadas, señalando claramente:
   - Número de expediente
   - Número de lote y código de artículo
   - Nombre de la empresa ofertante
   - Referencia del artículo para el proveedor

   VER MODELO DE ETIQUETA (punto 6)
2. Se deberá ajustar el número de muestras (unidades) al solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. No obstante, la Comisión Técnica podrá requerir la entrega de más muestras si así lo considera oportuno.
3. **El envase unitario que no reúna los requisitos de identificación, podrá quedar excluido. Este requisito es imprescindible para realizar una valoración correcta.**
4. Las muestras no probadas se quedarán en los diferentes centros de recepción, salvo en los casos en que el proveedor explicite su intención de recuperación.
5. **<u>IMPORTANTE</u>: Las muestras se deberán entregar con el correspondiente ALBARÁN DE ENTREGA.**

6. **MODELO DE ETIQUETA DE MUESTRA:**

Nº de expediente: <<***expediente***>>
Nº Lote: <<***lote***>>
Nombre empresa: <<***empresa***>>
Refª del proveedor: <<***Refª proveedor***>>

La empresa licitadora ajustará la etiqueta a cada envase unitario a aportar, teniendo en cuenta que en ningún caso deberá tapar los datos esenciales del artículo y destinatarios de las muestras.

9.3. Unidades y destinatarios de las muestras

Se deberá entregar UNA caja de todos los artículos de los lotes a los que se licita, obligatoriamente, en la Dirección General de Osakidetza – Servicio de Contratación:

ORGANIZACIÓN	DIRECCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	A LA ATENCION DE
DIRECCIÓN GENERAL (*)	C/Alava, 45 01006 GASTEIZ Tfno: 945 00 63 49	1ª Planta Contratación	Contratación

Además, se deberán entregar las siguientes muestras a las diferentes organizaciones de servicios que se detallan a continuación:

Lote	DESCRIPCIÓN	UNID.	ORGANIZACIÓN
1	**CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA**		
1.1	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 16G 50MM*	1 caja	OSI Barrualde-Galdakao OSI Araba OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
1.2	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 18G 32MM*	1 caja	OSI Barrualde-Galdakao OSI Araba OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto

Lote	DESCRIPCIÓN	UNID.	ORGANIZACIÓN
1.3	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 18G 45MM*	1 caja	OSI Barrualde-Galdakao OSI Araba OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
1.4	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 20G 32MM*	1 caja	OSI Barrualde-Galdakao OSI Araba OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
1.5	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 22G 25MM*	1 caja	OSI Barrualde-Galdakao OSI Araba OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
1.6	CATETER PERIFÉRICO CORTO SIN ALETAS DE SEGURIDAD PASIVA 24G 19MM*	1 caja	OSI Barrualde-Galdakao OSI Araba OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
2	**CATETER PERIFÉRICO CORTO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PASIVA PARA PEDIATRIA Y NEONATOS**		
2.1	CAT.PERIF. CORTO PEDIATRIA SEG PAS S/ALETAS 24G 14MM*	1 caja	OSI Donostialdea OSI E-E-Cruces
2.2	CAT.PERIF. CORTO PEDIATRIA SEG PAS S/ALETAS 24G 19MM*	1 caja	OSI Donostialdea OSI E-E-Cruces
3	**EQUIPO INTEGRADO DE INFUSIÓN SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD**		
3.1	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD C/ “Y” 22G 19MM	1 caja	OSI Bilbao-Basurto OSI Barrualde-Galdakao
3.2	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD SIN “Y” 22G 19MM	1 caja	OSI Bilbao-Basurto OSI Barrualde-Galdakao
3.3	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD C/ “Y” 24G 19MM	1 caja	OSI Bilbao-Basurto OSI Barrualde-Galdakao
3.4	EQUIPO INTEGRADO DE INFUSION SUBCUTANEA CON CATÉTER DE SEGURIDAD SIN “Y” 24G 19MM	1 caja	OSI Bilbao-Basurto OSI Barrualde-Galdakao
4	**AGUJA DE EXTRACCION DE SEGURIDAD CON PORTATUBO INTEGRADO**		
4.1	AGUJA DE EXTRACCION DE SEGURIDAD CON PORTATUBO INTEGRADO 21G 25MM	1 caja	OSI Araba OSI Donostialdea
5	**AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO**		
5.1	AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO 21G 19MM	1 caja	OSI Araba OSI Donostialdea

Lote	DESCRIPCIÓN	UNID.	ORGANIZACIÓN
5.2	AGUJA DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD C/ALETAS Y PORTATUBO PREMONTADO 23G 19MM	1 caja	OSI Araba OSI Donostialdea
6	**PORTATUBO CON ADAPTADOR LUER-LOCK INTEGRADO**		
6.1	PORTATUBO CON ADAPTADOR LUER-LOCK INTEGRADO	1 caja	OSI Araba OSI Bilbao-Basurto
7	**AGUJAS HIPODÉRMICAS C/SEGURIDAD**		
7.1	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,9 mm x 40mm 20G	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
7.2	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,9 mm x 25mm 20G	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
7.3	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,8 mm x 40mm 21G	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
7.4	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,8 mm x 25mm 21G	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
7.5	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,6 mm x 25mm 23G	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
7.6	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,5 mm x 25mm 25G	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
7.7	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,5 mm x 16mm 25G	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
7.8	AGUJA HIPODERMICA C/SEGURIDAD 0,3 mm x 13mm 30G	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Bilbao-Basurto
8	**AGUJAS PARA RESERVORIO C/SEGURIDAD**		
8.1	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G CORTO	1 caja	OSI Donostialdea OSI Barrualde-Galdakao
8.2	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G MEDIO	1 caja	OSI Donostialdea OSI Barrualde-Galdakao
8.3	AGUJA RESERVORIO C/SEGURIDAD 20G LARGO	1 caja	OSI Donostialdea OSI Barrualde-Galdakao
9	**AGUJAS PARA BOLIGRAFO DE INSULINA C/SEGURIDAD PROFESIONAL**		
9.1	AGUJAS PARA BOLIGRAFO DE INSULINA C/SEGURIDAD PROFESIONAL 30G 5MM	1 caja	OSI Barrualde Galdakao OSI Bilbao-Basurto
10	**AGUJA DE CARGA PUNTA ROMA**		
10.1	AGUJA DE CARGA PUNTA ROMA 1,2 mm x 40 mm 18 G	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Araba OSI Donostialdea

Lote	DESCRIPCIÓN	UNID.	ORGANIZACIÓN
11	**JERINGA DE INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD**		
11.1	JERINGA INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD 50 unidades internacionales 8mm 30G	1 caja	OSI Barrualde-Galdakao OSI Bilbao-Basurto
11.2	JERINGA INSULINA C/AGUJA C/ SEGURIDAD 100 unidades internacionales 13mm 29G	1 caja	OSI Barrualde-Galdakao OSI Bilbao-Basurto
12	**JERINGA 1 ML TUBERCULINA C/AGUJA C/SEGURIDAD (INTRADERMICAS)**		
12.1	JERINGA 1ML TUBERCULINA C/AGUJA C/SEGURIDAD 27G 13 MM	1 caja	OSI Barrualde-Galdakao OSI Bilbao-Basurto
13	**JERINGAS 3 CUERPOS LUER**		
13.1	JERINGA 3 CUERPOS LUER 50 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
13.2	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 20 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
13.3	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 10 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
13.4	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 5 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
13.5	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 2 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
13.6	JERINGAS 3 CUERPOS LUER 1 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
14	**JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK**		
14.1	JERINGA 3 CUERPOS LUER-LOCK 50 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
14.2	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 20 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
14.3	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 10 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
14.4	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 5 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
14.5	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 3 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea
14.6	JERINGAS 3 CUERPOS LUER LOCK 1 ML	1 caja	OSI E-E-Cruces OSI Donostialdea

Lote	DESCRIPCIÓN	UNID.	ORGANIZACIÓN
15	**JERINGAS CONO CATETER 3 CUERPOS**		
15.1	JERINGA CONO CATETER 3 CUERPOS 50 ML	1 caja	OSI Araba OSI E-E-Cruces
16	**JERINGA PRECARGADA NaCl 0,9% CON 5ML Y 10 ML**		
16.1	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 10 ML USO CAMPO ESTÉRIL	1 caja	OSI Araba OSI E-E-Cruces
16.2	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 10 ML	1 caja	OSI Araba OSI E-E-Cruces
16.3	JERINGA PRECARGADA **NaCl 0,9%** CON 5 ML	1 caja	OSI Araba OSI E-E-Cruces

Lugar de entrega de las muestras:

Organización	Dirección	Lugar de entrega y contacto
OSI Barrualde-Galdakao	Barrio Labeaga, 46 48960 Usansolo Bizkaia	Almacén General hospital de Galdakao Virginia Plaza Teléfono: 628 743684
OSI Bilbao-Basurto	Avenida de Montevideo, 18 48013 Bilbao Bizkaia	Almacén General hospital de Basurto Loreto Pascual Teléfono: 94 4006050
OSI Araba	Sede Txagorritxu: C/ Jose Atxotegi, s/n 01009 Vitoria-Gasteiz Araba/Álava	Almacén General hospital Txagorritxu Cristina Quesada Teléfono: 945 007366
OSI Eskerraldea-Enkarterri-Cruces	Plaza de Cruces, 12 48903 Barakaldo Bizkaia	Almacén General hospital de Cruces Juan Luis Aguirre Teléfono: 94 6006000
OSI Donostialdea	C/ Doctor Begiristain, 117 20014 Donostia-San Sebastián Gipuzkoa	Almacén General Hospital Donostia Naroa Ballesta Teléfono: 94 3007311

Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para Osakidetza.

Las muestras deberán estar depositadas en las direcciones arriba indicadas, siendo el último día de presentación el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas. La falta de cumplimiento de este requisito es causa de EXCLUSIÓN.

10. LUGAR DE ENTREGA SUMINISTRO / FACULTAD DE INSPECCIÓN / PLAN DE TRABAJO / PROGRAMA DE TRABAJO / PLAN DE PUESTA DE MARCHA

10.1. Lugar de entrega del suministro

El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del suministro en el lugar que se designe por cada una de las organizaciones de servicios de Osakidetza.

Las ofertas han de prever, para todos los artículos, los diferentes sistemas de distribución y puntos de almacenamiento que disponen todas las organizaciones mencionadas, realizándose la distribución directamente en el punto que indique cada una de ellas. Por cambios organizativos, durante el periodo del contrato, podrán cambiar la ubicación de los almacenes y sus horarios de entrega del material, aceptando explícitamente el proveedor que estos cambios no supondrán en ningún caso una modificación de las condiciones contractuales.

10.2. Facultad de inspección

El órgano de contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto de contrato, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el cumplimiento de lo convenido.

11. MODELO DE GESTIÓN

No procede.

12. EJECUCIÓN

12.1. Condiciones de ejecución

- Los Servicios de Compras de las Organizaciones serán los que emitirán los pedidos para su reposición y facturación. El plazo de entrega se ajustará a los días indicados en el pedido.
- La empresa adjudicataria realizará el suministro según pedido realizado por cada organización de servicios y de igual manera la facturación se hará contra pedido a la organización correspondiente.
- No se aceptarán suministros sin el pedido correspondiente, ni se aceptarán suministros de más unidades de las solicitadas.
- Cada entrega deberá contener un albarán fechado y registrado con el detalle del material solicitado y entregado. En este albarán deberá constar el número de pedido.
- El suministro se efectuará dentro del horario que establece cada Organización de Servicios de Osakidetza. La recepción del material en cada centro se hará con la presencia del personal que tenga asignadas las responsabilidades de recepción.
- El material será entregado perfectamente embalado en las dependencias que a tal efecto señale cada Organización de Servicios de Osakidetza, por cuenta y riesgo del adjudicatario.
- La calidad de los bienes entregados será la especificada en el pliego de prescripciones técnicas y ofertada por el adjudicatario.

12.1.1. Garantía de suministro

La empresa adjudicataria se compromete a garantizar el suministro durante la vigencia del contrato de acuerdo a las cantidades que se establezcan en función del consumo de los centros, y a asegurar el suministro en el tiempo especificado.

En caso de imposibilidad de suministro lo comunicarán a las Unidades de Compras de los centros y a la **Unidad Central de Compras** de Osakidetza.

Las empresas adjudicatarias dispondrán de una persona y vía de contacto específicas para asegurar el suministro de los materiales.

12.2. Modelo de control y seguimiento

No procede

12.3. Programa de control

No procede

Vitoria-Gasteiz, 15 de diciembre de 2020

Iz./Fdo.- INMACULADA MORO CASUSO

Erizaintzako Aholkularitza – Zuzendariordea

Subdirectora -Asesoría de Enfermería

Documento firmado por: INMACULADA MORO CASUSO
En la fecha 12.01.2021 10:46:17 CET