

LOTE	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	REFEREN CIA	UNID ADES / 3	IMPORTE UND SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN IVA
------	----------	-------------	----------------	---------------------	---------------------------	-----------------------------

1 MAT. DESECHABLE PARA GENERADOR B.BRAUN AESCULAP - CAIMÁN

1.1	2242558	Pinza desechable sellador y cortador de vasos Caimán 5mmx24cm	A-PL738SU	90	370,00	33.300,00
1.2	2242559	Pinza desechable sellador y cortador de vasos Caimán 5mmx36cm	A-PL740SU	360	370,00	133.200,00
1.3	2286821	Pinza desechable sellador y cortador de vasos Caimán Maryland 5mmx36cm	A-PL770SU	126	510,00	64.260,00
1.4	2295755	Pinza desechable sellador y cortador de vasos Caimán Maryland 5mmx17,5cm	A-PL775SU	18	510,00	9.180,00

TOTAL

239.940,00

2 MATERIAL DESECHABLE PARA PLATAFORMA DE ENERGÍA LIGASURE

2.1	2145875	Pinza selladora, cortadora, coaguladora desechable de 20cm, longitud de corte 20mm, longitud de sellado 22mm, anchura de sellado 6mm. Compatible con LigaSure y ForceTriad.	LS1020	36	385,00	13.860,00
2.2	2241422	Pinza con mandíbula tipo Maryland curva 22º de 5mm de diámetro 23cm de longitud. Nano recubrimiento de HMDSO.	LF1923	18	520,00	9.360,00
2.3	2264838	Instrumento para sellado y corte hasta 7mm. Nano recubrimiento HMDSO.	LF2019	18	450,00	8.100,00
2.4	2238725	Pinza laparoscópica con mandíbula tipo Maryland 5mm para disección, agarre, sellado y corte. 37cm de longitud de eje. Nano recubrimiento de HMDSO.	LF1937	108	520,00	56.160,00
2.5	2206348	Pinza 5mm de punta roma laparoscópica para disección, agarre, sellado y corte, 37cm longitud de eje. Nano recubrimiento de HMDSO.	LF1837	18	520,00	9.360,00
2.6	2145872	Pinza de sellado y corte de 18,5 cm de longitud para cirugía abierta. Electrodo de sellado de 2cmx4mm. Hoja de corte 1,7mm.	LF1212	36	385,00	13.860,00

TOTAL

110.700,00

3

MATERIAL DESECHABLE PARA GENERADOR ENERGÍA BIPOLAR Y ULTRASÓNICA

3.1	2145913	Mango transductor para terminales de vasos menor tamaño	HPBLUE	2	1.850,00	3.700,00
3.2	2145917	Tijera curva para bisturí harmónico ergonómica de activación manual vasos hasta 5mm, 6mmx9cm	HAR9F	170	524,40	89.148,00
3.3	2146557	Terminal gancho disector para bisturí harmónico activación manual para vasos hasta 2mm 18mmx10cm	SNGCB	18	323,00	5.814,00
3.4	2298401	Dispositivo de disección, corte y coagulación punta curva cónica para vasos hasta 7mm. 5mmx20cm. Mango transductor integrado. Rotación del eje 360º	HAR1120	78	580,00	45.240,00
3.5	2298402	Dispositivo de disección, corte y coagulación punta curva cónica para vasos hasta 7mm. 5mmx36cm. Mango transductor integrado. Rotación del eje 360º	HAR1136	136	580,00	78.880,00
3.6	2271708	Tijera curva bipolar para vasos hasta 7mm. 5mmx37cm. Cirugía laparoscópica. Rotación del eje 360º	NSLX137C	108	460,00	49.680,00
3.7	2271707	Tijera curva bipolar para vasos hasta 7mm. 5mmx25cm. Cirugía laparoscópica. Rotación del eje 360º	NSLX125C	18	460,00	8.280,00

TOTAL

280.742,00

El adjudicatario de este lote (lote 3) deberá ceder los equipos necesarios con las siguientes características mínimas:

Generador que combine energía ultrasónica y energía bipolar avanzada.

Reconocimiento automático del instrumental.

Pantalla táctil.

Energía ultrasónica

Onda ultrasónica de baja frecuencia de aproximadamente 55500 Hz

que permita diseccionar, cortar y coagular simultáneamente. (Sellado de vasos hasta 5 mm de diámetro aproximadamente).
Sin paso de Energía Eléctrica a través del paciente.

Energía Bipolar avanzada

Radiofrecuencia bipolar con control de temperatura de la pala.
Coagulación y corte de vasos de hasta 7 mm. de diámetro.
Posibilidad de coagulación SIN corte y corte FRIO.

Valorable

Tamaño reducido



Osakidetza

**BARAKALDO-SESTAOKO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO
KONTRATAZIOA
CONTRATACIÓN**

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Criterios basados en Juicios de Valor (SOBRE C)

VALORACIÓN TÉCNICA: 45 puntos

La valoración técnica se realizará sobre la documentación técnica, de acuerdo con las siguientes puntuaciones:

ASPECTOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
fungible para generadores y plataformas de energía quirúrgicos	Hasta 45 puntos

Sólo continuarán en el proceso de adjudicación aquellas propuestas que alcancen en esta fase al menos **30 PUNTOS**, límite mínimo establecido como UMBRAL que en caso de no superarse significará la eliminación automática de la oferta.

En este sobre no se deberá incluir ninguna referencia al precio ya que supondría su automática exclusión del procedimiento. Los licitadores deben presentarse al lote completo.

El adjudicatario del lote 3 deberá ceder los equipos necesarios con las siguientes características mínimas:

Generador que combine energía ultrasónica y energía bipolar avanzada.

Reconocimiento automático del instrumental.

Pantalla táctil.

Energía ultrasónica

Onda ultrasónica de baja frecuencia de aproximadamente 55500 Hz que permita diseccionar, cortar y coagular simultáneamente. (Sellado de vasos hasta 5 mm de diámetro aproximadamente).

Sin paso de Energía Eléctrica a través del paciente.

Energía Bipolar avanzada

Radiofrecuencia bipolar con control de temperatura de la pala.

Coagulación y corte de vasos de hasta 7 mm. de diámetro.

Posibilidad de coagulación SIN corte y corte FRIO.

Valorable

Tamaño reducido

Criterios basados en Fórmulas (SOBRE B)**Formulas: 55 puntos**

ASPECTOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
Precio	Hasta 55 puntos

Precio

La ponderación de este criterio se efectuará según las reglas de la proporcionalidad y, en consecuencia, asignando el máximo de puntos a la oferta más barata y al resto proporcionalmente, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación} = 55 \times (\text{Precio licitación más bajo} / \text{Precio de licitación de cada licitador})$$

Los precios ofertados, en ningún caso, podrán superar los precios de licitación indicados en el presente pliego.



Documento firmado por: AGURNE
INSUNZA GARCIA
En la fecha 17.01.2022 10:29:09 CET