PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMAS DE INFUSION DE MEDICACION DE FORMA CONTINUA, INTERMITENTE O A DEMANDA PARA LA OSI DEBAGOIENA

El objeto del presente pliego es el suministro de sistemas para Infusión de medicación de forma continua, intermitente o a demanda para la OSI Debagoiena

La empresa oferente se ajustará en su totalidad a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el presente pliego

Acompañarán fotocopia de las homologaciones o certificados de los organismos competentes, en relación al producto presentado, y según la Directiva de Productos Sanitarios 93/72/CEE y el RD 414/96 de 1 de marzo por el que se regulan los productos sanitarios, así como todas las normativas reglamentarias y disposiciones legales que le sean de aplicación.

Será condición indispensable aportar la cantidad de bombas necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios. Así mismo aportarán al Hospital un retén de tres bombas para evitar problemas en el funcionamiento en caso de averías. La empresa adjudicataria se compromete a aportar las bombas necesarias en el plazo de un mes desde la fecha de adjudicación. Las necesidades actuales se reflejan en el anexo I.

1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas de las bombas

2.1. Características técnicas generales

- Electro-mecánica. Controlada por microprocesador
- Teclado y software en español
- Funciones de bloqueo, evitando el acceso a pacientes a la programación y a determinadas funciones de la bomba.
- Funciones de purgado automático
- Alarmas visuales y audibles:
    - Sistema de detección de aire
    - Sistema de detección obstrucción de línea
    - Presión elevada
    - Sistema de detección fin de infusión
    - Sistema de detección de recipiente con volumen bajo o recipiente vacio
    - Estado de las baterías
- Posibilidad de ser deambulada por el paciente o adaptable a pie de gotero.

2.2. Características específicas de las bombas de infusión ambulatoria (Hospitalización a Domicilio)

- Modo de administración: Continua o intermitente.
- Modo de infusión continua:
    - Volumen en recipiente: Rango de 1 a 9.999 ml en modo normal (incrementos de 1 ml)
    - Tasa de infusión: Rango de 0,1 -125 ml/hora con incrementos de 0,1 ml.

- Volumen administrado: Rango de 0 – 99999,9 ml en incrementos de 0,05 ml.

- Modo de infusión intermitente:
  - Volumen en recipiente: Rango de 1 a 9.999 ml en modo normal (incrementos de 1 ml)
  - Volumen de dosis: Rango 1 – 1000 ml (incrementos de 0,1 ml)
  - Duración de la dosis: Rango 1 – 10 min. (incrementos de 1 min.) y 10 min – 24 horas (incrementos de 5 min)
  - Ciclo de la dosis: Rango 10 min – 96 horas (incremento de 5 min

2.3. Características específicas de las bombas de infusión ambulatoria (hospital)

- Modo de administración: Continua, intermitente y a demanda.
- Sin posibilidad de sobre-posición (evitando que pueda administrarse al mismo tiempo un bolo intermitente programado y una dosis a demanda del paciente).
- Posibilidad de modificar tasas de infusión, dosis u otros parámetros del paciente sin necesidad de detener la infusión.
- Indicada para infusión intravenosa, intraarterial, subcutánea, intraperitoneal
- Volumen en recipiente: Rango de 1 a 9.999 ml (incrementos de 1ml)
- Unidades de medida: ml, mg, mcg
- Concentración del fármaco: 0,1 – 100 mg/ml
- Tasa continua: 0 – 100 ml/h.
- Dosis a demanda del paciente: 0 - 50 ml (o el equivalente en mg o mcg)
- Bloqueo dosis a demanda activa del paciente: 1 min. – 24 h.
- Dosis intermitentes programables: 0 – 50 ml (o el equivalente en mg o mcg)
- Intervalo de bolos intermitentes: 0 – 4 horas.
- Conexión informática para salida de datos, actualizaciones y mantenimiento.
- Capaz de generar informes y registros.

Características Sistemas de infusión

2.4 Características técnicas generales de los sistemas de administración

- Punzón perforador para conectar a la bolsa de medicación.
- Dispositivo de "arrastre" para conectar al sistema peristáltico de la bomba.
- Válvula anti-reflujo
- Extremo distal con conexión a catéter luer-lock
- Disponer de clamp de oclusión
- Varias longitudes de tubo
- Exento de látex, sin DEHP.
- Envase individual estéril

2.5 Características específicas de los sistemas de administración (para bombas de hospitalización a domicilio)

- Longitud: 198 cm. Aprox.
- Volumen de cebado: 2,3 ml.

2.6 Característica específicas de los sistemas de administración (para bombas hospital)

- Longitud: 300 cm. Aprox.
- Volumen de cebado: 3,2 ml.

2. NORMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

Deberán presentar 2 muestras del producto

Las muestras deberán estar debidamente identificadas con:

- Número de expediente
- Código de artículo
- Nombre de la empresa ofertante
- Referencia del artículo para el proveedor

Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación Se presentarán tal y como vaya a ser suministrado y deben ser depositadas en el departamento de suministros de la OSI Debagoiena

Las muestras se deberán entregar con el correspondiente albarán de entrega. El último día de presentación será el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas. Las empresas que no presenten muestras, quedarán EXCLUIDAS del proceso. Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para la OSI Debagoiena

ANEXO 1

Relación de bombas para infundir medicación

-	Hospitalización a domicilio (infusión continua o intermitente)	10 unid.
-	Hospital (infusión continua, intermitente o a demanda)	10 unid.

Rosa Domingo Malvadi
Adjunta de Enfermería

Documento firmado por: ROSA MARIA DOMINGO MALVADI
En la fecha 20.03.2024 07:21:25 CET