PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS MATERIAL ENDOSCOPIAS

1.- OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente expediente es el “Suministro de material fungible para la realización de endoscopias en la OSI Debagoiena”.

El objeto del contrato se divide en los lotes relacionados en el apartado 2 del presente Pliego

2.- DESCRIPCIONES TÉCNICAS:

1.- Características técnicas

Lote 1: Asa polipectomía oval desechable 25 – 27 mm

- Lazos para la extracción y cauterización de pólipos.
- Con mango integrado, graduado con marcas para su uso inmediato y con conector para fuente de diatermia.
- Conexión de electrodo activo compatible con las fuentes de electro-bisturí disponibles en el servicio y compatible con los endoscopios existentes en el servicio (marca Olympus)
- Un solo uso
- No látex
- Lazo y cable: acero inoxidable
- Alambre trenzado grueso
- Diámetro del lazo: de 25 a 27
- Forma de lazo: ovalado stándard
- Longitud 240 cm aprox
- Diámetro externo del catéter: 2,4 mm

Lote 2: Asa polipectomía oval desechable 15 mm

- Con mango integrado, graduado con marcas para su uso inmediato y con conector para fuente de diatermia.
- Conexión de electrodo activo compatible con las fuentes de electro-bisturí disponibles en el servicio y compatible con los endoscopios existentes en el servicio (marca Olympus)
- Un solo uso
- No látex
- Lazo y cable: acero inoxidable
- Alambre trenzado grueso
- Diámetro del lazo: de 10 a 13 mm
- Forma de lazo: ovalado pequeño
- Longitud: 240 cm. (aprox.)

- Diámetro externo del catéter: 2,4 mm

Lote 3: Asa polipectomía fría desechable 10 mm

- Un solo uso
- No látex
- Lazo y cable: acero inoxidable
- Diámetro del lazo: de 10 mm
- Forma de lazo: hexagonal y/o ovalada
- Longitud: 240 cm. (aprox.)
- Diámetro externo del catéter: 2,4 mm

Lote 4: Asa polipectomía hexagonal desechable 13 mm

- Conexión de electrodo activo compatible con las fuentes de electro-bisturí disponibles en el servicio y compatible con los endoscopios existentes en el servicio (marca Olympus).
- Un solo uso
- No látex
- Lazo y cable: acero inoxidable
- Alambre trenzado grueso
- Diámetro del lazo: de 13 mm
- Forma de lazo: hexagonal pequeño
- Longitud: 240 cm. (aprox.)
- Diámetro externo del catéter: 2,4 mm

Lote 5: Pinza biopsia para gastroscopia desechable 2,8mm x 160 cm

- Pinza para obtención de tejido mediante endoscopia con el fin de realizar exámenes histológicos.
- Un solo uso
- No látex
- Longitud de trabajo: 160 cm
- Canal de trabajo: >= 2,8 mm
- Sin aguja
- Cucharas ovaladas con ventana, no festoneadas
- Sistema de doble tensor, que facilite la abertura y cierre de la cazoleta y permita incrementar la fuerza de mordida
- Mandíbula basculante para tomas tangenciales
- Mango ergonómico
- Con marcadores de posición.

Lote 6: Pinza biopsia para colonoscopia desechable 2,8mm x 240 cm

- Pinza para obtención de tejido mediante endoscopia con el fin de realizar exámenes histológicos.
- Un solo uso
- No látex
- Longitud de trabajo: 240 cm
- Canal de trabajo: >= 2,8 mm
- Sin aguja
- Cucharas no festoneadas
- Sistema de doble tensor, que facilite la abertura y cierre de la cazoleta y permita incrementar la fuerza de mordida.
- Mango ergonómico
- Con marcadores de posición.

Lote 7: Pinza caliente para colonoscopia desechable 2,2 mm x 240 cm

- Pinzas de biopsia para ser utilizadas a través de un endoscopio con el fin de cauterizar y/o extraer muestras de tejido de todo el sistema digestivo.
- Un solo uso
- No látex
- Longitud de trabajo: 240 cm
- Canal de trabajo: >= 2,8 mm
- Sin aguja
- Cuchara fenestrada y afilada de acero inoxidable
- Mandíbulas basculantes
- Sistema de doble tensor, que facilite la abertura y cierre de la cazoleta y permita incrementar la fuerza de mordida.
- Mango ergonómico, con conector para la unidad electroquirúrgica.
- Con marcadores de posición.

Lote 8: Aguja endoscopia escleroterapia 23G 240 mm

- Catéter con aguja para introducir endoscópicamente un agente esclerótico o vasoconstrictor a fin de controlar lesiones con hemorragias reales o potenciales en el sistema digestivo. También se utiliza en la inyección de solución salina para facilitar la resección mucosa endoscópica, los procedimientos de polipectomía y para controlar las hemorragias no varicosas.
- Un solo uso
- No látex
- Longitud de trabajo: 240 cm
- Diámetro: 2,3 mm
- Calibre de aguja: 23 Ga.

Lote 9: Cesta para extracción de cuerpos extraños desechable

- Cesta para la extracción de pólipos y cuerpos extraños.
- Bolsa flexible diseñada para poder recoger tanto pequeños, como grandes e incluso varios objetos a la vez.
- Material de la bolsa que evite que se pegue la mucosa y facilite la transferencia de ésta para su estudio histológico.
- Bolsa perforada para permitir el drenaje de los líquidos de los tejidos a través de ella.
- Un solo uso
- No látex
- Longitud de trabajo: 230 cm
- Catéter: 2,5 mm
- Red: 3 x 6 cm (aprox.)
- Mango ergonómico.

Lote 10: Clips de hemostasia

- Pinza precargada, radiopaca, para introducir endoscópicamente e indicada para la colocación de grapas en el interior del tubo digestivo con las siguientes finalidades:
    - Marcado endoscópico
    - Hemostasias (anomalías de mucosas, úlceras sangrantes, arterias, pólipos, etc.)
    - Sujeción para fijación de tubos de alimentación yeunal
- Un solo uso
- No látex
- Radiopaco
- Longitud de trabajo: 235 cm
- Canal de trabajo mínimo: 2,8 mm
- Apertura 16 mm.
- Con cuatro palas para evitar el que se desprendan
- Compatibles con RM
- Mango ergonómico
- Posibilidad de abertura y cierre varias veces antes de su utilización.
- Vaina plástica de protección, que permita la introducción completa del clip en su interior, para la protección del canal de endoscopio.
- Sistema del mango rotatorio que permita la rotación de 360º del clip en el extremo distal.

Lote 11: Sonda de argón flexible con fuente de diatermia desechable compatible con fuente electro quirúrgica apc 230 marca KLS Martin

- Compatible con la fuente diatermia desechable apc 230 marca KLS Martin

3.- MUESTRAS:

- Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación (envasado individual estéril). Se presentarán tal y como vaya a ser suministrado y deben ser depositadas en el departamento de suministros de la OSI DebagoienaL
- Se entregará 2 muestras de los productos a los lotes que van a licita
- El último día de presentación será el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas
- Las empresas que no presenten muestras, podrán ser EXCLUIDAS del proceso, por no poder probarlas y no poder ser valoradas en el informe técnico
- Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para la OSI Debagoiena

Normas para la identificación de las muestras

Las muestras deberán estar debidamente identificadas con los siguientes datos

- Número de expediente
- Nº de lote (sub-lote, en su caso)
- Nombre de la empresa ofertante
- Referencia del artículo para el proveedor

En Arrasate-Mondragón, a

Facultativos del Servicio de Endoscopia

Aitor De Juan Gómez Edith Dictina Omonte Guzmán Mª de Usua Mendarte Barrenechea

Documento firmado por: AITOR DE JUAN GOMEZ
En la fecha 26.12.2023 10:38:29 CET

Documento firmado por: EDITH DICTINIA OMONTE GUZMAN
En la fecha 03.01.2024 11:05:17 CET

Documento firmado por: MARIA DE USUA MENDARTE BARRENECHEA
En la fecha 08.01.2024 15:07:22 CET