



Osakidetza

BILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

***Pliego de bases técnicas para el suministro de material
para desinfectantes de superficies e instrumental de la
OSI Bilbao Basurto***

Exp. 2025/02625

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el procedimiento que se convoca para el "Suministro de material para de desinfectante de superficies e instrumental de la OSI Bilbao Basurto, así como sus condiciones de suministro, instalación de equipamiento en aquellos lotes en los que se solicita.

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas de los equipos a adquirir.

Lote	Art	Descripción del material/Lote	Uds estimadas 2 años
1	1	Detergente enzimático	3.000
2	1	Desinfectante de alto nivel granulado	215.100
3	1	Spray de limpieza desinfectante de superficies	39.600
4	1	Toallitas desinfectantes de alto nivel	1.020
5	1	Preparado de base alcohólica para desinfección manos de 500 ml	9.300
6	1	Preparado de base alcohólica para desinfección manos de 100 ml	240
7	1	Jabón quirúrgico con clorhexidina al 4%	9.100
8	1	Manopla con clorhexidina al 2% aseo paciente	24.000
9	1	Esponja con clorhexidina 4%	2.050
10	1	Jabón líquido dermatológico	4.100
11	1	Jabón para lavadora	740
12	1	Spray en espuma pre-esterilización	348
13	1	Desinfectante de alto nivel para sondas de ultrasonidos intracavitarias	580
14	1	Toallitas para limpieza de dispositivos médicos	1.250
	2	Espuma enzimático para limpieza de dispositivos médicos	1.050
15	1	Jabón dermatológico en espuma para dosificar	1.350
16	1	Desinfectante de alto nivel líquido	580

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los materiales a adquirir.

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas de los materiales solicitados y de los equipos.

Los materiales a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Las empresas adjudicatarias proporcionarán sin coste alguno para la OSI Bilbao Basurto, en los lotes que proceda, las **cubetas de desinfección** que resulten necesarias para las operaciones de dilución y desinfección de instrumental y que han de ser de las siguientes capacidades aproximadas:

5 litros (hasta un máximo de 50 unidades),
10 litros (hasta un máximo de 50 unidades) y
25 litros (hasta un máximo de 50 unidades).

Requisitos mínimos para el expediente 2025/02625 Suministro de material para desinfectantes de superficies e instrumental de la OSI Bilbao Basurto		
Lote	Art.	DEFINICIÓN / REQUISITOS
1	1	Detergente enzimático
		Limpieza y desincrustación manual del instrumental de uso continuo previo a la esterilización o desinfección de alto nivel.
		Efecto detergente trienzimático con amilasa, lipasa y proteasa
		PH ligeramente alcalino entre 8,5 y 8,7
		Efecto anticorrosivo y estabilizante de enzimas
		Compatibilidad con toda clase de materiales
		Formulado para eliminar restos orgánicos
		Eficacia con un tiempo de contacto inferior a 10 minutos, incluso en presencia de alto grado de suciedad

Requisitos mínimos para el expediente 2025/02625 Suministro de material para desinfectantes de superficies e instrumental de la OSI Bilbao Basurto		
Lote	Art.	DEFINICIÓN / REQUISITOS
		Presentación: líquido
		Envase capacidad igual a 1 litro (± 250 ml)
		Certificado para la limpieza específica de instrumental de cirugía robótica emitido por un laboratorio o empresa certificadora de reconocido prestigio.
		Certificado para eliminación de biofilm emitido por un laboratorio o empresa certificadora de reconocido prestigio.
2	1	Desinfectante de alto nivel granulado
		Desinfección de alto nivel de instrumental y material médico. Producto para procesamiento manual del instrumental
		Desinfectante de alto nivel en base de ácido peracético
		Estabilidad una vez activado de 24 horas
		Alta compatibilidad de materiales
		No se inactiva con materia orgánica
		pH neutro 7,5 y 8
		Acción en 15 minutos máximo (esporicida)
		Bactericida: cumplimiento de la normativa EN 13727, EN 14561 o equivalente.
		Fungicida: cumplimiento de la normativa EN 13624, EN 14562 o equivalente
		Virucida: cumplimiento de la normativa EN 14476 o equivalente
		Micobactericida: cumplimiento de la normativa EN 14348 o equivalente
		Esporicida: cumplimiento de la normativa EN 14347 o equivalente
		Presentación: granulado monodosis
3	1	Spray de limpieza desinfectante de superficies
		Limpieza y desinfección de amplio espectro de aparatos y superficies
		Peróxido de hidrógeno
		Con pistola pulverizada individual y desechable
		Alta compatibilidad con gran número de superficies
		Que no requiera aclarado
		Normativa de mínimo cumplimiento: EN 13727, EN 13624, EN 14476 o equivalente.
		No tóxico, no irritante para el profesional, cutánea y/o inhalación.

Requisitos mínimos para el expediente 2025/02625 Suministro de material para desinfectantes de superficies e instrumental de la OSI Bilbao Basurto		
Lote	Art.	DEFINICIÓN / REQUISITOS
		Que no contenga pictogramas de seguridad
		Presentación: en espuma, con pistola pulverizadora individual y desechable
4	1	Toallitas desinfectantes de alto nivel
		Limpieza y desinfección de amplio espectro de aparatos y superficies
		Hipoclorito sódico
		Limpieza y desinfección simultáneamente
		Compatibilidad con toda clase de materiales
		Bactericida: cumplimiento de la normativa EN 16615 o equivalente
		Micobactericida: cumplimiento de la normativa EN 14348 o equivalente
		Fungicida: cumplimiento de la normativa EN 13624 o equivalentes
		Virucida: cumplimiento de la normativa EN 14476 o equivalente
		Esporicida: cumplimiento de la normativa EN 17126 o equivalente
		Tamaño 20 cm x 20 cm (± 5 cm)
		No necesidad de aclarar
		Envase 40- 50 unidades
5	1	Preparado de base alcohólica para desinfección manos de 500 ml
		Desinfección de manos
		Porcentaje de alcohol: Entre 70 % y 85 %
		Presentación en formato líquido (loción)
		Antisepsia higiénica de las manos por frotación
		Antisepsia de manos: EN 1500 y EN 12791 para antisepsia quirúrgica.
		Bactericida: cumplimiento de la norma EN 13727 o equivalente.
		Micobactericida: cumplimiento de la norma EN 14348 o equivalente.
		Fungicida: cumplimiento de la norma EN 13624 o equivalente.
		Virucida: cumplimiento de la norma EN 14476 o equivalente.
		Registro AEMPS
		Tiempo de acción 30 segundos

Requisitos mínimos para el expediente 2025/02625 Suministro de material para desinfectantes de superficies e instrumental de la OSI Bilbao Basurto		
Lote	Art.	DEFINICIÓN / REQUISITOS
		Presentación: 500 ml
		Envase con dosificador
6	1	Preparado de base alcohólica para desinfección manos de 100 ml
		Desinfección de manos
		Porcentaje de alcohol: Entre 70 % y 85 %
		Presentación en formato líquido (loción)
		Antisepsia higiénica de las manos por frotación
		Antisepsia de manos: EN 1500 y EN 12791 para antisepsia quirúrgica.
		Bactericida: cumplimiento de la norma EN 13727 o equivalente
		Micobactericida: cumplimiento de la norma EN 14348 o equivalente
		Fungicida: cumplimiento de la norma EN 13624 o equivalente
		Virucida: cumplimiento de la norma EN 14476 o equivalente.
		Registro AEMPS
		Tiempo de acción 30"
		Presentación: 100 ml
7	1	Jabón quirúrgico con clorhexidina al 4%
		Jabón de manos quirúrgico
		Clorhexidina al 4%
		Ph 5,5
		Bactericida y levuricida.
		Cumplimiento de la norma EN 12791, EN 13727 y EN 13624
		Registro AEMPS
		Sin katones, parabenos y sin perfume añadido
		No irritabilidad piel
		Presentación: válvula dosificadora integrada en botella con cierre de seguridad
		Envase de 500 ml
8	1	Manopla con clorhexidina al 2% aseo paciente:

Requisitos mínimos para el expediente 2025/02625 Suministro de material para desinfectantes de superficies e instrumental de la OSI Bilbao Basurto		
Lote	Art.	DEFINICIÓN / REQUISITOS
		Indicación Lavado antiséptico de la piel para pacientes encamados, dependientes o ingresados en unidades críticas portadores de microorganismos multirresistentes o prequirúrgicos.
		Manopla con clorhexidina al 2% lavado de piel
		Clorhexidina al 2%
		Limpieza y antisepsia de la piel por frotación sin aclarado.
		Cumplimiento de la normativa EN 13727 y EN 13624 o equivalentes.
		Registro AEMPS
		Secado rápido
		Dimensiones 15 x 22 cm (± 2 cm)
		Presentación en paquetes de 7-8 manoplas
9	1	Esponja con clorhexidina 4%
		Antisepsia del paciente pre-operatorio
		Clorhexidina al 4%
		No irritabilidad de la piel
		Cumplimiento de la norma EN 13727, EN 12791, EN 13624 y EN1499 o equivalentes
		Registro AEMPS
		Dimensiones 100 x 100 x 25 mm ($\pm 2,5$ mm)
10	1	Jabón líquido dermatológico
		Jabón líquido de manos y cuerpo
		Presentación: gel
		Sin derivados fórmico-aldehídos
		Sin perfumes añadidos, katones y parabenos
		Válvula dosificadora integrada en botella con cierre de seguridad
		Dermatológicamente testado
		No irritabilidad piel
		Envase: 1000 ml (± 50 ml)
11	1	Jabón para lavadora

Requisitos mínimos para el expediente 2025/02625 Suministro de material para desinfectantes de superficies e instrumental de la OSI Bilbao Basurto		
Lote	Art.	DEFINICIÓN / REQUISITOS
		Jabón de lavadora para instrumentos termoestables y termolábiles
		Efecto detergente
		Efecto anticorrosivo
		Compatibilidad con toda clase de materiales
		Eliminación eficaz de residuos de sangre seca y desnaturalizada, grasa, secreciones, hueso, etc.
		Eliminación de biofilms
		Protección del instrumental
		Limpieza manual de instrumental termoestable y termolábil en baños de inmersión o de ultrasonido
		Compatible limpieza manual y mecánica con instrumentos de cirugía robótica
		Prelimpieza manual de instrumentos electroquirúrgicos de alta frecuencia
		Presentación: líquido
		Envase: 5 litros (± 100 ml)
		Limpieza manual y mecánica del instrumental da Vinci-EndoWrist y otros instrumentos de cirugía robótica
12	1	Spray en espuma pre-esterilización
		Spray: espuma para pulverizar sobre el instrumental quirúrgico inmediatamente tras su uso en quirófano
		Acción bacteriostática
		Inhibidor de corrosión para el tratamiento previo de instrumental quirúrgico
		Compatibilidad con instrumentos quirúrgicos
		Producto Sanitario Clase I
		pH 9.5
		Envase: 750 ml (± 50 ml)
		Presentación: espuma con spray dosificador
13	1	Desinfectante de alto nivel para sondas de ultrasonidos intracavitarias
		Desinfectante de alto nivel para sondas de ultrasonidos intracavitarias
		Dióxido de cloro
		Compatibilidad con toda clase de materiales

Requisitos mínimos para el expediente 2025/02625 Suministro de material para desinfectantes de superficies e instrumental de la OSI Bilbao Basurto		
Lote	Art.	DEFINICIÓN / REQUISITOS
		Bactericida: cumplimiento de la normativa EN 14561, 13697, 13727
		Micobactericida: cumplimiento de la norma EN 14563 y 14348
		Fungicida: cumplimiento de las normas EN 13624, EN 13697, EN 14562 y EN 16615
		Virucida: cumplimiento de la norma EN 14476 y EN 16615
		Esporicida: cumplimiento de la norma EN 13704, EN 14347 y EN 17126
		Presentación: espuma con dosificador máximo de 250 ml ($\pm$ 50 ml)
		Espuma biodegradable
14	1	Espuma enzimática para limpieza de dispositivos médicos
		Espuma enzimático para limpieza de dispositivos médicos
		Enzimas alcalasa, termamilo y lipolasa
		Compatibilidad con toda clase de materiales
		pH 4.5-5.5
		Presentación: espuma con dosificador máximo de 250 ml
14	2	Toallitas para limpieza de dispositivos médicos
		Toallitas para limpieza de dispositivos médicos
		Fibra de 100% polipropileno
		Cantidad 200 unidades ($\pm$ 50 unidades)
		Dimensiones 200 x 200 mm ($\pm$ 50 mm)
15	1	Jabón dermatológico en espuma para dosificar
		Presentación: Dispensador manual con cartucho de espuma
		Sin perfume, katonos y parabenos
		Dermatológicamente testado
		Hipoalergénico
		Contiene algún producto emoliente (p.ejem: glicerina)
		Cartucho de 1 litro aproximado
		El adjudicatario deberá entregar los dispensadores y deberá encargarse de su instalación y mantenimiento. En aquellas dependencias que ya exista un dispensador, el nuevo adjudicatario retirará el existente e instalará el nuevo. En

Requisitos mínimos para el expediente 2025/02625 Suministro de material para desinfectantes de superficies e instrumental de la OSI Bilbao Basurto		
Lote	Art.	DEFINICIÓN / REQUISITOS
		este caso deberá minimizar en la medida de lo posible el daño estético que produzca la retirada del anterior. La instalación y, en su caso, retirada de los dispensadores habrá de coordinarse con el Servicio de Mantenimiento de la OSI Bilbao Basurto. A efectos puramente informativos indicar que se prevé que el número de dispensadores necesarios durante el primer año de contrato sea de 2.000 unidades: 1.100 para el Hospital y 900 para los Centros de Salud y Ambulatorios.
16	1	Desinfectante de alto nivel líquido
		Desinfectante de alto nivel líquido
		Composición: ácido peracético. Libre de aldehídos y fenoles. Tampoco deberá contener PHMB ni cualquier otra sustancia que esté referenciada como sospechosa de provocar cáncer.
		Tiempo de estabilidad mínimo del producto de 7 días tras su activación
		No corrosivo para el material. Certificación escrita del fabricante
		Marcado CE Clase II b.
		Cumplimiento de las normativas: EN 17126
		Activo a temperatura ambiente.
		Tiempo de acción de 15 minutos para un espectro microbiológico completo (bactericida, fungicida, micobactericida, virucida, esporicida).
		Sin requerimientos de adaptaciones del sistema de ventilación en el lugar de uso.
		Fácil dilución
		Presentación líquido

Fdo. Jorge Taboada

Cargo: Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública

**JORGE
TABOADA
GOMEZ -
44145342Q**

Firmado
digitalmente por
JORGE TABOADA
GOMEZ - 44145342Q
Fecha: 2026.01.29
13:33:21 +01'00'