

***Pliego de bases técnicas para el suministro de
material fungible para el Servicio de Urología,
OSI Bilbao Basurto
2026/01386***

Sumario

I. Objeto.....	2
II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas de los artículos solicitados.....	7

I. Objeto

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que deben cumplir en el suministro de material fungible para el Servicio de Urología, para la OSI Bilbao Basurto.

Lote	Art.	Descripción
1	1	Esfínter urológico p/incontinencia artificial con accesorios
1	2	Esfínter urológico p/incontinencia artificial con bomba de control
1	3	Esfínter urológico p/incontinencia manguito oclusivo 4cm, 4,5cm y 5cm
1	4	Manguito oclusivo para esfínter urinario artificial 4,5cm
LOTE 1: ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL		
2	1	Sistema urológico p/incontinencia masculino puerto escrotal premontado
LOTE 2: PRÓTESIS UROLÓGICA SUBURETRAL PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA		
3	1	Sistema relleno uretral p/incontinencia urinaria femenino
LOTE 3: KIT PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA VIA ENDOURETRAL		
4	1	Malla suburetral p/incontinencia femenina de esfuerzo dos agujas helicoidales
LOTE 4: SISTEMA DE SUSPENSIÓN URETRAL LIBRE DE TESIÓ TRANSOBTURADOR DE FUERA A DENTRO		
5	1	Prótesis urológica p/incontinencia
LOTE 5: SISTEMA DE SUSPENSIÓN URETRAL REGULABLE EN LA TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA		
6	1	Prótesis peneana maleable, diferentes medidas
LOTE 6: PRÓTESIS DE PENE MALEABLE		
7	1	Extensor prótesis peneana 2cm
7	2	Prótesis peneana infrapúbica 3 componentes inflable 15 cm y 20 cm

Lote	Art.	Descripción
7	3	Prótesis peneana penoscrotal 3 componentes inflable 18 cm
7	4	Reservorio prótesis peneana 110 ml
LOTE 7: PRÓTESIS DE PENE INFLABLE DE 3 COMPONENTES		
8	1	Prótesis testicular elastómero de silicona, tallas M y G
LOTE 8: PRÓTESIS DE TESTÍCULO		
9	1	Catéter de presión rectal p / urodinamia doble lumen c / balón PVC 10F 38,5 cm
9	2	Catéter de cistomanometría de 2 vías p/urodinamia doble lumen 6F 30cm
9	3	Catéter de cistomanometría de 2 vías ch 7 punta COUDÉ para sondaje difícil
9	4	Catéter de cistomanometría de 2 vías CH 7 punta recta
LOTE 9: CATETERES DE PRESIÓN RECTAL Y DE CISTOMANOMETRÍA		
10	1	Electrodo neurológico gel solido 20x28 mm cable 80 cm
LOTE 10: ELECTRODOS NEUROLÓGICOS DESECHABLES		
11	1	Equipo bomba perfusion urodinamica 295 cm
LOTE 11: SISTEMA DE PERFUSIÓN URODINÁMICA		
12	1	Catéter balón dilatación uretral liberador fármaco 30F 30mm y 50mm
LOTE 12: BALÓN DE DILATACIÓN URETRAL LIBERADOR DE FARMACO		
13	1	Catéter drenaje nefrostomia percutanea con balón 12F Y 14F
13	2	Equipo catéter drenaje nefrostomia percutanea ecodirigida 8,3F 25cm
LOTE 13: CATETERES DE NEFROSTOMIA		
14	1	Aguja introductora 18G 200mm
LOTE 14: AGUJA INTRODUCTORA PARA NEFROSTOMIA		

Lote	Art.	Descripción
15	1	Dilatador renal tipo AMPLATZ 8F, 10F, 12F
15	2	Equipo dilatador vaina renal AMPLATZ
LOTE 15: DILATADORES DE NEFROSTOMIA		
16	1	Cateter balon dilatacion nefrolitotomia percutanea 30F de 12 cm
16	2	Insuflador para el balón de dilatación
LOTE 16: BALON DILATACIÓN PARA NEFROSTOMIAS		
17	1	Guía aterectomía hidrofílica nitinol 0,035" punta angulada 3x150 cm
17	2	Guía aterectomía hidrofílica nitinol 0,018" punta angulada 30 mm x180cm
17	3	Guía nitinol 0,035" punta recta flexible 3 cm 150 cm
17	4	Guía nitinol 0,038" punta recta flexible 3cm 150 cm
17	5	Guía ureteral hibrida triton recubrimiento hidrofílico punta recta 0,035" 150 cm
LOTE 17: GUÍAS HIDROFÍLICAS PARA URETEROSCOPIO Y ACCESO PERCUTANEO		
18	1	Catéter ureteral doble J larga duración sin guía 4,7F 26cm
18	2	Catéter ureteral doble J larga duración sin guía 6f 24cm
18	3	Catéter ureteral doble J larga duración sin guía 6f 26cm
18	4	Catéter ureteral punta 2J abierto 6F 26 cm, 287cm y 30cm
18	5	Catéter ureteral punta 2J abierto 7F 26 cm y 28cm
18	6	Catéter ureteral punta 2J 4,8F 24cm y 26 cm
18	7	Sonda ureteral doble J CH6 24cm
LOTE 18: CATETER URETERAL DOBLE J		
19	1	Catéter ureteral ojos bucle y cuerpo punta J 7F 90cm

Lote	Art.	Descripción
19	2	Catéter ureteral punta abierta 6F 80cm
19	3	Equipo catéter diagnostico ureteroscopia 6F
19	4	Sonda ureteral simple J abierta 8,2F 75cm
LOTE 19: CATETER URTERAL J SENCILLO		
20	1	Vaina acceso ureteral 10-12F 35cm y 45cm
20	2	Vaina acceso ureteral 12-14F 35cm y 45cm
LOTE 20: VAINA DE ACCESO URETERAL		
21	1	Cesta extracción cálculos nitinol 1,9F 120cm
LOTE 21: CESTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS		
22	1	Dispositivo automático biopsia tejido blando
22	2	Dispositivo biopsia para sonda urológica
LOTE 22: SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA DE PRÓSTATA CON AGUJA PARA ANESTESIA LOCAL ADAPTABLE AL MODELO HITACCHI CC5315 (PROPIEDAD DE LA OSI)		
23	1	Catéter balón drenaje vesical suprapúbico, varias medidas
LOTE 23: CATETER DRENAJE SUPRAPUBICO		
24	1	Sonda vesical COUVELAIRE 3 vías silicona balón 50ml N18 42cm
24	2	Sonda vesical COUVELAIRE 3 vías silicona balón 60ml N20 42cm
24	3	Sonda vesical COUVELAIRE 3 vías silicona balón 70ml N22 42cm
24	4	Sonda vesical COUVELAIRE 3 vías silicona balón 80ml N24 42cm
24	5	Sonda vesical FOLEY DUFOUR silicona 3 vías N24
24	6	Sonda vesical FOLEY DUFOUR silicona c/balón 3 vías N18 50ml

Lote	Art.	Descripción
24	7	Sonda vesical FOLEY DUFOUR silicona c/balón 3 vías N20 60ml
24	8	Sonda vesical FOLEY DUFOUR silicona c/balón 3 vías N22 70ml
LOTE 24: SONDA DE TRIPLE VIA		
25	1	Sonda vesical TIEMANN prelubricada baja fricción N10 40cm
25	2	Sonda vesical TIEMANN prelubricada baja fricción N12 40cm
25	3	Sonda vesical TIEMANN prelubricada baja fricción N14 40cm
25	4	Sonda vesical TIEMANN prelubricada baja fricción N16 40cm
LOTE 25: SONDAS VESICALES HIDROFÍLICAS DE BAJA FRICCIÓN		
26	1	Sonda vesical hidrofílica lubricada masculina baja fricción NELATON CH18 40cm
26	2	Sonda vesical lubricada hidrofílica baja fricción NELATON CH08 40cm
26	3	Sonda vesical lubricada hidrofílica baja fricción NELATON CH10 20cm
26	4	Sonda vesical lubricada hidrofílica baja fricción NELATON CH12 20cm
26	5	Sonda vesical lubricada hidrofílica baja fricción NELATON CH14 20cm y 40 cm
26	6	Sonda vesical lubricada hidrofílica baja fricción TIEMANN CH16 40cm
26	7	Sonda vesical lubricada hidrofílica baja fricción TIEMANN N10 40cm
26	8	Sonda vesical lubricada hidrofílica baja fricción TIEMANN N12 40cm
26	9	Sonda vesical prelubricada masculina para instilación N10 40cm
LOTE 26: SONDAS PRELUBRICADAS		
27	1	Implante urológico incontinencia inyectable silicona hidrogel 1,5cc
LOTE 27: TRATAMIENTO DE REFLUJO VESICO URETERAL		
28	1	Aguja inyección sustancias en pared vesical flexible 22G 4mm

Lote	Art.	Descripción
LOTE 28: AGUJA PARA INYECCIÓN DE SUSTANCIAS EN LA PARED VESICAL		
29	1	Clips polímero
LOTE 29: CLIPS POLÍMERO		
30	1	Fibras monouso láser de 200 y 365 micras
30	2	Fibras monouso láser de 550 micras
LOTE 30: FIBRAS LASER HOLMIO PARA LITOTRICIA Y ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA		

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas de los artículos solicitados

Los artículos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Todos los catálogos e información técnica sobre el producto deberán estar en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma (castellano y/o euskera). El objeto de este documento es confirmar que la oferta del licitador cumple con todas y cada una de las características mínimas exigidas a continuación.

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386

LOTE 1: ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL

Compuesto de manguito y bomba escrotal con o sin reservorio abdominal. Indicaciones: Incontinencia urinaria severa post cirugía prostática, incontinencia urinaria congénita (mielomeningocele)

Artículos 1-3: ESFÍNTERES UROLÓGICOS

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386
RESERVORIO (si el modelo de esfínter dispone de él)
Dispositivo realizado con elastómeros de silicona solida
Esterilizado en óxido de etileno
Disponible en diversos rangos de presión oscilando entre 51 y 80 cm de agua
Posibilidad de relleno tanto con contraste como con suero
Compatible con RM
BOMBA ESCROTAL
Dispositivo realizado con elastómeros de silicona solida
Esterilizado con óxido de etileno
Debe de disponer de un botón de desactivación
Posibilidad de relleno tanto con contraste como con suero
Art. 4 MANGUITO
Dispositivo realizado con elastómeros de silicona solida
Esterilizado con óxido de etileno
Disponible en diversos tamaños, al menos entre 3,5 cm y 11 cm en aumentos de 0,5 cm
Posibilidad de relleno tanto con contraste como con suero
Compatible con RMN
LOTE 2: PRÓTESIS UROLÓGICA SUBURETRAL PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA
Compuesto por una prótesis de silicona sujeta por cintas y provisto de agujas para colocar la prótesis
Art. 1 Sistema urológico p/incontinencia masculino puerto escrotal premontado
Ajustabilidad a largo plazo
LOTE 3: KIT PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA VIA ENDOURETRAL
Gel hidrofílico biocompatible, no biodegradable suministrado en una jeringa precargada y con una aguja estéril, para utilizar en casos de Incontinencia urinaria recidivada y en incontinencia

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386
Art. 1 Sistema relleno uretral p/incontinencia urinaria femenino
No absorbible e inerte
Libre de látex en todos sus componentes
LOTE 4: SISTEMA DE SUSPENSIÓN URETRAL LIBRE DE TESIÓN TRANSObTURADOR DE FUERA A DENTRO
Malla de polipropileno, macroporo monofilamento con un enganche en los extremos para poder adaptar a 2 agujas que atraviesan la membrana obturatriz para poder colocar la malla a nivel suburetral
Art. 1. Malla suburetral p/incontinencia femenina de esfuerzo dos agujas helicoidales
Malla de polipropileno macroporo sin nudos
Longitud no inferior a 45 cm
Malla monofilamento
LOTE 5: SISTEMA DE SUSPENSIÓN URETRAL REGULABLE EN LA TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA
Malla reajutable de colocación suburetral para incontinencia de esfuerzo femenina severa recidivada
Art. 1 Prótesis urológica p/incontinencia
Ajustabilidad a largo plazo
LOTE 6:PRÓTESIS DE PENE MALEABLE
Compuesta de dos cilindros de silicona solida montada sobre un trenzado metálico interno: indicada en pacientes con comorbilidades o con escasa destreza manual. Suministrada en diferentes longitudes
Art. 1 Prótesis peneana maleable, diferentes medidas
Compuesto por dos hemiprotesis y extensores radiopacos
Núcleo de la prótesis compuesto por alambres de plata torsionados y soldados recubiertos con un tubo de teflón que a su vez contiene una cobertura de silicona
Disponible en diferentes diámetros entre 9,5 y 13 mm y disponible en varias longitudes entre 14 y 27 cm
Compatible con extensores proximales de 0,0,5 y 1 cm
LOTE 7: PRÓTESIS DE PENE INFLABLE DE 3 COMPONENTES

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386

Compuesta de tres componentes conectados; dos cilindros colocados en el pene una bomba localizada en el escroto y un reservorio en el abdomen. En diferentes centímetros Indicada en pacientes con destreza manual y sin comorbilidades

Arts. 1-4

Dispositivo realizado con elastómeros de silicona solida

Capa hidrofílica en la superficie de los componentes externos

Disponibilidad de cilindros en diversos tamaños 10-24 cm

El cilindro deberá permitir la opción de crecer tanto en longitud y / o grosor

Bomba de control reconectada con relieves en la superficie para percibirla mejor al tacto y facilitar el inflado de la prótesis

Bomba con válvula de cierre, diseñada para evitar el inflado automático

Esterilizado óxido de etileno

Compatible con RMN

Reservorio de silicona de morfología esférica y/o plana y disponible en diversos tamaños oscilando entre 65 y 100 ml

LOTE 8: PRÓTESIS DE TESTÍCULO

Prótesis manufacturada de silicona sólida en tres tamaños, pequeño, mediano y grande. Indicada para la reparación anatómica en casos de orquiectomía, o anorquia

Art. 1 Prótesis testicular elastómero de silicona, tallas M y G

Fabricado de silicona de baja dureza

Consistencia similar al testículo natural

Diferentes tamaños:

* pequeña 31 x 23 mm

* mediana 37x 28 mm

* grande 42x 32 mm

* extra grande 47x 34 mm

LOTE 9: CATETERES DE PRESIÓN RECTAL Y DE CISTOMANOMETRÍA

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386	
Arts. 1-4 Catéteres de presión rectal y de cistomanometría	
Compatibles con el equipo de urodinámica MMS	
Estériles y desechables	
Arts. 2-4: Catéteres de cistomanometría de 2 vías	
Libre de látex. Extremos luer – lock de doble vía una para el llenado vesical y la otra para medir la presión intravesical	
Que permita una velocidad de llenado de al menos 50 ml / min	
Estériles y desechables	
LOTE 10: ELECTRODOS NEUROLÓGICOS DESECHABLES	
Art. 1 Electrodo neurológico gel solido 20x28 mm cable 80 cm	
Compatible con el equipo de urodinámica MMS	
Estériles y desechables	
LOTE 11: SISTEMA DE PERFUSIÓN URODINÁMICA	
Sistema para bomba de perfusión urodinámica con cámara reductora de pulsación del flujo continuo del registro. Compatible con equipo de urodinámica MMS	
Art. 1 Equipo bomba perfusion urodinamica 295 cm	
Compatible con el equipo de urodinámica MMS	
Longitud 295 cm	
LOTE 12: BALÓN DE DILATACIÓN URETRAL LIBERADOR DE FARMACO	
Dispositivo de balón de dilatación uretral que combina la dilatación mecánica con la administración de fármaco (PACLITAXEL) para tratar la estenosis de uretra (en diferentes longitudes según la longitud de la estenosis)	
Art. 1 Catéter balón dilatación uretral liberador fármaco 30F 30mm y 50mm	
Balón que combine una dilatación eficaz con la administración de un fármaco antiproliferativo probado (Paclitaxel) que inhiba la recurrencia de la estenosis	
Aprobado por la FDA y con certificado CE para uso uretral	
Compatible con guías de 0,035 y 0,038	

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386

Dos marcas radiopacas que delimitan la porción de balón con recubrimiento farmacológico

Con insuflador de 40 cc de alta presión con manómetro incorporado

Balón de diferentes tamaños y longitudes siendo las más habituales: 30frx 30 cm y 30Fr x 50 cm

LOTE 13: CATETERES DE NEFROSTOMIA

Set de catéter de nefrostomía para realizar en pacientes a los cuales se les practica la nefrostomía por primera vez. 8.3F x 23 cm. Para recambios de sonda de nefrostomía permanente: Sondas de Nefrostomía cortas: CH 12 /14 de 24 cm.

Art. 1 y 2

Sonda de silicona libre de látex

Punta flexible y a traumática redondeada para facilitar su inserción

Sistema auto retentivo para impedir su salida de la vía urinaria

LOTE 14: AGUJA INTRODUCTORA PARA NEFROSTOMIA

Aguja de 20 cm de 18 G. Se utiliza para la punción de la nefrostomía para posterior dilatación y colocar el material de trabajo

Art. 1 Aguja introductora 18G 200mm

Calibre 18G 200mm

LOTE 15: DILATADORES DE NEFROSTOMIA

SET completo de dilatadores y dilatadores sueltos

Arts. 1 y 2

Punta cónica designada para introducción a traumática

Radiopaca

Presentación en SET completo de dilatadores, así como de dilatadores sueltos

LOTE 16 BALON DILATACIÓN PARA NEFROSTOMIAS

Art. 1 Cateter balon dilatacion nefrolitotomia percutanea 30F de 12 cm

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386

Catéter de balón de alta presión para Nefrostomías 30F de 12 cm. Utilizado en la cirugía renal percutánea por litiasis. Se utiliza para dilatar los músculos y las fascias para establecer un tracto entre la piel y el riñón durante la cirugía percutánea

Diseñado para mantener un diámetro de 30 Fr bajo alta presión

Dilatación efectiva y uniforme a lo largo de la nefrostomía

Cualificado para presiones de inflado de hasta 20 atm

Marcador radiopaco para confirmar la posición del globo

Art. 2 Insuflador para el balón de dilatación

Necesario para utilizarlo junto al art. 1

Es necesario para la dilatación del catéter de balón con una presión controlada

LOTE 17: GUÍAS HIDROFÍLICAS PARA URETEROSCOPIO Y ACCESO PERCUTANEO

Arts 1-5 Guías atelectomías y nitinol

Guía para cateterizar la vía urinaria superior para sobrepasar obstrucciones de la vía urinaria en el caso de cirugía de la litiasis, colocación de dobles J o cateterizar la uretra en caso de sondajes uretrales dificultosos

- Guía sensor 0,35, 150 cm de longitud punta recta
- Guía sensor 0,38, 150 cm de longitud punta recta
- Guía de punta angulada 0,35 150 cm de longitud SAP
- Guía de punta angulada 0,18 180 cm de longitud usada en vascular
- Guía híbrida hidrofílica con alma interna de (nitinol + cobalto)

Núcleo de nitinol

Recubrimiento hidrofílico en toda la guía

Punta hidrofílica de al menos 5 cm

Cuerpo de la guía en espiral

Completamente radiopaco

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386
Posibilidad de punta recta y acodada (para poder disponer de los dos tipos)
LOTE 18: CATETER URETERAL DOBLE J
Arts 1-3: Catéteres ureteral doble J larga duración sin guía
Diferentes diámetros y longitudes.
• 4,7 Fr x 24 SAP 2243006
• 4,7 X 26 SAP 2243007
• 6 X 24 SAP 2243009
• 6 X 26 SAP 2243010
Catéter ureteral doble j abierto por los 2 extremos.
Completamente radiopaco.
Termo sensible, permitiendo que a temperatura corporal se ablande, mejorando la tolerabilidad y el confort del paciente y minimizando la fricción.
Recubrimiento especial que establezca los niveles de pH en la superficie del stent, que minimice la formación de biopelícula y la adhesión de sales de calcio urinarias.
Stent fabricado con un material que permita una superficie ultra lisa y suave con bajo coeficiente de fricción, para minimizar daños ureterales e incrustaciones.
Arts 4-7 CATETER URETERAL DOBLE J (PERMANENCIA INFERIOR A 6 MESES)
Material polimérico biocompatible, radiopaco y que asegure la máxima biodurabilidad. Buena relación diámetro interno / externo, orificios laterales y abierto en ambos extremos para asegurar el drenaje de la orina. Recubrimiento hidrofílico. Resistente a las infecciones y a las incrustaciones calcáreas. Diferentes medidas. Indicados en pacientes que no van a ser portadores de catéteres a largo plazo o de forma permanente
Catéter ureteral doble J abierto por los dos extremos
Diferentes diámetros y longitudes
Completamente radiopaco
Termo sensible para mejorar tolerabilidad
Recubrimiento especial para estabilizar los niveles de pH para evitar las incrustaciones cálcicas
LOTE 19: CATETER URTERAL J SENCILLO

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386	
Utilizado en ciertas intervenciones urológicas (cistectomías) y cuando hay que dejar una derivación permanente de la vía urinaria superior por obstrucción de las uretero-ileostomías.	
Arts. 1-4	
Diversas medidas:	
-	6x70
-	6x80
-	7x90
-	8x 75
Punta cónica y flexible y cuerpo de catéter rígido	
Diferentes diámetros y longitudes (6-7-8 Fr)	
Termo sensible para mejorar tolerabilidad	
LOTE 20: VAINA DE ACCESO URETERAL	
Necesarias para la introducción por el uréter de los URS tanto desechables como inventariables	
Arts. 1-2 Vaina acceso ureteral	
Vaina resistente a torceduras	
Recubrimiento hidrofílico	
Punta dilatadora cónica diseñada para paso atraumático	
Banda marcadora radiopaca para confirmar la colocación de la punta	
LOTE 21: CESTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS	
Para utilizar tanto en urs rígidos como flexibles 1,9 F x 120 cm	
Art. 1 Cesta extracción cálculos nitinol 1,9F 120cm	
Cestas de extracción de nitinol	
Cesta autoexpansible en el extremo distal	
Compatible con láser	

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386
Posibilidad de cestillas de diversas aperturas y formas
LOTE 22: SISTEMA AUTOMÁTICO DE BIOPSIA DE PRÓSTATA CON AGUJA PARA ANESTESIA LOCAL ADAPTABLE AL MODELO HITACCHI CC5315 (PROPIEDAD DE LA OSI)
Pistola con aguja y guía para paso de aguja
Arts. 1 y 2
Manejo con una sola mano en la carga y en el disparo lo que permite usar la otra para el ecógrafo
Punta biselada
Adaptable al transductor transrectal
Deberá incluir la aguja para la anestesia previa en el mismo Kit
LOTE 23: CATETER DRENAJE SUPRAPUBICO
Diseñado para su colocación en un solo paso con una guía a través de la cual se coloca la sonda directamente en la vejiga. Utilizado en casos de ser imposible el sondaje vía uretral. Sonda 14 fr de 40 cm. Trocar de 5,6 mm de 12 cm.
Art. 1 Catéter balón drenaje vesical suprapúbico, varias medidas
Balón de silicona integrado en la sonda
Trocar divisible de 12 cm
Set con bisturí integrado
40 cm de longitud
Volumen del globo 5 ml
Dos ojos de drenaje
Línea radiopaca
LOTE 24: SONDA DE TRIPLE VIA
Arts. 1-8 Sondas vesicales de triple vía
Medidas de 18 a 24 ch punta acodada y recta con balón
Sondas semirrígidas en la punta para facilitar su introducción

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386
Silicona 100%
Inflado del balón no inferior a 30 cc
LOTE 25: SONDAS VESICALES HIDROFÍLICAS DE BAJA FRICCIÓN
Utilizadas para hacer las dilataciones uretrales en la consulta de urología. Diferentes medidas
Arts 1-4 Sondas vesicales
Recubrimiento hidrofílico
Listas para usar
Libre de látex
LOTE 26: SONDAS PRELUBRICADAS
Utilizadas para realizar las instilaciones endovesicales (quimioterapia intravesical, inmunoterapia, ácido hialurónico). Diferentes medidas
Arts. 1-9 Sondas vesicales prelubricadas
Listas para usar
Libres de látex
LOTE 27: TRATAMIENTO DE REFLUJO VESICO URETERAL
Sustancias de relleno biocompatible inyectadas endoscópicamente para tratamiento del reflujo vesico ureteral
Art. 1 Implante urológico incontinencia inyectable silicona hidrogel 1,5cc
Biocompatible
No absorbible
LOTE 28: AGUJA PARA INYECCIÓN DE SUSTANCIAS EN LA PARED VESICAL
Aguja flexible para poder introducirla tanto por cistoscopio flexible como rígido y de longitud suficiente para un cómodo manejo
Art. 1 Aguja inyección sustancias en pared vesical flexible 22G 4mm
Aguja de punta retráctil para que se proteja tanto el cistoscopio como el propio dispositivo
Punta de la aguja ajustable de 0 a 5 mm para acomodarse al espesor de la pared vesical

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp. 2026/01386
Longitud de catéter no superior a 70 cm
Diámetro de catéter 4,8 Fr
Aguja de 22 G
LOTE 29: CLIPS POLÍMERO
Art. 1 Clips polímero
Compatible con cirugía robótica
Disponible en varios tamaños y aplicadores
Diseño antideslizante
Material polimérico radiolucido
LOTE 30: FIBRAS LASER HOLMIO PARA LITOTRICIA Y ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA
Art. 1 Fibras monouso láser de 200 y 365 micras
Fibras monouso láser de 200 y 365 micras con sistema anti-retropropulsión para el tratamiento endoscópico con láser en vías urinarias
Rango de calibre central entre 200-365 micras
Aplicación de un sólo uso
Fibra técnicamente adecuada para el corte/coagulación, así como para la fragmentación y pulverización de los cálculos. Longitud mínima 2,5 m
Art. 2 Fibras monouso láser de 550 micras
Fibra monouso láser de 550 micras para enucleación prostática y sistema anti – retropropulsión para el tratamiento endoscópico con láser.
Rango de calibre entre 500-600 micras
Aplicación de un sólo uso
Fibra técnicamente adecuada para el corte/coagulación durante la técnica HOLEP y litotricia
Diámetro externo máximo 2,3Fr. aproximado y longitud mínima 2,5 m

La oferta que no cumpla con dichas características técnicas mínimas quedará EXCLUIDA.

Bilbao a 30/06/2026

MARIA CARMEN
ZUBIAUR
LIBANO -
14939364J

Firmado digitalmente
por MARIA CARMEN
ZUBIAUR LIBANO -
14939364J
Fecha: 2026.06.30
18:13:45 +02'00'

Fdo. M^a Carmen Zubiaur Líbano
Jefa de Servicio de Urología