



Pliego de bases técnicas Suministro de agujas y cortantes para la OSI Bilbao Basurto 2021/02407

Índice

1. Objeto del contrato	2
2. Condiciones generales del suministro	2
3. Especificaciones técnicas.....	2
4. Presupuesto de licitación	6



1. Objeto del contrato

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la definición de las características técnicas de aplicación en la licitación del suministro de agujas y cortantes para los servicios del Hospital Universitario Basurto, OSI Bilbao Basurto para un periodo total de 5 años (contrato inicial de dos años y eventuales prórrogas, por un máximo de 3 años).

2. Condiciones generales del suministro

El suministro se realizará a demanda de la OSI, mediante pedido según se vayan generando las necesidades en el transcurso de la vigencia del expediente. Las cantidades son estimadas, no teniendo la OSI obligación de adquirir toda la previsión.

3. Especificaciones técnicas

Las características técnicas que a continuación se enumeran son de obligado cumplimiento.

Lote 01: Agujas hipodérmicas subcutáneas para bolígrafos de insulina

Art.1- Aguja Hipodérmica Subcutánea para bolígrafo de Insulina 31G 5mm

Art.2- Aguja Hipodérmica Subcutánea para bolígrafo de Insulina 32G 4 mm

- Cánula de acero inoxidable grado médico
- Lubricante de silicona grado médico
- Adhesivo curado con ultravioleta
- Aguja con triple biselado
- Cono traslúcido
- Conexión roscada compatible con el 100% de todas las plumas, jeringas precargadas y bolígrafos de insulina
- Exenta de látex, PVC/Ftalatos
- Envase unitario estéril con precinto protector.
- Código de color en precinto del envase unitario, presentación de la caja y embalaje.
- Etiquetado y pictogramas UNE EN ISO 15223-1:2017
 - Denominación del artículo, calibre y longitud
 - Método de esterilización
 - Fecha caducidad



- Número de lote
- Referencia comercial
- Marcado CE
- Símbolo de estéril
- Símbolo de un solo uso
- Cumplimiento de la Directiva Europea 93/42/CEE como producto sanitario clase IIa
- Marcado CE con Organismo Notificado
- Declaración de conformidad con Organismo Notificado
- Cumplimiento ISO 7864 para agujas hipodérmicas estériles de un solo uso.
- ISO 11608-2 para agujas de pluma.
- Presentación en cajas de 100 unidades aproximadamente

Lote 02: Jeringas para Gasometría Arterial

Art.1- Jeringa Gasometría Arterial con Aguja de Seguridad 22G 25mm

- Jeringa de tres cuerpos, con capacidad de 3 ml, 22G 1"
- Cánula de acero inoxidable grado médico con sistema de seguridad
- Lubricante de silicona grado médico
- Pre-rellenada de heparina lio balanceada en Ca^{+2} micronizada
- Medición de pO_2 , pCO_2 , pH, co-oximetría, electrolitos principales (Ca^{++} , Na^+ , K^+ , Cl^- y Mg^{++}) magnesio total y metabolitos glucosa y lactato.
- Tapón de transporte y sellado
- Conexión luer lock
- Exenta de látex
- Envase unitario estéril
- Etiquetado y pictogramas UNE EN ISO 15223-1:2017
 - Denominación del artículo, calibre y longitud
 - Método de esterilización
 - Fecha caducidad
 - Número de lote
 - Referencia comercial
 - Marcado CE
 - Símbolo de estéril
 - Símbolo de un solo uso



- Cumplimiento de la Directiva Europea 93/42/CEE como producto sanitario clase IIa
- Marcado CE con Organismo Notificado
- Declaración de conformidad con Organismo Notificado

Art.2- Jeringa Gasometría Arterial sin Aguja

- Jeringa de tres cuerpos, con capacidad de 3 ml.
- Lubricante de silicona grado médico
- Pre-rellenada de heparina litio balanceada en Ca^{+2} micronizada
- Medición de pO_2 , pCO_2 , pH, co-oximetría, electrolitos principales (Ca^{++} , Na^+ , K^+ , Cl^- y Mg^{++}) magnesio total y metabolitos glucosa y lactato.
- Tapón de transporte y sellado
- Conexión luer lock
- Exenta de látex
- Envase unitario estéril
- Etiquetado y pictogramas UNE EN ISO 15223-1:2017
 - Denominación del artículo
 - Método de esterilización
 - Fecha caducidad
 - Número de lote
 - Referencia comercial
 - Marcado CE
 - Símbolo de estéril
 - Símbolo de un solo uso
- Cumplimiento de la Directiva Europea 93/42/CEE como producto sanitario clase I
- Marcado CE con Organismo Notificado
- Declaración de conformidad con Organismo Notificado

Lote 03: Bisturís de seguridad: diversos tipos de hojas

Art.1 – Bisturís de seguridad diferentes medidas (Nº 10, 11, 15)

Art.2 – Bisturís de seguridad quitapuntos (Nº 12)

- Hoja de acero inoxidable grado médico
- Mango rígido



- Mecanismo de seguridad integrado en el equipo cortopunzante que cubra totalmente la hoja.
- Sistema de seguridad permanente e irreversible
- Confirmación sonora y/o visual de su correcta activación
- Diseño que permita la utilización con una sola mano por personas zurdas o diestras
- Exenta de látex y Ftalatos
- Empaquetado individualmente y estéril
- Etiquetado y pictogramas UNE EN ISO 15223-1:2017
 - Denominación del artículo
 - Método de esterilización
 - Fecha caducidad
 - Número de lote
 - Referencia comercial
 - Marcado CE
 - Símbolo de estéril
 - Símbolo de un solo uso
- Cumplimiento de la Directiva Europea 93/42/CEE como producto sanitario clase IIa
- Marcado CE con Organismo Notificado
- Declaración de conformidad con Organismo Notificado
- Al menos 5 modelos diferentes de hojas quirúrgicas a definir por el Centro

Lote 04: Cabezales desechables para recortadora quirúrgica de vello

Art.1 - Cabezales para recortadora quirúrgica de vello: Universales

Art.2 - Cabezales para recortadora quirúrgica de vello: Zonas sensibles

Art.3 - Cabezales para recortadora quirúrgica de vello: Cuero cabelludo

- Cuchillas de acero inox.
- Diferenciados en tipo de cuchilla y color según el uso.
- Medidas de corte:
 - Art.1: *ancho*: ≤ 31,5 mm; *alto*: ≤ 0,9 mm
 - Art.2: *ancho*: ≤ 25,0 mm; *alto*: ≤ 1,2 mm
 - Art.3: *ancho*: ≤ 39,4 mm; *alto*: ≤ 1,4 mm
- Fácil adaptabilidad a la recortadora



- Rasurado tanto en seco como en húmedo
- Envasado individual y de un solo uso.
- Exenta de látex y Ftalatos
- Cumplimiento de la Directiva Europea 93/42/CEE como producto sanitario clase I
- Marcado CE
- Declaración de conformidad

✚ **Para este lote es necesario la puesta a disposición del hospital de 100 Recortadoras Quirúrgicas, con su correspondiente cargador, así como la sustitución de las mismas por avería, deterioro o cualquier otra necesidad del Centro.**

- **Características Recortadoras Quirúrgicas:**

- ✓ Capaz de funcionar en condiciones secas o húmedas
- ✓ Compatible con los desinfectantes del Centro Sanitario
- ✓ Sumergible hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1 metro.
- ✓ Autonomía de al menos 90 minutos
- ✓ Base de carga individual
- ✓ Indicador nivel de batería
- ✓ Ruido en funcionamiento menor de 70 db
- ✓ Libre de látex y Ftalatos

4. Presupuesto de licitación

Lote	Art	Descripción del material	Udes 2 años	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	UMB	Total licitado (sin IVA)
1	1	Aguja Hipodérm Subcutánea para bolígrafo de Insulina 31G 5mm	600.000	0,47	10	UND	28.200,00
1	2	Aguja Hipodérm Subcutánea para bolígrafo de Insulina 32G 4mm	1.400.000	0,47	10	UND	65.800,00
Total Agujas hipodérmicas subcutáneas para bolígrafos de insulina							94.000,00
2	1	Jeringa Gasometría Arterial con Aguja de Seguridad 22G 25mm	70.000	3,35	10	UND	23.450,00
2	2	Jeringa Gasometría Arterial sin Aguja	44.000	0,22	1	UND	9.680,00
Total Jeringas para gasometría arterial							33.130,00
3	1	Bisturís de seguridad diferentes medidas (Nº 10, 11, 15)	18.000	0,66	1	UND	11.880,00

**Pliego de bases técnicas para el suministro de agujas y cortantes
para la Osi Bilbao Basurto
Exp 2021/02407**

Lote	Art	Descripción del material	Udes 2 años	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	UMB	Total licitado (sin IVA)
3	2	Bisturís de seguridad quitapuntos (Nº 12)	12.000	0,69	1	UND	8.280,00
Total Bisturís de seguridad: diversos tipos de hojas							20.160,00
4	1	Cabezales para recortadora quirúrgica de vello: Universales	20.000	1,45	1	UND	29.000,00
4	2	Cabezales para recortadora quirúrgica de vello: Zonas sensibles	2.000	2,10	1	UND	4.200,00
4	3	Cabezales para recortadora quirúrgica de vello: Cuero cabelludo	1.200	3,00	1	UND	3.600,00
Total Cabezales desechables para recortadora quirúrgica de vello							36.800,00
Presupuesto de licitación							184.090,00

Bilbao a 26/10/2021

Ana Loreto Pascual Ibarra. Responsable de recursos materiales Osi Bilbao Basurto