PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE Y OTROS MATERIALES TEXTILES RELACIONADOS PARA LA OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

Índice

1. OBJETO DEL EXPEDIENTE 2
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTE/ARTÍCULO 2
LOTE 1 Equipos de cobertura quirúrgica desechables y sistema logístico de gestión 2
A. Composición de los equipos 2
B. Características técnicas de los equipos de cobertura quirúrgica 17
C. Gestión logística 18
D. Facturación 20
LOTE 2 Paño quirúrgico adhesivo 3 capas 50X50 cm 22
LOTE 3 Paño quirúrgico adhesivo 90X75 cm 22
LOTE 4. Campo quirúrgico antimicrobiano iodoforo 45X56 cm 22
LOTE 5. Campo quirúrgico con bolsa 74X74cm con incisión 33 X 43 cm 22
LOTE 6. Sábana impermeable desechable 102X229 cm 23
LOTE 7 Rollo alfombra super absorbente antideslizante 30,5mx71cm con precortes cada 51cm 23
LOTE 8 Empapador lavable 4 capas con alas absorción 3,8 l/m2 90X75 cm 23
3. NORMATIVA 24
4. MUESTRAS 25
5. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL 26
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 27
Lote 1 Equipos de Cobertura Quirúrgica Desechables y Sistema Logístico de Gestión 27
Resto de lotes 30
7. CONDICIONES GENERALES DE LAS OFERTAS 32
8. ANEXO RELACION DE MATERIALES, UNIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS 33

1. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades de Equipos de cobertura Quirúrgica Desechable y otros textiles relacionados para la OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES. Los suministros objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de la asistencia sanitaria en la OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas generales que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTE/ARTÍCULO

LOTE 1 Equipos de cobertura quirúrgica desechables y sistema logístico de gestión

A. Composición de los equipos

1.1 EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL/LOCAL/OTORRINO INFANTIL
1 Campo de 100x150 cm
2 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica L
2 Campo adhesivo lateral 75x75cm

1.2 EQUIPO CIRUGÍA AMBULATORIA
1 Campo 100x150 cm
2 Toallita absorbente 33x30 cm
1 Bata quirúrgica L
1 Paño fenestrado adhesivo 120x120cm Ø7cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.3 EQUIPO CIRUGÍA MAYOR
1 Sábana cubremesas reforzada 190x150cm
10 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
3 Bata quirúrgica L
1 Paño quirúrgico adhesivo 240x150cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 175x170cm
2 Paño quirúrgico adhesivo 100x90cm
2 Campo adhesivo lateral 75x90cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.4 EQUIPO CIRUGÍA MENOR
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
8 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
3 Bata quirúrgica L
1 Paño quirúrgico adhesivo 150x240cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 175x170cm
2 Paño quirúrgico adhesivo 75x90cm
1 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.5 EQUIPO OTORRINO
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
10 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
3 Bata quirúrgica L
1 Sábana en U adhesiva 200x300cm U adhesiva 6,5x 55 cm
1 Campo adhesivo lateral 75x90cm
1 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.6 EQUIPO LAPAROSCOPIA ABDOMINAL
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
10 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
3 Bata quirúrgica L
1 Sábana cubremesas reforzada 190x150cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 240x150cm
2 Paño quirúrgico adhesivos 100x90cm
2 Pernera con semi-apertura lateral 75x120cm
1 Campo adhesivo lateral 75x90cm
1 Campo 100x150cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
2 Bolsa instrumental 3 compartimentos para instrumentos de laparoscopia 28x48cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.7 EQUIPO CESÁREA
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
6 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica extrarreforzada XL
2 Bata quirúrgica L
1 Sábana cesárea 250 X320cm con campo transparente y fenestración de 29X19cm con bolsa
1 Paño no adhesivo 75x90cm
1 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva 2 compartimentos 46x40cm
20 Compresa de gasa 10x20cm 16 capas con línea RX
10 Gasa TNT RX 10x10cm 8 capas
2 Bisturí con seguridad nº 23
1 Tubo de aspiración mínimo de 6mm de diámetro interior, y de 3m de longitud
1 Terminal electrobisturí con cable 500cm tres polos
1 Limpiador punta electrobisturí 5x5cm detectable con RX
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.8 EQUIPO LEGRADO / CISTOSCOPIA
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
4 Toallitas absorbentes 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
1 Bata quirúrgica L
2 Perneras con semi-apertura lateral 75x120cm
2 Campo adhesivo lateral 75x90cm

1.9 EQUIPO LAPAROSCOPIA GINECOLÓGICA
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
8 Toallita absorbente 33x30cm
2 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
1 Sábana bajo nalga 100x120cm
1 Sábana abdominoperineal 280x295cm
1 Campo 100x150cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.10 EQUIPO VAGINAL
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
8 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
1 Sabana ginecológica con bolsa 250x280cm con fenestración 9x12cm
1 Compresa TNT RX 5x5cm
1 Campo 100x150cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.11 EQUIPO UROLÓGICO RTU
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
2 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica extrareforzada XL
1 Sábana Urología con bolsa recoge líquidos 200/280x185 con fenestración 7x10cm

1.12 EQUIPO PARTOS
1 Campo 100x150cm
2 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica L
20 Compresa TNT RX 10x10cm 8 capas
3 Campo 90x75cm
1 Campo adhesivo lateral 75x90cm
1 Paño de algodón pequeño 100x90 cm
1 Paño bajo nalga con bolsa, bolsa con escala 100cm 120cm

1.13 EQUIPO CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICO/INFANTIL
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
6 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
2 Batas quirúrgicas L
1 Paño quirúrgico adhesivo 175x200cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 150x240cm
2 Paño quirúrgico adhesivo 75x90cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.14 EQUIPO PÁRPADOS
1 Campo 100x150cm
6 Toallita absorbente 33x30cm
2 Bata quirúrgica L
1 Bata quirúrgica XL
1 Paño quirúrgico adhesivo 170x175cm
1 Paño 120x120cm adhesivo con fenestración central diámetro 7cm
1 Bolsa adhesiva 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.15 EQUIPO DACRIOCISTORRINOSTOMÍA
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
6 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
1 Compresa TNT RX 5x5cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 175x200cm
4 Campo adhesivo lateral 75x90cm
1 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.16 EQUIPO CRANEOTOMíA
1 Sábana cubremesas reforzada 190x150cm
8 Toallita absorbente 33x30cm
2 Bata quirúrgica XL extrarreforzada
2 Batas quirúrgicas L
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
1 Sábana neurocirugía 245x320cm con bolsa y campo adhesivo transparente con fenestración 19x30cm
3 Campo adhesivo lateral 75x75cm
2 Campo adhesivo lateral 75x90cm
3 Campo 100x90cm
1 Paño no adhesivos 45x37,5cm
1 Paño no adhesivos 75x75cm
1 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.17 EQUIPO COLUMNA CERVICAL
1 Sábana cubremesas reforzada 190x150cm
12 Toallita absorbente 33x30cm
3 Bata quirúrgica XL
3 Batas quirúrgicas L
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
1 Sábana reforzada 200x150cm en U con adhesivo de 6,5 x 65cm
2 Paño quirúrgico adhesivo 200x175cm
6 Campo adhesivo lateral 75x90cm
1 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.18 EQUIPO VÁLVULA HIDROCEFÁLICA- PARKINSON
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
8 Toallita absorbente 33x30cm
2 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
1 Sábana reforzada 150X200 cm en U con adhesivo de 6,5 x 65 cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 175x170cm
8 Campo adhesivo lateral 75x75cm
2 Campo adhesivo lateral 75x90cm
1 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.19 EQUIPO HIPÓFISIS
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
8 Toallita absorbente 33x30cm
2 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
2 Sábana cubremesas reforzadas 190x150cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 150 x240cm
1 Sábana reforzada 200x150cm en U adhesiva de 6,5 x 65 cm
12 Campo adhesivo lateral 75x75cm
1 Campo 50x50cm
2 Campo adhesivo lateral 75x90cm
1 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.20 EQUIPO COLUMNA ENDOSCÓPICA
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
10 Toallita absorbente 33x30cm
3 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
1 Sábana cubremesas reforzada 190x150cm
1 Paños quirúrgico adhesivo 250x170cm
1 Sábana reforzada 200x300cm en U profunda adhesiva 6,5 x 55 cm
2 Campo adhesivo lateral 75x90cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.21 EQUIPO EXTREMIDADES GRANDES
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
10 Toallita absorbente 33x30cm
3 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
1 Pernera 35x80cm enrollada
1 Sábana cubremesas reforzada 190x150cm
1 Paño mesa plegado 100x150cm
1 Sábana adhesiva 250x170cm
3 Campo adhesivo lateral 75x90cm
1 Sábana reforzada 200x300cm U profunda adhesiva 10 x 80 cm
1 Paño extremidades 245x320cm fenestración central elástica 7x5cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 12x9,3x1,6cm

1.22 EQUIPO EXTREMIDADES PEQUEÑAS
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
6 Toallita absorbente 33x30cm
2 Bata quirúrgica XL
1 Bata quirúrgica L
1 Pernera 35x80cm enrollado
1 Sábana cubremesas reforzado 190x150cm
1 Sábana adhesiva 175x150cm
1 Sábana adhesiva 250x170cm
1 Paño extremidades 245x320cm con fenestración central de 5x7cm
2 Cintas adhesivas 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 12x9,3x1,6cm

1.23 EQUIPO ARTROSCOPIA
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
8 Toallita absorbente 33x30cm
3 Batas quirúrgicas XL
1 Bata quirúrgica L
1 Pernera 35x80cm enrollada
1 Sábana cubremesas reforzada 190x150cm
2 Paños quirúrgico adhesivo 175x170cm
1 Sábana adhesiva 130x100cm
1 Sábana adhesiva 250x170cm
1 Sábana artroscopia 245x320cm fenestrada 5x7cm elástica y con bolsa
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.24 EQUIPO CADERA-HOMBRO
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
10 Toallita absorbente 33x30cm
3 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
1 Pernera 35x80cm enrollada
2 Sábana cubremesas reforzada 190x150cm
2 Sábana reforzada 200x260cm en U profunda adhesiva 6,5 x 95 cm
2 Sábana adhesiva 240x150cm
2 Campo adhesivo lateral 75x90cm
1 Campo 100x90cm
4 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 46x40cm
1 Contador de agujas hoja imantada 12x9,3x1,6cm

1.25 EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
10 Toallita absorbente 33x30cm
3 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
1 Pernera 35x80cm enrollada
1 Sábana cubremesas reforzado 190x150cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 175x200cm
2 sábana reforzada0 200x260cm con U profunda adhesivo 6,5 x 95 cm
1 Paño de hombros / artroscopia 225x360cm con fenestración de 13 x 15 cm con adhesivo en zona fenestrada con bolsa de recogida de líquidos 80x90cm
1 Campo adhesivo lateral 100x90cm
2 Campo adhesivo lateral 75x90cm
4 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.26 EQUIPO RESECCIÓN TORÁCICA
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
8 Toallita absorbente 33x30cm
2 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
1 Cubremesas 250x200cm
1 Paño tórax 260x315cm campo incisión 32X38cm, zona mayor absorción inferior a campo operatorio
2 Cinta adhesiva 10x50cm
2 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 12x9,3x1,6cm

1.27 EQUIPO CIRUGÍA VASCULAR

1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
8 Toallita absorbente 33x30cm
2 Batas extrarreforzadas XL
2 Batas quirúrgicas L
1 Cubremesas 250x200cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 240x150cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 200x170cm
4 Paño quirúrgico adhesivo 100x90cm
2 Cinta adhesiva 10X50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 12x9,3x1,6cm

1.28 EQUIPO ANGIOGRAFÍA VASCULAR

1 Paño de mesa para envoltura 240x150cm
10 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica reforzada XL
3 Bata quirúrgica L
1 Paño mesa plegado 100x150cm
2 Paño mesa plegado 240x150cm
1 Campo adhesivo lateral 75x75cm
2 Campo adhesivo lateral 100x90cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 240x150
1 Paño angiografía 224x365cm Ø12cm
2 Sábana adhesiva 200x170cm
1 Paño absorbente adhesivo extrarreforzado 50x50cm
20 Compresa algodón 10x10cm 17 capas
2 Compresa de gasa 20x25cm 16 capas
1 Aguja bioseguridad 20Gx40mm
1 Aguja hipodérmica de seguridad 21Gx 40mm
2 Jeringas 3 cuerpos Luer lock 3ml
2 Jeringas 3 cuerpos Luer lock 5ml
2 Jeringas 3 cuerpos Luer lock 10ml
2 Jeringas 3 cuerpos Luer Lock 20ml
1 Bisturí de seguridad nº 11
1 Bol 500ml 11,6cm opaco (preferiblemente azul)
1 Bol 1000ml opaco (preferiblemente azul)
1 Bol transparente 500ml
1 Batea guías plástico 2000ml 24cm opaca (preferiblemente azul)
1 Pintor esponja 4x4cm 15cm
1 Pinza hemostáticas Halstead- Mosquito recta 12,5cm
1 Cobertor mando a distancia 12x35cm con adhesivo
1 Funda circular para intensificador 70 x43cm redondo
1 Funda circular para intensificador 100x51cm redondo
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva 2 compartimentos 43x38cm

1.29 EQUIPO MAXILOFACIAL
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
8 Toallita absorbente 33x30cm
2 Bata quirúrgica XL
2 Bata quirúrgica L
1 Sábana reforzada 200x300cm en U adhesiva de 6,5 x 55 cm
2 Campo adhesivo lateral 75x90cm
1 Paño de turbante 100x65cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.30 EQUIPO QUEMADOS INICIAL
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
10 Toallita absorbente 33x30cm
2 Batas quirúrgicas reforzadas XL
1 Bata quirúrgica reforzada L
2 Batas quirúrgicas L
1 Sábana cubremesas reforzada 190x150cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 150x240cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 175x170cm
4 Paños quirúrgico adhesivo 75x90cm
4 Campo 75 x90cm
1 Paño quirúrgico 150x200cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.31 EQUIPO QUEMADOS CAMBIO
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
6 Toallita absorbente 33x30cm
2 Bata quirúrgica reforzada XL
1 Bata quirúrgica reforzada L
1 Paño quirúrgico adhesivo 150x240cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 175x170cm
2 Paños quirúrgico adhesivo 75x90cm
2 Campo adhesivo lateral 50x50cm
4 Campo 45x37,5cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.32 EQUIPO HEPÁTICO-RENAL
1 Sábana cubremesas reforzada externa 190x150cm
10 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
3 Bata quirúrgica L
1 Sábana mesa reforzada 190x150cm
2 Paño quirúrgico adhesivo de 240x150cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 175 x 170cm
2 Paño quirúrgico adhesivo 100x90cm
2 Campo 90x75cm
1 Cinta adhesiva 10x50cm
4 Bolsa adhesiva con 2 compartimentos 43x38cm
1 Contador de agujas hoja imantada 12x9,3x1,6cm

1.33 EQUIPO NEFROLITOTOMIA
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
6 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica extrarreforzada XL
1 Bata quirúrgica reforzada L
1 Bata quirúrgica L
1 Sábana neurocirugía 245x320cm c/bolsa y campo transparente con fenestración 19x30cm
1 Sábana urología 200x280cm 185cm con bolsa recoge-líquidos y campo transparente con fenestración 7x10cm
1 Paño de mesa plegado 100x150cm
2 Cinta adhesiva 10x50cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.34 EQUIPO BANCO
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
4 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica L
1 Bata quirúrgica XL
5 compresas de algodón de 17 hilos sin contraste, 8 capas (10x20cm dobladas)
1 Contador de agujas hoja imantada 11,5x5,5x1,5cm
1 bisturí con seguridad número 11
1 batea rectangular de 24,5cm de diámetro y 14cm de altura

1.35 EQUIPO ABSCESOS- LEGRADOS
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
4 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
1 Bata quirúrgica L
1 Paño quirúrgico adhesivo 150x240cm
2 Pernera con semi-apertura lateral 75x120cm
4 Campo adhesivo lateral 75 x 90cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.36 EQUIPO MARCAPASOS
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
2 Toallita absorbente 33X30cm
1 Bata quirúrgica XL
1 Aguja hipodérmica de seguridad 21GX40mm
1 Jeringa 3 cuerpos Luer Slip 20ml
1 Bisturí seguridad 23 mango largo
40 Compresas TNT RX 10X10cm 8capas
4 Compresa cosida abdominal 45X45cm 17H 4capas con línea RX
1 Bol transparente 120ml
1 Bol circular opaco (preferiblemente azul) 1000ml
1 Campo incisión transparente 44X50cm
2 Protector intensificador rectangular 102X97cm
2 Campo adhesivo lateral 75X75cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 90X100cm
1 Paño quirúrgico adhesivo 175x200cm
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.37 EQUIPO ELECTROFISIOLOGÍA Y ABLACIÓN
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
4 Toallita absorbente 33x30cm
2 Bata quirúrgica L
1 Aguja hipodérmica de seguridad 21GX40mm
1 Bisturí de seguridad Nº 11 mango largo
2 Jeringa 3cuerpos Luer 10 ml (1 color del émbolo diferente)
1 Jeringa 3cuerpos luer lock 10 ml
1 Jeringa 3 cuerpos LuerSlip 20ml
20 compresas de TNT RX 10X10cm 8capas
4 compresa abdominal cosidas 45X45cm 17H 4 capas con línea RX
1 Pinza hemostática Pean atraumática recta 14cm desechable
1 Bol transparente 120ml
1 Bol circular opaco (preferiblemente azul) 1000ml
2 Protector intensificador rectangular 102X97cm
1 Protector RX 50x100cm
1 campo adhesivo lateral 75X75cm
1 sábana angiografía con refuerzo 240X340cm 2 fenestraciones femorales y 2 radiales + 2 paneles laterales transparentes
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.38 EQUIPO NEUROANGIORRADIOLOGÍA

1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
4 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica L
1 Bata quirúrgica XL
1 sábana angiografía con refuerzo 240X340cm 2 fenestraciones femorales y 2 radiales + 2 paneles laterales transparentes
2 Funda amplificador rectangular 122x65cm
1 funda amplificador rayos X rectangular 102x97cm
20 compresa 10x20cm 17H
40 compresas TNT 10x10cm 17H
2 jeringa 10ml Luer 3piezas
1 Jeringa 10ml LuerLock 3piezas
1 jeringa 20ml luer 3 piezas
1 Jeringa 20ml LuerLock 3piezas
1 Aguja de seguridad hipodérmica21Gx40mm
1 Aguja carga de seguridad 18Gx1 1/2"
1 Bisturí con mango Nº 11 con seguridad
1 Bol 500ml transparente
1 Bol 500ml azul (u otro color no transparente)
1 Bol 1000ml azul (u otro color no transparente)
1 Batea 2000ml 24cm azul (u otro color no transparente) c/pestañas interiores sujeción guía plástico

1.39 EQUIPO HEMODINAMICA

1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
4 toallita absorbente 33x30cm
1 batas quirúrgicas L
1 bata quirúrgica XL
1 funda amplificador redonda 51 X100cm
1 Funda amplificador 102x152cm cuadrada
1 Funda cable cámara 13x250cm
1 Funda mango lámpara 15x11,9cm preferiblemente azul
1 sábana angiografía con refuerzo mínimo de 240X340cm 2 fenestraciones femorales y 2 radiales + 2 paneles laterales transparentes
40 compresas TNT RX 17 hilos de 10X10 cm 8 capas
4 compresas abdominal 45x45cm 4 capas con línea RX
1 Paño adhesivo absorbente extrarreforzado 90x75cm
1 jeringa 3 cuerpos luer 5ml
2 jeringa 3 cuerpos LuerSlip 20ml
3 jeringa LuerLock de 3 cuerpos 20 ml (1 roja y otras dos de un mismo color distinto del rojo)
1 Aguja hipodérmica de seguridad de 25Gx5/8 “
1 bisturí de seguridad del Nº 11 con mango
2 llave 4 pasos LuerLock
3 Tubo extensión Heidelberger 150cm
1 Bol de 500ml 11,6cm azul (u otro color no transparente)
1 Bol de 1000ml azul (u otro color no transparente)
1 Contador de agujas hoja imantada 11,4x5,5x1,6cm

1.40 EQUIPO ANGIORRADIOLOGIA DESECHABLE
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
4 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica L
1 Bata quirúrgica XL
1 Batea 2000ML 24cm azul (u otro color no transparente) con pestañas interiores sujeción guía plástico
1 Bol 1000ml azul (u otro color no transparente)
1 Bol 500 ml 11,6cm azul (u otro color no transparente)
1 Bisturí nº 11 con seguridad
1 Aguja hipodérmica 21Gx40mm con seguridad
1 Aguja carga seguridad 18Gx 1 1/2"
1 Funda amplificador rectangular 97x102cm
1 Funda amplificador rectangular 65x122cm
40 compresa TNT 10x10cm 17 hilos sin contraste
10 Compresa algodón 17 hilos 10x20cm sin contraste
3 Jeringa 5ml Luer 3 cuerpos central
4 Jeringa Luer 10ml 3 cuerpos
1 sábana angiografía con refuerzo 240X340cm 2 fenestraciones femorales y 2 radiales + 2 paneles laterales transparentes

1.41 EQUIPO BRAQUITERAPIA
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
2 Toallita absorbente 33x30cm
1 Bata Quirúrgica L
1 Campo 75x90cm
1 Sabana ginecológica de 250x280cm con fenestración 9x12cm y bolsa
1 Cinta adhesiva 10 x 50cm

1.42 EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO DOBLE U
1 Sábana de mesa reforzada 190x150cm
1 Sábana en U autoadhesiva 200x290cm con hendidura: 10x65cm
1 Sábana hombro autoadhesivo 245x170cm con hendidura 15x47cm y bolsa recolectora de fluidos.
1 Campo adhesivo lateral 90x75cm

1.43 EQUIPO OFTALMOLOGÍA PARPADOS 2
1 Campo 100x150cm
2 Cubeta 60ml opaca (preferiblemente azul)
5 Bastoncillo algodón 4-5mm, 15cm, plástico, no húmedo
1 Sábana fenestrada adhesiva 75x90cm Ø7cm
5 Compresa TNT 7,5x7,5cm
2 Jeringa 1ml Luer 3 piezas
1 Aguja hipodérmica de seguridad 30Gx12mm

1.44 EQUIPO ICTUS
1 Cubrebremesas reforzado 150x190cm
4 Toalla absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica XL
1 Bata quirúrgica L
1 Sábana Angiografía 240x370 cm, dos fenestraciones radiales 5x7 y dos fenestraciones femorales 7x10cm
2 Funda intensificador circular 140cm transparente
2 Funda intensificador 100x100cm transparente con adhesivo
60 Gasa TNT 10x20cm 40g 4pliegues con contraste
20 Gasa TNT 10x10cm con contraste
1 Taza recogida muestras 120ml tapón rosca
1 Bol 500ml graduada azul (u otro color no transparente)
1 Bol graduado 1000ml azul (u otro color no transparente)
1 Batea 2000ml con pestañas para guías azul (u otro color no transparente)
1 Bol graduado transparente 500ml
1 Jeringa 10ml LuerSlip 3partes
2 Jeringa 10ml LuerLock 3 partes concéntrica
1 Jeringa 20ml LuerLock 3 partes concéntrica
2 Jeringa 50/60ml 3partes LuerLock Concéntrica
1 Aguja hipodérmica de seguridad 21Gx40mm
1 Aguja arterial de seguridad 18Gx70mm
1 Bisturí con bioseguridad nº 11
1 Línea alta presión 120cm MLL/FLL 1200Psi
1 Llave de 1 vía MLL / FLL
1 Sistema de infusión 320cm conexión LuerLock

1.45 EQUIPO HOLTER SC
1 Sábana de mesa reforzada externa 190x150cm
2 Toalla absorbente 33x30 cm
1 Bata quirúrgica L
3 Paño con adhesivo lateral 75x90cm
10 Gasa 10x10cm sin identificador Rx
1 Jeringa Luer 3cuerpos 10 ml
1 Aguja hipodérmica de seguridad 21GX1 1/2"

1.46 EQUIPO ANESTESIA NC
1 Cubre mesas reforzado externo de 100x150cm
2 Toallitas absorbente 33x30cm
1 Bata quirúrgica L
4 Paños adhesivos 75x75cm
10 gasas 10x10cm 17 hilos sin identificador RX
2 Bol transparente 120ml
1 jeringa 3cuerpos 2 ml
1 jeringa 3cuerpos 5 ml

B. Características técnicas de los equipos de cobertura quirúrgica

Las medidas de los componentes de los equipos solicitados son aproximadas, aunque se valorará que sean lo más ajustadas posibles a las medidas indicadas.

El material suministrado, deberá cumplir los siguientes requisitos:

- ✓ Exento de materiales con ingredientes tóxicos, olores nocivos y tintes no indelebles.
- ✓ Exento de látex
- ✓ Identificación de método de esterilización utilizado

KITS

Los Kits deberán estar titulados como se definen, indicando la composición de los mismos en español. Además, los componentes estarán ordenados según el orden definido en las especificaciones técnicas, de arriba hacia abajo. Los componentes del kit que sean pequeños como las jeringas y agujas vendrán dentro de una bolsa de papel con las pedidas ajustadas a su contenido.

BATAS QUIRURGICAS:

Las tallas de las batas son orientativas, según el estándar español. Preferiblemente, el largo de la talla L oscilará entre 125 y 129 cm y el de la talla XL entre 145 y 149 cm.

De no especificarse nada, las batas son normales, no reforzadas.

Las batas estarán realizadas con varias capas, de tejido mínimo 35 gr/m2, que no permitan el paso de fluidos al interior (resistencia mínima a la penetración de líquidos de 33 cm H2O) y que la liberación de partículas sea ≤ 3,5, según UNE 13795.

En las batas reforzadas, los refuerzos serán en zona delantera y manga mínimo hasta el antebrazo. Peso mínimo zona delantera 80 gr/m2 y 65 gr/m2 en las mangas. Resistencia mínima a la penetración de fluidos ≥100 cm H2O.

Las mangas deberán estar rematadas con puños elásticos tejidos ajustables a las muñecas, de unos 6-10 cm. de longitud aproximadamente. Costuras preferiblemente termoselladas hasta el hombro o realizadas de manera que se mantenga la continuidad del tejido, que garantice la no existencia de poros, resistencia a la perforación, resistencia a la abrasión, rotura, tensión, desgarro y presión.

PAÑOS QUIRÚRGICOS

2 capas. Peso mínimo de 55gr/m y resistencia mínima a la penetración de líquidos ≥ 100 cm H2O
Los Paños con refuerzo llevaran 3 capas con un peso mínimo de 110 gr/cm2 en la zona reforzada y resistencia mínima a la penetración de líquidos ≥ 100 cm H2O.

CUBREMESAS EXTERNO
Los primeros cubremesas definidos en los equipos son los envolventes exteriores del resto de los elementos.

BATEAS Y BOLES
Los boles deben ser circulares y graduados, preferiblemente azules o, en su defecto, otro color no transparente (salvo que se especifique que debe ser transparente).
Las bateas de las guías deben ser graduadas y con pestañas para las guías. Serán preferiblemente cuadradas y azules o de un color no transparente.

EMBALAJE
El envase deberá ser individual por equipo, estéril, de fácil apertura, que no ponga en riesgo la pérdida de esterilidad en su apertura, y contener todo el material solicitado.
El envase deberá permitir la identificación de los componentes de los equipos en idioma español, así como tipo de esterilización, lote, y fecha de caducidad.
Cada envase deberá llevar un código GS1-128 que permite la trazabilidad del paquete
La entrega de los equipos en los bloques quirúrgicos, se realizará sin ningún tipo de embalaje de cartón no satinado.

C. Gestión logística

Las empresas licitadoras deberán presentar un proyecto de asistencia postventa donde se recojan todos los aspectos relativos a la gestión de la cobertura quirúrgica definiendo los medios puestos a disposición del centro, frecuencia y garantía de suministro.

C.1 Gestión del stock y su almacenaje en el Hospital

El adjudicatario se responsabilizará de poner los medios necesarios para la reposición y control de stock en los puntos de consumo de material determinados por el hospital. El número de ubicaciones en la actualidad es de 16.

- El material será entregado en las distintas unidades del Hospital de Cruces, con periodicidad diaria.
- El adjudicatario deberá adecuar el equipamiento de estanterías y otro mobiliario necesario para los almacenes ubicados en las diferentes áreas, que deberá cumplir los requisitos de asepsia establecidos por el Hospital. Dicho equipamiento deberá disponer de un sistema de cerramiento que evite la contaminación del exterior de los equipos en el caso de que se deban ubicar, por razones de espacio, en zonas de tránsito, dado que los equipos se introducen directamente en el área quirúrgica.

- El adjudicatario proporcionará los mecanismos necesarios para la implementación del sistema de gestión.
- El adjudicatario deberá garantizar la disponibilidad de los productos en los diferentes almacenes, para lo que previamente se pactará el stock necesario con los responsables de logística y de enfermería de la OSI.
- Los equipos deberán entregarse garantizándose la integridad de la esterilidad de los mismos.
- El desembalaje, la colocación del material y la retirada de residuos, bolsas y cartones será por cuenta del adjudicatario, respetando en todo momento las medidas de asepsia necesarias.
- El adjudicatario mantendrá en los bloques quirúrgicos una dotación de material suelto para responder a posibles eventualidades, pactado igualmente con los responsables de logística y las unidades de la OSI.
- El adjudicatario se compromete a mantener en sus instalaciones un stock de seguridad de dos meses de consumo medio.
- El adjudicatario se encargará íntegramente de la logística, distribución, gestión y control de los depósitos de materiales, quedando bajo su responsabilidad la reposición de los mismos, así como la gestión de las caducidades.
- No se podrá efectuar ningún cambio en los componentes, el estocaje o la distribución sin la autorización previa del Servicio de Compras.
- En el supuesto de autorizarse variaciones en la composición de los equipos, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de tres meses para su incorporación al centro. Las variaciones podrán afectar tanto a las medidas, en cuyo caso no se producirá variación en el precio adjudicado, como a la introducción de nuevos elementos ampliando la dotación inicial, que, si repercutiese en una variación de precio, el adjudicatario deberá justificar documentando el coste añadido.
- En caso de cambio de adjudicatario, el centro se compromete a la adquisición de los equipos correspondientes a dos meses de consumo medio una vez comunicado.
- En el caso de producirse una rotura de stock de algún equipo, el adjudicatario ofrecerá una alternativa de igual o mayor calidad, sin variación de precio, que previamente deberá ser validada a partir de la ficha técnica correspondiente, desde el Departamento de Compras de la OSI.

C.2. Sistema Automatizado de Gestión Logística

El adjudicatario aportará un sistema automatizado, ágil y online para la gestión de stocks, consumos y creación de pedidos para facturar que permita como mínimo las siguientes tareas:

- Conocer de forma automatizada el stock de los materiales en depósito: código de Osakidetza, unidades, referencias, ubicaciones, etc.
- Sistema automatizado de gestión de stock y consumo que no requieran la intervención de personal para la asignación de consumos y por lo tanto para la determinación de materiales a reponer y la obtención automatizada de la información necesaria para la realización del pedido.
- Disponibilidad de software de gestión de depósitos que permita disponer en tiempo real de toda la información de stock, de materiales, de consumos y de reposiciones.
- Stock mínimo de cada uno de los materiales, así como composición de cada uno de los equipos.
- Disponer de información del consumo de los materiales por Centro de Coste con el fin de obtener la información necesaria para la imputación del gasto y la creación del pedido mensual y posterior pago de factura.
- Información automatizada sobre la reposición de los materiales, albaranes, lotes, etc.

D. Facturación

La facturación de los equipos se realizará a mes vencido en base al número de equipos consumidos. Esta información se obtendrá a través del software de gestión de depósitos, de forma que el último día de cada mes se extraiga la información de materiales repuestos y se realice por parte de la OSI el correspondiente pedido. El adjudicatario emitirá la factura a la vista del pedido.

El adjudicatario se hará cargo, sin que ello suponga coste alguno para la OSI, del consumo de material suelto, que deberá gestionarse de la misma forma que el resto de los equipos de cobertura quirúrgica, para una óptima gestión y control del stock. Los consumos anuales estimados de este material se detallan a continuación.

Descripción	Cantidad
BATA QUIRURGICA M + 2 TOALLITAS ABSORBENTES	648
BATA QUIRURGICA L + 2 TOALLITAS ABSORBENTES	12.768
BATA QUIRURGICA XL + 2 TOALLITAS ABSORBENTES	6.208
BATA QUIRURGICA EXTRAREFORZADA L + 2 TOALLITAS ABSORBENTES	672
BATA QUIRURGICA EXTRAREFORZADA XL + 2 TOALLITAS ABSORBENTES	399
BOLSA ADHESIVA 2 COMPARTIMENTOS 46X40CM	2.478
BOLSA RECOLECTORA LIQUIDOS 56X90CM	400
CINTA ADHESIVA 10X50CM	2.415
CINTA VELCRO 2X23CM	390
CAMPO PROTECTOR MESA 100X150CM	385
PAÑO QUIRURGICO PROTECTOR MESA 150X200CM	1.530
SÁBANA MESA REFORZADA EXTERNA 190X150CM	3.276
FUNDA APOYABRAZOS 25X80CM	2.720
FUNDA MESA MAYO 80X145CM	1.275
FUNDA EQUIPO MULTIFUNCION REDONDA 50X100CM	350
PAÑO QUIRÚRGICO NO ADHESIVO 75X75CM	2.450
PAÑO QUIRÚRGICO NO ADHESIVO 75X90CM	6.825
PAÑO QUIRÚRGICO NO ADHESIVO 240x150CM	48
PAÑO QUIRURGICO FENESTRADO 50X60CM	700
PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO 50X50CM	720
PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO 75X75CM	5.400
PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO 75X90CM	9.692
PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO 150X240CM	1.366
PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO 175X200CM	24
PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO REFORZADO 75X90CM	3.024
SÁBANA REFORZADA 200X300CM EN U ADHESIVA 6,5X55CM	324
PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO 150X175CM	855
PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO 120X120CM FENESTRACIÓN CENTRAL 7CM	75
PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO FENESTRADO 75X90CM 7CM	5.520
PAÑO QUIRURGICO EXTREMIDADES 245X320CM FENESTRACIÓN CENTRAL ELÁSTICA 7X5CM	11
PERNERA QUIRURGICA CON SEMI-APERTURA LATERAL 75X120CM	368
STOCKINETE ENROLLADO 25X80CM	270
PERNERA ENROLLADA 35X80CM	275

LOTE 2 Paño quirúrgico adhesivo 3 capas 50X50 cm

- Dimensiones 50×50 cm de 3 capas
- Material tejido sin tejer, resistente y de baja liberación de partículas.
- Zona adhesiva hipoalergénica, de fijación segura y suave con la piel.
- Impermeable y absorbente a fluidos, actuando como barrera eficaz contra sangre y líquidos.
- Barrera antimicrobiana integrada en el material.
- Libre de látex
- Presentación individual estéril de un solo uso.

LOTE 3 Paño quirúrgico adhesivo 90X75 cm

- Paño estéril de 90 × 75 cm
- Fabricado en tejido sin tejer
- Gramaje aproximado de 54–56 g/m².
- Adhesivo acrílico hipoalergénico lateral
- Impermeable y absorbente a fluidos
- Resistente al desgarro y a la manipulación durante el procedimiento
- Estéril, envasado individualmente y de un solo uso.
- Producto libre de látex y baja liberación de partículas.

LOTE 4. Campo quirúrgico antimicrobiano iodoforo 45X56 cm

- Dimensiones 46 × 56 cm
- Campo de incisión adhesivo impregnado con un antimicrobiano (yodo)
- Liberación controlada del agente antimicrobiano para mantener actividad durante el procedimiento quirúrgico.
- Capa impermeable integrada que actúe como barrera frente a fluidos y microorganismos.
- Adhesivo hipoalergénico
- Buena adherencia, resistencia y adaptable a contornos corporales
- Plegado y envuelto en lámina de papel impreso
- Libre de látex
- Presentación individual estéril y de un solo uso

LOTE 5. Campo quirúrgico con bolsa 74X74cm con incisión 33 X 43 cm

- Campo quirúrgico adhesivo estéril de un solo uso
- Dimensiones del campo 74 × 74 cm
- Incisión central de 33 × 43 cm
- Fabricado en polietileno con adhesivo acrílico e hipoalergénico de grado médico.
- Película transparente impregnada con yodo con actividad antimicrobiana continua
- Material flexible que se adapta a la anatomía del paciente
- Bolsa de recogida de fluidos integrada alrededor de todo el campo cuadrado del adhesivo yodado, con capacidad suficiente para drenaje seguro durante la intervención.
- Barrera impermeable a fluidos y microorganismos
- Libre de látex

LOTE 6. Sábana impermeable desechable 102X229 cm

- Dimensiones 102 × 229 cm
- Material no tejido, desechable y de baja liberación de partículas.
- Antideslizante, impermeable y alta absorción
- Alta resistencia mecánica para evitar desgarros durante el uso en quirófano.
- Libre de látex
- Compatibilidad cutánea, no irritante y apta para contacto prolongado con la piel.
- Presentación individual estéril de un solo uso

LOTE 7 Rollo alfombra super absorbente antideslizante 30,5mx71cm con precortes cada 51cm

- Alta capacidad de absorción de fluidos quirúrgicos (4 l/m2 aprox.), evitando charcos y superficies resbaladizas.
- Rollo precortado con precortes de 71x51cm aproximadamente
- Propiedad antideslizante en cara inferior para garantizar estabilidad incluso en presencia de humedad.
- Baja emisión de partículas y pelusa, apta para áreas críticas.
- Resistente al desgarro, perforación, torsión y abrasión.
- Diseño multicapa para retención interna de fluidos.
- Antiestático. Completamente silencioso.
- Sin latex, phalatos ni PVC.

LOTE 8 Empapador lavable 4 capas con alas absorción 3,8 l/m2 90X75 cm

- De cuatro capas, impermeable y transpirable.
- Con barrera antibacteriana para reducir el peligro de infección y el ataque microbiano.
- Medidas empapador 90 x 75 cm
- Medidas alas: 75 x 50 cm
- Absorción de 3,8 L/m2 aprox.
- Presentación en paquetes de 2 unidades aproximadamente.
- Lavado en lavadora hasta 90 grados.
- Durabilidad de número de lavados aprox. 400.
- Ribeteado con bies de algodón.

Usos

- ✓ Proteger los colchones y la ropa de cama de líquidos y fluidos.
- ✓ Mantener al paciente confortablemente seco.

3. NORMATIVA

Todos los artículos deberán cumplir, con carácter excluyente, con la normativa y certificaciones que les sean de aplicación en relación a las que se indican a continuación:

- ✓ Normativa Europea contemplada en el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.° 178/2002 y el Reglamento (CE) n.° 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117, de 5.5.2017, p. 1).

- ✓ Certificado del cumplimiento del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE núm. 69, de 22 de marzo de 2023).

- ✓ Normativa UNE-EN 13795-1:2025 Paños y sábanas quirúrgicos. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Paños y batas quirúrgicos. 2025-09-24 y UNE-EN 13795-2:2025 Paños y sábanas quirúrgicos. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Trajes de aire limpio. 2025-09-24

- ✓ UNE-EN ISO 11810:2015 (Ratificada)Láseres y equipos relacionados con los láseres. Método de ensayo y clasificación para la resistencia al láser de paños quirúrgicos y/o cubiertas protectoras del paciente. Parte 1: Ignición primaria, penetración, propagación de la llama e ignición secundaria. (ISO 11810:2015) (Ratificada por AENOR en marzo de 2016.) 2016-03-01

- ✓ Certificado de cumplimiento de calidad de la esterilización, dependiendo del método utilizado:

    - Certificado de cumplimiento norma UNE-EN 15111:2007 Productos alimenticios. Determinación de elementos traza. Determinación del contenido de yodo por ICP-MS (espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo). 2007-07-11 o UNE-EN ISO 11135:2015/A1:2020 Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Óxido de etileno. Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios. Modificación 1: Revisión del Anexo E, Liberación de un único lote. (ISO 11135:2014/Amd 1:2018). 2020-07-22

    - Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 11137-1:2015/A2:2020(Versión corregida en fecha 2023-07-19) Esterilización de productos para asistencia sanitaria. Radiación. Parte 1: Requisitos para el desarrollo, la validación y el control de rutina de un proceso de esterilización para productos sanitarios. Modificación 2: Revisión de los apartados 4.3.4 y 11.2. (ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018). 2020-07-22

4. MUESTRAS

- Es condición imprescindible el envío de muestras debidamente identificadas. Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación. Se presentarán tal y como vaya a ser suministrado el artículo (en el caso concreto de los Kits de lote 1 no puede faltar ningún elemento del Kit, de lo contrato la muestra no podrá ser valorada). La OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces podrá solicitar más muestras si lo considera necesario en el momento de elaborar el Informe Técnico. Las muestras se entregarán en el Almacén General de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. Plaza de Cruces, 12 - 48903 BARAKALDO (Bizkaia) identificando en el embalaje claramente el nº de expediente y la palabra “MUESTRAS”.

- El plazo de entrega finaliza el último día de plazo de presentación de documentación.

- En relación con el lote 1, el número de muestras a entregar es de 4 unidades (excepto del equipo de Cirugía Mayor, que necesitaremos 6 muestras) de cada uno de los siguientes equipos, todas ellas estériles:

  Lote 1.3 - Cirugía Mayor (6 muestras)
  Lote 1.7 - Cesáreas
  Lote 1.9 - Laparoscopia ginecológica
  Lote 1.21 - Equipo Extremidades Grandes
  Lote 1.24 - Equipo Cadera Hombro
  Lote 1.27 - Vascular
  Lote 1.28 - Angiografía vascular
  Lote 1.33 - Nefrolitotomía
  Lote 1.36 - Marcapasos
  Lote 1.37 - Electrofisiología y ablación
  Lote 1.38 - NeuroAngiorradiología II
  Lote 1.39 - Hemodinámica
  Lote 1.40 - Angiorradiología
  Lote 1.44 - Ictus
  Lote 1.45 - Equipo Holter SC
  Lote 1.46 - Equipo Anestesia NC

- Para el resto de lotes, el número de muestras a entregar consta en el anexo de este Pliego.

5. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL

a. Los precios máximos se entienden unitarios para la unidad de medida solicitada, dicho precio se entiende que comprende todos los conceptos y cualquier impuesto o gasto que pueda gravar la operación, tasas y arbitrios de cualquier naturaleza, así como el coste de transporte desde los almacenes de la empresa hasta los centros de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. No está incluido el IVA.

b. No se aceptarán variantes.

c. En el sobre técnico se deberá especificar el formato de presentación, el formato de venta equivalencia con nuestra unidad de medida referencia y marca del artículo. No se admitirán las ofertas que no vengan expresadas en la unidad de medida solicitada.

d. Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación a incluir en el sobre técnico (sobre C), que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos, la copia de los certificados de marcado CE, sus Declaraciones de Conformidad y Ficha de Datos de Seguridad si aplica. Toda esta documentación deberá estar en castellano.

e. La periodicidad de las entregas se determinará en función de las necesidades de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.

f. El número de unidades de compra se fijará a demanda del centro.

g. La vigencia del contrato será de tres años, prorrogables por un máximo de dos años más.

h. La adjudicación se efectuará a lote completo, esto significa que es obligatorio ir a lotes enteros, es decir, deben presentarse ofertas válidas a todos los artículos de cada lote.

i. En el presente expediente no se contempla la adjudicación compartida de los lotes.

j. Las medidas y características indicadas de los materiales licitados corresponden a las medidas y características de los materiales utilizados en la actualidad y deben entenderse como aproximadas y orientativas. Del mismo modo, si en alguna de las descripciones de los materiales se incluyera alguna Marca, ésta se entenderá también como orientativa o tipo “marca”.

K. El plazo máximo de entrega es de dos días hábiles a partir de la notificación de cada pedido.

L. El lugar de entrega de los pedidos será el designado en los mismos. La prestación del suministro incluye el transporte de los productos hasta los centros a cargo de la empresa adjudicataria. Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar fijado serán de cuenta del contratista.

M. El importe o valor estimado del presente expediente es el siguiente:

IMPORTE CONTRATO INICIAL TRIANUAL:	**6.027.671,49 €**
IMPORTE PRORROGA BIANUAL:	**4.018.447,66 €**
IMPORTE PREVISTO PARA MODIFICACIONES:	**1.205.534,30 €**
IMPORTE TOTAL MAXIMO DEL EXPEDIENTE:	**11.251.653,45 €**

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Lote 1 Equipos de Cobertura Quirúrgica Desechables y Sistema Logístico de Gestión

CRITERIO DE VALORACIÓN	UMBRAL MÍNIMO	PUNTOS
A.-Económico		48
B.-Valoración Técnica	15	30
C.-Calidad de los Servicios	10	20
D.-Criterios Ambientales		2

A – CRITERIO ECONÓMICO: 48 puntos.

Se asignarán 48 puntos a la oferta más económica. El resto de ofertas proporcionalmente según la siguiente fórmula:

Puntuación oferta = (B / C) * A

SI C = Precio máximo licitación se asignarán 0 puntos.

A Puntos máximos

B Oferta más económica

C Oferta de la empresa a valorar.

B – CRITERIO VALORACIÓN TÉCNICA: 30 puntos, con un umbral mínimo de 15 puntos. La calidad del producto se puntuará hasta un máximo de 30 puntos pudiendo ser**:**

0 puntos: Ofertas de las que no se dispone de documentación técnica suficiente, no presentación de muestras o el producto ofertado es diferente al solicitado o no válido.

De 1 a 14 puntos: Productos técnicamente válidos, pero de una calidad no suficiente.

De 15 a 20 puntos: Productos técnicamente válidos de una calidad adecuada.

De 20 a 30 puntos: Productos u ofertas preferentes de calidad excelente.

Criterios de valoración de los equipos de cobertura quirúrgica	**(30 puntos)**
Batas	(10 puntos)
• Confort de las batas (adaptación, transpiración, talla, ajuste del cuello etc.) • Grado de impermeabilidad • Ajuste del puño	
Paños	(10 puntos)
• Mantenimiento de la adhesión • Adaptabilidad al paciente y campo quirúrgico • Grado de absorción de líquidos	
Composición del Kit, orden y calidad de resto de los materiales	(10 puntos)

C – CALIDAD DE LOS SERVICIOS: 20 puntos. Gestión Logística: Se valorará con un máximo de **20 puntos** el sistema de almacenamiento y reaprovisionamiento de los equipos, así como la solución informática propuesta.

Criterios de valoración de la gestión logística	**(20 puntos)**
Sistemas de distribución y almacenaje	(6 puntos)
• Se valorarán los medios técnicos y humanos y el servicio de distribución para el suministro de la mercancía. • Sistemas de almacenaje modulares que permitan adaptarse a los espacios disponibles en el área quirúrgica: ☐ Que garanticen el orden y la facilidad en el acceso ☐ Que permitan una fácil y rápida identificación de los productos almacenados. ☐ Que permitan una fácil limpieza	
Sistema de gestión de consumos	(5 puntos)
• Se valorarán aquellos sistemas que permitan una trazabilidad total de los materiales a paciente.	
Software de gestión	(9 puntos)
• Se valorará la manejabilidad de la aplicación informática para la gestión de la información. Agilidad, sencillez, versatilidad, rapidez. Posibilidad de tratamiento de la información, agregación de datos, etc. • Trazabilidad de todos los movimientos de materiales (entrada-stock-salida). • Se deberá facilitar acceso a dicho software para poder hacer la valoración.	

Para la Valoración Técnica y de Calidad de los Servicios el centro podrá solicitar, si lo considera necesario, que los licitadores hagan una presentación o efectúen las aclaraciones pertinentes en relación con los equipos de cobertura o el proyecto logístico presentados.

En lo que al proyecto logístico se refiere, será necesario presentar, principalmente, de OSIs de Osakidetza, aunque pueden valer otros Hospitales, escritos avalando el sistema de gestión, distribución y almacenamiento que la empresa licitadora presenta en este expediente.

Si la unidad promotora del presente expediente lo considera oportuno, podrá solicitar visitar el Hospital para ver el funcionamiento del sistema logístico.

D – CRITERIOS AMBIENTALES (La documentación deberá aportarse en el SOBRE B)**: 2 puntos.**

Criterios ambientales	**(2 puntos)**
Peso de equipos, envases y embalajes	(0,25 puntos)
• Se valorará el compromiso del licitador de facilitar: ☐ Listado de peso unitario y total de los materiales de cada equipo/kit (Lote 1). Entrega en plazo máximo de 3 meses desde la formalización del contrato. ☐ Peso del envase individual estéril de cada equipo/kit, con compromiso de minimizarlo al mínimo necesario para garantizar la esterilidad y funcionalidad (conforme al Reglamento (UE) 2025/40, PPWR). ☐ Peso del embalaje de transporte/agrupación, con el mismo compromiso de minimización.	
Informe de caducidades y auditoría de racionalización	(0,75 puntos)
• Se valorará el compromiso del licitador de facilitar: ☐ Informe semestral de equipos/kits y materiales caducados retirados sin consumir (desglosado por equipo/kit, cantidad, centro de coste y motivo), apoyado en el sistema automatizado de gestión logística del apartado C.2. ☐ Auditoría anual de racionalización de la composición de los equipos: identificación de equipos con composición solapada (≥50% de componentes coincidentes), equipos de menor rotación, componentes de uso muy específico, y propuestas concretas de reducción de residuo. Para esta auditoria el licitador deberá establecer un número de horas dedicadas a esta tarea Horas/año que el licitador dedicará a esta tarea. Se puntuará de forma proporcional a la oferta más ventajosa, según la fórmula: *Puntuación = (horas ofertadas por el licitador / horas ofertadas por el licitador que más ofrezca) × 0,75*	
Huella de carbono por tipología de material textil (Alcance 3 – transporte)	(1 punto)
• Se valorará la disponibilidad de huella de carbono de producto de los materiales textiles del Lote 1, conforme a la siguiente escala: ☐ **1 punto**: el licitador dispone de huella de carbono de producto (kg CO_2-eq/kg) por tipología de material textil —batas (no reforzada, reforzada, extrarreforzada) y paños/sábanas (no reforzado, reforzado sin adhesivo, reforzado con adhesivo)—, indicando metodología (ISO 14067, GHG Protocol Product Standard u otra equivalente) y fuente de los factores de emisión. ☐ **0,5 puntos:** el licitador no dispone de huella de producto por tipología de material, pero aporta la huella de carbono corporativa de la empresa (ISO 14064, GHG Protocol Corporate Standard u otra equivalente). ☐ **0 puntos:** no aporta ninguna de las anteriores. En cualquier caso, el adjudicatario se compromete a colaborar con los Servicios Técnicos del Hospital para el cálculo de la Huella de carbono/kit, aportando en el plazo máximo de un año desde la formalización del contrato, la “huella de carbono de producto” de cada tipología de material textil, incluyendo el Alcance 3 de transporte hasta las instalaciones de la OSI.	

Resto de lotes

VALORACIÓN	TIPO DE CRITERIO	UMBRAL MÍNIMO	PUNTOS
A.-Económico	Fórmula		46
B.-Valoración Técnica	Juicio de valor	25	50
C.-Criterios Ambientales	Fórmula SI/NO		2
D.- Pedido Mínimo	Fórmula		2

A – CRITERIO ECONÓMICO: 46 puntos.

Se asignarán **46 puntos** a la oferta más económica. El resto de ofertas proporcionalmente según la siguiente fórmula:

Puntuación oferta = (B / C) * A
SI C = Precio máximo licitación se asignarán 0 puntos.

A: Puntos máximos
B: Oferta más económica
C: Oferta de la empresa a valorar

B – CRITERIO VALORACIÓN TÉCNICA: 50 puntos, con un umbral mínimo de 25 puntos. La calidad del producto se puntuará hasta un máximo de 50 puntos pudiendo ser:

0 puntos: Ofertas de las que no se dispone de documentación técnica suficiente, no presentación de muestras o el producto ofertado es diferente al solicitado o no válido.

De 1 a 24 puntos: Productos técnicamente válidos, pero de una calidad no suficiente.

De 25 a 40 puntos: Productos técnicamente válidos de una calidad adecuada.

De 41 a 50 puntos: Productos u ofertas preferentes de calidad excelente.

ASPECTOS A VALORAR:

LOTE 2 PAÑO QUIRÚRGICO ADHESIVO 3 CAPAS 50X50 cm

- Impermeabilidad y absorción
- Resistencia
- Medidas muy aproximadas

LOTE 3 PAÑO QUIRÚRGICO ADHESIVO 90X75

- Impermeabilidad y absorción
- Resistencia
- Medidas y gramaje muy aproximado

LOTE 4 CAMPO QUIRÚRGICO ANTIMICROBIANO IODOFORO 45X56 cm

- Resistencia
- Impermeabilidad
- Adhesión
- Medidas muy aproximadas

LOTE 5 CAMPO QUIRÚRGICO CON BOLSA 74X74 CON INCISIÓN 33 X 43 cm

- Resistencia
- Impermeabilidad
- Adhesión
- Medidas muy aproximadas

LOTE 6 SÁBANA IMPERMEABLE DESECHABLE 102X229 cm

- Impermeabilidad
- Resistencia y absorción
- Medidas muy aproximadas

LOTE 7 ROLLO ALFOMBRA SUPER ABSORBENTE ANTIDESLIZANTE 30,5MX71CM CON PRECORTES CADA 51CM

- Impermeabilidad y absorción
- Resistencia
- Antideslizante
- Medidas muy aproximadas

LOTE 8 EMPAPADOR LAVABLE 4 CAPAS CON ALAS ABSORCIÓN 3,8 l/m2 90X75 cm

- Sensación de acolchamiento, suavidad, confort paciente
- Resistente al número de lavados
- Absorción

C – CRITERIOS AMBIENTALES: 2 puntos. De acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático y hasta su desarrollo y aplicación se valorará con 2 puntos aquellos proveedores que faciliten datos de la huella de carbono por unidad de producto y/o servicio objeto de licitación. A estos efectos, las entidades licitadoras podrán justificar la disposición de la huella de carbono mediante la acreditación del registro de la misma de acuerdo al RD 163/2014 o la organización esté inscrita en el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) o sistema equivalente. La documentación acreditativa deberá aportarse en el SOBRE B.

D – CRITERIO PEDIDO MÍNIMO: 2 puntos.

Se asignarán **2 puntos** a la oferta que establezca el pedido mínimo más bajo (incluir en el SOBRE B). El resto de ofertas proporcionalmente según la siguiente fórmula:

Puntuación oferta = (B / C) * A

A: Puntos máximos
B: Pedido mínimo más bajo
C: Pedido mínimo del licitador

7. CONDICIONES GENERALES DE LAS OFERTAS

A. REGIMEN DE SUSTITUCIÓN DE BIENES OBJETO DE SUMINISTRO

Las cantidades se han calculado de forma estimativa en base al análisis de datos de consumo, se considerarán orientativas y en ningún caso vinculantes para la administración, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquiriente. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna.

Durante la vigencia del contrato, los adjudicatarios podrán proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados, por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio no exceda el inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo.

En todo caso, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a instancia de este, tiene la facultad de incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares a los adjudicados cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio no exceda del límite que se establece en el apartado anterior, y dispongan de los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación base.

El órgano de contratación resolverá sobre la petición solicitada para estos supuestos mediante resolución y en el caso de baja o sustitución implicará la exclusión automática del bien cuya baja haya sido acordada o del bien sustituido.

B. OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Si durante la vigencia el contrato o contratos resultantes de este procedimiento, el adjudicatario viniera a ofertar unas condiciones económicas más ventajosas a las incluidas en el contrato en vigor, por razones de interés público se procederá a modificar el contrato de acuerdo a las mismas.

8. ANEXO RELACION DE MATERIALES, UNIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

Bases técnicas / Oinarri teknikoak

Organización / Erakundea: OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

Nº Expediente / Espediente zk.:

Objeto / Xedea: Equipos de cobertura Quirúrgica Desechable y otros textiles relacionados para la OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

Lote Sorta	Denominación Izena	Nº de Unidades 3 años Unitate zk. 3 urte	UMB de licitación Lizitazioko ONU kopurua	Precio de licitación (sin IVA) Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Referido a precio de licitación Lizitazio-prezioari dagokiona	Total licitado (sin IVA) Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Obligatorio Lote Entero Lote osoa nahitaez	Adjudicación Compartida Esleipen partekatua	Procede entregar muestras Laginak entregatu behar dira	Nº Und a entregar Entregatu beharreko ale-kopurua
1	**EQUIPOS DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLES Y SISTEMA LOGÍSTICO DE GESTIÓN**									
1.1	EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL/LOCAL/OTORRINO INFANTIL	65.307	UND	5,94 €	1	387.923,58 €	SI	NO	NO	0
1.2	EQUIPO CIRUGIA AMBULATORIA	2.592	UND	10,08 €	1	26.127,36 €	SI	NO	NO	0
1.3	EQUIPO CIRUGIA MAYOR	17.760	UND	30,26 €	1	537.417,60 €	SI	NO	SI	6
1.4	EQUIPO CIRUGIA MENOR	9.345	UND	26,46 €	1	247.268,70 €	SI	NO	NO	0
1.5	EQUIPO OTORRINO	3.687	UND	26,46 €	1	97.558,02 €	SI	NO	NO	0
1.6	EQUIPO LAPAROSCOPIA ABDOMINAL	3.144	UND	30,24 €	1	95.074,56 €	SI	NO	NO	0
1.7	EQUIPO CESAREA	2.820	UND	40,00 €	1	112.800,00 €	SI	NO	SI	4
1.8	EQUIPO LEGRADO/CISTOSCOPIA	198	UND	18,00 €	1	3.564,00 €	SI	NO	NO	0
1.9	EQUIPO LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA	3.552	UND	35,00 €	1	124.320,00 €	SI	NO	SI	4
1.10	EQUIPO VAGINAL	1.410	UND	26,46 €	1	37.308,60 €	SI	NO	NO	0
1.11	EQUIPO UROLOGICO RTU	6.342	UND	17,64 €	1	111.872,88 €	SI	NO	NO	0
1.12	EQUIPO PARTOS	16.671	UND	20,16 €	1	336.087,36 €	SI	NO	NO	0
1.13	EQUIPO CIRUGIA GENERAL PEDIATRICO	8.928	UND	20,16 €	1	179.988,48 €	SI	NO	NO	0
1.14	EQUIPO PARPADOS	2.538	UND	16,38 €	1	41.572,44 €	SI	NO	NO	0
1.15	EQUIPO DACRIOCISTORRINOSTOMIA	1.548	UND	17,64 €	1	27.306,72 €	SI	NO	NO	0
1.16	EQUIPO CRANEOTOMIA	1.800	UND	40,32 €	1	72.576,00 €	SI	NO	NO	0

Organization Accredited by Joint Commission International

Lote Sorta	Denominación Izena	Nº de Unidades 3 años Unitate zk. 3 urte	UMB de licitación Lizitazioko ONU kopurua	Precio de licitación (sin IVA) Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Referido a precio de licitación Lizitazio-prezioari dagokiona	Total licitado (sin IVA) Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Obligatorio Lote Entero Lote osoa nahitaez	Adjudicación Compartida Esleipen partekatua	Procede entregar muestras Laginak entregatu behar dira	Nº Und a entregar Entregatu beharreko ale-kopurua
1.17	EQUIPO COLUMNA CERVICAL	723	UND	35,00 €	1	25.305,00 €	SI	NO	NO	0
1.18	EQUIPO VALVULA HIDROCEFALICA - PARKINSON	468	UND	23,98 €	1	11.222,64 €	SI	NO	NO	0
1.19	EQUIPO HIPOFISIS	240	UND	35,00 €	1	8.400,00 €	SI	NO	NO	0
1.20	EQUIPO COLUMNA ENDOSCOPICA	564	UND	35,00 €	1	19.740,00 €	SI	NO	NO	0
1.21	EQUIPO EXTREMIDADES GRANDES	7.485	UND	45,00 €	1	336.825,00 €	SI	NO	SI	4
1.22	EQUIPO EXTREMIDADES PEQUEÑAS	3.864	UND	32,00 €	1	123.648,00 €	SI	NO	NO	0
1.23	EQUIPO ARTROSCOPIA	720	UND	37,00 €	1	26.640,00 €	SI	NO	NO	0
1.24	EQUIPO CADERA-HOMBRO	5.229	UND	37,00 €	1	193.473,00 €	SI	NO	SI	4
1.25	EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO	360	UND	49,46 €	1	17.805,60 €	SI	NO	NO	0
1.26	EQUIPO RESECCION TORACICA	1.662	UND	36,54 €	1	60.729,48 €	SI	NO	NO	0
1.27	EQUIPO CIRUGIA VASCULAR	477	UND	30,00 €	1	14.310,00 €	SI	NO	SI	4
1.28	EQUIPO ANGIOGRAFIA VASCULAR	2.076	UND	60,25 €	1	125.079,00 €	SI	NO	SI	4
1.29	EQUIPO MAXILOFACIAL	3.975	UND	27,14 €	1	107.881,50 €	SI	NO	NO	0
1.30	EQUIPO QUEMADOS INICIAL	180	UND	32,53 €	1	5.855,40 €	SI	NO	NO	0
1.31	EQUIPO QUEMADOS CAMBIO	90	UND	18,65 €	1	1.678,50 €	SI	NO	NO	0
1.32	EQUIPO HEPATICO-RENAL	1.890	UND	34,02 €	1	64.297,80 €	SI	NO	NO	0
1.33	EQUIPO NEFROLITOTOMIA	288	UND	42,84 €	1	12.337,92 €	SI	NO	SI	4
1.34	EQUIPO BANCO	2.010	UND	16,66 €	1	33.486,60 €	SI	NO	NO	0
1.35	EQUIPO ABCESOS-LEGRADOS	2.250	UND	21,42 €	1	48.195,00 €	SI	NO	NO	0
1.36	EQUIPO MARCAPASOS	3.375	UND	35,00 €	1	118.125,00 €	SI	NO	SI	4
1.37	EQUIPO ELECTROFISIOLOGIA Y ABLACION	1.044	UND	45,00 €	1	46.980,00 €	SI	NO	SI	4
1.38	EQUIPO NEUROANGIORADIOLOGIA II	3.960	UND	40,00 €	1	158.400,00 €	SI	NO	SI	4
1.39	EQUIPO HEMODINAMICA	10.413	UND	55,00 €	1	572.715,00 €	SI	NO	SI	4
1.40	EQUIPO ANGIORRADIOLOGIA DESECHABLE	5.562	UND	34,90 €	1	194.113,80 €	SI	NO	SI	4
1.41	EQUIPO BRAQUITERAPIA	375	UND	19,28 €	1	7.230,00 €	SI	NO	NO	0

Organization Accredited by Joint Commission International

Lote Sorta	Denominación Izena	Nº de Unidades 3 años Unitate zk. 3 urte	UMB de licitación Lizitazioko ONU kopurua	Precio de licitación (sin IVA) Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Referido a precio de licitación Lizitazio-prezioari dagokiona	Total licitado (sin IVA) Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Obligatorio Lote Entero Lote osoa nahitaez	Adjudicación Compartida Esleipen partekatua	Procede entregar muestras Laginak entregatu behar dira	Nº Und a entregar Entregatu beharreko ale-kopurua
1.42	EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO DOBLE U	216	UND	47,11 €	1	10.175,76 €	SI	NO	NO	0
1.43	EQUIPO OFTALMOLOGIA PARPADOS 2	2.517	UND	9,70 €	1	24.414,90 €	SI	NO	NO	0
1.44	EQUIPO ICTUS	2.160	UND	85,00 €	1	183.600,00 €	SI	NO	SI	4
1.45	EQUIPO HOLTER SC	432	UND	14,12 €	1	6.099,84 €	SI	NO	SI	4
1.46	EQUIPO ANESTESIA NC	1.800	UND	14,14 €	1	25.452,00 €	SI	NO	SI	4
					Total lote / Lotea guztira	**5.022.983,04 €**				
2	**PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO 3 CAPAS 50X50CM**	227.655	UND	0,58 €	1	132.039,90 €	SI	NO	SI	10
					Total lote / Lotea guztira	**132.039,90 €**				
3	**PAÑO QUIRURGICO ADHESIVO 90X75CM**	201.420	UND	1,08 €	1	217.533,60 €	SI	NO	SI	10
					Total lote / Lotea guztira	**217.533,60 €**				
4	**CAMPO QUIRURGICO ANTIMICROBIANO IODOFORO 45X56CM**	11.100	UND	7,78 €	1	86.358,00 €	SI	NO	SI	5
					Total lote / Lotea guztira	**86.358,00 €**				
5	**CAMPO QUIRURGICO CON BOLSA 74X74CM CON INCISION 33X43CM**	2.490	UND	43,83 €	1	109.136,70 €	SI	NO	SI	5
					Total lote / Lotea guztira	**109.136,70 €**				
6	**SABANA IMPERMEABLE DESECHABLE 102X229CM**	54.660	UND	2,36 €	1	128.997,60 €	SI	NO	SI	5
					Total lote / Lotea guztira	**128.997,60 €**				
7	**ROLLO ALFOMBRA SUPER ABSORBENTE ANTIDESLIZANTE 30,5MX71CM CON PRECORTES CADA 51CM**	1.155	UND	162,75 €	1	187.976,25 €	SI	NO	SI	2
					Total lote / Lotea guztira	**187.976,25 €**				
8	**EMPAPADOR LAVABLE 4 CAPAS C/ALAS ABSORCION 3,8L/M2 90X75CM**	13.716	UND	10,40 €	1	142.646,40 €	SI	NO	SI	5
					Total lote / Lotea guztira	**142.646,40 €**				
					Total / Totala	**6.027.671,49 €**				

Documento firmado por: MARIA DEL CARMEN LEON ARAUJO
En la fecha 06.07.2026 08:24:51 CEST

Documento firmado por: IRATXE BENGOA ALONSO
En la fecha 06.07.2026 09:12:49 CEST