

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE
ENDOSCOPIAS CON DESTINO A LA OSI GOIERRI
ALTO UROLA**

EXPEDIENTE 2026/00056

1. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades de diverso material de endoscopias a utilizar en la Unidad de Endoscopia Digestiva de la OSI Goierri Alto Urola.

Los productos objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de asistencia sanitaria en la OSI Goierri Alto Urola. No disponiendo de medios materiales ni humanos necesarios para abastecerse, se considera idónea la contratación externa.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS LOTES.

2.1.- Requisitos normativos y etiquetas generales

Al objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes y a los profesionales sanitarios de Osakidetza, asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberán reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado y autorizaciones.

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.

Los productos ofertados deberán cumplir los siguientes **requisitos EXCLUYENTES**, los requisitos normativos son comunes a todos los lotes que componen el expediente:

- RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y/o de la restante normativa vigente.
- Reglamento (UE) 2017/745, de 5 de abril, sobre productos sanitarios. Se acreditará:
 - ⇒ Marcado CE como producto sanitario.
 - ⇒ Declaración CE de conformidad del fabricante del producto que le corresponda, de acuerdo a la clase de producto sanitario de que se trate. Debe incluir una relación donde se indique para cada uno de los lotes ofertados lo siguiente:
 - Número de marcado CE
 - Conforme a qué Anexo
 - Organismo Notificado Certificador
 - Fechas de vigencia
 - Listado de referencias ofertadas
 - ⇒ Fichas técnicas, en castellano o euskera, actualizadas, incluyendo la referencia del producto/s, junto con una identificación del lote.

2.2.- Requisitos sobre instrucciones de uso

Cada producto deberá ir acompañado de la información necesaria para su utilización con plena seguridad y adecuadamente, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios potenciales, y para identificar al fabricante.

Esta información estará constituida por las indicaciones que figuren en el propio producto y/o envase unitario, en la ficha técnica y/o instrucciones de utilización.

Los datos necesarios para la utilización del producto con plena seguridad deberán figurar, siempre que sea factible y adecuado, en el propio producto y/o envase unitario o, en su caso, en el envase comercial. Si no es factible envasar individualmente cada unidad, estos datos deberán figurar en unas instrucciones de utilización que acompañen a uno o varios productos.

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº LOTE	DENOMINACION
1	Equipo ligadura varices esofágicas 6 bandas
2	Cesta atrapapólipos desechable
3	Asa polipectomía oval desechable 15mm trenzado
4	Asa polipectomía oval desechable 25mm trenzado
5	Asa polipectomía oval desechable rígida de 13 mm
6	Asa polipectomía oval desechable rígida de 15 mm
7	Asa polipectomía oval trenzada de 20 mm
8	Asa polipectomía de 10mm para corte frío
9	Asa polipectomía trenzada o borde dentado de 30mm
10	Asa polipectomía trenzada de borde dentado de 40mm.
11	Dispositivo de ligado endoscópica
12	Tijera para cortar lazo
13	Clip hemostasia desechable P/colonoscopia de 11 mm
14	Clip hemostasia desechable P/colonoscopia > 15 mm
15	Aguja esclerosis de 23G 240 cm
16	Marcador endoscópico
17	Pinza biopsia para colon desechable 230 cm
18	Pinza de cuerpos extraños diente de ratón+cocodrilo
19	Recolector de pólipos
20	Sonda argón plasma
21	Agente hemostático en polvo
22	Balón de dilatación hidráulico para esófago-estomago-colon (6mm-20mm)
23	Cepillo limpieza canal endoscopio
24	Pinza de agarre de un solo uso, tipo Trípode
25	Mordedor endoscópico
26	Mordedor endoscópico con Oxyguard
27	Capuchón endoscópico gastroscopias
28	Capuchón endoscópico colonoscopias
29	Pinza hemostática electroquirúrgica monopolar para la disección endoscópica submucosa
30	Campana universal para cuerpos extraños
31	Sonda para descompresión de vólvulos

A continuación, se detallan las características mínimas que deben cumplir los productos ofertados por las empresas licitadoras. La oferta que no cumpla con dichas características técnicas mínimas quedará EXCLUIDA

Nº LOTE 1	DENOMINACIÓN: Equipo ligadura varices esofágicas 6 bandas.
Usos	Equipo para ligar endoscópicamente varices esofágicas y ligar hemorroides internas.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm -Apto para gastroscopios con diámetros 8,6-11,5 mm -Capuchón con cordel disparador de dos tiros y 6 bandas premontadas para una óptima visualización. -Sistema que identifique la última banda a colocar -Mango de control de precisión. -Catéter de carga y adaptador para irrigación. -Longitud del cordel disparador. -Con posibilidad de sistema antirretroceso.

Nº LOTE 2	DENOMINACIÓN: Cesta atrapapólipos desechable.
Usos	Dispositivo de extracción de pólipos y cuerpos extraños. Compuesto por asa metálica preferentemente rotatoria, con red central.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm -Longitud de trabajo 2300 mm (2250-2400mm) -Diámetro de asa red >= 30 mm. -Tipo de cesta en forma oval, simétrica y con óptima abertura. -Mango ergonómico. -Desechable. -Estéril. -Que se pueda emplear varias veces en el mismo paciente sin que se deforme

Nº LOTE 3	DENOMINACIÓN: Asa polipectomía oval desechable 15 mm trenzado.
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm -Longitud de trabajo 2300 mm aproximadamente (2250 mm-2400 mm) -Diámetro del lazo 15 mm (14-16 mm) -Alambre trenzado grueso especialmente resistente que facilite el corte y minimice el sangrado. -Apertura ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO200 D // ICC 200. (ERBE VIO3, KLS MARTIN MB 181) y con Olympus Optical España ESG-300 - Desechable.

Nº LOTE 4	DENOMINACIÓN: Asa polipectomía oval desechable 25 mm trenzado.
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. - Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm -Longitud de trabajo 2300 mm aproximadamente (2250-2400 mm) -Diámetro del lazo 25 mm aproximadamente. (24-26 mm) -Alambre trenzado grueso especialmente resistente que facilite el corte y minimice el sangrado. -Apertura ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO200 D // ICC 200 y con Olympus Optical España ESG-300 - Desechable.

Nº LOTE 5	DENOMINACIÓN: Asa polipectomía oval desechable rígida de 13 mm.
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	- Libre de látex. - Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm - Longitud de trabajo 2300 mm aproximadamente (2250-2400 mm) - Diámetro del lazo 13 mm (12-14 mm) - Alambre trenzado rígido especialmente resistente que facilite el corte y minimice el sangrado. - Apertura ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. - Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO200 D // ICC 200. (ERBE VIO3, KLS MARTIN 181) y con Olympus Optical España ESG-300

Nº LOTE 6	DENOMINACIÓN: Asa polipectomía oval desechable rígida de 15 mm.
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	- libre de látex. - Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm - Longitud de trabajo 2300 mm aproximadamente (2250-2400 mm) - Diámetro del lazo 15 mm aproximadamente (15-16 mm) - Alambre trenzado rígido especialmente resistente que facilite el corte y minimice el sangrado. - Apertura ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. - Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO200 D // ICC 200 y con Olympus Optical España ESG-300. - Desechable.

Nº LOTE 7	DENOMINACIÓN: Asa polipectomía oval trenzada de 20 mm.
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	- Libre de látex. - Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm - Longitud de trabajo 2300 mm aproximadamente (2250-2400 mm) - Diámetro del lazo 20 mm aproximadamente. (20-21 mm) - Alambre trenzado grueso resistente que facilite el corte y minimice el sangrado. - Apertura ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. - Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO200 D // ICC 200 y con Olympus Optical España ESG-300. - Desechable.

Nº LOTE 8	DENOMINACIÓN: Asa polipectomía de 10 mm para corte frío
Usos	Lazo para la extracción y corte de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	- Libre de látex. - Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm - Longitud de trabajo 2300 mm aproximadamente (2250-2400 mm) - Diámetro del lazo 10-12 mm - Alambre que facilite el corte y minimice el sangrado. - Apertura ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. - Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO200 D // ICC 200 y con Olympus Optical España ESG-300. (opcional) - Desechable.

Nº LOTE 9	DENOMINACIÓN: Asa polipectomía trenzada o borde dentado de 30 mm.
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm -Longitud de trabajo 2300 mm aproximadamente (2250-2400 mm) -Diámetro del lazo 30 mm aproximadamente (30-32 mm). -Alambre trenzado rígido o de borde dentado que facilite el agarre de la mucosa, el corte y minimice el sangrado. -Apertura ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO200 D // ICC 200 y con el de Olympus Optical España ESG-300 - Desechable.

Nº LOTE 10	DENOMINACIÓN: Asa polipectomía trenzada de borde dentado de 40 mm.
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. - Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm -Longitud de trabajo 2300 mm aproximadamente (2250-2400 mm) -Diámetro del lazo 40 mm aproximadamente (40-42 mm) -Alambre trenzado rígido o de borde dentado que facilite el agarre de la mucosa, el corte y minimice el sangrado. -Apertura ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO200 D // ICC 200 y con el de Olympus Optical España ESG-300 - Desechable.

Nº LOTE 11	DENOMINACIÓN: Dispositivo de ligado endoscópica.
Usos	Para hemostasia mecánica en pólipos pediculados y aproximación de clips en escaras amplias.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Aplicación de un solo uso. -Sistema de aplicación flexible. -Compatible con gastroscopios y colonoscopios con canal de trabajo de 2,8 mm. -Longitud mínima de la vaina 2300 mm (2250-2400 mm) -Compatible con la Resonancia Magnética (RM). -No látex. -Mango ergonómico. -Apertura que garantice la esterilidad en el proceso de la utilización.

Nº LOTE 12	DENOMINACIÓN: Tijera para cortar lazo.
Usos	Tijera endoscópica para cortar lazo de dispositivo de ligadura.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Aplicación de un solo uso. -Radiopaco. -Compatible con gastroscopios y colonoscopios con canal de trabajo igual o superior a 2,8 mm. -Longitud mínima de la vaina 2300 mm (2250-2400 mm) -Sistema rotatorio para facilitar el posicionamiento. -No látex. -Mango ergonómico.

Nº LOTE 13	DENOMINACIÓN: Clip hemostasia desechable p/ colonoscopia 11 mm
Usos	Para hemostasia mecánica rápida y eficaz en lesiones mucosas, submucosas, úlceras, vasos, pólipos o marcación preoperatoria de mucosas. Para fijación de tubos de alimentación yeyunal.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Aplicación de un solo uso. -Radiopaco. -Sistema de aplicación flexible. -Compatible con gastroscopios y colonoscopios con canal de trabajo 2,8 mm. -Longitud mínima de la vaina 2300 mm (2250-2400 mm) -Compatible con la Resonancia Magnética (RM). -Sistema rotatorio para facilitar el posicionamiento. -Apertura de la grapa de 11 mm para facilitar el posicionamiento. (11-12 mm) -Posibilidad de apertura y cierre varias veces antes de su utilización. -No látex. -Mango ergonómico. -Apertura que garantice la esterilidad en el proceso de la utilización.

Nº LOTE 14	DENOMINACIÓN: Clip hemostasia desechable p/ colonoscopia >15 mm
Usos	Para hemostasia mecánica rápida y eficaz en lesiones mucosas, submucosas, úlceras, vasos, pólipos o marcación preoperatoria de mucosas. Para fijación de tubos de alimentación yeyunal.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Aplicación de un solo uso. -Radiopaco. -Sistema de aplicación flexible. -Compatible con gastroscopios y colonoscopios con canal de trabajo 2,8 mm. -Longitud mínima de la vaina 2300 mm (2250-2400mm) -Compatible con la Resonancia Magnética (RM). -Sistema rotatorio para facilitar el posicionamiento. -Apertura de la grapa de >15mm para facilitar el posicionamiento (15-16mm). -Posibilidad de apertura y cierre varias veces antes de su utilización. -No látex. -Mango ergonómico. -Apertura que garantice la esterilidad en el proceso de la utilización.

Nº LOTE 15	DENOMINACIÓN: Aguja esclerosis 23G 240 cm.
Usos	Para introducir endoscópicamente un agente esclerótico o vasoconstrictor a fin de controlar lesiones con hemorragia reales o potenciales en el sistema digestivo. También se utiliza para la sobreelevación de lesiones mucosas para la resección segura de la lesión, o para marcaje mediante tatuaje.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Aguja con diseño en bisel que facilita la penetración de la misma. -Longitud de la vaina 240 cm (235-250 cm) -Calibre de la aguja 23 G. -Longitud de la aguja de =>4mm -Libre de látex. -Revestido de polyglide que facilita el deslizamiento de la aguja. -Ergonomía de uso. -Posibilidad de sistema luer-lock. -Rigidez del catéter introductor. -Facilidad de uso durante la retroflexión. -Sistema de seguridad de la aguja manejable con una sola mano. -Apertura de la aguja sin saltos ni resaltes, a pesar de bucles

Nº LOTE 16	DENOMINACIÓN: Marcador endoscópico.
Usos	Marcaje permanente de lesiones mucosas.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Presentación en jeringa precargada de 5 ml con sistema de apertura controlada. -Deslizamiento uniforme del émbolo de la jeringa. -Jeringa sin reflujo. -Correcta visualización de la escala de jeringa.

Nº LOTE 17	DENOMINACIÓN: Pinza para colonoscopia desechable 230 cm.
Usos	Pinza para obtención de muestras de tejido a través del endoscopio para estudios histológicos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Estéril. -Desechable. -Preferiblemente con mandíbula basculante y forma de cuchara ovalada. Con fórceps de palas dentadas o no dentadas, sin aguja, fenestradas o no fenestradas. -Aptos para canal de trabajo de 2.8 mm -Longitud de trabajo 2300 mm (2250-2400 mm) -Mango ergonómico.

Nº LOTE 18	DENOMINACIÓN: Pinza de cuerpos extraños diente de ratón + cocodrilo.
Usos	Pinza para extracción de cuerpos extraños, sujeción o extirpación de objetos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Catéter compatible con canal de trabajo: 2,8 mm. -Longitud de trabajo 2300 mm (2250-2400 mm) -Cazoletas tipo cocodrilo+ratón para firme agarre. -Mango ergonómico. -Vaina aislada. -Apertura de palas >=10mm.

Nº LOTE 19	DENOMINACIÓN: Recolector de pólipos.
Usos	Recoge el pólipo que se aspira por el canal de aspiración.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Transparente. -Con al menos 4 cámaras independientes de recuperación de pólipos. -Desechable. -Orificios de la cesta lo suficientemente pequeños como para atrapar los pólipos pequeños.

Nº LOTE 20	DENOMINACIÓN: Sonda de Argón plasma.
Usos	Sonda de coagulación térmica para hemostasia de lesiones sangrantes. *
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Compatible con canal de trabajo: 2,8 mm (mínimo 2.3 mm) -Longitud de trabajo 2300 mm (2250-2400 mm) -Flexible. -Desechable. -Estéril. -Facilidad de avance por el canal de trabajo. -Rigidez de la sonda. -Nivel de protección del electrodo de radiofrecuencia. -Posibilidad de diferentes formas de salida de la sonda (axial, lateral, circunferencial...). -Presencia de filtro en el conector a la fuente electroquirúrgica para mayor protección contra agentes biológicos -Compatible con unidades electroquirúrgicas disponibles: ERBE VIO200 D // ICC 200 y con Olympus Optical España ESG-300

*En caso necesario, las empresas proveedoras deberán suministrar los adaptadores de conexión para el correcto uso del material solicitado.

Nº LOTE 21	DENOMINACIÓN: Agente hemostático en polvo
Usos	Hemostasia en hemorragias digestivas de difícil control
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex, inorgánico. -Hipoalergénico -Posibilidad de utilizar catéteres de diferentes calibres. -Compatible con gastroscopio y colonoscopia -Flexible. -Extremo distal resistente al aplastamiento. -Desechable. -Estéril.-

Nº LOTE 22 DENOMINACIÓN: Balón de dilatación hidráulico para esófago-estómago-colon (6mm-20mm)	
Usos	Balón hidráulico para dilatación de estenosis pépticas, inflamatorios y postquirúrgicas.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Estéril. -Apto para canal de trabajo de 2.8mm. -Longitud de trabajo 2300 mm (2250-2400 mm) -Flexible. -Desechable. -Punta atraumática. -Canal para grúa 0'035" precargada. -Balón de dilatación de 50mm de longitud aproximadamente. -Compatible con accesorios de inflado disponibles en el servicio o suministro de los necesarios para su uso Alliance II de Boston -Disponibilidad de diferentes medidas escalonadas alcanzando rango mínimo de 6mm y máximo de 20 mm.
Nº LOTE 23 DENOMINACIÓN: Cepillo de limpieza para canal de endoscopio.	
Usos	Cepillo doble para limpieza de canal de trabajo de endoscopios
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Longitud de trabajo 240 cm (235-250 mm), con cepillos en ambos cabezales de 5 mm de diámetro aproximado. -Flexible. -Desechable. -Cepillos en espiral de 1'8 mm
Nº LOTE 24 DENOMINACIÓN: Pinza de agarre de un solo uso, tipo trípode.	
Usos	Extracción de cuerpo extraños y pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Apto para canal de trabajo de 2.8mm. -Longitud de trabajo 2300 mm (2250-2400mm) -Flexible. -Desechable. -Puntas distales anilladas atraumáticas para minimizar el daño tisular. -Cómodo diseño de uso.
Nº LOTE 25 DENOMINACIÓN: Mordedor endoscópico.	
Usos	Asegurar adecuada apertura bucal y evitar daños en el tubo de endoscopio.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Que incorpore goma para sujeción. -Blando al tacto con las mucosas para evitar en la cavidad bucal del paciente. -Desechable. -Cómodo diseño de uso.
Nº LOTE 26 DENOMINACIÓN: Mordedor endoscópico con correa oxyguard	
Usos	Asegurar adecuada apertura bucal y evitar daños en el tubo de endoscopio, además de administrar oxigenoterapia.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Que incorpore goma para sujeción. -Blando al tacto con las mucosas para evitar en la cavidad bucal del paciente. -Cómodo diseño de uso.
Nº LOTE 27 DENOMINACIÓN: Capuchón endoscópico gastroscopias	
Usos	Asegurar un adecuado posicionamiento y estabilidad a la hora de realizar polipeptomías difíciles o distinta terapéutica con complejidad técnica.
Requisitos mínimos obligatorios.	-12.4 mm de diámetro -Libre de látex. -Blando al tacto con las mucosas para evitar iatrogenia -Buena sujeción al endoscopio -Transparente, correcta visualización de la luz -Desechable y estéril -Cómodo diseño de uso.



Nº LOTE 28	DENOMINACIÓN: Capuchón endoscópico colonoscopias
Usos	Asegurar un adecuado posicionamiento y estabilidad a la hora de realizar polipectomías difíciles o distinta terapéutica con complejidad técnica.
Requisitos mínimos obligatorios.	-15.7 mm de diámetro -Libre de látex. -Blando al tacto con las mucosas para evitar iatrogenia -Buena sujeción al endoscopio -Correcta visualización de la luz -Desechable y estéril -Cómodo diseño de uso.

Nº LOTE 29	DENOMINACIÓN: Pinza hemostática electroquirúrgica monopolar para la disección endoscópica submucosa
Usos	Asegurar la coagulación de un vaso para un adecuado control hemostático de forma preventiva o terapéutica.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Posibilidad de rotación. -Capacidad de agarre del tejido -Apto para canal de trabajo de 2.8mm. -Longitud de trabajo 2300 mm (2250-2400mm) -Amplitud de palas de la pinza --Desechable y estéril -Compatible con unidades electroquirúrgicas disponibles: ERBE VIO200 D // ICC 200 y con Olympus Optical España ESG-300)

Nº LOTE 30	DENOMINACIÓN: Campana universal para cuerpos extraños
Usos	Proteger la mucosa esofágica durante la extracción de cuerpos extraños punzantes.
Requisitos mínimos obligatorios.	--Buen ajuste al gastroscopio. -No dañar la mucosa -Buena reversibilidad

Nº LOTE 31	DENOMINACIÓN: Sonda para descompresión de vólvulos
Usos	Prevenir la recidiva del vólvulo
Requisitos mínimos obligatorios.	-Mínimo 14Fr -Compatibilidad con colonoscopio del servicio de marca Olympus -Guía -Blando al tacto con las mucosas para evitar iatrogenia. -Libre de látex -Desechable y estéril -Cómodo diseño de uso.

Zumarraga 17 de diciembre del 2025

AINARA IRIARTE RODRÍGUEZ
SERVICIO DE DIGESTIVO

Osakidetza

GOIERRI-UROLA GARAICO E.S.I.
O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA