

SUMINISTRO DE MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades de Suministro de material de Desinfección y Esterilización para la OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES. Los suministros objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de la asistencia sanitaria en la OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas generales que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POR LOTE-ARTÍCULO

REQUISITOS:

Etiquetado en español según normativa.

Ausencia de látex en su composición y envases.

Cumplimiento de la normativa actual española y europea para el uso indicado.

Fichas técnicas en español, incluyendo datos relativos al embalaje y transporte.

Se incluirá imagen/foto del producto en la presentación ofertada.

Fichas de uso en español.

Fichas Datos de Seguridad en español según normativa española y europea actual.

LOTE 1: DETERGENTE DESINFECTANTE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES NIVEL INTERMEDIO EN ESPUMA ±750 ML.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Superficie y aparataje	Cualquiera de los siguientes productos o combinación de alguno de ellos: • Peróxido de hidrógeno • Amonios cuaternarios a partir de quinta generación • Compuestos clorados	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase II a • Compatibilidad con aparataje médico • Tiempo de acción desinfectante Máx. 1' • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana. • Formato espuma con pistola desechable • Libre de alcohol	• Seguridad para personas y entorno

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

**LOTE 2: DETERGENTE DESINFECTANTE ALTO NIVEL SUPERFICIES Y APARATAJE
ESPORICIDA SPRAY ± 800 ML.**

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Superficie y aparataje	Cualquiera de los siguientes productos o combinación de alguno de ellos: • Peróxido de hidrógeno • Compuestos clorados	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase II a • Compatibilidad con aparataje médico • Tiempo de acción desinfectante Máx. 1' • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana y esporicida • Formato espuma con pistola desechable	• Seguridad para personas y entorno

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 3: DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL LAVADO AUTOMÁTICO ±1 KG

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Limpieza mecánica instrumental quirúrgico, material de anestesia y otros utensilios médicos así como elementos de laboratorio, incluido vidrio de laboratorio	• tensoactivos no iónicos • fosfatos • Silicatos	• Marcado CE. • Producto Sanitario. Clase I. • Apto para cristal, acero inoxidable, aluminio, aleaciones Al- Mg, superficies cromadas o plateadas, plásticos, cauchos. • Ph en agua desionizada: ± 12 • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana	• Seguridad para personas y entorno • Grado de protección del material. • Temperatura actuación. • Aclarado. • Estabilidad.

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 4: DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL ± 5 L.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Limpieza de instrumental termosensible compatible con el DA VINCI y ultrasonidos.	• Trienzimático (mínimo). • Tensoactivos aniónicos. • Tensoactivos no iónicos.	• Marcado CE. • Producto Sanitario. Clase I. • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana • PH rango (10 – 11) • No requiera neutralización. • Compatibilidad con toda clase de materiales.	• Estabilidad del producto • Seguridad para personas y entorno • Líquido

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 5: DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO MANUAL, POR INMERSIÓN, PARA DA VINCI Y MÁQUINAS DE ULTRASONIDOS ±1 L.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Limpieza de instrumental termosensible compatible con el DA VINCI y ultrasonidos.	• Trienzimático. (mínimo) • Tensoactivos aniónicos. • Tensoactivos no iónicos	• Marcado CE. • Producto Sanitario. Clase I. • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana. • PH rango (8-9) • No requiera neutralización. • Compatibilidad con toda clase de materiales.	• Estabilidad del producto • Seguridad para personas y entorno • Líquido • Litro en uso. • Activación con baja temperatura.

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 6: ESPUMA TRATAMIENTO PREVIO DESINFECCIÓN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ±750ML.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Humectante pre-limpieza del instrumental.	• Enzima proteolítica	• Marcado CE • Humectante • Bacteriostático • PH alcalino • Compatibilidad con toda clase de materiales. • Estabilidad mínimo 24 horas. • Formato espuma con pistola desechable.	• Estabilidad del producto • Seguridad para personas y entorno

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 7: DESINFECTANTE MANUAL INSTRUMENTAL ALTO NIVEL GRANULADO

LOTE 7.1: DESINFECTANTE MANUAL INSTRUMENTAL ALTO NIVEL GRANULADO CUBO ± 2 KG

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Desinfección de endoscopios con canal e instrumental por inmersión	• Ácido peracético o • Combinación de peracético con otros desinfectantes	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase II b • Compatibilidad con instrumental médico. • Tiempo de acción desinfectante • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana y esporicida	• Estabilidad del producto en uso • Compatible con otros productos químicos • Seguridad para personas y entorno • Activo a temperatura ambiente.

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 7.2: DESINFECTANTE MANUAL INSTRUMENTAL ALTO NIVEL GRANULADO ± 100 GR.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Desinfección de endoscopios con canal e instrumental por inmersión	• Ácido peracético o • Combinación de peracético con otros desinfectantes	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase II b • Compatibilidad con instrumental médico. • Tiempo de acción desinfectante • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana y esporicida. • Formato monodosis para ± 5L. de producto final.	• Estabilidad del producto en uso • Compatible con otros productos químicos • Seguridad para personas y entorno • Activo a temperatura ambiente.

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 8: DESINFECTANTE INSTRUMENTAL ALTO NIVEL USO MANUAL ± 1 L.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Desinfección de endoscopios con canal e instrumental por inmersión	• Ácido peracético o • Combinación de peracético con otros desinfectantes	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase II b. • Compatibilidad con instrumental médico • Tiempo de acción desinfectante • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana y esporicida • Tiras de control para medir la actividad del producto • Compatibilidad con las diferentes marcas de endoscopios con canal	• Estabilidad del producto. • Compatible con otros productos químicos. • Seguridad para personas y entorno • Líquido. • Activo a temperatura ambiente.

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 9: DESINFECTANTE INSTRUMENTAL ALTO NIVEL APTO OFTALMOLOGÍA USO MANUAL ±3,7 L

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Desinfección para material de Oftalmología		• Marcado CE • Producto Sanitario Clase II b • Compatibilidad con material, lentes e instrumental Oftalmológico • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana y esporicida	• Estabilidad del producto. • Compatible con otros productos químicos. • Seguridad para personas y entorno • Activo a temperatura ambiente. • Tiempo de acción desinfectante

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

**LOTE 10: DETERGENTES PARA INSTRUMENTAL EN LAVADORAS
TERMODESINFECTADORAS:**

**10.1. DETERGENTE ENZIMÁTICO LIMPIEZA MANUAL AUTOMÁTICA ULTRASONIDOS PH
NEUTRO ±200 L**

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Detergente para material quirúrgico para lavado automático	• Trienzimático (mínimo) • Tensoactivos aniónicos.	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase I • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana. • Anticorrosivo. • PH rango (7,8-8,5). • Compatibilidad con toda clase de materiales. • Compatible con cualquier lavadora termodesinfectadora	• Seguridad para personas y entorno • Líquido. • Almacenamiento entre 0-25°C.

MUESTRAS A PRESENTAR: 2 GARRAFAS DE 5 LITROS.

10.2: DETERGENTE LIGERAMENTE ALCALINO AGENTE TENSOACTIVO ±200L

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Detergente para contenedores y carros, para material quirúrgico para lavado automático	• Trienzimático. • Tensoactivos aniónicos. • Enzima proteolítica	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase I • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana. • PH rango (10,4-10,8). • No requiera neutralización • Compatibilidad con toda clase de materiales. • Compatible con cualquier lavadora termodesinfectadora	• Seguridad para personas y entorno • Líquido • Anticorrosivo.

MUESTRAS A PRESENTAR: 2 GARRAFAS DE 5 LITROS.

10.3: ADITIVO ACLARADO/SECADO INSTRUMENTAL $\pm 200L$

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Aditivo de aclarado/secado para instrumental quirúrgico para lavadoras automáticas	• Tensoactivos aniónicos • Tensoactivos no iónicos	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase I • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana. • PH rango (5,5-6,5) • Compatibilidad con toda clase de materiales. • Compatible con cualquier lavadora termodesinfectadora	• Seguridad para personas y entorno • Líquido • Anticorrosivo.

MUESTRAS A PRESENTAR: 2 GARRAFAS DE 5 LITROS.

10.4: ADITIVO LÍQUIDO LUBRICANTE $\pm 20 L$.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Lubricante en el último aclarado para lavadoras automáticas	• Parafinas	• Compatible con el material quirúrgico. • Compatibilidad con toda clase de materiales. • Compatible con cualquier lavadora termodesinfectadora • Marcado CE	• Seguridad para personas y entorno • No restos del compuesto en el material que impida la esterilización.

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 10 LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS:

- La empresa adjudicataria se hará cargo de la entrada y la retirada del producto en la Central de dosificación / Punto de uso.
- Sistema antiderrame.
- Sistema antivuelco.
- Sistema mediante ruedas que permita mover fácilmente los barriles dentro de la Central de dosificación.

LOTE 11: DETERGENTE Y DESINFECTANTE PARA LAVADORA MODELO ED –FLOW DE LA MARCA GETINGE
11.1 - SOLUCIÓN DESINFECTANTE ENDOSCOPIO LAVADORA AGENTE A ± 5 L.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Lavadoras de endoscopia y alta desinfección	• Ácido peracético. • Peróxido de hidrogeno. • Ácido acético.	• Marcado CE. Producto Sanitario • Compatibilidad con los materiales del endoscopio	• Seguridad para personas y entorno.

11.2 - SOLUCIÓN DESINFECTANTE ENDOSCOPIO LAVADORA AGENTE B ± 5 L.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Lavadoras de endoscopia, y alta desinfección	• Hidróxido de potasio. • Benzotriazol.	• Marcado CE. Producto Sanitario. • Compatibilidad con los materiales del endoscopio.	• Seguridad para personas y entorno.

La combinación de los productos del lote 11.1 y del lote 11.2 deben constituir un desinfectante ácido con actividad bactericida, fungicida, virucida, micobactericida y esporicida.

11.3 - SOLUCIÓN DETERGENTE LIMPIEZA ENDOSCOPIO ±3 L.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Lavadoras de endoscopia y alta desinfección. Eliminación de proteínas y biopelículas	• Silicato de potasio. • Metasilicato de sodio pentahidratado. • Triacetato nitrílico trisódico.	Marcado CE. Producto Sanitario. Compatibilidad con los materiales del endoscopio.	Seguridad para personas y entorno.

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 12: DETERGENTE Y DESINCRUSTANTE PARA LOS AUTOCLAVES DE VAPOR ± 500 ML.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Detergente para la limpieza de las cámaras de los autoclaves.	• Componente ácido.	• Compatible con el acero inoxidable. • No interferencia con el vapor de los autoclaves. • Spray con pistola desechable. • Marcado CE	• Estabilidad del producto • Seguridad para personas y entorno

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 13: ALTA DESINFECCIÓN PARA CARROS VIDEOCISTOSCOPIOS

13.1: BOLSA VIDEOCISTOSCOPIOS ESTANDAR ESTÉRIL

USOS	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Para cubrir las bandejas de los carros de los videocistoscopios	• Marcado CE. • Estériles. • Presentación en packs con 2 cubiertas y base de plástico para la bandeja de videocistoscopio de ± 50 cm X ± 40 cm X ± 10 cm • Deberán diferenciarse por colores de manera intuitiva y con la indicación en las cubiertas escrita en español, indicando si el material introducido está usado o sin usar. • Deberán cubrir no solo la bandeja sino también sus laterales, facilitando la sujeción en las esquinas.	• Dificultad / facilidad en su colocación. • Ajuste a las bandejas. • Presentación de ± 200 unidades.

MUESTRAS A PRESENTAR: 10 UNIDADES.

13.2: DISPENSADOR PARED PARA BOLSA VIDEOCISTOSCOPIOS ESTANDAR ESTÉRIL

USOS	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Para la dispensación de los packs para cubrir las bandejas de los videocistoscopios.	• De material plástico resistente o metal sin riesgo de lesión al manipularlos.	• Capacidad para ± 50 unidades. • Resistencia del material.

MUESTRAS A PRESENTAR: 1 UNIDAD.

LOTE 14: DESINFECTANTE AMBIENTAL QUÍMICO ±2L.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Desinfección química de superficies por vía aérea. No – touch.	• Peróxido de hidrógeno.	• Etiquetado con número de autorización sanitaria como Desinfectante “nº-DES” • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana	• Tiempo de seguridad • Seguridad para personas y entorno

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

LOTE 15: TEST LAVADO LIMPIEZA CON PCD

USOS	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Indicador para validación y control proceso limpieza	• Aptos para usar en lavadoras termodesinfectadoras para todo tipo de instrumental. • Indicador no tóxico. • Indicador nivel medio-alto	• Facilidad de uso y visibilidad.

MUESTRAS A PRESENTAR: 100 UNIDADES.

LOTE 16: TOALLITAS DESINFECCIÓN SUPERFICIES Y APARATAJE NIVEL INTERMEDIO
±200*270 MM

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Superficie y aparataje	Cualquiera de los siguientes productos o combinación de alguno de ellos: • Peróxido de hidrógeno • Amonios cuaternarios a partir de quinta generación • Compuestos clorados	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase II a • Compatibilidad con aparataje médico • Tiempo de acción desinfectante Máx. 1' • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana • Libre de alcohol	• Que no deje residuo (pelusa) • Seguridad para personas y entorno

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 ENVASES.

LOTE 17: TOALLITA DETERGENTE DESINFECTANTE ALTO NIVEL USO MANUAL PARA ENDOSCOPIO SIN CANAL

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Desinfección de endoscopios SIN canal.	Cualquiera de los siguientes productos o combinación de alguno de ellos: • Ácido peracético • Peróxido de hidrógeno • Compuestos clorados	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase II b • Compatibilidad con instrumental médico • Tiempo de acción desinfectante Máx. 1' • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana • Compatibilidad con las diferentes marcas de endoscopios SIN canal	• Estabilidad del producto • Compatible con otros productos químicos • Seguridad para personas y entorno • Que no deje residuo (pelusa). • Formato 3 toallitas (una para limpieza, otra para desinfección y otra para aclarado)

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 ENVASES.

LOTE 18: DETERGENTE DESINFECTANTE ALTO NIVEL PARA SONDAS ECOGRÁFICAS POR FRICCIÓN USO MANUAL ±250 ML.

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Desinfección sondas ecográficas por fricción	Cualquiera de los siguientes productos o combinación de alguno de ellos: • Ácido peracético • Peróxido de hidrógeno • Compuestos clorados	• Marcado CE • Producto Sanitario Clase II b • Compatibilidad con instrumental médico • Tiempo de acción desinfectante Máx. 1' • Certificado normas europeas de eficacia antimicrobiana • Compatibilidad con las diferentes sondas ecográficas. • Efectivo frente a virus sin envuelta. • No precisara aclarado.	• Estabilidad del producto • Compatible con otros productos químicos • Seguridad para personas y entorno • Formato espuma

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 ENVASES.

LOTE 19: ACEITE LUBRICANTE SPRAY CON APLICADOR ±400ML

USOS	COMPOSICIÓN	REQUISITOS	OTROS REQUISITOS A VALORAR
Lubricante para material quirúrgico	• Parafinas	• Marcado CE • Libre de CFC • No restos del compuesto en el material que impida la esterilización. • Spray con cánula de aplicación.	• Seguridad para personas y entorno

MUESTRAS A PRESENTAR: 3 UNIDADES.

3. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL

- A) Los precios máximos se entienden unitarios para la unidad de medida solicitada, dicho precio se entiende que comprende todos los conceptos y cualquier impuesto o gasto que pueda gravar la operación, tasas y arbitrios de cualquier naturaleza, así como el coste de transporte desde los almacenes de la empresa hasta los centros de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. No está incluido el IVA.
- B) No se aceptarán variantes.
- C) En el sobre técnico se deberá especificar el formato de presentación, el formato de venta equivalencia con nuestra unidad de medida referencia y marca del artículo. No se admitirán las ofertas que no vengan expresadas en la unidad de medida solicitada.
- D) Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación a incluir en el sobre técnico (sobre C), que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación. Asimismo deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.
- E) Periodicidad de las entregas se determinará en función de las necesidades de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.
- F) Es condición imprescindible el envío de muestras debidamente identificadas (con el nombre del licitador, lote, sublte y con mención expresa de si ha de ser devuelta a la finalización del procedimiento) de todos los artículos ofertados. Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación. Se presentarán tal y como vaya a ser suministrado el artículo a las organizaciones peticionarias. La OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces podrá solicitar más si lo considera necesario en el momento de elaborar el Informe Técnico. El número de muestras a entregar consta en el anexo de este pliego. Las muestras deberán entregarse en el Almacén General de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces. Plaza de Cruces, 12 - 48903 BARAKALDO (Bizkaia).
- G) El número de unidades de compra se fijará a demanda del centro.

- H) La vigencia del contrato será de tres años, prorrogables por un máximo de dos años más.
- I) La adjudicación se efectuará a lote completo, esto significa que es obligatorio ir a lotes enteros, es decir, deben presentarse ofertas válidas a todos los artículos de cada lote.
- J) En el presente expediente no se contempla la adjudicación compartida de los lotes.
- K) El plazo máximo de entrega es de dos días hábiles a partir de la notificación de cada pedido.
- L) El lugar de entrega de los pedidos será el designado en los mismos. La prestación del suministro incluye el transporte de los productos hasta los centros a cargo de la empresa adjudicataria. Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar fijado serán de cuenta del contratista.
- M) El adjudicatario del **lote 8**, suministrará sin cargo las tiras de control suficientes para cubrir las necesidades de la OSI.
- N) El adjudicatario del **lote 14**, cederá los difusores suficientes para cubrir las necesidades de la OSI en el supuesto de que no sean compatibles con los actuales.
- O) El adjudicatario del **lote 15**, suministrará sin cargo los soportes posicionadores suficientes para cubrir las necesidades de la OSI.

El importe o valor estimado del presente expediente es el siguiente:

IMPORTE CONTRATO INICIAL TRIANUAL:	1.364.438,13€
IMPORTE PRORROGAS:	909.625,42€
IMPORTE PREVISTO PARA MODIFICACIONES:	272.887,63€
IMPORTE TOTAL MÁXIMO DEL EXPEDIENTE:	2.546.951,18€

4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

VALORACIÓN	UMBRAL MÍNIMO	PUNTOS
A.-Económico		50
B.-Valoración Técnica	10	48
C.-Criterios Ambientales		2

A – CRITERIO ECONÓMICO: 50 puntos.

Se asignarán **50 puntos** a la oferta más económica. El resto de ofertas proporcionalmente según la siguiente fórmula:

Puntuación oferta = (B / C) * A

Si C = Precio máximo licitación se asignarán 0 puntos.

- | | |
|---|---------------------------------|
| A | Puntos máximos |
| B | Oferta más económica |
| C | Oferta de la empresa a valorar. |

B – CRITERIO VALORACIÓN TÉCNICA: 48 puntos, con un umbral mínimo de 10 puntos. La calidad del producto se puntuará hasta un máximo de 48 puntos pudiendo ser:

0 puntos: Ofertas de las que no se dispone de documentación técnica suficiente, no presentación de muestras en caso de que sean requeridas, o el producto ofertado es diferente al solicitado o no válido.

De 1 a 9 puntos: Productos técnicamente válidos pero de una calidad no suficiente.

De 10 a 30 puntos: Productos técnicamente válidos de una calidad adecuada.

De 31 a 48 puntos: Productos u ofertas preferentes de calidad excelente.

C – CRITERIOS AMBIENTALES: 2 puntos. Embalajes utilizados en el transporte. Se valorarán con 2 puntos a aquellas empresas que suministren sus productos en embalajes fabricados en un 80% o más, en material reciclado.

Se deberá aportar EN EL SOBRE C ficha técnica del embalaje y declaración responsable del representante de la empresa comprometiéndose al cumplimiento de los criterios.

5.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA:

A. RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN DE BIENES OBJETO DE SUMINISTRO

Las cantidades se han calculado de forma estimativa en base al análisis de datos de consumo, se considerarán orientativas y en ningún caso vinculantes para la administración, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna.

Durante la vigencia del contrato, los adjudicatarios podrán proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados, por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siempre que cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo.

En todo caso, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a instancia de éste, tiene la facultad de incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares a los adjudicados cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siempre que dispongan de los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación base.

El órgano de contratación resolverá sobre la petición solicitada para estos supuestos mediante resolución y en el caso de baja o sustitución implicará la exclusión automática del bien cuya baja haya sido acordada o del bien sustituido.

B. OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Si durante la vigencia el contrato o contratos resultantes de este procedimiento, el adjudicatario viniera a ofertar unas condiciones económicas más ventajosas a las incluidas en el contrato en vigor, por razones de interés público se procederá a modificar el contrato de acuerdo a las mismas.

6.- ANEXO RELACIÓN DE MATERIALES, UNIDADES ESTIMADAS, PRECIOS UNITARIOS.

Bases técnicas / Oinarri teknikoak
Organización / Erakundea: OSI Ezkerraldea
Enkarterri Cruces
Nº Expediente / Espediente zk.:
Objeto / Xedea: DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
1	DETERGENTE DESINFECTANTE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES NIVEL INTERMEDIO EN ESPUMA ±750ML	23.691	UND	4,80	1	113.716,80	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						113.716,80					
2	DETERGENTE DESINFECTANTE ALTO NIVEL SUPERFICIES Y APARATAJE ESPORICIDA SPRAY ± 800 ML.	96	UND	42,50	1	4.080,00	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						4.080,00					
3	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL LAVADO AUTOMÁTICO ±1KG	39	UND	5,80	1	226,20	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						226,20					

Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
4	DETERGENTE PARA INSTRUMENTAL ±5L	192	UND	29,51	1	5.665,92	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						5.665,92					
5	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO MANUAL, POR INMERSIÓN, PARA DA VINCI Y MAQUINAS ULTRASONIDOS ±1 L.	9.600	UND	7,55	1	72.480,00	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						72.480,00					
6	ESPUMA TRATAMIENTO PREVIO DESINFECCIÓN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ±750ML	5.424	UND	7,49	1	40.625,76	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						40.625,76					
7 DESINFECTANTE MANUAL INSTRUMENTAL ALTO NIVEL GRANULADO											
7.1	DESINFECTANTE MANUAL INSTRUMENTAL ALTO NIVEL GRANULADO CUBO ±2KG	450	UND	110,66	1	49.797,00	SI	NO	SI	SI	3
7.2	DESINFECTANTE MANUAL INSTRUMENTAL ALTO NIVEL ±100G	1.875	UND	14,69	1	27.543,75	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						77.340,75					

Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
8	DESINFECTANTE INSTRUMENTAL ALTO NIVEL USO MANUAL ±1 L.	1.272	UND	10,00	1	12.720,00	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						12.720,00					
9	DESINFECTANTE INSTRUMENTAL ALTO NIVEL APTO OFTALMOLOGÍA USO MANUAL. ±3,7L.	108	UND	27,63	1	2.984,04	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						2.984,04					
10 DETERGENTES PARA INSTRUMENTAL EN LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS											
10.1	DETERGENTE ENZIMÁTICO LIMPIEZA MANUAL AUTOMÁTICA ULTRASONIDOS PH NEUTRO ±200 L	12	UND	1.220,81	1	14.649,72	SI	NO	SI	SI	2
10.2	DETERGENTE LIGERAMENTE ALCALINO AGENTE TENSOACTIVO ±200L	45	UND	1.036,31	1	46.633,95	SI	NO	SI	SI	2
10.3	ADITIVO ACLARADO/SECADO INSTRUMENTAL ±200L	3	UND	1.028,37	1	3.085,11	SI	NO	SI	SI	2
10.4	ADITIVO LÍQUIDO LUBRICANTE ±20 L.	2.922	UND	271,56	1	793.498,32	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						857.867,10					

Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
11	DETERGENTE Y DESINFECTANTE PARA LAVADORA MOD. ED-FLOW GETINGE										
11.1	SOLUCIÓN DESINFECTANTE ENDOSCOPIO LAVADORA AGENTE A ±5L	138	UND	200,02	1	27.602,76	SI	NO	SI	SI	3
11.2	SOLUCIÓN DESINFECTANTE ENDOSCOPIO LAVADORA AGENTE B ±5L	144	UND	200,02	1	28.802,88	SI	NO	SI	SI	3
11.3	SOLUCIÓN DETERGENTE LIMPIEZA ENDOSCOPIO ±3L	228	UND	46,86	1	10.684,08	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						67.089,72					
12	DETERGENTE DESINCRUSTANTE P/AUTOCLAVES DE VAPOR	36	UND	5,64	1	203,04	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						203,04					
13	ALTA DESINFECCIÓN PARA CARROS VIDEOCISTOSCOPIOS										
13.1	BOLSA VIDEOCISTOSCOPIOS ESTANDAR ESTÉRIL	6.000	UND	1,64	1	9.840,00	SI	NO	SI	SI	10
13.2	DISPENSADOR PARED PARA BOLSA VIDEOCISTOSCOPIOS ESTANDAR ESTÉRIL	3	UND	143,00	1	429,00	SI	NO	SI	SI	1
Total lote / Lotea guztira						10.269,00					

Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
14	DESINFECTANTE AMBIENTAL QUÍMICO ±2L	120	UND	36,00	1	4.320,00	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						4.320,00					
15	TEST LAVADO LIMPIEZA CON PCD	18.240	UND	0,52	1	9.484,80	SI	NO	SI	SI	100
Total lote / Lotea guztira						9.484,80					
16	TOALLITAS DESINFECCIÓN SUPERFICIES Y APARATAJE NIVEL INTERMEDIO ±200*270 MM.	1.925.100	UND	0,04	1	77.004,00	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						77.004,00					
17	TOALLITA DETERGENTE DESINFECTANTE ALTO NIVEL USO MANUAL PARA ENDOSCOPIOS SIN CANAL	300	UND	4,98	1	1.494,00	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						1.494,00					
18	DETERGENTE DESINFECTANTE ALTO NIVEL PARA SONDAS ECOGRAFICAS POR FRICCIÓN USO MANUAL	6	UND	110,00	1	660,00	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						660,00					
19	ACEITE LUBRICANTE SPRAY CON APLICADOR ±400ML	300	UND	20,69	1	6.207,00	SI	NO	SI	SI	3
Total lote / Lotea guztira						6.207,00					
Total / Totala						1.364.438,13					