Pliego de Prescripciones técnicas para el suministro de materiales diversos de laparoscopia para la OSI Barrualde Galdakao ESI
EXPEDIENTE Nº 2026/00791

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 2
II. ASPECTOS LEGALES..... 2
III. VALOR ESTIMADO 2
IV. ANEXO 1 3
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTE..... 8

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de **suministro de materiales diversos de laparoscopia para la OSI Barrualde-Galdakao ESI.**

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos, la ficha de datos de seguridad actualizada, en el caso de que proceda y la copia de los certificados de marcado **CE** de los productos.

Con objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes, a los profesionales sanitarios que utilicen los productos sanitarios y a OSAKIDETZA- S.V.S., asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberá reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado, autorizaciones y tarjetas de implantación. Para una mayor información pueden consultar en

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/prodsanitarios/legislacion-sobre-productos-sanitarios/

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/implantables/

https://www.aemps.gob.es/productossanitarios_registros_implantables/

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

III. VALOR ESTIMADO

El **valor estimado** del presente expediente es:

PERIODOS	IMPORTE MÁXIMO IVA EXC
Presupuesto máximo contrato inicial **TRIANUAL** SIN IVA	2.158.810,50 €
Presupuesto previsto para modificación 20%	431.762,10 €
Presupuesto prórroga 2 año SIN IVA	1.727.048,40 €
Valor estimado del expediente SIN IVA	**4.317.621,00 €**

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

IV. ANEXO 1

LOTE	DENOMICACIÓN	UMP	PRECIO UNITARIO	CONSUMOS 3 AÑOS	IMPORTE 3 AÑOS	PROCEDE ENTREGA MUESTRAS	Nº UNIDADES A ENTREGAR
1	**Sistema de trócares y vainas para laparoscopia sin cuchilla y con estrías**				**663.300,00 €**		
1.1	TROCAR LAPAROSCOPIA TRANSPARENTE S/CUCHILLA 5X100MM APROX.	UND	66,00 €	4.800	316.800,00 €	SI	2
1.2	CANULA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR TRANSPARENTE 5X100MM APROX.	UND	33,00 €	300	9.900,00 €	SI	2
1.3	TROCAR LAPAROSCOPIA TRANSPARENTE S/CUCHILLA 12X100MM APROX.	UND	66,00 €	4.500	297.000,00 €	SI	2
1.4	CANULA LAPAROSCOPICA RADIOTRANSPARENTE DOBLE MEMBRANA SEPARADA 12X100MM APROX.	UND	33,00 €	1.200	39.600,00 €	SI	2
2	**Trócar 5-12mm romo 100mm para técnica de Hasson con reductor de 5 a 12mm y fijador**				**2.250,00 €**		
2.1	TROCAR PUNTA ROMA CON ANCLAJE ROSCA FIJACION 5-12MM 100MM APROX.	UND	30,00 €	75	2.250,00 €	SI	2
3	**Trocar 10/12mm 150mm sin cuchilla con punta dilatadora**				**6.804,00 €**		
3.1	TROCAR LAPAROSCOPIA TRANSPARENTE S/CUCHILLA 12X150MM APROX.	UND	75,60 €	90	6.804,00 €	SI	2
4	**Trocares y vainas de laparoscopia sin cuchilla, con balón de fijación y disco de retención**				**89.373,00 €**		
4.1	TROCAR LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 5X100MM APROX.	UND	27,00 €	1.140	30.780,00 €	SI	2
4.2	CANULA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 5X100MM APROX.	UND	17,50 €	1.290	22.575,00 €	SI	2
4.3	TROCAR LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 12X100MM APROX.	UND	36,00 €	690	24.840,00 €	SI	2
4.4	CANULA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 12X100MM APROX.	UND	20,50 €	270	5.535,00 €	SI	2

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

LOTE	DENOMICACIÓN	UMP	PRECIO UNITARIO	CONSUMOS 3 AÑOS	IMPORTE 3 AÑOS	PROCEDE ENTREGA MUESTRAS	Nº UNIDADES A ENTREGAR
4.5	TROCAR LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 5X150MM APROX.	UND	29,50 €	54	1.593,00 €	SI	2
4.6	CANULA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 5X150MM APROX.	UND	17,50 €	54	945,00 €	SI	2
4.7	TROCAR LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 12X150MM APROX.	UND	37,00 €	54	1.998,00 €	SI	2
4.8	CANULA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 12X150MM APROX.	UND	20,50 €	54	1.107,00 €	SI	2
5	**Sistema de ayuda manual para laparoscopia 12cm diámetro**				**12.150,00 €**		
5.1	SISTEMA AYUDA MANUAL LAPAROSCOPIA AVANZADA	UND	405,00 €	30	12.150,00 €		
6	**Aguja verres neumoperitoneo**				**80.475,00 €**		
6.1	AGUJA DE VERRES PARA NEUMOPERITONEO 120MM APROX.	UND	14,50 €	5.400	78.300,00 €	SI	2
6.2	AGUJA DE VERRES PARA NEUMOPERITONEO 150MM APROX.	UND	14,50 €	150	2.175,00 €	SI	2
7	**Sistema de fijación de straps absorbibles**				**93.375,00 €**		
7.1	DISPOSITIVO FIJACION ABSORBIBLE 5MM APROX.	UND	415,00 €	225	93.375,00 €		
8	**Helicosutura endoscópica 5mm para fijación de mallas**				**7.740,00 €**		
8.1	APLICADOR HELICOSUTURA LAPAROSCOPIA 5MM APROX.	UND	215,00 €	36	7.740,00 €		
9	**Tijera curva desechable, eje rotatorio 360º**				**44.000,00 €**		
9.1	TIJERA MONOPOLAR EJE ROTATORIO 360º PUNTA CURVA DESECHABLE 5X330MM APROX.	UND	44,00 €	1.000	44.000,00 €	SI	2
10	**Pinza de tracción con dientes atraumáticos**				**3.480,00 €**		
10.1	PINZA O VASTAGO PINZA MONOPOLAR FENESTRADA ATRAUMATICA DESECHABLE 5MMX31CM APROX.	UND	58,00 €	60	3.480,00 €	SI	2
11	**Lazo endoscópico bipolar para resección supracervical (miomas, histerectomías…)**				**13.125,00 €**		
11.1	ELECTRODO BIPOLAR LAPAROSCOPIA 5MM 160X80MM APROX.	UND	175,00 €	75	13.125,00 €	SI	1

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

LOTE	DENOMICACIÓN	UMP	PRECIO UNITARIO	CONSUMOS 3 AÑOS	IMPORTE 3 AÑOS	PROCEDE ENTREGA MUESTRAS	Nº UNIDADES A ENTREGAR
12	**Sistema de aspiración - irrigación con bomba**				**76.950,00 €**		
12.1	EQUIPO ASPIRACION IRRIGACION CON BOMBA	UND	95,00 €	810	76.950,00 €	SI	2
13	**Bolsa con cierre para extracción**				**81.144,00 €**		
13.1	BOLSA RECOGIDA CALCULO LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 10MM. DIAMETRO 60MM-LONG. 100MM-VOLUMEN 100ML APROX.	UND	26,10 €	3.000	78.300,00 €	SI	2
13.2	BOLSA EXTRACCION LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 10/12MM. DIAMETRO 100MM - LONG. 170MM. - VOLUMEN 500ML APROX.	UND	31,60 €	90	2.844,00 €	SI	2
14	**Bolsa con aplicador para extracción para trocar de 15mm**				**28.200,00 €**		
14.1	BOLSA RECOGIDA CALCULOS LAPAROSCOPIA 15MM 13X23CM APROX.	UND	94,00 €	300	28.200,00 €	SI	2
15	**Bolsa recogida especímenes automática con control externo para trocar de 10mm de 700ml a 900ml**				**9.720,00 €**		
15.1	BOLSA RECOGIDA ESPECIMENES AUTOMATICA DE 700ML A 900ML APROX.	UND	18,00 €	540	9.720,00 €	SI	2
16	**Manipulador inyector uterino desechable mediano**				**15.480,00 €**		
16.1	ELEVADOR UTERINO BALON OCLUSION COPA CERVICAL 35MM T-M APROX.	UND	86,00 €	180	15.480,00 €	SI	2
17	**Manipulador uterino histerectomía**				**16.500,00 €**		
17.1	MANIPULADOR UTERINO PARA HISTERECTOMIA TOTAL 7MMX90CM APROX.	UND	110,00 €	150	16.500,00 €	SI	2
18	**Instrumental laparoscópico reutilizable**				**450.295,87 €**		
18.1	TIJERA METZENBAUM PUNTA CURVA S/DIENTES 5X330MM APROX.	UND	352,19 €	60	21.131,40 €		
18.2	TIJERA MINIMETZENBAUM PUNTA CURVA S/DIENTES 5X330MM APROX.	UND	352,19 €	360	126.788,40 €		
18.3	PINZA FENESTRADA PUNTA RECTA 5MMX330MM APROX.	UND	456,25 €	130	59.312,50 €		
18.4	PINZA PARA AGARRE-TRACCION 5MMX330MM APROX.	UND	456,25 €	60	27.375,00 €		

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

LOTE	DENOMICACIÓN	UMP	PRECIO UNITARIO	CONSUMOS 3 AÑOS	IMPORTE 3 AÑOS	PROCEDE ENTREGA MUESTRAS	Nº UNIDADES A ENTREGAR
18.5	SD DISECTOR MARYLAND CURVO 5MMX330MM APROX.	UND	456,20 €	300	136.860,00 €		
18.6	MANGO ELECTROBISTURI DESECHABLE CORTE-COAGULACION	UND	118,06 €	480	56.668,80 €		
18.7	DISECTOR LAPAROSCOPIA ANGULADO 90° DERECHO 10MMX360MM APROX.	UND	333,50 €	12	4.002,00 €		
18.8	DISECTOR LAPAROSCOPIA TIPO MARYLAND CURVO 5MMX430MM APROX.	UND	851,66 €	12	10.219,92 €		
18.9	PINZA FENESTRADA PUNTA RECTA 5MMX430MM APROX.	UND	529,19 €	15	7.937,85 €		
19	**Sutura endoscópica. Ligadura de lazo: sutura sintética absorbible trenzada e impregnada**				**21.120,00 €**		
19.1	SUTURA ENDOSCOPIA LAZO ABSORBIBLE CON CANULA DE APLICACION CALIBRE 0 53CM APROX.	UND	22,00 €	960	21.120,00 €	SI	2
20	**Sistema de acceso disección hernia en KIT**				**99.000,00 €**		
20.1	SISTEMA ACCESO DISECCION HERNIA BALON OVALADO	UND	240,00 €	225	54.000,00 €		
20.2	SISTEMA ACCESO DISECCION HERNIA BALON REDONDO	UND	200,00 €	225	45.000,00 €		
21	**Equipo CUSA**				**71.955,45 €**		
21.1	EQUIPO ASPIRACION ULTRASONICA CUSA SIN PUNTA 23KHZ	UND	226,00 €	90	20.340,00 €		
21.2	FILTRO ANTIBACTERIANO CUSA	UND	115,00 €	12	1.380,00 €		
21.3	PUNTA CUSA PARA LAPAROSCOPIA REUTILIZABLE 23KHZ	UND	1.355,00 €	12	16.260,00 €		
21.4	PUNTA CUSA RECTA ASPIRACION ULTRASONICA 23KHZ	UND	351,00 €	75	26.325,00 €		
21.5	LLAVE TORQUE 23KHZ	UND	56,67 €	135	7.650,45 €		
22	**Porta-agujas laparoscopia curvo**				**57.492,00 €**		
22.1	PORTA-AGUJAS LAPARASCOPIA CURVO IZQUIERDA 5MM 355MM APROX.	UND	1.429,00 €	12	17.148,00 €		
22.2	PORTA-AGUJAS LAPARASCOPIA CURVO IZQUIERDA 5MM 335MM APROX.	UND	1.681,00 €	24	40.344,00 €		
23	**Porta-agujas laparoscopia recto**				**11.580,18 €**		
23.1	PORTA-AGUJAS LAPAROSCOPIA RECTA AUTOALINEAMIENTO 5MM 330MM APROX.	UND	741,00 €	12	8.892,00 €		

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

LOTE	DENOMICACIÓN	UMP	PRECIO UNITARIO	CONSUMOS 3 AÑOS	IMPORTE 3 AÑOS	PROCEDE ENTREGA MUESTRAS	Nº UNIDADES A ENTREGAR
23.2	PORTA-AGUJAS LAPAROSCOPIA RECTA AUTOALINEAMIENTO 5MM 390MM APROX.	UND	896,06 €	3	2.688,18 €		
24	**Endosutura Capio**				**64.035,00 €**		
24.1	ENDOSUTURA CAPIO LAPAROSCOPIA NO REABSORBIBLE POLIESTER 36CM APROX.	UND	48,00 €	375	18.000,00 €		
24.2	DISPOSITIVO CAPTURA SUTURA	UND	341,00 €	135	46.035,00 €		
25	**Kit aspiración irrigación de doble succión**				**38.880,00 €**		
25.1	KIT ASPIRACION IRRIGACION DOBLE SUCCION DESECHABLE CANULA 5X330MM APROX.	UND	36,00 €	1.080	38.880,00 €	SI	2
26	**Pinza agarre**				**30.552,00 €**		
26.1	PINZA AGARRE OVAL FENESTRADA ROTATORIA ANGULADA PUNTA 20MM 5MMX350MM APROX.	UND	1.550,00 €	18	27.900,00 €		
26.2	PINZA AGARRE MONOPOLAR FENESTRADA DENTADA ATRAUMATICA 5MMX310MM APROX.	UND	442,00 €	6	2.652,00 €		
27	**Morcelador desechable**				**11.010,00 €**		
27.1	MORCELADOR INALÁMBRICO	UND	367,00 €	30	11.010,00 €	SI	1
28	**Protector-retractor quirúrgico con tapa laparoscópica**				**37.584,00 €**		
28.1	PROTECTOR RETRACTOR QUIRURGICO ANILLO RIGIDO TAPA LAPAROSCOPICA PEQUEÑO 3-6CM APROX.	UND	58,00 €	108	6.264,00 €	SI	2
28.2	PROTECTOR RETRACTOR QUIRURGICO ANILLO RIGIDO TAPA LAPAROSCOPICA MEDIANO 5-9CM APROX.	UND	58,00 €	540	31.320,00 €	SI	2
29	**Sonda electroquirúrgica con evacuación de humos**				**21.240,00 €**		
29.1	SONDA ELECTROQUIRÚRGICA CON EVACUACIÓN DE HUMOS	UND	59,00 €	360	21.240,00 €	SI	2

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTE

En todo caso, las medidas de todos los lotes serán aproximadas.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
1	SISTEMA DE TRÓCARES Y VAINAS PARA LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA Y CON ESTRIAS

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Trócares sin cuchilla de 5 y 12mm de100mm de longitud.
- Con reductor incorporado.
- Con estría incorporada.
- Cánulas transparentes de 5 y 12mm de100mm de longitud.
- Con doble válvula incorporada para evitar fuga de CO2.
- Sin balón.
- Sistema de limpieza de la óptica incorporada en el trócar.
- Diseño ergonómico.
- Desechables.
- Estéril.
- Libre de látex

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
2	TRÓCAR 5-12MM ROMO 100MM PARA TÉCNICA DE HASSON CON REDUCTOR DE 5 A 12MM Y FIJADOR

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Trócar de punta roma.
- Con válvula de insuflación.
- Conexión luer-lock.
- Estéril.
- Desechable.
- Cánula radiotransparente.
- Sistema de anclaje.
- Reductor incorporado.
- Diseño ergonómico
- Libre de látex.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
3	TRÓCAR 10/12MM 15MM SIN CUCHILLA CON PUNTA DILATADORA

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Trócar sin cuchilla de 10/12mm de 150mm de longitud.
- Con reductor incorporado.
- Con estría incorporada.
- Con doble valvular incorporada para evitar fuga de CO2.
- Diseño ergonómico.
- Desechables.
- Sin balón.
- Estéril.
- Libre de látex.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
4	TRÓCARES Y VAINAS DE LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA, CON BALÓN DE FIJACIÓN Y DISCO DE RETENCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Trócares ópticos de 5 y 12mm de 100 y 150 mm de longitud respectivamente.
- Con reductor incorporado universal.
- Sello universal o con reductor que mantenga el neumo con o sin instrumento.
- Primera entrada sin cuchilla, que permita la separación de fibras sin cortar tejido.
- Cánulas transparentes de 5 y 12mm de 100 y 150 mm de longitud respectivamente.
- Con disco de retención para fijar el trócar a profundidades específicas y ayudar a la estabilización durante la cirugía.
- Con balón de fijación: mantiene la retención superior de la cánula sin estrías que elimine el desplazamiento involuntario.
- Con sello de diseño avanzado que proporcione alto flujo de insuflación y de desinflación.
- Libre de látex.
- Diseño ergonómico.
- Desechable.
- Estéril.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
5	SISTEMA DE AYUDA MANUAL PARA LAPAROSCOPIA 12CM DE DIAMETRO

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Sistema de acceso manual para cirugía laparoscópica, con tapa de gel, permitiendo acceso al abdomen de instrumental o la mano sin generar presión en la muñeca, sin pérdida de neumoperitoneo.

- Sistema de cierre-tapa con sistema de fijación y buena flexibilidad.
- Amplio diámetro de trabajo.
- Retracción atraumática de 360°.
- Garantía de visibilidad continua.
- Libre de látex.
- Desechables.
- Estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
6	AGUJA VERRES NEUMOPERITONEO

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Aguja de neumoperitoneo 14G en 120mm y 150mm de longitud.
- Cuchilla retráctil.
- Indicador de seguridad.
- Llave de alto flujo.
- Desechable.
- Estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
7	SISTEMA DE FIJACIÓN DE STRAPS ABSORBIBLES

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Anclajes absorbibles sintéticos precargados en el eje del dispositivo.
- 25 straps (aprox.)
- Con 2 puntos de anclaje (6,7mm de alto-3,5 mm de ancho aprox.), para fijación de todo tipo de mallas.
- Diámetro 5mm, longitud 36cm aprox.
- Debe disponer de indicador de disparos, marcador de orientación y sistema de expulsión con muelle.
- Diseño ergonómico.
- Libre de látex.
- Estéril.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
8	HELICOSUTURA ENDOSCÓPICA 5MM PARA FIJACIÓN DE MALLAS

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Instrumento de 5mm.
- Desechable.
- Para aplicación de anclajes de helicosutura de titanio.
- Con 30 anclajes aprox. de 4mm de diámetro y 3,8mm de longitud aprox.
- Diseño ergonómico.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
9	TIJERA CURVA DESECHABLE, EJE ROTATORIO 360°

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Tijera curva laparoscopia de 5mm y 330 mm de longitud aprox.
- Cuchilla con doble filo.
- Mango ergonómico.
- Conector monopolar giratorio.
- Mecanismo de bajo perfil (sin hendiduras)
- Dial rotatorio de 360°.
- Desechable.
- Totalmente aislada
- Estéril
- Libre de látex

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
10	PINZA DE TRACCIÓN CON DIENTES ATRAUMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Eje rotatorio de 360°.
- Longitud 31cm aprox.
- Para trócar de 5mm.
- Mandíbulas de 19mm longitud y apertura máxima de 23mm aprox.
- Desechable.
- Diseño ergonómico.
- Libre de látex.
- Estéril.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
11	LAZO ENDOSCOPICO BIPOLAR PARA RESECCIÓN SUPRACERVICAL (MIOMAS, HISTERECTOMIAS…)

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Para trócar de 5mm diámetro.
- Dimensión del lazo: 160mm x 80mm aprox.
- Cable de 3 metros.
- Conexión 4mm ESU.
- Mango ergonómico.
- Libre de látex.
- Estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
12	EQUIPO DE ASPIRACIÓN IRRIGACIÓN CON BOMBA

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Sistema de aspiración-irrigación-hidrodisección controlada. Flujo y succión regulable con botones.
- Con bomba automática desechable.
- Presión de irrigación 620mm Hg y caudal máximo de 4 l/min aprox.
- Con conector punzante para conectar a la bolsa de suero.
- Con dos líneas para conectar: una a la cánula de succión-irrigación, y otra al aspirador del quirófano.
- Autónomo con batería incorporada.
- Ángulos abiertos. Aspiración de coágulos y sólidos.
- Pieza de mano ergonómica: Bordes redondeados, ligera, equilibrada y compacta, con agarre ambidiestro.
- Estéril.
- Libre de látex.
- Con cesión de cánulas reutilizables de 5 y 10mm reusables y esterilizables (según necesidades del servicio)

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
13	BOLSA CON CIERRE PARA EXTRACCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Material de lata resistencia y antidesgarro: Nylon trenzado de poliuretano.
- Con hilo de seguridad para el cierre sencillo de la bolsa.
- Diámetro boca: 60mm y 100mm aprox.
- Longitud: 100mm y 170mm aprox.
- Volumen: 100ml y 500ml aprox.
- Estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
14	BOLSA CON APLICADOR PARA EXTRACCIÓN PARA TRÓCAR 15MM

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Bolsa de poliuretano.
- Tubo largo cilíndrico.
- Dimensiones de la bolsa abierta 13x23cm aprox.
- Volumen de 1300 a 1500ml aprox.
- Desechable
- Estéril
- Diseño ergonómico

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
15	BOLSA RECOGIDA ESPECIMENES AUTOMÁTICA CON CONTROL EXTERNO PARA TRÓCAR DE 10MM, VOLUMEN 700ML A 900ML

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Despliegue automático del saco
- Inserción a través de trócar mayor o igual a 10mm.
- Flexible
- Resistente, con corona metálica para mantener la posición abierta.
- Policarbonato médico.
- Estéril.
- Medias: Diámetro boca 135mm, longitud 155mm, volumen de 700 a 900ml aprox.
- Libre de látex.
- Desechable
- Diseño ergonómico

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
16	MANIPULADOR INYECTOR UTERINO DESECHABLE MEDIANO

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Talla 35mm de diámetro de copa.
- Con puerto de inyección de líquido para comprobar la permeabilidad de las trompas.
- Para movilizar el útero durante la cirugía laparoscópica.
- Con balón inflable de 10cc de capacidad en el extremo distal.
- Balón de oclusión con diferentes tamaños.
- Desechable.
- Estéril.
- Libre de látex.
- Diseño ergonómico

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
17	MANIPULADOR UTERINO HISTERECTOMÍA

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Diámetro 7mm y longitud 90cm aprox.
- Con brujía dilatadora.
- Manipulador uterino equipado con valva guía para corte y balón.
- Balón extraíble e independiente.
- Totalmente montado para uso inmediato.
- Fácil movilidad en todas direcciones dentro de la cavidad uterina.
- Desechable.
- Estéril.
- Libre de látex.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
18	INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO REUTILIZABLE

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Formado por dos componentes multiusos de alta calidad, mango y eje fácilmente intercambiables.
- Dispositivo de intercambio suave.
- Puerto de limpieza que posibilite un fácil lavado del vástago.
- Mango ergonómico y de alta calidad que ofrezca duración a largo plazo y comodidad en el uso.
- Los usos estimados serán 20, excepto para el mango electrobisturí que será de 100 usos.
- Reutilizable.
- Estéril.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
19	SUTURA ENDOSCÓPICA. LIGADURA DE LAZO: SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, TRENZADA E IMPREGNADA.

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Lazo preformado de sutura sintética absorbible y tratada de poliéster.
- Calibre 0.
- 53cm de longitud aprox.
- Coloreado.
- Con sistema de aplicación.
- Diseño ergonómico.
- Estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
20	SISTEMA DE ACCESO DISECCIÓN HERNIA EN KIT

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Composición del kit de balón ovalado: Balón disector ovalado (diámetro y longitud del trócar 11x100mm), trócar con balón punta roma (diámetro y longitud del trócar 12x130mm) y trócar de 5x75mm con cánula extra.
- Composición del kit de balón redondo: Balón disector redondo (diámetro y longitud del trócar 11x100mm) y trócar con balón punta roma (diámetro y longitud del trócar 12x130mm).
- Introductor rígido de bajo perfil.
- Balón no fragmentable.
- Bomba de inflado con tubo conector.
- Cabeza de sello con válvula integrada.
- Sin látex.
- De un solo uso.
- Estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
21	EQUIPO CUSA

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Aspirador ultrasónico diseñado para fragmentar, emulsionar y aspirar tejidos blandos y extirpar diversos tumores.

- Componentes compatibles para sistema CUSA.
- Envase de apertura fácil.
- Ergonómico.
- Libre de látex.
- Presentación estéril, excepto el filtro antibacteriano.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
22	PORTA-AGUJAS LAPAROSCOPIA CURVO

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Punta de tungsteno curva.
- Apertura simple de palas.
- Medidas: 5mm de diámetro y longitudes 335mm y 355mm aprox.
- Mango ergonómico
- Sin cremallera.
- Conexión tipo Luer para limpieza y desinfección.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
23	PORTA-AGUJAS LAPAROSCOPIA RECTO

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Mandíbulas rectas.
- Anticorrosivo, resistente al fuego y resistencia química.
- Medidas: 5mm de diámetro y longitudes 335mm y 390mm aprox.
- Mango ergonómico.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
24	ENDOSUTURA CAPIO

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Dispositivo con un émbolo activado con una mano en el extremo proximal, un cuerpo tubular y un portaagujas curvo en el extremo distal.
- Ergonómico
- Estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
25	KIT DE ASPIRACIÓN IRRIGACIÓN DE DOBLE SUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Lavado continuo sin cambio de bolsa de suero.
- Con gatillo para controlar la aspiración.
- Para trócar de 5mm.
- Con tubo intercambiable.
- Ergonómico.
- Estéril de un solo uso.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
26	PINZA AGARRE

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Pinza monopolar.
- Para trocar de 5mm.
- Pinza agarre oval fenestrada angulada punta 20mm 5mmX350mm.
- Pinza agarre fenestrada dentada 5mmX310mm.
- Ergonómica.
- No estéril.
- Reutilizable.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
27	MORCELADOR DESHECHABLE

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Inalámbrico.
- Con al menos 3 posiciones.
- Autónomo
- Sin cable, para mayor maniobrabilidad y movilidad.
- Batería incluida.
- Control totalmente manual.
- Diseño ergonómico.
- Estéril.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
28	PROTECTOR-RETRACTOR CON TAPA LAPAROSCOPICA

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Fácil colocación.
- Aros de retracción en diferente color para su correcta colocación.
- Aro interior flexible y aro exterior rígido.
- Manga protectora para retracción circunferencial atraumática 360° de la incisión.
- Tapa perforada o con área para perforación de trócares, para instalar trócar de 12mm de diámetro e indicado para incisiones de 3 a 6 cm aprox.
- Tapa perforada o con área para perforación de trócares, para instalar trócar de 12mm de diámetro e Indicado para incisiones de 5 a 9 cm aprox.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Estéril.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
29	SONDA ELECTROQUIRÚRGICA CON EVACUACIÓN DE HUMOS

CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Gancho monopolar recto en L.
- Tubo preconectado que permita conexión a una línea de aspiración estándar.
- Conector electroquirúrgico monopolar.
- Succión gradual bajo demanda.
- Eje de rotación 360**°.**
- Longitud del vástago 420mm aprox.
- Para trócar de 12mm.
- De fácil uso.
- Desechable.
- Estéril.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – USANSOLO (Bizkaia)