Osakidetza

Pliego de prescripciones técnicas

Exp.2026/01477

Suministro de equipos de cobertura quirúrgica desechable, material auxiliar y elementos fungibles asociados para la Osi Bilbao Basurto, y puesta a disposición de un modelo de gestión logística automatizada para los lotes 1 al 5

➢ OBJETO DEL CONTRATO

El presente expediente tiene por objeto la adquisición de cobertura quirúrgica desechable, material auxiliar y elementos fungibles para la OSI Bilbao-Basurto, así como la puesta a disposición, sin cargo alguno para la OSI, de un modelo de gestión logística que permita garantizar el suministro de la cobertura quirúrgica de forma automatizada para los lotes 1 a 5.

El Hospital Universitario de Basurto presenta una elevada actividad quirúrgica, que integra cirugía urgente y programada, cirugía mayor ambulatoria, procedimientos intervencionistas, actividad obstétrica y procedimientos traumatológicos. Esta complejidad asistencial requiere disponer de sistemas de cobertura estéril configurados de forma específica para cada tipo de intervención, que garanticen la creación y mantenimiento del campo estéril durante todo el procedimiento.

La cobertura quirúrgica desechable constituye un elemento esencial en la prevención de infecciones al actuar como barrera frente a la transferencia de microorganismos y contribuir al control eficaz de fluidos. Así mismo, optimiza los tiempos de preparación y mejora la seguridad tanto del paciente como del profesional.

No disponiendo la OSI de medios materiales ni humanos necesarios para llevar a cabo dicho abastecimiento se considera idónea la contratación externa mediante el procedimiento correspondiente.

➢ MARCO NORMATIVO Y REQUISITOS REGULATORIOS

Todos los productos objeto de la licitación deberán cumplir:

- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios. Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el

Reglamento (UE) 2017/745

- Marcado CE como producto sanitario, con identificación del organismo notificado, cuando resulte de aplicación según la clasificación regulatoria del producto.
- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante
- En el caso de equipos configurados para procedimientos quirúrgicos deberá acreditarse el cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2017/745 relativo a conjuntos de productos sanitarios, garantizando que todos los componentes incluidos estén debidamente marcados CE y sean compatibles entre sí.
- La clasificación de producto sanitario será la que corresponda conforme a su finalidad prevista, pudiendo coexistir en un mismo lote productos de distintas clases regulatorias.
- UNE-EN ISO 15223-1:2022 e ISO 20417:2022 o norma equivalente vigente relativa a los símbolos a utilizar en el etiquetado de los productos sanitarios y la información que debe facilitar el fabricante de productos sanitarios
- UNE-EN ISO 11607-1 y 11607-2:2020, o norma equivalente vigente relativa a los sistemas de barrera estéril y a la validación de los procesos de sellado y conformado del envase
- UNE-EN ISO 11135:2020 o norma equivalente vigente relativa a la esterilización de productos sanitarios mediante óxido de etileno y/o UNE-EN ISO 11137-1:2025 o norma equivalente vigente relativa a la esterilización de productos sanitarios mediante radiación
- Los productos textiles quirúrgicos, tales como paños, sábanas y batas, deberán cumplir los requisitos establecidos en la UNE-EN ISO 13795-1:2020 o su versión actualizada UNE-EN 13795-1:2025, o norma equivalente vigente en cuanto a prestaciones, resistencia mecánica, capacidad de absorción y propiedades barrera frente a la penetración microbiana y de líquidos.
  El nivel de prestación exigido se determinará en función del tipo de procedimiento y del perfil de riesgo definido en cada lote
  El cumplimiento de estos requisitos deberá acreditarse mediante ensayo en laboratorio externo autorizado, indicando el nivel de cumplimiento.

➢ REQUISITOS TÉCNICOS

1. PAÑOS Y SÁBANAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES

- Todos los paños y sábanas deberán presentar una estructura bilaminada o trilaminada, con o sin refuerzo, en función de las necesidades del procedimiento:

  a) Estructura bilaminada: compuesta por una capa superior de tejido sin tejer de polipropileno o de otro material técnicamente equivalente, y una capa inferior de film impermeable de polietileno o de otro polímero técnicamente equivalente

  b) Estructura trilaminada: compuesto por una capa superior de tejido sin tejer de polipropileno o de otro material técnicamente equivalente, una capa intermedia de film impermeable de

polietileno o de otro polímero técnicamente equivalente, y una capa inferior de polipropileno o de otro material técnicamente equivalente

- Cuando se incorporen refuerzos en las áreas críticas, éstos deberán permanecer unidos de forma continua y segura en todo su perímetro mediante sellado, termosellado u otro sistema técnicamente equivalente, sin comprometer la integridad ni la funcionalidad del producto.

- Los equipos deberán presentarse envueltos en un paño reforzado absorbente e impermeable, de tamaño suficiente para cubrir completamente la mesa quirúrgica principal y proteger el contenido hasta su apertura en campo estéril.

- Los paños y sábanas deberán incorporar pictogramas orientativos, visibles e indelebles que faciliten su correcta colocación y orientación en el campo quirúrgico, sin comprometer la esterilidad del conjunto.

- Los materiales deberán estar libres de látex de caucho natural, PVC, ftalatos, sustancias tóxicas, tintas nocivas u olores irritantes

- Se admitirán variaciones dimensionales razonables siempre que no comprometan la cobertura ni la funcionalidad de la prenda

2. BATAS QUIRÚRGICAS

Las batas quirúrgicas incluidas en este lote están destinadas a la protección de los profesionales durante el acto quirúrgico, contribuyendo al mantenimiento del campo estéril y a la prevención de la transmisión de microorganismos y fluidos.

Requisitos comunes:

- Diseño ergonómico que permita libertad de movimiento y una adecuada adaptación durante el procedimiento

- Cuello anatómico ajustable, mangas largas y puños elásticos de al menos 6 cm de longitud.

- Sistema de cierre posterior completo, seguro y ajustable mediante cintas u otro sistema técnicamente equivalente, que facilite la colocación de la bata y evite aperturas o exposiciones involuntarias. Debe incorporar solapa posterior que garantice una cobertura adecuada.

- Las costuras y uniones de las batas podrán realizarse mediante sellado en frío, termosellado, doble costura de seguridad u otro sistema técnicamente equivalente, siempre que el modelo ofertado garantice la resistencia de las uniones, mantenga la continuidad de la barrera de protección, especialmente en las zonas críticas, y cumpla los requisitos de protección y rendimiento establecidos en la UNE-EN ISO 13795-1:2020 o su versión actualizada UNE-EN 13795-1:2025, o norma equivalente vigente

- Los materiales deberán estar libres de látex de caucho natural, PVC, ftalatos, sustancias tóxicas, tintas nocivas u olores irritantes

- Tipología de batas solicitadas en función del perfil de riesgo y del nivel de exposición a fluidos del procedimiento:

a) Bata quirúrgica de protección estándar:

Adecuada para procedimientos con exposición moderada a fluidos.

Fabricada en material no tejido de polipropileno multicapa (SMS/SMMS/SMMMS o equivalente) conforme a UNE-EN 13795.

b) Bata quirúrgica con refuerzo en zonas críticas:

Destinada a procedimientos con alta exposición a fluidos o riesgo incrementado de contaminación.

Fabricada en material no tejido de polipropileno multicapa (SMS/SMMS/SMMMS o equivalente), con refuerzo impermeable mediante laminado con film de polietileno o material técnicamente equivalente, ubicado en las zonas de mayor exposición a fluidos, conforme a la UNE-EN 13795.

El refuerzo deberá permanecer unido de forma continua y segura en todo su perímetro mediante sellado, termosellado u otro sistema técnicamente equivalente, sin comprometer la integridad ni la funcionalidad del producto.

El refuerzo deberá cubrir, como mínimo, las mangas y la zona frontal (pecho y abdomen).

En aquellos procedimientos con mayor nivel de exposición a fluidos o irrigación continua, podrá requerirse refuerzo ampliado que incluya también la zona dorsal, según lo especificado en cada lote.

No se admitirán tejidos que no incorporen film impermeable continuo o que presenten riesgo de delaminación

- Tallas y dimensiones:

Las batas deberán estar disponibles en un rango completo de tallas (S, M, L, XL y XXL) debiendo garantizar una adecuada cobertura corporal del profesional.

Considerando la variabilidad existente entre fabricantes, se establecen como referencia las siguientes longitudes aproximadas:

- Talla S (110 cm)
- Talla M (115 cm)
- Talla L (125 cm)
- Talla XL (140 cm)
- Talla XXL (150 cm)

Se admitirán variaciones dimensionales razonable siempre que no comprometan la cobertura ni la funcionalidad de la prenda.

➢ DESCRIPCIÓN POR LOTES (Lotes 1 al 14)

Nota aclaratoria en relación a las medidas descritas en todos los lotes:
Se admitirán variaciones dimensionales de hasta ±10% siempre que no afecten a la funcionalidad clínica del producto.

LOTE 1. EQUIPOS DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA

ART 1 EQUIPO LAPAROSCOPIA / ABDOMEN-PERINEAL

COMPONENTES EQUIPO LAPAROSCOPIA/ABDOMEN PERINEAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
3	Cubremesas reforzado de 140x190cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Paño bajo nalgas de 96x118 cm con reborde y bolsa de recogida de fluidos con graduaciones
1	Sábana bilaminada de laparoscopia ginecológica de 255x301 cm, con perneras , con fenestración abdominal adhesiva de 38x34 cm y fenestración perianal adhesiva de 11x14 cm
2	Bolsa instrumental adhesiva 25x48 cm, 3 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 20 ml
1	Aguja hipodérmica con seguridad 23G 25mm

ART 2 EQUIPO LAPAROSCOPIA

COMPONENTES EQUIPO LAPAROSCOPIA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubremesas reforzado de 140x190cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Sábana bilaminada reforzada de laparoscopia de 196/269x304 cm, pantalla de anestesia, fenestración adhesiva de 25x28 cm, perneras y 8 tiras sujetatubos integradas
2	Bolsa instrumental adhesiva 25x48 cm, 3 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	aplicador antiséptico doble cara
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético

ART 3 EQUIPO RTU UROLOGÍA

COMPONENTES EQUIPO RTU UROLOGÍA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 140x190cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Sábana de RTU bilaminada con perneras de 280//175x242 cm, fenestración adhesiva suprapúbica de 8 cm diámetro, 1 bolsa para recogida de fluidos de 95x50 cm con filtro, puerto de salida, cinturones y parche adhesivo, dedil y fenestración de 5 cm de diámetro
1	Cinta adhesiva de 9x50 cm
2	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 20 ml
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml

ART 4 EQUIPO DE CIRUGÍA PERINEAL

COMPONENTES EQUIPO DE CIRUGÍA PERINEAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubre-mesas reforzado de 140x190cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Sábana bilaminada con adhesivo 150X196CM
1	Paño bajo nalgas de 96x118 cm con reborde y bolsa de recogida de fluidos con graduaciones
2	Pernera bilaminada absorbente impermeable de 75x120 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético

ART 5 EQUIPO DE CABEZA / CUELLO / TIROIDES

COMPONENTES EQUIPO CABEZA/CUELLO/TIROIDES	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesas reforzado de 140x190cm
8	Toallas seca manos
2	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
3	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 183x300 cm
1	Turbante SMMMS adhesivo de 70x102 cm
1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
2	Batea 125 ml
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético

ART 6 EQUIPO DE CRANEOTOMÍA

COMPONENTES EQUIPO DE CRANEOTOMÍA	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
2	Cubremesas reforzado de 140x190cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
4	Paño bilaminado adhesivo de 45x50 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 183x300 cm
1	Sábana de craneotomía bilaminada de 183/289x375 cm, con refuerzo, fenestración de 20x30 cm, con campo de incisión completo, 4 fija-tubos y bolsas para recogida de fluidos
2	Manguito estéril
2	Cinta adhesiva 9x50 cm
2	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Batea 125 ml
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético

ART 7 EQUIPO DE OÍDO

COMPONENTES EQUIPO DE OIDO	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesas reforzado de 140x190cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica estándar talla XL
2	Paño bilaminado de 75x90 cm, con fenestración adhesiva de 6x8 cm
1	Sábana ORL bilaminada con refuerzo de 196x270 cm, con fenestración adhesiva de 8 cm y 4 pasatubos integrados
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético

ART 8 EQUIPO DE CIRUGÍA CORONARIA

COMPONENTES EQUIPO DE CIRUGÍA CORONARIA	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
2	Cubremesas reforzado de 140x190cm
1	Cubremesas reforzado de 160x240cm
8	Toallas seca manos
2	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
2	Paño bilaminado sin adhesivo de 75x75 cm
2	Paño bilaminado con adhesivo de 75x75 cm
1	Paño bilaminado sin adhesivo de 90x150 cm
1	Sábana periinguinal bilaminada de 196x240 cm, con U adhesiva de 46x94 cm y refuerzo
1	Sábana cardiovascular bilaminada en U de 254x347 cm,con adhesivo y bolsas
2	Calza
2	Cinta adhesiva 9x50 cm
2	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 1 compartimento
1	Batea 250 ml
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas con espuma y extractor de hojas de bisturí

ART 9 EQUIPO DE CIRUGÍA VALVULAR

COMPONENTES EQUIPO DE CIRUGÍA VALVULAR	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
2	Cubremesas reforzado de 140x190cm
1	Cubremesas reforzado de 160x240cm
8	Toallas seca manos
2	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
2	Paño bilaminado sin adhesivo de 75x75 cm
4	Paño bilaminado con adhesivo de 75x75 cm
1	Sábana bilaminada adhesiva de 175x175 cm
1	Sábana cardiovascular bilaminada en U de 254x347 cm,con adhesivo y bolsas
4	Cinta adhesiva 9x50 cm
2	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas con espuma y extractor de hojas de bisturí

ART 10 EQUIPO VASCULAR ENDOPRÓTESIS

COMPONENTES EQUIPO VASCULAR ENDOPRÓTESIS	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesas reforzado de 140x190cm
8	Toallas seca manos
2	Bata quirúrgica reforzada talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Sábana de angiografía femoral bilaminada con refuerzo de 241x343 cm, con 2 fenestraciones circulares de 15 cm de diámetro, con campo de incisión fenestrado con diámetro de 9 cm, refuerzo absorbente en forma de L, con panel lateral transparente
1	Funda rectangular con elástico blanca, L85xD95 cm
1	Funda rectangular con elástico blanca, L102xD102 cm
1	Funda circular con elástico blanca, L50xD58 cm, ancho estirado 100 cm
1	Protector intensificador circular 91 cm ancho x 71 cm largo
1	Funda cámara laparoscopia 13 cm ancho x 244 cm largo
1	Gel conductor estéril monodosis para ultrasonidos
1	Batea 250 ml

ART 11 EQUIPO DE COLUMNA

COMPONENTES EQUIPO DE COLUMNA	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
3	Cubremesas reforzado de 140x190cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
2	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 110x95 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 175x175 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 200x200 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 260x170 cm
2	Manguito estéril
2	Cinta adhesiva 9x50 cm
2	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
2	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
2	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético

ART 12 EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA

COMPONENTES EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesa de 90x75 cm
1	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Paño bilaminado de 75x90, con fenestración adhesiva de 6x8 cm
5	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm (desplegada 25x40 cm)

ART 13 EQUIPO DE UROLOGÍA

COMPONENTES EQUIPO DE UROLOGÍA	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesa de 90x75 cm
2	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
5	Gasa estéril TNT 10X10 cm (desplegado 20x40 cm)

ART 14 EQUIPO UNIVERSAL

COMPONENTES EQUIPO UNIVERSAL	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesas reforzado de 140x190cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzadas talla XL
2	Paño bilaminado reforzado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 150x240 cm, con sujetatubos integrado
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 175x190 cm, con sujetatubos integrado
1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta de velcro adhesiva de 2,5x30 cm
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 20 ml
1	Aguja hipodérmica con seguridad 23G 25mm

ART 15 EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL

EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesa de100x100 cm
2	Toalla seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Paño bilaminado sin adhesivo 75x90 cm
2	Paño bilaminado adhesivo 75x90 cm
10	Gasa estéril TNT 10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
1	Batea 125 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 5 ml
1	Aguja hipodérmica con seguridad 18G 40mm
1	Aguja hipodérmica con seguridad 23G 25mm

ART 16 EQUIPO DE ANESTESIA LOCOREGIONAL

EQUIPO DE ANESTESIA LOCOREGIONAL	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesa de 100x100 cm
2	Toalla seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Paño bilaminado sin adhesivo de 75x90 cm
1	Paño bilaminado de 75x90 cm, con fenestración adhesiva de 9x12 cm
10	Gasa estéril TNT 10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
1	Batea 125 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 5 ml
1	Aguja hipodérmica con seguridad 18G 40mm
1	Aguja hipodérmica con seguridad 23G 25mm

ART 17 EQUIPO DE ANESTESIA DE PLEXO

EQUIPO DE ANESTESIA DE PLEXO	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesa de 100x100 cm
2	Toalla seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Paño bilaminado sin adhesivo 75x90 cm
2	Paño bilaminado adhesivo 75x90 cm
1	Batea 125 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa estéril TNT10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
1	Funda cámara laparoscópica elástica 13x244 cm
1	Gel transductor

ART 18 EQUIPO DOLOR

EQUIPO UNIDAD DEL DOLOR	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesa de100x100 cm
2	Toalla seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada adhesiva de 150x240 cm, con sujetatubos integrado
1	Sábana bilaminada adhesiva de 175x190 cm, con sujetatubos integrado
2	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa estéril TNT 10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
1	Funda elástica intensificador imagen rectangular 91X71 cm

ARTÍCULOS COMUNES O ELEMENTOS SUELTOS

ART 19 CUBRE MESAS REFORZADO 120 X 140 CM
ART 20 CUBRE MESAS REFORZADO 140 X 190 CM
ART 21 FUNDA DE MESA DE MAYO REFORZADA 80 X 142 CM
ART 22 PAÑO BILAMINADO SIN ADHESIVO 75X90 CM
ART 23 PAÑO BILAMINADO CON ADHESIVO 75 X 90 CM
ART 24 PAÑO BILAMINADO FENESTRADO CON ADHESIVO 50X60 CM Y FENESTRACIÓN DE 5 CM DIÁMETRO
ART 25 PAÑO BILAMINADO FENESTRADO CON ADHESIVO 75X90 CM Y FENESTRACIÓN DE 6X8 CM
ART 26 SÁBANA BILAMINADA CON ADHESIVO 150X196CM
ART 27 SÁBANA BILAMINADA REFORZADA ADHESIVA DE 160x260 CM
ART 28 SÁBANA BILAMINADA REFORZADA PARA EXTREMIDADES DE 230X325 CM, CON FENESTRACIÓN ELÁSTICA DE 6 CM DE DIÁMETRO Y 4 PASATUBOS INTEGRADOS
ART 29 SABANA BILAMINADA REFORZADA PERI-INGUINAL DE 196X240CM, CON U ADHESIVA DE 46X94 CM
ART 30 CINTA ADHESIVA TNT 9X50 CM
ART 31 STOCKINETE DE TEJIDO NO TEJIDO ELÁSTICO DE 23X91 CM
ART 32 STOCKINETE DE TEJIDO NO TEJIDO ELÁSTICO DE 36,5X72 CM
ART 33 PERNERA QUIRÚRGICA POLIPROPILENO DE 79X140 CM
ART 34 BOLSA AUXILIAR DE INSTRUMENTAL ADHESIVA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 2 COMPARTIMENTOS DE 33X41 CM
ART 35 BOLSA AUXILIAR DE INSTRUMENTAL ADHESIVA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 3 COMPARTIMENTOS DE 25X46CM
ART 36 FUNDA ELÁSTICA INTENSIFICADOR IMAGEN RECTANGULAR ESTÉRIL 91X71CM
ART 37 FUNDA CAMARA LAPARASCOPIA ESTÉRIL 13 x 244 CM

LOTE 2 EQUIPOS DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS

ART 1 EQUIPO DE MARCAPASOS

COMPONENTES EQUIPO DE MARCAPASOS	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 150x200 cm
4	Toallas seca manos
2	Bata quirúrgicas estándar talla L
2	Paño bilaminado con adhesivo 75x75cm
1	Paño bilaminado reforzado con adhesivo 90x90 cm
1	Sábana quirúrgica bilaminada con adhesivo 175x175 cm
3	Aguja hipodérmica con sistema de seguridad 23Gx25 mm
3	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml verde
1	Bisturí con mango de seguridad nº 23
1	Batea circular 120 ml transparente
1	Batea circular 250 ml azul
1	Batea circular 500 ml azul
1	Aplicador antiséptico de doble cara
20	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
2	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm (desplegado 45x45 cm)
1	Campo incisión 40x35 cm
2	Protector intensificador circular 120x 60 cm

ART 2 EQUIPO ELECTROFISIOLOGÍA-ABLACIÓN

COMPONENTES EQUIPO ELECTROFISIOLOGÍA-ABLACIÓN	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 150x200cm
4	Toallas seca manos
2	Bata quirúrgicas estándar talla L
1	Paño bilaminado con adhesivo 50x75cm
1	Campo de angiografía bilaminado con refuerzo absorbente, de 230x350 cm, que incorpore áreas de acceso radial y femoral integradas, con zonas de incisión adhesivadas, que permitan la conversión de acceso durante el procedimiento. Diseño longitudinal, con bandas laterales de polietileno de 55 cm
1	Aguja hipodérmica con sistema de seguridad 25Gx16 mm
1	Aguja hipodérmica con sistema de seguridad 21Gx38 mm
2	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml verde
2	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml excéntrico
1	Bisturí con mango de seguridad nº 11
1	Mosquito 13 cm curvo

1	Batea circular 120 ml transparente
2	Batea circular 500 ml azul
2	Aplicador antiséptico doble cara
20	Gasa estéril TNT 10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm (desplegado 45x45 cm)
2	Protector intensificador redondo 90x80 cm
1	Protector de mampara 150x150 cm

ART 3 EQUIPO HEMODINÁMICA

COMPONENTES EQUIPO HEMODINÁMICA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 150x200 cm
4	Toallas seca manos
2	Bata quirúrgicas estándar L
1	Campo de angiografía bilaminado con refuerzo absorbente, de 230x350 cm, que incorpore áreas de acceso radial y femoral integradas, con zonas de incisión adhesivadas, que permitan la conversión de acceso durante el procedimiento. Diseño longitudinal, con bandas laterales de polietileno de 55 cm
1	Aguja hipodérmica con sistema de seguridad 21Gx40 mm
1	Aguja hipodérmica con sistema de seguridad 25Gx16 mm
3	Aguja hipodérmica con sistema de seguridad 18Gx40 mm
3	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml excéntrico
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 20 ml excéntrico
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml amarilla
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml verde
2	Jeringa 3 cuerpos luer lock 10 ml
1	Jeringa 3 cuerpos luer lock 10 ml policarbonato color rojo
1	Batea circular 250 ml azul
2	Batea circular 500 ml azul
2	Aplicador antiséptico de doble cara
1	Clip de sujeción para alargaderas
50	Gasa estéril TNT 10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm (desplegado 45x45 cm)
1	Protector intensificador rectangular 90 x 80 cm
1	Protector intensificador circular 90 x 50 cm
1	Protector de mampara 150x150 cm

ART 4 EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA VASCULAR

COMPONENTES EQUIPO ANGIOGRAFÍA VASCULAR	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubre-mesas reforzado de 150x200 cm
4	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgicas reforzada talla L
1	Bata quirúrgicas reforzada talla M
1	Campo de angiografía femoral con laterales reforzados 230x400 cm
1	Batea circular 250 ml azul
2	Batea circular 500 ml azul
1	Batea para guías 2500ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
1	Jeringa 3 cuerpos 10 ml luer slip excéntrica
2	Jeringa 3 cuerpos 10 ml luer lock roja
2	Jeringa 3 cuerpos 20 ml luer lock azul
1	Aguja hipodérmica con sistema de seguridad 23Gx25 mm
1	Mosquito 13 cm curvo
1	Bisturí con mango de seguridad nº 11
20	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Protector intensificador redondo de 90 cm ancho x 80 cm largo
1	Protector intensificador circular 100 ancho x 50 cm largo
1	Equipo de infusión de seguridad 320 cm largo, con cámara, con toma de aire y con filtro

ART 5 EQUIPO DE ANGIOGRAFÍA PERCUTÁNEA

COMPONENTES EQUIPO ANGIOGRAFÍA PERCUTÁNEA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubre-mesas reforzado de 150x200cm
4	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgicas reforzada L
1	Bata quirúrgicas reforzada M
1	Campo biliar percutáneo 230x250 cm, con área de incisión de 35x20 cm con film adhesivo, área reforzada y banda lateral impermeable
2	Batea circular 250 ml azul
1	Aplicador antiséptico doble cara
1	Jeringa 3 cuerpos 10 ml luer slip excéntrica
1	Jeringa 3 cuerpos 20 ml luer slip azul
1	Jeringa 3 cuerpos 20 ml luer slip roja
1	Aguja hipodérmica con sistema de seguridad 23Gx25 mm

1	Mosquito 13 cm curvo
1	Bisturí con mango de seguridad nº 11
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Protector intensificador rectangular 90 cm ancho x 80 cm largo
1	Protector intensificador circular 100 ancho x 50 cm largo

ART 6 EQUIPO DE ICTUS

COMPONENTES EQUIPO ICTUS	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubre-mesas reforzado de 150x200 cm
4	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgicas reforzada talla L
1	Bata quirúrgicas reforzada talla M
1	Paño empapador con adhesivo 48x40 cm
1	Campo de angiografía femoral con laterales reforzados 230x350 cm
1	Batea circular 250 ml azul
1	Batea circular 500 ml azul
1	Batea circular 1000 ml azul
1	Batea para guías 2500 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
1	Jeringa 3 cuerpos 3 ml luer lock policarbonato roja
2	Jeringa 3 cuerpos 3 ml luer lock policarbonato azul
1	Jeringa 3 cuerpos 10 ml luer slip excéntrica
2	Jeringa 3 cuerpos 10 ml luer lock policarbonato roja
2	Jeringa 3 cuerpos 10 ml luer lock policarbonato azul
1	Jeringa 3 cuerpos 20 ml luer lock policarbonato verde
1	Jeringa Vaclok 60 ml luer lock policarbonato
1	Aguja hipodérmica con sistema de seguridad 23Gx25 mm
1	Mosquito 13 cm curvo
1	Bisturí con mango de seguridad nº 11
20	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
2	Llave de tres vías de alta presión (145 psi) con prolongador integrado de 13,5 cm y conexiones luer lock
3	Equipo de infusión de seguridad 320 cm largo, con cámara, con toma de aire y con filtro

1	Protector intensificador rectangular 90 cm ancho x 80 cm largo
1	Protector intensificador circular 100 ancho x 50 cm largo

ART 7 EQUIPO DE PICC/RESERVORIO

COMPONENTES EQUIPO PICC/RESERVORIO	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 140x120 cm
4	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla M
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
2	Sábana bilaminada adhesiva de 196x150 cm
1	Sábana bilaminada reforzada de 80x120 cm, con fenestración adhesiva de 8x18 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
30	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm (desplegado 25x40 cm)
1	Protector intensificador 90 cm ancho x 50 cm largo

ARTÍCULOS COMUNES O ELEMENTOS SUELTOS

Art 8 PAÑO EMPAPADOR ESTÉRIL CON ADHESIVO 48X40 CM
Art 9 CAMPO DE ARTERIOGRAFÍA ESTÉRIL CON ACCESO FEMORAL Y RADIAL
Art 10 PROTECTOR INTENSIFICADOR CIRCULAR ESTÉRIL 90 CM ANCHO x 50 CM LARGO
Art 11 PROTECTOR INTENSIFICADOR RECTANGULAR ESTÉRIL 90 CM ANCHO x 80 CM LARGO

LOTE 3 EQUIPOS DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

ART 1 EQUIPO DE CESÁREA

COMPONENTES EQUIPO DE CESÁREA

UNIDADES	DESCRIPCIÓN MATERIAL
1	Cubremesas reforzado de 140x190cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Sábana cesárea bilaminada de 196/240x307cm, fenestración de 30x38 cm con film de incisión parcial de 18x18 cm, bolsa de recogida de fluidos de 360º con 4 tiras maleables y dos puertos de drenaje, panel de anestesia con cubrebrazos y con una ventana perforada transparente y panel de ocultación, para una rápida transferencia del bebé y un contacto inmediato piel con piel con la madre
2	Manta de bebé de 100x105 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
18	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Cánula aspiración Yankauer 22 Fr 25 cm
1	Contador de agujas magnético
1	Bisturí con mango de seguridad N10

ART 2 EQUIPO DE LEGRADO UTERINO

COMPONENTES EQUIPO DE LEGRADO UTERINO	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubre-mesas reforzado de 140x190cm
2	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Paño bajo nalgas de 96x118 cm con reborde y bolsa de recogida de fluidos con graduaciones
2	Pernera bilaminada absorbente impermeable de 75x120 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M

ART 3 EQUIPO LAPAROSCOPIA / ABDOMEN-PERINEAL

COMPONENTES EQUIPO LAPAROSCOPIA/ABDOMEN PERINEAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
3	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Paño bajo nalgas de 96x118 cm con reborde y bolsa de recogida de fluidos con graduaciones
1	Sábana bilaminada de laparoscopia ginecológica de 255x301 cm, con perneras, con fenestración abdominal adhesiva de 38x34 cm y fenestración perianal adhesiva de 11x14 cm
2	Bolsa instrumental adhesiva 25x48 cm, 3 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 20 ml
1	Aguja hipodérmica con seguridad 23G 25mm

ART 4 EQUIPO DE PARTOS

COMPONENTES EQUIPO DE PARTOS	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 140x120 cm
2	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
2	Paño bilaminado adhesivo 75x90 cm
1	Paño bajo nalgas 96x38 cm con reborde y bolsa de recogida de fluidos con graduaciones
2	Pernera bilaminada absorbente impermeable de 75x120 cm
2	Manta de bebé 100x105 cm

ART 5 EQUIPO UNIVERSAL

COMPONENTES EQUIPO UNIVERSAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 140x190 cm

6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
2	Paño bilaminado reforzado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 150x240 cm, con sujetatubos integrado
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 175x190 cm, con sujetatubos integrado
1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta de velcro adhesiva de 2,5x30 cm
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético

ART 6 EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL

EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesa de100x100 cm
2	Toalla seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Paño bilaminado sin adhesivo 75x90 cm
2	Paño bilaminado adhesivo 75x90 cm
10	Gasa estéril TNT 10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
1	Batea 125 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 5 ml
1	Aguja hipodérmica con seguridad 18G 40mm
1	Aguja hipodérmica con seguridad 23G 25mm

ARTÍCULOS COMUNES O ELEMENTOS SUELTOS

ART 7 CUBRE MESAS REFORZADO 120 X 140 CM
ART 8 PAÑO QUIRÚRGICO BILAMINADO SIN ADHESIVO 75X90 CM
ART 9 PAÑO QUIRÚRGICO BILAMINADO CON ADHESIVO 75 X 90 CM
ART 10 PAÑO QUIRÚRGICO BILAMINADO FENESTRADO CON ADHESIVO 50X60 CM Y

FENESTRACIÓN DE 5 CM DIÁMETRO
ART 11 PAÑO QUIRÚRGICO BILAMINADO FENESTRADO CON ADHESIVO 75X90 CM Y FENESTRACIÓN DE 6X8 CM
ART 12 CINTA ADHESIVA TNT 9X50 CM
ART 13 PERNERA QUIRÚRGICA POLIPROPILENO DE 79X140 CM
ART 14 FUNDA CAMARA LAPARASCOPIA 13 x 244 CM

LOTE 4 EQUIPOS DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

ART 1 EQUIPO DE PRÓTESIS DE CADERA

COMPONENTES EQUIPO PRÓTESIS DE CADERA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
4	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
8	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
3	Bata quirúrgica reforzada talla XXL
5	Paño bilaminado adhesivo de 45x50 cm
4	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada adhesiva de 120x98 cm
1	Sábana trilaminada adhesiva con refuerzo de 183x254 cm
2	Sábana polietileno en U adhesiva de 152x213, U adhesiva de 20x76 cm
1	Sábana trilaminada reforzada en U de 196x274 cm, U adhesiva de 6,35x94 cm
1	Stokinete impermeable elástico de 30x122 cm
3	Cinta adhesiva 9x50 cm
2	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm,1 compartimento
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético
2	Soporte sujeción campo quirúrgico
2	venda estéril crepe

ART 2 EQUIPO DE PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA

COMPONENTES EQUIPO DE PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XXL

1	Sábana bilaminada adhesiva de 120x98 cm
1	sábana de cadera trilaminada con refuerzo 217/290x350 cm, 2 bolsas laterales de cadera 81x170 cm
2	Sábana polietileno en U adhesiva de 152x213, U adhesiva de 20x76 cm
1	Sábana trilaminada reforzada en U de 196x274 cm, U adhesiva de 6,35x94 cm
1	Stokinete impermeable elástico de 30x122 cm
3	Cinta adhesiva 9x50 cm
2	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm,1 compartimento
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético
2	Soporte sujeción campo quirúrgico
1	venda estéril crepe

ART 3 EQUIPO MESA ORTOPÉDICA

COMPONENTES EQUIPO MESA ORTOPÉDICA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Paño bilaminado adhesivo de 100x100 cm
1	Sábana de aislamiento vertical de 270x330 cm, con fenestración de 78x26 cm con película de incisión completa, bolsa de recogida de fluidos con filtro, puerto de salida y funda de polietileno para instrumental de 25,5x28 cm incorporada en el lado derecho
2	Sábana polietileno en U adhesiva de 152x213 cm, U adhesiva de 20x76 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético

ART 4 EQUIPO PRÓTESIS DE RODILLA

COMPONENTES EQUIPO PRÓTESIS RODILLA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**

3	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzda talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
2	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
3	Sábana bilaminada adhesiva de 175x175 cm
1	Sábana trilaminada con refuerzo para extremidades de 230x325 cm, con fenestración elástica de 6 cm de diámetro y 4 sujetatubos incorporados
2	Cinta adhesiva 9x50 cm
2	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
2	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
2	Stokinete impermeable elástico de 23x122 cm
1	Raspador electrobisturí
2	Soporte sujeción campo quirúrgico
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Cánula aspiración Yankauer 22 Fr 25 cm
1	venda estéril crepe
1	Contador de agujas magnético

ART 5 EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE RODILLA

COMPONENTES EQUIPO ARTROSCOPIA DE RODILLA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
1	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Bata quirúrgica totalmente reforzada talla XXL (mangas, zona frontal completa y zona dorsal)
1	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada sin adhesivo de 150x200cm
1	Sábana de artroscopia de rodilla trilaminada reforzada de 234x302 cm, con fenestración elástica de 6 cm, bolsa colectora de fluidos y 3 tiras de anillas fija tubos
1	Stokinete impermeable elástico de 23x122 cm
2	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)

2	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético
1	Funda cámara laparoscopia 13 cm ancho x 244 cm largo

ART 6 EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO DECÚBITO LATERAL

COMPONENTES EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO DECÚBITO LATERAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
1	Funda de mesa de Mayo reforzada de 80x142 cm
8	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
3	Bata quirúrgica reforzada talla XL
3	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada adhesiva de 160x260 cm
1	Sábana de hombro trilaminada con refuerzo en U de 196x295 cm, con apertura de U adhesiva de 25x64 cm
1	Sábana de hombro trilaminado adhesiva de 160x254 cm, con fenestración en forma de hombro de 36x29 cm y película de incisión fenestrada y hendidura, bolsa de recogida de fluidos con 2 orificios de salida y 3 fijatubos incorporados
1	Stokinete impermeable elástico de 20x97 cm
2	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
2	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético

ART 7 EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO EN SILLA DE PLAYA

COMPONENTES EQUIPO ARTROSCOPIA DE HOMBRO EN SILLA DE PLAYA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubre-mesas reforzado de 140x190 cm
1	Funda de mesa de Mayo 80x142 cm
8	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L

3	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Paño bilaminado adhesivo 75x90 cm
1	Sábana de hombro bilaminada adhesiva 266X411
2	Sábana quirúrgica de hombro en U trilaminada reforzada 160x254 cm, con bolsa recolectora
1	Stokinete impermeable elástico de 20x97 cm
2	Cinta adhesiva 50x9 cm
2	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
2	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Funda cámara laparoscopia elástica 13 x 244 cm
1	Contador de agujas magnético
1	venda estéril crepe

ART 8 EQUIPO DE HOMBRO ABIERTO

COMPONENTES EQUIPO DE HOMBRO ABIERTO	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
8	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
3	Bata quirúrgica reforzada talla XL
4	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana trilaminada adhesiva con refuerzo de 183x254 cm
1	Sábana trilaminada reforzada de 196x254 cm, con U adhesiva de 15x102 cm, con 4 pasatubos incorporados
1	Stokinete impermeable elástico de 20x97 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador de antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Cánula aspiración Yankauer 22 Fr 25 cm
1	Contador de agujas magnético
2	Soporte sujeción campo quirúrgico
1	venda estéril crepe

ART 9 EQUIPO DE MANO

COMPONENTES EQUIPO DE MANO	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
1	Cubremesas reforzado de 80x142 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
1	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana de mano trilaminada con refuerzo de 196x373 cm con extensión de mesa, con fenestración elástica de 3 cm de diámetro y 4 fijatubos incorporados
1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Batea 125 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético
3	Funda de taburete de 37,5 cm de diámetro

ART 10 EQUIPO DE PIE

COMPONENTES EQUIPO DE PIE	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada adhesiva de 160x260 cm
1	Sábana de extremidades trilaminada con refuerzo de 230x345 cm, con fenestración elástica de 3,5 cm de diámetro y 2 pasatubos integrados
1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 125 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)

10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Cánula aspiración Yankauer 12 Fr 25 cm
1	Contador de agujas magnético
3	Funda de taburete de 37,5 cm de diámetro

ART 11 EQUIPO DE COLUMNA

COMPONENTES EQUIPO DE COLUMNA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
3	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
2	Sábana trilaminada reforzada adhesiva de 110x95 cm
1	Sábana trilaminada reforzada adhesiva de 175x175 cm
1	Sábana trilaminada reforzada adhesiva de 200x200 cm
1	Sábana trilaminada reforzada adhesiva de 260x170 cm
2	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Cánula aspiración Yankauer 22 Fr 25 cm
1	Cánula aspiración Yankauer 12 Fr 25 cm
1	Contador de agujas magnético

ART 12 EQUIPO UNIVERSAL

COMPONENTES EQUIPO UNIVERSAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
2	Paño bilaminado reforzado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 150x240 cm, con sujetatubos integrado
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 175x190 cm, con sujetatubos integrado

1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta de velcro adhesiva de 2,5x30 cm
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
10	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Cánula aspiración Yankauer 22 Fr 25 cm
1	Contador de agujas magnético

ART 13 EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL

EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesa de100x100 cm
2	Toalla seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Paño bilaminado sin adhesivo 75x90 cm
2	Paño bilaminado adhesivo 75x90 cm
1	Batea 125 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa estéril TNT 10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 5 ml
1	Aguja hipodérmica con seguridad 18G 40mm
1	Aguja hipodérmica con seguridad 23G 25mm

ART 14 EQUIPO DE ANESTESIA DE PLEXO

EQUIPO DE ANESTESIA DE PLEXO	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesa de 100x100 cm
2	Toalla seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Paño bilaminado sin adhesivo 75x90 cm
2	Paño bilaminado adhesivo 75x90 cm
10	Gasa estéril TNT 10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
1	Batea 125 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara

1	Funda cámara laparoscópica elástica 13x244 cm
1	Gel transductor

ARTÍCULOS COMUNES O ELEMENTOS SUELTOS

ART 15 CUBRE MESAS REFORZADO 140 X 190 CM
ART 16 FUNDA DE MESA DE MAYO REFORZADA 80 X 142 CM
ART 17 PAÑO QUIRÚRGICO BILAMINADO SIN ADHESIVO 75X90 CM
ART 18 PAÑO QUIRÚRGICO BILAMINADO CON ADHESIVO 75 X 90 CM (DEJAR STOCK EN ALMACÉN)
ART 19 PAÑO QUIRÚRGICO BILAMINADO FENESTRADO CON ADHESIVO 75X90 CM Y FENESTRACIÓN DE 6X8 CM
ART 20 SÁBANA QUIRÚRGICA BILAMINADA CON ADHESIVO 150X196CM
ART 21 SÁBANA QUIRÚRGICA BILAMINADA REFORZADA PARA EXTREMIDADES DE 230X325 CM, CON FENESTRACIÓN ELÁSTICA DE 6 CM DE DIÁMETRO Y 4 PASATUBOS INTEGRADOS
ART 22 CINTA ADHESIVA TNT 9X50 CM
ART 23 STOCKINETE DE TEJIDO NO TEJIDO ELÁSTICO DE 23X91 CM
ART 24 STOCKINETE DE TEJIDO NO TEJIDO ELÁSTICO DE 36,5X72 CM
ART 25 BOLSA AUXILIAR DE INSTRUMENTAL ADHESIVA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 2 COMPARTIMENTOS DE 33X41 CM
ART 26 FUNDA INTENSIFICADOR IMAGEN RECTANGULAR ESTÉRIL 91X76CM
ART 27 FUNDA CAMARA LAPARASCOPIA ESTÉRIL 13 x 244 CM
ART 28 BATA QUIRÚRGIA CON REFUERZO (MANGAS HASTA HOMBRO, FRONTAL COMPLETO Y DORSAL) TALLA XXL

LOTE 5 EQUIPOS DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA EL QUIRÓFANO DE URGENCIAS

ART 1 EQUIPO LAPAROSCOPIA / ABDOMEN-PERINEAL

COMPONENTES EQUIPO LAPAROSCOPIA/ABDOMEN PERINEAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
3	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Paño bajo nalgas de 96x118 cm con reborde y bolsa de recogida de fluidos con graduaciones
1	Sábana bilaminada de laparoscopia de ginecología con perneras de 255x301 cm, con fenestración abdominal adhesiva de 38x34 cm y fenestración perianal adhesiva de 11x14 cm
2	Bolsa instrumental adhesiva 25x48 cm, 3 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético

1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 20 ml
1	Aguja hipodérmica con seguridad 23G 25mm

ART 2 EQUIPO LAPAROSCOPIA

COMPONENTES EQUIPO LAPAROSCOPIA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubre-mesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XI
1	Sábana bilaminada reforzada de laparoscopia de 196/269x304 cm, pantalla de anestesia, fenestración adhesiva de 25x28 cm, perneras y 8 tiras sujetatubos integradas
2	Bolsa instrumental adhesiva 25x48 cm, 3 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético

ART 3 EQUIPO DE CABEZA / CUELLO / TIROIDES

COMPONENTES EQUIPO CABEZA/CUELLO/TIROIDES	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubre-mesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XI
3	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 183x300 cm
1	Turbante SMMMS adhesivo de 70x102 cm
1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
2	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)

3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético

ART 4 EQUIPO DE CRANEOTOMÍA

COMPONENTES EQUIPO DE CRANEOTOMÍA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubre-mesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla Xl
4	Paño bilaminado adhesivo de 45x50 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 183x300 cm
1	Sábana de craneotomía bilaminada de 183/289x375 cm, con refuerzo, fenestración de 20x30 cm, con campo de incisión completo, 4 fija-tubos y bolsas para recogida de fluidos
1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético

ART 5 EQUIPO RTU UROLOGÍA

COMPONENTES EQUIPO RTU UROLOGÍA	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubre-mesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XI
1	Sábana de RTU bilaminada con perneras de 280//175x242 cm, fenestración adhesiva suprapúbica de 8 cm diámetro, 1 bolsa para recogida de fluidos de 95x50 cm con filtro, puerto de salida, cinturones y parche adhesivo, dedil y fenestración de 5 cm de diámetro

1	Cinta adhesiva 50x9 cm
2	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 20 ml
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml

ART 6 EQUIPO PERINEAL

COMPONENTES EQUIPO PERINEAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubre-mesas reforzado de 140x190 cm
4	Toallas seca manos
2	Bata quirúrgica reforzado talla XL
1	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Paño bajo nalgas de 96x118 cm con reborde y bolsa de recogida de fluidos con graduaciones
2	Pernera bilaminada absorbente impermeable de 75x120 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Raspador electrobisturí

ART 7 EQUIPO DE MANO

COMPONENTES EQUIPO MANO	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
1	Cubremesas reforzado de 80x142 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm

1	Sábana de mano trilaminada con refuerzo de 196x373 cm con extensión de mesa, con fenestración elástica de 3 cm de diámetro y 4 fijatubos incorporados
1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Contador de agujas magnético

ART 8 EQUIPO DE PIE

COMPONENTES EQUIPO DE PIE	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
2	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
1	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada adhesiva de 160x260 cm
1	Sábana de extremidades trilaminada con refuerzo de 230x345 cm, con fenestración elástica de 3,5 cm de diámetro y 2 pasatubos integrados
1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta velcro adhesiva de 2,5x23 cm
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético

ART 9 EQUIPO UNIVERSAL

COMPONENTES EQUIPO UNIVERSAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesas reforzado de 140x190 cm
6	Toallas seca manos
1	Bata quirúrgica reforzada talla L
2	Bata quirúrgica reforzada talla XL
2	Paño bilaminado reforzado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 150x240 cm, con sujetatubos integrado
1	Sábana bilaminada reforzada adhesiva de 175x190 cm, con sujetatubos integrado
1	Cinta adhesiva 9x50 cm
1	Cinta de velcro adhesiva de 2,5x30 cm
1	Bolsa instrumental adhesiva 41x33 cm, 2 compartimentos
1	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa quirúrgica estéril 17 hilos 10x10 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegada 25x40 cm)
3	Compresa estéril 17 hilos 10x20 cm, con hilo radiopaco (Rx) (desplegado 45x45 cm)
1	Raspador electrobisturí
1	Tubo de aspiración conector H-H estéril 6x8,5 mm 2M
1	Contador de agujas magnético

ART 10 EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL

EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesa de 100x100 cm
2	Toalla seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Paño bilaminado sin adhesivo 75x90 cm
2	Paño bilaminado adhesivo 75x90 cm
1	Batea 125 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa estéril TNT10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 10 ml
1	Jeringa 3 cuerpos luer slip 5 ml
1	Aguja hipodérmica con seguridad 18G 40mm
1	Aguja hipodérmica con seguridad 23G 25mm

ART 11 EQUIPO DE ANESTESIA DE PLEXO

EQUIPO DE ANESTESIA DE PLEXO	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesa de 100x100 cm
2	Toalla seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
1	Paño bilaminado sin adhesivo 75x90 cm
2	Paño bilaminado adhesivo 75x90 cm
1	Batea 125 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa estéril TNT10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
1	Funda cámara laparoscópica elástica 13x244 cm
1	Gel conductos estéril monodosis

ART 12 EQUIPO UNIDAD DEL DOLOR

EQUIPO UNIDAD DEL DOLOR	
UNIDADES	**DESCRIPCIÓN MATERIAL**
1	Cubremesa de 100x100 cm
2	Toalla seca manos
1	Bata quirúrgica estándar talla L
2	Paño bilaminado adhesivo de 75x90 cm
1	Sábana bilaminada adhesiva de 150x240 cm
1	Sábana bilaminada adhesiva de 175x190 cm
2	Batea 250 ml
1	Aplicador antiséptico doble cara
10	Gasa estéril TNT10X10 cm (desplegado 20x40 cm)
1	Funda elástica intensificador imagen rectangular 91X71 cm

ARTÍCULOS COMUNES O ELEMENTOS SUELTOS

ART 13 CUBREMESAS REFORZADO 140 X 190 CM
ART 14 FUNDA DE MESA DE MAYO REFORZADA 80 X 142 CM
ART 15 PAÑO QUIRÚRGICO BILAMINADO CON ADHESIVO 75 X 90 CM
ART 16 PAÑO QUIRÚRGICO BILAMINADO SIN ADHESIVO 75X90 CM
ART 17 PAÑO QUIRÚRGICO BILAMINADO FENESTRADO CON ADHESIVO 50X60 CM Y FENESTRACIÓN DE 5 CM DIÁMETRO
ART 18 SÁBANA QUIRÚRGICA BILAMINADA CON ADHESIVO 150X196CM
ART 19 SÁBANA BILAMINADA REFORZADA ADHESIVA DE 160x260 CM
ART 20 SÁBANA QUIRÚRGICA BILAMINADA REFORZADA PARA EXTREMIDADES DE 230X325 CM, CON FENESTRACIÓN ELÁSTICA DE 6 CM DE DIÁMETRO Y 4 PASATUBOS INTEGRADOS
ART 21 CINTA ADHESIVA TNT 9X50 CM
ART 22 STOCKINETE DE TEJIDO NO TEJIDO ELÁSTICO DE 23X91 CM

ART 23 STOCKINETE DE TEJIDO NO TEJIDO ELÁSTICO DE 36,5X72 CM
ART 24 PERNERA QUIRÚRGICA POLIPROPILENO DE 79X140 CM
ART 25 BOLSA AUXILIAR DE INSTRUMENTAL ADHESIVA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 2 COMPARTIMENTOS DE 33X41 CM
ART 26 BOLSA AUXILIAR DE INSTRUMENTAL ADHESIVA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 3 COMPARTIMENTOS DE 25X46CM
ART 27 FUNDA INTENSIFICADOR IMAGEN RECTANGULAR ESTÉRIL 91X76CM
ART 28 FUNDA CAMARA LAPARASCOPIA ESTÉRIL13 x 244 CM

LOTE 6 COBERTORES DE MESA QUIRÚRGICA Y SÁBANAS DESECHABLES DE REPOSICIONAMIENTO QUIRÚRGICO

ART 1 COBERTOR DESECHABLE DE MESA QUIRÚRGICA ESTÁNDAR

Sábana desechable no estéril destinada a la protección y cobertura de la mesa quirúrgica durante procedimientos quirúrgicos.

- Dimensiones de 105 x 230 cm, con una tolerancia de ± 5 cm
- Estructura diseñada para su uso quirúrgico que garantice:
  - Gestión adecuada de fluidos
  - Resistencia mecánica suficiente para evitar desgarros o roturas durante su utilización
  - Barrera impermeable eficaz frente a la penetración de fluidos
- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP
- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745
- Marcado CE como producto sanitario
- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante
- Clasificación como producto sanitario clase I no estéril
- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

ART 2 COBERTOR DESECHABLE DE MESA QUIRÚRGICA EN PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS

Sábana desechable no estéril destinada a la protección y cobertura de la mesa quirúrgica durante procedimientos quirúrgicos.

- Dimensiones de 105 x 155 cm, con una tolerancia de ± 5 cm
- Estructura diseñada para su uso quirúrgico que garantice:
  - Gestión adecuada de fluidos
  - Resistencia mecánica suficiente para evitar desgarros o roturas durante su utilización

- Barrera impermeable eficaz frente a la penetración de fluidos

- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP

- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745

- Marcado CE como producto sanitario

- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante

- Clasificación como producto sanitario clase I no estéril

- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

ART 3 SÁBANA DESECHABLE DE REPOSICIONAMIENTO QUIRÚRGICO

Sábana desechable no estéril destinada a facilitar el reposicionamiento del paciente sobre la mesa quirúrgica

- Dimensiones de 105 x 155 cm, con una tolerancia de ± 5 cm

- Capacidad de carga segura de al menos 200 kg

- Estructura diseñada para su uso quirúrgico que garantice resistencia mecánica suficiente para soportar las maniobras de reposicionamiento del paciente evitando desgarros, deformaciones o roturas durante su utilización

- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP

- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745

- Marcado CE como producto sanitario

- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante

- Clasificación como producto sanitario clase I no estéril

- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

LOTE 7 CONTADORES DE AGUJAS QUIRÚRGICOS

ART 1 CONTADOR DE AGUJAS MAGNÉTICO

Dispositivo desechable estéril destinado al control, almacenamiento seguro y recuento de agujas quirúrgicas durante el procedimiento.

Requisitos:

- Estructura plástica rígida y resistente
- Sistema de retención de agujas magnético con fuerza suficiente que garantice la fijación segura de las agujas, evitando su desplazamiento o caída accidental
- Capacidad de recuento comprendida entre 20 y 30 posiciones
- Numeración visible y claramente identificable
- Superficie adhesiva posterior para fijación segura al campo o mesa quirúrgica
- Sistema de cierre de seguridad
- Producto estéril de un solo uso, en envase individual
- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP
- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745
- Marcado CE como producto sanitario, con identificación del organismo notificado
- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante
- Clasificación como producto sanitario clase I estéril
- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

ART 2 CONTADOR DE AGUJAS CON EXTRACTOR DE BISTURÍ

Dispositivo desechable estéril destinado al control, almacenamiento seguro y recuento de agujas quirúrgicas durante el procedimiento, que incorpore mecanismo integrado para la extracción segura de hojas de bisturí

Requisitos:

- Estructura plástica rígida y resistente
- Sistema de retención de agujas mediante mecanismo magnético o mediante combinación de espuma de alta densidad y zona magnética, que garantice la fijación segura de las agujas evitando su desplazamiento o caída accidental

- Sistema integrado para la extracción segura de hojas de bisturí, evitando el contacto manual directo con la hoja
- Capacidad de recuento comprendida entre 20 y 30 posiciones
- Numeración visible y claramente identificable
- Superficie adhesiva posterior para fijación segura al campo o mesa quirúrgica
- Sistema de cierre de seguridad
- Producto estéril de un solo uso, en envase individual
- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP
- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745
- Marcado CE como producto sanitario, con identificación del organismo notificado
- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante
- Clasificación como producto sanitario clase I estéril
- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

LOTE 8 SISTEMA CUENTA GASAS Y COMPRESAS

Sistema desechable destinado al recuento, organización y control visual de gasas y compresas quirúrgicas durante el procedimiento, facilitando el control y la trazabilidad del recuento.

Requisitos:

- Estructura de láminas plásticas transparentes o traslúcidas, superpuestas, con compartimentos individuales diferenciados que permitan la visualización del contenido y faciliten el control del recuento
- Capacidad entre 10 y 20 compartimentos individuales
- Sistema de fijación superior mediante orificios reforzados, superficie adhesiva o sistema equivalente que permita mantener el dispositivo estable durante su utilización
- Material resistente a la humedad y fluidos
- Sistema de compartimentación o sellado que evite la caída accidental del contenido o su mezcla entre los distintos compartimentos

- Libre de látex de caucho natural

- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745

- Marcado CE como producto sanitario. En caso de producto sanitario estéril, deberá constar la identificación del organismo notificado correspondiente

- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante

- Clasificación como producto sanitario clase I estéril o no estéril, según corresponda a la finalidad y presentación declarada por el fabricante

- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

LOTE 9 ALFOMBRA ABSORBENTE PARA SUELO DE QUIRÓFANO EN FORMATO ROLLO

Alfombra absorbente desechable en formato rollo, destinada a la gestión de fluidos en el suelo de quirófano, especialmente en zonas de lavado quirúrgico y áreas con elevada presencia de líquidos.

Requisitos:

- Formato en rollo con sistema de precorte o que permita el corte fácil y seguro de la longitud necesaria según la zona de uso

- Anchura no inferior a 70 cm, admitiéndose anchuras superiores que permitan una cobertura eficaz de la zona de uso

- Estructura multicapa compuesta, al menos, por:
  - Capa superior absorbente en tejido no tejido (TNT) o material equivalente
  - Núcleo de alta capacidad de absorción
  - Capa inferior impermeable y antideslizante de polietileno o material equivalente

- Capacidad de absorción adecuada para procedimientos con elevada generación de fluidos

- Alta resistencia al rasgado, incluso en mojado.

- Propiedades de retención de líquidos que eviten el goteo durante su utilización, manipulación o retirada

- Baja liberación de partículas o pelusa

- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP

- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.

Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745

- Marcado CE como producto sanitario
- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante
- Clasificación como producto sanitario clase I no estéril
- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

Accesorio de soporte y dispensación asociado al suministro:

La empresa adjudicataria deberá suministrar, sin coste adicional para la organización, una base dispensadora rodable compatibles con el formato de rollo ofertado por cada punto quirúrgico de utilización, estimándose un total de 11 bases.
Las bases deberán permitir el transporte, dispensación y colocación segura del material, siendo estables, manejables y adecuadas para su uso en entorno quirúrgico.

LOTE 10 EQUIPO DE CURA ESTÉRIL

Equipo de cura estéril de un solo uso, destinado a la realización de curas y procedimientos mediante la preparación de un campo estéril y la manipulación aséptica del material.

- Composición mínima:
  - 1 Envase rígido plegable que pueda utilizarse como bandeja
  - 5 Gasas estériles de TNT de 10X10 cm, desplegadas 20x40 cm
  - 5 Torundas de tejido sin tejer
  - 2 Pinzas de disección desechables de polipropileno de 13 cm, diferenciadas por color
  - 1 Paño estéril bilaminado (polipropileno + polietileno o material equivalente), dimensiones 40x50 cm
- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP
- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745
- Marcado CE como producto sanitario, con identificación del organismo notificado
- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante
- Clasificación como producto sanitario estéril, conforme a la clase que corresponda según la finalidad y composición declarada por el fabricante
- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

LOTE 11 PAÑO EMPAPADOR ESTÉRIL DE TEJIDO NO TEJIDO

Paño empapador estéril de un solo uso, destinado a la absorción y contención de fluidos en campo quirúrgico evitando el traspaso del líquido absorbido a la superficie inferior.

- Estructura multicapa, con capa superior absorbente de tejido no tejido o material equivalente, y capa inferior impermeable que garantice un efecto barrera frente a la penetración de fluidos
- Dimensiones de 60x90 cm, admitiéndose variaciones ± 10 cm
- Baja liberación de partículas
- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP
- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745
- Marcado CE como producto sanitario, con identificación del organismo notificado
- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante
- Clasificación como producto sanitario clase I estéril
- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

LOTE 12 PAÑOS Y SÁBANAS PROCEDIMIENTOS ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES

➢ PROCEDIMIENTOS ESTÉRILES

ART 1 PAÑO BILAMINADO SIN ADHESIVO 75X100CM (± 5 CM)
ART 2 PAÑO BILAMINADO CON ADHESIVO 75X100CM (± 5 CM)
ART 3 PAÑO BILAMINADO CON ADHESIVO 100 X 150CM (± 5 CM)
ART 4 SÁBANA BILAMINADA CON ADHESIVO 150X196CM (± 5 CM)
ART 5 PAÑO BILAMINADO FENESTRADO SIN ADHESIVO 50X75CM (± 5 CM) Y FENESTRACIÓN DE 5 A 7 CM DIÁMETRO
ART 6 PAÑO BILAMINADO FENESTRADO CON ADHESIVO 50X75CM (± 5 CM) Y FENESTRACIÓN DE 5 A 7 CM DIÁMETRO

- Paños y sábanas estériles bilaminados (polipropileno + polietileno o equivalente que garantice impermeabilidad), destinados a la protección del campo durante procedimientos estériles, tanto en versiones con adhesivo como sin adhesivo y en formatos fenestrados o no fenestrados
- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP

- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745

- Marcado CE como producto sanitario, con identificación del organismo notificado

- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante

- Clasificación como producto sanitario clase I estéril

- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

➢ PROCEDIMIENTOS NO ESTÉRILES

ART 7 PAÑO NO ESTÉRIL 60X75CM (± 5 CM)

Paño no estéril de uso protector, destinado a procedimientos no estériles y exploraciones clínicas, especialmente en entornos como consultas de odontología

- Composición en capa absorbente de tisú con lámina posterior de polietileno.

- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP

- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745

- Marcado CE como producto sanitario

- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante

- Clasificación como producto sanitario clase I no estéril

- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

LOTE 13. FUNDAS PROCEDIMIENTOS ESTÉRILES

ART 1 FUNDA CAMARA LAPARASCOPIA ESTÉRIL13 x 244 CM (± 2 CM)
ART 2 FUNDA ELÁSTICA INTENSIFICADOR IMAGEN RECTANGULAR ESTÉRIL 91X71CM (± 2 CM)

- Fundas estériles de un solo uso, destinadas a la cobertura y protección estéril de equipos clínicos durante procedimientos quirúrgicos o intervencionistas, garantizando el mantenimiento de la esterilidad del campo

- Fabricadas en material plástico transparente, flexible e impermeable
- Sistema de colocación que facilite la técnica aséptica
- Sistema de fijación que garantice ajuste seguro
- Resistencia mecánica adecuada para evitar desgarros durante la manipulación
- Estériles y envasadas individualmente
- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP
- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745
- Marcado CE como producto sanitario, con identificación del organismo notificado
- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante
- Clasificación como producto sanitario clase I estéril
- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

LOTE 14. GORROS Y MANTAS DE RECIÉN NACIDO NO ESTÉRILES DE TEJIDO NO TEJIDO

ART 1 GORRO DE RECIÉN NACIDO NO ESTÉRIL DE TEJIDO NO TEJIDO
ART 2 MANTA DE RECIÉN NACIDO NO ESTÉRIL DE TEJIDO NO TEJIDO

- Gorros y mantas no estériles para recién nacido, destinados a la protección térmica y al mantenimiento del confort del neonato durante el periodo postnatal
- Fabricados en material de tejido no tejido, libres de algodón
- Dimensiones:
  - Gorro de recién nacido: deberá presentar dimensiones adecuadas para recién nacido, con elasticidad suficiente para su correcta adaptación a la cabeza del neonato
  - Manta de recién nacido: 100 x110 cm (± 10 cm)
- Hipoalergénicos y suaves al contacto con la piel del recién nacido
- No liberación de fibras o partículas
- Transpirables y con adecuada capacidad de aislamiento térmico
- Libre de látex de caucho natural y libre de DEHP

- Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los productos sanitarios.
  Se admitirán aquellos productos que se encuentren legalmente comercializados durante el periodo de transición al amparo de la Directiva 93/42/CEE, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745

- Marcado CE como producto sanitario

- Declaración UE de conformidad emitida por el fabricante

- Clasificación como producto sanitario clase I no estéril

- Cumplimiento de las normas UNE-EN ISO 15223-1:2022 y UNE-EN ISO 20417:2022 relativas a símbolos e información suministrada por el fabricante en el etiquetado

➢ GESTIÓN LOGÍSTICA Y CONDICIONES DEL SUMINISTRO (lotes 1 a 5)

1. PROYECTO DE GESTIÓN LOGÍSTICA

Las empresas licitadoras de los lotes 1 al 5 deberán presentar un proyecto de gestión logística y trazabilidad asociado al suministro de la cobertura quirúrgica correspondiente al lote al que concurran.

El sistema propuesto deberá garantizar el control automatizado del stock, la trazabilidad de los productos y la reposición continuada de los equipos y materiales, permitiendo en todo momento conocer la disponibilidad del material y asegurando la continuidad del suministro en las áreas quirúrgicas correspondientes.

El modelo presentado deberá permitir una gestión autónoma, estable y eficiente del suministro, anticipándose a las necesidades de reposición y minimizando el riesgo de incidencias por falta de material.

Así mismo, deberá contemplar la gestión integral del suministro por parte del adjudicatario, sin necesidad de que el profesional asistencial realice pedidos, solicitudes o gestiones administrativas asociadas a la reposición del material.

No se impone una tecnología concreta, correspondiendo al licitador definir la solución que considere más adecuada, siempre que garantice un sistema automatizado, fiable y capaz de proporcionar información útil sobre el stock, consumos, reposición y trazabilidad.

2. CONDICIONES DE SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO

2.1 Puntos de suministro:

El suministro de los materiales y equipos de cobertura quirúrgica se realizará de forma directa en los puntos de suministros asignados a cada lote, de acuerdo con la organización asistencial de la OSI Bilbao Basurto:

❖ Lote 1 – Cirugía general y especializada:

- Punto entrega 1: Quirófanos B1-B6 (Pabellón Areilza)
- Punto entrega 2: Quirófanos B7-B12 (Pabellón Areilza)

- Punto entrega 3: Quirófano ambulatorio de Oftalmología (Pabellón Areilza)
- Punto entrega 4: Quirófano ambulatorio de Urología (Pabellón Arrupe)

❖ Lote 2 – Procedimientos intervencionistas

- Punto entrega 1: Electrofisiología (Pabellón Allende)
- Punto entrega 2: Hemodinámica (Pabellón Allende)
- Punto entrega 3: Angiografía (pabellón Gobierno)

❖ Lote 3 – Ginecología y Obstetricia

- Punto entrega 1: Área de Partos (pabellón Iturrizar)
- Punto de entrega 2: Quirófano de ginecología (Pabellón Iturrizar)

❖ Lote 4 – Traumatología y Ortopedia

- Punto de entrega: Quirófano de Trauma (Pabellón Makua)

❖ Lote 5 – Quirófano urgencias

- Punto de entrega: Quirófano de Urgencias (Pabellón Makua)

2.2 Condiciones de almacenamiento y organización del stock

El adjudicatario deberá adecuar, los espacios específicamente destinados al almacenamiento del material en los quirófanos o áreas correspondientes al lote adjudicado, aportando para ello el mobiliario necesario, así como los sistemas de gestión y control precisos para su correcto funcionamiento.

Deberá garantizar la correcta identificación de cada artículo en la estantería o sistema de almacenamiento mediante etiquetado seguro, visible y suficiente para su adecuada identificación.

La OSI Bilbao Basurto establecerá los niveles máximos y mínimos de stock de los distintos equipos y materiales, en función de las necesidades asistenciales de cada área.

La empresa adjudicataria deberá mantener en sus instalaciones un stock de seguridad mínimo equivalente a dos meses de consumo medio de todos los artículos y equipos adjudicados, con el fin de garantizar la continuidad asistencial ante incidencias de suministro.

La empresa adjudicataria deberá garantizar que, durante todo el circuito logístico, incluidos las posibles operaciones de transporte, plataformas logísticas o puntos intermedios de depósito temporal, se mantienen las condiciones necesarias de conservación, limpieza y protección del envase estéril hasta su entrega en la OSI Bilbao Basurto.

En caso de utilizar almacenes, plataformas logísticas u operadores externos donde el material pueda permanecer depositado antes de su entrega, la empresa deberá identificarlos expresamente y acreditar que cumplen las condiciones exigibles para la custodia, almacenamiento temporal, conservación y trazabilidad de productos sanitarios.

2.3 Condiciones de entrega y reposición

Los materiales y equipos de cobertura deberán entregarse correctamente identificados y en condiciones que garanticen en todo momento su integridad y esterilidad

El suministro ordinario se realizará con una frecuencia mínima de dos entregas semanales, sin perjuicio de entregas adicionales cuando la actividad quirúrgica así lo requiera

2.4 Incidencias, ajustes y seguimiento durante la ejecución del contrato

En caso de rotura de stock de algún material o equipo, el adjudicatario deberá comunicarlo a la OSI Bilbao Basurto con la antelación suficiente para adoptar las medidas oportunas y garantizar la continuidad asistencial.

Como medida complementaria de mejora continua durante la ejecución del contrato, se solicitará a la empresa adjudicataria la realización anual de una revisión de los materiales y equipos suministrados en el marco del expediente

Esta revisión permitirá analizar, junto con la organización, si la composición de los equipos se ajusta adecuadamente a la práctica asistencial real, si los distintos elementos incluidos presentan una utilización efectiva o por el contrario son susceptibles de ajuste y si se detectan nuevas necesidades que puedan resultar de interés para la preparación de futuros expedientes

Como resultado de dicha revisión, podrán valorarse ajustes no sustanciales, tales como adecuación de tallas o pequeñas adaptaciones en la composición de los equipos, siempre que no alteren el objeto del contrato ni supongan variación del precio adjudicado. En tal caso, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de dos meses para su incorporación desde su aprobación

Dicha revisión tendrá carácter informativo y de mejora continua, y no implicará por sí misma la incorporación, sustitución o modificación de productos sin la previa valoración y aceptación por parte de la Unidad de Recursos Materiales de Enfermería de la OSI Bilbao Basurto

3 SISTEMA DE GESTIÓN AUTOMATIZADO

El adjudicatario deberá asumir el desarrollo, implantación, puesta en funcionamiento y soporte de la solución tecnológica y de los desarrollos informáticos necesarios para garantizar la gestión automatizada del suministro de los equipos de cobertura quirúrgica y de sus elementos asociados.

El sistema implantado deberá permitir, como mínimo, la gestión del stock, la reposición del material y el control de los movimientos asociados al suministro, garantizando en todo momento un funcionamiento estable, seguro y adecuado a la actividad asistencial

La solución propuesta deberá posibilitar la consulta y explotación de la información sobre existencias, movimientos, consumos y reposición del material, así como facilitar la obtención de datos útiles para el seguimiento del suministro y la toma de decisiones

Asimismo, la solución deberá ser compatible y asegurar su correcta integración con los sistemas de información de Osakidetza que resulten afectados por el proceso. El detalle de las tecnologías empleadas, según el caso de uso, se ajustará a lo recogido en el documento "DET DyM_IOC v06.6" o versión vigente que lo sustituya. El alcance concreto de la integración será definido y validado por la Subdirección de Informática y Sistemas de Información de Osakidetza.

El adjudicatario deberá disponer de mecanismos de contingencia suficientes para garantizar la continuidad operativa del sistema ante incidencias técnicas, caídas de red, pérdida de conectividad o

cualquier otra situación que pudiera comprometer el normal funcionamiento del modelo logístico implantado

Igualmente, deberá asumir el mantenimiento del hardware y software necesarios para el funcionamiento de la solución, así como las actualizaciones, adaptaciones técnicas y soporte requeridos durante toda la vigencia del contrato

4 GESTIÓN DE RESIDUOS

El desembalaje, la colocación del material en la ubicación predeterminada y la retirada de residuos, bolsas y cartones será por cuenta del adjudicatario, respetando en todo momento las medidas de asepsia correspondientes (bata, gorro, calzas e higiene de manos).

5 FORMACIÓN

La formación del personal será a cargo de la empresa adjudicataria, tanto clínica como logística, y esta deberá prolongarse, si fuera necesario, durante toda la vigencia del contrato.

6 FACTURACIÓN

Para los materiales pertenecientes a los lotes 1 a 5, se realizará una facturación mensual. Para ello, el adjudicatario remitirá al Departamento de Compras los datos de las entregas de materiales realizadas a lo largo del mes durante los 4-5 primeros días del mes siguiente a su consumo. Se deberá remitir un archivo descriptivo de las entregas realizadas, con indicación de las cantidades y los puntos de recepción, acompañado de los correspondientes albanes de entrega convenientemente firmados por el responsable del servicio receptor de la mercancía, que servirán de garantía y soporte para la confección del pedido previo a la facturación. En caso de que la empresa adjudicataria cuente con una plataforma de recogida de datos, esta servirá como alternativa a lo anterior siempre y cuando en la misma quede constancia de las entregas realizadas en cada punto establecido y quede acreditada sin lugar a equívoco su recepción por el servicio correspondiente.

➢ SOLICITUD DE MUESTRAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Se solicitará la presentación de muestras de los productos correspondientes a todos los lotes del expediente:

- **Lotes del 1 al 5:**

Se solicitarán **dos muestras estériles de cada equipo de cobertura quirúrgica**, a fin de poder realizar su evaluación en entorno asistencial.

Dada la complejidad de fabricación y preparación de los equipos completos, se establecerá un plazo de **7 semanas** para la presentación de dichas muestras desde la publicación del expediente.

Con respecto a los artículos comunes o elementos sueltos presentes en cada lote, no será necesaria la presentación de muestras, dado que se encuentran ya incluidos en los equipos completos y podrán valorarse allí.

Las muestras deberán entregarse en el almacén de la OSI Bilbao Basurto dentro del plazo establecido y debidamente identificadas.

Una vez recibidas las muestras, la unidad promotora del expediente elaborará un cronograma de valoración técnica en el que se especificarán los días, horarios y lugares a los que podrán acudir las

empresas licitadoras que hayan superado la fase técnica del expediente, para valorar la muestras en el entorno asistencial correspondiente.

- **Lotes del 6 al 14:**

Se solicitarán muestras de cada referencia en cantidad suficiente para permitir su valoración técnica, siendo su plazo de presentación el general establecido en el procedimiento.

Las muestras deberán entregarse en el almacén de la OSI Bilbao Basurto dentro del plazo establecido y debidamente identificadas.

A continuación, se detallan el número de muestras requeridas en cada lote:

Lote	Ud	Artículo	
6		COBERTORES DE MESA QUIRÚRGICA Y SÁBANAS DESECHABLES DE REPOSICIONAMIENTO QUIRÚRGICO	
	1	COBERTOR DESECHABLE DE MESA QUIRÚRGICA ESTÁNDAR	10 unidades
	2	COBERTOR DESECHABLE DE MESA QUIRÚRGICA EN PROCEDIMIENTOS GINECOLÓGICOS	5 unidades
	3	SÁBANA DESECHABLE DE REPOSICIONAMIENTO QUIRÚRGICO	10 unidades
7		CONTADORES DE AGUJAS QUIRÚRGICOS	
	1	CONTADOR DE AGUJAS MAGNÉTICO	5 unidades
	2	CONTADOR DE AGUJAS CON EXTRACTOR DE BISTURÍ	5 unidades
8		SISTEMA CUENTA GASAS Y COMPRESAS	5 unidades
9		ALFOMBRA ABSORBENTE PARA SUELO DE QUIRÓFANO EN FORMATO ROLLO	1 unidad
10		EQUIPO DE CURA ESTÉRIL	5 unidades
11		PAÑO EMPAPADOR ESTÉRIL DE TEJIDO NO TEJIDO	2 unidades
12		PAÑOS Y SÁBANAS PROCEDIMIENTOS ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES	
		PROCEDIMIENTOS ESTÉRILES:	
	1	PAÑO BILAMINADO SIN ADHESIVO 75X100CM **(± 5 CM)**	5 unidades
	2	PAÑO BILAMINADO CON ADHESIVO 75X100CM (± 5 CM)	5 unidades
	3	PAÑO BILAMINADO CON ADHESIVO 100 X 150CM (± 5 CM)	5 unidades
	4	SÁBANA BILAMINADA CON ADHESIVO 150X196CM (± 5 CM)	5 unidades

	5	PAÑO BILAMINADO FENESTRADO SIN ADHESIVO 50X75CM (± 5 CM) Y FENESTRACIÓN DE 5 A 7 CM DIÁMETRO	5 unidades
	6	PAÑO BILAMINADO FENESTRADO CON ADH 50X75CM (± 5 CM) Y FENESTRACIÓN DE 5 A 7 CM DIÁMETRO	5 unidades
		PROCEDIMIENTOS NO ESTÉRILES:	
	7	PAÑO NO ESTÉRIL 60X75CM (± 5 CM)	5 unidades
13		FUNDAS PROCEDIMIENTOS ESTÉRILES	
	1	FUNDA CAMARA LAPARASCOPIA ESTÉRIL 13 x 244 CM (± 2 CM)	5 unidades
	2	FUNDA ELÁSTICA INTENSIFICADOR IMAGEN RECTANGULAR ESTÉRIL 91X71CM (± 2 CM)	5 unidades
14		GORROS Y MANTAS DE RECIÉN NACIDO NO ESTÉRILES DE TEJIDO NO TEJIDO	
	1	GORRO DE RECIÉN NACIDO NO ESTÉRIL DE TEJIDO NO TEJIDO	5 unidades
	2	MANTA DE RECIÉN NACIDO NO ESTÉRIL DE TEJIDO NO TEJIDO	5 unidades

NIEVES ESCOLANO PICADO - 29030812M

Firmado digitalmente por NIEVES ESCOLANO PICADO - 29030812M
Fecha: 2026.09.04 12:46:15 +02'00'

Bilbao 04/09/2026

Fdo Nieves Escolano Picado

Coordinadora de Recursos Materiales de Enfermería OSI Bilbao Basurto