EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIAREN BIZKAIKO EGOITZAN INSTALATUTAKO "REVVITY, PERKIN ELMER, ETA APPLIED BIOSYSTEMS " MARKEN EKIPOAK MANTENTZE-LANEI BURUZKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA	**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO AL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTRUMENTALES DE LAS MARCAS "REVVITY, PERKIN ELMER, Y APPLIED BIOSYSTEMS" INSTALADOS EN LA SEDE DE BIZKAIA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE EUSKADI**
Mantentze-lanen kontratuan dokumentu honetan eta PCT I eranskinetan zehazten diren ekipoak eta zehaztapenak sartu behar dira.	En el contrato de mantenimiento se deben incluir los equipos y especificaciones que se detallan en este documento y los indicados en el Anexo PCT I.
1.- MANTENTZE-LANEN XEDE DIREN TRESNAK ETA APARATUAK	**1.- INSTRUMENTOS Y APARATOS OBJETO DE MANTENIMIENTO**
Kontserbatu eta mantendu beharreko tresnak eta aparatuak plegu honetako PCT I eranskinetan zerrendatutakoak izango dira.	Los instrumentos y aparatos objeto de conservación y mantenimiento serán los enumerados en el Anexo PCT I del presente pliego.
2.- MANTENTZE ZERBITZUAREN HELBURUA	**2.- OBJETIVO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO**
Mantentze-zerbitzuaren bidez, laborategian instalatutako ekipoak funtzionamendu-baldintza tekniko egokietan mantendu nahi dira haien balio-bizitza zenbatetsiak irauten duen bitartean, igorritako emaitzen fidagarritasuna bermatzeko.	Mediante el servicio de mantenimiento se pretende que los equipos instalados en el Laboratorio se mantengan en las adecuadas condiciones técnicas de funcionamiento durante la vida útil estimada de los mismos, para garantizar la fiabilidad de los resultados emitidos.
3.- MANTENTZE LANEN EZAUGARRI OROKORRAK	**3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MANTENIMIENTO**
Zerbitzua honela emango da: - Prebentziozko berrikuspenak: maiztasuna eranskinean dago zehaztuta, ekipoen prestazioak egiaztatuko dira, eta sistema guztiak doitu, garbitu eta egiaztatuko dira, ekipo bakoitzaren arau berezien arabera. - Berrikuspen zuzentzaileak: eranskinean deskribatutako higadura- edo haustura-sintomak dituzten piezak doan aldatu edo ordeztuko dira. Bisitak jakinarazpena jaso eta hurrengo 72 orduetan egin beharko dira.	La prestación del servicio consistirá en: - Revisiones preventivas: con la frecuencia marcada en el anexo, en las que se comprobarán las prestaciones de los equipos y se llevarán a cabo los ajustes, limpieza y comprobación de todos los sistemas según las normas particulares de cada equipo. - Revisiones correctivas: en las que se procederá al cambio o sustitución gratuita de las piezas que presenten síntomas de desgaste o rotura descritas en el anexo. Las visitas deberán efectuarse dentro de las 72 horas siguientes a la comunicación.

Donostia-San Sebastian, 1-01010 VITORIA-GASTEIZ 945 01 92 01

Zerbitzuan sartuko dira: - azterketa prebentibo zein zuzentzaileetarako behar den eskulana, bai eta bertan sartutako piezak instalatzeko behar den eskulana ere. - mantentze-lanengatiko eta matxurengatiko bisiten ondoriozko bidaia- eta egonaldi-gastuak. Zerbitzuak lanaldiaren barruan emango dira, 8:00etatik 14:00etara. eskribatutako eragiketak egiten dituzten langileek espediente honen bidez kontratatu beharreko zerbitzuak emateko behar den kualifikazioa izan beharko dute. Mantendu beharreko ekipamenduaren matxura edo haustura gertatzen bada kontratistak gaizki egindako mantentze-lanen ondorioz edo gaizki manipulatu badu, kontratistak konpondu beharko du matxuratutako ekipamendua, eta horrek ez dio inolako kosturik eragingo administrazio kontratatzaileari.	Se incluirá en el servicio: - la mano de obra necesaria para las revisiones, preventivas y correctivas, así como para la instalación de las piezas incluidas en el mismo. - los gastos de desplazamiento y estancia con motivo de las visitas por mantenimiento y avería. La prestación de los servicios se realizará durante la jornada laboral, que será de 8:00 a 14:00 horas. El personal que realice las operaciones descritas deberá de contar con la cualificación necesaria para la prestación de los servicios a contratar mediante este expediente. En el caso de avería o rotura del equipamiento a mantener causado por un mantenimiento mal efectuado o manipulación incorrecta por parte del contratista, será éste el que deberá proceder a la reparación sin que suponga coste alguno a la administración contratante.
4.- AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA Dokumentazio bat aurkeztu beharko da, eta, bertan, enpresak konpromisoa hartu beharko du ordezko piezetan erabilitako materiala mantendutako edo konpondutako ekipoaren modeloko eta markako pieza originalak direla.	**4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR** Se deberá de aportar documentación en la que la empresa se comprometa a utilizar en el recambio y repuesto material original pertenecientes al modelo y marca del equipo mantenido o reparado.

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean.
En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma.

GUILLERMO IGNACIO HERRERO ALAÑA - 14254007X

Firmado digitalmente por GUILLERMO IGNACIO HERRERO ALAÑA - 14254007X
Fecha: 2026.06.11 12:46:56 +02'00'

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaria/ Osasun Saila
Director de Salud Pública y Adicciones/ Departamento de Salud

ZTBP ERANSKINA / ANEXO PCTI

Ekipoa/Equipo	Modeloa/Modelo	Serie-zenbakia/ Nº serie	Kontratuaren ezaugarriak/Características del contrato
Lote 1	**Ekipoa mantentzeko kontratua/ Contrato de mantenimiento equipo AUTODELFIA**		
Plate processor	AUTODELFIA1235.501	2351081	Contrato platinum: 2 bisita mantentze prebentiboa/2 visitas Mantenimiento preventivo Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
Lote 2	**Ekipoa mantentzeko kontratua/ Contrato de mantenimiento equipo AUTODELFIA**		
Plate processor	AUTODELFIA1235 5110	2352363	Contrato platinum: 2 bisita mantentze prebentiboa/2 visitas Mantenimiento preventivo Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
Lote 3	**Ekipoa mantentzeko kontratua/ Contrato de mantenimiento equipo Varios**		
DELFIA PUNCHER	DBSPUNCHER	2963209	Contrato platinum: 1 bisita mantentze prebentiboa/1 visita Mantenimiento preventivo Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
DELFIA PUNCHER	DBSPUNCHER	2963155	Contrato platinum: 1 bisita mantentze prebentiboa/1 visita Mantenimiento preventivo Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
DELFIA PUNCHER	DBSPUNCHER	2965291	Contrato platinum: 1 bisita mantentze prebentiboa/ 1 visita Mantenimiento preventivo Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/ Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
TRINEST INCUBATOR SHAKER	GDS 1296-0050	12960422	Contrato platinum: 1 bisita mantentze prebentiboa/ 1 visita Mantenimiento preventivo Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).

Ekipoa/Equipo	Modeloa/Modelo	Serie-zenbakia/ Nº serie	Kontratuaren ezaugarriak/Características del contrato
TRINEST INCUBATOR SHAKER	GDS 1296-0050	12961473	Contrato platinum: 1 bisita mantentze prebentiboa/1 visita Mantenimiento preventivo Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
VICTOR Fluorometer	VICTOR 1420020	4203160	Contrato platinum: 1 bisita mantentze prebentiboa/ 1 visita Mantenimiento preventivo Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
Lote 4	**Ekipoa mantentzeko kontratua/ Contrato de mantenimiento QSIGHT**		
Mass Spectrometer	NEOBC004872	210MDBC00503 0085	Contrato platinum:
Autosampler	NEOBC004941	525502	2 bisita mantentze prebentiboa/ 2 visitas mantenimiento preventivo (Mass Spectrometer)
Bomba	NEOBC004844	200022	1 bisita mantentze prebentiboa (Autosampler eta bomba)/ 1 visita mantenimiento (Autosampler y bomba) Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/ Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
Lote 5	**Ekipoa mantentzeko kontratua /Contrato de mantenimiento Cromatografo de gases con sistema de detección FID**		
TURBOCHROM WORK STATION SOFTWARE	TURBOCHROMWS	0801WS 0100	IT Software Gorabeherak konpontzea, mantentzea eta telefonoz kontsultatzea/ Reparación, mantenimiento y consulta telefónica de incidencias. Ez du softwarearen RQ barne hartzen/No incluye la RQ del software Urruneko sarbidea, ekipoaren urruneko laguntza teknikoa eta softwarea barne/ Acceso remoto, incluye asistencia técnica remota del equipo y software
CLAURUS 590 GC	GCN6519591	590S190 40501	Contrato platinum: 1 bisita mantentze prebentiboa/1 visita Mantenimiento preventivo Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).

Donostia-San Sebastian, 1-01010 VITORIA-GASTEIZ 945 01 92 01

Ekipoa/Equipo	Modeloa/Modelo	Serie-zenbakia/ Nº serie	Kontratuaren ezaugarriak/Características del contrato
TURBOMATRIX HEADSPACE SAMPLER	TURBOMATRIXHS	HS16S19 04082	Contrato platinum: 1 bisita mantentze prebentiboa/1 visita Mantenimiento preventivo Zerbitzu-lana eta joan-etorriak barne/Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Ordezko piezak (suntsikorrak izan ezik)/Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
Lote 6	**Ekipoa mantentzeko kontratua/ Contrato de mantenimiento Secuenciador SeqStudio**		
SECUENCIADOR	SEQSTUDIO GENETIC ANALYZER	2320036 87	AB Assurance 1PM System Support: Guztizko estaldura eskulanean, joan-etorrietan eta piezetan/Cobertura total en mano de obra, desplazamientos y piezas Mantentze prebentiboaren berrikuspen 1/1 revisión de mantenimiento preventivo. Matxuretan, telefono bidezko erantzun-denbora < 3 ordu eta bisita-denbora < 3 lanegun/En averías tiempo de respuesta telefónico < 3 horas y de visita < 3 días laborables.
Lote 7	**Ekipoa mantentzeko kontratua/ Contrato de mantenimiento Termociclador**		
TERMOCICLADOR	VERITYPRO	2739424 010107	AB RC Assurance Plus: Berrikuspen eta kalibrazio 1/ 1 revisión y calibración. Matxurak ordezkatzeko ekipoa/ Equipo de sustitución para averías.