OSAKIDETZAKO ZERBITZU ERAKUNDEETARAKO SARBIDE BASKULARRAREKIN ZERIKUSIA DUTEN ORRATZAK, XIRINGAK ETA MATERIALAK HORNITZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUJAS, JERINGAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON EL ACCESO VASCULAR PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE OSAKIDETZA

ESPEDIENTE-ZENBAKIA / NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2026/02003

1. ÍNDICE

1. ÍNDICE 2
1. OBJETO DEL CONTRATO 3
2. LOTES 3
3. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 7

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente documento es el establecimiento de las prescripciones técnicas particulares que han de regir la contratación y ejecución del Suministro de **Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular,** con destino a todas las Organizaciones de Servicios que integran Osakidetza.
Si durante la vigencia del contrato se ampliara el número de dichas Organizaciones de Servicios quedarán, asimismo, incorporadas al presente expediente.

2. LOTES

Lote	Art.	Descripción material	Uds. estimadas (2 años)	UMB de licit.	Ref. a	Precio licitación unitario S/IVA	Importe licitación s/IVA	% IVA	Importe licitación c/IVA
1	1	Equipo integrado de infusión subcutánea con catéter de seguridad con "Y" 22G 19MM	7.000	UND	100	200,00 €	14.000,00 €	21%	16.940,00 €
	2	Equipo integrado de infusión subcutánea con catéter de seguridad sin "Y" 22G 19MM	30.000	UND	100	200,00 €	60.000,00 €	21%	72.600,00 €
	3	Equipo integrado de infusión subcutánea con catéter de seguridad con "Y" 24G 19MM	28.000	UND	100	200,00 €	56.000,00 €	21%	67.760,00 €
	4	Equipo integrado de infusión subcutánea con catéter de seguridad sin "Y" 24G 19MM	10.000	UND	100	200,00 €	20.000,00 €	21%	24.200,00 €
		Total lote 1. Equipo integrado de infusión subcutánea con catéter de seguridad					**150.000,00 €**		**181.500,00 €**
2	1	Aguja de extracción de seguridad c/aletas y portatubo premontado 21G 19MM	3.400.000	UND	100	36,00 €	1.224.000,00 €	21%	1.481.040,00 €
	2	Aguja de extracción de seguridad c/aletas y portatubo premontado 23G 19MM	1.720.000	UND	100	36,00 €	619.200,00 €	21%	749.232,00 €

Lote	Art.	Descripción material	Uds. estimadas (2 años)	UMB de licit.	Ref. a	Precio licitación unitario S/IVA	Importe licitación s/IVA	% IVA	Importe licitación c/IVA
		Total lote 2. Aguja de extracción de seguridad c/aletas y portatubo premontado					**1.843.200,00 €**		**2.230.272,00 €**
3	1	Portatubo con adaptador Luer-Lock Integrado	320.000	UND	100	17,20 €	55.040,00 €	21%	66.598,40 €
		Total lote 3. Portatubo con adaptador Luer-lock integrado					**55.040,00 €**		**66.598,40 €**
4	1	Portatubo con adaptador Luer integrado	234.000	UND	100	16,50 €	38.610,00 €	21%	46.718,10 €
		Total lote 4. Portatubo con adaptador Luer integrado					**38.610,00 €**		**46.718,10 €**
5	1	Aguja hipodérmica c/seguridad 1,2 mmx40mm 18G	65.000	UND	100	5,20 €	3.380,00 €	21%	4.089,80 €
	2	Aguja hipodérmica c/seguridad 0,8 mmx40mm 21G	1.752.000	UND	100	5,20 €	91.104,00 €	21%	110.235,84 €
	3	Aguja hipodérmica c/seguridad 0,8 mmx25mm 21G	157.500	UND	100	5,20 €	8.190,00 €	21%	9.909,90 €
	4	Aguja hipodérmica c/seguridad 0,6 mmx25mm 23G	850.000	UND	100	5,20 €	44.200,00 €	21%	53.482,00 €
	5	Aguja hipodérmica c/seguridad 0,5 mmx25mm 25G	328.000	UND	100	5,20 €	17.056,00 €	21%	20.637,76 €
	6	Aguja hipodérmica c/seguridad 0,5 mmx16mm 25G	520.000	UND	100	5,20 €	27.040,00 €	21%	32.718,40 €
	7	Aguja hipodérmica c/seguridad 0,3 mmx13mm 30G	96.000	UND	100	5,20 €	4.992,00 €	21%	6.040,32 €
		Total lote 5. Agujas hipodérmicas c/seguridad					**195.962,00 €**		**237.114,02 €**

Lote	Art.	Descripción material	Uds. estimadas (2 años)	UMB de licit.	Ref. a	Precio licitación unitario S/IVA	Importe licitación s/IVA	% IVA	Importe licitación c/IVA
6	1	Aguja de carga punta roma 18G 40MM	8.680.000	UND	100	2,70 €	234.360,00 €	21%	283.575,60 €
		Total lote 6. Aguja de carga punta roma 18G 40MM					**234.360,00 €**		**283.575,60 €**
7	1	Aguja reservorio c/seguridad 20G 16mm ± 2mm	2.500	UND	100	250,00 €	6.250,00 €	21%	7.562,50 €
	2	Aguja reservorio c/seguridad 20G 19mm ± 2mm	54.000	UND	100	250,00 €	135.000,00 €	21%	163.350,00 €
	3	Aguja reservorio c/seguridad 20G 25mm ± 2mm	47.000	UND	100	250,00 €	117.500,00 €	21%	142.175,00 €
	4	Aguja reservorio c/seguridad 20G 34mm ± 4mm	4.000	UND	100	250,00 €	10.000,00 €	21%	12.100,00 €
		Total lote 7. Agujas para reservorio c/seguridad					**268.750,00 €**		**325.187,50 €**
8	1	Aguja para bolígrafo de insulina sin seguridad para uso paciente 31G 5MM	4.800.000	UND	100	6,00 €	288.000,00 €	21%	348.480,00 €
	2	Aguja para bolígrafo de insulina sin seguridad para uso paciente 32G 4MM	3.815.000	UND	100	2,80 €	106.820,00 €	21%	129.252,20 €
		Total lote 8. Aguja para bolígrafo de insulina sin seguridad para uso paciente					**394.820,00 €**		**477.732,20 €**
9	1	Aguja para bolígrafo de insulina c/seguridad para uso profesional 30G 5MM	1.175.000	UND	100	26,00 €	305.500,00 €	21%	369.655,00 €
		Total lote 9. Aguja para bolígrafo de insulina c/seguridad para uso profesional					**305.500,00 €**		**369.655,00 €**
10	1	Equipo de infusión subcutáneo automático c/seguridad pasiva inserción 90º 27G 9MM 60cm	33.000	UND	10	64,00 €	211.200,00 €	21%	255.552,00 €
		Total lote 10. Equipo de infusión subcutáneo automático c/seguridad pasiva inserción 90º					**211.200,00 €**		**255.552,00 €**

Lote	Art.	Descripción material	Uds. estimadas (2 años)	UMB de licit.	Ref. a	Precio licitación unitario S/IVA	Importe licitación s/IVA	% IVA	Importe licitación c/IVA
11	1	Jeringa insulina c/aguja c/seguridad 50 unidades internacionales 8mm 30G	317.000	UND	100	11,20 €	35.504,00 €	21%	42.959,84 €
	2	Jeringa insulina c/aguja c/seguridad 100 unidades internacionales 13mm 29G	262.000	UND	100	10,30 €	26.986,00 €	21%	32.653,06 €
		Total lote 11. Jeringa insulina c/aguja c/seguridad					**62.490,00 €**		**75.612,90 €**
12	1	Jeringa 1ML tuberculina c/aguja c/seguridad 27G 13MM	155.000	UND	100	16,00 €	24.800,00 €	21%	30.008,00 €
		Total lote 12. Jeringa 1 ML tuberculina c/aguja c/seguridad (intradérmicas)					**24.800,00 €**		**30.008,00 €**
13	1	Jeringa 3 cuerpos luer-lock 1ML	105.400	UND	100	6,50 €	6.851,00 €	21%	8.289,71 €
	2	Jeringa 3 cuerpos luer-lock 2ML	83.000	UND	100	4,50 €	3.735,00 €	21%	4.519,35 €
	3	Jeringa 3 cuerpos luer-lock 5ML	70.000	UND	100	4,50 €	3.150,00 €	21%	3.811,50 €
	4	Jeringa 3 cuerpos luer-lock 10ML	255.000	UND	100	5,50 €	14.025,00 €	21%	16.970,25 €
	5	Jeringa 3 cuerpos luer-lock 20ML	130.000	UND	100	6,50 €	8.450,00 €	21%	10.224,50 €
	6	Jeringa 3 cuerpos luer-lock 50ML	202.000	UND	100	18,50 €	37.370,00 €	21%	45.217,70 €
		Total lote 13. Jeringa 3 cuerpos Luer-Lock					**73.581,00 €**		**89.033,01 €**
14	1	Jeringa cono catéter 3 cuerpos 50ML	250.000	UND	100	18,50 €	46.250,00 €	21%	55.962,50 €
		Total lote 14. Jeringa cono catéter 3 cuerpos 50 ML					**46.250,00 €**		**55.962,50 €**
15	1	Jeringa cono c/adaptador 3 cuerpos 100ML	131.000	UND	100	100,00 €	131.000,00 €	21%	158.510,00 €
		Total lote 15. Jeringa cono c/adaptador 3 cuerpos 100 ML					**131.000,00 €**		**158.510,00 €**

Lote	Art.	Descripción material	Uds. estimadas (2 años)	UMB de licit.	Ref. a	Precio licitación unitario S/IVA	Importe licitación s/IVA	% IVA	Importe licitación c/IVA
16	1	Jeringa gasometría arterial c/aguja c/seguridad 22G	96.000	UND	100	70,00 €	67.200,00 €	21%	81.312,00 €
	2	Jeringa gasometría arterial s/aguja	46.000	UND	100	40,00 €	18.400,00 €	21%	22.264,00 €
		Total lote 16. Jeringas gasometría					**85.600,00 €**		**103.576,00 €**
17	1	Apósito fijación reforzado catéter periférico corto 5x5,7 CM	15.800	UND	100	92,00 €	14.536,00 €	21%	17.588,56 €
	2	Apósito fijación reforzado catéter periférico corto 7x8 CM	1.520.000	UND	100	44,00 €	668.800,00 €	21%	809.248,00 €
		Total lote 17. Apósito fijación reforzado catéter periférico corto					**683.336,00 €**		**826.836,56 €**
18	1	Toallita desinfectante de clorhexidina con alcohol isopropílico	4.000.000	UND	100	4,50 €	180.000,00 €	21%	217.800,00 €
		Total lote 18. Toallita desinfectante de clorhexidina con alcohol isopropílico					**180.000,00 €**		**217.800,00 €**
		Total licitación 2 años					**4.984.499,00 €**		**6.031.243,79 €**

3. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

En todos los casos, los productos deberán cumplir con las disposiciones legales exigibles en España/Unión Europea respecto a su fabricación, conservación y distribución.

Además, todos los productos de este expediente deberán adaptarse a las modificaciones normativas que les sean de aplicación durante el período de vigencia del contrato debiendo acreditar la correspondiente certificación.

Todos los requisitos mínimos aplicables a los lotes son excluyentes.

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
Requisitos normativos comunes a todos los lotes
1. Libre de Látex
2. Libre de ftalatos
1. UNE-EN ISO 15223-1:2022 Símbolos a utilizar con la información a suministrar por el fabricante o equivalente
Requisitos normativos comunes a los lotes 1,2, 5,7,8,9,10,11,12,16,17 y 18
1. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre productos sanitarios. Asimismo, en el caso de productos con certificado CE emitido al amparo de la Directiva 93/42/CEE que se encuentren dentro del régimen transitorio previsto en el artículo 120 del Reglamento (UE) 2017/745 y en el Reglamento (UE) 2023/607, deberán cumplir los requisitos de la citada Directiva mientras dicha validez sea aplicable, sin perjuicio de las obligaciones de transición al MDR. Clase IIa
2. Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
3. Declaración UE de conformidad con Organismo Notificado
Requisitos normativos comunes a los lotes 1,2, 5,6,7,9,10,11 y 12
1. Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario. Trasposición en el BOE, de 31 julio con la orden ESS 14512013. Prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario
Requisitos normativos lote 1
1. UNE-EN 10555-1 y UNE-EN 10555-5 Catéteres intravasculares. Catéteres estériles y de un solo uso. Parte 1: Requisitos generales y parte 5: Catéteres periféricos sobre aguja o equivalente
Requisitos normativos comunes a los lotes 2,5,7,8 y 9
1. UNE-EN-ISO 7864. Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso o equivalente

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
Requisitos normativos comunes a los lotes 3,4,6,13,14 y 15
1. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre productos sanitarios. Asimismo, en el caso de productos con certificado CE emitido al amparo de la Directiva 93/42/CEE que se encuentren dentro del régimen transitorio previsto en el artículo 120 del Reglamento (UE) 2017/745 y en el Reglamento (UE) 2023/607, deberán cumplir los requisitos de la citada Directiva mientras dicha validez sea aplicable, sin perjuicio de las obligaciones de transición al MDR. Clase I estéril
2. Marcado CE como producto sanitario y con número de Organismo Notificado
3. Declaración UE de conformidad con Organismo Notificado
Requisitos normativo lote 11
1. UNE-EN-ISO 8537. Jeringuillas estériles para un solo uso con o sin Aguja hipodérmica de insulina o equivalente.
Requisitos normativos comunes a los lotes 12,13,14,15 y 16
1. UNE-EN ISO 7886-1 Jeringas hipodérmicas estériles de un solo uso. Parte 1: Jeringas para utilización manual. o equivalente.
Requisitos normativo lote 18
1. UNE-EN 16615: 2015 Antisépticos y desinfectantes químicos. Métodos de ensayo cuantitativo para la evaluación de la actividad bactericida y levuricida en superficies no porosas empleando acción mecánica con toallitas en el área médica (4-ensayo campo). Método de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2).
Requisitos mínimos Lote 1. Equipo integrado de infusión subcutánea con catéter de seguridad
1. Catéter no metálico con aletas y alargadera integrada
2. Sistema de seguridad pasivo
3. Cánula exenta de teflón

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
4. Tipo, calibre y medidas: • 1.1: Con "Y" 22G 19MM • 1.2: Sin "Y" 22G 19MM • 1.3: Con "Y" 24G 19MM • 1.4: Sin "Y" 24G 19MM
5. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, indicando de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 2. Aguja de extracción de seguridad c/aletas y portatubo premontado
1. Con sistema de seguridad
2. Sistema de visualización de sangre en cuerpo de palomilla
3. Portatubos premontado, transparente o traslucido con adaptador universal para tubos de analítica con vacío
4. Calibre y medidas: • 2.1: 21G 19MM • 2.2: 23G 19MM
5. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, indicando de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 3. Portatubo con adaptador luer-lock integrado
1. Conexión luer-lock integrada en portatubo

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
2. Portatubos transparente o traslucido con adaptador universal para tubos de analítica
3. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, indicando de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022: • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos lote 4. Portatubo con adaptador luer integrado
1. Conexión luer integrada en portatubo
2. Portatubos transparente o traslucido con adaptador universal para tubos de analítica
1.PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, indicando de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022: • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 5. Agujas hipodérmicas c/seguridad
1. Dispositivo de seguridad integrado e irreversible
2. Sistema audible de activación de la seguridad
3. Compatible con conexiones luer y luer-lock
4.Cono translúcido

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
5. Medidas y calibres: • 5.1: 1,2mm x 40mm 18G (+/-2mm) • 5.2: 0,8mm x 40mm 21G (+/-2mm) • 5.3: 0,8mm x 25mm 21G (+/-2mm) • 5.4: 0,6mm x 25mm 23G (+/-2mm) • 5.5: 0,5mm x 25mm 25G (+/-2mm) • 5.6: 0,5mm x 16mm 25G (+/-2mm) • 5.7: 0,3mm x 13mm 30G (+/-2mm)
6. PRESENTACIÓN: Envase que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022: • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 6. Aguja de carga punta roma
1. Tamaño aguja 1,2mm x 40mm (+/-2mm) y calibre 18G.
2. Punta roma
3. Sin filtro
4. Compatible con conexiones luer y luer-lock
5. Capuchón de aguja rojo
6. PRESENTACIÓN: Envase que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022: • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
Requisitos mínimos Lote 7. Agujas para reservorio c/seguridad
1. Aguja punta Huber
2. Sistema de seguridad
3. Línea de extensión (≤20 cm)
4. Asa para punción
5. Base acolchada
6. Dispone de clamp o pinza
7. Conector luer-lock con tapón extremo distal del tubo
8. Apto para flujo alta presión: presión máxima soportada de al menos 300psi y caudal máximo de inyección de al menos 5ml/seg
9. Presión positiva a la retirada
10. Única línea de infusión, sin "Y"
11.Calibre: 20G
12. Cuatro mediciones de la longitud de la aguja (aguja útil) que se mide desde la punta del bisel hasta la base de apoyo en piel del dispositivo: • 7.1: 16 mm ± 2mm • 7.2: 19 mm ± 2mm • 7.3: 25 mm ± 2mm • 7.4: 34 mm ± 4mm

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
13. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, indicando de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 8. Aguja para boligrafo de insulina sin seguridad para uso paciente
1. Conexión compatible para cualquier bolígrafo
2. Aguja de 5 biseles
3. Calibre y medidas: • 8.1: 31G 5MM • 8.2: 32G 4MM
4. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, con precinto protector,que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 9. Aguja para boligrafo de insulina c/seguridad para uso profesional
1. Sistema de seguridad pasiva en ambos extremos, paciente y bolígrafo
2. Conexión compatible para cualquier bolígrafo
3. Calibre 30G y 5mm.

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
4. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, indicando de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 10. Equipo de infusión subcutáneo automático c/seguridad pasiva inserción 90º
1. Equipo compuesto por un dispositivo de inserción automática en ángulo recto de 90º.
2. Aguja retráctil de acero inoxidable con dispositivo de seguridad pasiva.
3. Calibre 27G 9MM.
4. Tubo de conexión de 60 cm longitud, con conexión luer lock.
5.. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, con precinto protector, que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 11. Jeringa insulina c/aguja c/seguridad
1. Jeringa de 3 cuerpos con aguja integrada
2. Con sistema de seguridad irreversible que cubra la totalidad de la aguja
3. Doble escala: métrica con ML y de unidades internacionales, con visibilización de la medida de UI
4. Capacidad de jeringa de 50 UI (0,5 ml) y en jeringa de 100 UI (1 ml).

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
5. Medidas y calibre: • 11.1: 50 unidades internacionales, 8mm y 30G • 11.2: 100 unidades internacionales, 13mm y 29G.
6. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, con solapa, que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 12. Jeringa 1ML tuberculina c/aguja c/seguridad 27G 13MM
1. Jeringa de 3 cuerpos con aguja integrada
2. Con sistema de seguridad irreversible que cubra la totalidad de la aguja
3. Escala métrica con visibilización de 0,01 ml en 0,01 ml
4.Capacidad para 1ml, 27G y 13mm.
5. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, con solapa, que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
Requisitos mínimos Lote 13. Jeringa 3 cuerpos Luer-lock
1.Jeringa con cono luer-lock, dimensiones: •13.1: Jeringa 1 ml, con capacidad para 1ml. •13.2: Jeringa 2ml que podrá tener capacidad graduada hasta 3ml. •13.3: Jeringa de 5ml que podrá tener capacidad graduada hasta 6ml. •13.4: Jeringa de 10ml que podrá tener capacidad graduada hasta 12ml. •13.5: Jeringa de 20ml que podrá tener capacidad graduada hasta 24ml. •13.6: Jeringa de 50ml que podrá tener capacidad graduada hasta 60ml.
2. 3 cuerpos.
3. Escala métrica graduada.
4. Translúcida
5. Tope que impida la salida del émbolo
6. CARACTERISTICAS EXCLUYENTES PARA JERINGA 1ml (13.1), además de las anteriores: • Espacio muerto ≤ 0,07ml
7. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, con solapa, que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 14. Jeringa cono cateter 3 cuerpos 50 ML
1. Jeringa de 50ml, que podrá tener capacidad graduada hasta 60ml.
2. Con 3 cuerpos.
3. Escala métrica graduada.
4. Translúcida.

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
5. Tope que impida la salida del émbolo.
6. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, con solapa, que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 15. Jeringa cono c/adaptador 3 cuerpos 100ML
1. Jeringa de 100ml, con cono con adaptador luer
2. Con 3 cuerpos.
3. Escala métrica graduada.
4. Translúcida.
5. Tope que impida la salida del émbolo
6. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, con solapa, que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022: • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 16. Jeringas gasometría
Art. 16.1. Jeringa gasometría arterial c/aguja c/seguridad 22G
1. Jeringa de 3 cuerpos con aguja integrada

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
2. Tapón de transporte y sellado
3. Conexión luer lock
4. Aditivo Heparina de litio
5. Con sistema de seguridad irreversible que cubra la totalidad de la aguja
6. Escala métrica con visibilización de 0,1 ml en 0,1 ml
7. Calibre 22G, 25mm, Capacidad 3 ml
8. Compatible con todos los analizadores de gasometría arterial disponibles en el mercado
9. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, con solapa, que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Art. 16.2. Jeringa gasometría arterial s/aguja
1. Jeringa de 3 cuerpos sin aguja integrada
2. Tapón de transporte y sellado
3. Conexión luer lock
4. Aditivo Heparina de litio
5. Escala métrica con visibilización de 0,1 ml en 0,1 ml, capacidad de 3ml
6. Compatible con todos los analizadores de gasometría arterial disponibles en el mercado

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
7. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, con solapa, que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022 • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 17. Apósito fijación reforzado catéter periférico corto
1. Lámina de poliuretano transparente, autoadhesiva y semipermeable: impermeable al agua ya los microorganismos, permeable al oxígeno, vapor de agua y gases en general
2. Marco que facilite el manejo y aplicación
3. Bordes adhesivos redondeados y reforzados por tejido sin tejer
4. Hendidura para fijación del catéter reforzada por tejido sin tejer
5. 2 o más tiras de TNT para refuerzo de la sujeción
6. Hipo alergénico
7. De un solo uso
8. Estéril
9. Medidas: • 17.1: 5X5,7CM (+- 1CM) • 17.2: 7X8CM (+- 1CM)

Requisitos mínimos 2026/02003 Suministro de Agujas, jeringas y materiales relacionados con el acceso vascular para las OOSS de Osakidetza.
10. PRESENTACIÓN: Envase unitario estéril, con solapa, transparente o traslúcido en al menos una cara, que indique de manera clara y legible, con simbología de UNE-EN ISO 15223-1:2022. • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del proveedor • Símbolo de un solo uso • Símbolo de estéril • Método de esterilización • Marcado CE • Descripción del producto
Requisitos mínimos Lote 18. Toallita desinfectante de clorhexidina con alcohol isopropílico
1.Toallitas monodosis impregnadas con solución de clorhexidina alcohólica 2% en alcohol isopropílico al 70%
2. PRESENTACIÓN: ▪Caja ≥ 100 unidades envases individuales. Envase unitario indicando al menos de manera clara y legible según normativa UNE-EN ISO 15223-1: • Fecha de caducidad • Nº de lote • Referencia del producto • Símbolo de un solo uso • Marcado CE

Vitoria-Gasteiz, dokumentuaren sinadura digitalean

Vitoria-Gasteiz, a la firma digital del documento

Iz./Fdo.- María López de Gámiz

OSPITALEKO ASISTENTZIAKO ZUZENDARIORDEA
SUBDIRECTORA DE ENFERMERIA Y CUIDADOS

Documento firmado por: MARIA LOPEZ DE GAMIZ VILLAGARCIA
En la fecha 03.11.2026 14:07:22 CET