

SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARTROSCOPIA PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades de suministro de Material de Artroscopia para el Servicio de Traumatología de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces. Los suministros objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de la asistencia sanitaria en la OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas generales que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POR LOTE-ARTÍCULO:

LOTE 1.- ANCLAJES PARA REPARACIONES DEL MANGUITO ROTADOR POR VÍA ARTROSCÓPICA. DEBEN INCLUIR SUTURAS, CINTAS Y SUTURAS, Y CINTAS
Fabricado en Peek. Varios diámetros y medidas. Roscados y con instrumental de colocación específico.

LOTE 2.- ANCLAJES PARA REPARACIONES DEL MANGUITO ROTADOR POR VÍA ARTROSCÓPICA. DEBEN INCLUIR SUTURAS Y CINTAS Y SUTURAS, Y CINTAS
Fabricado en material reabsorbible. Varios diámetros y medidas. Roscados y con instrumental de colocación específico.

LOTE 3.- ANCLAJES PARA MANGUITO ROTADOR E INESTABILIDAD SIN NUDOS
Fabricado en Peek. Impactados e impactados y roscados. Varios diámetros y medidas con capacidad de albergar varias cintas e hilos a la vez. Con instrumental de colocación específico.

LOTE 4.- ANCLAJES CON SUTURA PARA REPARACIONES DEL MANGUITO ROTADOR POR VIA ARTROSCÓPICA

Fabricado en Titanio y en biocomposite. Varios diámetros y medidas. Autoterrajantes. Anclaje roscado en toda su superficie. En dif. diámetros aprox. 4.5, 5.5 y 6.5 y longitudes aprox. 14 y 16.3 mm. Disponible con 2 y 3 suturas

LOTE 5.1.- ANCLAJES PARA INESTABILIDAD SIN NUDOS

Fabricado en Peek. Impactados e impactados y roscados. Varios diámetros y medidas con capacidad de albergar varias cintas e hilos a la vez. Con instrumental de colocación específico.

LOTE 6.- ANCLAJE FIJACIÓN SUTURAS SIN NUDO

Anclaje impactado, estriado en toda su superficie. En dif. diámetros aprox. 4.5, 3.5, 2.9, 2.4 mm. y longitudes aprox. 11.3, 12.5, 15.5, 19.5, 24 y 28 mm.

LOTE 7.- ANCLAJE FIJACIÓN SUTURAS SIN NUDOS

Anclaje sin nudos bio-composite β -TCP y PLLA y peek de $\pm 4,75$ mm de diámetro, roscado en toda su superficie. Ventilado a lo largo del implante, para facilitar su osteointegración. Capacidad para fijar hasta 6 hilos de Nº 2 o dos cintas de 2 mm. Con sistema de introducción que permita que el tornillo gire independiente a la punta con las suturas.

LOTE 8.- ANCLAJE TODO HILO AUTOPERFORANTE

Autoperforante de ± 2.3 mm. Disponible con 2 hilos del Nº 2, cintas de 2 mm, cintas de 1.2 mm, cintas de 1.2 y 2 mm. Con zonas debilitadas para facilitar la formación del implante a la tracción.

LOTE 9.1.- ANCLAJES PARA LESIONES GLENOIDEAS Y DE HÚMERO "TODO SUTURA"

Fabricado en sólo material de sutura de alta resistencia. Tamaños y medidas para glenoides y húmero entre 1,6mm hasta 2,0mm de diámetro. Con instrumental de colocación específico.

LOTE 10.1.- ANCLAJES CON SUTURA PARA LESIONES GLENOIDEAS RECTOS Y CURVOS

Anclajes sólidos. Medidas desde 2mm a 3mm. Impactados

LOTE 11.1.- ANCLAJE PARA INESTABILIDAD TODO SUTURA

Anclaje todo sutura de $\pm 1,4$ mm y $\pm 2,3$ mm de alta resistencia. Fabricado en HSS y funda de poliéster. Sistema de broca desechable con autocentrado. Trócares de introducción de 0º, 12º y 25º. Con zonas debilitadas para favorecer la formación del implante a la tracción.

LOTE 11.2.- BROCA ANCLAJE TODO HILO

Sistema de broca desechable con autocentrado con tope mecánico y visible, previo al final del implante.

LOTE 12.1.- ANCLAJE TODO HILO SIN NUDOS

Diámetro de ± 1.8 , todo sutura. Guía de colocación recta y curva. Hilo con bucle cerrado para el paso por el implante.

LOTE 12.2.- BROCA ANCLAJE TODO HILO SIN NUDOS

Broca/aguja, de punta romboidal y flexible, con marca láser que determina la profundidad de brocado exacta para el implante.

LOTE 13.1.- SISTEMA ARTROSCÓPICO DE REPARACIÓN DE INESTABILIDADES DE HOMBRO CON PÉRDIDA ÓSEA EN GLENA

Sistema utilizable tanto para técnica de Latarjet artroscópico como para técnica de bloque óseo.

LOTE 14.- ANCLAJE AUTOIMPACTADO TODO SUTURA PARA LA REALIZACIÓN TÉCNICA REMPLISAGE

Anclaje auto impactado de todo sutura de $\pm 2,4$ mm de diámetro.

LOTE 19.- AGUJA PASE DE SUTURAS

Aguja para pase directo de sutura del Nº 2 a través del tejido con apertura lateral. La pinza debe permitir pasar sutura a ± 16 mm del borde del tejido.

LOTE 21.- PASADOR DE SUTURA DESECHABLE PARA TRASPASAR TEJIDOS Y VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE SUTURA MEDIANTE LANZADERAS MONOFILAMENTARIAS

Pasadores de sutura desechables con lazo interior trenzado de nitinol.

LOTE 22.- PASADOR DE SUTURA DESECHABLE PARA TRASPASAR TEJIDOS Y VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE SUTURA MEDIANTE SISTEMA MECÁNICO RETRÁCTIL

Específico para la captura de suturas en cualquier procedimiento artroscópico en hombro y cadera, y con amplia gama de puntas y angulaciones, que permita atravesar y pasar la sutura en un solo paso, con un diseño tipo pinza con apertura y cierre.

LOTE 23.- SISTEMA PASADOR DE SUTURA PARA MANGUITO DE ROTADORES CAPAZ DE VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE FORMA DIRECTA

Dispositivo que permita atravesar tejido y recuperar sutura en un paso, con diseño similar a pinza grasper, con acabado flexible en material peek para facilitar una mayor angulación.

LOTE 28.- SUTURA DE ALTA RESISTENCIA AUTOTENSANTE PARA CIRUGÍA ARTROSCOPIA DE HOMBRO

Sutura alta resistencia autotensante con capacidad de expandirse en un entorno hídrico.

LOTE 32.- IMPLANTE TIPO TODO SUTURA DE ALTA RESISTENCIA

Implante todo en uno, con guía dentada para su correcta adherencia y alineamiento, y abierta para poder liberar la sutura.

LOTE 33.- IMPLANTE TIPO DOBLE BOTÓN TODA SUTURA

Adaptable a la curvatura del hueso. Implante específico para la suspensión carpometacarpal.

LOTE 38.- ANCLAJE 2ª HILERA MANGUITO

Implante estéril para fijar tejido blando al hueso. Con sutura de alta resistencia Nº 2.

3. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL

- A- Los precios máximos se entienden unitarios para la unidad de medida solicitada, dicho precio se entiende que comprende todos los conceptos y cualquier impuesto o gasto que pueda gravar la operación, tasas y arbitrios de cualquier naturaleza, así como el coste de transporte desde los almacenes de la empresa hasta los centros de la OSI Ezkerraldea -Enkarterri-Cruces. No está incluido el IVA.
- B- No se aceptarán variantes.
- C- En el sobre técnico se deberá especificar el formato de presentación, el formato de venta equivalencia con nuestra unidad de medida referencia y marca del artículo. No se admitirán las ofertas que no vengan expresadas en la unidad de medida solicitada.
- D- Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación a incluir en el sobre técnico (sobre C), que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación. Asimismo deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.
- E- Periodicidad de las entregas se determinará en función de las necesidades de la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.
- F- El número de unidades de compra se fijará a demanda del centro.

- G- No se exigen muestras. No obstante, la Comisión Técnica podrá requerir la entrega de alguna muestra si lo considera necesario, al objeto de realizar los estudios pertinentes, previos a la valoración.
- H- La vigencia del contrato será de tres años, prorrogables por un máximo de dos años más.
- I- La adjudicación se efectuará a lote completo, esto significa que es obligatorio ir a lotes enteros, es decir, deben presentarse ofertas válidas a todos los artículos de cada lote.
- J- En el presente expediente no se contempla la adjudicación compartida de los lotes.
- K- El plazo máximo de entrega es de dos días hábiles a partir de la notificación de cada pedido.
- L- El lugar de entrega de los pedidos será el designado en los mismos. La prestación del suministro incluye el transporte de los productos hasta los centros a cargo de la empresa adjudicataria. Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar fijado serán de cuenta del contratista.
- M- Los adjudicatarios deberán facilitar el instrumental y material necesario para la artroscopia.
- N- El **importe o valor estimado del presente expediente** es el siguiente:

IMPORTE CONTRATO INICIAL TRIANUAL:	1.240.943,31 €
IMPORTE PRÓRROGA BIANUAL:	827.295,54 €
IMPORTE PREVISTO PARA MODIFICACIONES:	248.188,66 €
IMPORTE TOTAL MÁXIMO DEL EXPEDIENTE:	2.316.427,51 €

3.1 ESPECIFICACIONES COMUNES PARA LA LICITACIÓN DE IMPLANTES

- A- Al objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes, a los profesionales sanitarios y a Osakidetza, asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberá reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado, autorizaciones y tarjetas de implantación:

1. Productos sanitarios implantables activos (marcapasos, desfibriladores, estimuladores nerviosos y musculares, electrodos, bombas de infusión implantables, implantes cocleares, etc...), de acuerdo con RD 1616/09, de 26 de octubre, sobre productos sanitarios activos.
 2. Prótesis quirúrgicas fijas: productos sanitarios que precisen de una implantación interna y fija en el paciente a través de un determinado acto quirúrgico, estando dirigidas a sustituir artificialmente y de forma permanente la falta de un órgano o de parte de él o de su función y que no hayan sido englobadas en el apartado 1), de acuerdo con el RD 1591/09, de 16 de octubre.
- B-** Si alguna de las características técnicas indicadas determina una marca o modelo exclusivo, dicha indicación deberá entenderse como equivalente.
- C-** En el supuesto de que la OSI decida constituir un DEPÓSITO de estos lotes, las empresas adjudicatarias deberán constituirlo, en cantidad suficiente para asegurar su disponibilidad en caso de necesidad, que se concretará con el departamento de COMPRAS (SUMINISTROS) a instancia del Jefe de Servicio implicado, y cuya reposición será según implante.

El material no utilizado, próxima su fecha de caducidad, se acordará con el Servicio el momento de la retirada de la mercancía y se comunicará al Departamento de Compras.

Las caducidades de los materiales en depósito no serán inferiores al 50% de la vida útil del material, ni inferiores a 60 días.

El proveedor asegurará la reposición del depósito en un tiempo inferior a 24 horas. Este plazo será menor si se trata de pedidos urgentes.

El material depositado vendrá acompañado de su correspondiente albarán en el que figurarán el código de Osakidetza, referencia de fabricante, descripción del artículo, cantidad, número de lote, número de serie, fecha de caducidad y código EAN.

Al finalizar el contrato será responsabilidad del adjudicatario retirar los depósitos no consumidos. En caso de no tener que ser retirados en un periodo de 30 días, desde la finalización de contrato, Osakidetza queda habilitada para destruir o devolverlos al proveedor, siendo a su cargo los gastos que ocasionen estas gestiones.

- D-** Las empresas deberán indicar en su oferta la referencia del fabricante de cada artículo ofertado. En caso de que el artículo pueda darse en diferentes medidas o

presentaciones, deberá figurar en Anexo aparte las referencias de los distintos artículos susceptibles del suministro con esta descripción.

Presentación: Los productos se presentarán en envase unitario estéril.

Identificación: Con objeto de garantizar la trazabilidad y el seguimiento del producto a lo largo de toda la cadena de suministro, cada envase debe venir identificado mediante etiqueta de código de barras en el estándar GS1 128, que contendrá los siguientes identificadores de aplicación (IA):

- (01) seguido del código EAN. UCC (GTIN13) de la unidad
- (17) fecha de caducidad.
- (10) nº de lote
- (21) nº de serie (en los productos que aplique).

A tal efecto acompañarán 4 etiquetas removibles con el código en cada envase individual. Se excluirán aquellas ofertas que no las aporten.

En el caso de que por las características físicas de la prótesis no sea posible incluir la etiqueta con el código de barras, éste se informará en su correspondiente albarán, para cada línea de material su correspondiente código.

El adjudicatario queda obligado a facilitar, de manera inmediata, toda la información requerida por la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces para la gestión de la lectura de las etiquetas de barras para la identificación de sus productos.

Garantías de identificación: Las empresas adjudicatarias se comprometen a notificar, inmediatamente, cualquier cambio en la identificación del producto durante la vigencia del contrato, al servicio de Compras de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces.

4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

VALORACIÓN	UMBRAL MÍNIMO	PUNTOS
A.-Económico		50
B.-Valoración Técnica	10	48
C.-Criterios Ambientales		2

A – CRITERIO ECONÓMICO: 50 puntos.

Se asignarán 50 **puntos** a la oferta más económica. El resto de ofertas proporcionalmente según la siguiente fórmula:

Puntuación oferta = $(B / C) * A$

SI C = Precio máximo licitación se asignarán 0 puntos.

A	Puntos máximos
B	Oferta más económica
C	Oferta de la empresa a valorar.

B – CRITERIO VALORACIÓN TÉCNICA: 48 puntos, con un umbral mínimo de 10 puntos. La calidad del producto se puntuará hasta un máximo de 48 puntos pudiendo ser:

0 puntos: Ofertas de las que no se dispone de documentación técnica suficiente, no presentación de muestras o el producto ofertado es diferente al solicitado o no válido.

De 1 a 9 puntos: Productos técnicamente válidos pero de una calidad no suficiente.

De 10 a 30 puntos: Productos técnicamente válidos de una calidad adecuada.

De 31 a 48 puntos: Productos u ofertas preferentes de calidad excelente.

ASPECTOS A VALORAR

LOTE 1.- ANCLAJES PARA REPARACIONES DEL MANGUITO ROTADOR POR VIA ARTROSCOPICA. DEBEN INCLUIR SUTURAS, CINTAS Y SUTURAS, Y CINTAS.

- Anclajes con diseño de arquitectura abierta para la mejor formación de tejido esponjoso en su interior.
- Que el implante aloje sutura de hilo y cinta a la vez en el mismo anclaje
- Estudios aportados que demuestran crecimiento de hueso en el interior del anclaje

LOTE 2.- ANCLAJES PARA REPARACIONES DEL MANGUITO ROTADOR POR VIA ARTROSCOPICA. DEBEN INCLUIR SUTURAS Y CINTAS Y SUTURAS, Y CINTAS.

- Anclajes con diseño de arquitectura abierta para la mejor formación de tejido esponjoso en su interior.
- Que el implante aloje sutura de hilo y cinta a la vez en el mismo anclaje.
- Que el anclaje esté compuesto de ácido poli-l-lactocoglicólico y dos sales cálcicas.
- Estudios aportados que demuestren reabsorción completa en 24 meses

LOTE 3.- ANCLAJES PARA MANGUITO ROTADOR E INESTABILIDAD SIN NUDOS

- La posibilidad de implante de colocación directa mediante auto perforación sin necesidad de paso previo instrumentado

LOTE 5.1.- ANCLAJES PARA INESTABILIDAD SIN NUDOS

- La posibilidad de implante de colocación directa mediante auto perforación sin necesidad de paso previo instrumentado.

LOTE 6.- ANCLAJE FIJACIÓN SUTURAS SIN NUDO

- Opción autoperforante en ± 4.5 . MM
- Que el cuerpo del ancla esté disponible en material BioComposite o PLLA bioabsorbibles y en PEEK no absorbible.
- Que permita tensionar y hacer cambios al tejido con firmeza

LOTE 7.- ANCLAJE FIJACIÓN SUTURAS SIN NUDOS

- Estar cargado con una cinta de alta resistencia y de ser autoperforante.

LOTE 8.- ANCLAJE TODO HILO AUTOPERFORANTE

- Disponga de vástago de introducción con marcado láser para control de profundidad.

LOTE 9.1.- ANCLAJES PARA LESIONES GLENOIDEAS Y DE HÚMERO "TODO SUTURA"

- Mecanismos audibles que garanticen el pleno despliegue del implante.
- Que el despliegue del anclaje sea activo (se realice contra el propio mástil del anclaje y no contra hueso cortical).

LOTE 10.1.- ANCLAJES CON SUTURA PARA LESIONES GLENOIDEAS RECTOS Y CURVOS

- Disponibilidad en Peek o reabsorbibles.
- La disponibilidad de opción de anclaje con 2 suturas fabricadas en polietileno de ultra alto peso molecular.
- La disponibilidad de opción de anclaje compuesto de ácido poli-l-lactioglicólico y dos sales cálcicas.
- Estudios aportados que demuestren reabsorción completa en 24 meses

LOTE 11.1.- ANCLAJE PARA INESTABILIDAD TODO SUTURA

- Posibilidad de 1, 2, 3 suturas o cinta

LOTE 13.1.- SISTEMA ARTROSCÓPICO DE REPARACIÓN DE INESTABILIDADES DE HOMBRO CON PÉRDIDA ÓSEA EN GLENA

- Que los implantes sean corticales con lazo de sutura.
- Que el sistema incluya hoja de sierra oscilante, raspa y broca con camisa para realización de túneles.

LOTE 14.- ANCLAJE AUTOIMPACTADO TODO SUTURA PARA LA REALIZACIÓN TECNICA REMPLISAGE

- Que tenga la opción de 2 ó 3 suturas del 2 o cintas de alta resistencia de 1,3 o una cinta de alta de resistencia de 2 mm y una sutura del 2.
- La Opción con mango de liberación manual, mango con sistema de liberación automático tipo carraca o mango con agujas.

LOTE 15.- KIT PARA TENODESIS HUMERAL DE LA PORCIÓN LARGA DEL BICEPS

- Ojal cerrado de Peek, bucle cerrado de hilo, punta horquilla abierta.
- Dif. diámetros aprox. 6.25mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm y 12 mm.
- Dif. longitudes aprox. 10mm, 12 mm, 23 mm.
- Que permita fijación del bíceps, previa a la tenotomía.
- Material en Biocomposite y Peek

LOTE 16.- KIT REPARACIÓN BICEPS DISTAL

- Que el botón/implante cortical sea del menor tamaño posible (± 3 mm) y opción para revisiones de mayor tamaño (± 4.5 mm).
- La opción de implante cortical compuesto de solo sutura para preservar más stock óseo.
- que el implante pueda incluir agujas para la preparación del tendón
- Kit de instrumental específico para su colocación tanto artroscópica como m.i.s. y que sea todo guiado

LOTE 17.- KIT DE IMPLANTACIÓN PARA LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR: SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES AGUDAS Y CRÓNICAS

- Que el implante sea autobloqueante y no necesite nudo de bloqueo.
- La opción de guías anatómicas y Empujador para facilitar la colocación del implante en coracoides.

LOTE 18.- SISTEMA PASADOR DE SUTURA PARA MANGUITO DE ROTADORES CAPAZ DE VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE FORMA DIRECTA

- Posibilidad de aguja precurvada de nitinol.
- Posibilidad de disponer de un sistema de pistola, aguja y sistema de captura totalmente desechable.
- Sistema de arrastre apto para sutura o cinta sin deteriorarla.

LOTE 19.- AGUJA PASE DE SUTURAS

- Opción de disparo múltiple.
- Opción de cierre controlado por gatillo que evite su apertura

LOTE 20.- DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE SUTURAS MEDIANTE PISTOLA DE UN SOLO PASO

- La opción de su utilización mediante un solo portal.
- El diseño que permita el paso en lugares difíciles.
- El ahorro de tiempo quirúrgico.
- Que el sistema permita realizar la puntada en un solo paso

LOTE 21.- PASADOR DE SUTURA DESECHABLE PARA TRASPASAR TEJIDOS Y VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE SUTURA MEDIANTE LANZADERAS MONOFILAMENTARIAS

- La disponibilidad en: Diferentes angulaciones, al menos:
 - 30º derecha e izquierda
 - 90º y 45º recto/ arriba
 - 70º derecha e izquierda
 - tipo banana.
- La disponibilidad de al menos 6 angulaciones y curvaturas.
- Que las angulaciones estén diferenciadas por colores para una rápida identificación de los mismos en quirófano.

LOTE 22.- PASADOR DE SUTURA DESECHABLE PARA TRASPASAR TEJIDOS Y VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE SUTURA MEDIANTE SISTEMA MECÁNICO RETRÁCTIL

- La angulación que facilite su uso también en artroscopia de cadera y en reparación de manguito con técnicas como reconstrucción capsular superior.
- Mínimamente invasivo $\pm 1,8$ mm y opción de reverso en 2 angulaciones distintas.

LOTE 23.- SISTEMA PASADOR DE SUTURA PARA MANGUITO DE ROTADORES CAPAZ DE VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE FORMA DIRECTA

- Permita capturar y cargar hasta 30mm de sutura y que pueda ser utilizado en el cierre de cápsula en artroscopia de cadera. Angulación flexible de 60º a 90º.
- Sistema de arrastre apto para sutura o cinta sin deteriorarla

LOTE 24.- CÁNULAS FLEXIBLES: CÁNULAS 100% SILICONA FLEXIBLES Y TRANSPARENTES

- Presencia de válvulas de estanqueidad.
- Dif. Diámetros y longitudes: aprox. 8 mm x 30 mm. 8 mm x 40 mm. 8 mm x 50 mm. 12 mm x 30 mm.

LOTE 25.- CÁNULAS TRANSPARENTES DE ACCESO ARTROSCÓPICO

- Dif. diámetros aprox. 5,5mm,6,5mm,7,0mm,8,0mm,8,5mm y longitudes de aprox. 45,55,72 y 90 mm.
- Sistema de válvula de sellado de al menos tres membranas internas incorporadas en la cánula para evitar escape indeseado de fluidos.
- Posibilidad de dispositivo de fijación de las suturas incorporado en la propia cánula.

- Posibilidad de poder desmontar el cabezal de la cánula para acceso y drenaje de emergencia a la articulación.

LOTE 27.1.- CINTAS DE SUTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE HOMBRO Y RODILLA

- Cinta trenzada de alta resistencia
- Dif. diámetros aprox. 1.3, 1.7 y 2mm.
- Cobertura de colágeno.
- Bucle cerrado con aguja.
- Varios colores para su diferenciación

LOTE 28.- SUTURA DE ALTA RESISTENCIA AUTOTENSANTE PARA CIRUGIA ARTROSCOPIA DE HOMBRO

- Que conste de un núcleo de silicona

LOTE 29.1.- IMPLANTE BIO INDUCTIVO PARA ENGROSAMIENTO DE TENDÓN EN TENDINOSIS, ROTURAS DE GROSOR PARCIAL Y TOTAL EN MANGUITO DE ROTADORES

- Que el sistema disponga de kit/pistola de colocación y despliegue incluido en el set del implante.
- Que el implante sea de colágeno tipo 1 y se reabsorba máximo a los 6 meses.
- Presentar estudios que avalen su uso con al menos 4 años de uso y resultados.

LOTE 29.2.- GRAPAS DE SUJECCIÓN A TENDÓN DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO PARA IMPLANTE BIO INDUCTIVO

- Que las grapas vengan en dispensador de tipo estrella con al menos 8 grapas e incluyan las cánulas específicas para su colocación. De fácil manejo para la captura de las mismas.
- Que disponga de insertador/capturador para las grapas, desechable y de fácil manejo, con puntas afiladas para la mejor fijación en el momento de la fijación del implante en el tendón.

LOTE 29.3.- GRAPAS DE PEK PARA SUJECCIÓN AL HUESO DEL IMPLANTE BIO INDUCTIVO

- Que las grapas vengan en dispensador unitario para una mejor fijación del implante al hueso.
- Que el kit de grapas aporte pistola de inserción protegida para una introducción suave y fácil de la grapa a través del portal artroscópico.

LOTE 30.- IMPLANTE ESPACIADOR PARA ROTURAS MASIVAS DE MANGUITO

- Que sea biodegradable de copolímero, polilactato y caprolactona.
- Diseño para la inserción artroscópica.
- Dif. tamaños.
- Un sistema de seguridad que evite el cierre involuntario de la válvula de llenado y crimpado automático de la misma.

LOTE 31.- ANCLAJES PARA FIJACIÓN TENDINOSAS Y LIGAMENTOS EN LAS ARTICULACIONES DE CODO Y MANO: El implante solo sutura.

- Diferentes medidas,
- La opción de cinta además de sutura.
- Precargado con agujas cónicas y cilíndricas, y sutura de diferentes calibres

LOTE 32.- IMPLANTE TIPO TODO SUTURA DE ALTA RESISTENCIA

- Posibilidad dif. diámetros de aprox. 1.3mm, 1.7mm y 1.8mm, con dos tipos de profundidad brocado de aprox. 10mm y 20mm. Diferentes tipos de suturas de calibre 2-0, 0 y 2 y deslizantes.

LOTE 33.1.- IMPLANTE TIPO DOBLE BOTÓN TODA SUTURA

- Que el sistema incluya en el mismo blíster estéril: implante, pin pasador de suturas con ojal en un extremo de ± 1.4 mm. Que uno de los dos componentes del implante contenga enhebrador de nitinol. Que la sutura alta resistencia sea del 2.
- La disponibilidad en dos versiones en función si se quiere visualizar mediante sistemas de diagnóstico de imagen (radio opaco y radio translucido).
- La disponibilidad de guías para su inserción en los casos que sea necesario

LOTE 35.- KIT SINDESMOSIS DE TOBILLO

- Que su implantación pueda ser percutánea con broca canulada y de titanio,
- Que el kit contenga la guía, una broca y dos botones además de dos suturas del Nº 5.

LOTE 38.- ANCLAJE 2ª HILERA MANGUITO

- Que no requiera instrumental previo
- Que no deje metal dentro del hueso
- Dif. Medidas $\pm 4,9$ y 5,5 mm.
- Posibilidad de tensionar manualmente los hilos

C – CRITERIOS AMBIENTALES: 2 puntos. Embalajes utilizados en el transporte. Se valorarán con 2 puntos a aquellas empresas que suministren sus productos en embalajes fabricados en un 80% o más, en material reciclado.

Se deberá aportar EN EL SOBRE C ficha técnica del embalaje y declaración responsable del representante de la empresa comprometiéndose al cumplimiento de los criterios.

5. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA:

A. RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN DE BIENES OBJETO DE SUMINISTRO

Las cantidades se han calculado de forma estimativa en base al análisis de datos de consumo, se considerarán orientativas y en ningún caso vinculantes para la administración, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna.

Durante la vigencia del contrato, los adjudicatarios podrán proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados, por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siempre que cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo.

En todo caso, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a instancia de éste, tiene la facultad de incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares a los adjudicados cuando concurren motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siempre que dispongan de los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación base.

El órgano de contratación resolverá sobre la petición solicitada para estos supuestos mediante resolución y en el caso de baja o sustitución implicará la exclusión automática del bien cuya baja haya sido acordada o del bien sustituido.

B. OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Si durante la vigencia el contrato o contratos resultantes de este procedimiento, el adjudicatario viniera a ofertar unas condiciones económicas más ventajosas a las incluidas en el contrato en vigor, por razones de interés público se procederá a modificar el contrato de acuerdo a las mismas.

6.- ANEXO RELACIÓN DE MATERIALES, UNIDADES ESTIMADAS, PRECIOS UNITARIOS.

Bases técnicas / Oinarri teknikoak

Organización / Erakundea: OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces

Nº Expediente / Espediente zk.:

Objeto / Xedea: Material de Artroscofia

Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
I. ARTROSCOPIA HOMBRO											
REPARACIÓN MANGUITO ROTADOR											
1	ANCLAJES PARA REPARACIONES DEL MANGUITO ROTADOR POR VÍA ARTROSCÓPICA. DEBEN INCLUIR SUTURAS, CINTAS Y SUTURAS, Y CINTAS.	30	UND	328,43	1	9.852,90	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						9.852,90					
2	ANCLAJES PARA REPARACIONES DEL MANGUITO ROTADOR POR VÍA ARTROSCÓPICA. DEBEN INCLUIR SUTURAS Y CINTAS Y SUTURAS, Y CINTAS.	90	UND	328,43	1	29.558,70	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						29.558,70					
3	ANCLAJES PARA MANGUITO ROTADOR E INESTABILIDAD SIN NUDOS	30	UND	390,00	1	11.700,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						11.700,00					
4	ANCLAJES CON SUTURA PARA REPARACIONES DEL MANGUITO ROTADOR POR VÍA ARTROSCÓPICA.										
4.1	ANCLAJES CON SUTURA PARA REPARACIONES DEL MANGUITO ROTADOR TITANIO	18	UND	360,50	1	6.489,00	SI	NO	NO	NO	0
4.2	ANCLAJES CON SUTURA PARA REPARACIONES DEL MANGUITO ROTADOR BIOCOSMOSITE	18	UND	385,50	1	6.939,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						13.428,00					



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
INESTABILIDAD HOMBRO											
5	ANCLAJES PARA INESTABILIDAD SIN NUDOS										
5.1	ANCLAJES PARA INESTABILIDAD SIN NUDOS	99	UND	360,00	1	35.640,00	SI	NO	NO	NO	0
5.2	KIT ESPECÍFICO DE IMPLANTACIÓN	33	UND	155,00	1	5.115,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						40.755,00					
6	ANCLAJE FIJACIÓN SUTURAS SIN NUDO	75	UND	465,00	1	34.875,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						34.875,00					
7	ANCLAJE FIJACIÓN SUTURAS SIN NUDOS	30	UND	524,00	1	15.720,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						15.720,00					
8	ANCLAJE TODO HILO AUTOPERFORANTE	75	UND	320,00	1	24.000,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						24.000,00					
9	ANCLAJES PARA LESIONES GLENOIDEAS Y DE HÚMERO TODO SUTURA										
9.1	ANCLAJES PARA LESIONES GLENOIDEAS Y DE HÚMERO "TODO SUTURA"	36	UND	384,00	1	13.824,00	SI	NO	NO	NO	0
9.2	KIT ESPECÍFICO DE IMPLANTACIÓN	36	UND	155,00	1	5.580,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						19.404,00					
10	ANCLAJES CON SUTURA PARA LESIONES GLENOIDEAS RECTOS Y CURVOS										
10.1	ANCLAJES CON SUTURA PARA LESIONES GLENOIDEAS RECTOS Y CURVOS	36	UND	333,90	1	12.020,40	SI	NO	NO	NO	0
10.2	KIT ESPECÍFICO DE IMPLANTACIÓN	12	UND	155,00	1	1.860,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						13.880,40					
11	ANCLAJE PARA INESTABILIDAD TODO SUTURA										
11.1	ANCLAJE PARA INESTABILIDAD TODO SUTURA	141	UND	290,00	1	40.890,00	SI	NO	NO	NO	0
11.2	BROCA ANCLAJE TODO HILO	48	UND	150,00	1	7.200,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						48.090,00					



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
12 ANCLAJE PARA INESTABILIDAD TODO SUTURA SIN NUDOS											
12.1	ANCLAJE TODO HILO SIN NUDOS	30	UND	315,00	1	9.450,00	SI	NO	NO	NO	0
12.2	BROCA ANCLAJE TODO HILO SIN NUDOS	9	UND	171,75	1	1.545,75	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						10.995,75					
13 SISTEMA ARTROSCÓPICO DE REPARACIÓN DE INESTABILIDADES DE HOMBRO CON PÉRDIDA ÓSEA EN GLENA											
13.1	SISTEMA ARTROSCÓPICO DE REPARACIÓN DE INESTABILIDADES DE HOMBRO CON PÉRDIDA ÓSEA EN GLENA	9	UND	2.995,00	1	26.955,00	SI	NO	NO	NO	0
13.2	KIT ESPECÍFICO DE IMPLANTACIÓN	9	UND	425,00	1	3.825,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						30.780,00					
14	ANCLAJE AUTOIMPACTADO TODO SUTURA PARA LA REALIZACIÓN TÉCNICA REMPLISAGE	24	UND	373,98	1	8.975,52	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						8.975,52					
REPARACIÓN BICEPS PROXIMAL Y DISTAL											
15	KIT PARA TENODESIS HUMERAL DE LA PORCIÓN LARGA DEL BICEPS	15	UND	492,00	1	7.380,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						7.380,00					
16 KIT REPARACIÓN BICEPS DISTAL											
16.1	IMPLANTE PARA REPARACIÓN BICEPS DISTAL	15	UND	387,00	1	5.805,00	SI	NO	NO	NO	0
16.2	KIT ESPECÍFICO DE IMPLANTACIÓN	15	UND	240,00	1	3.600,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						9.405,00					



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR											
17	KIT DE IMPLANTACIÓN PARA LUXACIÓN ACROMIOCLAVICULAR: SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES AGUDAS Y CRÓNICAS										
17.1	SISTEMA DE SUSPENSIÓN LESIONES AGUDAS COMPUESTO POR UN BOTÓN DE TITANIO CLAVICULAR REDONDO Y UN BOTÓN DE TITANIO CORACOIDEO , UNIDOS POR UN LAZO CONTINUO AJUSTABLE DE SUTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA FRACTURAS AGUDAS.	30	UND	387,00	1	11.610,00	SI	NO	NO	NO	0
17.2	SISTEMA DE SUSPENSIÓN COMPUESTO POR BOTÓN DE TITANIO CLAVICULAR REDONDO Y BOTÓN DE TITANIO CORACOIDEO, UNIDOS POR UN LAZO CONTÍNUO AJUSTABLE DE SUTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA FRACTURAS CRÓNICAS	30	UND	490,00	1	14.700,00	SI	NO	NO	NO	0
17.3	KIT ESPECÍFICO DE IMPLANTACIÓN PARA COLOCACIÓN ARTROSCÓPICA Y MIS TOTALMENTE GUIADO	30	UND	240,00	1	7.200,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						33.510,00					
PINZAS Y PASADORES											
18	SISTEMA PASADOR DE SUTURA PARA MANGUITO DE ROTADORES CAPAZ DE VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE FORMA DIRECTA	30	UND	349,00	1	10.470,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						10.470,00					
19	AGUJA PASE DE SUTURAS	45	UND	221,25	1	9.956,25	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						9.956,25					



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
20	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE SUTURAS MEDIANTE PISTOLA DE UN SOLO PASO	30	UND	350,00	1	10.500,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						10.500,00					
21	PASADOR DE SUTURA DESECHABLE PARA TRASPASAR TEJIDOS Y VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE SUTURA MEDIANTE LANZADERAS MONOFILAMENTARIAS	30	UND	150,00	1	4.500,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						4.500,00					
22	PASADOR DE SUTURA DESECHABLE PARA TRASPASAR TEJIDOS Y VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE SUTURA MEDIANTE SISTEMA MECÁNICO RETRÁCTIL	30	UND	150,00	1	4.500,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						4.500,00					
23	SISTEMA PASADOR DE SUTURA PARA MANGUITO DE ROTADORES CAPAZ DE VEHICULIZAR HILOS O CINTAS DE FORMA DIRECTA	30	UND	300,00	1	9.000,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						9.000,00					
CÁNULAS											
24	CÁNULAS FLEXIBLES: CÁNULAS 100% SILICONA FLEXIBLES Y TRANSPARENTES	120	UND	65,14	1	7.816,80	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						7.816,80					
25	CÁNULAS TRANSPARENTES DE ACCESO ARTROSCÓPICO	120	UND	37,33	1	4.479,60	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						4.479,60					



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
TRACCIÓN ARTROSCÓPICA DE HOMBRO											
26	KIT DESECHABLE PARA SUSPENSIÓN ARTROSCÓPICA DE HOMBRO COMPUESTO: •VENDAJE AUTOADHESIVO TIPO COBAN •ESTOQUINETE •CUERDA CON GANCHO	90	UND	110,30	1	9.927,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						9.927,00					
SUTURAS											
27	SUTURAS ALTA RESISTENCIA PARA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE HOMBRO Y RODILLA										
27.1	CINTAS DE SUTURA DE ALTA RESISTENCIA PARA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE HOMBRO Y RODILLA	30	UND	105,00	1	3.150,00	SI	NO	NO	NO	0
27.2	SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO (UHMWPE) Y POLIÉSTER, TRENZADOS ALREDEDOR DE UN NÚCLEO DE UHMWPE, DEL Nº 2 Y ±96,5 CM DE LONGITUD EN COLOR AZUL Y AGUJA TAPER DE ±26,5 MM 1/2CÍRCULO	66	UND	39,53	1	2.608,98	SI	NO	NO	NO	0
27.3	SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO (UHMWPE) Y POLIÉSTER, TRENZADOS ALREDEDOR DE UN NÚCLEO DE UHMWPE, DEL Nº2 Y ±96,5 CM DE LONGITUD. 2 UNIDADES POR ENVASE, 1 AZUL Y 1 BLANCA/NEGRA, SIN AGUJA.	81	UND	39,53	1	3.201,93	SI	NO	NO	NO	0



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
27.4	SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO (UHMWPE) Y POLIÉSTER, TRENZADOS ALREDEDOR DE UN NÚCLEO DE UHMWPE, DEL Nº2 Y ±96,5 CM DE LONGITUD EN COLOR AZUL Y AGUJA DE CORTE REVERSO ±36,6 MM 1/2 CÍRCULO.	51	UND	33,66	1	1.716,66	SI	NO	NO	NO	0
27.5	SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO (UHMWPE) Y POLIÉSTER, TRENZADOS ALREDEDOR DE UN NÚCLEO DE UHMWPE EN FORMA DE CINTA PLANA AZUL DEL Nº 2 , ±2MM DE ANCHO Y ±137,2CM DE LONGITUD SIN AGUJA.	60	UND	110,00	1	6.600,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						17.277,57					
28	SUTURA DE ALTA RESISTENCIA AUTOTENSANTE PARA CIRUGÍA ARTROSCOPIA DE HOMBRO	144	UND	58,00	1	8.352,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						8.352,00					
IMPLANTE BIO INDUCTIVO MANGUITO											
29	SISTEMA BIO INDUCTIVO PARA REPARACIÓN DE TENDONES TOTALMENTE DESECHABLE Y DE FÁCIL COLOCACIÓN POR TÉCNICA ARTROSCÓPICA										
29.1	IMPLANTE BIO INDUCTIVO PARA ENGROSAMIENTO DE TENDÓN EN TENDINOSIS, ROTURAS DE GROSOR PARCIAL Y TOTAL EN MANGUITO DE ROTADORES	18	UND	1.950,00	1	35.100,00	SI	NO	NO	NO	0
29.2	GRAPAS DE SUJECIÓN A TENDÓN DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO PARA IMPLANTE BIO INDUCTIVO	18	UND	650,00	1	11.700,00	SI	NO	NO	NO	0



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
29.3	GRAPAS DE PEK PARA SUJECIÓN AL HUESO DEL IMPLANTE BIO INDUCTIVO	18	UND	900,00	1	16.200,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						63.000,00					
IMPLANTE ESPACIADOR PARA ROTURAS MASIVAS DE MANGUITO											
30	IMPLANTE ESPACIADOR PARA ROTURAS MASIVAS DE MANGUITO	18	UND	1.817,00	1	32.706,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						32.706,00					
II. ARTROSCOPIA MANO, MUÑECA, CODO Y TOBILLO											
31	ANCLAJES PARA FIJACIÓN TENDINOSAS Y LIGAMENTOS EN LAS ARTICULACIONES DE CODO Y MANO: EL IMPLANTE SOLO SUTURA.										
31.1	ANCLAJE ENTRE 1 Y 2.9 MM. CON AGUJAS DIF. MED.	60	UND	249,88	1	14.992,80	SI	NO	NO	NO	0
31.2	KIT DE INSTRUMENTAL	60	UND	70,00	1	4.200,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						19.192,80					
32	IMPLANTE TIPO TODO SUTURA DE ALTA RESISTENCIA	30	UND	390,00	1	11.700,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						11.700,00					
33	IMPLANTE TIPO DOBLE BOTÓN TODA SUTURA										
33.1	IMPLANTE TIPO DOBLE BOTÓN TODA SUTURA	30	UND	525,00	1	15.750,00	SI	NO	NO	NO	0
33.2	PASADOR DE SUTURAS PARA IMPLANTE TIPO BOTÓN TODA SUTURA	15	UND	80,00	1	1.200,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						16.950,00					
34	DISPOSITIVO PARA REALIZAR LIBERACIONES NERVIOSAS VÍA ENDOSCÓPICA	30	UND	250,00	1	7.500,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						7.500,00					



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
35	KIT SINDESMOSIS DE TOBILLO	45	UND	660,00	1	29.700,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						29.700,00					
III. OTROS ANCLAJES											
36	ANCLAJE TENDÓN/LIGAMENTO NO ABSORBIBLE METÁLICO D/M.	387	UND	280,90	1	108.708,30	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						108.708,30					
37	ANCLAJE TENDÓN/LIGAMENTO ABSORBIBLE D/M.	48	UND	308,75	1	14.820,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						14.820,00					
38	ANCLAJE 2ª HILERA MANGUITO	30	UND	370,00	1	11.100,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						11.100,00					
IV. ARTROSCOPIA RODILLA											
ANCLAJES PARA INESTABILIDAD DE RODILLA											
39	LCA:SISTEMA DE FIJACIÓN FEMORAL CORTICAL AJUSTABLE DE TITANIO(DIRECTO Y RETROGRADO), CON POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN. PARA ISQUIOTIBIALES Y HUESO-TENDÓN-HUESO. DISPONIBILIDAD DE FRESA DE BAJO PERFIL										
39.1	ANCLAJE CORTICAL AJUSTABLE LCA	84	UND	387,00	1	32.508,00	SI	NO	NO	NO	0
39.2	PIN PARA ANCLAJE LIGAMENTOS OJAL CERRADO ±4MM	36	UND	69,60	1	2.505,60	SI	NO	NO	NO	0
39.3	LAZO SUTURA TRENZADA AUTOAJUSTABLE ±3,4X11MM	15	UND	387,00	1	5.805,00	SI	NO	NO	NO	0
39.4	GRAPA LIGAMENTO ±6X20MM CON PUNTA	60	UND	117,51	1	7.050,60	SI	NO	NO	NO	0
39.5	TORNILLO INTERFERENCIAL REABSORBIBLE HASTA 10 MM Ø	132	UND	310,00	1	40.920,00	SI	NO	NO	NO	0



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
39.6	TORNILLO INTERFERENCIAL REABSORBIBLE DE 11 Y 12 MM Ø	18	UND	411,43	1	7.405,74	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						96.194,94					
40	LCA:SISTEMA DE FIJACIÓN FEMORAL CORTICAL AJUSTABLE DE TITANIO(DIRECTO Y RETROGRADO), CON POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN. PARA ISQUIOTIBIALES. DISPONIBILIDAD DE FRESA DE BAJO PERFIL Y FLEXIBLE										
40.1	ANCLAJE CORTICAL AJUSTABLE LCA	30	UND	320,00	1	9.600,00	SI	NO	NO	NO	0
40.2	AGUJA GUÍA PASADORA DE TIBIA ACERO CON OJAL ESTÉRIL ±2,4X15"	6	UND	45,00	1	270,00	SI	NO	NO	NO	0
40.3	AGUJA GUÍA PASADORA DE TIBIA ACERO SIN OJAL ESTÉRIL ±2,4X15"	6	UND	82,86	1	497,16	SI	NO	NO	NO	0
40.4	AGUJA GUÍA FLEXIBLE NITINOL P/ GUÍA CURVA ±2,4MM	6	UND	98,57	1	591,42	SI	NO	NO	NO	0
40.5	AGUJA GUÍA ±1,2X300MM	6	UND	56,00	1	336,00	SI	NO	NO	NO	0
40.6	IMPLANTE CORTICAL DE RESCATE OBLONGO	6	UND	215,00	1	1.290,00	SI	NO	NO	NO	0
40.7	IMPLANTE CORTICAL DE RESCATE REDONDO ±15MM.	6	UND	250,00	1	1.500,00	SI	NO	NO	NO	0
40.8	IMPLANTE CORTICAL DE RESCATE REDONDO ±17MM.	6	UND	275,00	1	1.650,00	SI	NO	NO	NO	0
40.9	IMPLANTE CORTICAL DE RESCATE REDONDO ±21MM.	6	UND	300,00	1	1.800,00	SI	NO	NO	NO	0
40.10	IMPLANTE CORTICAL DE RESCATE OVAL ±9X15MM.	6	UND	250,00	1	1.500,00	SI	NO	NO	NO	0
40.11	IMPLANTE CORTICAL DE RESCATE OVAL ±11X18MM.	6	UND	275,00	1	1.650,00	SI	NO	NO	NO	0
40.12	IMPLANTE CORTICAL DE RESCATE OVAL ±15X21MM.	6	UND	300,00	1	1.800,00	SI	NO	NO	NO	0



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
40.13	BROCA CANULADA DESECHABLE ESTÉRIL ±4,5MM	6	UND	175,00	1	1.050,00	SI	NO	NO	NO	0
40.14	TORNILLO INTERFERENCIAL REABSORBIBLE ESTÉRIL DIF. MM.	30	UND	250,00	1	7.500,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						31.034,58					
41	FRESA DE TÚNEL RETROGRADA PARA CIRUGÍA "ALL IN SIDE", PORTAL TRANS LATERAL O CIRUGÍA DE REVISIÓN	39	UND	245,50	1	9.574,50	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						9.574,50					
42	SISTEMA DE FIJACIÓN CORTICAL (FEMORAL O TIBIAL) CON HILO Y BOTÓN DE BLOQUEO INDEPENDIENTES										
42.1	CINTA PARA SISTEMA FIJACIÓN CORTICAL CON HILO Y BOTÓN DE BLOQUEO INDEPENDIENTES	12	UND	295,00	1	3.540,00	SI	NO	NO	NO	0
42.2	PLACA PARA SISTEMA FIJACIÓN CORTICAL CON HILO Y BOTÓN DE BLOQUEO INDEPENDIENTES	27	UND	195,00	1	5.265,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						8.805,00					
43	DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN DE LA FIJACIÓN CORTICAL EN CASO DE CIRUGÍA DE REVISIÓN, ROTURA DE TÚNEL INTRAOPERATORIA O TÉCNICA "ALL IN SIDE"	3	UND	200,00	1	600,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						600,00					
44	DISPOSITIVO PARA LA EXTRACCIÓN DE ALOINJERTO DE CUADRICEPS PARA LCA, INESTABILIDAD DE RÓTULA, LESIONES MULTILIGAMENTARIAS Y CIRUGÍA DE REVISIÓN	21	UND	235,00	1	4.935,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						4.935,00					



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
45	HILO PARA REFUERZO PLASTIAS LIGAMENTOSAS	12	UND	75,00	1	900,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						900,00					
46	SUTURA MENISCAL CURVO 360º Y RECTO										
46.1	SISTEMA REPARACIÓN MENISCO 360º AGUJA CURVA/RECTA PEEK	90	UND	412,30	1	37.107,00	SI	NO	NO	NO	0
46.2	SISTEMA ARTROSCOPIA EMPUJADOR / CORTADOR SUTURA ALTA RESISTENCIA	30	UND	240,00	1	7.200,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						44.307,00					
47	SUTURA MENISCAL CURVO 360º Y RECTO CON POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN										
47.1	SISTEMA SUTURA MENISCO 2 ANCLAJES PEEK SUTURA TRENZADA NO ABSORBIBLE POLIETILENO 2.0 CON POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN	45	UND	310,00	1	13.950,00	SI	NO	NO	NO	0
47.2	SISTEMA ARTROSCOPIA EMPUJADOR / CORTADOR SUTURA ALTA RESISTENCIA	15	UND	170,00	1	2.550,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						16.500,00					
48	SISTEMA SUTURA MENISCAL REVERSO Y MOLDEABLE PARA CUERPO Y CUERNO ANTERIOR										
48.1	SISTEMA REPARACIÓN MENISCO REVERSO PARA CUERPO Y CUERNO ANTERIOR	30	UND	675,00	1	20.250,00	SI	NO	NO	NO	0
48.2	SISTEMA REPARACIÓN MENISCO MOLDEABLE PARA CUERPO Y CUERNO ANTERIOR	15	UND	675,00	1	10.125,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						30.375,00					
49	PINZA PARA SUTURA MENISCO BAJO PERFIL	9	UND	221,25	1	1.991,25	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						1.991,25					



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
LESIONES CONDRALES											
50	IMPLANTE PARA LA FIJACIÓN DE FRAGMENTOS OSTEOCONDRALES DIF. MED	42	UND	175,00	1	7.350,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						7.350,00					
51	DISPOSITIVO PARA LA REALIZACIÓN DE MOSAICOPLASTIA DIF. MED.	9	UND	740,00	1	6.660,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						6.660,00					
52	DISPOSITIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NANOFRACTURAS										
52.1	AGUJA GUÍA HIPERFLEXIBLE NITINOL DIF. MED.	6	UND	240,00	1	1.440,00	SI	NO	NO	NO	0
52.2	GATILLO EXTRACCIÓN AGUJA REUTILIZABLE	3	UND	85,15	1	255,45	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						1.695,45					
INESTABILIDAD DE RÓTULA											
53	SISTEMA PARA LA REALIZACIÓN DE TÚNELES CONVERGENTES EN RÓTULA Y FIJACIÓN CON TORNILLO INTERFERENCIAL EN FÉMUR.	18	UND	339,00	1	6.102,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						6.102,00					
54	SISTEMA DE ANCLAJE PLASTIA TENDINOSA EN FÉMUR EN CASO DE REVISIÓN O FRACASO TÚNELES RÓTULA	6	UND	1.573,33	1	9.439,98	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						9.439,98					
LESIONES MULTILIGAMENTOSAS											
55	TORNILLO DE BIO-TENODESIS 7 A 9 MM. X DIF. MED	12	UND	389,06	1	4.668,72	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						4.668,72					



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
56	TORNILLO DE BIO-TENODESIS BIOCOMPOSITE ±6,25 X 15 MM.	3	UND	495,00	1	1.485,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						1.485,00					
57	TORNILLOS INTERFERENCIALES DE PEQUEÑO DIÁMETRO	45	UND	330,00	1	14.850,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						14.850,00					
LIGAMENTO ARTIFICIAL DE RODILLA											
58	MALLA REFUERZO TISULAR LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR ± 0,7 X 32 MM	6	UND	1.400,00	1	8.400,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						8.400,00					
59	IMPLANTE PARA RAÍZ MENISCAL										
59.1	KIT REINSERCIÓN RAÍZ MENISCAL	12	UND	675,00	1	8.100,00	SI	NO	NO	NO	0
59.2	PISTOLA PRECARGADA CON AUTOCAPTURA RECTA/IZDA/DCHA	12	UND	349,00	1	4.188,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						12.288,00					
OTROS RODILLA											
60	TORNILLOS INTERFERENCIALES PEEK PARA HUESO DE MALA CALIDAD DIF. MED.	9	UND	384,20	1	3.457,80	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						3.457,80					
61	SISTEMA DE OSTEOTOMÍA FEMORAL Y TIBIAL										
61.1	PLACA ADICIÓN ANATÓMICA UNIPLANAR IZDA Y DCHA	6	UND	700,00	1	4.200,00	SI	NO	NO	NO	0
61.2	PLACA ADICIÓN ANATÓMICA BIPLANAR IZDA Y DCHA	30	UND	750,00	1	22.500,00	SI	NO	NO	NO	0



Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
61.3	PLACA APERTURA MEDIAL CON SUSTITUCIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR IZDA Y DCHA	15	UND	700,00	1	10.500,00	SI	NO	NO	NO	0
61.4	PLACA APERTURA MEDIAL CON RECAMBIO DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR ENDOBOTTON IZDA Y DCHA	3	UND	700,00	1	2.100,00	SI	NO	NO	NO	0
61.5	PLACA APERTURA LATERAL DE FÉMUR DISTAL IZDA Y DCHA	3	UND	810,00	1	2.430,00	SI	NO	NO	NO	0
61.6	PLACA MEDIAL DE SUSTRACCIÓN FEMORAL DISTAL IZDA Y DCHA	3	UND	810,00	1	2.430,00	SI	NO	NO	NO	0
61.7	PLACA LATERAL DE SUSTRACCIÓN TIBIAL IZDA Y DCHA DIF. MED.	3	UND	540,00	1	1.620,00	SI	NO	NO	NO	0
61.8	PLACA MEDIAL DE SUSTRACCIÓN TIBIAL IZDA Y DCHA DIF. MED.	3	UND	510,00	1	1.530,00	SI	NO	NO	NO	0
61.9	TORNILLOS AUTOTERRAJANTE 4,5 MM. DIF. MED.	210	UND	155,75	1	32.707,50	SI	NO	NO	NO	0
61.10	TORNILLO CORTICAL ESTÁNDAR 4,5 MM. DIF. MED.	90	UND	87,00	1	7.830,00	SI	NO	NO	NO	0
61.11	CUÑAS HIDROXIAPATITA DIF. MED.	60	UND	420,00	1	25.200,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						113.047,50					

Documento firmado por: MARIA DEL
 CARMEN LEON ARAUJO
 En la fecha 07.03.2022 10:32:15 CET

Documento firmado por: MARIA ELISA
 GOMEZ INHUESTO
 En la fecha 07.03.2022 10:34:51 CET

Lote	Denominación	Cantidad de UMB de licitación	UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Referido a precio de licitación	Total licitado (sin IVA)	Obligatorio Lote Entero	Adjudicación Compartida	Valorar Muestras	Procede entregar muestras	Nº Und a entregar
Sorta	Izena	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazioko ONU kopurua	Lizitazio-prezioa (BEZik gabe)	Lizitazio-prezioari dagokiona	Lizitazioa, guztira (BEZik gabe)	Lote osoa nahitaez	Esleipen partekatua	Laginen balioa	Laginak entregatu behar dira	Entregatu beharreko ale-kopurua
V.ARTROSCOPIA CADERA											
62	KIT DE ACCESO ARTROSCOPIA DE CADERA										
62.1	KIT DE ACCESO ARTROSCOPIA DE CADERA Y CÁNULAS FLEXIBLES COMPUESTO DE: AGUJAS Y TRÓCARES CON CÁNULAS SIN GRIFO	18	UND	320,00	1	5.760,00	SI	NO	NO	NO	0
62.2	BISTURÍ DE CORTE LARGO RECTO Y FORMA GANCHO ±20,5 CM.	36	UND	150,00	1	5.400,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						11.160,00					
63	ANCLAJES DE SUTURA XL Y BROCA										
63.1	ANCLAJE TODO HILO DE CADERA CON CINTA O SIN CINTA	36	UND	330,00	1	11.880,00	SI	NO	NO	NO	0
63.2	EQUIPO GUÍA RECTA/CURVA DESECHABLE Y TALADRO RÍGIDO ±1,45MM	15	UND	225,00	1	3.375,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						15.255,00					
64	PASADOR SUTURAS DIRECTO XL DESECHABLE ±1,65MM	36	UND	150,00	1	5.400,00	SI	NO	NO	NO	0
Total lote / Lotea guztira						5.400,00					
Total / Totala						1.240.943,31					

Los adjudicatarios deberán facilitar el instrumental y material necesario para la artroscopia.