


INSTRUCCIONES RECOMENDADAS DE USO

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL REFERENCIAS	CÁNULA NASAL LIBRE DE FTALATOS I1160 (Prematuros), I1160001 (Neonatal), I1160002 (Infantil)
FABRICANTE	INTERSURGICAL

2.- FORMA CORRECTA DE UTILIZACIÓN



1. Coloque la cánula nasal según esquema, introduciendo los vástagos dentro de las fosas nasales.
2. Ajuste la pieza antideslizamiento.
3. Conecte la alargadera al caudalímetro.
4. Regule el flujo de oxígeno entre 0-2 litros por minuto, según la concentración que se quiera conseguir.

Son sistemas de uso individual.

3.- MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES

- Seleccione el tamaño adecuado al paciente.
- Asegúrese que los vástagos queden correctamente alojados en los orificios nasales.
- Este producto no debe emplearse con pacientes cuyas vías nasales están obstruidas.
- Hay que tener precaución ya que el volumen tidal del paciente afecta a la concentración de oxígeno.
- El ajuste hermético de los vástagos en los orificios nasales podría originar una CPAP accidental.
- En presencia de oxígeno use sólo lubricantes con base acuosa, ya que los lubricantes con base oleosa incrementan el riesgo de que una chispa provoque fuego.
- Mantenga los tubos alejados del cuello para evitar la obstrucción de las vías respiratorias.
- Un flujo de oxígeno demasiado elevado en los niños (superior a 2 l/min) podría provocar daño en la conjuntiva ocular.



4.- RIESGOS LABORALES

No se contemplan riesgos laborales especiales derivados del uso adecuado de la cánula nasal.

La información aquí contenida está dada de buena fe. No se establece ninguna garantía expresa o implícita. Cualquier uso de estos datos deberá ser determinado por el usuario de acuerdo a las leyes y normas gubernamentales aplicables en cada uso. La información contenida en este impreso es confidencial y se proporciona únicamente para uso interno de su organización.

Fecha de emisión: 08.07.20



INSTRUCCIONES RECOMENDADAS DE USO

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO


**NOMBRE COMERCIAL
REFERENCIAS**

CÁNULA NASAL LIBRE DE FTALATOS
I1160 (Prematuros), I1160001 (Neonatal), I1160002 (Infantil)

FABRICANTE

INTERSURGICAL

2.- FORMA CORRECTA DE UTILIZACIÓN



1. Coloque la cánula nasal según esquema, introduciendo los vástagos dentro de las fosas nasales.
2. Ajuste la pieza antideslizamiento.
3. Conecte la alargadera al caudalímetro.
4. Regule el flujo de oxígeno entre 0-2 litros por minuto, según la concentración que se quiera conseguir.

Son sistemas de uso individual.

3.- MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES

- Seleccione el tamaño adecuado al paciente.
- Asegúrese que los vástagos queden correctamente alojados en los orificios nasales.
- Este producto no debe emplearse con pacientes cuyas vías nasales están obstruidas.
- Hay que tener precaución ya que el volumen tidal del paciente afecta a la concentración de oxígeno.
- El ajuste hermético de los vástagos en los orificios nasales podría originar una CPAP accidental.
- En presencia de oxígeno use sólo lubricantes con base acuosa, ya que los lubricantes con base oleosa incrementan el riesgo de que una chispa provoque fuego.
- Mantenga los tubos alejados del cuello para evitar la obstrucción de las vías respiratorias.
- Un flujo de oxígeno demasiado elevado en los niños (superior a 2 l/min) podría provocar daño en la conjuntiva ocular.

4.- RIESGOS LABORALES

No se contemplan riesgos laborales especiales derivados del uso adecuado de la cánula nasal.

La información aquí contenida está dada de buena fe. No se establece ninguna garantía expresa o implícita. Cualquier uso de estos datos deberá ser determinado por el usuario de acuerdo a las leyes y normas gubernamentales aplicables en cada uso. La información contenida en este impreso es confidencial y se proporciona únicamente para uso interno de su organización.
Fecha de emisión: 08.07.20

02219523T ELIAS
ARRANZ (R:
B80957889)

Formato digitalizado por 02219523T
Fecha: 08/07/2020 15:00:00
Fecha: 2022-11-04 13:40:03 +0100