Azpeitiko Udala

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DIEZ DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO.(369K)

ÍNDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

3. REQUISITOS MÍNIMOS:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DESA

3.2. CONEXIÓN AL 112

3.3. MANTENIMIENTO

3.4. SEÑALÉTICA

3.5. GARANTÍA

4. SEGUROS

5. FORMACIÓN

6. UBICACIÓN DE LOS DESA

7. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

8. COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS

9. DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA VALORACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR LOS LICITADORES

1.OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es el SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MEDIANTE ARRENDAMIENTO POR RENTING SIN OPCIÓN A COMPRA, DE 10 (DIEZ) DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS (DESA) PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA, al efecto de poder brindar de forma eficaz las actuaciones iniciales necesarias en caso de parada cardiorrespiratoria. Este contrato incluirá a su vez el mantenimiento y kit de conexión al 112 de 9 DESA (El DESA ubicado en el Monte Xoxote no necesita conexión por falta de línea) desfibriladores, así como un seguro de responsabilidad civil y formación en manejo de DESA y RCP básica.

La instalación de los Desfibriladores Externos Semiautomáticos tiene por finalidad su uso por personal ajeno a la profesión sanitaria, que posibilite una mejora de las expectativas de supervivencia de aquellas personas que sufran paradas cardíacas, por medio de su atención inmediata.

De acuerdo con la definición del Decreto 9/2015, de 27 de enero, del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, se entiende por Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) el producto sanitario destinado a analizar el ritmo cardíaco, identificar las arritmias mortales tributarias de desfibrilación y administrar, con intervención de una persona, una descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el ritmo cardíaco viable con altos niveles de seguridad.

2. NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

Los artículos ofertados y su instalación deben cumplir con la normativa sectorial aplicable, en especial las siguientes:
- Decreto 9/2015, de 27 de enero, por el que se regula la instalación y uso de desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos y se establece la obligatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público externos al ámbito sanitario.
- Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario.
- Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
- Decreto 8/2007, de 23 de enero, sobre el uso de desfibriladores externos automáticos por personal no sanitario.
- Decreto 337/2010, de 14 de diciembre, por el que se modifican diversos Decretos en materia sanitaria para su adaptación a la normativa de transposición de la Directiva de Servicios.

Como garantía de calidad y de cumplimiento de los requisitos legales, los DESA deberán contar con:
- Marcado CE, anexo II de la directiva 93/42/CEE para los DESA y electrodos.
- Declaración de conformidad CE (DESA y electrodos) que incluya la referencia a las normas aplicables.

- Anotación en el registro de comunicación según artículo 22 de real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre.

El licitador deberá aportar declaración responsable en la que conste que los equipos ofertados cumplen con las normas autonómicas, nacionales y europeas que les sean de aplicación.

3. REQUISITOS MÍNIMOS:

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DESA:

- Se requieren 10 (DIEZ) desfibriladores semiautomáticos externos que cumplan con la normativa vigente y con marcado CE, de los cuales 8 (ocho) irán dentro de vitrina con alarma a pared, y 2 (dos) de ellos (los que den servicio a la policía municipal) irán en maletín.
- Los desfibriladores serán de onda bifásica y fabricados en los últimos 12 meses.
- Debe constituir un equipo portátil, compacto y ligero, de sencillo manejo.
- Tendrán una potencia de descarga de 120 a 200 julios para adultos y en modo pediátrico de 50 a 75 julios.
- Sistema de registro y comunicación de eventos (registro de un mínimo de 5 horas de eventos)
- Tiempo de análisis y descarga inferior a 20 segundos.
- Batería de litio (no se admitirán desfibriladores que funcionen con pilas) con una autonomía superior a 200 descargas.
- Caducidad de la batería con un mínimo de 2 años.
- Caducidad de electrodos de adulto y pediátricos con un mínimo de 2 años.
- Se acompañará al desfibrilador de un asistente RCP. Este complemento, servirá de indicador de profundidad de las compresiones y ritmo de estas como ayuda a la RCP.
- Evaluación del ECG del paciente, analizando según el protocolo sanitario si la descarga es necesaria. Si el paciente no presenta parada cardíaca, el desfibrilador no debe activarse. Si el sistema confirma parada cardíaca el desfibrilador proporcionará la cantidad correcta de descarga para corregir su ritmo.
- Instrucciones detalladas de voz en castellano y/o euskera para guiar al usuario durante la maniobra.
- Almacenaje interno de eventos EKG y RCP, para su posterior descarga mediante infrarrojos o USB, y revisables en PC mediante programa informático suministrado por el fabricante.
- Software de extracción de datos.
- Sistema de auto chequeo automático diario del equipo que garantice la continua disponibilidad del aparato las 24 horas del día durante todo el año. El sistema de autochequeo, estará localizado en el mismo desfibrilador.
- El desfibrilador dispondrá de sistema de geolocalización adosado al propio desfibrilador, no a la cabina.
- Dispondrá de teleasistencia verbal desde el propio desfibrilador con un operador de emergencias.
- Debe constar de un dispositivo que activado por una persona genera una alerta automática de socorro a los servicios de emergencia.
- Temperatura de funcionamiento de 0º A 50ºC.
- Resistencia adecuada a los impactos.

- Vendrá acompañado de una bolsa de transporte o funda.
- Juego de parches adulto.
- Juego de parches pediátricos.
- Maletín (2) robusto y estanco.
- Vitrina (8) con alarma de apertura y LED, con código BIDI que incluya explicaciones sobre uso de equipo, pictogramas según norma ILCOR e ISO 3864 o equivalentes y constará de certificado con marcado CE. Incluirá la instalación de las diez vitrinas.
- Kit RCP: guantes de nitrilo, mascarilla boca a boca, rasuradora, toallita de alcohol y tijeras corta ropa.

3.2. CONEXIÓN AL 112

Incluirá (no será necesario en el DESA ubicado en el monte Xoxote):
- Tarjeta SIM con la cuota correspondiente (que correrá a cuenta del adjudicatario)
- Dispositivo pulsador de llamadas.
- Conexión al servicio de Emergencias 112.
- Monitorización y seguimiento del desfibrilador.
- Localización y geoposicionamiento del dispositivo.

3.3. MANTENIMIENTO.

El mantenimiento será integral de las vitrinas, señalizaciones, desfibriladores y todos sus componentes.

Incluye:

- Instalación y puesta en marcha de los 10 desfibriladores y de sus correspondientes vitrinas y maletines. En la puesta en marcha se facilitarán por escrito las instrucciones de manejo y uso, así como las labores de mantenimiento a realizar.
- Monitorización y control de caducidades anual
- Envío de equipo en caso de uso o avería
- Extracción y envío del suceso clínico e información registrada en caso de uso, en un tiempo de respuesta inferior a 48 horas.
- Revisión y puesta a punto de los desfibriladores anual in situ.
- Cambio de parches (adulto y pediatría) y de batería por uso o caducidad (ilimitados).
- Calibración anual del DESA que incluirá certificado correspondiente.
- Descarga de informe de mantenimiento actualizado en un plazo inferior a 8 días.
- Prestación de asistencia 24 horas / 365 días.
- Notificación de incidencias detectadas al personal del Ayuntamiento Azpeitia por correo electrónico o mediante llamada.
- Los gastos de transporte en cuanto al envío de cualquier material o pieza de recambio de los desfibriladores, correrán a cargo del adjudicatario, al igual que los gastos por retirada de los equipos.
- Resolución de averías en menos de 48 horas. Mientras se procede a la reparación o sustitución de los elementos deteriorados o defectuosos, la empresa dispondrá de un DESA portátil que quedará custodiado en la recepción de la instalación hasta la reposición o reparación del anterior.

El contratista estará obligado a suministrar la totalidad de los accesorios, repuestos y fungibles necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema durante la vida útil del equipo.

3.4. SEÑALÉTICA:

- Cartelería de ubicación, cartelería de señalización direccional, placa de espacio cardio protegido, indicaciones de uso y algoritmo RCP (Señalética internacional ILCOR)
- Mantenimiento y sustitución de la cartelería en caso necesario
- Debe cumplir las normas ILCOR, UNE-EN ISO 7010:2012, UNE 23032:2015, UNE 23033:1981, UNE 23034:1988 Y 23035:2003 o equivalentes.
- Toda la señalética deberá estar al menos en euskera, y deberá ser revisada por el Ayuntamiento Azpeitia antes de su colocación

3.5. GARANTÍA:

Los desfibriladores contarán con una garantía de 4 años en desfibriladores, materiales y mano de obra, y 1 año para las baterías.

4.SEGUROS:

El contrato incluirá un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura mínima de 2.000.000 Euros (DOS MILLONES DE EUROS.)

5.FORMACIÓN:

La empresa adjudicataria deberá organizar, con medios propios o externos, las actividades necesarias para acreditar al personal no médico de las instalaciones, según lo establecido en el Decreto 8/2007, de 23 de enero, y las modificaciones del mismo recogidas en el Decreto 337/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno Vasco.

Los lugares donde se impartirá la formación, así como la relación de las personas a formar, se facilitará al adjudicatario a la firma del contrato, siendo responsabilidad de la empresa impartir de los cursos.

La formación inicial y por tanto la acreditación del personal deberá estar finalizada antes de la puesta en marcha de los dispositivos.

Se formará a dos personas por cada centro donde se instale el desfibrilador, con un máximo de 20 personas.

Así mismo, la empresa licitadora ofrecerá posibilidad de cursos online en primeros auxilios y soporte vital básico con manejo de DESA para el resto de los trabajadores.

La empresa adjudicataria entregará diplomas acreditativos de superación del curso y manuales, como material teórico, a los trabajadores que realicen dicha formación con ellos.

6.UBICACIÓN DE LOS 10 DESFIBRILADORES:

Los DESA se ubicarán en los siguientes emplazamientos:

- Polideportivo municipal (Artzubia etorbidea, 32).
- Campo de futbol "Garmendipe" (Artzubia etorbidea, 30).
- Piscinas municipales (Salbe auzoa, 13).
- Frontón Izarraitz (Goiko kalea, 12).
- Soreasu kulturgunea (Soreasu auzoa, 1).
- Coche patrulla de la Policía Municipal.
- Segundo coche patrulla de la Policía Municipal.
- Plaza de toros (Artzubia etorbidea, 21).
- Local de escalada (Urola kalea, 6)
- Refugio del Monte Xoxote.

El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación definitiva.

7. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

La empresa adjudicataria será responsable de dar el destino que legalmente corresponde a todo residuo que se genere por el uso, conservación y mantenimiento de los DESA durante el período de contratación.

8. COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS

El adjudicatario formalizará la comunicación de la instalación de los DESA, su utilización y la retirada al departamento competente en materia de salud, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Decreto 9/2015, de 27 de enero del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

9. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA VALORACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LOS LICITADORES

Los licitadores deberán incluir la información correspondiente a cada uno de los siguientes apartados para los equipos objeto de esta contratación:

- Descripción de los equipos y cumplimiento de las características indicadas en los apartados 3.1 y 3.2.
- Plan de formación ofertado.
- Garantías ofertadas para desfibriladores, materiales, mano de obra y baterías.
- Descripción y periodicidad de las labores de mantenimiento requeridas por los equipos.

Azpeitiko Udala

Azpeitia, a 8 de noviembre de 2022

Paul Arrese Foruria
Ingeniero Municipal



Azpeitiko Udala

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, ERRENTAMENDU MODALITATEAN KANPOKO HAMAR DESFIBRILADORE ERDIAUTOMATIKO HORNITZEKO KONTRATUA (369K)

AURKIBIDEA

1. KONTRATUAREN XEDEA

2. SEKTOREKO ARAUDI APLIKAGARRIA

3. GUTXIENEKO BETEKIZUNAK:

3.1. KDEA-en ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK

3.2. 112RAKO KONEXIOA

3.3. MANTENTZE-LANAK

3.4. SEINALEAK

3.5. BERMEA

4. ASEGURUAK

5. PRESTAKUNTZA

6. KDES-EN KOKAPENA

7. INGURUMEN-ALDERDIAK

8. KANPOKO DESFIBRILADORE ERDIAUTOMATIKOEN INSTALAZIOAREN JAKINARAZPEN OFIZIALA

9. LIZITATZAILEEK AURKEZTUTAKO ESKAINTZA BALORATZEKO BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA

1. KONTRATUAREN XEDEA.

KONTRATUAREN XEDEA AZPEITIKO UDALAREN HAINBAT EREMUETARAKO 10 (HAMAR) DESFIBRILADORE ERDIAUTOMATIKO (KDEA) ESKURATZEA ETA INSTALATZEA DA, EROSTEKO AUKERARIK GABEKO RENTING BIDEZKO ERRENTAMENDUAREN BIDEZ, bihotz-biriketako geldialdia gertatuz gero beharrezkoak diren hasierako jarduketak eraginkortasunez eskaini ahal izateko. Kontratu horretan, era berean, 9 KDEA -ko (Xoxote mendian kokatutako KDEA -k ez du konexiorik behar sare faltagatik) desfibriladoreen mantentze-lanak eta 112rako konexio-kitak sartuko dira, baita erantzukizun zibileko aseguru bat eta oinarrizko KDEA eta BBB maneiatzeko prestakuntza ere.

Kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak instalatzearen helburua da osasun-lanbidekoak ez diren langileek erabiltzea, bihotz-geldialdiak dituzten pertsonen biziraupen-itxaropenak hobetzeko, berehalako arretaren bidez.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren urtarrilaren 27ko 9/2015 Dekretuaren definizioaren arabera, Kanpo Desfibriladore Erdiautomatikoa (KDEA) da bihotz-erritmoa aztertzeko, desfibrilazioaren ondoriozko arritmia hilgarriak identifikatzeko eta, pertsona baten esku-hartzearekin, deskarga elektriko bat emateko osasun-produktua, bihotz-erritmo bideragarria segurtasun-maila handiekin berrezartzeko.

2. SEKTOREKO ARAUDI APLIKAGARRIA

Eskainitako artikuluek eta horiek instalatzeak sektoreko araudi aplikagarria bete behar dute, bereziki honako hauek:

- 9/2015 Dekretua, urtarrilaren 27koa, kanpo-desfibriladore automatikoen eta erdiautomatikoen instalazioa eta erabilera arautzen dituena eta osasun-eremutik kanpoko erabilera publikoko espazio jakin batzuetan horiek instalatzeko betebeharra ezartzen duena.

- 365/2009 Errege Dekretua, martxoaren 20koa, kanpoko desfibriladore automatiko eta erdiautomatikoak osasun-eremutik kanpo erabiltzeko gutxieneko segurtasun- eta kalitate-baldintzak eta -eskakizunak ezartzen dituena.

- 1591/2009 Errege Dekretua, urriaren 16koa, osasun-produktuak arautzen dituena.

- 8/2007 Dekretua, urtarrilaren 23koa, pertsonal ez-sanitarioak kanpoko desfibriladore

automatikoak erabiltzeari buruzkoa.

- 337/2010 Dekretua, abenduaren 14koa, osasun-arloko hainbat dekretu aldatzen dituena, Zerbitzuen Zuzentarauaren transposizio-araudira egokitzeko.

Kalitatea bermatzeko eta legezko baldintzak betetzeko, KDEA -ek honako hauek izan beharko dituzte:

- CE marka, 93/42/EEE zuzentarauaren II. eranskina, KDEA eta elektrodoentzat.

- CE adostasun-adierazpena (KDEA eta elektrodoak), aplikatzekoak diren arauen erreferentzia jasotzen duena.

- Komunikazio-erregistroan idatzoharra egitea, urriaren 16ko 1591/2009 Errege Dekretuaren 22. artikuluaren arabera.

Lizitatzaileak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du, eskainitako taldeek aplikatzekoak zaizkien arau autonomiko, nazional eta europarrak betetzen dituztela adieraziz.

3. GUTXIENEKO BETEKIZUNAK:

3.1. KDEA-en ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK:

• Indarrean dagoen araudia betetzen duten eta CE marka duten kanpoko 10 (HAMAR) desfibriladore erdiautomatiko behar dira; horietatik 8 (zortzi) beira-arasaren barruan joango dira, eta horietatik 2 (bi) (udaltzainei zerbitzua ematen dietenak) maletatxoan joango dira.

• Desfibriladoreak uhin bifasikokoak izango dira, eta azken 12 hilabeteetan fabrikatuko dira.

• Ekipo eramangarria, trinkoa eta arina izan behar du, erraz erabiltzeko modukoa.

• Helduentzako 120 eta 200 jouleko deskarga-potentzia izango dute, eta pediatriako moduan 50 eta 75 joulekoa.

• Gertaerak erregistratzeko eta komunikatzeko sistema (gutxienez 5 orduko gertaerak erregistratzea)

• Analisi- eta deskarga-denbora 20 segundo baino gutxiago.

• Litiozko bateria (ez da onartuko pilekin funtzionatzen duen desfibriladorerik), 200 deskargatik gorako autonomiarekin.

• Bateria iraungitzea, gutxienez 2 urterekin.

• Helduentzako elektrodoak eta pediatrikoak iraungitzea, gutxienez 2 urterekin.

• BBB laguntzaile baten desfibriladorera lagunduko da. Osagarri hori konpresioen sakontasunaren eta konpresioen erritmoaren adierazle izango da, BBBri laguntzeko.

• Pazientearen EKGa ebaluatzea, deskarga beharrezkoa den ala ez osasun-protokoloaren arabera aztertuz. Pazienteak bihotz-geldialdirik ez badu, desfibriladorea ez da aktibatu behar. Sistemak bihotz-gelditzea baieztatzen badu, desfibriladoreak deskarga-kopuru egokia emango du erritmoa zuzentzeko.

• Ahots-jarraibide zehatzak gaztelaniaz eta/edo euskaraz, erabiltzailea maniobran gidatzeko.

• EKG eta RCP ekitaldien barne-biltegiratzea, ondoren infragorri edo USB bidez deskargatzeko, eta PCan berrikusteko, fabrikatzaileak emandako programa informatikoaren bidez.

• Datuak erauzteko softwarea.

• Ekipamenduaren eguneroko autosekeaketa automatikoko sistema, urte osoan zehar eguneko 24 orduetan aparatuaren etengabeko erabilgarritasuna bermatzen duena. Autotxekeo-sistema desfibriladore berean egongo da.

• Desfibriladoreak geolokalizazio-sistema izango du desfibriladoreari atxikita, ez kabinari.

• Hitzezko telelaguntza izango du desfibriladoretik bertatik, larrialdietako operadore batekin.

• Pertsona batek aktibatzen duen gailu batek larrialdi-zerbitzuei sorospen-alerta automatikoa sortzen die.

• Funtzionamendu-tenperatura: 0º A 50ºC.

• Inpaktuekiko erresistentzia egokia.

3. GUTXIENEKO BETEKIZUNAK:

3.1. KDSA-en ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK:

• Indarrean dagoen araudia betetzen duten eta CE marka duten kanpoko 10 (HAMAR) desfibriladore erdiautomatiko behar dira; horietatik 8 (zortzi) beira-arasaren barruan joango dira, eta horietatik 2 (bi) (udaltzainei zerbitzua ematen dietenak) maletatxoan joango dira.
• Desfibriladoreak uhin bifasikokoak izango dira, eta azken 12 hilabeteetan fabrikatuko dira.
• Ekipo eramangarria, trinkoa eta arina izan behar du, erraz erabiltzeko modukoa.
• Helduentzako 120 eta 200 jouleko deskarga-potentzia izango dute, eta pediatriako moduan 50 eta 75 joulekoa.
• Gertaerak erregistratzeko eta komunikatzeko sistema (gutxienez 5 orduko gertaerak erregistratzea)
• Analisi- eta deskarga-denbora 20 segundo baino gutxiago.
• Litiozko bateria (ez da onartuko pilekin funtzionatzen duen desfibriladorerik), 200 deskargatik gorako autonomiarekin.

• Bateria iraungitzea, gutxienez 2 urterekin.
• Helduentzako elektrodoak eta pediatrikoak iraungitzea, gutxienez 2 urterekin.
• BBB laguntzaile baten desfibriladorera lagunduko da. Osagarri hori konpresioen sakontasunaren eta konpresioen erritmoaren adierazle izango da, BBBri laguntzeko.
• Pazientearen EKGa ebaluatzea, deskarga beharrezkoa den ala ez osasun-protokoloaren arabera aztertuz. Pazienteak bihotz-geldialdirik ez badu, desfibriladorea ez da aktibatu behar. Sistemak bihotz-gelditzea baieztatzen badu, desfibriladoreak deskarga-kopuru egokia emango du erritmoa zuzentzeko.
• Ahots-jarraibide zehatzak gaztelaniaz eta/edo euskaraz, erabiltzailea maniobran gidatzeko.
• EKG eta RCP ekitaldien barne-biltegiratzea, ondoren infragorri edo USB bidez deskargatzeko, eta PCan berrikusteko, fabrikatzaileak emandako programa informatikoaren bidez.
• Datuak erauzteko softwarea.
• Ekipamenduaren eguneroko autosekeaketa automatikoko sistema, urte osoan zehar eguneko 24 orduetan aparatuaren etengabeko erabilgarritasuna bermatzen duena. Autotxekeo-sistema desfibriladore berean egongo da.
• Desfibriladoreak geolokalizazio-sistema izango du desfibriladoreari atxikita, ez kabinari.
• Hitzezko telelaguntza izango du desfibriladoretik bertatik, larrialdietako operadore batekin.
• Pertsona batek aktibatzen duen gailu batek larrialdi-zerbitzuei sorospen-alerta automatikoa sortzen die.
• Funtzionamendu-tenperatura: 0º A 50ºC.
• Inpaktuekiko erresistentzia egokia.
• Garraio-poltsa edo zorro batekin batera etorriko da.
• Helduen adabaki-jokoa.
• Pediatriako adabakien jolasa.
• Maletatxoa (2) sendoa eta estankoa.
• Bitrina (8) irekiera-alarmarekin eta LEDarekin, BIDI kodearekin, ekipamenduaren erabilerari buruzko azalpenak, ILCOR eta ISO 3864 arauaren araberako piktogramak edo baliokideak jasotzen dituena, eta CE markadun ziurtagiria izango duena. Hamar beira-arasak jarriko dira.
• BBB kita: nitrilozko eskularruak, ahoz ahoko maskara, orrazkera, alkoholezko toallita eta guraizeak, arropa mozteko.

3.2. 112RAKO KONEXIOA

Honako hauek sartuko ditu (ez da beharrezkoa izango Xoxote mendiko KDAn):
• SIM txartela, dagokion kuotarekin (esleipendunak ordainduko du)
• Deiak sakatzeko gailua.
• 112 Larrialdi Zerbitzura konektatzea.
• Desfibriladorearen monitorizazioa eta jarraipena.
• Gailuaren kokapena eta geoposizionamendua.

3.3. MANTENTZE-LANAK.

Bitrinak, seinaleak, desfibriladoreak eta horien osagai guztiak osorik mantenduko dira.

Barne hartzen ditu:

• 10 desfibriladoreak eta horiei dagozkien bitrinak eta maletinak instalatzea eta martxan jartzea. Martxan jartzean, erabiltzeko eta erabiltzeko jarraibideak emango dira idatziz, bai eta egin beharreko mantentze-lanak ere.
• Urteroko iraungitzeen monitorizazioa eta kontrola
• Ekipamendua bidaltzea, erabilerarik edo matxurarik izanez gero
• Gertaera klinikoa ateratzea eta bidaltzea, eta, erabiliz gero, erregistratutako informazioa, 48 ordu baino gutxiagoko erantzun-denboran.
• In situ urteko desfibriladoreak berrikustea eta prest jartzea.
• Adabakiak (heldua eta pediatria) eta bateria aldatzea erabileragatik edo iraungitzeagatik (mugagabeak).
• KDEAren urteko kalibrazioa, dagokion ziurtagiria barne.
• Mantentze-txosten eguneratua deskargatzea 8 egun baino gutxiagoko epean.
• 24 ordu/365 egun.
• Azpeitiko Udaleko langileei antzemandako gorabeherak posta elektronikoz edo dei bidez jakinaraztea.
• Desfibriladoreen ordezko edozein material edo piezaren bidalketari dagozkion garraio-gastuak esleipendunak ordainduko ditu, bai eta ekipoak kentzeagatiko gastuak ere.
• Matxurak 48 ordu baino gutxiagoan konpontzea. Hondatutako edo akastun elementuak konpontzen edo ordezten diren bitartean, enpresak KDA eramangarri bat izango du, eta instalazioa jasotzean zainduta egongo da aurrekoa birjarri edo konpondu arte.

Kontratistak sistemaren funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren osagarri, ordezko pieza eta suntsikor guztiak hornitu beharko ditu ekipoaren balio-bizitzan zehar.

3.4. SEINALEAK:

• Kokapen-kartelak, norabide-seinaleztapeneko kartelak, babestutako kardio-espazioko plaka, erabilera-adierazpenak eta RCP algoritmoa (ILCOR nazioarteko seinaleztapena)
• Kartelak mantendu eta ordeztea, beharrezkoa izanez gero
• ILCOR, UNE-EN ISO 7010:2012, UNE 23032:2015, UNE 23033:1981, UNE 23034:1988 eta 23035:2003 arauak edo baliokideak bete behar ditu.
• Seinaletika guztiak gutxienez euskaraz egon beharko du, eta Azpeitiko Udalak berrikusi beharko du jarri aurretik.

3.5. GARANTÍA:

Los desfibriladores contarán con una garantía de 4 años en desfibriladores, materiales y mano de obra, y 1 año para las baterías.

4. ASEGURUAK:

Kontratuak erantzukizun zibileko aseguru bat barne hartuko du, 2.000.000 euroko gutxieneko estaldurarekin (BI MILIOI EURO).

5. PRESTAKUNTZA:

Enpresa esleipendunak, bere baliabideekin edo kanpoko baliabideekin, instalazioetako medikuak ez diren langileak egiaztatzeko beharrezko jarduerak antolatu beharko ditu, urtarrilaren 23ko 8/2007 Dekretuan eta Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 14ko 337/2010 Dekretuan jasotako dekretu horren aldaketetan ezarritakoaren arabera.

Kontratua sinatzen denean, esleipendunari emango zaizkio prestakuntza emango den lekuak eta prestatuko diren pertsonen zerrenda. Enpresaren ardura izango da ikastaroak ematea.

Hasierako prestakuntza eta, beraz, langileen akreditazioa amaituta egon beharko dira gailuak abian jarri aurretik.

Desfibriladorea instalatzen den zentro bakoitzeko bi pertsona trebatuko dira, gehienez 20 pertsona.

Era berean, enpresa lizitatzaileak lehen sorospenei eta oinarrizko bizi-euskarriari buruzko online ikastaroak egiteko aukera eskainiko die gainerako langileei, KDEA erabiliz.

Enpresa esleipendunak ikastaroa gainditu izana egiaztatzen duten diplomak eta material teoriko gisa eskuliburuak emango dizkie haiekin prestakuntza hori egiten duten langileei.

6 DESFIBRILADOREEN KOKAPENA:

KBEak honako kokaleku hauetan kokatuko dira:

- Udal kiroldegia (Artzubia etorbidea, 32).
- Garmendipe futbol zelaia (Artzubia etorbidea, 30).
- Udal igerilekuak (Salbe auzoa, 13).
- Izarraitz pilotalekua (Goiko kalea, 12).

- Soreasu kulturgunea (Soreasu auzoa, 1).
- Udaltzaingoaren patruila-autoa.
- Udaltzaingoaren bigarren patruila-autoa.
- Zezen-plaza (Artzubia etorbidea, 21).
- Eskalada lokala (Urola kalea, 6)
- Xoxote mendiko babeslekua.

Kontratua gauzatzen hasteko epea ezingo da izan 15 egun baliodunekoa baino luzeagoa, behin betiko esleipena jakinarazten denetik kontatzen hasita.

7. INGURUMEN-ALDERDIAK

Enpresa esleipenduna arduratuko da kontratazio-aldian KBEak erabiltzeagatik, kontserbatzeagatik eta mantentzeagatik sortzen den hondakin orori legez dagokion destinoa emateaz.

8. KANPOKO DESFIBRILADORE ERDIAUTOMATIKOEN INSTALAZIOAREN JAKINARAZPEN OFIZIALA

Esleipendunak KESen instalazioaren, horien erabileraren eta erretiratzearen berri emango dio osasun-arloan eskumena duen sailari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren urtarrilaren 27ko 9/2015 Dekretuan ezarritako jarraibideen arabera.

9. LIZITATZAILEEK AURKEZTUTAKO ESKAINTZA BALORATZEKO BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA

Lizitatzaileek honako atal hauetako bakoitzari dagokion informazioa jaso beharko dute kontratazio honen xede diren ekipoetarako:

- Ekipoen deskribapena eta 3.1 eta 3.2 ataletan adierazitako ezaugarriak betetzea.
- Eskainitako prestakuntza-plana.

- Desfibriladore, material, eskulan eta baterietarako eskainitako bermeak.
- Ekipoek eskatzen dituzten mantentze-lanen deskribapena eta maiztasuna.

Azpeitian 2022ko azaroaren 8an,

Paul Arrese Foruria
Udal Ingeniaria