

Suministro de un videoprocador compatible con ecoendoscopio Pentax para el servicio de aparato digestivo de la Osi Bilbao Basurto.

**Suministro de un videoprocador compatible con ecoendoscopio
Pentax para el servicio de aparato digestivo de la Osi Bilbao Basurto
2023/00821**

Contenido

I. Objeto	2
II. Prescripciones generales.	2
III. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado	3

Suministro de un videoprocesador compatible con ecoendoscopio Pentax para el servicio de aparato digestivo de la Osi Bilbao Basurto.

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento negociado por exclusividad para el Suministro de un videoprocesador compatible con ecoendoscopio Pentax para el servicio de aparato digestivo de la Osi Bilbao Basurto.

El motivo de la utilización del procedimiento negociado es el siguiente:

*Artículo 168. a) 2º Cuando las **obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado**, por alguna de las siguientes razones: ... que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.*

La adquisición de este equipamiento se debe a la baja de uno de los procesadores por la rotura del mismo.

Lote	Descripción Lote	Precio ud. (sin IVA)	Ud.	Total licitación (sin IVA)	Total licitación (con IVA)
1	Suministro videoprocesador compatible con ecoendoscopio Pentax	42.956,15 €	1	42.956,15 €	51.976,94 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir

II. Prescripciones generales.

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en el apartado de "Especificaciones Técnicas".

Deberá proporcionarse la máxima descripción del producto, hojas de datos técnicos, y toda aquella documentación/ información que el licitador considere oportuno para la valoración de la oferta. La falta de información, ausencia de hojas de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podrá ser motivo de que la oferta no sea valorada.

Se adjuntará un programa de asistencia técnica en la puesta en marcha de los equipos, relacionado con el uso eficiente de los mismos y la resolución de dudas y problemas que pudieran surgir en el inicio de puesta en servicio.

Suministro de un videoprocador compatible con ecoendoscopio Pentax para el servicio de aparato digestivo de la Osi Bilbao Basurto.

En todos los casos, el equipamiento ofertado debe ser totalmente compatible con el sistema de información de la Osi Bilbao Basurto. Corre a cargo del licitador realizar la completa integración con el mismo.

En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

El equipamiento deberá incluir siempre los elementos y dotación necesarios para su correcto funcionamiento.

Se adjuntará un programa de Formación de Personal (a efectuar en fecha posterior a la entrega de los equipos) para llegar al adiestramiento del equipo humano que posteriormente debe hacerse cargo del equipamiento sobre: uso, manejo y mantenimientos de usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y facultativos; según cada caso. Especificar metodología, número de personas, lugar y duración del mismo.

III. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

Los licitadores, en su oferta técnica deberán acreditar el cumplimiento de cada una de las características mínimas exigidas en este apartado,

Todos los catálogos e información técnica sobre el producto deberán estar en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma.

Cumplimiento requisitos mínimos exp 2023/00821 Suministro de un videoprocador compatible con ecoendoscopio Pentax para el Servicio de aparato digestivo de la OSI Bilbao Basurto

Requisitos mínimos Lote 1 Videoprocador compatible con ecoendoscopio Pentax (1 ud)

1. Alta definición nativa 4K progresiva
2. Pantalla táctil de alta resolución customizable para cada usuario con funciones personalizadas de modo intuitivo.
3. Posibilidad de grabación de video en Alta Definición e imagen estática a través de los puertos USB del propio procesador.
4. Fuente de luz LED compuesto por luces LED con capacidad de máxima intensidad de luz blanca de observación normal con posibilidad de cromoendoscopia virtual.
5. Balance de blancos automático. No es necesario realizar un balance de blanco cada uso del mismo.

Suministro de un videoprocesador compatible con ecoendoscopio Pentax para el servicio de aparato digestivo de la Osi Bilbao Basurto.

Cumplimiento requisitos mínimos exp 2023/00821 Suministro de un videoprocesador compatible con ecoendoscopio Pentax para el Servicio de aparato digestivo de la OSI Bilbao Basurto

- | |
|---|
| 6. Ajuste de brillo y luminosidad automático |
| 7. Zoom electrónico de hasta 1,5x |
| 8. Posibilidad de trabajo con 2 imágenes simultáneas en las que se pueda comparar en tiempo real la visión endoscópica normal y la visión endoscópica aplicando filtros ópticos y electrónicos de detección de lesiones |
| 9. DICOM NATIVO para exportación de imágenes al PACS del Hospital y gestión de listas de trabajo |
| 10. Programación de funciones a realizar desde los botones del endoscopio |
| 11. Regulación de intensidad de luz, color y bomba de insuflación |
| 12. Salidas de video analógica: Y/C , Video Out Salidas de video Digitales: 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, DVI |
| 13. Posibilidad de Estadiaje de enfermedades inflamatorias intestinales |
| 14. Posibilidad de detección de lesiones intestinales por hipoxia |
| 15. Compatibilidad con los VideoEcoendoscopios existentes en el servicio. |
| 16. Compatibilidad total con sistemas de Inteligencia Artificial vinculada a los ecoendoscopios del servicio. |

Bilbao a 27 de marzo de 2023



Fdo.: Ángel José Calderón García
Jefe de servicio aparato digestivo.
Unidad de endoscopia digestiva.
OSI Bilbao Basurto.