Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

2020ZAUN0028

Egun honetako Alkatetza Lehendakaritzaren 165 zk. ebazpenaren bidez Onartua.

Aprobado por la Alcaldía Presidencia por resolución nº 165 de este día

SUMINISTRO, INSTALACIÓNY MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES PARA DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE IRUN.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

***ARLO SUSTATZAILEA* / ÁREA PROMOTORA**	EROSKETA ETA EKIPAMENDUAK / COMPRAS Y EQUIPAMIENTOS
***ESPEDIENTE KODEA* / CÓDIGO EXPEDIENTE**	2020ZAUN0028

1. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente contrato se compone de **dos lotes**:

El LOTE I consiste en la contratación del suministro, instalación y mantenimiento de 17 desfibriladores, para su instalación en 17 asociaciones de vecinos de Irun. En el Anexo I de este documento se incluye las ubicaciones de los diversos centros. Igualmente se solicitan los precios unitarios de fungibles (baterías y electrodos) por si es necesario su ampliación, así como de cursos de formación adicionales, por si fueran requeridos.

Todos los equipos y servicios ofertados deberán cumplir con las exigencias requeridas en materia normativa, de calidad, documental, formativa y de señalización.

Este LOTE I contempla:

- Suministro e instalación de desfibriladores semiautomáticos (DESA´s), junto con sus fungibles (electrodos, baterías…), cabinas, sistemas de conexión con servicios de emergencia…
- Un mantenimiento preventivo y correctivo anual, incluyendo calibración e inspección técnica del equipo de los nuevos desfibriladores suministrados objeto del lote I
- Formación presencial sobre el funcionamiento de DESA

El LOTE II consiste en el mantenimiento de todos los desfibriladores del Ayuntamiento de Irun, solicitándose además precios unitarios de fungibles (baterías, electrodos, …), así como cursos de formación, en caso de necesidad.

Junto con el mantenimiento y calibración, la empresa adjudicataria deberá ser quien realice todos los trámites de publicación y actualización de datos de los desfibriladores instalados, según la normativa vigente, con objeto de garantizar el correcto estado de los equipos y la actualización de todos los datos de los diversos desfibriladores propiedad del Ayuntamiento de Irun.

2. ANTECEDENTES Y OBJETO:

LOTE I

El Ayuntamiento de Irun dispone de varios locales cedidos actualmente a Asociaciones de vecinos de Irun. Son centros a los que pueden asistir una gran cantidad de personas, bien usuarios o público en general, por lo que se considera necesario dotarlos de medios materiales necesarios para proteger su salud. Por este motivo, se pretende la adquisición de un equipo desfibrilador completo para cada una de las asociaciones de vecinos de Irun.

Se adjunta como "Anexo I - Ubicación desfibriladores" la ubicación de los 17 desfibriladores previstos, junto con el nombre de la Asociación correspondiente y la dirección correspondiente.

LOTE II

El Ayuntamiento de Irun dispone actualmente de un total de 31 desfibriladores repartidos en el Municipio de Irun. La empresa adjudicataria de este lote 2 deberá encargarse del mantenimiento completo de los desfibriladores propiedad del Ayuntamiento de Irun.

Se adjunta un documento "Anexo III- Desfibriladores Ayuntamiento de Irun" en el que se indican los principales datos de cada uno de los desfibriladores en uso.

Dentro del lote II, la empresa deberá ofertar precios unitarios para los siguientes elementos:

- Mantenimiento, calibración y actualización de la información de cada uno de los desfibriladores del Ayuntamiento de Irun.
- Curso de formación presencial
- Electrodos para Adultos
- Electrodos pediátricos
- Batería

Los productos ofertados deberán ser compatibles con los equipos instalados y deberán ser productos originales. El curso de formación deberá cumplir como mínimo con los requisitos solicitados en las características solicitadas para el curso de formación del LOTE I.

3. ALCANCE DEL CONTRATO:

El expediente se plantea en base a valor máximo del contrato, en base a los precios ofertados para los ítems solicitados, no constituyendo un compromiso por parte del Ayuntamiento de Irun la contratación del total de los artículos solicitados, sino en base a las necesidades municipales.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

LOTE I

La empresa ofertante deberá ofertar un precio unitario que incluya todos los aspectos mencionados en el Pliego Técnico, incluyendo el suministro de cada uno de los equipos, instalación del aparato y cabina, puesta en marcha.

LOTE II

Las empresas deberán ofertar un precio unitario para cada uno de los elementos del Anexo II "Lote II – Listado de Precios Unitarios". Todos los elementos fungibles solicitados deberán de ser compatibles con los equipos actuales recogidos en el Anexo II y de características similares a los exigidos en el Lote I.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESFIBRILADORES – LOTE I

A continuación se recogen las características técnicas mínimas aproximadas de los equipos objeto de ambos lotes.

A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESFIBRILADORES

Los desfibriladores semiautomáticos, para uso por personal no sanitario, deberán de cumplir los siguientes requisitos mínimos aproximados:

- Protocolos por voz
- Energía de descarga de acuerdo a las recomendaciones AHA/ERC:
  - Adultos 150/200 J
  - Niños 50/66J
- Capacidad mínima de 20 descargas completas y 4 horas
- Pantalla LCD con información de los protocolos de RCP (tiempos, descargas...). Indicaciones luminosas y sonoras.
- Auto chequeo diario, mensual y semestral de circuitos internos
- Electrodos preconectados para adultos y para pediátricos
- Funda y protección con asa y bandolera
- Batería sin mantenimiento de mínimo 200 descargas
- Manual de uso y tarjeta de referencia
- Entrada micro USB o por transferencia inalámbrica para la descarga de datos a PC
- Entrada de tarjeta de memoria SD para la grabación de episodios
- Resistencia al agua y partículas IP-55
- Resistencia a impactos y traslados (Certificado)
- Indicaciones sonoras informando del agotamiento de batería
- Peso inferior a los 4 kg
- Certificado CE
- Temperatura de funcionamiento entre al menos 0º-50ºC
- Humedad: 10-95% humedad relativa

B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CABINA:

Las cabinas a suministrar, en las que se ubicarán los desfibriladores, deberán ir colocadas sobre pared o sobre el suelo, según las necesidades de cada emplazamiento:

- Deberán ir colocadas sobre pared debidamente señalizadas con un grado de protección según la norma internacional IEC 60529 Degrees of Protection, de al menos IP-55, a excepción de los equipos colocados en exteriores (si los hubiere), que tendrán un grado de protección IP-66, según la norma.
- Ser estancas al agua. Preparadas para poder ser instaladas en el exterior, en la intemperie. Sin embargo, salvo circunstancias excepcionales, no se prevé la instalación de los equipos en exteriores.
- Deberán cumplir con los requisitos de seguridad aplicables según normativa. En caso de no existir, la empresa deberá garantizar mediante certificado de los fabricantes y/o auto-certificado la total seguridad del equipamiento, detallando su total responsabilidad en caso de existir incidencias.
- Disponer de activación automática de alarma sonora y luminosa tras apertura.

La empresa aportará de forma detallada las características técnicas y funcionales de las cabinas, así como los requerimientos de instalación.

Las cabinas dispondrán de instrucciones gráficas de uso en euskera y castellano y llevarán el logo del Ayuntamiento de Irun, de acuerdo a la normativa en vigor en Euskadi.

Tanto el diseño de la señalética, las instrucciones como los logos deberán ser presentados tras la adjudicación y previo a su instalación para la aprobación por parte del Ayuntamiento de Irun.

C. SISTEMAS DE CONEXIÓN:

No es necesaria la conexión a la red de emergencias 112 u a una red centralita, pero la empresa puede ofertarlo si considera necesario, no siendo obligatoria la conexión por parte del Ayuntamiento de Irun, por lo que el equipo debe resultar totalmente funcional sin dicha conexión.

Para la obtención de la información de los desfibriladores, la empresa deberá incluir el software de descarga de datos con el que poder realizar la descarga de una forma ágil y sencilla de todos los archivos.

Se valorará que los desfibriladores tengan la opción de grabación de voz desde el momento en el que se empieza a hacer uso de los mismos, pudiendo descargar posteriormente estos archivos.

La empresa deberá presentar documentación con las características técnicas y funcionales de los sistemas de conexión (si los hubiere), así como de los requerimientos de instalación.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

D. EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN:

Toda la señalética deberá cumplir con la normativa del País Vasco y política lingüística.

- Vitrina verde con logos "DESA" con alarma de apertura de puerta.
- Dotada con código BIDI que incluya explicaciones sobre el uso del equipo.
- Cartel de poliestileno o similares adhesivo DESA homologado.
- Cartel tridimensional señalización DESA.
- Cartel adhesivo instrucciones DESA - RCP en español.
- Cartel adhesivo instrucciones DESA - RCP en euskera.
- Cartel adhesivo 112 Osakidetza.

Se valorará la inclusión en la oferta de cartelería adicional por parte de la empresa al Ayuntamiento de Irun, para la reposición de aquellos carteles que por el paso de tiempo o por deterioro necesiten ser sustituidos.

E. KIT RCP

El Kit RCP deberá incluir:

- Mascarilla boca a boca con cámara y válvula anti retorno
- Tijera de acero inoxidable con mango de plástico
- Rasuradora esterilizada
- Juego de guantes talla estándar
- Juego de toallitas desinfectantes

F. INSTALACIÓN Y SERVICIOS INCLUIDOS:

- Instalación por técnico autorizado por fabricante in-situ en cada Asociación de vecinos
- Todos los gastos del proceso de instalación y anclaje correrán a cargo del adjudicatario.
- Alta de las instalaciones en el Gobierno Vasco según la normativa vigente

5. CONDICIONES TÉCNICAS OTROS EQUIPOS – LOTE I Y LOTE II

A. ELECTRODOS:

Los electrodos ofertados por la empresa deberán ser originales y de primera calidad. La empresa, según los modelos de los desfibriladores, deberá suministrar los electrodos compatibles con cada equipo. Se deberán suministrar tanto para adultos como para niños.

B. BATERÍAS

Las baterías ofertadas por la empresa deberán ser originales y de primera calidad. La empresa, según los modelos de los desfibriladores, deberá suministrar las baterías compatibles con cada equipo y homologadas por el fabricante de los equipos desfibriladores.

C. BATERÍAS RECARGABLES Y CARGADORES

Se incluye en el lote II la posibilidad de contratar para algún emplazamiento baterías recargables. Las baterías recargables ofertadas así como los cargadores deberán ser originales, de primera calidad y compatibles con los modelos de los desfibriladores que dispone el Ayuntamiento de Irun. Tanto las baterías recargables como los cargadores deberán tener una duración alta.

EL cargador deberá venir con todos los elementos necesarios para uso (cargador + cable de alimentación).

Las baterías recargables deberán garantizar como mínimo una duración por un periodo mínimo de 3 años en condiciones normales de uso.

D. FORMACIONES - CURSOS

Cada curso de formación deberá cumplir con las condiciones mínimas solicitadas en el apartado *7.FORMACIÓN*.

6. MANTENIMIENTO LOTE I Y LOTE II

El adjudicatario se responsabilizará de prestar el correspondiente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipamiento instalado durante la vigencia del contrato. Cada mantenimiento preventivo deberá incluir la calibración del equipo, mantenimiento preventivo y correctivo y emisión del certificado de inspección técnica.

Durante este periodo, la empresa suministradora será la encargada de la revisión, mantenimiento y reposición de los elementos de todos los equipos y dispositivos instalados.

El servicio de mantenimiento deberá cubrir la asistencia técnica tanto en el mantenimiento preventivo como en la reparación de averías.

El mantenimiento deberá realizarse por personal específico y cualificado.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo del equipamiento deberá garantizar en todo momento el correcto funcionamiento del sistema, y se compondrá de:

- Calibración y certificación de cada equipo, incluyendo los informes pertinentes.
- Revisiones anuales "in situ" de todo equipamiento incluyendo las relativas a la verificación/calibración de los equipos desfibriladores, así como de las cabinas y de todos los elementos instalados por la empres (incluida señalización).

Tras la realización de tales revisiones se emitirán los correspondientes informes que describan las comprobaciones realizadas y certifiquen el correcto estado de los mismos tras realizar las correcciones y ajustes necesarios. Se deberá mantener actualizada la información relativa a todos los equipos desfibriladores, incluyendo la información sobre los números de serie y caducidad de los fungibles, así como la ubicación de los diversos equipos.

Las actuaciones de software de los equipos debidas a recomendaciones internacionales o actualizaciones que pudieran ser necesarias durante el periodo de vigencia de la garantía, deberán ser realizas por la empresa, sin cargo adicional.

B. REPARACIÓN DE AVERÍAS

La reparación de averías y reposición de elementos fungibles utilizados, deberá realizarse en un plazo no superior a 48 horas tras la detección de la avería y/o notificación de la incidencia.

C. SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS

Si los desfibriladores que tuvieran que ser retirados para realizar calibraciones, reparaciones o verificaciones, la empresa será la responsable de realizar la sustitución de los equipos con otros de las mismas características, hasta la recepción de los originales reparados.

La empresa asume la responsabilidad y costos asociados con la tramitación de garantías, envío, recepción y sustitución de equipos.

D. INSPECCIONES

Las inspecciones incluirán como mínimo las siguientes actuaciones:

- Examen detallado de la instalación y del equipo.
- Inspección del funcionamiento del D.E.S.A.
- Comprobación del estado de su ubicación, así como su idoneidad.
- Comprobación del estado y caducidad de la batería, y su sustitución por caducidad o agotamiento.
- Comprobación del estado y caducidad de los electrodos y parches de desfibrilación, y su sustitución por uso o caducidad.
- Comprobación del sistema auto-test del equipo.

- Actualizaciones, sin coste adicional, del software del equipo. La empresa deberá mantener los equipos actualizados con la última versión disponible.
- Recopilación de datos tras el uso del desfibrilador.
- Actualización de la información en el Gobierno Vasco
- Envío de la información actualizada al Ayuntamiento de Irun sobre números de serie y caducidades de los diversos elementos

La empresa deberá realizar un informe por cada aparato, facilitando una copia al Ayuntamiento de Irun.

7. FORMACIÓN

LOTE I

La empresa deberá realizar actividades formativas para la capacitación de las personas usuarias de los emplazamientos en dónde se han colocado los equipos o en su defecto, en el local indicado por el Ayuntamiento de Irun

Se realizará una formación por cada emplazamiento (17). El Ayuntamiento de Irun facilitará las ubicaciones dónde poder realizar estas formaciones y le empresa deberá presentar una propuesta de plan de formación para la impartición de las mismas. Se incluye en el Anexo I la ubicación de las diversas asociaciones vecinales.

La empresa ofertante deberá estar acreditada para impartir la formación. Se valorará la posibilidad de poder contar con material audiovisual o posibilidades de cursos adicionales on-line para las personas que no puedan asistir al curso de formación presencial.

LOTE I Y II

La empresa deberá presentar un plan de formación incluyendo como mínimo los siguientes aspectos, que deberán estar detallados de una manera clara.

- Recursos personales
- Materiales
- Acciones
- Tiempos de docencia
- Cronogramas

Esta formación deberá ser coherente, y deberá ser aprobada por la persona responsable del Ayuntamiento de Irun. Deberá combinar formación teórica (aproximadamente un 30%) y práctica (aproximadamente un 70%)

La formación tendrá una duración mínima de 1,5 horas y máxima de 3 horas.

Durante cada curso se garantizará la presencia física de, al menos, un docente por cada curso, que posea la titulación adecuada para la impartición de la formación.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

8. INTERLOCUTOR DEL SUMINISTRO (LOTE I Y LOTE II)

El adjudicatario designará antes del comienzo del servicio una persona, denominada Interlocutor del Suministro, que será el interlocutor principal con el Ayuntamiento de Irun y gestionará la buena marcha del contrato, desde el momento de la instalación, hasta la finalización del contrato. Esta persona deberá encargarse de supervisar el cumplimiento y buen resultado final de los trabajos así como de las formaciones y mantenimientos.

9. NORMATIVA LOTE I Y LOTE II

Los artículos ofertados deberán cumplir con:

- DECRETO 9/2015, de 27 de Enero, por el que se regula la instalación y uso de desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos y se establece la obligatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público externos al ámbito sanitario.
- Ley 8/1997 de ordenación sanitaria de Euskadi.
- Decreto 4/2018, de 22 de enero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario (2018/1227)
- UNE-EN 60601-2-4:2011. Equipos electromédicos. Parte 2-4: Requisitos particulares para la seguridad básica y características de funcionamiento esencial de desfibriladores cardíacos.
- UNE-EN 60601-1-1:2002. Equipos electromédicos. Parte1: Requisitos generales para la seguridad. Sección 1: Normas colaterales.
- Requisitos de seguridad para sistemas electromédicos. UNE-EN 60601-1-2:2008 CORR: 2010. Equipos electromédicos. Parte 2-4: Requisitos generales para la seguridad básica y características de funcionamiento esencial. Norma colateral: Compatible electromagnética. Requisitos y ensayos.
- UNE-EN 62353:2009. Equipos eletromédicos. Ensayos recurrentes y ensayos después de reparación del equipo electromédico.

Si alguna norma fuese revisada durante el periodo de contrato, la empresa será responsable de cumplir con la nueva normativa de aplicación.

A su vez, será aplicable a los equipos:

- Marcado CE según lo establecido en el Anexo II de la Directiva 93/42/CEE para los D.E.S.A. y electrodos.
- Declaración de conformidad CE (D.E.S.A y electrodos)
- Anotación en el registro de comunicación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en base a lo establecido en el art. 22 del R.D. 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
- Certificado ISO 9001:2008

10. GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS LOTE I Y LOTE II

El ofertante deberá incluir una garantía por un mínimo de 2 años para todos los productos ofertados (DESA, electrodos, baterías...)

La garantía de los equipos, a todos los efectos, cubrirá los errores de funcionamiento imputables a defectos de fabricación del aparato y sus componentes o a su instalación.

La empresa garantizará expresamente la calidad del material suministrado, respondiendo de las consecuencias que produzcan las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones en la realización de los trabajos contratados.

La empresa también será responsable de todo daño o perjuicio que se cause a terceras personas o casas durante el suministro de los elementos objeto del contrato, o del funcionamiento de los equipos como consecuencia de posibles deficiencias que pudieran detectar en el momento de la entrega o instalación, que no hubiesen sido subsanadas y que le sea imputable, debiendo reparar o indemnizar los daños causados.

La empresa será responsable de gestionar y realizar los trámites necesarios para hacer efectivas las correspondientes garantías en caso necesario.

11. PLAZO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO

LOTE I

El plazo de suministro será el siguiente, contado a partir del siguiente día al de la formación del contrato:

- 3 meses para 10 desfibriladores
- 6 meses para los 7 desfibriladores restantes

La ubicación definitiva de los equipos suministrados será propuesta por la empresa adjudicataria, teniendo que ser aprobada por el Ayuntamiento de Irun. La elección de orden de suministro e instalación de los desfibriladores será consensuada entre el Ayuntamiento de Irun y la empresa.

Se entenderá por entrega, la instalación y puesta en marcha del equipo, incluidas las pruebas de validación, realización de los controles necesarios para su uso inmediato. Además, deberá quedar perfectamente colocada toda la señalética en base a las especificaciones del pliego técnico y a la normativa vigente.

LOTE II

El plazo máximo de suministro de los electrodos y baterías será de 5 días laborales.
El plazo máximo desde la solicitud del curso hasta la fecha de impartición del mismo será de 1 mes, siempre y cuando el Ayuntamiento no solicite una fecha posterior 1 mes.



12. CONDICIONES GENERALES LOTE I Y LOTE II

La empresa se compromete a:

- La inscripción en cualesquiera registros obligatorios existentes (Gobierno Vasco...) en el presente, o cualesquiera registros obligatorios que se pudieran instaurar en un futuro durante el periodo de vigencia del contrato, respecto de la instalación y uso de los equipos desfibriladores suministrados.
- La empresa tendrá la obligación de guardar hasta la finalización del contrato todos los datos registrados, con el fin de garantizar la trazabilidad de las actividades y actuaciones. Una vez finalizado el contrato, la empresa deberá aportar tales datos al Ayuntamiento de Irun.
- Realizar la instalación y puesta en marcha de los equipos desfibriladores.
- Disponer de un servicio técnico con respuesta a la atención de incidencias.
- Los artículos objeto del contrato, deberán ser transportados hasta los lugares de instalación, reparación o mantenimiento, sin coste adicional alguno.
- La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo del contrato, realizará las pruebas necesarias que acrediten el funcionamiento del equipo suministrado, quedando reflejada en Acta debidamente firmada, acreditando tanto la correspondencia del equipo y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada, cómo la correcta instalación y puesta en funcionamiento del mismo.

13. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES – LOTE I Y LOTE II

Deberá ser de obligado cumplimiento la adecuada gestión y tratamiento de cualquier clase de residuos así establecidos por el ordenamiento jurídico vigente.

Las características del equipamiento, desde el punto de vista medioambiental, serán como mínimo, las siguientes:

- El embalaje debe estar fabricado con materiales reciclables (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.
- En lo relativo al suministro e instalación, la empresa adjudicataria será responsable de la recogida y gestión adecuada de los residuos generados durante la instalación, comprometiéndose a una adecuada gestión final de los embalajes producidos en el suministro y colocación de los equipos, teniéndose que garantizar como mínimo la recogida selectiva de los mismos.

2020ZAUN0028

14. SEGURIDAD Y SALUD- LOTE I Y LOTE II

El Adjudicatario deberá de tener debidamente asegurado a todo el personal a su cargo, según la vigente normativa sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

El Adjudicatario dotará a su personal de tantos equipos de protección individual y colectiva que sean necesarios, a fin de lograr la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su

actividad, debiendo observar el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad de Higiene en el trabajo, así como los Servicios médicos necesarios.

Irun, 21 de Septiembre de 2020

La Jefa de Compras y Equipamientos

Mónica Casla Salazar

Ayuntamiento Udala
Irun
www.irun.org

2020ZAUN0028

Egun honetako Alkatetza Lehendakaritzaren ebazpenaren bidez Onartua. 165 zn.

Aprobado por la Alcaldía Presidencia por resolución 165 de esta fecha

IRUNGO HAINBAT LEKUTARAKO DESFIBRILADOREAK HORNITZEA, INSTALATZEA ETA MANTENTZEA.
BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

ARLO SUSTATZAILEA	EROSKETA ETA EKIPAMENDUAK
ESPEDIENTE KODEA	2020ZAUN0028

1. OBJETO DEL KONTRATUAREN XEDEA:

Bi lotek eratzen dute kontratu honen xedea:

Hauek dira I. LOTEA osatzen dutenak : 17 desfibriladoreren hornidura, instalazioa eta mantentze-lanak kontratatzea, Irungo 17 auzo-elkartetan instalatzeko. Dokumentu honen I. eranskinean zentroen kokalekuak jasotzen dira. Era berean, suntsikorren (bateriak eta elektrodoak) prezio unitarioak eskatzen dira, handitzea beharrezkoa bada, baita prestakuntza-ikastaro osagarrienak ere, horrelakorik behar izanez gero..

Eskainitako ekipo eta zerbitzu guztiek araudiari, kalitateari, dokumentazioari, prestakuntzari eta seinaleei dagokienez eskatzen diren eskakizunak bete beharko dituzte.

I. LOTEAN hauek sartzen dira:

- Desfibriladore erdiautomatikoen hornidura eta instalazioa (DESA´s), baita horien suntsikorrak (elektrodoak, bateriak), kabinak eta larrialdi-zerbitzuekin konektatzeko sistemak ere.
- Ekipamendu guztiaren urteroko mantentze prebentiboa eta zuzentzailea, I. lotearen xede diren eta hornituko diren desfibriladore berrien taldearen kalibratzea eta ikuskaritza teknikoa barne daudela.
- DESAren funtzionamenduari buruzko prestakuntza in situ.

II. LOTEAN Irungo Udaleko desfibriladore guztien mantentze-lanak sartzen dira, eta, gainera, suntsikorren prezio unitarioak eskatzen dira (bateriak, elektrodoak,...), bai eta prestakuntza-ikastaroak ere, behar izanez gero.

Mantentze- eta kalibratze-lanekin batera, enpresa esleipendunak egin beharko ditu instalatutako desfibriladoreen datuak argitaratzeko eta eguneratzeko izapide guztiak, indarrean dagoen

araudiaren arabera, ekipoen egoera egokia bermatzeko eta Irungo Udalaren jabetzakoak diren desfibriladoreen datu guztiak eguneratzeko.

2. AURREKARIAK ETA XEDEA:

I. LOTEA

Irungo Udalak hainbat lokalen lagapena egin die Irungo auzo elkarteei. Zentro horietara pertsona asko joaten dira, erabiltzaileak zein publikoa oro har, eta beharrezkoa da zentro horiek beren osasuna babesteko behar dituzten baliabide materialez hornitzea. Hori dela eta ekipo desfibrilatzaile oso bat erosi nahi da Irungo auzo elkarte bakoitzarentzat.

"I. eranskina - Desfibriladoreen kokapena" gisa erantsi da 17 desfibriladoreren kokapena, dagokion elkartearen izenarekin eta helbide zehatzarekin batera.

II. LOTEA

Irungo Udalak 31 desfibriladore ditu gaur egun Irungo udalerrian banatuta. 2. lotearen enpresa esleipenduna arduratu beharko da Irungo Udalaren jabetzako desfibriladore guztiez mantentzeaz.

"III. Eranskina - Irungo Udalaren desfibriladoreak" izeneko dokumentu bat eransten da, erabiltzen den desfibriladore bakoitzaren datu nagusiak jasotzen dituena.

II. lotearen barruan, enpresak unitateko prezioak eskaini beharko ditu honako elementu hauetarako:

- O Irungo Udaleko desfibriladore bakoitzari buruzko informazioa mantentzea, kalibratzea eta eguneratzea.
- O Aurrez aurreko prestakuntza-ikastaroa
- O Helduentzako elektrodoak
- O Elektrodo pediatrikoak
- O Bateria

Eskaintzen diren produktuek instalatutako ekipoekin bateragarriak izan beharko dute, eta jatorrizko produktuak izan beharko dute. Prestakuntza-ikastaroak, gutxienez, I. LOTEKO prestakuntza-ikastarorako eskatutako ezaugarriak bete beharko ditu.

3. KONTRATUAREN IRISMENA:

Espedientea kontratuaren gehieneko balioan oinarrituta planteatzen da, eskatutako itemetarako eskainitako prezioetan oinarrituta, eta Irungo Udalak ez du eskatutako artikulu guztiak kontratatzeko konpromisorik hartzen, baizik eta udalaren beharrizanen arabera planteatzen dira.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

I. LOTEA

Eskaintza egiten duen enpresak prezio unitario bat eskaini beharko du, Plegu Teknikoan aipatutako alderdi guztiak barne hartzen dituena, ekipo bakoitzaren hornidura, gailua eta kabina instalatzea eta martxan jartzea barne.

II. LOTEA

Enpresek prezio unitario bat eskaini beharko dute II. eranskineko ("II. lotea – Unitate-prezioen zerrenda") elementu bakoitzerako. Eskatutako elementu suntsikor guztiek bateragarriak izan beharko dute II. eranskinean jasotako egungo ekipoekin, eta I. lotean eskatutakoen antzeko ezaugarriak izan beharko dituzte.

4. DESFIBRILADOREEN EZAUGARRI TEKNIKOAK – I. LOTEA

Ondoren jasotzen dira bi loteetako xede diren ekipoek, gutxi gorabehera, bete behar dituzten gutxieneko baldintzak:

A. DESFIBRILADOREEN EZAUGARRI TEKNIKOAK

Desfibriladore erdiautomatikoek, langile ez-sanitarioek erabiltzeko, gutxieneko baldintza hauek bete beharko dituzte, gutxi gorabehera:

- Ahots bidezko protokoloak
- Deskarga-energia, AHA/ERC gomendioen arabera:
  - Helduak 150/200 J
  - Haurrak 50/66J
- Gutxienez 20 deskarga oso eta 4 orduko edukiera.
- LCD pantaila, BBB protokoloen informazioarekin (denborak, deskargak...). Argi- eta soinu-argibideak.
- Barne-zirkuituen eguneroko, hileko eta sei hileko auto-azterketa
- Helduentzat eta pediatrikoentzat aurrez konektatutako elektrodoak
- Heldulekua eta bandolera dituen zorroa eta babesa
- Gutxienez 200 deskargako bateria, mantentze-lanik gabe
- Erabilera-eskuliburua eta erreferentzia-txartela
- USB Mikro sarrera edo haririk gabeko transferentzia, datuak PCra deskargatzeko
- Gertaerak grabatzeko memoria SD txartela sartzea
- Uraren eta IP-555 partikulei erresistentzia
- Inpaktuekiko eta lekualdaketekiko erresistentzia (ziurtagiria)
- Soinu-seinaleak, bateriaren akiduraren berri emateko
- 4 kg-tik beherako pisua
- CE ziurtagiria
- Gutxienez 0º-50ºC arteko funtzionamendu-tenperatura
- Hezetasuna: % 10-95 hezetasun erlatiboa

B. KABINAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK

Hornitu beharreko kabinak (bertan desfibriladoreak kokatuko dira), hormaren edo lurzoruaren gainean jarri beharko dira, leku bakoitzaren beharren arabera:

- Hormaren gainean jarri beharko dira, behar bezala seinaleztatuta, IEC 60529 Degrees of Protection nazioarteko arauaren arabera gutxienez IP-55 babes-mailarekin, kanpoaldean jarritako ekipoak izan ezik (halakorik balego), horiek IP-66 babes-maila izango baitute, arauaren arabera.

- Urarentzat iragazgaitzak izan beharko dute. Kanpoan, aire zabalean, jartzeko presatuta egon beharko dute. Hala ere, salbuespenak alde batera utzita, ez da aurreikusten ekipoak kanpoaldean instalatzea.

- Araudiaren arabera, aplikagarriak diren segurtasun-baldintzak bete beharko dituzte. Halakorik ez badago, enpresak ekipamenduaren segurtasun osoa bermatu beharko du fabrikatzaileen ziurtagiriaren eta/edo auto-ziurtagiriaren bidez, eta gorabeherarik egonez gero, erantzukizun osoa duela zehaztu beharko du.
- Ireki ondoren, soinu- eta argi-alarma automatikoki aktibatzea.

Enpresak xehetasunez emango ditu kabinen ezaugarri teknikoak eta funtzionalak, bai eta instalazio-eskakizunak ere.

Kabinek erabilera-jarraibide grafikoak izango dituzte, euskaraz eta gaztelaniaz, eta Irungo Udalaren logoa eramango dute, Euskadin indarrean dagoen araudiaren arabera..

Seinaleztapena, jarraibideak eta logotipoak esleipenaren ondoren eta instalatu aurretik aurkeztu beharko dira, Irungo Udalak onar ditzan.

C. KONEXIO-SISTEMAK:

Ez da beharrezkoa larrialdietako 112ra edo beste telefonoguneren batera konektatzea, baina enpresak hori eskaini dezake beharrezkotzat joz gero. Irungo Udalaren aldetik, konexioa ez da nahitaezkoa; beraz, ekipoak erabat funtzional izan behar du aipatutako konexiorik gabe.

Desfibriladoreei buruzko informazioa lortzeko, enpresak datuak deskargatzeko softwarea eduki beharko du, fitxategi guztiak arin eta erraz deskargatu ahal izateko.

Desfibriladoreek ahotsa grabatzeko aukera izatea baloratuko da, horiek erabiltzen hasten diren unetik, eta ondoren fitxategi horiek deskargatu ahal izango dira.

Enpresak konexio-sistemen (halakorik balego) ezaugarri tekniko eta funtzionalak jasotzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko du, bai eta instalazio-eskakizunena ere.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

D. EKIPAMENDUA ETA SEINALEZTAPENA:

Seinaleztapen guztiek bete behar dute Euskadiko arauadia hizkuntza politikari dagokionez.

- "DESA" logoa duen beira-arasa berdea, atea irekitzeko alarmarekin.
- Ekipamenduaren erabilerari buruzko azalpenak ematen dituen BIDI kodea.
- Poliestilenozko kartela edo antzekoa, DESA itsasgarri homologatuak.
- DESA seinaleztapenaren hiru dimentsioko kartela.
- DESA-RCP jarraibideen kartel itsasgarria gaztelaniaz.
- DESA-RCP jarraibideen kartel itsasgarria euskaraz.
- Osakidetzako 112 kartel itsasgarria.

Enpresak Irungo Udalari kartel osagarriak jarri ahal izateko aukera baloratuko da, denbora igarotzeagatik edo hondatzeagatik ordeztu behar diren kartelak jartzeko.

E. RCP KIT-AK

RCP Kit-ak honakoak barne hartuko beharko ditu:

- Ahoz ahoko maskara kamerarekin eta itzuleraren aurkako balbularekin
- Plastikozko kirtena duten altzairu herdoilgaitzezko guraizeak
- Ilea mozteko makina esterilizatua
- Eskularru-jokoa, estandar tamainekoa
- Toallita desinfektatzaileen sorta.

Bermea amaitutakoan, erabileragatik, narriaduragatik edo iraungitzeagatik erabili ezin diren elementu horiek hornitzeko/birjartzeko aukera baloratuko da.

F.- INSTALAZIOA ETA BARNE HARTZEN DITUEN ZERBITZUAK

- Fabrikatzaileak baimendutako teknikari batek in situ instalatzea auzotarren elkarte bakoitzean
- Instalazio-prozesuko gastu guztiak esleipendunak ordainduko ditu.
- Instalazioen alta Eusko Jaurlaritzan, indarrean dagoen araudiaren arabera.

5. BESTE EKIPO BATZUEN BALDINTZA TEKNIKOAK – I. ETA II. LOTEAK

A. ELEKTRODOAK:

Enpresak eskainitako elektrodoek originalak eta lehen kalitatekoak izan beharko dute. Enpresak, desfibriladoreen ereduen arabera, ekipo bakoitzarekin bateragarriak diren elektrodoak eman beharko ditu. Helduentzat zein haurrentzat eman beharko dira.

B. BATERIAK

Enpresak eskainitako bateriak originalak eta lehen kalitatekoak izango dira. Enpresak, desfibriladoreen ereduen arabera, ekipo bakoitzarekin bateragarriak diren bateriak hornitu beharko ditu, desfibriladoreen fabrikatzaileak homologatuta.

C. BATERIA KARGAGARRIAK ETA KARGAGAILUAK

II. lotean kargatu daitezkeen bateriak kokalekuren baterako kontratatzeko aukera jasotzen da. Eskainitako bateria kargagarriek eta kargagailuek originalak, lehen kalitatekoak eta Irungo Udalak dituen desfibriladoreen ereduekin bateragarriak izan beharko dute. Bai bateria kargagarriek bai kargagailuek iraupen handia izan beharko dute.

Kargagailuak beharrezkoak diren elementu guztiak izan beharko ditu (kargagailua + elikatze-kablea).

Bateria kargagarriek gutxienez 3 urteko iraupena bermatu beharko dute, erabilera-baldintza normaletan.

D. PRESTAKUNTZAK - IKASTAROAK

Prestakuntza ikastaro bakoitzak *PRESTAKUNTZARI buruzko 7. atalean* eskatzen diren gutxieneko baldintzak bete beharko ditu.

6. I. LOTEA ETA II. LOTEA MANTENTZEA

Esleipenduna arduratuko da kontratuaren indarraldian instalatutako ekipamendu guztiaren mantentze prebentibo eta zuzentzailearen zerbitzua emateaz. Prebentziozko mantentze-lan bakoitzean ekipoa kalibratuko da, prebentziozko eta zuzentzeko mantentzea egingo da eta ikuskapen teknikoaren agiria emango da.

Aldi horretan, enpresa hornitzailea arduratuko da instalatutako ekipo eta gailu guztien elementuak berrikusteaz, mantentzeaz eta birjartzeaz.

Mantentze-lanen zerbitzuak laguntza teknikoa eman beharko du, bai prebentziozko mantentze-lanei dagokienez, bai matxurak konpontzeari dagokionez.

Mantentzea pertsona zehatz eta gaituek egin beharko dute.

IRUNGO UDALA
IDAZKARITZA
AYUNTAMIENTO DE IRUN

A. PREBENTZIOZKO MANTENTZEA

Ekipamenduaren prebentziozko mantentze-lanak sistemaren funtzionamendu egokia bermatu beharko du une oro, eta honako osagai hauek izango ditu:

- Ekipo bakoitzaren kalibrazioa eta ziurtapena, dagozkion txostenak barne.
- Ekipamendu ororen bi urteko "in situ" berrikuspenak, desfibriladore-ekipoen egiaztapenari/kalibrazioari buruzkoak barne, baita kabinenak eta enpresak instalatutako elementu guztienak ere (seinaleztapena barne).

Berrikuspenak egin ondoren, dagozkion txostenak egingo dira, egindako egiaztapenak deskribatzeko eta, beharrezko zuzenketak eta doikuntzak egin ondoren, horiek behar bezala daudela ziurtatzeko. Ekipo desfibriladore guztiei buruzko informazioa eguneratuta eduki beharko da, suntsikorren serie-zenbakiei eta iraungipenari buruzko informazioa barne, bai eta ekipoen kokapena ere.

Bermea indarrean dagoen bitartean beharrezkoak izan daitezkeen nazioarteko gomendioen edo eguneratzeen ondorio diren ekipoen software-jarduketak enpresak egin beharko ditu, kargu gehigarririk gabe.

B. MATXURAK KONPONTZEA

Matxurak konpondu eta erabilitako elementu suntsikorrak berrezartzeko, matxura detektatu eta/edo gorabehera jakinarazi eta 48 ordu igaro baino lehen egin beharko da.

C. EKIPOAK ORDEZKATZEA

Kalibraketak, konponketak edo egiaztapenak egiteko kendu behar diren desfibriladoreen kasuan, enpresaren ardura izango da ekipoak ezaugarri bereko beste batzuekin ordeztea, konpondutako jatorrizkoak jaso arte.

Enpresak bere gain hartzen ditu bermeak izapidetzearekin, ekipoak bidaltzearekin, jasotzearekin eta ordezkatzearekin lotutako erantzukizuna eta kostuak.

D. IKUSKAPENAK

Ikuskapenetan honako lanak egin beharko dira, gutxienez:

- Instalazioa eta ekipoaren azterketa zehatza.
- DESAren funtzionamenduaren ikuskapena.
- Kokalekuaren egoera eta egokitasuna egiaztatzea.
- Bateriaren egoera eta iraungitzea egiaztatzea, eta iraungitzeagatik edo agortzeagatik ordeztea.
- Elektrodoen egoera eta iraungitzea egiaztatzea, eta iraungitzeagatik edo agortzeagatik ordeztea.
- Ekipoaren auto-test sistema egiaztatzea.

- Ekipoaren softwarea eguneratzea, inongo kostu gehigarririk gabe. Ekipoak eskuragarri dagoen azken bertsioaren arabera egokituta izan beharko ditu ekipoak.
- Desfibriladorea erabili ondorengo datuen bilketa.
- Eusko Jaurlaritzan informazioa egunean ematea
- Irungo Udalari informazio eguneratua bidaltzea, elementu guztien serie zenbakiei eta iraungitzei buruzkoa.

Enpresak tresna bakoitzari buruzko txosten bana egin beharko du eta Irungo Udalari kopia bat helarazi.

7. PRESTAKUNTZA

I. LOTEA

Ekipoak jarri diren lekuen erabiltzaileak gaitzeko prestakuntza-jarduerak egin beharko ditu enpresak, edo bestela, Irungo Udalak adierazitako lokalean.

Kokaleku bakoitzeko prestakuntza bat egingo da (17). Irungo Udalak emango du prestakuntza horiek non egin ahal izango diren, eta enpresak prestakuntza-planaren proposamen bat aurkeztu beharko dio prestakuntza horiek emateko. I. eranskinean jaso da auzo-elkarteen kokapena.

Enpresa eskaintzaileak egiaztatuta egon beharko du prestakuntza emateko. Aurrez aurreko prestakuntza-ikastarora joan ezin duten pertsonek ikus-entzunezko materiala edo on-line ikastaro gehigarriak egiteko aukera izatea baloratuko da.

I. ETA II. LOTEAK

Enpresak prestakuntza-plana aurkeztu beharko du, eta, gutxienez, alderdi hauek jaso beharko ditu, argi eta garbi zehaztuta.

- Baliabide pertsonalak
- Materialak
- Ekintzak
- Prestakuntza-denbora
- Kronogramak

Prestakuntzak koherentea izan beharko du eta Irungo Udaleko arduradunaren onarpena izan beharko du. Prestakuntza teorikoa (%30 gutxi gorabehera) eta praktikoa (%70 gutxi gorabehera) izan beharko ditu.

Prestakuntzak, gutxienez, 1,5 ordukoa izan beharko du eta, gehienez, 3 ordukoa.

Ikasturteko ikastaro bakoitzean, gutxienez, irakasle bat izango da eta irakasleek prestakuntza eskaintzeko beharrezko titulazioa izan beharko dute.

8. HORNIDURAREN SOLASKIDEA (I. ETA II. LOTEAK)

Esleipendunak zerbitzua hasi aurretik pertsona bat izendatuko du, Horniduraren solaskidea, Irungo Udalarekin solaskide nagusia izango dena, eta kontratuaren martxa egokia kudeatuko duena, instalatzen den unetik kontratua amaitzen den arte. Pertsona hori arduratuko da lanen betetze-mailaz eta azken emaitza ona ikuskatzeaz, bai eta prestakuntzaz eta mantentze-lanez ere.

9. ARAUDIA: I. LOTEA ETA II. LOTEA

Eskainitako artikuluek honako hauek bete beharko dituzte:

- 9/2015 Dekretua, urtarrilaren 27koa, kanpo-desfibriladore automatiko eta erdiautomatikoen instalazioa eta erabilera arautzen dituena eta horiek osasun-esparrutik kanpoko erabilera publikoko gune jakin batzuetan jartzea nahitaezkoa dela ezartzen duena.

- 8/1997 Legea, Euskadiko antolamendu sanitarioari buruzkoa.
- 4/2018 Dekretua, urtarrilaren 22koa, kanpo-desfibriladore automatizatuen erabilera osasun-esparrutik kanpo arautzen duena (2018/1227).

- UNE-EN 60601-2-4: 2011. ekipo elektromedikoak. 2-4. zatia: bihotzeko desfibriladoreen oinarrizko segurtasunerako baldintza bereziak eta funtsezko funtzionamendu-ezaugarriak.
- UNE-EN 60601-1-1: 2002. ekipo elektromedikoak. 1. zatia: segurtasunerako betekizun orokorrak. 1. atala: alboko arauak.

- Sistema elektromedikoetarako segurtasun-betekizunak. UNE-EN 60601-1-2: 2008 corr: 2010. ekipo elektromedikoak. 2-4. zatia: oinarrizko segurtasunerako betekizun orokorrak eta funtsezko funtzionamenduaren ezaugarriak. Alboko araua: bateragarri elektromagnetikoa. betekizunak eta saiakuntzak.

- UNE-EN 62353:2009. Ekipo eletromedikoak. Saiakuntza errepikatuak eta ekipo elektromedikoa konpondu ondorengo saiakuntzak.

Kontratuaren aldian arauren bat berrikusten bada, enpresak izango du aplikatu beharreko araudi berria betetzeko ardura.

Era berean, ekipoei aplikatuko zaie:
- CE markaketa, 93/42/EEE Zuzentarauko II. eranskinean DESArentzat eta elektrodoentzat ezarritakoaren arabera.
- EE adostasun-adierazpena (D.E.S.A eta elektrodoak)
- Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziari egindako jakinarazpenaren erregistroan jasotzea, Osasun-produktuak arautzen dituen urriaren 16ko 1591/2009 Errege Dekretuaren 22. artikulua.
- ISO 9001:2008 ziurtagiria

2020ZAUN0028

10. LOTEAREN ETA II. LOTEAREN PRODUKTUEN BERMEA

Eskaintzaileak gutxienez 2 urteko bermea izan beharko du eskainitako produktu guztietarako (DESA, elektrodoak, bateriak).

Ekipoen bermeak, ondorio guztietarako, gailuaren eta haren osagaien fabrikazio-akatsei edo instalazioari egotz dakizkiekeen funtzionamendu-akatsak estaliko ditu.

Enpresak berariaz bermatuko du hornitutako materialaren kalitatea, eta kontratatutako lanetan ez-egiteek, akatsek, metodo desegokiek edo kontratatutako lanek sor lezaketen ondorioei erantzungo die.

Era berean, enpresa izango da kontratuaren xede diren elementuak hornitzean hirugarren pertsonei edo etxeei eragiten zaizkien kalte edo galeren erantzule, bai eta ekipamenduen funtzionamenduaren erantzule ere, entregatzeko edo instalatzeko unean antzeman daitezkeen akatsen ondorioz, baldin eta akats horiek konpondu ez badira eta egotzi ahal bazaizkio, eta eragindako kalteak konpondu edo ordaindu beharko ditu.

Enpresa arduratuko da behar diren izapideak egin eta kudeatzeaz, behar izanez gero bermeak betetzeko.

11. INSTALATZEKO ETA HORNITZEKO EPEA

I. LOTEA

Hornidura-epea honako hau izango da, kontratua eratu eta hurrengo egunetik aurrera:
- 3 hilabete 10 desfibriladorerentzat
- 6 hilabete gainerako 7 desfibriladoreentzat

Hornitutako ekipoen behin betiko kokapena enpresa esleipendunak proposatuko du, eta Irungo Udalak onartu beharko du. Irungo Udalaren eta enpresaren artean adostuko da desfibriladoreak hornitzeko eta instalatzeko agindua.

Ekipoa instalatzea eta martxan jartzea, baliozkotze-probak barne, berehala erabiltzeko beharrezko kontrolak egitea izango da entregatzea. Gainera, seinale guztiak behar bezala jarri beharko dira, agiri teknikoko zehaztapenetan eta indarreko araudian oinarrituta.

II. LOTEA

Elektrodoak eta bateriak hornitzeko gehieneko epea 5 lanegunekoa izango da.
Ikastaroa eskatzen denetik ikastaroa ematen den egunera arteko gehieneko epea hilabetekoa izango da, baldin eta Udalak ez badu hilabete geroagoko data bat eskatzen.

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

2020ZAUN0028

12. I LOTEAREN ETA II. LOTEAREN BALDINTZA OROKORRAK

Enpresak konpromiso hauek hartzen ditu:

- Hornitutako ekipo desfibriladoreak instalatu eta erabiltzeari dagokionez, nahitaezko edozein erregistrotan (Eusko Jaurlaritza,...) inskribatzea, bai orain bai kontratua indarrean dagoen bitartean etorkizunean ezar daitekeen nahitaezko edozein erregistrotan inskribatzea ere.
- Enpresak kontratua amaitu arte gorde beharko ditu erregistratutako datu guztiak, jardueren eta jarduketen trazabilitatea bermatzeko. Kontratua amaitutakoan, enpresak Irungo Udalari eman beharko dizkio datu horiek.
- Desfibriladoreak instalatzea eta martxan jartzea.
- Gorabeherei erantzuteko zerbitzu tekniko bat izatea.
- Kontratuaren xede diren artikuluak instalatzeko, konpontzeko edo mantentzeko lekuetara eraman beharko dira, kostu gehigarririk gabe.
- Enpresa esleipendunak, kontratuaren ekipoa instalatu ondoren, hornitutako ekipoaren funtzionamendua egiaztatzen duten beharrezko probak egingo ditu, eta aktan behar bezala sinatuta jasoko da, ekipoa eta haren kideak egindako eta esleitutako eskaintzarekin bat datozela eta ekipoa behar bezala instalatu eta martxan jarri dela egiaztatuz.

13.INGURUMENEKO BALDINTZAK – I. LOTEA ETA II.ILOTEA

Nahitaez bete beharko da indarrean dagoen ordenamendu juridikoak ezarritako edozein hondakin mota behar bezala kudeatu eta tratatzea.

Ingurumenaren ikuspegitik, ekipamenduaren ezaugarriak honako hauek izango dira gutxienez:

- Enbalajea material birziklagarriekin egin behar da (papera/kartoia, polietilenoa, polipropilenoa, poliestirenoa).
- Bilgarria material bat baino gehiago izan daiteke, baldin eta eskuz bereiz badaiteke eta material bakar baten zatiak erraz bereiz badaitezke.
- Hornidurari eta instalazioari dagokienez, enpresa esleipenduna arduratuko da instalazioan sortutako hondakinak behar bezala biltzeaz eta kudeatzeaz, eta konpromisoa hartuko du ekipamenduen horniduran eta kokapenean sortutako enbalajeen azken kudeaketa egokia egiteko, eta, gutxienez, horien gaikako bilketa bermatu beharko du.

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

2020ZAUN0028

14.SEGURTASUNA ETA OSASUNA- I. LOTEA ETA II.LOTEA

Esleipendunak behar bezala aseguratuta izan beharko ditu bere kargura dituen langile guztiak, Laneko eta Gizarte Segurantzako Zuzenbideari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.

Esleipendunak beharrezkoak diren babes indibidualeko eta kolektiboko ekipamendu guztiak emango dizkie bere langileei, beren jardueraren ondoriozko arriskuen aurrean langileen segurtasuna lortzeko, eta zorrotz bete beharko ditu laneko higienearen segurtasunaren arloan indarrean dauden xedapenak, bai eta behar diren zerbitzu medikoak ere.

Irun, 2020ko irailaren 21a

Erosketen eta Ekipamenduen arduraduna

Mónica Casla Salazar

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

2020ZAUN0028

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA
SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

I. ERANSKINA - DESFIBRILADOREEN KOKAPENA – I. LOTEA

ASOCIACIÓN	UBICACIÓN	Nº MÁXIMO DE ASISTENTES	Nº DE FORMACIONE
ALDE ZAHARRA-SAN JUAN	Jesús, 9-11. C.P. 20304	20	1
ANZARAN	Hendaya, 13 - Bajo C.P. 20301	20	1
ARTIA	Pío Baroja, 30 - Bajo C.P. 20305	20	1
BEHOBIA- BIDASOA	Endarlaza ibilibidea, 6 C.P. 20305	20	1
BELASKOENEA	Ferrones, 34 - Bajo. C.P. 20303	20	1
DUMBOA	Martxoak 8, 4 - Bajo. C.P. 20304	20	1
EL PINAR	Pinar, 14 - Bajo C.P. 20301	20	1
ELITXU	Avda. Euskal Herria, 23-25 C.P. 20303	20	1
LANDETXA	Bizkaia, 15. Errota, 1 (Edif. La República) C.P. 20305	20	1
LARREAUNDI	Iñigo de Loyola, 9 - Bajo C.P. 20303	20	1
MEAKA	Bº Meaka, 84 C.P. 20305	20	1
MOLINO ARBES	Istillaga Plaza, 5 1º E, Local: Meazuri, 3 - Bajo C.P. 20304	20	1
POB URDANIBIA, UZTARRI-ONA	Plaza Elhera,1 - 2 Bajo C.P. 20305	20	1
POL. ARBES	Arbesko Errota, 13 - Bj., Casa: C/ Alzukaitz,8 - 3ºB C.P. 20304	20	1
SAN MIGUEL	Luis de Uranzu, 22 - Bj. C.P. 20301	20	1
SANTIAGO	Santiago, 51 - Bajo C.P. 20304	20	1
VENTAS	c/ Bizkaia, 15 - CP 20305	20	1
PALMERA MONTERO (equipo ya instalado) (formación presencial)	Plaza Leandro Agirretxe 1, C.P. 20304	20-40	Resto formaciones adicionales ofertadas

Ayuntamiento Udala
irun
www.irun.org

2020ZAUN0028



ANEXO I - UBICACIÓN DESFIBRILADORES LOTE I

ASOCIACIÓN	UBICACIÓN	Nº MÁXIMO DE ASISTENTES	Nº DE FORMACIONE
ALDE ZAHARRA-SAN JUAN	Jesús, 9-11. C.P. 20304	20	1
ANZARAN	Hendaya, 13 - Bajo C.P. 20301	20	1
ARTIA	Pío Baroja, 30 - Bajo C.P. 20305	20	1
BEHOBIA- BIDASOA	Endarlaza ibilibidea, 6 C.P. 20305	20	1
BELASKOENEA	Ferrones, 34 - Bajo. C.P. 20303	20	1
DUMBOA	Martxoak 8, 4 - Bajo. C.P. 20304	20	1
EL PINAR	Pinar, 14 - Bajo C.P. 20301	20	1
ELITXU	Avda. Euskal Herria, 23-25 C.P. 20303	20	1
LANDETXA	Bizkaia, 15. Errota, 1 (Edif. La República) C.P. 20305	20	1
LARREAUNDI	Iñigo de Loyola, 9 - Bajo C.P. 20303	20	1
MEAKA	Bº Meaka, 84 C.P. 20305	20	1
MOLINO ARBES	Istillaga Plaza, 5 1º E, Local: Meazuri, 3 - Bajo C.P. 20304	20	1
POB URDANIBIA, UZTARRI-ONA	Plaza Eihera,1 - 2 Bajo C.P. 20305	20	1
POL. ARBES	Arbesko Errota, 13 - Bj., Casa: C/ Alzukaitz,8 - 3ºB C.P. 20304	20	1
SAN MIGUEL	Luis de Uranzu, 22 - Bj. C.P. 20301	20	1
SANTIAGO	Santiago, 51 - Bajo C.P. 20304	20	1
VENTAS	c/ Bizkaia, 15 - CP 20305	20	1
PALMERA MONTERO (equipo ya instalado) (formación presencial)	Plaza Leandro Agirretxe 1, C.P. 20304	20-40	Resto formaciones adicionales ofertadas

SERVICIO	UBICACIÓN	DIRECCION	MODELO	FECHA FRA.	Nº SERIE	ÚLTIMA REVISIÓN
CULTURA y DEPORTES	Centro Cultural Amaia	Plaza Pío XII, 4,	Desfibrilador Desa Saver One espacios públicos, versión 3 -AVIA 100	08/02/2018	01SO003011800064	10/09/2020
CULTURA y DEPORTES	San Marcial-Txingudi	Bº Behobia, 20	Desfibrilador Desa Saver One espacios públicos, versión 3 -AVIA 100	28/12/2017	41SO003101700101	09/09/2020
CULTURA y DEPORTES	Stadium Gal	Patricio Arabolaza, 2	SAVER ONE KIT VERSION 3	25/11/2014	41SO004101400025	09/09/2020
CULTURA y DEPORTES	Inst. Deportivas Artia	Iparraguirre Kalea, 16	SAVER ONE KIT VERSION 3	25/11/2014	40SO003091400011	09/09/2020
CULTURA y DEPORTES	Inst. Deportivas Arretxe- Ugalde	Araba, 22	SAVER ONE KIT VERSION 3	25/11/2014	43SO004101400020	09/09/2020
CULTURA y DEPORTES	Campo de fútbol San José Obrero	Victoriano Juaristi Kalea, 4	SAVER ONE KIT VERSION 3	25/11/2014	43SO004101400018	09/09/2020
CULTURA y DEPORTES	Pabellón de remo y piragüismo Santiagotarrak	Patricio Arabolaza Kalea, 4	SAVER ONE KIT VERSION 3	25/11/2014	41SO004101400014	09/09/2020
CULTURA y DEPORTES	Inst. Deportivas Plaiaundi	Pierre Lotti Ibilbidea s/nº	SAVER ONE KIT VERSION 3	25/11/2014	43SO004101400003	09/09/2020
CULTURA y DEPORTES	Centro de tecnificación de Tenis de Mesa	Olaketa Kalea, 25	SAVER ONE KIT VERSION 3	25/11/2014	40SO003091400023	09/09/2020
CULTURA y DEPORTES	Frontón Uranzu	Juncal s/nº	SAVER ONE KIT VERSION 3	09/07/2019	12SO005031900018	09/09/2020
BIENESTAR SOCIAL	Centro Social Iraso	Virgen Milagrosa	Desfibrilador Desa Saver One espacios públicos, versión 3 -AVIA 100	28/12/2017	41SO003101700087	10/09/2020
BIENESTAR SOCIAL	Centro Social Luis Mariano	Luis Mariano s/nº	Desfibrilador Desa Saver One espacios públicos, versión 3 -AVIA 100	28/12/2017	41SO003101700086	10/09/2020
BIENESTAR SOCIAL	Espacio Social de mayores de Belaskoenea	Ferrones, 32	Desfibrilador Desa Saver One espacios públicos, versión 3 -AVIA 100	28/12/2017	41SO003101700075	10/09/2020
BIENESTAR SOCIAL	Espacio Social de mayores de Palmera-Montero	Leandro Aguirretxe, 1	Desfibrilador Desa Saver One espacios públicos, versión 3 -AVIA 100	28/12/2017	41SO003101700073	10/09/2020
BIENESTAR SOCIAL	Espacio Social de mayores de San Miguel	Javier Esteban Indart,5	Desfibrilador Desa Saver One espacios públicos, versión 3 -AVIA 100	28/12/2017	41SO003101700097	10/09/2020
BIENESTAR SOCIAL	Apartamentos tutelados Lekaenea	Lekaenea, 5	Desfibrilador Desa Saver One espacios públicos, versión 3 -AVIA 100	28/12/2017	41SO003101700088	10/09/2020
BIENESTAR SOCIAL	Espacio Social de mayores de Behobia	Mª Juncal Labandibar, 34	Desfibrilador Desa Saver One espacios públicos, versión 3 -AVIA 100	08/02/2018	01SO000301180097	10/09/2020
BIENESTAR SOCIAL	Centro de Mayores Anaka-Puiana	Plaza Emb. Aristegi 6- 7	SAVER ONE KIT VERSION 3	09/07/2019	13SO005031900032	10/09/2020
BIENESTAR SOCIAL	Centro nocturno Zubía	Virgen Milagrosa s/nº	SAVER ONE KIT VERSION 3	09/07/2019	07SO005021900139	10/09/2020
POLICIA LOCAL	Coches patrulla Policia Local (sin adjudicar veh)	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador Desa Saver One	09/07/2019	07SO005021900033	08/09/2020
POLICIA LOCAL	Coches patrulla Policia Local A2	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador Desa Saver One	28/12/2017	41SO003101700103	08/09/2020
POLICIA LOCAL	Coches patrulla Policia Local A7	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador Desa Saver One	28/12/2017	41SO003101700098	08/09/2020
POLICIA LOCAL	Coches patrulla Policia Local A4	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador Desa Saver One	28/12/2017	42SO005101700015	08/09/2020
POLICIA LOCAL	Coches patrulla Policia Local A5	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador Desa Saver One	28/12/2017	42SO005101700033	08/09/2020
POLICIA LOCAL	Coches patrulla Policia Local A1	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador Desa Saver One	28/12/2017	42SO005101700047	08/09/2020
POLICIA LOCAL	Coches patrulla Policia Local O1	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador Desa Saver One	28/12/2017	42SO005510700048	08/09/2020
POLICIA LOCAL	Coches patrulla Policia Local A3	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador Desa Saver One	28/12/2017	42SO005101700018	08/09/2020
POLICIA LOCAL	Casa Consistorial	Plaza san Juan, 1	SAVER ONE KIT VERSION 3	09/07/2019	13SO005031900119	08/09/2020
POLICIA LOCAL	Coches patrulla Policia Local A6	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador Desa Saver One			09/10/2020
PROTECCIÓN CIVIL	Inst. Protección Civil	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador DEa Completo con bolsa transporte	09/06/2016		
PROTECCIÓN CIVIL	Inst. Protección Civil	Juan Thalamas Labandibar, 21,	Desfibrilador LIFELINE de entrenamiento	31/08/2017	DESA ENTRENAMIENTO	

