



***Suministro de reactivos y materiales necesarios para la
determinación de Calprotectina en heces para el
Laboratorio de la OSI Bilbao Basurto.
2023/00303***

SUMARIO

I.	Objeto.....	2
II.	Especificaciones del reactivo y equipamiento.....	2
	3.1. Especificaciones relativas al dispositivo de extracción y reactivo.....	2
	3.2. Especificaciones relativas al equipamiento (Analizador automático en régimen de cesión).....	2
III.	Presupuesto estimado.	4



I. Objeto

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales del servicio de análisis clínicos del Hospital Universitario de Basurto, Osi Bilbao Basurto, en relación con el suministro de reactivos y materiales necesarios para la determinación de Calprotectina en heces.

El producto objeto de contratación se considera necesario para la prestación de asistencia sanitaria en las organizaciones de servicios de Osakidetza. No disponiendo de medios materiales ni humanos necesarios para abastecerse se considera idónea la contratación externa. El procedimiento elegido es el abierto.

II. Especificaciones del reactivo y equipamiento

3.1. Especificaciones relativas al dispositivo de extracción y reactivo.

1. Dispositivo de recogida de heces específico.
2. Solución de extracción predispensada en el dispositivo de recogida.
3. Dispositivos con filtro mecánico para descartar macromoléculas.
4. Muestra estable en el dispositivo de extracción, al menos 72 h a temperatura ambiente y una semana refrigerada.
5. Rango de linealidad del reactivo elevado, de al menos 6.000 mg/kg (con dilución).
6. Reactivo listo para uso, con carga directa en el equipo.
7. Utilización de anticuerpos monoclonales específicos.

3.2. Especificaciones relativas al equipamiento (Analizador automático en régimen de cesión).

1. Método de determinación por turbidimetría.
2. Equipo único dedicado al procesamiento de heces.
3. Sistema de sobremesa autónomo.
4. Dilución de muestras automática hasta al menos 1:50.
5. Refrigeración de reactivos en el equipo.
6. Gestión informática de resultados conectada bidireccionalmente con el sistema informático del laboratorio (Gestlab).
7. Trabajo simultáneo con o sin identificación de código de barras.
8. Recepción de muestras con carga continua.
9. Dispositivo de recogida de muestra con carga directa en el instrumento.
10. Posibilidad de programación de muestras urgentes / preferentes.
11. Inclusión en programa de calidad externo.

**Suministro de reactivos y materiales necesarios para la determinación de Calprotectina en heces para el
Laboratorio de la OSI Bilbao Basurto.
2023/00303**

El régimen aplicable al equipamiento que las empresas adjudicatarias han de poner a disposición de la OSI Bilbao Basurto será el que a continuación se detalla:

1. La propiedad seguirá siendo del adjudicatario y su uso corresponde al servicio de análisis clínicos del Laboratorio de la OSI Bilbao Basurto.
2. Permanecerá en el servicio de análisis clínicos del Laboratorio de la OSI Bilbao Basurto durante el período de vigencia del contrato.
3. El mantenimiento integral será por cuenta del adjudicatario, que se comprometerá a mantener el equipo permanentemente operativo para los usos requeridos, no generándose ningún cargo para el HUB por este concepto.
4. Las reparaciones tendrán siempre el carácter de urgentes, debiendo proceder la empresa adjudicataria con extrema diligencia en la resolución de todas las incidencias.
5. En el caso de que la reparación del equipo no pueda realizarse en el propio HUB o suponga la inutilización del mismo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo mientras dure la reparación.
6. El adjudicatario deberá garantizar la adaptación del equipo a las mejoras técnicas que pudieran resultar de interés, así como proponer su sustitución por otro de mayores prestaciones, sin que ello implique una modificación de las condiciones económicas contratadas.
7. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato y sus prórrogas, tras una nueva licitación se encargará de la retirada del equipamiento en cesión, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos que de ello se deriven.

Los licitadores, en su oferta técnica deberán acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos y las características mínimas exigidas en este apartado, a través de un documento denominado "Check list requisitos mínimos y juicios valor.xlsx". Para ello, siguiendo el guion indicado a continuación, se indicará la siguiente información:

- Columna A: Requisito y característica mínima exigida.
- Columna B: Cumple: sí/no.
- Columna C: Justificación del cumplimiento.
- Columna D: Referencia a la página del manual de usuario o ficha técnica en la que se acredita el cumplimiento.

Todos los catálogos e información técnica sobre el producto deberán estar en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma. El objeto de este documento es confirmar que la oferta del licitador cumple con todas y cada una de las características mínimas exigidas.

La oferta que no cumpla con dichas características técnicas mínimas quedará **EXCLUIDA**.



*Suministro de reactivos y materiales necesarios para la determinación de Calprotectina en heces para el
Laboratorio de la OSI Bilbao Basurto.
2023/00303*

III. Presupuesto estimado.

Lote	Art	Descripción material	Precio unitario licitación (sin IVA)	Estimación uds consumo 2 años	Presupuesto estimado 2 años (sin IVA)
1	1	Calprotectina reactivo	7,20 €	16.000	115.200,00 €
Presupuesto de licitación estimado (2 años)					115.200,00 €

En Bilbao, a 26 de enero de 2023

Fdo.: Francisco Javier Aguayo Gredilla

Bilboko Basurtuko ESIko Analisi Klinikoen zerbitzuburua

Jefe de Servicio de Análisis Clínicos OSI Bilbao Basurto