

***Pliego de bases técnicas para el Suministro de
cunas de reanimación para el servicio de neonatos de
la OSI Bilbao Basurto
2023/00837***

Sumario

I.	Objeto.....	2
II.	Prescripciones generales.	2
III.	Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado	3

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento que se convoca para el **suministro de cunas de reanimación para el servicio de neonatos de la OSI Bilbao Basurto**, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Lote	Descripción lote	Uds	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)	Total licitado (con IVA)
1	Suministro de cunas de reanimación para el servicio de neonatos de la OSI Bilbao Basurto.	2	29.059,80 €	58.119,60 €	70.324,72 €

Actualmente en el área de Partos del Hospital Universitario Basurto se dispone de tres cunas de RCP neonatal adquiridas en el año 2015 y una en el área quirúrgica, número insuficiente para el número de paritorios/quirófano.

Esta situación obliga a trasladar este material entre los paritorios, a veces con pérdida de seguridad en atenciones neonatales urgentes. Además, aumenta la carga de trabajo del personal que se ocupa de los traslados y conlleva deterioro del material por los continuos desplazamientos y golpes derivados al manejo dificultoso en nuestros espacios asistenciales.

En el Área de Maternidad (Pabellón Iturrizar 3) hay habilitada una zona de estabilización neonatal, dentro de la zona de trabajo de enfermería para situaciones de urgencia que se dan en esta unidad.

La adquisición de estas dos cunas servirá para completar la dotación necesaria en las áreas de Atención al Recién Nacido.

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Prescripciones generales.

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en el apartado de "Especificaciones Técnicas". Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección deberá proporcionarse la máxima descripción, hojas de datos técnicos de producto, y toda aquella documentación/información que el licitador considere oportuno para la valoración de la oferta. La falta de información, ausencia de hojas de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podrá ser motivo de que la oferta no sea valorada.

Se adjuntará un programa de asistencia técnica en la puesta en marcha de los equipos, relacionado con el uso eficiente de los mismos y la resolución de dudas y problemas que pudieran surgir en el inicio de puesta en servicio.

En todos los casos, el equipamiento ofertado debe ser totalmente compatible con el sistema de información de la Osi Bilbao Basurto. Corre a cargo del licitador realizar la completa integración con el mismo.

En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

El equipamiento deberá incluir siempre los elementos y dotación necesarios para su correcto funcionamiento.

Se adjuntará un programa de Formación de Personal (a efectuar en fecha posterior a la entrega de los equipos) para llegar al adiestramiento del equipo humano que posteriormente debe hacerse cargo del equipamiento sobre: uso, manejo y mantenimientos de usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y facultativos; según cada caso. Especificar metodología, número de personas, lugar y duración del mismo.

III. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

Los licitadores, en su oferta técnica deberán acreditar el cumplimiento de cada una de las características mínimas exigidas en este apartado, a través de un documento denominado "Check list requisitos mínimos y de juicio de valor". Para ello, siguiendo el guion indicado a continuación, indicarán la siguiente información

- Columna A: Característica mínima exigida.
- Columna B: Cumple: si/no.
- Columna C: Justificación del cumplimiento. (En caso de que se pueda incluir un dato que avale su cumplimiento)
- Columna D: Referencia a la página de su manual de usuario, ficha técnica o catálogo, en la que se acredita el cumplimiento. Los documentos de referencia deben de ser originales del fabricante. No se admitirán fichas técnicas redactadas por distribuidores no fabricantes de los equipos.

El objeto de este documento es confirmar que la oferta del licitador cumple con todas y cada una de las características mínimas exigidas a continuación.

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp 2023/00837 Suministro de cunas de reanimación para el Servicio de neonatos de la OSI Bilbao Basurto.	
Lote 1 cunas de reanimación (2 uds.)	
1. Características generales:	
1.1.	Equipo móvil con ruedas con dispositivo de bloque.
1.2.	Altura regulable
1.3.	Paredes laterales, frontal y trasera con bisagra de bajada
1.4.	Colchón antiescaras
1.5.	Posibilidad de inclinación del colchón, trendelenburg y antitrendelenburg
1.6.	Pantalla táctil con visualización y control de parámetros
1.7.	Balanza integrada
1.8.	Cajón doble de almacenamiento giratorio
1.9.	Rieles laterales para agregar equipos adicionales
1.10.	Salida para exportación de datos
1.11.	Visualización de tendencias en gráfica
1.12.	Luz de trabajo integrado
1.13.	Temporizador APGAR y cronómetro integrado en pantalla
1.14.	Monitorización de SpO ₂ y pulso
1.15.	Alarmas visuales y acústicas ajustable
2. Módulo calentador:	
2.1.	Calefacción radiante superior
2.2.	Control de temperatura manual y servocontrolado de la temperatura cutánea (34-37°C)
2.3.	Control de la temperatura del calor radiante mediante control de la potencia (rango 10-100 %)
3. Módulo de reanimación	
3.1.	Capacidad para reanimación de dos pacientes neonatales

Check list cumplimiento requisitos mínimos exp 2023/00837 Suministro de cunas de reanimación para el Servicio de neonatos de la OSI Bilbao Basurto.

3.2. Sistema de aspiración

3.3. Mezclador de gases

3.4. Sistema de reanimación automático con determinación de flujo, PIP, PEEP

Bilbao a 27 de marzo de 2023



Fdo. Ainhoa Aguirre Conde.
Jefatura de Neonatología