

**INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES EN FUNCIÓN DE UN
JUICIO DE VALOR.**

EXPEDIENTE N°: .2022/00636

**Adquisición de forma sucesiva y por precio unitario el
suministro correspondiente a material de endoscopias con
destino a la Organización Sanitaria Integrada Debarrena.**

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 1	CLIP HEMOSTASIA PARA COLONOSCOPIA..
Usos	Para hemostasia mecánica rápida y eficaz en lesiones mucosas, submucosas, úlceras, vasos, pólipos o marcación preoperatoria de mucosas. Para cierre de perforaciones de la pared intestinal.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Aplicación de un sólo uso. -Radiopaco. -Sistema de aplicación flexible. -Compatible con gastroscopios y colonoscopios con canal de trabajo igual o superior a 2,8 mm. -Longitud mínima de la vaina 230 cm. -Compatible con RM. -Sistema rotatorio para facilitar el posicionamiento. -Apertura mínima de la grapa de 11mm para facilitar el posicionamiento. -Posibilidad de apertura y cierre varias veces antes de su utilización. -No látex. -Mango ergonómico. -Con 4 palas para evitar desprendimiento del clip. -Apertura que garantice la esterilidad en el proceso de la utilización
EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS	
Las proposiciones de las empresas Creo medical S.L, Boston Científic Ibérica,S.A., Establecimientos Sumisan S.A., Izasa Hospital,S.L.U, Martinmedic Suministros Medico Quirúrgicos,S.L., Olympus Iberia,S.A.U., Palex Medical,S.A. y Sistemas Técnicos Norte,S.L. al carecer el artículo ofertado de 4 palas para evitar desprendimientos del clip exigido como requisito mínimo obligatorio quedan excluidas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas particulares y el apartado 22.2.1. del Pliego de Clausulas Administrativas.	

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 1 -CLIP HEMOSTASIA PARA COLONOSCOPIA.		
Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad de apertura y cierre del clip: hasta 30 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Cook España, S.L.	Facilidad de apertura y cierre del clip	30
Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad de rotación del clip: hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Cook España, S.L.	Facilidad de rotación del clip	10
Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad para apertura y cierre múltiple de clip : hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Cook España, S.L.	Facilidad para abrir y cerrar múltiples veces	10
RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 1.		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Cook España, S.L.	50	Oferta admitida

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 2	AGUJA ENDOSCOPIA ESCLEROTERAPIA
Usos	-Para introducir endoscópicamente un agente esclerótico o vasoconstrictor a fin de controlar lesiones con hemorragia reales o potenciales en el aparato digestivo. -Introducir sustancias en la submucosa para sobre elevar de lesiones mucosas para la resección segura de la lesión.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Aguja con diseño en bisel que facilita la penetración de la misma. -Compatible con gastroscopios y colonoscopios con canal de trabajo de 2,8 mm. -Longitud mínima de la vaina 230 cm. -Calibre aguja 23 G. -Libre de látex. -Revestido de polyglide que facilita el deslizamiento de la aguja.

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas		
Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 2 AGUJA ENDOSCOPIAS ESCLEROTERAPIA.		
Aspecto a valorar y ponderación: Diseño de conector en bloque que permita el posicionamiento de la aguja dentro de la vaina con seguridad durante el procedimiento y que permita un avance completo y estable: hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Avance completo y estable de la aguja. Sistema de seguridad sencillo que mantiene la aguja dentro de la vaina	10
Boston Scientific Iberica, S.A.	Una vez retirado el sistema de seguridad la aguja sale inmediatamente de la vaina, sin poder controlar el avance	0
Palex Medical, S.A..	Avance completo y estable de la aguja. Sistema de seguridad sencillo que mantiene la aguja dentro de la vaina	10
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	El conector de la aguja no aporta seguridad para mantener la aguja dentro de la vaina	0
Martimedico Suministros Medicos Quirurgicos, S.L.	Avance completo y estable de la aguja. Sistema de seguridad sencillo que mantiene la aguja dentro de la vaina	10
Intersurgical España, S.L.	Avance completo y estable de la aguja. Sistema de seguridad sencillo que mantiene la aguja dentro de la vaina	10
Fujifilm Europe, G.B.M.H. Sucursal España	Avance completo y estable de la aguja. Sistema de seguridad sencillo que mantiene la aguja dentro de la vaina	10
Izasa Hospital, S.L.	Avance completo y estable de la aguja. Sistema de seguridad sencillo que mantiene la aguja dentro de la vaina	10
Aspecto a valorar y ponderación: Minimizar la lesión producida en la mucosa: hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	No provoca lesión en la mucosa	10
Boston Scientific Iberica, S.A.	No provoca lesión en la mucosa	10
Palex Medical, S.A..	No provoca lesión en la mucosa	10
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	No provoca lesión en la mucosa	10
Martimedico Suministros Medicos Quirurgicos, S.L.	Ha provocado lesión en la mucosa al elevar	0

Intersurgical España, S.L.	Ha provocado una pequeña lesión en la mucosa al elevar	2
Fujifilm Europe, G.B.M.H. Sucursal España	Ha provocado lesión en la mucosa a elevar	0
Izasa Hospital, S.L.	No provoca lesión en la mucosa	10
Aspecto a valorar y ponderación: Manejabilidad del producto: hasta 30 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Manejo sencillo y cómodo	25
Boston Scientific Iberica, S.A.	Debido a que la aguja sale bruscamente de la vaina dificulta su manejabilidad	10
Palex Medical, S.A..	Manejo sencillo y cómodo	25
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Debido a que no se controla adecuadamente la extracción-inserción de la aguja su manejo es complicado	10
Martimedico Suministros Medicos Quirurgicos, S.L.	Debido a que presenta una inserción mucosa agresiva no resulta adecuado para elevar lesiones.	0
Intersurgical España, S.L.	Manejo sencillo y cómodo	25
Fujifilm Europe, G.B.M.H.. Sucursal España	Ofrece resistencia al inyectar el suero, con lentitud a la hora de elevar lesiones	10
Izasa Hospital, S.L.	Manejo sencillo y cómodo	25
RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 2.		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Creo Medical, S.L.	45	Oferta admitida.
Boston Scientific Iberica, S.A.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas.
Palex Medical, S.A..	45	Oferta admitida
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Martimedico Suministros Medicos Quirurgicos, S.L.	10	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Intersurgical España, S.L.	37	Oferta admitida
Fujifilm Europe, G.B.M.H.. Sucursal España	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Izasa Hospital, S.L.	45	Oferta admitida

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 3	PINZA BIOPSIA PARA COLONOSCOPIA DESECHABLE
Usos	Pinza para obtención de muestras de tejido a través del endoscopio para estudios histológicos. Resección de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Compatible con gastroscopios y colonoscopios con canal de trabajo de 2,8mm. -Longitud mínima de trabajo 230 cm. -Toma de muestra distal en forma de cuchara ovalada con ventana, no festoneada. -Mango ergonómico.
EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS	
Las proposiciones de las empresas Boston Scientific Iberica S.A e Intersurgical España S.L no cumplen con el requisito mínimo obligatorio de cuchara no festoneada por lo que quedan excluidas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 19 de Pliego de prescripciones técnicas particulares y el 22.2.1. de Pliego de Clausulas Administrativas. La proposición de la empresa Martimedico Suministros médicos quirúrgicos S.L. queda excluida de la valoración debido a que no ha facilitado material apto para ser evaluado.	

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas.		
Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 3 PINZA BIOPSIA PARA COLONOSCOPIA DESECHABLE.		
Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad de la apertura y cierre de la cazoleta, así como capacidad de incrementar la fuerza de la mordida del sistema de doble tensor.: Hasta 35 puntos..		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Facilidad de apertura y cierre, con adecuada fuerza de la mordida	20
Establecimientos Sumisan, S.A.	Facilidad de apertura y cierre, con adecuada fuerza de la mordida	20
Palex Medical, S.A.	Facilidad de apertura y cierre, con adecuada fuerza de la mordida	20
Olympus Iberia,S.A.	Facilidad de apertura y cierre, con gran fuerza de mordida	35
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	El tipo de empuñadura dificulta la apertura con la mano izquierda	0
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	Fuerza adecuada de mordida. Empuñadura ergonómica de corto recorrido que facilita la apertura y el cierre.	25
Izasa Hospital, S.L.	Facilidad de apertura y cierre de la cazoleta. Presenta una insuficiente fuerza de mordida	14

Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de aguja central: hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Buena calidad de aguja central	10
Establecimientos Sumisan, S.A.	Buena calidad de aguja central	10
Palex Medical, S.A.	Buena calidad de aguja central	10
Olympus Iberia, S.A.	Buena calidad de aguja central	10
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Buena calidad de aguja central	10
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	Buena calidad de aguja central	10
Izasa Hospital, S.L.	Buena calidad de aguja central	10
Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de capacidad giratoria para facilitar el posicionamiento: hasta 5 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	No gira	0
Establecimientos Sumisan, S.A.	No gira	0
Palex Medical, S.A.	No gira	0
Olympus Iberia, S.A.	No gira	0
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	No gira	0
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	No gira	0
Izasa Hospital, S.L.	No gira	0
RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 3.		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Creo Medical, S.L.	30	Oferta admitida.
Establecimientos Sumisan, S.A.	30	Oferta admitida
Palex Medical, S.A.	30	Oferta admitida
Olympus Iberia, S.A.	45	Oferta admitida
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	10	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	35	Oferta admitida
Izasa Hospital, S.L.	24	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 4	PINZA BIOPSIA PARA GASTROSCOPIA DESECHABLE
Usos	Pinza para obtención de muestras de tejido a través del endoscopio para estudios histológicos. Resección de pólipos
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Compatible con gastroscopios y colonoscopios con canal de trabajo de 2,8mm. -Longitud mínima de trabajo 160 cm. -Toma de muestra distal en forma de cuchara ovalada con ventana, no festoneada. -Mango ergonómico.
EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS	
Las proposiciones de las empresas Boston Scientific Iberica S.A e Intersurgical España S.L no cumplen con el requisito mínimo obligatorio de cuchara no festoneada por lo que quedan excluidas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 19 del Pliego de prescripciones técnicas particulares. La proposición de la empresa Martimedix Suministros médicos quirúrgicos S.L. queda excluida de la valoración debido a que no ha facilitado material apto para ser evaluado.	

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas		
Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 4 PINZA BIOPSIA PARA GASTROSCOPIA DESECHABLE		
Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad de la abertura y cierre de la cazoleta, así como capacidad de incrementar la fuerza de la mordida del sistema de doble tensor: Hasta 30 puntos..		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Presenta poca fuerza de mordida	10
Palex Medical, S.A.	Presenta una insuficiente fuerza de mordida, impidiendo una adecuada obtención de tejido	0
Olympus Iberia,S.A.	Facilidad de apertura y cierre, con gran fuerza de mordida	30
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	El tipo de empuñadura dificulta la apertura con la mano izquierda	10
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	Facilidad de apertura y cierre, con adecuada fuerza de mordida	25
Izasa Hospital, S.L.	Presenta poca fuerza de mordida	10
Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de aguja Central: hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Buena calidad de aguja central	10
Palex Medical, S.A.	Buena calidad de aguja central	10
Olympus Iberia,S.A.	Buena calidad de aguja central	10
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Buena calidad de aguja central	10
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	Buena calidad de aguja central	10
Izasa Hospital, S.L.	Buena calidad de aguja central	10

Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de la capacidad giratoria para facilitar el posicionamiento: hasta 5 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	No gira	0
Palex Medical, S.A.	No gira	0
Olympus Iberia, S.A.	No gira	0
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	No gira	0
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	No gira	0
Izasa Hospital, S.L.	No gira	0
Aspecto a valorar y ponderación: Efectividad de la mandibula basculante para toma de muestras tangenciales: hasta 5 puntos		
Empresa a evaluar	Valoración motivada	Puntuación del aspecto
Creo Medical, S.L.	Tiene capacidad basculante, aunque esta no es efectiva	4
Palex Medical, S.A.	No bascula	0
Olympus Iberia, S.A.	Bascula de manera fácil y suave, adecuado para la toma de muestras tangenciales	5
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	No bascula	0
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	Tiene capacidad basculante, aunque esta no es efectiva	4
Izasa Hospital, S.L.	No bascula	0
RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 4.		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Creo Medical, S.L.	24	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Palex Medical, S.A.	10	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Olympus Iberia, S.A.	45	Oferta admitida
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	39	Oferta admitida
Izasa Hospital, S.L.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 5	RECOLECTOR DE POLIPOS
Usos	Recoge el pólipo que se aspira por el canal de aspiración
Requisitos mínimos obligatorios.	-Transparente. -Desechable. -Libre de látex. -Con orificios..

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas

**Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 5
RECOLECTOR DE POLIPOS**

Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad de conexión al canal del trabajo: Hasta 20 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Fácil de conectar al canal de trabajo	20
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Fácil de conectar al canal de trabajo	20
Establecimientos Sumisan, S.A.	Es necesario montar el dispositivo antes de conectarlo al canal, lo cual retrasa el trabajo	5
Palex Medical, S.A.	Fácil de conectar al canal de trabajo	20
Olympus Iberia, S.A.	Fácil de conectar al canal de trabajo	20
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Fácil de conectar al canal de trabajo	20
Martimedica Suministros Medicos Quirurgicos, S.L.	Difícil de conectar al canal de trabajo ya que la conexión es rígida	10
Intersurgical España, S.L.	Fácil de conectar al canal de trabajo	20
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	Fácil de conectar al canal de trabajo	20
Izasa Hospital, S.L.	Fácil de conectar al canal de trabajo	20

Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad en la recuperación del pólipo: hasta 20 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	El frasco tiene una apertura dificultosa. Los pozos donde se sitúan los pólipos son profundos, lo que dificulta su extracción.	0
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Obliga a recoger todos los pólipos a la vez y hasta completar los 4 cubículos no se pueden recoger. Además, como los cubículos están unidos, no entran en nuestros frascos de formol y el trasvase a los frascos es trabajoso. Si el paciente tiene más de 4 pólipos, hay que utilizar un segundo recolector	0
Establecimientos Sumisan, S.A.	Obliga a recoger todos los pólipos a la vez y hasta completar los 4 cubículos no se pueden recoger. Además, como los cubículos están unidos, no entran en nuestros frascos de formol y el trasvase a los frascos es trabajoso. Si el paciente tiene más de 4 pólipos, hay que utilizar un segundo recolector	0

Palex Medical, S.A.	Obliga a recoger todos los pólipos a la vez y hasta completar los 4 cubículos no se pueden recoger. Además, como los cubículos están unidos, no entran en nuestros frascos de formol y el trasvase a los frascos es trabajoso. Si el paciente tiene más de 4 pólipos, hay que utilizar un segundo recolector	0
Olympus Iberia, S.A.	Obliga a recoger todos los pólipos a la vez y hasta completar los 4 cubículos no se pueden recoger. Además, como los cubículos están unidos, no entran en nuestros frascos de formol y el trasvase a los frascos es trabajoso. Si el paciente tiene más de 4 pólipos, hay que utilizar un segundo recolector	0
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Facilidad en la recuperación del pólipo, ya que tiene bandejas intercambiables que permiten la recogida individual de los pólipos. Además la cazoleta del recolector entra sin dificultad en nuestros frascos de formol, lo que facilita mucho la recuperación del pólipo.	20
Martimedica Suministros Medicos Quirurgicos, S.L.	Obliga a recoger todos los pólipos a la vez y hasta completar los 4 cubículos no se pueden recoger. Además, como los cubículos están unidos, no entran en nuestros frascos de formol y el trasvase a los frascos es trabajoso. Si el paciente tiene más de 4 pólipos, hay que utilizar un segundo recolector. Si el cubículo se llena de restos de heces, ha sido difícil separar o identificar el pólipo.	0
Intersurgical España, S.L.	Obliga a recoger todos los pólipos a la vez y hasta completar los 4 cubículos no se pueden recoger. Además, como los cubículos están unidos, no entran en nuestros frascos de formol y el trasvase a los frascos es trabajoso. Si el paciente tiene más de 4 pólipos, hay que utilizar un segundo recolector	0
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	Obliga a recoger todos los pólipos a la vez y hasta completar los 4 cubículos no se pueden recoger. Además, como los cubículos están unidos, no entran en nuestros frascos de formol y el trasvase a los frascos es trabajoso. Si el paciente tiene más de 4 pólipos, hay que utilizar un segundo recolector.	0
Izasa Hospital, S.L.	Obliga a recoger todos los pólipos a la vez y hasta completar los 4 cubículos no se pueden recoger. Además, como los cubículos están unidos, no entran en nuestros frascos de formol y el trasvase a los frascos es trabajoso. Si el paciente tiene más de 4 pólipos, hay que utilizar un segundo recolector. Si el cubículo se llena de restos de heces, ha sido difícil separar o identificar el pólipo.	0

Aspecto a valorar y ponderación: Dispositivo de medición del pólipo: hasta 10 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	No presenta medidor	0
Boston Scientific Ibérica, S.A.	No presenta medidor	0
Establecimientos Sumisan, S.A.	No presenta medidor	0
Palex Medical, S.A.	No presenta medidor	0
Olympus Iberia, S.A.	No presenta medidor	0
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Presenta una sencilla guía de medición con una regleta donde tan sólo aparecen las rayas que corresponden a los milímetros pero sin numeración	5
Martimedica Suministros Medicos Quirurgicos, S.L.	No presenta medidor	0
Intersurgical España, S.L.	No presenta medidor	0
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	No presenta medidor	0
Izasa Hospital, S.L.	No presenta medidor	0

RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 5		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Creo Medical, S.L.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Boston Scientific Ibérica, S.A.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Establecimientos Sumisan, S.A.	5	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Palex Medical, S.A.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Olympus Iberia, S.A.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	45	Oferta admitida
Martimedica Suministros Medicos Quirurgicos, S.L.	10	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Intersurgical España, S.L.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Fujifilm Europe, G.M.B.H.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Izasa Hospital, S.L.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 6	ASA POLIPECTOMIA OVAL DESECHABLE 25MM
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Diámetro mínimo de Canal de trabajo: 2,8mm. -Longitud mínima de trabajo 2300 mm. -Diámetro de lazo 25 mm. -Alambre trenzado grueso especialmente resistente que facilite el corte y minimice el sangrado. -Apertura amplia ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO® 200 S.
EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS	
La proposición de la empresa Martimedix Suministros médicos quirúrgicos S.L. queda excluida de la valoración debido a que no ha facilitado material apto para ser evaluado.	

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas		
Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 6		
ASA DE POLIPECTOMÍA OVAL DESECHABLE 25 mm		
Aspecto a valorar y ponderación: Rigidez óptima: Hasta 20 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Rigidez aceptable	15
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Rigidez aceptable	15
Establecimientos Sumisan, S.A.	Rigidez aceptable	15
Palex Medical, S.A.	Rigidez aceptable	15
Olympus Iberia, S.A.	Rigidez óptima	20
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	La gran longitud del lazo dificulta englobar adecuadamente la lesión y aumenta el riesgo de iatrogenia.	5
Intersurgical España, S.L.	Rigidez aceptable	15
Izasa Hospital, S.L.	Rigidez aceptable	15

Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de la empuñadura preensamblada que controle el movimiento de asa: hasta 10 puntos		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Empuñadura aceptable	5
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Empuñadura aceptable	5
Establecimientos Sumisan, S.A.	Empuñadura aceptable	5
Palex Medical, S.A.	Empuñadura aceptable	5
Olympus Iberia, S.A.	Empuñadura de buena calidad, permite un adecuado control del movimiento	10
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Empuñadura aceptable	5
Intersurgical España, S.L.	Empuñadura aceptable	5
Izasa Hospital, S.L.	Empuñadura aceptable	5
Aspecto a valorar y ponderación: Valoración de la empuñadura que permita el control con una sola mano: hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Se puede controlar con una mano	10
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Se puede controlar con una mano	10
Establecimientos Sumisan, S.A.	Se puede controlar con una mano	10
Palex Medical, S.A.	Se puede controlar con una mano	10
Olympus Iberia, S.A.	Se puede controlar con una mano	10
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Se puede controlar con una mano	10
Intersurgical España, S.L.	Se puede controlar con una mano	10
Izasa Hospital, S.L.	Se puede controlar con una mano	10

Aspecto a valorar y ponderación: Apertura que garantice la esterilidad en el proceso de la utilización: hasta 5 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Establecimientos Sumisan, S.A.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Palex Medical, S.A.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Olympus Iberia, S.A.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Sobre grande, engorroso a la hora de abrir con seguridad	2
Intersurgical España, S.L.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Izasa Hospital, S.L.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad y comodidad de almacenaje: hasta 5 puntos		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Difícil de diferenciar del resto del material	0
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Fácil de diferenciar del resto del material	4
Establecimientos Sumisan, S.A.	Difícil de diferenciar del resto de material	0
Palex Medical, S.A.	Difícil de diferenciar del resto de material	0
Olympus Iberia, S.A.	Muy fácil de diferenciar del resto de material	5
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Sobre grande que dificulta su manejo y almacenaje	0
Intersurgical España, S.L.	Difícil de diferenciar del resto de material	0
Izasa Hospital, S.L.	Relativamente fácil de diferenciar del resto de material	3
RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 6.		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Creo Medical, S.L.	35	Oferta admitida.
Boston Scientific Ibérica, S.A.	39	Oferta admitida.
Establecimientos Sumisan, S.A.	35	Oferta admitida.
Palex Medical, S.A.	35	Oferta admitida.
Olympus Iberia, S.A.	50	Oferta admitida.
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	22	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Intersurgical España, S.L.	35	Oferta admitida.
Izasa Hospital, S.L.	38	Oferta admitida.

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 7	ASA POLIPECTOMIA CALIENTE OVAL DESECHABLE 15MM
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Diámetro mínimo de Canal de trabajo: 2,8mm. -Longitud mínima de trabajo 2300 mm. -Diámetro de lazo 15 mm. -Alambre trenzado grueso especialmente resistente que facilite el corte y minimice el sangrado. -Apertura ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO® 200 S.
EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS	
La proposición de la empresa Martimedix Suministros médicos quirúrgicos S.L. queda excluida de la valoración debido a que no han facilitado material apto para ser evaluado.	
La proposición de Palex Medical S.A. queda excluida de la valoración debido a que no ha facilitado el material para ser evaluado.	

Las valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas		
Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 7 ASA DE POLIPECTOMÍA CALIENTE OVAL DESECHABLE; 15 mm		
Aspecto a valorar y ponderación: Rigidez óptima: Hasta 20 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Presenta un trenzado grueso que dificulta el agarre en la mucosa, sobretodo a la hora de resear lesiones planas.	0
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Rigidez aceptable del asa.	10
Establecimientos Sumisan, S.A.	Presenta un trenzado grueso que dificulta el agarre en la mucosa, sobretodo a la hora de resear lesiones planas.	0
Olympus Iberia, S.A.	Rigidez óptima	20
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Baina blanda que se dobla al introducirla en el endoscopio. Presenta un trenzado grueso que dificulta el agarre en la mucosa, sobretodo a la hora de resear lesiones planas	0
Intersurgical España, S.L.	Dificultad para resear lesiones pequeñas o planas	0
Izasa Hospital, S.L.	Dificultad para resear lesiones pequeñas, provocando sangrado.	0

Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de la empuñadura preensamblada que controle el movimiento de asa: hasta 10 puntos		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Empuñadura aceptable	5
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Realiza una apertura brusca del asa. Rigidez para abrir el asa	0
Establecimientos Sumisan, S.A.	Empuñadura aceptable	5
Olympus Iberia, S.A.	Empuñadura de buena calidad, permite un adecuado control del movimiento	10
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Empuñadura aceptable	5
Intersurgical España, S.L.	Empuñadura aceptable	5
Izasa Hospital, S.L.	Empuñadura aceptable	5
Aspecto a valorar y ponderación: Valoración de la empuñadura que permita el control con una sola mano: hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Se puede controlar con una mano	10
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Se puede controlar con una mano, rígido al abrir.	5
Establecimientos Sumisan, S.A.	Se puede controlar con una mano	10
Olympus Iberia, S.A.	Se puede controlar con una mano, discretamente rígido al abrir.	7
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Se puede controlar con una mano	10
Intersurgical España, S.L.	Se puede controlar con una mano	10
Izasa Hospital, S.L.	Se puede controlar con una mano	10

Aspecto a valorar y ponderación: Apertura que garantice la esterilidad en el proceso de la utilización: hasta 5 puntos.		
Creo Medical, S.L.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Establecimientos Sumisan, S.A.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Olympus Iberia, S.A.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Intersurgical España, S.L.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5
Izasa Hospital, S.L.	Presenta una apertura que garantiza la esterilidad	5

Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad y comodidad de almacenaje: hasta 5 puntos		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Fácil de diferenciar del resto del material	4
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Fácil de diferenciar del resto del material	4
Establecimientos Sumisan, S.A.	Difícil de diferenciar del resto de material	0
Olympus Iberia, S.A.	Muy fácil de diferenciar del resto de material.	5
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Sobre grande	2
Intersurgical España, S.L.	Difícil de diferenciar del resto de material	0
Izasa Hospital, S.L.	Relativamente difícil de diferenciar del resto de material	2

RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 7.

Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Creo Medical, S.L.	24	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Boston Scientific Ibérica, S.A.	24	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Establecimientos Sumisan, S.A.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Olympus Iberia, S.A.	47	Oferta admitida
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	22	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Intersurgical España, S.L.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Izasa Hospital, S.L.	22	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 8	ASA POLIPECTOMIA HIBRIDA OVAL DESECHABLE 10MM
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Diámetro mínimo de Canal de trabajo: 2,8mm. -Longitud mínima de trabajo 2300 mm. -Diámetro de lazo 10 mm. -Asa híbrida con posibilidad de realizar polipectomía fría y caliente. -Apertura ovalada que rodee pólipos de diferentes tamaños. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO® 200 S.
EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS	
Las proposición de la empresa Paalex Medical S. A. no cumple el requisito mínimo obligatorio de forma oval, por lo que queda excluida de conformidad con lo dispuesto en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas particulares..	

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas		
Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 8		
ASA DE POLIPECTOMÍA HIBRIDA OVAL DESECHABLE 10 mm		
Aspecto a valorar y ponderación: Rigidez óptima: Hasta 20 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Presenta una rigidez óptima para el agarre y corte de lesiones pequeñas, sin provocar lesión.	20
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Presenta una rigidez adecuada para el agarre y corte de lesiones pequeñas, aunque con tendencia a provocar lesión.	10
Olympus Iberia, S.A.	Presenta una rigidez óptima para el agarre y corte de lesiones pequeñas, sin provocar lesión.	20
Izasa Hospital, S.L.	No se adhiere adecuadamente a la mucosa para enlazar lesiones pequeñas	5
Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de la empuñadura preensamblada que controle el movimiento de asa: hasta 10 puntos		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	La empuñadura permite una apertura y cierre progresivos	10
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Apertura brusca del asa.	0
Olympus Iberia, S.A.	La empuñadura permite una apertura y cierre progresivos, discretamente rígida a la apertura y cierre-	6

Izasa Hospital, S.L.	La empuñadura permite una apertura y cierre progresivos, discretamente rígida a la apertura y cierre.	6
Aspecto a valorar y ponderación: Valoración de la empuñadura que permita el control con una sola mano: hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Muy buen control con una mano	10
Boston Scientific Ibérica, S.A.	La apertura brusca del asa dificulta un buen control	4
Olympus Iberia, S.A.	Buen control con una mano, discretamente rígido al abrir	5
Izasa Hospital, S.L.	Buen control con una mano.	6
Aspecto a valorar y ponderación: Apertura que garantice la esterilidad en el proceso de la utilización: hasta 5 puntos.		
Creo Medical, S.L.	Apertura adecuada	4
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Apertura adecuada	4
Olympus Iberia, S.A.	Apertura adecuada	4
Izasa Hospital, S.L.	Apertura adecuada	4
Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad y comodidad de almacenaje: hasta 5 puntos		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Envase de tamaño adecuado, descripción del producto fácil de diferenciar del resto de material.	4
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Envase de tamaño adecuado, descripción del producto fácil de diferenciar del resto de material.	4
Olympus Iberia, S.A.	Envase de tamaño adecuado, descripción del producto muy fácilmente diferenciable del resto del material.	5
Izasa Hospital, S.L.	Envase demasiado grande, descripción del producto relativamente fácil de diferenciar del resto del material.	2
RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 8.		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Creo Medical, S.L.	48	Oferta admitida.
Boston Scientific Ibérica, S.A.	22	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Olympus Iberia, S.A.	40	Oferta admitida.
Izasa Hospital, S.L.	23	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 9	ASA DE POLIPECTOMIA HEXAGONAL DESECHABLE 13MM
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Diámetro mínimo de Canal de trabajo: 2,8mm. -Longitud mínima de trabajo 2300 mm. -Diámetro de lazo 13 mm. -Alambre trenzado, delgado y flexible para un corte rápido. -Apertura hexagonal para facilitar la mucosectomía de lesiones planas. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO® 200 S.

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas

Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 9
ASA DE POLIPECTOMÍA HEXAGONAL DESECHABLE 13 mm

Aspecto a valorar y ponderación: Rigidez óptima: Hasta 20 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Rigidez óptima de la vaina y el trenzado	20
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Rigidez óptima de la vaina y el trenzado	20
Intersurgical España, S.L.	Vaina demasiado blanda con trenzado del lazo demasiado grueso, que dificulta el agarre en la mucosa.	0
Izasa Hospital, S.L.	Rigidez óptima de la vaina y el trenzado	20

Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de la empuñadura preensamblada que controle el movimiento de asa: hasta 10 puntos

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Empuñadura de buena calidad, que facilita una apertura y cierre suave del asa	10
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Empuñadura de buena calidad, pero con recorrido de apertura y cerrado largo, que dificulta su uso.	5
Intersurgical España, S.L.	Empuñadura de buena calidad, que facilita una apertura y cierre suave del asa	10
Izasa Hospital, S.L.	Empuñadura de buena calidad, que facilita una apertura y cierre suave del asa	10

Aspecto a valorar y ponderación: Valoración de la empuñadura que permita el control con una sola mano: hasta 10 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Empuñadura adecuada para controlar con una mano	10
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Recorrido largo de apertura y cierre que dificulta su uso	0
Intersurgical España, S.L.	Empuñadura adecuada para controlar con una mano	10
Izasa Hospital, S.L.	Empuñadura adecuada para controlar con una mano	10

Aspecto a valorar y ponderación: Apertura que garantice la esterilidad en el proceso de la utilización: hasta 5 puntos.

Creo Medical, S.L.	Apertura fácil que garantiza la esterilidad	5
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Apertura fácil que garantiza la esterilidad	5
Intersurgical España, S.L.	Apertura fácil que garantiza la esterilidad	5
Izasa Hospital, S.L.	Apertura fácil que garantiza la esterilidad	5

Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad y comodidad de almacenaje: hasta 5 puntos

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	No se diferencia fácilmente del resto del material	0
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Se diferencia fácilmente del resto de material	5
Intersurgical España, S.L.	No se diferencia fácilmente del resto del material	0
Izasa Hospital, S.L.	Se diferencia fácilmente del resto de material	5

Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Creo Medical, S.L.	45	Oferta admitida.
Boston Scientific Ibérica, S.A.	35	Oferta admitida
Intersurgical España, S.L.	25	Oferta admitida
Izasa Hospital, S.L.	50	Oferta admitida

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 10	ASA DE POLIPECTOMIA HEXAGONAL DESECHABLE 25MM
Usos	Lazo para la extracción y cauterización de pólipos.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Diámetro mínimo de Canal de trabajo: 2,8mm. -Longitud mínima de trabajo 2300 mm. -Diámetro de lazo 25 mm. -Alambre trenzado, delgado y flexible para un corte rápido. -Apertura hexagonal para facilitar la mucosectomía de lesiones planas. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO® 200 S.

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas

Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 10
ASA DE POLIPECTOMÍA HEXAGONAL DESECHABLE 25 mm

Aspecto a valorar y ponderación: Rigidez óptima: Hasta 20 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Rigidez óptima de la vaina y el trenzado	20
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Rigidez óptima de la vaina y el trenzado	20
Intersurgical España, S.L.	Vaina demasiado blanda con trenzado del lazo demasiado grueso, que dificulta el agarre en la mucosa.	0
Izasa Hospital, S.L.	Rigidez óptima de la vaina y el trenzado	20

Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de la empuñadura preensamblada que controle el movimiento de asa: hasta 10 puntos

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Empuñadura de buena calidad, que facilita una apertura y cierre suave del asa	10
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Empuñadura de buena calidad, pero con recorrido de apertura y cerrado largo, que dificulta su uso.	5
Intersurgical España, S.L.	Empuñadura de buena calidad, que facilita una apertura y cierre suave del asa	10
Izasa Hospital, S.L.	Empuñadura de buena calidad, que facilita una apertura y cierre suave del asa	10

Aspecto a valorar y ponderación: Valoración de la empuñadura que permita el control con una sola mano: hasta 10 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	Empuñadura adecuada para controlar con una mano	10
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Recorrido largo de apertura y cierre que dificulta su uso	0
Intersurgical España, S.L.	Empuñadura adecuada para controlar con una mano	10
Izasa Hospital, S.L.	Empuñadura adecuada para controlar con una mano	10

Aspecto a valorar y ponderación: Apertura que garantice la esterilidad en el proceso de la utilización: hasta 5 puntos.

Creo Medical, S.L.	Apertura fácil que garantiza la esterilidad	5
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Apertura fácil que garantiza la esterilidad	5
Intersurgical España, S.L.	Apertura fácil que garantiza la esterilidad	5
Izasa Hospital, S.L.	Apertura fácil que garantiza la esterilidad	5

Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad y comodidad de almacenaje: hasta 5 puntos

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Creo Medical, S.L.	No se diferencia fácilmente del resto del material	0
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Se diferencia fácilmente del resto de material	5
Intersurgical España, S.L.	No se diferencia fácilmente del resto del material	0
Izasa Hospital, S.L.	Se diferencia fácilmente del resto de material	5

RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 10.

Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Creo Medical, S.L.	45	Oferta admitida.
Boston Scientific Ibérica, S.A.	35	Oferta admitida
Intersurgical España, S.L.	25	Oferta admitida
Izasa Hospital, S.L.	50	Oferta admitida

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 11	BALON DILATADOR
Sublote 11.1	BALÓN DILATADOR 8-9-10MM
Sublote 11.2	BALÓN DILATADOR 10-11-12MM
Sublote 11.3	BALÓN DILATADOR 12-13,5-15MM
Sublote 11.4	BALÓN DILATADOR 15-16,5-18MM
Sublote 11.5	BALÓN DILATADOR 18-19-20MM
Usos	Dilatar estenosis del aparato digestivo.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Conector compatible con manómetro Alliance II de Boston Scientific. -Balón transparente. -Punta flexible atraumática. -Diámetro mínimo de canal de trabajo: 2.8mm. -Longitud mínima de catéter de 240cm. -Longitud de balón de 5.5cm.
EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS	
La proposición de la empresa Creo Medical S.L, al no cumplir el requisito mínimo de la longitud mínima del catéter de 240cm quedan excluidas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas particulares.	

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas		
Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 11		
BALON DILATADOR		
Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad para insuflar y desinsuflar el balón: hasta 40 puntos		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Ibérica, S.A.	El balón se insufla de manera homogénea y con facilidad	40
Olympus Iberia,S.A.	El balón se insufla de manera homogénea y con facilidad	40
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Insuflación dificultosa del balón por gran rigidez.	5
Cook España, S.L.	El balón se insufla de manera irregular.	30
Merit Medical Spain, S.L.	El balón se insufla de manera irregular.	30

Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad para guardar el balón en el canal del endoscopio: hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Ibérica, S.A.	El balón se introduce suavemente en el canal de trabajo	10
Olympus Iberia,S.A.	Presenta cierta resistencia al introducir el balón en el canal de trabajo.	1
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	El balón se introduce suavemente en el canal de trabajo	10
Cook España, S.L.	Presenta cierta resistencia al introducir el balón en el canal de trabajo.	1
Merit Medical Spain, S.L.	Presenta cierta resistencia al introducir el balón en el canal de trabajo.	1
RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 11.		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Boston Scientific Ibérica, S.A.	50	Oferta admitida
Olympus Iberia,S.A.	41	Oferta admitida
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	15	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 9 del pliego de prescripciones técnicas
Cook España, S.L.	31	Oferta admitida
Merit Medical Spain, S.L.	31	Oferta admitida

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 12	SONDA TEMPERATURA APC FLEXIBLE DESECHABLE
Usos	Para una hemostasia rápida y eficaz de lesiones sangrantes. También se utiliza como tratamiento en la fulguración de lesiones vasculares (angiodisplasias, rectitis actínica...)
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Diámetro mínimo de Canal de trabajo: 2,8mm. -Longitud mínima de trabajo 2300 mm. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE APC2.
EXAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS	

Se renuncia a la adjudicación de este Lote por Resolución del Director Gerente de fecha 25 de abril de 2023

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 13	PINZA CALIENTE DESECHABLE
Usos	Pinza para hemostasia rápida y fiable atraumática.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Diámetro mínimo de Canal de trabajo: 2,8mm. -Longitud mínima de trabajo 2300 mm. -Conector compatible con la unidad electroquirúrgica ERBE VIO® 200 S.

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas

Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 13

PINZA CALIENTE DESECHABLE

Aspecto a valorar y ponderación: La facilidad de la abertura y cierre de la cazoleta, así como capacidad de incrementar la fuerza de la mordida del sistema de doble tensor: Hasta 10 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Iberica, S.A.	Idonea transmisión de fuerza de apertura y cierre, con posibilidad de incrementar adecuadamente la fuerza de mordida una vez cerrada la pinza	10
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Regular transmisión de la fuerza de apertura y cierre, sin que apenas se incremente la fuerza de mordida	3
Izasa Hospital S.L.	Regular transmisión de la fuerza de apertura y cierre, sin que apenas se incremente la fuerza de mordida	3

Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de cuchara fenestrada y afilada de acero inoxidable para biopsias grandes y resección de tejido: Hasta 10 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Iberica, S.A.	Cuchara fenestrada de buena calidad, permite tomar biopsias grandes.	10
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Cuchara y filo de menor calidad, que dificulta la toma de biopsias y resección de tejido.	4
Izasa Hospital S.L.	Cuchara y filo de menor calidad, que dificulta la toma de biopsias y resección de tejido.	4

Aspecto a valorar y ponderación: Eficacia para conseguir hemostasia: Hasta 30 puntos

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Iberica, S.A.	Trasmite el calor de coagulación de manera rápida y efectiva	30
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Regular transmisión de coagulación	10
Izasa Hospital, S.L.	Regular transmisión de coagulación	10

RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 13		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Boston Scientific Iberica, S.A.	50	Oferta admitida.
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	17	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Izasa Hospital, S.L.	17	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE N° 14	CESTA DE EXTRACCION PARA CUERPOS EXTRAÑOS
Usos	Cesta para la extracción de pólipos y cuerpos extraños.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Diámetro mínimo de Canal de trabajo: 2,8mm. -Longitud mínima de trabajo 2300 mm. -Diámetro de cesta 3cm x 6cm. -Tipo de cesta en forma oval, simétrica y con óptima abertura. -Sistema rotatorio para facilitar la captura del objeto a extraer. -Mango ergonómico. -Con orificios.

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas		
Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE N° 14 CESTA DE EXTRACCION PARA CUERPOS EXTRAÑOS		
Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de la cobertura para facilitar la extracción de pólipos: Hasta 10 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Iberica, S.A.	Presenta una apertura suave y adecuada de la cesta, con medidor y tope.	10
Establecimientos Sumisan, S.A.	Presenta una red débil que provoca una mala cobertura a la hora de enlazar el pólipo.	2
Palex Medical, S.A.	Adecuada apertura, con medidor y sin tope.	5
Olympus Iberia, S.A.	Presenta una apertura suave y adecuada de la cesta, con medidor y sin tope	9
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	No se abre la cesta en la muestra probada.	0
Martimedica Suministros Medicos Quirúrgicos, S.L.	Presenta una red débil que provoca una mala cobertura a la hora de enlazar el pólipo.	2
Izasa Hospital, S.L.	Empuñadura rígida, es necesario realizar mucha fuerza para poder abrir y cerrar la cesta.	1

Aspecto a valorar y ponderación: Rigidez óptima: Hasta 20 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Iberica, S.A.	Rigidez óptima	20
Establecimientos Sumisan, S.A.	Asa y red muy blanda, la punta de la cesta es punzante	5
Palex Medical, S.A.	Asa y red muy blanda.	6
Olympus Iberia, S.A.	Rigidez óptima	20
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Rigidez suficiente	10
Martimedica Suministros Medicos Quirúrgicos, S.L.	Asa y red muy blanda	6
Izasa Hospital, S.L.	Rigidez suficiente	10
Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad y comodidad de almacenaje: Hasta 5 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Iberica, S.A.	De fácil y cómodo almacenaje	5
Establecimientos Sumisan, S.A.	De fácil y cómodo almacenaje	5
Palex Medical, S.A.	De fácil y cómodo almacenaje	5
Olympus Iberia, S.A.	De fácil y cómodo almacenaje	5
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	De fácil y cómodo almacenaje	5
Martimedica Suministros Medicos Quirúrgicos, S.L.	De fácil y cómodo almacenaje	5
Izasa Hospital, S.L.	De fácil y cómodo almacenaje	5

Aspecto a valorar y ponderación: Calidad de la capacidad giratoria para facilitar el posicionamiento: Hasta 5 puntos.		
Boston Scientific Iberica, S.A.	Rota adecuadamente	5
Establecimientos Sumisan, S.A.	No rota	0
Palex Medical, S.A.	Rota de manera brusca	1
Olympus Iberia, S.A.	Rota adecuadamente	5
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Rota de manera brusca	1
Martimedico Suministros Medicos Quirúrgicos, S.L.	Rota de manera brusca	1
Izasa Hospital, S.L.	Rota de manera brusca	1

Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad de manejo: hasta 10 puntos		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Iberica, S.A.	De fácil manejo	10
Establecimientos Sumisan, S.A.	La red blanda dificulta el manejo a la hora de enfrentar y enlazar cuerpos extraños y pólipos	3
Palex Medical, S.A.	La red blanda dificulta el manejo a la hora de enfrentar y enlazar cuerpos extraños y pólipos	3
Olympus Iberia, S.A.	De fácil manejo	10
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	En la muestra facilitada para su valoración no se ha abierto la cesta	0
Martimedico Suministros Medicos Quirúrgicos, S.L.	La red blanda dificulta el manejo a la hora de enfrentar y enlazar cuerpos extraños y pólipos	3
Izasa Hospital, S.L.	Gran dificultad para introducir la cesta en el canal de trabajo una vez utilizada	1

RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 14.

Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Boston Scientific Iberica, S.A.	50	Oferta admitida.
Establecimientos Sumisan, S.A.	15	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Palex Medical, S.A.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Olympus Iberia, S.A.	49	Oferta admitida
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	16	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas

Martimedic Suministros Medicos Quirúrgicos, S.L.	17	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Izasa Hospital, S.L.	18	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 15	MARCADOR ENDOSCOPICO 3ML
Usos	Marcaje permanente.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Presentación en jeringa precargada de 5 ml con sistema de apertura controlada. -Deslizamiento uniforme del émbolo de la jeringa. -Jeringa sin reflujo. -Correcta visualización de la escala de jeringa.

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas		
Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 15 Marcador Endoscopio 3ml.		
Aspecto a valorar y ponderación: Se valorará la facilidad de carga y manejo del marcador: Hasta 50 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Laboratorios Bohm, S.A.	Facilidad de carga y manejo del marcador	50
Izasa Hospital, S.L.	Facilidad de carga y manejo del marcador	50
RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 15.		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Laboratorios Bohm, S.A.	50	Oferta admitida.
Izasa Hospital, S.L.	50	Oferta admitida

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 16	EQUIPO LIGADURA VARICES ESOFÁGICAS 6 BANDAS .
Usos	Equipo para ligar endoscópicamente varices esofágicas.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Libre de látex. -Compatible con gastroscopios y colonoscopios con canal de trabajo de 2,8mm. -Capuchón con cordel disparador de dos tiros y 6 bandas premontadas para una óptima visualización. -Sistema que identifique la última banda a colocar. -Mango de control de precisión. -Adaptador para irrigación. -Cateter de carga. -Longitud del cordel disparador 122 cm.
Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas	

**Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 16
EQUIPO LIGADURA VARICES ESOFÁGICAS 6 BANDAS**

Aspecto a valorar y ponderación: Facilidad de montaje y uso: Hasta 50 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific, S.A.	El montaje es laborioso lo que dificulta su puesta en uso en situaciones de urgencia	20
Cook España, S.A.	Montaje y uso relativamente sencillo.	45

RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 16.

Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Boston Scientific, S.A.	20	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Cook España, S.A.	45	Oferta admitida

Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN
LOTE Nº 17	FUNGIBLE COMPATIBLE PARA BOMBA DE LAVADO OLYMPUS OFP-2, COLONOSCOPIOS DE LA SERIE OLYMPUS 165L Y GASTROSCOPIOS EVIS EXERA III GIF H185 Y Q165
SUBLOTE 17.1	TUBO AGUA PARA CANAL AUXILIAR BIOPSIA 1.6 X6.4 MM O,75M 50U.
SUBLOTE 17.2	TUBO AGUA PARA CANAL BIOPSIA 1.6 X 6.4MM 2,5M 10U.
SUBLOTE 17.3	ADAPTADOR CANAL IRRIGACION BIOPSIA DESECHABLE
Usos	Suministran agua desde la bomba hasta el canal de agua del endoscopio para lavado.
Requisitos mínimos obligatorios.	-Conector compatible con la bomba de lavado Olympus OFP-2 y con los colonoscopios de la serie Olympus 165 L y gastroscopios Evis EXERA III GIF H185 y Q165.

Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas

Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 17

FUNGIBLE COMPATIBLE PARA BOMBA DE LAVADO OLYMPUS OFP-2, COLONOSCOPIOS DE LA SERIE OLYMPUS 165L Y GASTROSCOPIOS EVIS EXERA III GIF H185 Y Q165

Aspecto a valorar y ponderación: Se valorará su compatibilidad: Hasta 50 puntos.

Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Olympus Iberia, S.A.	Compatible con Bomba de lavado Olympus OFP-2, colonoscopios Olympus 165L y gastroscopios Evis Exera III H185 y Q165	50

RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 17		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Olympus Iberia, S.A.	50	Oferta admitida. '
Nº LOTE/SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
LOTE Nº 18	CEPILLO DESECHABLE PARA LIMPIEZA DE COLONOSCOPIOS	
Usos	Limpieza de los canales del colonoscopio	
Requisitos mínimos obligatorios.	-Desechable. -Longitud mínima 2200mm. -Compatible con canal de entre 2 y 4.2mm. -Punta de plástico en el extremo distal del alambre del cepillo (para proteger el canal del endoscopio).	
Valoraciones motivadas de los aspectos a valorar se realizarán en base a la documentación y, en su caso, a las pruebas de evaluación descritas en el punto "9.-MUESTRAS" del pliego de prescripciones técnicas		
Nº DE LOTE Y DENOMINACIÓN: LOTE Nº 18 CEPILLO DESECHABLE PARA LIMPIEZA DE COLONOSCOPIOS		
Aspecto a valorar y ponderación: Eficacia de limpieza: Hasta 30 puntos.		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Limpieza eficaz. Aporta un cepillo accesorio grueso que facilita la limpieza de las válvulas y el canal de trabajo, pero se desliza con cierta dificultad por los canales.	20
Creo Medical S. L.	Limpieza eficaz. Aporta un cepillo accesorio grueso de resistencia adecuada, que se desliza fácilmente y facilita la limpieza de las válvulas y el canal de trabajo	30
Palex S. A.	No aportan cepillo grueso para la limpieza del canal de trabajo	10
Martimedico Suministros Medicos Quirúrgicos S. L	No aportan cepillo grueso para la limpieza del canal de trabajo	10
Suministros Hospitalarios S. A	No aportan cepillo grueso para la limpieza del canal de trabajo	10
Izasa Hospital S. L	No aportan cepillo grueso para la limpieza del canal de trabajo	10
Establecimientos Sumisan, S.A.	No aportan cepillo grueso para la limpieza del canal de trabajo	10
Olympus Iberia,S.A.	Limpieza eficaz. Aporta un cepillo accesorio grueso que facilita la limpieza de las válvulas y el canal de trabajo, pero se desliza con cierta dificultad por los canales.	20
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	No aportan cepillo grueso para la limpieza del canal de trabajo	10

Intersurgical España, S.L.	No aportan cepillo grueso para la limpieza del canal de trabajo	10
Fujifilm Europe, G.M.B.H.,	No aportan cepillo grueso para la limpieza del canal de trabajo	10
Aspecto a valorar y ponderación: Flexibilidad y resistencia de la vaina: hasta 20 puntos		
Empresa a evaluar.	Valoración motivada.	Puntuación del aspecto.
Boston Scientific Ibérica, S.A.	Excelente flexibilidad y resistencia	20
Establecimientos Sumisan, S.A.	Vaina blanda que se dobla al introducir en los canales del endoscopio	3
Creo Medical S. L.	Excelente flexibilidad y resistencia	20
Palex S. A.	Vaina blanda que se dobla al introducir en los canales del endoscopio	3
Martimedica Suministros Medicos Quirúrgicos S. L	Vaina blanda que se dobla al introducir en los canales del endoscopio	3
Suministros Hospitalarios S. A	Vaina blanda que se dobla al introducir en los canales del endoscopio	3
Izasa Hospital S. L	Vaina blanda que se dobla al introducir en los canales del endoscopio	3
Olympus Iberia,S.A.	Vaina blanda que se dobla al introducir en los canales del endoscopio	3
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	Vaina blanda que se dobla al introducir en los canales del endoscopio	3
Intersurgical España, S.L.	Vaina blanda que se dobla al introducir en los canales del endoscopio	3
Fujifilm Europe, G.M.B.H.,	Vaina blanda que se dobla al introducir en los canales del endoscopio	3
RESULTADO DE LA VALORACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 18.		
Empresa evaluada.	Puntuación total obtenida.	Observaciones.
Creo Medical, S.L.	50	Oferta admitida.
Boston Scientific Ibérica, S.A.	40	Oferta admitida
Establecimientos Sumisan, S.A.	13	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas

Palex Medical, S.A.	13	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Olympus Iberia, S.A.	23	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Sistemas Tecnicos Norte, S.L.	13	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Martimedica Suministros Medicos Quirurgicos, S.L.	13	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Intersurgical España, S.L.	13	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Fujifilm Europe, G.M.B.H.,	13	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Suministros Hospitalarios, S.A.	13	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas
Izasa Hospital, S.L.	13	Oferta excluida al no alcanzar el umbral mínimo de 25 puntos establecido en el apartado 19 del pliego de prescripciones técnicas

En Mendaro, a 03 de mayo de 2023

Responsable Aparato Digestivo.

Fdo: Dra. Leire Mendibil Esquisabel


Osakidetza
DEBABARRENA ESI
OSI DEBABARRENA