

INFORME TÉCNICO

Expediente nº: 2022/03417

Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de Ventas y Material Asistencial para la OSI Donostialdea

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

Previamente se verificará el cumplimiento de los requisitos expuestos en el PPT y darán su conformidad a la normativa solicitada. A continuación, aquellas propuestas que hayan obtenido la conformidad pasarán a la fase de informe técnico basado en juicios de valor.

Items	Valoración	Puntos	Puntos máximos	Umbral mínimo
1	Manejabilidad en la apertura del envase (permite la liberación completa y fácil del contenido del sobre)	6	50	25
2	Comportamiento y mantenimiento de las características durante la aplicación del vendaje ; elasticidad, compresión uniforme-constante, capacidad de recuperación tras estiramiento, fijación sin desplazamiento, deshilachado...	24		
3	Comportamiento y mantenimiento de las características durante el uso ; transpirabilidad, confortabilidad para el paciente, mantenimiento de la compresión uniforme-constante, deshilachado	20		

VALORACIONES REALIZADAS

Una vez revisadas las fichas técnicas, así como las muestras presentadas y, contrastadas con los requisitos expuestos en el PPT, se decide no realizar valoración de la oferta de los siguientes licitadores para los lotes indicados en la siguiente relación (ver tabla motivada):

Lote	Licitador	Motivación
001 - VENDAJE TUBULAR PUNTO ALGODÓN	AMEBIL S.L.	Se deshilacha, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
002 - VENDAJE TUBULAR MALLA	BARNA IMPORT MEDICA SA	Ficha técnica dice material con caucho natural (latex), por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
	IZASA HOSPITAL S.L.	Se deshilacha, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
	PRODUCTOS FAVESAN S.A.	Se deshilacha, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
	TEGOSA MEDICA S.L.	Se deshilacha, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	Se deshilacha, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
003 - VENDAJE TUBULAR DE COMPRESIÓN UNIFORME	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	Se deshilacha, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
	CALVO IZQUIERDO S.L.	Se deshilacha, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
	FARMABAN S.A.	Se deshilacha, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
005 - VENDAJE ALGODÓN O SINTÉTICO ALMOHADILLADO SIMPLE	PRODUCTOS FAVESAN S.A.	El material presentado no tiene el gramaje solicitado, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
006 - VENDA ELÁSTICA NO ADHESIVA	PRODUCTOS FAVESAN S.A.	Ficha técnica y muestra presentada no se corresponde con el material solicitado para el Lote 6 en el PPT.
009 - VENDA ELÁSTICA COHESIVA- ADULTO Y PEDIÁTRICA	AMEBIL S.L.	Muestras presentadas no corresponden con los tamaños solicitados. Material no libre de látex según ficha técnica, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
010 - VENDA MALLA ORILLADA	CALVO IZQUIERDO S.L.	No resistentes a la tracción longitudinal, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
	TEGOSA MEDICA S.L.	No resistentes a la tracción longitudinal, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.
	TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A.	No resistentes a la tracción longitudinal, por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el PPT.

INFORME TÉCNICO

Expediente nº: 2022/03417

Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de Ventas y Material Asistencial para la OSI Donostialdea

PUNTUACIÓN

LOTE 001 - VENDAJE TUBULAR PUNTO ALGODÓN				
Licitador	Ítems	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
BARNA IMPORT MEDICA SA	1	Apertura adecuada.	4	18
	2	Muy fina. Poco adaptable a la ergonomía del paciente. Escasa elasticidad.	8	
	3	No mantiene las características y se cede en el uso.	6	
ESSITY SPAIN SL	1	Apertura adecuada	4	18
	2	Muy fina. Poco adaptable a la ergonomía del paciente.	8	
	3	No mantiene las características y se cede en el uso.	6	
IZASA HOSPITAL SL	1	Apertura adecuada	4	46
	2	Buena elasticidad. Tacto suave. Se adapta bien a la ergonomía del paciente.	24	
	3	Mantiene las características en el uso.	18	

LOTE 002 - VENDAJE TUBULAR MALLA				
Licitador	Ítems	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
AMEBIL SL	1	Muy buen etiquetado en caja	6	50
	2	Muy buena adaptación. Tejido agradable al tacto.	24	
	3	Muy bueno ya que se recupera bien la elasticidad es extraordinaria.	20	
CALVO IZQUIERDO SL	1	Difícil localizar el número/talla en la caja y al abrir el envase deja de ser visible.	2	28
	2	Material áspero. Se adapta adecuadamente.	14	
	3	Se mantiene adecuadamente en el uso.	12	
IBERIAN CARE 2016 SL	1	Apertura adecuada Etiquetado correcto en envase cerrado, una vez abierto, talla no visible.	4	16
	2	El tamaño no es adecuado, comprime demasiado incluso a gente delgada. Tacto áspero. Muy incómodo.	6	
	3	No es adecuado para el uso por exceso de compresión..	6	

LOTE 003 - VENDAJE TUBULAR DE COMPRESIÓN UNIFORME				
Licitador	Ítems	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
AMEBIL SL	1	Apertura adecuada. Buena identificación de tallas.	6	40
	2	Buena elasticidad. Adaptable. Muy buena compresión. Muy manejable	20	
	3	Muy buen comportamiento y mantenimiento de las características durante el uso.	14	
BASTOS MEDICAL SL	1	La apertura no es adecuada ya que al abrir se pierde la letra que identifica la talla/tamaño	2	26
	2	Se adapta bien	14	
	3	Adecuado comportamiento y mantenimiento de las características durante el uso.	10	
IZASA HOSPITAL SL	1	Buena accesibilidad al producto	6	28
	2	Adecuada compresión, muy manejable	12	
	3	Adecuado comportamiento y mantenimiento de las características durante el uso.	10	

INFORME TÉCNICO

Expediente nº: 2022/03417

Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de Ventas y Material Asistencial para la OSI Donostialdea

LOTE 004 - VENDAJE TUBULAR DE COMPRESIÓN LIGERA				
Licitador	Items	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
ESSITY SPAIN SL	1	Fácil apertura del envase.	4	38
	2	Comportamiento y mantenimiento de las características.	14	
	3	Mantiene bien la compresión, ajustable.	20	

LOTE 005 - VENDAJE ALGODÓN O SINTÉTICO ALMOHADILLADO SIMPLE				
Licitador	Items	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
ARIAS Y ARIAS SA	1	Apertura adecuada	4	22
	2	Material ligeramente apelmazado y áspero, poco suave y poco esponjoso	8	
	3	Se deforma fácil y se rompe bien.	10	
BARNA IMPORT MEDICA SA	1	Apertura del envase difícil por exceso de envoltorio.	2	18
	2	Ligeramente áspero. Presenta gránulos, lo cual provoca picor y molestia.	8	
	3	El algodón se deforma fácilmente en el uso.	8	
ESSITY SPAIN SL	1	Apertura adecuada	4	22
	2	Material ligeramente apelmazado y áspero, poco suave y poco esponjoso	8	
	3	El algodón se deforma fácilmente en el uso.	10	
FARMABAN SA	1	Apertura adecuada	4	44
	2	Muy suave. Muy buena adaptación a la ergonomía del paciente.	20	
	3	No se rompe fácilmente ante la tracción por lo que es resistente y ayuda a que se mantengan las características en el uso.	20	
IBERIAN CARE 2016 SL	1	Apertura adecuada	4	20
	2	Ligeramente áspero. Presenta gránulos, lo cual provoca picor y molestia.	8	
	3	No mantiene las características en el uso.	8	
IZASA HOSPITAL SL	1	Apertura adecuada	4	34
	2	Muy suave. Buena adaptación a la ergonomía del paciente.	20	
	3	Se deforma ligeramente en el uso.	10	
LABORATORIOS INDAS SA	1	Apertura adecuada	4	22
	2	Material muy apelmazado, áspero y poco esponjoso	8	
	3	Mantiene las características en el uso. No se rompe fácil	10	

INFORME TÉCNICO

Expediente nº: 2022/03417

Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de Ventas y Material Asistencial para la OSI Donostialdea

LOTE 006 - VENDA ELÁSTICA NO ADHESIVA				
Licitador	Items	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
BARNA IMPORT MEDICA SA	1	Apertura adecuada.	4	30
	2	Suave. No se deforma al colocar.	20	
	3	Se abren los hilos bastante fácil	6	
CALVO IZQUIERDO SL	1	Apertura adecuada.	4	30
	2	Es suave. No se abren los hilos, Material tupido.	20	
	3	No se puede recolocar, se deforma fácil.	6	
ESSITY SPAIN SL	1	Apertura adecuada.	4	24
	2	Es suave. Se coloca bien.	18	
	3	No se puede recolocar si se mueve. Se abren los hilos en los dos sentidos	2	
FARMABAN SA	1	Apertura adecuada.	4	32
	2	No se deforma. Material tupido y poco suave.	10	
	3	Buena sujeción. Se puede recolocar.	18	
LABORATORIOS HARTMANN SA	1	Apertura adecuada.	4	22
	2	Se adapta adecuadamente.	12	
	3	No mantiene las características en el uso, porque al contrahilo se deforma fácil.	6	
TEGOSA MEDICA SL	1	Apertura adecuada.	4	16
	2	No se adapta a la ergonomía del paciente. Material fino y endeble.	6	
	3	No sujeta y se deforma mucho.	6	
TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA	1	Apertura adecuada.	4	16
	2	No se adapta a la ergonomía del paciente. Material fino y endeble.	6	
	3	No sujeta y se deforma mucho.	6	

INFORME TÉCNICO

Expediente nº: 2022/03417

Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de Ventas y Material Asistencial para la OSI Donostialdea

LOTE 007 - VENDA ELÁSTICA ADHESIVA				
Licitador	Ítems	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
BARNA IMPORT MEDICA SA	1	Fácil apertura del envase	4	42
	2	Buena compresión, elasticidad y adherencia	24	
	3	Características se mantienen en el uso.	14	
CALVO IZQUIERDO SL	1	Fácil apertura del envase	4	8
	2	Exceso de adherencia a piel	2	
	3	Al retirar el vendaje, se levanta la piel por el exceso de adhesivo	2	
ESSITY SPAIN SL	1	Fácil apertura del envase	4	42
	2	Buena compresión, elasticidad y adherencia	24	
	3	Características se mantienen en el uso.	14	
FARMABAN SA	1	Fácil apertura del envase	4	42
	2	Buena compresión, elasticidad y adherencia	24	
	3	Características se mantienen en el uso.	14	
IZASA HOSPITAL SL	1	Fácil apertura del envase	4	42
	2	Buena compresión, elasticidad y adherencia	24	
	3	Características se mantienen en el uso.	14	
PRODUCTOS FAVESAN SA	1	Fácil apertura del envase	4	42
	2	Buena compresión, elasticidad y adherencia	24	
	3	Características se mantienen en el uso.	14	
TEGOSA MEDICA SL	1	Fácil apertura del envase	4	42
	2	Buena compresión, elasticidad y adherencia.	24	
	3	Características se mantienen en el uso.	14	
TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA	1	Fácil apertura del envase	4	42
	2	Buena compresión, elasticidad y adherencia	24	
	3	Características se mantienen en el uso.	14	

LOTE 008 - VENDA GASA ELÁSTICA				
Licitador	Ítems	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
CALVO IZQUIERDO SL	1	Fácil apertura del envase.	4	26
	2	Material aceptable.	12	
	3	Mantiene las características en el uso	10	
ESSITY SPAIN SL	1	Fácil apertura del envase	4	28
	2	Material adecuado.	14	
	3	Mantiene las características en el uso	10	
FARMABAN SA	1	Fácil apertura del envase	4	34
	2	Material muy adecuado al uso.	20	
	3	Mantiene las características en el uso	10	

INFORME TÉCNICO

Expediente nº: 2022/03417

Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de Vendas y Material Asistencial para la OSI Donostialdea

LOTE 009 - VENDA ELÁSTICA COHESIVA- ADULTO Y PEDIÁTRICA				
Licitador	Items	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
CALVO IZQUIERDO SL	1	Apertura adecuada	4	42
	2	Se coloca fácilmente.	20	
	3	Se adapta bien a la ergonomía del paciente.	18	
FARMABAN SA	1	Apertura adecuada	4	48
	2	Se coloca fácilmente. No se deforma al recolocar.	24	
	3	Se adapta bien a la ergonomía del paciente.	20	

LOTE 010 - VENDA MALLA ORILLADA				
Licitador	Items	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
GASPUNT SA	1	Fácil apertura del envase.	4	48
	2	Comportamiento durante la aplicación del vendaje: no se rompe con facilidad, soporta bien la tracción.	24	
	3	Mantenimiento de las características durante el uso, se mantiene constante.	20	

LOTE 011 - VENDAJE ALMOHADILLADO OÍDO				
Licitador	Items	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
SUMINISTROS HOSPITALARIOS SL	1	Adecuada apertura del envase y fácil manejo del mismo	6	40
	2	El artículo presenta buena elasticidad, compresión uniforme y capacidad de recuperación tras estiramiento. Por otra parte tiene buena fijación sin desplazamiento.	24	
	3	En las primeras horas del posoperatorio el artículo mantiene su elasticidad, compresión uniforme y capacidad de recuperación tras estiramiento. Mantiene buena fijación sin desplazamiento.	10	

INFORME TÉCNICO

Expediente nº: 2022/03417

Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de Ventas y Material Asistencial para la OSI Donostialdea

LOTE 012 - INMOVILIZADOR CLAVÍCULA				
Licitador	Ítems	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
ALAY PRODUCTOS CLINICOS SA	1	Apertura fácil y envase reutilizable una vez abierto.	6	26
	2	Fácil aplicación del vendaje. Buena elasticidad, compresión uniforme y capacidad de recuperación tras estiramiento.	16	
	3	Durante su uso: incómodo en las axilas por la presencia de velcro que roza e irrita la piel.	4	
AMEBIL SL	1	Apertura fácil.	4	20
	2	Vendaje poco almohadillado. Poca fijación.	10	
	3	Escaso mantenimiento de la compresión. Deshilachado fácil.	6	
CV MEDICA SL	1	Apertura fácil; envase frágil.	2	46
	2	Tanto la elasticidad como la compresión, capacidad de recuperación tras estiramiento y fijación muy buenas.	24	
	3	Tejido agradable y suficientemente acolchado. Confortable y con buen mantenimiento de la compresión.	20	
ESSITY SPAIN SL	1	Presentación en caja. Fácil acceso al inmovilizador.	6	28
	2	Fácil de colocar el inmovilizador. Elasticidad suficiente. Buena fijación y recuperación tras estiramiento. Fácil de deshilar.	12	
	3	Poco acolchado; no muy confortable para el paciente. Buen mantenimiento de la compresión y suficiente velcro.	10	

LOTE 013 - INMOVILIZADOR DE HOMBRO				
Licitador	Ítems	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
2MIIL ARTESANIA SANITARIA SL	1	Envase de apertura fácil	4	34
	2	Tira posterior con acolchado móvil. Tejido suave y transpirable.	18	
	3	Confortable para el paciente. No se deshila.	12	
ALAY PRODUCTOS CLINICOS SA	1	Envase de apertura fácil	4	26
	2	Tejido acolchado. Suficiente capacidad de recuperación. Sale muy arrugado de la bolsa, no es suave, tiene buen tamaño	12	
	3	Confortable. Leve deshila. Buena tira acolchada para el cuello. Sujeta bien. No tiene anillas colgando.	10	
AMEBIL SL	1	Envase de apertura fácil	4	36
	2	Tejido suave y acolchado. Buena capacidad de recuperación.	18	
	3	Transpirable. Leve deshila. Es versátil, ya que tiene varias tiras para diferentes posiciones. Buena sujeción.	14	
CV MEDICA SL	1	Envase de apertura fácil	4	28
	2	Tejido suave y acolchado. Tira del cuello bien acolchada Suficiente capacidad de recuperación.	14	
	3	Confortable. Leve deshila al uso. Buena sujeción. Cómoda.	10	
ESSITY SPAIN SL	1	Envase de apertura fácil.	4	48
	2	Tira posterior con buen acolchado. Tejido transpirable y ligero.	24	
	3	Confortable para el paciente. No se deshila. Tejido ligero y transpirable.	20	
FARMABAN SA	1	Envase de apertura fácil	4	24
	2	Tejido acolchado. Suficiente capacidad de recuperación. Tira del cuello con un reborde que irrita la piel.	10	
	3	Confortable, transpirable y ligera. Se deshila en el uso.	10	

INFORME TÉCNICO

Expediente nº: 2022/03417

Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de Ventas y Material Asistencial para la OSI Donostialdea

LOTE 014 - INMOVILIZADOR RODILLA				
Licitador	Items	Motivación	Puntos	
			Parcial	Total
AMEBIL SL	1	Apertura fácil de envase	4	26
	2	Fácil desplazamiento de tiras laterales.	14	
	3	Tejido poco acolchado. Se deshilacha	8	
ESSITY SPAIN SL	1	Apertura fácil del envase	4	42
	2	Tejido muy acolchado. Fácil desplazamiento de las tiras laterales. No se deshilacha.	24	
	3	Material suave y transpirable. Confortable.	14	
IBERIAN CARE 2016 SL	1	Apertura del envase no fácil (doble envasado).	2	22
	2	Enganches metálicos. Escasa superficie de velcro para desplazar las tiras laterales. No se deshilacha.	12	
	3	Férula pesada. Buen acolchado. No se deshilacha.	8	
PRIM SA	1	Envase manejable que permite fácil apertura.	6	50
	2	Permite ampliamente el desplazamiento de las tiras con velcro de sujeción, manteniendo su forma tras el uso. No deshilachado del tejido. Tira de velcro en la zona superior, que facilita el ajuste de la férula durante la colocación de las tiras transversales.	24	
	3	Material suave y transpirable. Confortable para el paciente. Mantiene sujeción adecuada de la rodilla.	20	

Donostia-San Sebastián, a 26 de abril de 2023

Naroa Ballesta Gutiérrez

Erantsia Errekurtso Materialeko - Donostialdea ESI
Adjunta de Recursos Materiales - OSI Donostialdea

Adjunta de Enfermería de Recursos Materiales OSI Donostialdea