

***Pliego de bases técnicas para el Suministro de
detector pediátrico para portatil RX, Servicio de
radiodiagnóstico, OSI Bilbao Basurto
2023/02030***

Sumario

I. Objeto.....	2
II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado	2

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento que se convoca para el **Suministro de detector pediátrico para portátil RX, Servicio de radiodiagnóstico, OSI Bilbao Basurto**, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Lote	Denominación Lote	Precio ud IVA exc	Uds	Precio máx licitación sin IVA	Precio máx licitación con IVA
1	Detector pediátrico para RX portátil.	19.000,00 €	1	19.1000,00 €	22.990,00 €

El motivo del suministro es la necesidad de hacer Rayos x en las incubadoras a los pacientes pediátricos, lo que permite la utilización del equipo objeto del contrato. Este equipo, además, debe de ser compatible con los portátiles de rayos utilizados en neonatología, de la marca Fujifilm.

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

El equipo a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Check list cumplimiento requisitos mínimos expdte 2023/02030

Suministro de un detector pediátrico para portátil RX, servicio de radiodiagnóstico, OSI Bilbao Basurto.

Requisitos mínimos Lote 1 Detector pediátrico

1. Será compatible con los equipos portátiles de Rx que existen en la OSI Bilbao-Basurto, de la marca FUJIFILM y modelo FDR GO PLUS.
2. Peso con las baterías incluidas menor de 2 Kg.

Check list cumplimiento requisitos mínimos expdte 2023/02030

Suministro de un detector pediátrico para portátil RX, servicio de radiodiagnóstico, OSI Bilbao Basurto.

3. Bordes redondeados.

4. Tamaño de detector 24 x 30.

5. Cumplirá la normativa IPX6.

6. Como mínimo tendrá los indicadores de nivel de batería, y si está listo, en el mismo panel.

7. Como mínimo soportará, sin ningún protector añadido, en toda la superficie. 250 Kg.

8. Transmisión wifi.

9. Duración de la batería, mínimo 30 horas.

10. Cambio de batería sin necesidad de utilizar herramienta.

11. Se entregará con el detector, como mínimo, un cargador de baterías con dos puertos para poder cargar dos baterías a la vez.

12. Se entregará con el detector, como mínimo, dos baterías.

Bilbao a 08/08/2023



Fdo. Javier Diago Fernández, Responsable de Electromedicina.